

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 1 din 12.06.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capes.gov.md
Adresa de internet	www.capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinle Irima

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

- ☐ Cererea ofertei de prețuri
☒ Licitatie deschisă
☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NEPP)*
☐ Altele: *Indicați!*

*Temel legal pentru desfășurarea NEPP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Procedura de achiziție repetată

Idupă ce, se va indica nr. procedurii procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar amănând amănând)

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru

- ☒ Buniuri
☐ Servicii
☐ Lucrări

Obiectul achiziției

Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.2)

Cod CPV

33100000-1

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtc.md)

ocds-b3vdp1-MD-1740669015286

	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-17406690152867aib-contract-notice Data publicării: 27.02.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achiziții.md; ☐ e-licitație.md; ☐ yptender.md; ☒ Da ☐ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://eapcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/sa-stenitiles-hape-2014-hap-ntc-17.pdf BAP nr. 17 din 04.03.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronica ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ () Buget C/NA/MI; ☐ Buget C/NA/S; ☐ () Surse externe; ☐ () Alte surse: Donator ()
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 650 135,50 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

1) Data: 28 febr 2025, 14:29

Subiectul întrebării: Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
 Întrebare: Va rugăm să indicați conținutul la care Jojuri din tender solicita înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale?

Răspuns (6 mart 2025, 15:21):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Se vor da prioritate dispozitivelor medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. În cazul în care pentru un lot anunțat vor fi prezentate doar dispozitive electrice, clasificate conform legislației europene cu documente confirmative, vor fi acceptate astfel.

Data: 4 mart 2025, 16:04

Subiectul întrebării: Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Întrebare: Va rugăm să indicați conținutul la care lăsați din tendința solicită înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale?

Răspuns (6 mart 2025, 15:24):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Se vor da prioritate dispozitivelor medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. În cazul în care pentru un lot anumit vor fi prezentate doar dispozitive electrice, clasificate conform legislației europene cu documente confirmative, vor fi acceptate astfel.

Lot nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150

Data: 5 mart 2025, 12:58

Subiectul întrebării: Lot nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150- pret estimativ

Întrebare: Vă rugăm să modificați prețul estimativ pentru acest lot, având în vedere că valoarea actuală este subestimată față de realitatea pieței. În plus, în prețul final se includ adăugătorii accesorii și consumabilele aferente costul care crește valoarea finală ca: Aplicatori magnetici - 2 buc.
Covorăș electromagnetice (min. 50x30 cm) - 1 buc. Aplicator magnetic flexibil - 1 buc.

Curele de fixare flexibile - 1 set Troleu dispozitiv - 1 buc. (costul troleului este de 500 euro)

Deoarece acest lot este reținut pentru a treia oară fără a exista oferte din cauza estimării inițiale înalte, considerăm necesară ajustarea prețului estimativ la minimum 70.000 MDL, astfel încât agenții economici să poată participa în mod competitiv la licitație.

Răspuns (6 mart 2025, 15:27):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. bugetul a fost stabilit de către beneficiarul final, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Data: 5 mart 2025, 15:41

Subiectul întrebării: Va rugăm să dați răspunsuri în termeni rezonabili și mai operativi.

Întrebare: Va rugăm să dați răspunsuri în termeni rezonabili și mai operativi.

În ultima zi răspunsurile dvs. nu au nici un sens.

Răspuns (6 mart 2025, 15:28):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. grupul de lucru analizează fiecare clarificare depusă și pregătește răspunsul, totodată, consultă și beneficiarii.

Data: 5 mart 2025, 15:43

Subiectul întrebării: toate loturile

Întrebare: Toate loturile sunt cu echipamente de laborator. De ce în DU/AE nu se solicita Capacitatea tehnică și/sau profesională, Pregătirea profesională și calificarea personalului, Autorizatiile la producatori?

Dvs. vreți ca echipamentele sa fie livrate, instalate si deservite de companii neautorizate de catre producatori pentru astfel de servicii?

Răspuns (6 mart 2025, 15:30):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, în formularul DU/AE, se va completa „Pregătirea profesională și calificarea personalului”.

Lot nr. 34 Electrocardiograf cu 12 canale 260231

Data: 5 mart 2025, 16:02

Subiectul întrebării: Pretul indicat este mic

Întrebare: Revizuiti va rog pretul pentru electrocardiograf 12 canale ce include (30 hirtii, treleu, gel - 1 l, electrozi - 2 seturi). Pretul indicat este prea mic pentru acest lot.

Răspuns (6 mart 2025, 15:27):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de către beneficiarul final, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Lot nr. 27 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600

Data: 6 mart 2025, 09:53

Subiectul întrebării: Rata KVO

Întrebare: Vă rugăm să verificați cu beneficiarul dacă acceptă o rată KVO cu un diapazon minim de 0.1 in loc de 0.01

Mulțumim anticipat.

Răspuns (6 mart 2025, 15:24):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali, totodată, conform documentației de atribuire, se acceptă oferte alternative

Lot nr. 27 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600

Data: 6 mart 2025, 09:55

Subiectul întrebării: Pasul de incrementare

Întrebare: Vă rugăm să verificați cu beneficiarul dacă acceptă Pasul de incrementare = 0.1 ml/h în loc de 0.01. Mulțumim anticipat.

Răspuns (6 mart 2025, 15:24):

Mulțumim Pentru clarificarea depusă, menționăm că specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali, totodată, conform documentației de atribuire, se acceptă oferte alternative.

Data: 7 mart 2025, 11:36

Subiectul întrebării: 1. of 6

Întrebare: Buna ziua, Solicitam respectuos modificarea prețului estimativ pentru acest lot, având în vedere că valoarea actuală este subestimată față de realitatea pieței.

Mulțumesc anticipat!

Răspuns (10 mart 2025, 09:18):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de către beneficiarul final, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Data: 9 mart 2025, 08:13

Subiectul întrebării: Răspuns (6 mart 2025, 15:21):

Întrebare: Acesta nu este un răspuns. Va rugăm sa indicați concret la care loturi din tender solicita înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale?

Răspuns (10 mart 2025, 11:29):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Conform obiectului de achiziție și conform destinației se intenționează achiziționarea dispozitivelor medicale conform instituțiilor medico-sanitare publice. La caz se vor da prioritate dispozitivelor medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. În cazul în care pentru un lot anume vor fi prezentate doar dispozitive electrice, clasificate conform legislației europene cu documente confirmative, vor fi acceptate astfel.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BA/Paile mijloacelor de informare (după caz)	Indicați sursa utilizată și data publicării
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Indicați numărul de zile

5. Până la termenul-limită (data 20.03.2025, ora 12:00), au depus oferta 9 operatori economici:				
Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNC	Asociații/ administratori	
1	Ilyecon Medical SRL	1012600036108	Cârstocea Ioan - Razvan	
2	Kirantoni SRL	1011600001572	Giunianina Natalia	
3	Data Control SRL	1003600007935	Craibazei Alexandru	
4	Lincon SRL	1003600000316	Bunice George	
5	Med M	1020611000359	Ana Iliev	
6	IM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Sveatoslav Prodan	
7	Neotec	1002600048135	Boniarnu Andrei [Administrator]	
8	SA Tehoptimed	1003600087162	Podînga Stela [Administrator]	
9	AELO GRUP	1011600009752	Cobzari-Turcan Rodica [Administrator]	

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DIAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	AELO GRUP	DataControl SRL	Ecochimie	ICS Eyecon Medical SRL	IM „Dutchmed-M” SRL	Kirantoni	MED-M	Neotec	SA Tehoptimed
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.									
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta, formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta, formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic									

este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor	parametriilor
- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametrul cu trimiterea la	pagina din catalog;
- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametrul exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).	
În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neîndeplinirea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea	ofertei
NOTĂ:	
Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.	
Accastă cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie locului propunerii tehnice, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertații le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de a asigura a prevederilor caietului de sarcini, ci de a dovedi a modului în care corespunde	cu acesta.
Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (furnu demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).	
Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul	viitorului contract.
Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.	
Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cazul cu mostra	de produs.
Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile	

NOTES

Prezentarea moselele de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autoritații contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 151/2015 privind achizițiile publice;

Accastă cerință de prevenire a moștelor de produs constituie locuința propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de a asigura a prevederilor conținutului de sarcini, ci de a dovedi a modulul în care corespunde cu acesta

Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (prin demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).

Moștrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să fie achiziționat de către beneficiarii proiectului.

Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de distribuție, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cazul cu

Moștele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, conținutul produs.

[illegible][illegible]

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de pret (anexa nr.23); DU/AF; si Garania pentru oferta, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferit. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret. (proponerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DU/AF

Cerinte de calificare obligatorii

[illegible]

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice: Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită									
		+	-	-	-	+	-			

[illegible]

Dovada înregistrării în Lista producătorilor.	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani		
Garanția de bună execuție	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografic (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială entității; 2. În cazul transferului la comul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei entității; Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTAȚIE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCCS18430301859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la IJ) nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS	

Informații privind documentul prezentat se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin prezentat, prezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	AMDM	Coreșpunderi cu cerințele de calificare	Coreșpunderi cu cerințele tehnice
1	Audiometru Cod 260900	Bucată	1	77089,0000	Harp Basic Code 10162 Italia INVENTIS	DM0007.56760	coreșpunde	coreșpunde
2	Cîntar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800	Bucată	7					

3	Lampă pentru examinare, braț articular (caracteristici medii) Cod 130110	Bucată	2	3640,83	Ks-Q3 China Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd		nu corespunde	nu s-a verificat
3	Lampă pentru examinare, braț articular (caracteristici medii) Cod 130110	Bucată	2	8 215,00	Alfa-Fix Italia	DM000450259	corespunde	corespunde
4	Incubator (termostat) 40 - 60 °C Cod 250310	Bucată	1		GF-MT 502 China Hangzhou Universal Electronic Co., Ltd.			
5	Termometru digital Cod 260610	Bucată	153	51,00			nu corespunde	nu s-a verificat
6	Sistem videoendoscopie pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice Cod 290150	Bucată	1					
7	Dislulator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270440	Bucată	1	42 900,00	Mikrotec MSD-8008 Mikrotec Turcia	Declarație de conformitate	corespunde	corespunde
7	Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270440	Bucată	1	43 300	DISTILATOR CU MONO DISTILARE 8L CU REZERVOR INCORPORAT DE 16 LITRI, model MSD-8008 Turcia MINROTEST LABORATIVAR Cihazlar Mak. Imalat. Gida Alisip	nu este considerat echipament medical		
							nu s-a verificat	nu s-a verificat

					Orankeri San. Tice Ltd Sti.				
8	Targă sanitară Cod 140360	Bucură	2	3900.0000	Cod 34077 Gima Italia	DM000184789	în proces de evaluare	în proces de evaluare	
9	Incubator (termosta) 80 - 100 l variaia de temperatură Cod 250330	Bucură	3						
10	Termometru digital cu infraroșu Cod 260620	Bucură	4	532.50	Leapu China Shenzhen L.F.PJ Intelligent Medical Equipment Co., Ltd.				
11	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	Bucură	1				în proces de evaluare	în proces de evaluare	
12	Distilatort cu mono distilare 2l. Cod 270400	Bucură	1	30 800.00	MSI)-8000 Mihairesel Turcia	Declarație de conformitate	corespunde	corespunde	
13	Magnetoterapie Cod 400150	Bucură	1	24156.67	Almag-02 Rusia ELAMEID		nu corespunde	nu s-a verificat	
14	Distilatort cu mono distilare 25l. Cod 270450	Bucură	2						
15	Pal pentru examinare (mecanic) adult Cod 140310	Bucură	1	3 145.00	Examy 3 Turcia Optium	DM000499544	corespunde	corespunde	
15	Pal pentru examinare (mecanic) adult Cod 140310	Bucură	1	4800.00	EXAMY-3 Turcia OPTIUM		nu corespunde	nu s-a verificat	
16	Microscop binocular, simplu Cod 250200	Bucură	1	10500.0000	B-292 Italia Optika Srl	Declarație de conformitate	nu s-a verificat	nu s-a verificat	
16	Microscop binocular, simplu Cod 250200	Bucură	1	13099.0000	BS.1152-FPLI Olanda Euromex	DM000766205	corespunde	corespunde	
16	Microscop binocular, simplu Cod 250200	Bucură	1	14600.0000	bScope, BS.1152 FPLI Olanda Euromex	DM000766205	nu s-a verificat	nu s-a verificat	

17	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920	Bucură	1	25 800.00	CM-6M11 - rotor 24 Tub Germania Ehm-Tech	DM000222048	corespunde	corespunde
18	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220	Bucură	1	88000.00000	Starled3 NX with EITW version Italia ACEM Spa	DM000500282	în proces de evaluare	în proces de evaluare
19	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640	Bucură	10	223.33	Higrometru 15 - 40C Ucraina Stekloribar		corespunde	corespunde
20	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L. Cod 140740	Bucură	2	49 500.00	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	DM000395538	corespunde	corespunde
20	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L. Cod 140740	Bucură	2	84000.00000	FV32G1FEVO SMFG Italia Model BSC-3FA2-HA AMDM	Declaratie de conformitate	nu s-a verificat	nu s-a verificat
21	Hotă cu flux laminar Cod 250100	Bucură	1	77880.0000	DM000638252 China JINAN BIOBASE BIOTECH CO., LTD	DM000638252	nu s-a verificat	nu s-a verificat
22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucură	6	14 160.00	Cod 28198 Italia GIMA Spa	DM000660989	corespunde	corespunde
22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucură	6	16194.00000	NEW HOSPIVAC 350 "F.U.I. 1.5" 410356-43 Italia CA-MI S.R.L.	DM000792600	nu s-a verificat	nu s-a verificat
22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucură	6	17450.00000	New Hospivac 350, RE 410356-41 Italia Ca-Mi	DM000792598	nu s-a verificat	nu s-a verificat

22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucură	6	21600,0000	Aspirator chirurgical Model NEW HOSPIVAC - 350 AMDM DM000792588 Italia CA-MI S.R.L.	DM000792588	nu s-a verificat	nu s-a verificat
					Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Model X12 AMDM DM000577957			
23	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330	Bucură	3	28000,0000	China EDAN INSTRU MENTS, INC.	DM000577957		nu s-a verificat
					nu <u>corespunde</u>			
23	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330	Bucură	3	37950,0000	uMFC 120 China Mindray	DM000669805		nu s-a verificat
24	Aspirator urgențe Cod 130320	Bucură	4	7497,50	Askir 36 BR, RE 410200-10 Italia Ca-MI	DM000792471	nu <u>corespunde</u> corespunde	corespunde
24	Aspirator urgențe Cod 130320	Bucură	4	7750,0000	Cod 28190 GIMA Italia	DM000660988	nu s-a verificat	nu s-a verificat
24	Aspirator urgențe Cod 130320	Bucură	4	8390,0000	ASKIR 36BR RE410200-03 Italia CA-MI	DM000792466	nu s-a verificat	nu s-a verificat
25	Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 130100	Bucură	2	3640,83	KS-Q3 China Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd		în proces de evaluare	în proces de evaluare

25	1.ampă pentru examinare (caracteristici de bază) Cod 130100	Bucată	2	7750.0000	ALFA-ELIX Italia Rimsa	DM000450260	în proces de evaluare	în proces de evaluare
26	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucată	4	8967.50	EN-S7 Smart China Shenzhen ENMMIND		nu s-a verificat	nu s-a verificat
26	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucată	4	15.350.00	SYS-70 Olanda MedCap aib	DM000560662	corespunde	corespunde
26	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucată	4	18950.0000	BeneFusion cVP China Mindray	DM000317054	nu corespunde	nu s-a verificat
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	8967.50	EN-S7 Smart China Shenzhen ENMMIND HK-400III China SHENZHEN JIAWEI MEDICAL INSTRUMENT CO., L.TD.	DM000349528	nu corespunde	nu s-a verificat
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	9500.0000	BeneFusion uSP China Mindray	DM000379475	corespunde	corespunde
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	11400.0000	Model EN-S7 Smart AMDM DM000350501 China SHENZHEN EN ENMMIND	DM000350501	nu s-a verificat	nu s-a verificat

29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucură	5	7000,0000	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Model H100B AMDNI China EDAN INSTRUMENTS, INC.	DM000149244	nu s-a verificat	nu s-a verificat
29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucură	5	7800,0000	H100B China EDAN	DM000101939	nu s-a verificat	nu s-a verificat
29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucură	5	9999,0000	H100B China EDAN INSTRUMENTS, INC.	DM0001 01939	nu s-a verificat	nu s-a verificat
30	Țămar electronic pentru adulți cu tahionetru 130700	Bucură	1					
31	Tonometru ocular portativ 170300	Bucură	2					
32	Incubator Agitator (pentru micro plăci) 250430	Bucură	1					
33	Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930	Bucură	2					
34	Electrocardiograf cu 12 canale 260231	Bucură	1		Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate Model SF-1201 A.MIDN DM000499496 China EDAN INSTRUMENTS, INC.	DM000499496	corespunde	corespunde
				26 900,00				

34	Electrocardiograf cu 12 canale 260231	Bucara	1	29500.00000	SIE 1201 China EDAN	DN1000499496	nu s-a verificat	nu s-a verificat
----	--	--------	---	-------------	------------------------	--------------	------------------	------------------

* În cazul utilizării licenței electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice" , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor nclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-1967 din 28.03.2025 5	DataControl SRL ICS Pyscon Medical SRL SA Tehoptimed Necotec SRL	prezentarea formularului specificației de preț actualizată la informația din SIA RSAP Mclender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanelor nr. 115 din 15.09.2021.	operatorii economici au prezentat preț actualizată la informația din SIA RSAP Mclender.
Rg02-1968 din 28.03.2025	MED-M SRL	prezentarea, conform cerințelor din anunțului de participare: <i>Donada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit - (certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic rezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/destinare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. Ia ofertă se anexază actual:documentul de împuternicire;</i> <i>Lipsa restaurantelor față de bugetul public național - "îndeplinirea de către operatorii economici oferanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din</i>	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate

străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legilor în vigoare în Republica Moldova sau în țări în care este stabilit. ” Nota: Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligatiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național. ”

Situația financiară - Ultimul raport financiar/situația financiară (copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;

Declarație de la Ofertant - în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;

Pentru Lot 21 (lotă cu flux laminar Cod 250100):

AELO GRUP

RG02-2318 din 30.04.2025

S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a depistat conform ofertei depuse:	
Control a. sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat b. control automat al volumului de flux prezentat	Prefiltru clasa G4	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă	
	Lumina interioară a. lumina rece b. integrată	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă	
Nivelul de zgomot 60dB		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă	

Operatorul economic a prezentat documentele solicitate

Rg02- 2320 din 30.04.202 5	Data Control SRL		Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
	Pentru Lot 16: Microscop binocular, simplu Cod 250200		
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	
	Obiective a. Plan Achromat b. fabricat din sticlă	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Condensor universal a. pre-central b. pre-focusat	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Pentru Lot 22 Aspirator chirurgical (performanță medie) (Cod 130340)		
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	
	Limita minimă 0 mm Hg	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Indicator vacuum da eroarea $\geq \pm 10\%$	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Roți cu frână da. ≥ 2 buc.	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Miner pentru transportare obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Pentru Lot 24 Aspirator urgențe Cod 130320		

S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a depistat conform ofertei depuse:
Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv obligatoriu		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Timpul până când ajunge la 300 mm Hg sec. < 6 Pentru Lot 26 Aspirator urgence Cod 130320		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
S-a solicitat conform Anunțului de participare: 1. Display Date afișate a. posibilitatea de ajustare a luminozității b. Nivelul de încărcare a bateriei c. Data, ora 2. Selectarea volumului infuzat 3. Selectarea ratei de infuzie 4. Calcularea dozei/medicament 5. Treccera automată în regim de așteptare 6. Cărcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului 7. Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV până la conectarea circuitului la pacient 8. Funcție de ebullare asistentă 9. Blocarea panoului de control 10. Fixarea perfuzorului 11. Setări IV Protecție la flux liber 12. Alarmă acustică și vizuală Occluzie 13. Alarmă de flux 14. Bula de aer 15. Froure de sistem 16. Set decupla 17. Rezervor gol 18. Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate 19. Alarmă infuzia completă		

	20. Posibilitatea de setare a volumului 21. Mod silenț a alarmei 22. Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor impliciti dati de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei 23. Programe de analiză presetate 24. Baterie incorporata 25. Durata de operare autonoma 26. Accesorii - Cîruciute ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată da, să se indice codul produsului oferit	
	Pentru Lot 29 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 S-a solicitat conform S-a depistat conform ofertei depuse: Anunțului de participare: 1. Afișaj a. SPO2 b. Valoare pulsului c. Puterea semnalului d. Indicator baterie descărcată Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă 2. Alarme a. Auditiv b. Vizual c. Buton de dezactivare alarmei sonore Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă prezentarea documente confirmative	
Rg02-2321 din 30.04.2025	IM „Dutehmed-M” SRL Cod 130510 Pentru lotul 26: Pompă de injecție (perluzor), volum mare (caracteristici avansate) S-a solicitat conform S-a depistat conform ofertei depuse: Anunțului de participare: Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice. prezentarea documente confirmative	Operatorul economiei a prezentat documentele solicitate

Rg02-2324 din 30.04.2025	Ecochimie SRL	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate	
	Pentru Lot 16: Microscop binocular, simplu Cod 250200	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:
		Obiective a. Plan Achromat b. fabricat din sticlă	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
		Condensor universal a. pre-centrat b. pre-focusat	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Rg02-2325 din 30.04.2025	ICS Eyscon Medical SRL	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate	
	Pentru lotul 3 Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110, Lot 7 Disilator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270440, Lot 8 Targa sanitară Cod 140360, Lot 12 Disilator cu mono distilare 2L Cod 270400, Lot 16 Microscop binocular, simplu Cod 250200, Lot 17 Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920, Lot 18 Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220, Lot 22 Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340, Lot 24 Aspirator urgențe Cod 130320 Lot 25 Lampă pentru examinare (caracteristici de bază) Cod 130100, Lot 28 Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Lot 34 Electrocardiograf cu 12 canale 260231	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:
		Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice.
		prezentarea documente confirmative	
Rg02-2327 din 30.04.2025	MED-M	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate	
	Pentru lotul 1 Audiometru Cod 260900:	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:
		Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Se solicită prezentarea manualului de utilizare pentru a fi posibilă evaluarea completă a ofertei.

Eroarea $\leq 1\%$		Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
Pentru lotul 22 Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340:		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a depistat conform ofertei depuse:	
1. Ioniță minimă 0 mm Hg		Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
Indicator Vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$		Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
Container pentru amplasarea tubului de aspirație sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirație obligatoriu		Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
Roti cu frână da, ≥ 2 buc.		Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
Miner pentru transportare obligatoriu		Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
Prezentarea documente confirmative		Pentru lotul 3 Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici medii) Cod 130110, Lot 5 Termometru digital Cod 260610, Lot 25 Lampă pentru examinare (caracteristici de bază) Cod 130100	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a depistat conform ofertei depuse:	
Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă		Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice.	
Pentru Lot 10: Termometru digital cu infraroșu Cod 260620			

Operatorul economic a prezentat documentele solicitate

S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a depistat conform ofertei depuse:
Tip pacient nou-născut		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Regim de măsurare temperatura urechii (timpatic)		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Diapazon de măsurare: 34.0 - 43.0 °C		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Eroarea $\leq \pm 0.2$ °C		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Alarmă acustică pentru temperatura finală		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Pentru Lot 29 Pulsosimetru portabil, Adult, Pediatric (cod 260430):		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a depistat conform ofertei depuse:
Tip pacient Adult, pediatric		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Baterie reîncărcabilă de la 220V 50Hz		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă

	Durata de viață a bateriilor > 8 ore	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
	Prezentarea documente confirmative	

9. Ofertanții respinși/discreditați:
Lotul nr. 3 Troliu endoscopic cu gastroscop

Pentru lotul nr. 5 Termometru digital Cod 260610

Oferă operatorului economic **SA Tehoprimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat: **Rezistent la pătrunderea apei - obligatoriu conform documentelor confirmative alate la ofertă produsul ofertat., nu este rezistent la pătrunderea apei (Not completely watertight).**

Pentru total nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150

Oferța operatorului economic SA **Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat: Ecran dimensiune ≥ 4 inch, color, touch-screen s-a oferat Ecran afisor digital, leduri color, butoane;

s-a solicitat: Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min s-a oferat diapazon 1-30 min:

s-a solicitat; Actiunea finalizare tratament obligatoriu în documentele atașate la oferta nu a fost identificată cuvința dată;

s-a solicitat: Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu în documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

s-a solicitat: Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului documentele atasate la ofertă nu a fost identificată cerința dată:

s-a solicitat: *Covorăș electromagnetice min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;*

s-a solicitat: Aplicator magnetic Flexibil 1 buc., să se indice codul produsului documentele atașate la ofertă nu a fost identificată experiența dorită.

S-a solicitat: "Curele de fixare Flexibile 1 set, să se indice codul produsului documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

s-a solicitat: Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului documentele atasate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

Pentru lotul nr. 16: Microscop binocular, simplu Cod 250200

Oferta operatorului economic ICS Eycron Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Limitarea de alimentare încorporată s-a oferit Limitarea de alimentare externă;

Bunul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 21 Hotă cu flux laminar Cod 250100

Oferta operatorului economic AELO GRUP se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS, nr. Rg02-2318 din 30.04.2025.

Pentru lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de bază cu accesorii Adult, Pediatrie) Cod 260330

Oferta operatorului economic AEL O GRUP respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic IM „Dutchmed-M” SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 26 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510

Oferta operatorului SA Tehoptimed se respinge în termenul art. 69 alin. (4) și alin. (6) lit. b) ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că operatorul economic prin demersul nr. 15 din 23.04.2025, a modificat codul produsului oferit inițial în „EN-S7” în „ EN-V7”.

Pentru lotul nr. 27 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600

Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat: Acuratețea $\leq 2\%$ s-a oferit Acuratețea $\leq 5\%$, p12;

Oferta operatorului economic **Neotec** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat: Dozarea bolusului diapazon min 0.01 - 1800 ml/h s-a oferit:

"5ml syringe: 0.1-150 ml/h 10ml syringe: 0.1-300 ml/h

20ml syringe: 0.1-600 ml/h

30ml syringe: 0.1-900 ml/h

50ml(60ml) syringe: 0.1-1800 ml/h"

Se anulează oferturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul nr. 2 Cântar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800;

Lotul nr. 4 Incubator (termostat) 40 - 60 °C Cod 250310;

Lotul nr. 6 Sistem videoscopice pentru videogastroscoapie (caracteristici avansate) Cod 290150;

Lotul nr. 9 Incubator (termostat) 80 - 100 °C variația de temperatură Cod 250330;

Lotul nr. 11 Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760;

Lotul nr. 14 Disolutor cu mono disolare 25L Cod 270450;

Lotul nr. 30 Cântar electronic pentru adulți cu tahimetru 130700;

Lotul nr. 31 Tonometru ocular portativ 170300;

Lotul nr. 32 Incubator Agitator (pentru micro plăci) 250430;

Lotul nr. 33 Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930;

Pentru lotul nr. 10 Termometru digital cu infraroșu Cod 260620

Oferta operatorului economic **SA Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că bunul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330

Oferta operatorului economic **AELO GRUP** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic **ÎM „Dutehmed-M” SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 25 Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 130100

Oferta operatorului economic **SA Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că n bunul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

În temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadevrate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și TEHO prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi se anulează următoarele loturi:

Lotul nr. 10 Termometru digital cu infraroșu Cod 260620:

Lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330:

Pentru lotul nr. 29 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430

Oferta operatorului economic **SA Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Baterie reîncărcabilă s-a oferit cu baterie simplă 2AA fără posibilitate de reîncărcare.

Lotul nr. 8 Targa sanitară se anulează având în vedere că a dispărut necesitatea beneficiarului final.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte înmăști privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceleiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ...
Cel mai bun raport calitate-cost ...

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

În temeiul art. 69 alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, reevaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocde-b3wep1-MD-1740669015286_27.02.2025 din privind achiziționarea dispozitivelor medicale (cu specificații tehnice generice) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (distă suplimentarea nr.29 pentru lotul nr. 29 Pulsometru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430).

Necorespondența ofertei depuse de către operatorului economic SA Tehoptimed pentru lotul nr. 29.

Modificările operate

Respunderea ofertei operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Baterie reincărcabilă s-a oferit cu baterie simplă 2AA fără posibilitate de reincărcare.

Atribuirea lotului nr. 29 operatorului economic DataControl SRL, care corespunde tuturor cerințelor tehnice.

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	AMDM	Ofertant
1	1-15286	Audiometru Cod 260900	Bucură	1	77089,0000	92506,80	77 089,00	92 506,80	Harp Basic Code 10162 Italia INVENTIS	DM000756760	MEJD-M
3	3-15286	Lampă pentru examinare, braț articular (caracteristici medii) Cod 130110	Bucură	2	8 215,00	9 858,00	16 430,00	19 716,00	Alfa-Fix Italia	DM000450259	ICS Eyecan Medical SRL
7	7-15286	Distilatort cu monodistilare 8L cu receptor Cod 270440	Bucură	1	42 900,00	51 480,00	42 900,00	51 480,00	Mikrotest MSD-8008 Mikrotest Turcia		ICS Eyecan Medical SRL
12	12-15286	Distilatort cu monodistilare 2L Cod 270400	Bucură	1	30 800,00	36 960,00	30 800,00	36 960,00	MSD-8000 Mikrotest Turcia		ICS Eyecan Medical SRL

15	15-15286	Pai pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	Bucură	1	3 145.00	3 774.00	3 145.00	774.00	Examy 3 Turcia Optum	DM000499544	DataControl SRL
16	16-15286	Microscop binoocular, simplu Cod 250200	Bucură	1	13099.0000	15 718.80	13099.0000	15 718.80	BS 1152-EPLi Olanda Euromex	DM000766205	Ecochimie
17	17-15286	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920	Bucură	1	25 800.00	30 960.00	25 800.00	30 960.00	C-M-6MT 1 rotor 24 Tub Germania Finia-Tech	DM000222048	ICS Eyecan Medical SRL
18	18-15286	"Lampa chirurgicala cu 1 sateji (caracteristici avansate)	Bucură	1	88000.0000	105 600.000	88 000.00	105 600.00	Starled3 NX with ETW version Italia ACEM SpA	DM000500282	ICS Eyecan Medical SRL
19	19-15286	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640	Bucură	10	223.33	268.00	2 233.30	2 680.00	Higrometru 15 - 40C Ucraina Stekleptibor YC-5251, China Zhongke Melling Cryogenics Co.Ltd	DM000395538	SA Rebaptimed
20	20-15286	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500- 600L Cod 140740	Bucură	2	49 500.00	59 400.00	99 000.00	118 800.00			Nectec
22	22-15286	Aspirator chirurgical (performanta medie) Cod 130310	Bucură	6	14 160.00	16 992.00	84 960.00	101 952.00	Cod 28198 Italia GIMA SpA	DM000660989	ICS Eyecan Medical SRL
24	24-15286	Aspirator urgente Cod 130320	Bucură	4	7 497.50	8 997.00	29 990.00	35 988.00	Askir 36 BR, RE, 410200 10 Italia Ca-Mi	DM000792471	DataControl SRL
25	25-15286	"Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 130100"	Bucură	2	7750.0000	9300.0000	15 500.00	18 600.00	ALFA-FL-EX Italia Rimsa	DM000450260	ICS Eyecan Medical SRL
26	26-15286	Pompă de infuzie (peruizor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucură	4	15 350.00	18 420.00	61 400.00	73 680.00	SYS-70 Olanda MedCaptain	DM000560662	DataControl SRL

27	27- 15286	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucură	10	8 950.00	10 740.00	89 500.00	107 400.00	Benelusion uSP China Mindray	DM000579475	IM „Județmed- M” SRL
28	28- 15286	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350	Bucură	1	13 490.00	16 188.00	13 490.00	16 188.00	Cod 28204 Italia GIMA SpA	DM000149380	JC S.E. econ Medical SRL
29	29- 15286	Pulsometru portabil. Adult. Pediatric Cod 260430	Bucură	5	5700.0000	6840.0000	28 500.00	34 200.00	BT-710 Coreea Bios	DM000499808	DataComul SRL
34	34- 15286	Electrocardiograf cu 12 canale 260231	Bucură	1	26 900.00	32 280.00	26 900.00	32 280.00	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate Model SE 1201 China EIDAN INSTRU MLNTS, INC.	DM000499496	ATECO GRUP

Pentru lotul nr. 1 cu acordul beneficiarului final s-a atribuit lotul ca ofertă alternativă.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul nr. 2 Cântar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800;

Lotul nr. 4 Incubator (termosta) 40 - 60 J Cod 250310;

Lotul nr. 6 Sistem videoscopice pentru videogastroscoapie (caracteristici avansate) Cod 290150;

Lotul nr. 9 Incubator (termosta) 80 - 100 J variația de temperatură Cod 250330;

Lotul nr. 11 Tensiometru electronic autonom Adult Cod 260760;

Lotul nr. 14 Disilator cu mono distilare 25l Cod 270450;

Lotul nr. 30 Cântar electronic pentru adulți cu talionmetru 130700;

Lotul nr. 31 Tonometru ocular portativ 170300;

Lotul nr. 32 Incubator Aguiator (pentru micro plăci) 250450;

Lotul nr. 33 Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930;

În temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășeste cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi se anulează următoarele loturi:

Lotul nr. 5 Termometru digital Cod 260610;

Lotul nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150;

Lotul nr. 21 Holă cu flux laminar Cod 250100;

Lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330;

Pentru lotul nr. 1, ampu pentru examinare braț articulat (caracteristici medii) cod generic 130110, beneficiarul IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE PELINJA s-a refuzat de contractare prin demersul nr. 14 din 16.05.2025. Respectiv, lotul a fost plasat pe pagina web a CAPCS, la rubrica refuzuri.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți	Rg02-2482 din 15 mai 2025 Rg02-2584 din 23 mai 2025 Rg02-2499 din 19 mai 2025	SfA KSAP, e-mail

Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

1. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 11 zile în cazul ne transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 16 zile în cazul ne transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

Selectați termenul de așteptare respectat. Cîndulinea termenilor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenului de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TTTT L.L.F.F.V. Cîndulinea Termenului al Cîndului Cînd al Republicii Moldova.

2. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	OE	Întreprinderea	Cod CPV	Beneficiar	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului
	IDNO OE									

AFLO GRUP SRL	1011600009752	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	21373129-0005-0468	26 900,0000	32 280,0000	04.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DIJP - Franco destinatie vâmt, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C/APS
DATA CONTROL SRL	1003600007935	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA	21373129-0073-0417	3 145,0000	3 774,0000	10.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DIJP - Franco destinatie vâmt, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C/APS
DATA CONTROL SRL	1003600007935	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	21373129-0073-0475	119 890,0000	143 868,0000	10.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DIJP - Franco destinatie vâmt, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C/APS
DICTIONED M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	21373129-0088-0475	89 500,0000	107 400,0000	06.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DIJP - Franco destinatie vâmt, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C/APS

ECOCHEMIE SRL	1002600052156	Cu capital autohton	33100000-1	IASP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA	21373129-0090-0160	13.009.0000	15.718.8000	09.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare executare instalare, instalare si dare in exploatare: DDPP - Franco destinatie vanuut. Incetarems 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C.A.P.C.S.
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IASP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA	21373129-0123-0160	25.800.0000	30.960.0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare executare instalare, instalare si dare in exploatare: DDPP - Franco destinatie vanuut. Incetarems 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C.A.P.C.S.
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IASP CENTRUL DE SANATATE DURESTI	21373129-0123-0254	8.215.0000	9.858.0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare executare instalare, instalare si dare in exploatare: DDPP - Franco destinatie vanuut. Incetarems 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C.A.P.C.S.
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IASP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	21373129-0123-0438	30.800.0000	36.960.0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare executare instalare, instalare si dare in exploatare: DDPP - Franco destinatie vanuut. Incetarems 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C.A.P.C.S.

ICS EYECOM MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	21373129- 0123-0439	42 900,0000	51 480,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vâmtul, încetarea 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECOM MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	21373129- 0123-0439	42 900,0000	51 480,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vâmtul, încetarea 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECOM MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	21373129- 0123-0439	42 900,0000	51 480,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vâmtul, încetarea 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECOM MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	21373129- 0123-0439	42 900,0000	51 480,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vâmtul, încetarea 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECOM MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	21373129- 0123-0439	42 900,0000	51 480,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vâmtul, încetarea 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECOM MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	21373129- 0123-0439	42 900,0000	51 480,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vâmtul, încetarea 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECOM MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	21373129- 0123-0439	42 900,0000	51 480,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vâmtul, încetarea 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECOM MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	21373129- 0123-0439	42 900,0000	51 480,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vâmtul, încetarea 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECOM MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	21373129- 0123-0439	42 900,0000	51 480,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vâmtul, încetarea 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECOM MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	21373129- 0123-0439	42 900,0000	51 480,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vâmtul, încetarea 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP POLICLINICA DE STAT	21373129- 0509-0432	77 089,0000	92 506,8000	04.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Livrare destinate vânzării, începând 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C.A.P.S.
NEOTEC SRL	1002600048135	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL, IINGHENI	21373129- 0529-0485	99 000,0000	118 800,0000	04.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Livrare destinate vânzării, începând 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C.A.P.S.
TEHOPTMED SA	1003600087162	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL, IINGHENI	21373129- 0580-0485	2 233,3000	2 680,0000	06.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Livrare destinate vânzării, începând 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C.A.P.S.

3. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) cribrită de dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract contracte pentru lotul/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	<i>nu</i>
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	<i>(indică suma cu TVA)</i>

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, Grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor s'au recepționat rapoartele de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice [1]

Nr. 1 din 12.06.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capes.gov.md
Adresa de internet	www.capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Botica ALIRELIA

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

- ☐ Cererea ofertei de prețuri
☒ Licitatie deschisă
☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NEP)*
☐ Altele: *Indicați*

*Temei legal pentru desfășurarea NEP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Procedura de achiziție repetată

După ce, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar amănând amănând

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

- ☒ Bunuri
☐ Servicii
☐ Lucrări

Obiectul achiziției

Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.2)

Cod CPV

33100000-1

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental

onds-b3w4p1-MP2-1740669015286

www.marp.gov.md)

	https://m tender.gov.md/tenders/ocds-b3w4p1-MID-1740669015286?tab=contract-notice Data publicării: 27.02.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achiziții.md; ☐ e-licitație.md; ☐ ytender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://cupes.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014-bap_nr_17.pdf BAP nr. 17 din 04.03.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget C/NAU; ☐ Buget C/NAU; ☐ Sursă externă; ☐ Alte surse: Donator ()
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 650 135,50 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data: 28 febr 2025, 14:29

Subiectul întrebării: Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
 Întrebare: Va rugăm să indicați concret la care loturi din tender solicita înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale?

Răspuns (6 mart 2025, 13:21):

Mulumim pentru clarificarea depusă. Se vor da prioritate dispozitivelor medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. În cazul în care pentru un lot anunț vor fi prezentate doar dispozitive electrice, clasificate conform legislației europene cu documente confirmative, vor fi acceptate astfel.

Data: 4 mart 2025, 16:04

Subiectul întrebării: Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Întrebare: Va rugăm să indicați concret la care loturi din tender solicita înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale?

Răspuns (6 mart 2025, 15:24):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Se vor da prioritate dispozitivelor medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. În cazul în care pentru un lot anumit vor fi prezentate doar dispozitive electrice, clasificate conform legislației europene cu documente confirmative, vor fi acceptate astfel.

Lot nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150

Data: 5 mart 2025, 12:58

Subiectul întrebării: Lot nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150- pret estimativ

Întrebare: Vă rugăm să modificați prețul estimativ pentru acest lot, având în vedere că valoarea actuală este subestimată față de realitatea pieței. În plus, în prețul final se include adăugarea accesoriilor și consumabilele aferente coșurilor care cresc valoarea finală ca: Aplicatori magnetici – 2 buc. Covoaraș electromagnetic (min. 50x30 cm) 1 buc. Aplicator magnetic flexibil 1 buc. Cureaua de fixare flexibilă – 1 set Troleu dispozitiv 1 buc. (costul troleului este de 500 euro)

Deoarece acest lot este relicitat pentru a treia oară fără a exista oferte din cauza estimării inițiale ireale, considerăm necesară ajustarea prețului estimativ la minimum 70.000 MDL, astfel încât agenții economici să poată participa în mod competitiv la licitație.

Răspuns (6 mart 2025, 15:27):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de către beneficiarul final, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Data: 5 mart 2025, 15:41

Subiectul întrebării: Va rugăm să dați răspunsuri în termeni rezonabili și mai operativi.

Întrebare: Va rugăm să dați răspunsuri în termeni rezonabili și mai operativi. În ultima zi răspunsurile dvs. nu au nici un sens.

Răspuns (6 mart 2025, 15:28):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, grupul de lucru analizează fiecare clarificare depusă și pregătește răspunsul, totodată, consultă și beneficiarii.

Data: 5 mart 2025, 15:43

Subiectul întrebării: toate loturile

Întrebare: Toate loturile sunt cu echipamente de laborator. De ce în DUAU nu se solicita Capacitatea tehnică și/sau profesională , Pregătirea profesională și calificarea personalului ,Autorizațiile la producatori ?

Dvs. vreți ca echipamentele sa fie livrate, instalate si deservite de companii neautorizate de catre producatori pentru astfel de servicii?

Răspuns (6 mart 2025, 15:30):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, în formularul DUAU, se va completa „Pregătirea profesională și calificarea personalului”.

Lot nr. 34 Electrocardiograf cu 12 canale 260231

Data: 5 mart 2025, 16:02

Subiectul întrebării: Pretul indicat este mic

Întrebare: Revizuiti va rog pretul pentru electrocardiograf 12 canale ce include (30 hirtii, trofeu, gel - 1 l. electrozi - 2 seturi). Pretul indicat este prea mic pentru acest lot.

Răspuns (6 mart 2025, 15:27):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de către beneficiarul final, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Lot nr. 27 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600

Data: 6 mart 2025, 09:53

Subiectul întrebării: Rata KVO

Întrebare: Vă rugăm să verificați cu beneficiarul dacă acceptă o rată KVO cu un diapazon minim de 0.1 în loc de 0.01

Mulțumim anticipat.

Răspuns (6 mart 2025, 15:24):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali, totodată, conform documentației de atribuire, se acceptă oferte alternative

Lot nr. 27 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600

Data: 6 mart 2025, 09:55

Subiectul întrebării: Pasul de incrementare

Întrebare: Vă rugăm să verificați cu beneficiarul dacă acceptă Pasul de incrementare < 0.1 ml/h în loc de 0.01. Mulțumim anticipat.

Răspuns (6 mart 2025, 15:24):

Mulumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali, totodată, conform documentației de atribuire, se acceptă oferte alternative.

Data: 7 mart 2025, 11:36

Subiectul întrebării: Lot 6

Întrebare: Buna ziua, Solicitam respectuos modificarea prețului estimativ pentru acest lot, având în vedere că valoarea actuală este subestimată față de realitatea pieței.

Mulumesc anticipat!

Răspuns (10 mart 2025, 09:18):

Mulumim pentru clarificarea depusă, bugetul a fost stabilit de către beneficiarul final, respectiv, la moment nu poate fi modificat.

Data: 9 mart 2025, 08:13

Subiectul întrebării: Răspuns (6 mart 2025, 15:21):

Întrebare: Acesta nu este un răspuns. Va rugăm să indicați concret la care loturi din tender solicita înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale?

Răspuns (10 mart 2025, 11:29):

Mulumim pentru clarificarea depusă. Conform obiectului de achiziție și conform destinației se intenționează achiziționarea dispozitivelor medicale conform instituțiilor medico-sanitare publice. La caz se vor da prioritate dispozitivelor medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. În cazul în care pentru un lot anumit vor fi prezentate doar dispozitive electrice, clasificate conform legislației europene cu documente confirmative, vor fi acceptate astfel.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/ale mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 20.03.2025, ora 12:00), au depus oferta 9 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Lyecon Medical SRL	1012600036108	Carstocca Ioan - Razvan
2	Kirantoni SRL	1011600001572	Gurtonaia Natalia
3	Data Control SRL	1003600007935	Grabazei Alexandru
4	Enceon SRL	1003600000316	Bunice Georgehe
5	Med M	1020611000359	Ana Iliev
6	IM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Svetoslav Prodan
7	Neotec	1002600048135	Beduacu Andrei Administrator
8	SA Tehoptimed	1003600087162	Pottinga Stela Administrator
9	AELO GRUP	1011600009752	Cozaric Iurcan Rodica Administrator

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente D1/AE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	AELO GRUP						
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actual/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	+	+
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actual/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta, formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE! În oferta, formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic	+	+	+	+	+	+	+

[illegible]

economie va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei, copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	
Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.

**Declarație
privind
valabilitatea
ofertei (160 de
zile)**

original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se aducează actul/documentul de împuternicire. Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.

economie va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extraseul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;

Notă: Termenul de valabilitate a ofertei (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor

Notă: Termenul de valabilitate a ofertei (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertei

acelasi ca si termenul de valabilitate al ofertei

Notă: Conform pct. 49 din Documentatia Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de pret (anexa nr.23); DUA/E si Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participantii urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret (proponerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a eilor cuprinse în DUA/E

Cerinte de calificare obligatorii

Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	-	-	-	-	-	-	-	-
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor/operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic rezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită	-	-	-	-	-	-	-	-

oferantul este stabilit	atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. Ia ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;								
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici oferanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit oferantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+	-	-	-	-	-	-	-
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară - Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. Ia ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	-	-	-	-	-	-	-	-
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate. Lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. Ia ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate. Lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. Ia ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.								

Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;									
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	+	+	+					+	+
Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie reîmbucate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+		-	+	+
<u>Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</u>										
Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și nelucrată în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (C/APS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.									

grupări criminale, pentru cumpărare, fraudă și/sau spalare de bani											
Garanția de bună execuție		În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografă (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitență; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACUMULAREA PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LLD nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS									

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consuma prin prezentare, neputând, în cazurile în care documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corectarea ofertelor cu cerințele solicitate:											
Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	AMDM	Coreșpundere cu cerințele de calificare		Coreșpundere cu cerințele tehnice		
1	Audiometru Cod 260900	Bucată	1	77089.0000	Ilap Basic Code 10162 Italia INVENTIS	DM000756760	corespunde		corespunde		
2	Cințar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800	Bucată	7								

3	Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110	Bucată	2	3640,83	Ks-Q3 China Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd		nu corespunde	nu s-a verificat
3	Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110	Bucată	2	8 215,00	Allia-Fix Italia	DM000450259	corespunde	corespunde
4	Incubator (termostat) 40 - 60 °C Cod 250310	Bucată	1		GI-MT502 China Hangzhou Universal Electronic Co., Ltd			
5	Termometru digital Cod 260610	Bucată	153	51,00			nu corespunde	nu s-a verificat
6	Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice Cod 290150	Bucată	1					
7	Distilatator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270410	Bucată	1	42 900,00	Mikrostest MSD-8008 Mikrostest Turcia	Declarație de conformitate	corespunde	corespunde
7	Distilatator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270410	Bucată	1	43 300	DISTILATOR CU MONO DISTILARE 8L CU REZERVOR INCORPORAT 10L 16 LITRI. model MSD-8008 Turcia MIKROTEST LABORATIVAR Cihazları Mak. Imalat. Gıda Abşap	nu este considerat echipament medical		
							nu s-a verificat	nu s-a verificat

8	Targu sanitarii Cod 140360	Bucată	2	3900,0000	Urimetri San. Tte.Ltd.Srl. Cod 34077 Giama Italia	DM000184789	în proces de evaluare	în proces de evaluare
9	Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330	Bucată	3					
10	Termometru digital cu infraroșu Cod 260620	Bucată	4	532,50	Liepu China Shenzhen LEPU Intelligent Medical Equipment Co., Ltd.		în proces de evaluare	în proces de evaluare
11	Tensiometru electronic autototal Adult Cod 260760	Bucată	1					
12	Distilator cu mono distilare 2l. Cod 270400	Bucată	1	30 800,00	MSD-8000 Mikrotest Turcia	Declarație de conformitate	corespunde	corespunde
13	Magnetoterapie Cod 400150	Bucată	1	24156,67	Almag-02 Rusia EL AMFID		nu corespunde	nu s-a verificat
14	Distilator cu mono distilare 25L. Cod 270450	Bucată	2					
15	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	Bucată	1	3 145,00	EXAMY-3 Turcia Optium	DNM000499544	corespunde	corespunde
15	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	Bucată	1	4800,00	EXAMY-3 Turcia OPTIUM		nu corespunde	nu s-a verificat
16	Microscop binocular, simplu Cod 250200	Bucată	1	10500,0000	B-292 Italia Optika Srl	Declarație de conformitate	nu s-a verificat	nu s-a verificat
16	Microscop binocular, simplu Cod 250200	Bucată	1	13099,0000	BS.1152-EPLI Olanda Euromex	DM000766205	corespunde	corespunde
16	Microscop binocular, simplu Cod 250200	Bucată	1	14600,0000	bScope, BS.1152 EPLI Olanda Euromex	DM000766205	nu s-a verificat	nu s-a verificat

17	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920	Bucură	1	25.800,00	CM-6MT - rotor 24 Tub Germania Fiml-Tech	DM0000222048	corespunde	corespunde
18	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220	Bucură	1	88000,0000	Starled3 NX with E-TW version Italia ACEM SpA	DM0000500282	in proces de evaluare	in proces de evaluare
19	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640	Bucură	10	223,33	Higrometru 15 - 40C Ucraina Skeleporhor YC-5251, China Zhongke Melling Cryogenics Co.Ltd	corespunde	corespunde	corespunde
20	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600l. Cod 140740	Bucură	2	49.500,00	Model BSC-3FA2-11A AMDM DM0000638252 China JINAN BIOBASE BIOTECH CO., LTD	DM0000395538	corespunde	corespunde
20	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600l. Cod 140740	Bucură	2	84000,0000	FV52GHEVO SMEG Italia	Declaratie de conformitate	nu s-a verificat	nu s-a verificat
21	Hotă cu flux laminar Cod 250100	Bucură	1	77880,0000	Model BSC-3FA2-11A AMDM DM0000638252 China JINAN BIOBASE BIOTECH CO., LTD	DM0000638252	nu s-a verificat	nu s-a verificat
22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucură	6	14.160,00	Cod 28198 Italia GIMA SpA	DM0000660989	corespunde	corespunde
22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucură	6	16194,0000	NEW HOSPITALAC 350 "TULLE", 41035643 Italia C/A-MI S.R.L.	DM0000792600	nu s-a verificat	nu s-a verificat
22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucură	6	17450,0000	New Hospivac 350, RF 41035641 Italia Cu-Mi	DM0000792598	nu s-a verificat	nu s-a verificat

22	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucură	6	21600,0000	Aspirator chirurgical Model NEW HOSPIVAC - 350 AMDn DM000792588 Italia CA-MI S.R.L.	DM000792588	nu s-a verificat	nu s-a verificat
23	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330	Bucură	3	28000,0000	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Model X12 AMIDM DM000577957	DM000577957	nu s-a verificat	nu s-a verificat
23	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330	Bucură	3	37950,0000	China EDAN INSIRU MENTS, INC., JNC., uMEC 120 China Mindray	DM000669805	nu corespunde	nu s-a verificat
24	Aspirator urgente Cod 130320	Bucură	4	7497,50	Askir 36 BR, RE 410200010 Italia Ca-Mi	DM000792471	corespunde	corespunde
24	Aspirator urgente Cod 130320	Bucură	4	7750,0000	Cod 28190 GIMA Italia	DM000669888	nu s-a verificat	nu s-a verificat
24	Aspirator urgente Cod 130320	Bucură	4	8390,0000	ASKIR 36BR RE,410200003 Italia CA-MI	DM000792466	nu s-a verificat	nu s-a verificat
25	Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 130100	Bucură	2	3640,83	Ks-Q3 China Shantou Easywell Electronic Technologies Co.Ltd		în proces de evaluare	în proces de evaluare

25	Lampă pentru examinare (caracteristici de bază) Cod 130100	Bucată	2	7750,0000	ALFA-LEX Italia Rimsa	DM000450260	în proces de evaluare	în proces de evaluare
26	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucată	4	8967,50	EN-S7 Smart China Shenzhen ENMMIND		nu s-a verificat	nu s-a verificat
26	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucată	4	15.350,00	SYS-70 Qlanda MedCap aiin	DM000560662	corespunde	corespunde
26	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucată	4	18950,0000	Benefusion eVP China Mindray	DM000517054	nu corespunde	nu s-a verificat
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	8967,50	EN-S7 Smart China Shenzhen ENMMIND		nu corespunde	nu s-a verificat
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	9500,0000	HR-40011 China SEEN/ATEEN		nu corespunde	
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	9500,0000	HAWK MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	DM000349528	nu corespunde	nu s-a verificat
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	8.950,00	Benefusion USP China Mindray	DM000579475	corespunde	corespunde
27	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucată	10	11400,0000	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Model EN-S7 Smart AMDM DM000550501 China SHENZH EN ENMMIND	DM000550501	nu s-a verificat	nu s-a verificat

[illegible]

29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucură	5	7000,0000	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Model H100B AMD DM000149244 China EDAN INSTRUMENTS, INC.	DM000149244	nu s-a verificat	nu s-a verificat
29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucură	5	7800,0000	H100B China EDAN INSTRUMENTS, INC.	DM000101939	nu s-a verificat	nu s-a verificat
29	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	Bucură	5	9999,0000	H100B China EDAN INSTRUMENTS, INC.	DM000101939	nu s-a verificat	nu s-a verificat
30	Cântar electronic pentru adulți cu talimetre 130700	Bucură	1					
31	Tonometru ocular portativ 170300	Bucură	2					
32	Incubator Agitator (pentru micro plăci) 250430	Bucură	1					
33	Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930	Bucură	2					
34	Electrocardiograf cu 12 canale 260231	Bucură	1		Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate Model SE 1201 AMD DM000499496 China EDAN INSTRUMENTS, INC.	DM000499496	corespunde	corespunde

34	Electrocardiograf cu 12 canale	Bucură	I	29.500,0000	SE 1201 China EDAN	DM000499496	nu s-a verificat	nu s-a verificat
----	--------------------------------	--------	---	-------------	-----------------------	-------------	------------------	------------------

* În cazul utilizării tehnicii electronice se va indica prețul ofertei finale
 (Informația privind "Correspondența cu cerințele de calificare" și "Correspondența cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „1” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucierarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului abnormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02- 1967 din 28.03.202	SRL ICS Pyccon Medical SRL SA Tehoptimed Neotec SRL	prezentarea Formularului specificației de preț actualizată la informația din SIA RSAP Mender. ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanelor nr. 115 din 15.09.2021.	operatorii economici au prezentat preț actualizată la informația din SIA RSAP Mender.
Rg02-1968 din 28.03.2025	MED-M SRL	prezentarea, conform cerințelor din anunțului de participare: <i>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care oferta este stabilită - (verificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; lista fondatorilor operatorilor economici finante, prenumele, codul personal). (Operatorul economic necrezient va prezenta documente din țara de origine care dovedesc formă de înregistrare/destinare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. Ia ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire;</i> <i>Lipsa restanțelor față de bugetul public național - "îndeplinirea de către operatorii economici oferta și a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilită oferta) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din</i>	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate

	stăruințelor) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. " Nota: Se vor lua în calcul prevederile ("adului fiscal privind evaziunea sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național. " Situația financiară - Ultimul raport financiar: Situația financiară - ("opie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În oferta se anexează actul/documentul de împuternicire; Declarație de la Ofertant - în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire;													
Rg02-2318 din 30.04.2025	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="876 472 914 1637">AELO GRUP</td><td data-bbox="876 472 914 1637">Pentru Lot 21 Hotă cu flux laminar Cod 250100;</td><td data-bbox="876 472 914 1637"></td></tr> <tr> <td data-bbox="754 472 876 846"> S-a solicitat conform Anunțului de participare: Control a. sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat b. control automat al volumului de flux prezentat </td><td data-bbox="754 846 876 1637"> S-a depistat conform ofertei depuse: Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td><td data-bbox="754 472 876 1637"></td></tr> <tr> <td data-bbox="400 472 754 846"> Prefiltru clasa G14 </td><td data-bbox="400 846 754 1637"> Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td><td data-bbox="400 472 754 1637"></td></tr> <tr> <td data-bbox="165 472 400 846"> Lumină interioară a. lumină rece b. integrată Nivelul de zgomot 60dB </td><td data-bbox="165 846 400 1637"> Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă </td><td data-bbox="165 472 400 1637"></td></tr> </table>	AELO GRUP	Pentru Lot 21 Hotă cu flux laminar Cod 250100;		S-a solicitat conform Anunțului de participare: Control a. sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat b. control automat al volumului de flux prezentat	S-a depistat conform ofertei depuse: Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă		Prefiltru clasa G14	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă		Lumină interioară a. lumină rece b. integrată Nivelul de zgomot 60dB	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă		Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
AELO GRUP	Pentru Lot 21 Hotă cu flux laminar Cod 250100;													
S-a solicitat conform Anunțului de participare: Control a. sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat b. control automat al volumului de flux prezentat	S-a depistat conform ofertei depuse: Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă													
Prefiltru clasa G14	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă													
Lumină interioară a. lumină rece b. integrată Nivelul de zgomot 60dB	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă													

Flux aer ≥ 0.4 m/s		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Factorul de protecție (Ap1) 1.5 10 ⁰⁵		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Căpae de închidere a exhaustării obligatoriu		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Set de livrare a. Hota cu filtre b. Lampă de iluminare c. lampă UV d. suport pentru amplasarea hotei e. robinet pentru vacuum f. robinet pentru gaze		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Pentru Lot 22 Aspirator chirurgical (performanță medie) (cod 130340):		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a depistat conform ofertei depuse:
Limita minimă 0 mm Hg		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare obligatoriu		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Roți cu frână da, ≥ 2 buc		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă

Atiner pentru transportare obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Pentru Lot 34 Electrocardiograf cu 12 canale 260231:	S-a depistat conform ofertei depuse:	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:		
Protecție defibrilator	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Troleu pe roile a. suport pentru gel de contact (separat, cos pentru accesorii) b. sistem de fixare dispozitivului de suport	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
prezentarea documente confirmative		

Rg02- 2320 din 30.04.202 5	Data Control SRL		Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
	Pentru Lot 16: Microscop binocular, simplu Cod 250200		
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	
	Obiective a. Plan Achromat b. fabricat din sticla	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Condensor universal a. pre-central b. pre-focusat	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Pentru Lot 22 Aspirator chirurgical (performanță medie) (Cod 130340)		
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	
	Limba minimă 0 mm Hg	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Roți cu frână da, ≥ 2 buc.	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Miner pentru transportare obligatoriu	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
	Pentru Lot 24 Aspirator urgent Cod 130320		

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:
Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv obligatoriu Timpul până când ajunge la 300 mm Hg sec. ≤ 6	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Pentru Lot 26 Aspirator urgențe Cod 130320	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	
1.Display Date afișate a. posibilitatea de ajustare a lumenizării b. Nivelul de încărcare a bateriei c. Data, ora 2.Selectarea volumului infuzat 3.Selectarea ratei de infuzie 4.Calcularea dozei/medicament 5.Trecerea automată în regim de așteptare 6.Încăsa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului 7.Funcția de evacuare a bubei de aer din sistem 8.Funcție de chemare asistență 9.Blocarea panoului de control 10.Fixarea perfuzorului 11.Setări IV Protecție la flux liber 12.Alarmă acustică și vizuală Ochuzie 13.Alarmă de flux 14.Bula de aer 15.Eroare de sistem 16.Set decupla 17.Rezervor gol 18.Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate 19. Alarmă Infuzia completă	

		20. Posibilitatea de setare a volumului 21. Mod silence a alarmei 22. Sistem de reducere a erorilor (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor impliciti 23. Sistem de reducere a erorilor de dozare la pornirea pompei 24. Programe de analiză presetate 25. Baterie incorporata 26. Durata de operare autonoma 26. Accesorii - Circuite ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată da, să se indice codul produsului oferit	
		Pentru Lot 29 Pulsosimetrul portabil. Adult. Pediatrie Cod 260430	
		S-a solicitat conform S-a depistat conform ofertei depuse: Anunțului de participare:	
		1. Alțișaj a. SPO2 b. Valoare pulsului c. Puterea semnalului d. Indicator baterie descărcată 2. Alarme a. Auditiv b. Vizual c. Buton de dezactivare alarmei sonore	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă
		prezentarea documente confirmative	
		Pentru lotul 26: Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	
		S-a solicitat conform S-a depistat conform ofertei depuse:	
		Anunțului de participare:	
		Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă prezentarea documente confirmative	Manualul de utilizare, datasheet sau alt document tehnic pentru confirmarea tuturor parametrilor, întrucât nu a fost prezentat nici un document cu specificațiile tehnice.
Rg02-2321 din 30.04.2025	IM „Dumitru-Mircea” SRL		Operatorul economic a prezentat documentele solicitate

Rg02-2324 din 30.04.2025	Ecochimie SRL	Pentru Lot 16: Microscop binocular, simplu Cod 250200	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
5		Obiective a. Plan Achromat b. fabricat din sticla Condensor universal a. pre-central b. pre-focusat	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă		
Rg02-2325 din 30.04.2025	ICS Execon Medical SRL	Pentru lotul 3 Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medic) Cod 130110, Lot 7 Distilatator cu mono distilare 8l. cu rezervor Cod 270440, Lot 8 Targa sanitară Cod 140360, Lot 12 Distilatator cu mono distilare 2L Cod 270400, Lot 16 Microscop binocular, simplu Cod 250200, Lot 17 Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920, Lot 18 Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220, Lot 22 Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340, Lot 24 Aspirator urgențe Cod 130320, Lot 25 Lampă pentru examinare (caracteristici de bază) Cod 130100, Lot 28 Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Lot 34 Electrocardiograf cu 12 canale 260231			Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
5		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă prezentarea documente confirmative	
Rg02-2327 din 30.04.2025	MED-M	Pentru lotul 1 Audiometru Cod 260900:			Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
5		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a depistat conform ofertei depuse:	Prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a depistat conform ofertei depuse:
Tip pacient nou-născut		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă
Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic)		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă
Diapazon de măsurare: 34.0 - 43.0 °C		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă
Eroarea $\leq \pm 0.2$ °C		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă
Alarmă acustică pentru temperatura finală		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă
Pentru Lot 29 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric (Cod 260430):		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a depistat conform ofertei depuse:
Tip pacient Adult, pediatric		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă
Baterie reîncărcabilă de la 220V 50Hz		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă

		Durata de viață a bateriilor ≥ 8 ore	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă
		prezentarea documente confirmative	
9.	Ofertanți respinși/descalificați:		
Lotul nr. 3 Trolu endoscopic cu gastroscop			
Pentru lotul nr. 5 Termometru digital Cod 260610			
Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat: Rezistent la pătrunderea apei-obligatoriul conform documentelor confirmative atasate la oferta produsul oferit., <i>nu este rezistent la pătrunderea apei (Not completely waterproof)</i> .			
Pentru lotul nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150			
Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:			
s-a solicitat: Ecran dimensiune ≥ 4 inch, color, touch-screen s-a oferit Ecran afișor digital, leduri color, butoane;			
s-a solicitat: Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min s-a oferit diapazon 1-30 min;			
s-a solicitat: Alarma finalizare tratament obligatorie în documentele atasate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;			
s-a solicitat: Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu în documentele atasate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;			
s-a solicitat: Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului documentele atasate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;			
s-a solicitat: Coroaș electromagnetice min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului documentele atasate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;			
s-a solicitat: "Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului documentele atasate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;			

s-a solicitat: Treleu dispozitiv 1 bucu, să se indice codul produsului documentele atașate la ofertă nu a fost identificată cerința dată;

Pentru lotul nr. 16: Microscop binocular, simplu Cod 250200

Oferta operatorului economic **ICS Eyccon Medical SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Unitatea de alimentare încorporată s-a oferit Unitatea de alimentare externă;

Bunul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 21: Hota cu flux laminar Cod 250100

Oferta operatorului economic **AEL.O GRUP** se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS, nr. Rg02-2318 din 30.04.2025.

Pentru lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330

Oferta operatorului economic **AEL.O GRUP** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic **IM „Dutchmed-M” SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 26 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510

Oferta operatorului **SA Tehoptimed** se respinge în temeiul art. 69 alin. (4) și alin. (6) lit. b) ale Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, având în vedere că operatorul economic prin demersul nr. 15 din 23.04.2025, a modificat codul produsului oferit inițial în „JEN-ST” în „JEN-V7”.

Pentru lotul nr. 27 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600

Oferta operatorului economic **SA Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat: Acuratețea $\leq 2\%$ s-a oferit Acuratețea $\leq 4,5\%$, p12;

Oferta operatorului economic **Neotec** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat: Dozarea bolusului diapazon min 0.01 - 1800 ml/h s-a oferit:

"5ml syringe: 0.1-150 ml/h 10ml syringe: 0.1-300 ml/h

20ml syringe: 0.1-600 ml/h

30ml syringe: 0.1-900 ml/h

50ml(60ml) syringe: 0.1-1800 ml/h"

Se anulează ofertele în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul nr. 2 Cântar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800;

Lotul nr. 4 Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310;

Lotul nr. 6 Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) Cod 290150;

Lotul nr. 9 Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330;

Lotul nr. 11 Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760;

Lotul nr. 14 Disilator cu mono disilare 25L. Cod 270450;

Lotul nr. 30 Cântar electronic pentru adulți cu talionmetru 130700;

Lotul nr. 31 Tonometru ocular portativ 170300;

Lotul nr. 32 Incubator Agitator (pentru micro plăci) 250430;

Lotul nr. 33 Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930;

Pentru lotul nr. 10 Termometru digital cu infraroșu Cod 260620

Oferta operatorului economic **SA Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că bunul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330

Oferta operatorului economic **AFLO GRUP** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic **ÎM „Dutchmed-M” SRL** respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 25 Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 130100

Oferta operatorului economic **SA Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că n banul oferați nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

În temeiul art. 71 (1) lit. d.) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și TEHO prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi se anulează următoarele loturi:

Lotul nr. 10 Termometru digital cu infraroșu Cod 260620;

Lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatrie) Cod 260330;

Pentru lotul nr. 29 Pulsosimetru portabil, Adult, Pediatrie Cod 260430

Oferta operatorului economic **SA Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Baterie reincărcabilă s-a oferați cu baterie simplă 2AA fără posibilitate de reincărcare.

Lotul nr. 8 Targă sanitară se anulează având în vedere că a dispărut necesitatea beneficiarului final.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot: ☐

Pentru mai multe loturi cumulate: ☐

Pentru toate loturile: ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluși ofertant: *Indicați!*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț;
Cel mai bun raport calitate-cost;

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

Se va completa pentru bunurile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost

12. Reevaluarea ofertelor:

Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat

Motivul reevaluării ofertelor		În temeiul art. 69 alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice reevaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publice nr. ocids-b3wdp1-MD-1740669015286 27.02.2025 din privind Achiziționarea dispozitivelor medicale (cu specificații tehnice generale) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice districte suplimentară nr. 21 pentru lotul nr. 29 Pulsometru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430.				
Modificările operate		Necorespondența ofertei depuse de către operatorul economic SA Tehoptimed pentru lotul nr. 29. Respunderea ofertei operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Baterie reincarcabilă s-a oferit cu baterie simplă 2AA fără posibilitate de reincărcare. Atribuirea lotului nr. 29 operatorului economic DataControl SRL, care corespunde tuturor cerințelor tehnice.				

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:											
Nr. Lot	cod	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	AMDM	Ofertant
1	1-15286	Audiometru Cod 260900	Bucură	1	77089,0000	92506,80	77 089,00	92 506,80	Harp Basic Code 10162 Italia INVENTIS	DM000756760	MED-M
3	3-15286	Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110	Bucură	2	8 215,00	9 858,00	16 430,00	19 716,00	Alfa-Tix Italia	DM000450259	ICS Eyecon Medical SRL
7	7-15286	Disilator cu mono distilare 8l, cu rezervor Cod 270440	Bucură	1	42 900,00	51 480,00	42 900,00	51 480,00	Mikrotest MSD-8008 Mikrotest Turcia		ICS Eyecon Medical SRL
12	12-15286	Disilator cu mono distilare 2L Cod 270400	Bucură	1	30 800,00	36 960,00	30 800,00	36 960,00	MSD-8000 Mikrotest Turcia		ICS Eyecon Medical SRL

15	15-15286	Pac pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	Bucată	1	3 145.00	3 774.00	3 145.00	3 774.00	Examy 3 Turcia Optium	DM000499544	DataControl SRL
16	16-15286	Microscop binocular, simplu Cod 250200	Bucată	1	13099.0000	15 718.80	13099.0000	15 718.80	BS-1152-EPLi Olanda Euronex	DM000766205	Ecochimie
17	17-15286	(centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920	Bucată	1	25 800.00	30 960.00	25 800.00	30 960.00	CM-6MT - reier 24 Tub Germania J.Mite-Tech	DM000222048	ICS Eyecan Medical SRL
18	18-15286	Laampa chirurgicala cu 1 satebit (caracteristici avansate)	Bucată	1	88000.0000	105 600.000	88 000.00	105 600.00	Starled5 NX with LED version Italia	DM000560282	ICS Eyecan Medical SRL
19	19-15286	Higrometru: Psihrometru 15-40C Cod 260640	Bucată	10	223.33	268.00	2 233.30	2 680.00	AC EM SPA Higrometru 15 - 40C Ucraina Steklopribor		SA Tehoptimed
20	20-15286	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500- 600L Cod 140740	Bucată	2	49 500.00	59 400.00	99 000.00	118 800.00	YC-525L China Zhongke Meiling Cryogenics Co.Ltd	DM000395538	Nucleo
22	22-15286	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	Bucată	6	14 160.00	16 992.00	84 960.00	101 952.00	Cod 28198 Italia CIMA SPA	DM000660989	ICS Eyecan Medical SRL
24	24-15286	Aspirator urgentie Cod 130320	Bucată	4	7 497.50	8 997.00	29 990.00	35 988.00	Askr 36 BR, RF 410200 10 Italia Ca-Mi	DM000792171	DataControl SRL
25	25-15286	"Laampa pentru examinare (caracteristici de baza) Cod 130100"	Bucată	2	7750.0000	9300.0000	15 500.00	18 600.00	ALJ-A-FLEX Italia Rimsa	DM000450260	ICS Eyecan Medical SRL
26	26-15286	Pompa de infuzie (perfuzor), volumi mari (caracteristici avansate) Cod 130510	Bucată	4	15 350.00	18 420.00	61 400.00	73 680.00	SYS-70 Olanda Medi apt una	DM000560662	DataControl SRL

27	27- 15286	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600	Bucură	10	8 950,00	10 740,00	89 500,00	107 400,00	Benefusion USP China Mindray	DM000579475	IM „Dutchmed- M” SRL
28	28- 15286	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350	Bucură	1	13 490,00	16 188,00	13 490,00	16 188,00	Cod 28204 Italia GIMA SpA	DM000149380	ICS Eyecan Medical SRL
29	29- 15286	Pulsosimetru portabil, Adult, Pediatric Cod 360430	Bucură	5	5700,0000	6810,0000	28 500,00	34 200,00	BT-710 Coreca Bistos	DM000499808	DataControl SKL
34	34- 15286	Electrocardiograf cu 12 canale 260331	Bucură	1	36 900,00	32 280,00	26 900,00	32 280,00	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate Model SE 1201 China EDAN INSTRU MENTS, INC.	DM000499496	AELIO GRUP

Pentru lotul nr. 1 cu acordul beneficiarului final s-a atribuit lotul ca ofertă alternativă.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă.

Lotul nr. 2 Cămar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800;

Lotul nr. 4 Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310;

Lotul nr. 6 Sistem videoendoscopic pentru videogastroscoapie (caracteristici avansate) Cod 290150;

Lotul nr. 9 Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330;

Lotul nr. 11 Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760;

Lotul nr. 14 Distilatort cu mono distilare 25L Cod 270450;

Lotul nr. 30 Cămar electronic pentru adulți cu talionmetru 130700;

Lotul nr. 31 Tonometru ocular portativ 170300;

Lotul nr. 32 Incubator Agitator (pentru micro plăci) 250430;

Lotul nr. 33 Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930;

în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi se anulează următoarele loturi:

Lotul nr. 5 Termometru digital Cod 260610;

Lotul nr. 13 Magnetoterapie Cod 400150;

Lotul nr. 21 Hotă cu flux laminar Cod 250100;

Lotul nr. 23 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de bază cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330;

Pentru lotul nr. Lampă pentru examinare braț articulat (caracteristici medii) cod generic 130110, beneficiarul IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE PELINIA s-a refuzat de contractare prin demersul nr. 14 din 16.05.2025. Respectiv, lotul a fost plasat pe pagina web a CAPCS, la rubrica refuzuri.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți	Rg02-2482 din 15 mai 2025 Rg02-2584 din 23 mai 2025 Rg02-2499 din 19 mai 2025	<i>Sfă RSAP, e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicati în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

1. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de așteptare respectat. Cădelarea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, în baza a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TTLEL/CI IV Căpitolul IV Cădelarea Termenului al Cădelat Civil al Republicii Moldova).

2. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	ID NO OE	Întreprinderea	Cod CPV	Beneficiar	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului
-------------------	----------	----------------	---------	------------	--------------	---------------	----------------------	----------------	--------------------------	---

APILO GROUP SRL	1011600009752	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL FLOREȘTI	21373129-0005-0468	26 900,0000	32 280,0000	04.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, montare și dare în exploatare: 120P - Franco destinație vamă, încetarea 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C.A.P.C.S.
DATA CONTROL SRL	1003600007935	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA	21373129-0073-0417	3 145,0000	3 774,0000	10.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, montare și dare în exploatare: 120P - Franco destinație vamă, încetarea 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C.A.P.C.S.
DATA CONTROL SRL	1003600007935	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	21373129-0073-0475	119 890,0000	143 868,0000	10.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, montare și dare în exploatare: 120P - Franco destinație vamă, încetarea 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C.A.P.C.S.
DUTCHMED-M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	21373129-0088-0475	89 500,0000	107 400,0000	06.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, montare și dare în exploatare: 120P - Franco destinație vamă, încetarea 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C.A.P.C.S.

ECOCIHAME SRL	1002600052156	Cu capital autohton	33100000-1	IASP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA	21373129-0090-0160	13 099,0000	15 718,8000	09.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire si dare in exploatare: IJDP - Ecranul destinat la vanzut, Incetarens 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C.A.P.S.
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IASP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA	21373129-0123-0160	25 800,0000	30 960,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire si dare in exploatare: IJDP - Ecranul destinat la vanzut, Incetarens 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C.A.P.S.
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IASP CENTRUL DE SANATATE DE RILESTI	21373129-0123-0254	8 215,0000	9 858,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire si dare in exploatare: IJDP - Ecranul destinat la vanzut, Incetarens 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C.A.P.S.
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IASP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	21373129-0123-0438	30 800,0000	36 960,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire si dare in exploatare: IJDP - Ecranul destinat la vanzut, Incetarens 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C.A.P.S.

ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPIEDIE	21373129- 0123-0439	42 900,0000	51 480,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDPP - Tranco destinație vânmui. Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	21373129- 0123-0469	88 000,0000	105 600,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDPP - Tranco destinație vânmui. Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHIEI	21373129- 0123-0475	28990	34788	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDPP - Tranco destinație vânmui. Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL LUCCHENI	21373129- 0123-0485	84 960,0000	101 952,0000	11.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDPP - Tranco destinație vânmui. Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP POLICLINICA DE STAT	21373129- 0509-0432	77 089,0000	92 506,8000	04.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare instalare, instruire și dare în exploatare: DIDP - Finanțare destinată vănării, în valoare de 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPE'S
NIOTEC SRL	1002600048135	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL TINGHENI	21373129- 0529-0485	99 000,0000	118 800,0000	04.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare instalare, instruire și dare în exploatare: DIDP - Finanțare destinată vănării, în valoare de 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPE'S
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autofin	33100000-1	IMSP SPITALUL RAIONAL TINGHENI	21373129- 0530-0485	2 235,5000	2 680,0000	06.06.2025	23.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare instalare, instruire și dare în exploatare: DIDP - Finanțare destinată vănării, în valoare de 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPE'S

3. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract contracte pentru lotul/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	Indicați suma cu TVA

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, Grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 Iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor s-a sursu recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea nu fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

George GORCEAG



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 1 din 12.06.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Botica Aurelia

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	V Licitatie deschisa
*Temci legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/anulate)	Achiziționarea aparatului de angiografie pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, ocds-b3wdp1-MD-1728997732737/ 21297795, https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728997732737?tab=contract-notice
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Achiziționarea aparatului de angiografie pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie (repetat) ocds-b3wdp1-MD-1737125686880 /21349186 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1737125686880?tab=contract-notice ☒ Bunuri ☐ Servicii

Obiectul achiziției	☐ Lucrări Achiziționarea aparatului de angiografie pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie (repetat 2)
Cod CPV	3310000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1742310160931 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742310160931?tab=contract-notice Data publicării: 18.03.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ ytender.md ☐ Da ☐ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capex.md/planuri/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	BAP nr.83 din 18.10.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_83_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	10 000 000 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

20 mart 2025, 10:16

Subiectul întrebării:

TERMINII DE PLATA

Întrebare:

Explicati va rog care sunt termenii de plata. Pe de o parte este tabelul care mentioneaza plata in 3 ani, dar in tabel sunt indicate 2 transe. Puteti formula explicit care sunt totusi termenii de plata?

Răspuns (20 mart 2025, 16:43):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, cronat s-a indicat 3 ani. Șintagma s-a exclus.

Data:

20 mart 2025, 10:19

Subiectul întrebării:

Injector substanta de contract

Întrebare:

Rugam excluderea injectorului din configuratia angiografului, dat fiind faptul ca este lansata licitatia nr. 21382565 pentru achizitia sistemului de livrare a contrastului. Multumim.

Răspuns (28 mart 2025, 09:55):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, sistemului de livrare a contrastului din procedura de achiziție publică nr. 21382565 este destinat unui alt dispozitiv medical.

Data:

25 mart 2025, 08:53

Subiectul întrebării:

Fereastră de analiză continuă a segmentului ST

Întrebare:

Explicatie: "fereastră de analiză continuă a segmentului ST" este o caracteristică specifică doar unui anumit producător de echipamente hemodinamice.. Majoritatea producătorilor de sisteme hemodinamice (Mennen, Cath Medical, Metek (Germania), Schwarzer (Germania), Merative (SUA), Change Healthcare / Optum (SUA) nu au analiza segmentului ST in portofoliu. Analiza ST este irelevantă în timpul intervenției coronariene percutanate, deoarece: - Influența medicamentelor administrate: Diverse medicamente utilizate înainte și în timpul procedurii pot afecta segmentul ST, făcând interpretarea acestuia mai complexă. - Disponibilitatea electrocardiogramelor (ECG): Segmentul ST poate fi evaluat eficient prin ECG standard, fără a necesita o fereastră dedicată pentru analiza continuă în timpul procedurii. - Monitorizarea post-procedurală: Analiza segmentului ST este considerată mai relevantă în unitatea de terapie intensivă în primele 24 de ore după PCI, unde se pot observa și gestiona mai bine posibilele complicații. Solicităm excluderea acestui punct.

Răspuns (28 mart 2025, 09:50):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că se dorește achiziționarea unui dispozitiv medical cu o anumită performanță tehnică. Totodată, menționăm că se acceptă inclusiv și oferte alternative.

Data:

27 mart 2025, 14:59

Subiectul întrebării:

Clarificari privind criteriul de evaluare!

Întrebare:

Buna ziua, Rugam sa precizati cum va fi acordarea punctajului in cazul in care vor fi 3 ofertanti (producatori). In cazul in care primul ofertant va fi cistigator dupa preț iar al doilea participant va dispune de un aparat cu funcțiile tehnice solicitate in totalmente .la fel apare intrebarea in caz ca ofertantii cu numarul doi si trei se incadreaza tehnic dar prețul oferit este mai mare cum vor fi evaluate ofertele in acest caz si cum va fi oferit punctajul?

Răspuns (28 mart 2025, 09:48):

Conform anunțului de participare pct. 24, Criteriul de atribuire a contractului: cel mai bun raport calitate - preț. Evaluarea ofertelor se va face prin însumarea punctajelor obținute pentru criteriile de mai jos: 1. Prețul / oferta financiară fără TVA: 60 puncte; 2. Criterii de performanță (Punctaj tehnic): 40 puncte. Oferta cu cel mai mare punctaj total va fi desemnată câștigătoare. Algoritmul de calcul al ofertei: Punctajul total va fi calculat astfel: Punctaj total = Punctaj factor de evaluare al ofertei financiare + Punctaj tehnic Pentru alte informații consultați anunțul de participare. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

27 mart 2025, 15:03

Subiectul întrebării:

Clarificari privind criteriul de evaluare!

Întrebare:

Buna ziua, Rugam sa precizati criteriul de evaluarea si oferirea punctajului. Precizati Va rog cum va fi oferit punctajul in cazul in care vor fi 3 ofertanti (producatori). Sa presupunem ca primul ofertant cistiga dupa preț iar al doilea ofertant dispune de funcții tehnice solicitate totalmente.La fel, in cazul in care ofertantii cu numarul 2 si 3 se incadreaza tehnic dar oferta de preț este mai mare,cum are loc evaluarea si oferit punctajul?

Răspuns (28 mart 2025, 09:47):

conform anunțului de participare pct. 24, Criteriul de atribuire a contractului: cel mai bun raport calitate - preț. Evaluarea ofertelor se va face prin însumarea punctajelor obținute pentru criteriile de mai jos: 1. Prețul / oferta financiară fără TVA: 60 puncte; 2. Criterii de performanță (Punctaj tehnic): 40 puncte. Oferta cu cel mai mare punctaj total va fi desemnată câștigătoare. Algoritmul de calcul al ofertei: Punctajul total va fi calculat astfel: Punctaj total = Punctaj factor de evaluare al ofertei financiare + Punctaj tehnic Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

27 mart 2025, 18:31

Subiectul întrebării:

Paravan mobil

Întrebare:

Solicitam sa explicati ce se are in vedere prin -- alta optiune echivalent scopului produs. Totodata solicitam sa fie inclusa optiunea cu/fara roti. Nu toate paravanele sunt dotate roti. Cele pe platforma sunt mai sigure.

Răspuns (28 mart 2025, 09:44):

Prin „sau o altă optiune echivalentă scopului propus” se are în vedere că se acceptă un paravan mobil cu roți sau atașat de tavan, fie alte opțiuni conforme scopului propus.

Data:

28 mart 2025, 09:29

Subiectul întrebării:

Cerință privind UPS 70 kVA

Întrebare:

În legătură cu cerința UPS 70 kVA vă rugăm să confirmați dacă este permisă ofertarea unui UPS certificat medical, cu putere de 20 kVA, dimensionat corespunzător pentru asigurarea funcționării în regim de siguranță a componentelor esențiale ale sistemului angiografic (stație de achiziție, stație de post-procesare, control retragere braț C și salvare date), în caz de întrerupere a alimentării. Menționăm că sistemele angiografice de ultimă generație au un consum de vârf tranzitoriu (momentan), care nu necesită susținere completă și continuă de către un UPS, ci doar alimentarea funcțiilor critice pentru încheierea procedurii în siguranță. Totodată, precizăm că solicitarea exclusivă a unui astfel de UPS poate limita participarea unor soluții conforme din punct de vedere clinic, tehnic și funcțional. Mai mult de atât, un UPS de 70kVA va influența semnificativ costul final al angiografului, iar bugetul alocat pt aceasta licitație este extrem de mic. Vă rugăm să modificați cerința în $UPS \geq 20 \text{ kVA}$, adaptat real necesarului operațional al sistemului, fără impunerea unei puteri de ieșire continue de minimum 70 kVA.

Răspuns (28 mart 2025, 09:56):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că se dorește achiziționarea unui dispozitiv medical cu o anumită performanță tehnică. Totodată, menționăm că se acceptă inclusiv și oferte alternative.

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor 20.03.2025	Modificarea documentației de atribuire pentru procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-174419S222488 din 09.04.2025 după cum urmează: <i>modificarea documentației de atribuire și indicarea drept cerință obligatorie:</i>
---	---

	„Declarație de la Oferant – Cu privire la asigurarea interconectării aparatului de angiografie cu Sistem integrat de determinare a rezervei funcționale de flux și ecografie intravasculară IVUS și Sistemul de livrare a contrastului”.		
Publicate în BAP/ale mijloacelor de informare (după caz)	Conform Mlender		
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform Mlender		
Rezumatul modificărilor 25.03.2025	Modificarea documentației de atribuire pentru procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdpl-MD-1742310160931 din 18.03.2025 privind achiziționarea angiografului conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie (repetat 2) după cum urmează: incica drept clauză contractuală : „ 1.5. Vânzătorul este obligat să asigure interconectarea aparatului de angiografie cu Sistem integrat de determinare a rezervei funcționale de flux și ecografie intravasculară IVUS și Sistem de livrare a contrastului.		
Publicate în BAP/ale mijloacelor de informare (după caz)	Conform Mlender		
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform Mlender		

Până la termenul-limită (data 08.04.2025, ora 10.00), au depus oferta un operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	INTERMED SRL	1002600034804	Natalia Chicu
2.	IM Vivamed Internațional SRL	1007600028965	Beregoi Valeriu

3.	Neotec	1002600048135	Botnaru Andrei
----	--------	---------------	----------------

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	INTERMED	IM Vivanned International	Neotec
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. - ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrul tehnicii măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrul tehnicii nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente > 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).	+	+	-

În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat-
 atrage după sine respingerea ofertei

NOTĂ:

Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de a dovedi a modului în care corespunde cu acesta.

Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).

Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.

Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cazul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.

Modul de elaborare a Specificației de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	+	+	+
DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; .Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.	+	+	+
Garanția pentru ofertă	-În cazul în care garanția bancară urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	+	+	+
Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	+	+	+

Notă: Conform pct. 49 din Documentatia Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de pret (anexa nr.23); DU/AE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. **Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" M tender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" M tender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DU/AE**

Cerinte de calificare obligatorii

Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/astare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit." Notă: Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+	+	+
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice	+	+	+

	sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;				
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	+	+	+	+
Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	+	+	+	+
Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+
Declarație de la Ofertant	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+
Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+

Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamentele Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	+	+	+
Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Declarație de la Ofertant	Cu privire la garantarea asigurării cu piese de schimb pe un termen de minim 10 ani original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Declarație de la Ofertant	Cu privire la asigurarea interconectării aparatului de angiografie cu Sistem integrat de determinare a rezervei fracționale de flux și ecografic intravasculară IVUS și Sistem de livrare a contrastului - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:				

Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și nefințarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
Garanția de bună execuție	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografă (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS	

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Model/ Producător/ șatar de origine/ nr. AMDM	OE	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	Aparat de angiografic pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice	bucată	1	9 730 000,00	Allia IGS 5/ GE MEDICAL SYSTEMS SCS/ Franta/ DM000451202	INTERMED	Corespunde	Corespunde ca ofertă alternativă

1	Aparat de angiografie pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice	bucată	1	9 735 000,00	Artis Zee floor/Germania/ Siemens Healthcare	IM Vivamed International SRL	Corespunde	Corespunde ca ofertă alternativă
1	Aparat de angiografie pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice	bucată	1	11 880 000,00	Trinias F12 unity edition /Japonia / Shimadzu	Neotec	Corespunde	Corespunde ca ofertă alternativă

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării i	Operator ul economic	Informația solicitată			Rezumatul răspunsului operatorului economic
Nr. Rg02- 2211 din 17.04.20 25	INTERM ED SRL	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Operatorul economic a răspuns la clarificarea depusă
		Min. 2 monitoare de rezerva de minim 19 inch pentru imagine live si de referinta in spatele monitorului mare in camera de examinare sau un monitor de minim 50 inch.	Back-up monitors48 cm (19 in) live and reference monitors, with a calibrated brightness of 250 cd/m2 and a calibrated contrast ratio of 640:1, attached at the back of the LDM or on another suspensionPropunere tehnica Part 1, Fisa de date a echipamentului Allia IGS 5, varianta in lb. engleza, pag 22;Propunere tehnica Part 2, Configuratia echipamentului Allia IGS 5, varianta in lb. engleza, pag. 2;	Din ofertă nu este clar dacă sunt oferite minim 2 monitoare de 19 inch de rezervă.	

	Fluoroscopia pulsata de tip "grid-switch", (grilă pulsată) sau analogic	X-Ray GeneratorThe IGS system uses a 100 kW high-frequency Jedi three-phase power unit that provides grid pulsed fluoroscopy capability. Propunere tehnica Part 1, Fisa de date a echipamentului Allia IGS 5, varianta in lb. engleza, pag 4;	Dispozitivul oferit este dotat cu un tubul X-ray care dispune de fluoroscopia pulsata de tip "grid-switch", (grilă pulsată) sau este o tehnologie analocă a acesteia.
	Detector plat digital din siliciu amorf Csl	Material: Amorphous silicon photodiode array on a continuous-substrate Propunere tehnica Part 1, Fisa de date a echipamentului Allia IGS 5, varianta in lb. engleza, pag 5	Se solicită clarificarea dacă Detectorul plat digital este doar din siliciu amorf sau siliciu amorf cu Csl.
	Luminozitate: min. 450 cd/m2	Luminozitate: 500 cd/m2 Propunere tehnica Part 3 Declaratie tehnica, punctul 9;	Conform Propunere tehnica Part 1, Fisa de date a echipamentului Allia IGS 5, varianta in lb. engleza, pag 22; luminozitatea se regăsește a fi 400 cd/m2. Astfel se solicită clarificarea parametrului dat și explicarea discrepanței indicate în declarație față de datele indicate în Propunere tehnica Part 1
	Pixelshift automat in timp real, care poate fi activat sau	Automated pixel shift between vessel mask and fluoroscopy to compensate for motion	Conform referinței nu este prezentă confirmarea posibilității

dezechiv al in functie de necesitate	Propunere tehnica_Part 1, Fisa de date a echipamentului Allia IGS 5, varianta in lb. engleza, pag 10; Propunere tehnica_Part 2, Configuratia echipamentului Allia IGS 5, varianta in lb. engleza, pag. 2, 10	de activare sau dezactivare la necesitate. Astfel se solicita clarificarea parametrului dat.
Masuri de reducerea dozei de iradiere pentru operator si pacient	Integrated dose monitoring The user can monitor air kerma rate, integrated air kerma over the exam, and the total dose area product received by the patient during a procedure. The threshold of cumulated dose displayed on a gauge icon is customizable to warn operator when such threshold has been reached Propunere tehnica_Part 1, Fisa de date a echipamentului Allia IGS 5, varianta in lb. engleza, pag 8;	Conform referinței indicate, se prezintă un sistem de monitorizare a dozei și un sistem de alarmă care avertizează în cazul depășirii dozei cumulative pentru pacient și operator. Acestea au rol de informare și avertizare, înă nu reprezintă măsurile directe de reducere a dozei de iradiere. În acest context, vă rugăm să precizați concret ce măsuri tehnice și funcționale sunt aplicate efectiv pentru reducerea dozei de iradiere, atât pentru pacient, cât și pentru operator.
Modul diagramă coronariană	Image viewer	Se solicită modulul de diagramă coronariană,

		Propunere tehnica Part 5, Extrase din Manualul de utilizare Mac-Lab, varianta in lb. engleza, pag. 128;	care permite reprezentarea schematică și evaluarea grafică a arterelor coronare, asociind leziunile identificate cu segmentul anatomic corespunzător. Furnizarea unui simplu „Image Viewer” nu satisface această cerință, deoarece acesta oferă doar funcționalități generale de vizualizare a imaginilor, fără instrumentele specifice necesare pentru analiza coronariană schematică.	care permite reprezentarea schematică și evaluarea grafică a arterelor coronare, asociind leziunile identificate cu segmentul anatomic corespunzător. Furnizarea unui simplu „Image Viewer” nu satisface această cerință, deoarece acesta oferă doar funcționalități generale de vizualizare a imaginilor, fără instrumentele specifice necesare pentru analiza coronariană schematică.
Comenzi 3D roadmapping disponibile la masa de examinare: reajustare suprapunere, afisare imagine, zoom etc.	Touch Panel Allows to control image acquisition, image review, dose settings, Auto Positioner, Mac-LabTM hemodynamic recording systems1,3, CardioLabTM EP recording systems1,3, AW advanced applications1, Large Display Monitor1 layout management. Propunere tehnica Part 1, Fisa de date a echipamentului Allia IGS 5, varianta in lb. engleza, pag 19;	Touch Panel Allows to control image acquisition, image review, dose settings, Auto Positioner, Mac-LabTM hemodynamic recording systems1,3, CardioLabTM EP recording systems1,3, AW advanced applications1, Large Display Monitor1 layout management. Propunere tehnica Part 1, Fisa de date a echipamentului Allia IGS 5, varianta in lb. engleza, pag 19;	Se solicită comenzi specifice pentru 3D Roadmapping accesibile la masa de examinare, precum: reajustarea suprapunerii 3D peste imaginea fluoroscopică, afişarea/ascunderea imaginii 3D, funcții de zoom, panoramare și rotație a modelului 3D.	Se solicită comenzi specifice pentru 3D Roadmapping accesibile la masa de examinare, precum: reajustarea suprapunerii 3D peste imaginea fluoroscopică, afişarea/ascunderea imaginii 3D, funcții de zoom, panoramare și rotație a modelului 3D.

Propunere tehnica_Part 3, Fisa de date a Vision 2, varianta in lb. engleza, pag 1;			Informațiile prezentate în documentele indicate (Touch Panel control pentru achiziție imagine, setări de doză, aplicații avansate, etc.) nu confirmă explicit disponibilitatea acestor funcții 3D Roadmapping la masa de examinare, ci se referă la control general al sistemului și aplicațiilor prin Touch Panel. Prin urmare, vă rugăm să precizați clar dacă aceste funcții 3D Roadmapping sunt disponibile direct la masa de examinare și să indicați documentația corespunzătoare care să confirme acest lucru.	
Fustă - Echivalent de Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral) Greutate redusă (<5,0 kg), elasticitate, manipulare usoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu „arici” .		Fustă - Echivalent de Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral) Greutate redusă (4,98 kg), elasticitate, manipulare usoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu „arici”. Dimensiuni: - Înălțime: 107cm, lungime: 65cm. (MAVIG	Se solicită clarificarea dacă materialul este lavabil și greutatea prin documente confirmative	

	Dimensiuni: - Înălțime: 110 ±5 cm, lungime: 60 ±5 cm.	GmbH/Germania). Fisier MAVIG_RA631	
	Vestă - Echivalent de Pb: 0,50 mm. Greutate redusă (5,4 kg), elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu centură. Dimensiuni: 106 cm, lungime: 65 cm. (MAVIG GmbH/Germania). Fisier MAVIG_RA631	Se solicită clarificarea dacă materialul este lavabil și greutatea prin documente confirmative	
	Protecție tiroidă - Echivalent de Pb: 0,50 mm. Greutate redusă (<0,5 kg), elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu „arici”, marime: unica. Sub forma de L. (WIROMA by LanzAnliker AG) Fisier WIROMA by LanzAnliker	Se solicită clarificarea dacă materialul este lavabil, greutatea și echivalent de Pb prin documente confirmative	
	Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).		

Nr. Re02- 2214 din 17.04.20 25	Neotec SRL	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Operatorul economic nu a răspuns la clarificarea depusă
		Comenzi ale sistemului de monitorizare hemodinamica integrate în ecranul tactil montat pe lateralul mesei	da	Parametrul nu a fost regăsit în datasheet. Rugăm să prezentați dovezi relevante.	
		Comenzile laterale să poată fi atașate pe ambele laturi ale mesei	Da, pag.56, KS-70 Operation Manual	Pe pagina indicată se regăsește posibilitatea de fixare a accesoriilor pe ambele părți ale mesei. Rugăm să prezentați „Comenzile laterale să poată fi atașate pe ambele laturi ale mesei”, conform cerinței caietului de sarcină.	
		Ecran tactil multifuncțional cu butoane programabile sau fără butoane.	Nu este indicat / oferit nimic	Conform cerinței caietului de sarcină se solicită „Ecran tactil multifuncțional cu butoane programabile sau fără butoane”. Rugăm să prezentați dovezi relevante.	
		3. Generator de rază X: Frecvența înaltă	da	Parametrul nu a fost regăsit în datasheet. Rugăm să prezentați dovezi relevante.	
		Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu sistem de control automat al expunerii.	AEC (Automat Exposure Control) anexa AEC_D150CG-40	Rugăm să prezentați manualul deplin nu doar anexa unei pagini. Din anexa prezentată nu este clar dacă performanța este pentru dispozitivul oferit.	
		Putere minimă în modul fluoro continuu: 2800 W (în	Da, 2800 W: Pag.5 Product Data	Conform datasheet-ului prezentat Max. continuous X-ray tube input	

	DQE la 0 LP/mm cel puțin 70%	Da, 77 %: pag. 5 Product Data	Conform fișierului Product Data la pagina 5 se regăsește: Spatial frequency: 2.6 lp/mm DQE: 77 %. Conform cerinței tehnice se solicită „DQE la 0 LP/mm cel puțin 70%”. Rugăm să prezentați performanța tehnică la „DQE la 0 LP/mm”.
	Min. 2 monitoare minim 19 inch (imagine live si referinta) in camera de comanda	Da, pag. 7 Product Data	Numărul de monitoare oferite / dotate nu este indicat în product data.
	2D Roadmap cu selecția imaginii de referință sau analogic acestei funcții	Da, SCORE MAP, pag.5 Product Data	Funcția oferită nu este analogică cerinței tehnice solicitate. SCORE MAP îmbunătățește vizibilitatea structurilor vasculare și a dispozitivelor. Reduce zgomotul de fundal și artefactele. Nu folosește suprapunerea unei imagini DSA, ci face optimizare dinamică a imaginii pe baza algoritmilor Shimadzu SCORE MAP. Rugăm să prezentați analogicul cerinței tehnice solicitate „2D Roadmap cu selecția imaginii de referință sau analogic acestei funcții”.

Pachet software planificare proceduri TAVI/TAVR	Da, Score RSM, pag. 2 Product Data	Pachetul software „Score RSM” nu este echivalent cerinței tehnice solicitate „Pachet software planificare proceduri TAVI/TAVR”.	
Pachet software pentru analiza stenozelor si a ventriculului stang	Da, SCORE StentView	Pachetul software „SCORE StentView” nu suplinește cerința tehnică solicitată „Pachet software pentru analiza stenozelor si a	
Trimite sau ruleaza imaginile: DICOM Push	Da, DICOM Query/Retrieve (Q/R), pag. 6 Product Data	Conform fișierului product data performanța tehnică „DICOM QR (optional)” este opțională. Acesta este inclusă în ofertă?	
Primire confirmare arhiva	Da, Storage Commitment, pag. 6 Product Data	Conform fișierului product data performanța tehnică „Storage Commitment (optional)” este opțională. Acesta este inclusă în	
a. Fustă - Echivalent de Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral) Greutate redusă (<5,0 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu	a-b) art. 425112 pag. 21 Brosura MAHN Medizinprodukte GmbH	Conform broșurii Lead equivalents Front 0.5 / back 0.25mmPb. Nu a fost regăsit greutatea, este sau nu lavabil? Sistem de prindere prin centură.	

		b. Vestă - Echivalent de Pb: 0,50 mm. Greutate redusă (<5,5 kg), elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu centură. Dimensiuni: Înălțime: 105 c. Protecție tiroidă - Echivalent de Pb: 0,50 mm. Greutate redusă (<0,5 kg), elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici" maxime: unice d. Ochelari - Prevazuti cu sistem de protecție laterală. Echivalent în Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral). Greutate < 0,05 kg, șiret de e. Bonetă - Marine universal, ajustabilă cu șiret. Suprafața antibacterială, durabilă. Echivalent de Pb 0,35 Pb.	a-b) art. 425112 pag. 21 Brosura MAHN Medizinprodukte GmbH c) art. 470100 pag. 23 Brosura MAHN Medizinprodukte GmbH d) art. 480200 pag. 28 Brosura MAHN Medizinprodukte GmbH e) art. 544 pag. 18 Brosura Aktiv	Conform broșurii Lead equivalents Front 0,5 / back 0.25mmPb. Nu a fost regăsit greutatea, este sau nu lavabil? Sistem de prindere prin centură. Nu a fost regăsit greutatea, este sau nu lavabil? Nu a fost regăsit greutatea, sistemul de fixare? Nu a fost regăsit articolul în broșură
		Platforma disponibilă pentru upgrade-uri în vederea efectuării de măsurători de lectrofiziologie (pe aceeași platformă, același PC) - DVD sau card de stocare SD pentru arhivare	da Da, HDD 500 GB si SSD 500 GB	Performanța tehnică solicitată nu a fost regăsită Performanța tehnică solicitată nu a fost regăsită

Sistemul sa includa o imagine live (dinamică) de captare pentru a furniza mai multe rapoarte prin includerea imaginilor cu raze X, ultrasunete sau de cartografiere a imaginilor captate în timpul cazului cu minimum 3 intrări video - optional		Da, pag. 104 QMAPP v2.10 User Manual	Performanța tehnică solicitată nu a fost regăsită	
	Înregistrări hemodinamice complexe care includ procedurile coronariene, pediatrică și vasculare	Da, QMAPP v2.10 User Manual	Performanța tehnică solicitată nu a fost regăsită	
	Sistem pentru măsurători hemodinamice complete pentru toate tipurile de	Da, QMAPP v2.10 User Manual	Performanța tehnică solicitată nu a fost regăsită	
	Amplificator cu design modular / compact de	da	Performanța tehnică solicitată nu a fost regăsită	
	Măsurarea CO (debit cardiac). Termoliuțe, metode calculate și estimare	Da, pag. 10 QMAPP v2.10 User Manual	Performanța tehnică solicitată nu a fost regăsită	
	Macro-uri configurate de către utilizator pentru simplificarea documentației și	Da, Presets, pag. 94 QMAPP v2.10 User Manual QMAPP v2.10 User Manual	Performanța tehnică solicitată nu a fost regăsită	
	Configurarea rapidă a Fereastra de analiză continuă a segmentului ST	Da, Conduction System Pacing with QMAPP®	Performanța tehnică solicitată nu a fost regăsită	
	Poziționări programabile ale brațului C: min. 45 poziții	C-arm memory (DirectMemory)72 patterns (angle, SID, bed	Conform cerinței tehnice se solicită „Poziționări programabile ale brațului C: min. 45 poziții”	

Nr. <u>Rg02-</u> <u>2213 din</u> <u>17.04.20</u> <u>25</u>	I M Vivamed Internati ona SRL	Analiza afisata pe ecranul tactil al mesei de examinare a stenozelor din cadrul selectat al imaginii	Da, Pag. 4-69 QCA Mode, DAR-9500f Operation Manual	Nu a fost regăsit performanța de „Analiza afisata pe ecranul tactil al mesei de examinare”	Operatorul economic a răspuns la clarificarea depusă
		S-a solicitat conform Anunțului de participare: Comenzi ale sistemului de monitorizare hemodinamica integrate in ecranul tactil montat pe lateralul mesei	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Da, Dispune de Joystick unic pentru mișcările brațului C și detectorului, orientate în funcție de unghiul pacientului. (<i>Datasheet pag.20</i>)	S-a constatat în procesul evaluării: Conform cerinței tehnice se solicită „Comenzi ale sistemului de monitorizare hemodinamica integrate in ecranul tactil montat pe lateralul mesei”. În ofertă s-a indicat „Dispune de Joystick unic pentru mișcările brațului C...”. Rugăm să prezentați performanța tehnică conform cerinței caietului de sarcină.	
		Comenzile laterale sa poata fi atașate pe ambele laturi ale mesei	Da, dispune de funcția solicitată	Parametrul nu a fost regăsit în datasheet. Rugăm să prezentați dovezi relevante.	
		Ecran tactil multifunctional cu butoane programabile sau fără butoane.	Da, dispune de ecran tactil și butoane + Joystick.	Se solicită clarificarea dacă sunt prezente butoane programabile.	

Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu sistem de calcul al produsului doză-arie	Da, Automatic exposure control, (Datasheet pag.17)	Automatic exposure control reprezintă un control al dozei de expunere, ce este diferit față de funcția solicitată. Se solicită clarificarea prezenței sistemului de calcul a dozei sau prezentarea în ce mod Automatic exposure control satisface cerințele solicitate.	
Din cei si uni campuri active disponibile (min. 3)	Da, dispune minim de 3 câmpuri	Parametrul nu a fost regăsit în datasheet. Rugăm să prezentați dovezi relevante.	
Instrumente de procesare a imaginilor: - edge, - contrast, - luminozitate, - subtracție, - pixel shift, - roam/zoom.	Da, Operation in the control room: Control standard Siemens syngo pentru sistemul imagistic Operare prin tastatură și mouse pentru toate funcțiile sistemului de imagistică, inclusiv: Post-procesare a imaginilor Arhivare Configurarea programelor pentru organe etc.	Se solicită explicii instrumente de procesare a imaginilor, precum: edge enhancement (accentuare contururi), contrast, luminozitate, subtracție, pixel shift (corectarea mișcării dintre cadre), roam/zoom. Mențiunea generală privind „post-procesare imagini” prin „control standard Siemens syngo” nu confirmă în mod clar disponibilitatea fiecărei funcții solicitate. Prin urmare, vă rugăm să precizați în mod detaliat dacă aceste funcții	

		Fluoroscopia pulsata de tip "grid-switch", (grilă pulsată) sau analogic	Da, Siemens dispunde de funcția solicitată, fiind analogică, cum ar fi: ☒ Generator de raze X de înaltă frecvență controlat de microprocesor, cu reglare automată a ratei dozei pentru fluoroscopie și achiziție.	Se solicită fluoroscopie pulsată de tip „grid-switch” (grilă pulsată) sau analogică, tehnologie specifică ce asigură reducerea dozei de iradiere prin modularea fasciculului de raze X în impulsuri controlate. Răspunsul oferit menționează doar un „generator de raze X de înaltă frecvență cu reglare automată a ratei dozei”, fără a preciza în mod clar dacă este utilizată tehnologia „grid-switch” sau un sistem echivalent de fluoroscopie analogică pulsată.
	Pixelshift automat în timp real, care poate fi activat sau dezactivat în funcție de necesitate	Da, Pixel shift, Manual pixel shift, automatic pixel shift, flexible pixel shift (rubber masking)	Da, Pixel shift, Manual pixel shift, automatic pixel shift, flexible pixel shift (rubber masking)	Se solicita clarificarea dacă Pixelshift poate fi activat sau dezactivat în funcție de necesitate.
	Pachet software pentru analiza stenozelor și a ventriculului stâng	Da, syngo LVA (Datasheet pag.14)Referință la pagini sursa: AT syngo X Workplace - Datasheet VD20.PDF(Marcate cu roșu)	Da, syngo LVA (Datasheet pag.14)Referință la pagini sursa: AT syngo X Workplace - Datasheet VD20.PDF(Marcate cu roșu)	Vă rugăm să confirmați în mod explicit dacă acest modul sau un alt pachet software inclus asigură și analiza stenozelor coronariene, nu doar analiza funcției ventriculului stâng. De asemenea, vă rugăm să indicați pagina din documentația tehnică

Achiziție de tip CT	Da, syngo InRoom Control + syngo 3D Roadmap; (Datasheet pag. 7/8)	Se solicită: Achiziție de tip CT, ceea ce implică: obținerea unui volum 3D prin achiziție rotativă a C-arnului (ex. cone beam CT), reconstrucția tomografică a volumului achiziționat, imagini comparabile cu cele dintr-un CT clasic (pentru reconstrucții axiale, coronale, sagitale, MPR, MIP etc.). Descrierea furnizată se referă exclusiv la 3D Roadmap, care este o funcție de ghidaj în timp real ce utilizează un volum 3D preexistent (deja achiziționat anterior) și îl suprapune peste fluoroscopia live. Aceasta nu descrie procesul de achiziție a volumului 3D (de tip CT),	
Controlul modului de afisare a imaginii disponibil pe ecranul tactil situat pe laturala mesei	Da, dispune de Controlul modului de afisare a imaginii disponibil pe ecranul tactil situat pe	Parametrul nu a fost regăsit în datasheet. Rugăm să prezentați dovezi relevante.	
	Comenzi 3D roadmapping disponibile la masa de examinare: reajustare suprapunere, afisare imagine, zoom etc.	Parametrul nu a fost regăsit în datasheet. Rugăm să prezentați dovezi relevante.	

		Substracție automată de os și caracterizarea vaselor pe imaginile CT pre-achiziționate	Da, VOI Punching for VRT Images – Included in 3D Engine (Datasheet pag.7)	VOI Punching este manual/semi-manual. Este un instrument de manipulare vizuală manuală. Conform cerinței s-a solicitat „Substracție automată de os ...” Rugăm să prezentați performanța
		Pachet software pentru vizualizarea dispozitivelor de tip stent sau balon în arterele coronare în timpul procedurilor intervenționale precum și evaluarea pre și post procedură, inclusiv funcție de amplificare și reducere a vizualizării stentului; măsurători pentru	Da, 3D CARD Acquisition for syngo DynaCT Cardiac + CLEARSent + CLEARstent Live oferă pachetul necesar. (Datasheet pag.13)	Nu a fost regăsit performanța tehnică „Controlul acestei aplicații de la nivelul modulelor atașate la nivelul mesei”.
		Posibilitate de stocare secvențe în mod fluoro	Da, dispune de funcția solicitată.	Parametrul nu a fost regăsit în datasheet. Rugăm să prezentați
		a. Fustă - Dimensiuni: - Înălțime: 110 ±5 cm, lungime: 60 ±5 cm.	Marimea L, Greutatea Redusă pentru Fustă (4,98 kg) și Vestă (5.45kg)	dovezi relevante Mărimile conform cerințelor caietului de sarcină nu au fost regăsite
		Protecție tiroidă - Echivalent de Pb: 0,50 mm. Greutate redusă (<0,5 kg), elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu „arici”, marime: unică. Sub formă de L.	Da, Protecție Tiroidă, Model: Tru-Comfi leaded Thyroid Shield , Echivalent de Pb: 0.5 mm, Greutate redusă (<0,5 kg), elasticitate, manipulare	Greutatea, modul de prindere și materialul lavabil conform cerințelor caietului de sarcină nu au fost regăsite

	d. Ochelari - Prevazuti cu sistem de protectie laterala. Ecuivalent in Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral).	Da, Ochelari: Da dispune de Prevazuti cu sistem de protectie laterala, unde 0.50mm Pb	Șiret de fixare spate conform cerințelor caietului de sarcină nu au fost regăsite	
	Sistemul hemodinamic integral care rulează pe calculator și permite	Da, Dispunde de funcția solicitată	Parametrul nu a fost regăsit în datasheet. Rugăm să prezentați <i>dovezi relevante</i>	
	DVD sau card de stocare SD pentru arhivare	Da, Dispune de funcția solicitată	Parametrul nu a fost regăsit în datasheet. Rugăm să prezentați <i>dovezi relevante</i>	
	Imprimarea imaginilor tip laser sau analogic. Viteza de imprimare minim 40 filme pe oră.	Da, HP LaserJet Pro M203dn / HP LaserJet Pro M203d, Marimea hârtiei: A4	Conform cerinței caietului de sarcină se solicită imprimantă medicală de imprimare a filmelor radiologice „minim 40 filme pe oră”. Astfel se solicita clarificarea imprimantei oferite și modul în	
	Indicatori acustici	Da, dispune de indicatoare acustice.	Parametrul nu a fost regăsit în datasheet. Rugăm să prezentați	
	Sistemul sa includa o imagine live (dinamică) de captare pentru a furniza mai multe rapoarte prin includerea imaginilor cu raze X, ultrasunete sau de cartografiere a imaginilor captate în timpul cazului cu	Da, dispune de indicatoare acustice.	Parametrul nu a fost regăsit în datasheet. Rugăm să prezentați dovezi relevante.	

		Măsurare Respirație cu metoda impedanței	Da, Respiration rate using Microstream™ MicroPod™ external etCO ₂ Module	Se oferă o altă metodă de măsurare a respirației. Prin intermediul măsurării concentrației de dioxid de carbon expirat (etCO ₂). Conform cerinței caietului de sarcină se solicită măsurarea respirației cu metoda impedanței.
		Macro-uri configurate de către utilizator pentru simplificarea documentației și	Da, dispune de funcția solicitată.	Parametrul nu a fost regăsit în datasheet. Rugăm să prezentați dovezi relevante.
		Fereastra de analiză continuă a segmentului ST	Da, dispune de funcția solicitată.	Parametrul nu a fost regăsit în datasheet. Rugăm să prezentați dovezi relevante.
		Modul diagramă coronariană	Da, dispune de funcția solicitată.	Parametrul nu a fost regăsit în datasheet. Rugăm să prezentați dovezi relevante.
		5. Sistem de achiziție imagini detector plat / 14 Dimensiune minimă a zonei active a detectorului: minim 20 x 20 cm	Da, Detector as40HDR, 1024 x 1024 pixels (for images up to 2480 x 1920 pixels) (AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee Flow D11D, C.DR)	Rugăm să indicați care este mărimea zonei active a detectorului oferit.
		Analiza afisată pe ecranul tactil al mesei de examinare a stenozei din cadrul selectat al imaginii	QCA – Scientific coronary analysis (AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee floor D11D_E.PDF pag.18) Opțiune inclusă!	Nu a fost regăsit performanța de „Analiza afisată pe ecranul tactil al mesei de examinare a stenozei din cadrul selectat al imaginii”. Rugăm să prezentați dovezi
		Revizuirea imaginilor achiziționate în “slow motion”, cadrul cu cadru	syngo Angio (DSA). (AT syngo X Workplace - Datasheet VD20.PDF)	Opțiunea este inclusă în ofertă?

		Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).	
Nr. <u>Rg02-</u> <u>2138 din</u> <u>10.04.20</u> <u>25</u>	INTERM ED SRL IM Vivamed Internati onal SRL	prezentarea următoarelor reprezentarea Formularului specificației de preț actualizată la informația din SIA RSAP Mlender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	Operatorii economici au prezentat răspunsul.

Oferanții respinși/descalificați:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V

Criteriul de atribuire aplicat:

cel mai bun raport calitate - preț V

Evaluarea ofertelor se va face prin însumarea punctajelor obținute pentru criteriile de mai jos:

1. Prețul / oferta financiară fără TVA: 60 puncte;
2. Criterii de performanță (Punctaj tehnic): 40 puncte.

Oferta cu cel mai mare punctaj total va fi desemnată câștigătoare.

Algoritmul de calcul al ofertei:

Punctajul total va fi calculat astfel:

$$\text{Punctaj total} = \text{Punctaj factor de evaluare al ofertei financiare} + \text{Punctaj tehnic}$$

1. Denumire factor evaluare: Pretul ofertei:

Descriere: Componenta financiară

Pondere: 60.00 %

Punctaj maxim 60.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru prețul cel mai scăzut se acordă punctajul maxim alocat;

b) Pentru alt preț decât cel mai scăzut, punctajul financiar se calculează proporțional, astfel: $P1 = (\text{preț minim} / Pn) * P_{\text{max}}$

Unde:

$P1$ = punctaj factor de evaluare al ofertei financiare.

Preț minim = prețul cel mai scăzut oferit de ofertanți pentru realizarea contractului.

Pn = prețul ofertei curente

P_{max} (Punctajul maxim alocat) = 60 puncte

2. Denumire factor evaluare: Criterii de performanță

Descriere: Se vor evalua mai întâi ofertele în vederea determinării corespunderii în mod obligatoriu a tuturor cerințelor tehnice solicitate în tabelul nr. 1.

1. Ofertele care nu vor corespunde cerințelor tehnice din tabelul nr. 1 – Cerințe tehnice minime obligatorii, vor fi respinse în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, iar cele care vor corespunde cerințelor tehnice din tabelul nr. 1 vor trece în etapa de evaluare în vederea aplicării factorilor de evaluare conform tabelului nr. 2

Ulterior, în vederea aplicării factorilor de evaluare, se vor totaliza punctele obținute de fiecare ofertant pentru caracteristicile tehnice oferite conform tabelului nr. 2, după cum urmează:

Pondere: 40.00 %

Punctaj maxim 40.00 puncte

Punctajul se acordă astfel: Se punctează caracteristicile tehnice înscrise în tabelul de mai jos - Detalierea privind punctajul acordat. Punctaj tehnic (Numărul total de puncte pentru caracteristicile tehnice și de performanță) se va calcula însumând punctele obținute pentru fiecare cerință tehnică, iar nr. de cerințe tehnice este 30.

<i>Parametri tehnici</i>	Punctaj
Reducerea dozei de radiație	3,0
Brat C monoplan	5,0
Masa pacient	5,0
Tub de raze X:	4,0
Sistem de achiziție imagini detector plat	3,0
Sistem de vizualizare - monitoare	3,0
Stație de lucru post-procesare și arhivare independentă	5,0
Imagistica digitală post-procesare	4,0
Hardware:	4,0
Garanția suplimentară oferită față de cea de bază	4,0
Total punctaj:	40

Tabelului nr. 2

Nr.	Sistem monoplan cu detector plat pentru aplicații cardiace	Cost eficiență	Punctaj
Se vor oferi doar echipamente noi produse (în totalitate) nu mai târziu de 2024			
	Parametri tehnici		
1.	Reducerea dozei de radiație		
1	DLP (Dose-length Product), max. 400-1000 mGy/cm	max. 400-1000 mGy/cm	3

Brat C monoplan			
2.	2	Adâncimea brațului C: min. 90 cm	min. 90 cm
	3	Angulație CRA/CAU: min. +/- 45 grade	min. +/- 45 grade
	4	Viteza angulației brațului C: min. 20 grade/sec	min. 20 grade/sec
	5	Poziționări programabile ale brațului C: min. 45 poziții	min. 45 poziții
	6	Viteza de rotație pentru coronarografie: min 40°/sec	min 40°/sec
3.		Masa pacient	
	7	Lungimea blatului mesei: min 275 cm	min. 275 cm
	8	Greutate maximă pacient: min 220 kg (fără accesorii suplimentare)	min. 220 kg
	9	Lățimea blatului mesei: min 45 cm	min. 45 cm
	10	Deplasare longitudinală a blatului mesei: min. 120 cm	min. 120 cm
	11	Acoperire fluoroscopie: min. 185 cm	min. 185 cm
	12	Masa pacient/ Atenuarea maximă a blatului: max. 1.4 mm echivalent Al	max. 1.4 mmAl
4.		Tub de raze X:	
	13	Număr pete focale: min 2	Min. 2
5.		Sistem de achiziție imagini detector plat	
			4

	14	Dimensiune minima a zonei active a detectorului: minima 20 x 20 cm	min. 20 x 20 cm	2
	15	Detector plat / Dimensiune pixel: max. 200 µm	max. 200 µm	1
6.	Sistem de vizualizare - monitoare			
	16	Monitor color de înaltă rezoluție suspendat de tavan cu diagonala de min. 50 inch in sala de examinare	min. 50 inch	3
7.	Stăte de lucru post-procesare si arhivare independenta			
	17	Stație independenta multimodalitate cu min. doua monitoare color LCD de min. 19" pentru post-procesare (ex.: imagistica 3D, imagistica CT)	min. 2 x 19 inch	1
	18	Memorie min. 32 GB RAM	Memorie min. 32 GB RAM	1,5
	19	Procesor Min 8 x 2,8 GHz, 8 nuclee	Procesor Min 8 x 2,8 GHz, 8 nuclee	1,5
	20	Capacitate hard disc: min. 2 TB	Capacitate hard disc: min. 2 TB	0,5
	21	Memorie imagini in matrice 1024 x 1024: min 450 000	min 450 000	0,5
8.	Imagistica digitala post-procesare			
	22	Viteza de achiziție pentru imagini de tip CT: min. 30 cadre pe secunda	min. 30 cadre	2
	23	Metoda automata de optimizare a afisarii imaginilor cadru cu cadru	Cu opțiunea inclusă	0,2
	24	Roadmapping 3D cu fuziune automata a imaginii pentru proceduri de tip TAVI/TAVR	Roadmapping 3D cu fuziune automata a imaginii pentru proceduri de tip TAVI/TAVR	0,7
	25	Fuziune 3D de imagini provenite de la oricare 2 modalitati: CT, RM, PET, angiografice, angiografice cu subtracție	Cu opțiunea inclusă	0,2

	26	Analiza afisata pe ecranul tactil al mesei de examinare a stenozelor din cadrul selectat al imaginii	afisata pe ecranul tactil al mesei de examinare	0,7
	27	Revizuirea imaginilor achizitionate in "slow motion", cadru cu cadru inainte si inapoi	Cu optiunea inclusa	0,2
9.		Hardware:		
	28	Două monitoare în camera de control min 20" și afişarea imaginilor în sala de examinare pe monitorul mare.	Min 19 inch	3
	29	Transferul semnalelor și datelor de la sistemul angiografic: min. datele pacienţilor, datele demografice, doza globală pacient	Opţiunea inclusă	1
10		Garanția suplimentară oferită față de cea de bază		
11	30		Garanția suplimentară oferită față de cea de bază	4

Punctajul pentru fiecare criteriul se va calcula după formula:

1. Pentru criteriul **tehnice cu cea mai înaltă performanță** se va acorda punctajul maxim;

Pentru criteriul tehnic cu o performanță mai inferioară față de cea mai înaltă oferită, se va acorda punctajul după formula:

$$P = V_{of}/V_{max} * \text{Punctaj maxim, unde}$$

P - reprezintă punctajul criteriului calculat;

Vof - reprezintă valoarea criteriului oferit;

Vmax - reprezintă valoarea maximă oferită;

Punctaj maxim - punctajul maxim acordat pentru criteriul respectiv,

2. Pentru criteriul **tehnic unde valoarea minimă este mai favorabilă** se va acorda punctajul maxim.

Pentru criteriul tehnic unde valoarea minimă este mai favorabilă, se va acorda punctajul după formula:

$$P = \text{Punctaj maxim} / V_{of} * V_{min, unde}$$

P - reprezintă punctajul criteriului calculat;

Vmin. - reprezintă valoarea criteriului minim oferit;

Vof - reprezintă valoarea criteriului oferat;

Punctaj maxim = reprezintă punctajul maxim pentru criteriul respectiv.

Punctajul tehnic total se va calcula după formula:

$P_{of} = P_{c1} + P_{c2} + \dots + P_{c30}$, unde

P_{of} – reprezintă punctajul oferit;

P_{c1} – reprezintă criteriului nr. 1;

P_{c2} - reprezintă criteriului nr. 2;

P_{c30} - reprezintă criteriulu nr. 30;

Nr.	Sistem monoplan cu detector plat pentru aplicații cardiace	Cost eficiență	Punctaj	Intermed GE	Vivemed International Siemens	Neotec Shimadzu
Se vor ofera doar echipamente noi produse (in totalitate) nu mai tarziu de 2025						
	Parametri tehnici					
1.		Reducerea dozei de radiație				AIR KERMA+DAP
1	DLP (Dose-length Product), max. 400-1000 mGy/cm	max. 400-1000 mGy/cm	2	N/A – This is for Computed tomography scanners, not applicable for angiographs. See the related DAP values from multicenter studies referred in submitted documents Dose article summary for	Da, Reducerea doze de radiație este o funcție standard inclusă în sistemul de lucru al Angiografului Artis Zee Floor denumirea este CARE + CLEAR. Sursa: at_cvc_artis_zee_for_CVC_HOO D051620033 62165.PPTX • AT IR Dose saving in Angiography - US version HOO D05162003087483.PPTX	1. DLP (Dose-Length Product) • Unde se folosește: Tomografie computerizată (CT) • Ce exprimă: Doza totală de radiație primită de pacienți pe întreaga lungime a scanării • Formula: $DLP = CTDI_{vol} \times \text{lungimea scanării (în cm)}$ • Unitate: mGy cm (miligray–centimetru) • Scop: Estimare a dozei totale de radiație pentru o procedură CT.

						Interventional Cardiology		
2.						Brat C monoplan		MH 300
	2	Adâncimea brațului C: min. 90 cm	min. 90 cm			107 cm <i>Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 15;</i>	Da, 92.5 cm <i>(AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee floor D11D_E.PDF pag.20)</i>	900 mm Pag.3 PD
	3	Angulație CRA/CAU: min. +/- 45 grade	min. +/- 45 grade			50° cranial and 45° caudal <i>Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 15;</i>	+ 55°/- 45° CRAN/CAUD <i>(AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee floor D11D_E.PDF</i>	Rotation of C-arm in direction of body axis:CRA 50gr/CAU 45gr Pag.3 PD
	4	Viteza angulației brațului C: min. 20 grade/sec	min. 20 grade/sec			Up to 20°/sec with <i>InnovaSense Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 15;</i>	Da, variable rotation up to 25°/s with 1.AO/RAO (AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee floor D11D_E.PDF	(Max. 25gr/sec, variable) pag.3 PD
	5	Poziționări programabile ale brațului C: min. 45 poziții	min. 45 poziții			Auto-positioning: <i>Memorizes up to 49 table and gantry position simultaneously or separately Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 18;</i>	Da, up to 5 system positions, additional 50 user-definable user positions and 3 direct positions. <i>(AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee floor D11D_E.PDF pag. 20)</i>	C-arm memory (DirectMemory)72 patterns (angle, SUD, bed height) pag.2 PD
	6	Viteza de rotație pentru coronarografie: min 40°/sec	min 40°/sec			3DCT performs at 40 degree/sec and can be used with 4 different field of views.	Da, variable rotation, automated runs up to 45°/s <i>(AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee floor D11D_E.PDF pag.20)</i>	Max. 60gr/sec) pag.3 PD

							<i>Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 11;</i>		
3.						Masa pacient			KS-70
7	Lungimea blatului mesei: min 275 cm	min. 275 cm	0,5	333 cm <i>Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 17;</i>	Da, 281,5 cm (AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee floor D11D_E.PDF pag.21)	2880 mm pag.6 PD			
8	Greutate maxima pacient: min 220 kg (fără accesorii suplimentare)	min. 220 kg	1	250 kg <i>Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 17;</i>	Da, 250 kg (AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee floor D11D_E.PDF pag. 21)	227 kg + 100 kg (for CPR) pag.6 PD			
9	Lățimea blatului mesei: min 45 cm	min. 45 cm	0,5	46 cm <i>Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 17;</i>	Da, 52,5 cm (AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee floor D11D_E.PDF pag. 22)	450 mm pag. 6 PD			
10	Deplasare longitudinală a blatului mesei: min. 120 cm	min. 120 cm	1	170 cm <i>Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 17;</i>	Da, 125 cm (AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee floor D11D_E.PDF pag. 22)	1350 mm Pag.6 PD			
11	Acoperire fluoroscopie: min.185 cm	min.185 cm	1	187 cm <i>Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 17;</i>	Da, 224 cm (Maximum unobstructed overhang) (AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee floor D11D_E.PDF pag. 22)	Fluoroscopy/radiography range Longitudinal: approx. 1900 mm* pag.3 PD			
12	Masa pacient / Atenuarea maxima a	max. 1.4 mmAl	1	<i>Less than 0.85mm Al Equivalence, 100KVP</i>	Da, ≤ 1.4 mm (0.06") at 100 kV, HVL 3.6 mm (0.15") Al	0.8 mm Al equivalent pag.6 PD			

		blatului: max. 14 mm echivalent A1				<i>Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 17;</i>	(AT IR Artis zec Data Sheet Artis zec floor D11D_E.PDF pag. 22)		
4.			Tub de raze X:					LX-2011	
13		Număr pete focale: min 2		Min. 2	2	<i>3 focal spots (0.3, 0.6, 1.0 mm) Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 4;</i>	Da, 3 zone Focal spot (IEC 60336) 0.3 0.6 x 0.6 1.0 (AT IR Artis zec Data Sheet Artis zec floor D11D_E.PDF pag. 7)	2 pete focale Nominal focal spot sizeSmall focus: 0.6mmLarge focus: 1.0 mm pag.5 PD	
5.			Sistem de achiziție imagini detector plat					Digital Radiography System (DAR-9500f) FPD	
14		Dimensiune minimă a zonei active a detectorului: minim 20 x 20 cm		min. 20 x 20 cm	1	<i>20.5 cm x 20.5 cm (20cm detector) Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 5;</i>	Overview mode: 30 cm x 38 cm. Da, Detector as40HDR, 1024 x 1024 pixels (for images up to 2480 x 1920 pixels) (AT IR Artis zec Data Sheet Artis zec floor D11D_E.PDF pag. 10)	12 in. (294 x 294 mm) pag. 5 PD	
15		Detector plat / Dimensiune pixel: max. 200 µm		max. 200 µm	1	<i>200 x 200 µm Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 5;</i>	Da, 154 µm (AT IR Artis zec Data Sheet Artis zec floor D11D_E.PDF pag. 10)	Pixel pitch: 194 µm pag.5 PD	
6.		Sistem de vizualizare - monitoare						Large image display in examination room (optional)	
16		Monitor color de înaltă rezoluție suspendat de tavan cu diagonală de min. 50 inch în sala de examinare		min. 50 inch	3	<i>55" Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 22;</i>	Da, Artis Large Display, 55 inch, (AT IR Artis zec Data Sheet Artis zec floor D11D_E.PDF pag. 23)	58" color LCD pag.7 PD	
7.			Stație de lucru post-procesare și arhivare independentă					Da, Review Station	

	Stație independentă multimodalitate cu min. doua monitoare color LCD de min. 19" pentru post-procesare (ex.: imagistica 3D, imagistica CT)	min. 2 x 19 inch	1	Declarație tehnică, punctul 23; AW Volumeshare 7 cu monitoare 2x 19".	Da, 2 monitoare Sursa: AT syngo X Workplace - Datasheet VVD20.PDF	Da, 2 Monitoare de 19 inch incluse
17						
18	Memorie min. 32 GB RAM	Memorie min. 32 GB RAM	1.5	AW Volumeshare 7 cu 64GB (4x16GB) DDR4 2933 MHz or higher Registered DIMM	64 GB (AT syngo X Workplace - Datasheet VVD20.PDF pag. 22)	DA, 32 GB
19	Procesor Min 8 x 2,8 GHz, 8 nuclee	Procesor Min 8 x 2,8 GHz, 8 nuclee	1.5	AW Volumeshare 7 cu Intel® Xeon® W-2245 opti nuclee fizice/ 16 nuclee logice 3.9 GHz CPU Registered DIMM	Da, Intel® Xeon® W-2133 (6 cores, 3.6 GHz) (AT syngo X Workplace - Datasheet VVD20.PDF pag. 22)	Da, CPU Intel Core i7-13700 2.1-5.2GHz (8P+8E/24T, 30MB, S1700
20	Capacitate hard disc: min. 2 TB	Capacitate hard disc: min. 2 TB	0.5	Declarație tehnică, punctul 23; 2 TB HDD	System disk: SSD 256 GB; Hard disk for Image Data NVMe 1 TB (ATsyngo X Workplace - Datasheet VVD20.PDF pag. 22)	Da, 6 TB
21	Memorie imagini in matrice 1024 x 1024; min 450 000	min 450 000	0.5	800,000 imagini in 1024x1024x16 bit	400 000 images, (AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee floor D111D_E.PDF pag. 15)	Cca 2 000 000 Imagini
8.	Imagistica digitala post-procesare					Digital Radiography System (DAR-9500f)
22	Viteza de achiziție pentru imagini de tip CT: min. 30 cadre pe secunda	min. 30 cadre	2	50 fps Fisa de date Allia IGS 5, varianta in lb. Engleza, pag. 11;	30 de cadre pe secundă, syngo DynaCT	Acquisition rate: 30 fps pag.7 PD

23	Metoda automată de optimizare a afisării imaginilor cadru cu cadru	Cu opțiunea inclusă	0,2	Opțiune inclusă: AutoRight este un lanț de imagini bazat pe inteligență artificială, antrenat pe un set de date care conține mai mult de 6.000 de date, care ajustează automat parametrii de achiziție, procesarea și afișarea, pentru a asigura o calitate consecventă a imaginii, indiferent de dimensiunea pacientului, anatomie sau angulațiile brațului C. Fisa de date Allia IGS 5, varianta în lb. Engleza, pag. 7;	CLEARmotion, CLEARview sunt incluse standard în Sistemul de Lucru al Artis Zee Floor	Pag.6 PD-505-208D Functions:Dynamic image play/stop, image selection, fluoroscopy/ radiography conditions selection, comment selection, reference image registration, fluoroscopy recording, stopwatch, target monitor switching, split display and focus switching, reference mode switching, cine-area-zoom function, Angle synchronization, multi-display, photo file storage, road map, SCORE StentView, SCORE Chase
24	Roadmapping 3D cu fuziune automată a imaginii pentru proceduri de tip TAVI/TAVR	Roadmapping 3D cu fuziune automată a imaginii pentru proceduri de tip TAVI/TAVR	0,7	Opțiune inclusă: HeartVision 2	syngo InRoom Control – syngo 3D Roadmap + syngo Aortic Valve Guidance; (AT syngo X Workplace - Datasheet VD20.PDF. 7/8)	Da, Score RSM, pag. Product Data
25	Fuziune 3D de imagini provenite de la oricare 2 modalități:	Cu opțiunea inclusă	0,2	Opțiune inclusă: Integrated registration	A fost inclusă însuși pachetul 3D (AT syngo X Workplace - Datasheet VD20.PDF pag. 9	Pag.8 PD-505-208D Multi-modality integration (SCORE Navi+Plus) Applicable modality CT, MRI

	CT, RM, PET, angiografie, angiografie cu subtracție			Technical Configuration With Artis Zee Floor for Institute of Cardiology №2.pdf) Opțiune inclusă	Da, Pag. 4-69 QCA Mode, DAR-9500f Operation Manual
26	Analiza afisata pe ecranul tactil al mesei de examinare a sienozei din cadrul selectat al imaginii	afisata pe ecranul tactil al mesei de examinare	0.5	Opțiune inclusă: Funcția <i>OneTouch QA</i> Cu <i>OneTouchQA</i> , utilizatorul poate selecta punctele de măsurare cu vârful degetului direct pe cadrul imaginii selectate afișat pe panoul tactil de lângă masă – nu este nevoie de mouse sau joystick. Fișa de date Allia IGS 5, varianta în lb. Engleză, pag. 9;	
27	Revizuirea imaginilor achiziționate în "slow motion", cadru cu cadru înainte și înapoi	Cu opțiunea inclusă	0.2	Opțiune inclusă: Revizuirea lentă și rapidă a secvențelor, înainte și înapoi Fișa de date Allia IGS 5, varianta în lb. Engleză, pag. 7;	syngo Angio (DSA). (AT syngo X Workplace - Datasheet VD20.PDF)
					Pag.6 PD-50S-208D • Functions:Dynamic image play/stop, image selection, fluoroscopy/radiography conditions selection, comment selection, reference image registration, fluoroscopy recording, stopwatch, target monitor switching, split display and focus switching, reference mode switching, cine-area-zoom function, Angle synchronization, multi-display, photo file storage, road map, SCORE StentView, SCORE Chase

28	Imagistica de flux vascular cu coduri de culoare (perfuzie 2D) in angiografie cu substractie digitala)	Cu opțiunea inclusă	0,2	Fisa de date AngioViz	High-speed acquisition for DR and DSA (AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee floor D11D_E.PDF pag.13) + •syngo iFlow (AT syngo X Workplace - Datasheet VD20.PDF pag. 13) Opțiune inclusă!	Da, FluoroMAP, FluoroMAP, TraceMAP, BlankMAP, pag. 2-12 DAR 9500f operation manual
29	Fluoroscopia pulsata de tip "grid-switch", (grila pulsata) sau analogic	Cu Fluoroscopia pulsata de tip "grid-switch", (grila pulsata) inclusă	5	The IGS system uses a 100 kW high-frequency Jedi three-phase power unit that provides grid pulsed fluoroscopy capability analogic	Siemens dispune de functie analogică care permite să fie controlat de microprocesor, cu reglare automată a ratei dozei pentru fluoroscopie și achiziție. (AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee floor D11D_E.PDF pag.8)	Grid switch control pag.4 PD
9.		Hardware:				
30	Două monitoare în camera de control min 19 inch și afișarea imaginilor în sala de examinare pe monitorul mare.	Min 19 inch	2	<i>Back-up monitors 48 cm (19 in) live and reference monitors</i> <i>Fisa de date a echipamentului Allia IGS 5, varianta in lb. engleza, pag 22;</i>	2 Monitoare în camera de control minim de 19 inch.	Monitors pag.7 PD• MAP / LIVE monitor : Examination room / Control room pag.8PD
31	Transferul semnalelor și datelor de la sistemul angiografic min. datele pacienților, datele	Opțiunea inclusă	1	<i>Declarație tehnica, punctul 24</i>	Funcția CAREreport Este funcție standard. AT IR Artis zee Data Sheet Artis zee floor D11D_E.PDF pag.17	DICOM: pag.6 PD

	demografice, doza globală pacient				
		Garanția suplimentară oferită față de cea de bază			
10	32	Garanția suplimentară oferită față de cea de bază	4	Garanția suplimentară oferită față de cea de bază este de 6 luni	(Garantie pe perioada de 24 de luni SE REFERĂ LA CEA DE BAZĂ) 0 LUNI
					6 luni suplimentare

Denumirea factorului de evaluare		Operator	Parametrul tehnic de referință		Punctaj tehnic	Intermed	Vivimed	Neotec
economic								
DLP (Dose-length Product), max. 400-1000 mGy/cm			max. 400-1000 mGy/cm		2	0	0	0
Adâncimea brațului C: min. 90 cm			min. 90 cm		1	1	0,86	0,84
Angulație CRA/CAU: min. +/- 45 grade			min. +/- 45 grade		1	0,9	1	0,9
Viteza angulației brațului C: min. 20 grade/sec			min. 20 grade/sec		1	0,8	1	1
Poziționări programabile ale brațului C: min. 45 poziții			min. 45 poziții		1	0,98	1	
Viteza de rotație pentru coronarografie: min 40°/sec			min 40°/sec		1	0,81	0,83	1
Lungimea blatului mesei: min 275 cm			min. 275 cm		0,5	0,5	0,42	0,433
Greutate maxima pacient: min 220 kg (fără accesorii suplimentare)			min. 220 kg		1	1	1	0,9
Lățimea blatului mesei: min 45 cm			min. 45 cm		0,5	0,43	0,5	0,42
Deplasare longitudinală a blatului mesei: min. 120 cm			min. 120 cm		1	1	0,73	0,79
Acoperire fluoroscopie: min.185 cm			min.185 cm		1	0,83	1	0,84

Masa pacient / Atenuarea maxima a blatului: max. 1,4 mm echivalent Al	max. 1,4 mmAl	1	0,94	0,57	1
Număr pete focale: min 2	Min. 2	2	2	2	1,33
Dimensiune minima a zonei active a detectorului: minim 20 x 20 cm	min. 20 x 20 cm	1	0,68	1	0,98
Detector plat / Dimensiune pixel: max. 200 µm	max. 200 µm	1	0,77	1	0,79
Monitor color de înaltă rezoluție suspendat de tavan cu diagonala de min. 50 inch în sala de examinare	min. 50 inch	3	2,84	2,84	1
Stație independentă multimodalitate cu min. două monitoare color LCD de min. 19" pentru post-procesare (ex.: imagistica 3D, imagistica CT)	min. 2 x 19 inch	1	1	1	1
Memorie min. 32 GB RAM	Memorie min. 32 GB RAM	1,5	1,5	1,5	0,75
Procesor Min 8 x 2,8 GHz, 8 nuclee	Procesor Min 8 x 2,8 GHz, 8 nuclee	1,5	0,81	0,54	1,5
Capacitate hard disc: min. 2 TB	Capacitate hard disc: min. 2 TB	0,5	0,16	0,08	0,5
Memorie imagini în matrice 1024 x 1024: min 450 000	min 450 000	0,5	0,2	0,1	0,5
Viteza de achiziție pentru imagini de tip CT: min. 30 cadre pe secunda	min. 30 cadre	2	2	1,2	1,2
Metoda automată de optimizare a afisării imaginilor cadru cu cadru	Cu opțiunea inclusă	0,2	0,2	0,2	0,2
Roadmapping 3D cu fuziune automată a imaginii pentru proceduri de tip TAVI/TAVR	Roadmapping 3D cu fuziune automată a imaginii pentru proceduri de tip TAVI/TAVR	0,7	0,7	0,7	0,7
Fuziune 3D de imagini provenite de la oricare 2 modalități: CT, RM, PET, angiografie, angiografie cu substrație	Cu opțiunea inclusă	0,2	0,2	0,2	0,2
Analiza afisată pe ecranul tactil al mesei de examinare a stenozelor din cadrul selectat al imaginii	afisată pe ecranul tactil al mesei de examinare	0,5	0,5	0,5	0,5
Revizuirea imaginilor achiziționate în "slow motion", cadru cu cadru înainte și înapoi	Cu opțiunea inclusă	0,2	0,2	0,2	0,2

Imagistica de flux vascular cu cordon de culoare (perfuzie 2D in angiografie cu subtracție digitală)	Cu opțiunea inclusă	0,2	0,2	0,2	0,2
Fluoroscopia pulsata de tip “grid-switch”, (grilă pulsată) sau analogic	Cu Fluoroscopie pulsată de tip “grid-switch”, (grilă pulsată) inclusă	5	5	5	5
Două monitoare în camera de control min 19 inch și afișarea imaginilor în sala de examinare pe monitorul mare.	Min 19 inch	2	2	2	2
Transferul semnalelor și datelor de la sistemul angiografic: min. datele pacienților, datele demografice, doza globală pacient	Opțiunea inclusă	1	1	1	1
Garanția suplimentară oferită față de cea de bază		4	1	4	1
Total		100	95,15	90,13	80,813

Intermed 95,15 p.p.

Vivamed 90,13 p.p și

Neotec 80,813 p.p.

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor oferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați: se aplică

Oferanții respinși/descalificați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Motivul reevaluării ofertelor	
	Contestația depusă de către operatorul economic SRL Intermed nr. 147/05/25 din 09.05.2025 pe marea imaginea rezultatelor procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdpl-MD-1742310160931 din 18.03.2025 privind achiziționarea angiografului conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie (repetat 2) Punctul de vedere al IM Vivamed International SRL nr. 42 din 16.05.2025 depus pe marginea Contestației SRL Intermed nr. 147/05/25 din 09.05.2025, înregistrat la ANSC cu nr. 02/587/25 din 12.05.2025.
Modificările operate	reieșind din punctul de vedere al IM Vivamed International SRL se constată că acesta nu a prezentat „Garanția suplimentară oferită față de cea de bază”, respectiv, se propune recalcularea

punctajului pentru factorului de evaluare „ Garanția suplimentară oferită față de cea de bază”, după formula stabilită în documentația de atribuire. 3. Pentru criteriul tehnice cu cea mai înaltă performanță se va acorda punctajul maxim; 4. Pentru criteriul tehnic cu o performanță mai inferioară față de cea mai înaltă ofertată, se va acorda punctajul după formula: 5. $P = V_{off} / V_{max} * P_{punctaj\ maxim}$, unde					
Denumirea factorului de evaluare	Parametrul tehnic de referință	Punctaj tehnic	Intermed Allia IGS 5/ Franta /GE MEDICAL SYSTEMS SCS	Vivemed Intenational Artis Zee floor/Germania/ Siemens Healthcare	Neotec Trinias F12 unity edition /Japonia / Shimadzu
Operator-economic					
Garanția suplimentară oferită față de cea de bază		4	4	0	4
Total		100	95,15	90,13	80,813
Astfel, reieșind recalcularea punctajului de constată, punctajul maxim îl acumulează Intermed 95,15 p.p. Vivemed 90,13 p.p și Neotec 80,813 p.p					

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire:
Din punct de vedere al ofertelor de bază

Oferta operatorului economic INTERMED SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind actulizările publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire:

- s-a solicitat Ochelari - Prevăzuți cu sistem de protecție laterala. Echivalent in Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral). Greutate<0,05 kg, șiret de fixare spate s-a oferat Ochelari, model MIRAGE / PERSOL 0.75 mmPb; art. 463210. Cu sistem de protecție laterala. Echivalent in Pb: 0,75 mm Pb(frontal)/ 0,50 mm Pb (lateral). Greutate 0,92g.

Oferta operatorului economic IM Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire:

- s-a solicitat Interval mA: min. 10 – 1000 mA s-a oferat 15 mA to 1000 mA;
 - s-a solicitat Min. 2 monitoare de rezerva de minim 19 inch pentru imagine live si de referința în spatele monitorului mare în camera de examinare sau un monitor de minim 50 inch s-a oferat Da, 2 monitoare, în camera de comandă.
 - s-a solicitat Luminositate: min. 450 cd/m2 s-a oferat Luminositate: min. 400 cd/m2;
 - s-a solicitat Pachet software pentru analiza stenozelor si a ventriculului stâng s-a oferat LVA – Left ventricular analysis;
 - s-a solicitat ochelari - Prevăzuți cu sistem de protecție laterală. Echivalent în Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral). Greutate< 0,05 kg, șiret de fixare spate.
- s-a oferat Ochelari: Da dispune de Prevăzuți cu sistem de protecție laterală, unde 0.50mm Pb lateral, 0.75mm Pb Front. Greutatea 73 g

6. Oferta operatorului economic Neotec SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire:

- s-a solicitat Putere minimă în modul fluoro continuu: 2800 W (în regim de lungă durată) s-a oferat Max. continuous X-ray tube input 60-min. average: 2200 W (3100 HU/s);
- s-a solicitat DQE la 0.1 P/mm cel puțin 70% s-a oferat Da, 77 %; pag. 5 Product Data Spatial frequency: 2.6 lp/mm DQE: 77 %;
- s-a solicitat Achiziție DSA cu min. 0.5-7 fps si afișare în matrice/bi de cel puțin 1024 x 1024 / 12 biți, capacitate de stocare în min. 12 biți s-a oferat Da, 1024 □ 1024; 16 bit; 15, 7.5, 5, 3.75, 3, 1 fps, pag.5 Product Data;

7. Totodată, operator economic Neotec SRL nu a răspuns la demersul nr. RG02-2214 din 17.04.2025, respectiv, oferta se respinge în temeiul art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

În temeiul art. 69 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice „După adoptarea deciziei de atribuire, dar până la intrarea în vigoare a contractului de achiziții publice/acordului-cadru, autoritatea contractantă are dreptul de a anula din motive întemeiate decizia de atribuire cu reluarea procedurii de evaluare. Se consideră motive întemeiate cazurile în care situațiile indicate la alin. (6) lit. a), b) și e) au fost stabilite ulterior adoptării deciziei de atribuire” și în temeiul pct. 10 din anunțul de participare, se propune desemnarea ofertei câștigătoare Intermed SRL prin care se acceptă oferte alternative și pct. 24 criteriul de evaluare cel mai bun raport calitate - preț, autoritatea contractantă desemnează câștigătoare următoarea ofertă, cu cel mai mare punctaj acumulat de 95,15:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Canțitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model/ Producător/ Tara de origine/	AMDM	Operatorul economic
1	Aparat de Angiografic pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice	Bucată	1	9730000,00	11676000,00	9730000,00	11676000,00	Allia IGS 5/ GE MEDICAL SYSTEMS SCS/ Franța	DM00045 1202	Intermed SRL

1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
INTERMED IM Vivamed International SRL Neotec SRL.	Rg02-2610 din 27 mai 2025	SIA RSAP, e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

2. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☒ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☒ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

3. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 1 din 12.06.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@cupes.gov.md
Adresa de internet	www.cupes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulat/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat 2)
Cod CPV	33100000-1
	ocds-b3wdp1-MD-1744898993234

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtenders.gov.md)		https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1744898993234?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md	Data publicării: 17.04.2025
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capes.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf
Anunț de intenție publicat în BAF (după caz)	Nu se aplică	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic	
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Donator (UNICEF)	
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	200 000 lei	

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAF/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 25.04.2025, ora 10:30), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Meditech	1011600008593	Grosu Marina
2	Triumf-Motiv SRL	1012600021180	Tatiana Jighili

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Meditech	Triumf- Motiv SRL
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentație Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+
Modul de elaborare a Specificației tehnice	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentație Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real în cazul înd cărți specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	+	+

Modul de elaborare a Specificației de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încheia în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	+	+
DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie tenei de descalificare a operatorilor economici. 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei, fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	+	+
Garanția pentru ofertă			
Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	+	+
Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (proponererea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE Cerinte de calificare obligatorii			

Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor/operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atcstare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+	+
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	+	+

prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit			
Declarație de la Oferant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Declarație de la Oferant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 3 ani - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Declarație de la Oferant	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Declarație de la Oferant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Declarație de la Oferant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Oferantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Declarație de la Oferant	Se va prezenta numărul de înregistrare din lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+

Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	+
Declarație de la ofertant	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat	
Garanția de bună execuție		

Codul fiscal 1016601000212

IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA

cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consența prin prezentat, ne prezentat, nu corespunde în acest caz, când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Capacitatea	Preț unitar (fără TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	Ofertant
	Brancardă compatibilă (RMN)	Bucată	1	165 700,00	Brancardă compatibilă (RMN) Model H-AWL 3080/Y 980VA cu stativ infuzie Germania AGA Sanitätsartikel GmbH	Meditech
	Brancardă compatibilă (RMN)	Bucată	1	195 000,00	T-180 Turkey Troyka Med Inc	Triumf-Motiv SRL

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Correspunderea cu cerințele de calificare" și "Correspunderea cu specificațiile tehnice", se va consența prin: „1” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operator economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Nr. Rg02-2340 din 02.05.2025	Triumf-Motiv SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUA/E solicită prezentarea următoarelor documente confirmative conform pct. 16 din anunțul de participare: - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului	Nr. 133-1/12 din 08.05.2025 În urma solicitării dumneavoastră din scrisoare nr. Rg02-2340 din data de: 02.05.2025, vă prezentăm următoarele clarificări referitoare la oferta depusă în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3 wcp1-MD-174489893234 privind „Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamaei și Copilului (repetat 2): 2. Înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

	ofertă - "Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea marcării numărului de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit." - <u>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</u> - "Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale." Nr. de înregistrare din Registrul de Stat al dispozitivelor medicale indicat în ofertă nu corespunde modelului oferit.	(AMDM): Dorim să vă informăm că, în urma clarificărilor cu Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), am primit confirmarea privind numărului de înregistrare al produsului. Vă rugăm să luați act că numărul corect de înregistrare este: DM000822781
--	--	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

10. Oferta operatorului economic Meditech SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece produsul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

11. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Potrivit pct.11 din anunțul de participare „se admit oferte alternative, prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative

Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc.”

Conform demersului nr. 01-19/488 din 20.05.25 al IMSP Institutul Mamei și Copilului beneficiarul final a acceptat ofertele ca oferte alternative

12. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

- Costul cel mai scăzut ☐
 Cel mai bun raport calitate-preț ☐
 Cel mai bun raport calitate-cost ☐

13. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

14. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

15. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	ANM/M	Ofertant
Brancardă compatibilă (RMN)	Bucată	1	195 000	Nu se aplică TVA	195 000	Nu se aplică TVA	T-180 / Turkey / Troyka Med Inc	DM/000820473	Triumf-Motiv SRL

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți	Rg02-2519 din 21.05.2025	SIA RSAP, e-mail

(Informarea operatorilor economici implicată în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
Triumf-Motiv SRL	101260002 1180	Cu capital autohton	IMSP Institutul Mamei și Copilului	33100000-1	21408721-0585-0429	195 000	195 000	10.06.2025	28.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămii, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 1 din 12.06.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Botica Aurelia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	cererea ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz)	nr. ocds-b3wdp1-MD-1747312969361 din 15.05.2025 privind Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea instituțiilor medico-sanitare Publice pentru anul 2025
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (repetat)
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1748349224992

	https://m tender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748349224992?tab=contract-notice 27.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achiziții.md; ☐ e-licitație.md; ☐ yptender.md Da ☐ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	https://capex.md/plannuri/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	555 000 lei

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

3. Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)
- 4.

Rezumatul modificărilor	Nu sunt
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5.

6. Până la termenul-limită (data 05.06.2025, ora 13:30), au depus oferta un ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	INTERMED	1002600034804	Chicu Natalia

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	INTERMED
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul	+

	delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	
Specificația tehnică	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	+
Specificația de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț	+
DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	+
Garanția pentru ofertă	2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă	+

	160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	
Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	12.11.2025
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice anexa nr. 22); Specificatii de preț (anexa nr.2); DDAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nicio modificare sau abateri de la formulare, apărute goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mîndreș. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mîndreș (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerile financiare), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DDAE.</u> <u>Cerinte de calificare obligatorii</u>		
Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul	+

	resursi informatiionale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară - Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	+
Declaratie de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	+
Declaratie de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Declaratie de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana	+

		împuțernicită atât și în cazul delegării sau împuțernicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicire;	
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru loturile ce nu au statut de dispozitiv medical se vor accepta echipamentele electrice și electronice - Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.		+
Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuțernicită atât și în cazul delegării sau împuțernicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicire;		+
Acte de instruire emise de producător pentru inginerul, care va efectua instalarea piesei			+
Tabel detalii producător/Scriptarea producătorului / inclusiv lanțul de aprovizionare pentru produsele pe care operatorul economic le oferă.	Asigură transabilitatea produsului în vederea protecției autorității contractante în privința eventualelor riscuri de siguranță și performanță cum ar fi: dispozitive care nu au fost eliberate corespunzător de către producător, dispozitive provenite din surse neautorizate, despre care nu se cunoaște transabilitatea completă, contrafăcute sau neconforme - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuțernicită atât și în cazul delegării sau împuțernicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicire;		+

Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consența prin prezentat, ne prezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	cantitatea	preț unitar fără TVA	ofertant	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
1-24992	Piesa de schimb	HDx6 Kolmogorov Axial Drive Asm FRU	Bucată	1	680000,0000	INTERMED	corespunde	corespunde

2- 24992	Piesă de schimb	C-ARM Top Cover	Bucată	1	27 800	INTERMED	corespunde	corespunde
-------------	-----------------	--------------------	--------	---	--------	----------	------------	------------

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire
(inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) nu s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respinși/descalificați:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

10. Reevaluarea ofertelor:

11.

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

12. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: atribuire:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	cantitatea	preț unitar fără TVA	preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model/codul produsului/producer /Tara de origine	Ofertant
1- 24992	Piesă de schimb	HDe6 Kollmorgen Axial Drive Asm FRU	Bucată	1	680000,0000	816000,00	680000,00	816000,00	HDe6 Kollmorgen Axial Drive Asm FRU/China/ GE HealthCare	INTERMED

2-24992	Pieșă de schimb	C-ARM Top Cover	Bucată	1	27 800	33360,0000	27800,00	33360,00	C-ARM TOP COVER FRU/ Korea GE HealthCare	INTERMED
---------	-----------------	-----------------	--------	---	--------	------------	----------	----------	--	----------

13. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
INTERMED	REG2-2781 din 06 iunie 2025	SIA RSAP, e-mail

(Informarea operatorilor economici implicată în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

14. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 15 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selecția termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TUTULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

15. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
INTERMED SLR	1002600034804	Cu capital autohton	IMSP Central Republican de Diagnosticare Medicala	33100000-1	21425407-0490-0417	707 800,00	849 360,00	11.06.2025	31.12.2025	Termenul de livrare/prestare/executare în exploatare: DDY – Franco destinate

16. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 16.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul de Sănătate Biruința
Localitate	or.Biruința
IDNO	1010602001546
Adresa	rl Singerei, or.Biruința, str. Independenței, 36
Număr de telefon	0 676 44774; 0 677 22241
Număr de fax	0 262 60538
E-mail oficial	cs.biruinta@ms.md
Adresa de internet	csbiruinta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cîmpu Victoria 0 676 44774

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reabilitare și eficientizarea energetică a acoperișului și fațadei Oficiului Medicilor de Familie din satul Heciul Nou
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	463527 lei 20 bani inclusiv TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:21384250 Link: nr.ocds-b3wdp1-MD-1742478165912
Data publicării anunțului de participare	25.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr.2 din 22.04.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L. MOSDRAG-SUCCES

IDNO al operatorului economic	1017602008164
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:1 Data:30.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 386272 lei 67 bani Inclusiv TVA: 463527 lei 20 bani
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30 zile lucrătoare

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea LP131/2015 din 03.07.2015</i> <i>Art.76 alin 7 pct.1(a) pct.1(c)</i> <i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>După modificare suma Contractului va constitui 532310 lei 06 bani, inclusiv TVA</i> <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1.În urma demolării zidăriei s-a desprins tencuiala împreună cu ferestrele vechi din lemn, chiar și pînă la cărămidă și piatra de calcar. Astfel este necesar de a înlocui cu alte 3 ferestre din PVC cu suprafața de 4,82 m².

2.Odată cu schimbarea ferestrelor s-au executat lucrări de montare a glafurilor din aluminiu de 3,5 metri liniari

3. Lucrări adăugătoare de tencuială pe exterior, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie pe o suprafață de 62 m².

4.La executarea calitativă a lucrărilor de pavaj s-a constatat o diferență de 14m² fiind necesar de adăugat această metraj de pavaj din plăci de trotuare din beton așezate pe un strat de amestec uscat de ciment și nisip în cantitate de 3m³ și 18 m.l. borduri mici prefabricate din beton, așezate pe o fundație din beton de 10x20cm.

5.Au fost executate lucrări adăugătoare de montare a tavanului suspendat la două copertine cu suprafața de 16m² din plăci PFL melaminate. Această lucrare nu au fost incluse în caietul de sarcini.

6. În caietul de sarcini nu au fost incluse schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30m inclusiv, în lipsa căreia nu pot fi executate astfel de lucrări de „Reabilitare și eficientizare energetică a acoperișului și fațadei”, fiind necesar includerea adăugătoare a schelei metalice de 150m².

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1.În urma demolării zidăriei s-a desprins tencuiala împreună cu ferestrele vechi din lemn, chiar și pînă la cărămidă și piatra de calcar. Astfel este necesar de a înlocui cu alte 3 ferestre din PVC cu suprafața de 4,82 m².

2.Odată cu schimbarea ferestrelor s-au executat lucrări de montare a glafurilor din aluminiu de 3,5 metri liniari

3. Lucrări adăugătoare de tencuială pe exterior, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie pe o suprafață de 62 m².

4.La executarea calitativă a lucrărilor de pavaj s-a constatat o diferență de 14m² fiind necesar de adăugat această metraj de pavaj din plăci de trotuare din beton așezate pe un strat de amestec uscat de ciment și nisip în cantitate de 3m³ și 18 m.l. borduri mici prefabricate din beton, așezate pe o fundație din beton de 10x20cm.

5. Au fost executate lucrări adăugătoare de montare a tavanului suspendat la două copertine cu suprafața de 16m² din plăci PFL melaminate. Această lucrare nu au fost incluse în caietul de sarcini.

6. În caietul de sarcini nu au fost incluse schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30m inclusiv, în lipsa căreia nu pot fi executate astfel de lucrări de „Reabilitare și eficientizare energetică a acoperișului și fațadei”, fiind necesar includerea adăugătoare a schelei metalice de 150m².

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 16.06.2025 a fost încheiat acordul adițional privind, privind confirmarea volumului de lucrări neprevăzute în caietul de sarcini, dar strict necesare pentru executarea din punct de vedere tehnic și economic calitativ la obiectul „Reabilitare și eficientizarea energetică a acoperișului și fațadei Oficiului Medicilor de Familie din satul Heciul Nou”.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.R.L. MOSDRAG-SUCCES	1017602008164	Cu capital autohton	nr.1 din 16.06.2025	57319,05	68782,86	21.12.2025	30 zile lucrătoare

Conducătorul grupului de lucru:

Cîmpu Victoria
(Nume, Prenume)

L.Ș.



Cvîp
(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____1____ din ____17.06.2024____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Гимназия-детский сад им. С. Демиреля
Localitate	Мун.Комрат
IDNO	1011601000332
Adresa	Ул.Ферапонтьевская 7
Număr de telefon	079167799
Număr de fax	
E-mail oficial	scoala7@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Арнаут Н.Ф. 079167799

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	ocds-b3wdp1-MD-1733398409733
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21320083 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733398409733?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	16.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.12.2023

Denumirea operatorului economic	<i>SRL Nobil Prest SPL Slavena -Lux SRL Chiupon SRL IUGINTERTRANS SRL Fabrica Oloi Pak</i>
IDNO al operatorului economic	<i>SRL Nobil Prest 1010600021038 SPL Slavena-Lux 1002600003240 SRL Chiupon 1002611001093 SRL IUGINTERTRANS 1003610000214 SRL Fabrica Oloi Pak 1003611002499</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 998762 SRL Nobil Prest 998760 SPL Slavena-Lux 998761 SRL Chiupon 998763 SRL IUGINTERTRANS 998759 SRL Fabrica Oloi Pak Data: 26.12.2024.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: SRL Nobil Prest – 147 259,85 SPL Slavena-Lux - 138 528,23 SRL Chiupon -154 569,60 SRL IUGINTERTRANS- 40 090,91 SRL Fabrica Oloi Pak - 172 966,85 Inclusiv TVA: SRL Nobil Prest - 165039,30 SPL Slavena-Lux - 166232,67 SRL Chiupon - 183964,85 SRL IUGINTERTRANS- 43297,55 SRL Fabrica Oloi Pak - 186804,20
Termen de valabilitate	30.06.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.07.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Окончание учебного года. Экономия, в связи с тем, что дети не в полном объеме посещали УЗ.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ____ din ____ a fost încheiat acordul adițional privind ____

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Nobil Prest	1010600021038	Cu capital autohton	4/17.06.2025	114971,26	128853,06	31.07.2025	30.06.2025
SPL Slavena-Lux	1002600003240	Cu capital autohton	4/17.06.2025	111223,87	133466,88	31.07.2025	30.06.2025
SRL Chiupon	1003610000214	Cu capital autohton	4/17.06.2025	125799,96	149724,28	31.07.2025	30.06.2025
SRL IUGINTERTRANS	1003611002499	Cu capital autohton	4/17.06.2025	29225,75	42362,52	31.07.2025	30.06.2025
SRL Fabrica Oloi Pak	1003611002499	Cu capital autohton	4/17.06.2025	139932,02	151127,10	31.07.2025	30.06.2025

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 9/25 din 17.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Примэрия с. Конгаз
Localitate	с. Конгаз
IDNO	1007601010736
Adresa	Ул. Октябрьская.85
Număr de telefon	079450134
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.congaz@yandex.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Rachilov Boris

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Открытый торг
Obiectul achiziției	Продовольственные товары на 1-ое полугодие 2025 г., овощи и фрукты на 1 квартал 2025 г.
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1 635 972,14
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21320788 Link: oeds-b3wdp1-MD-1733563019823
Data publicării anunțului de participare	07.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	03.01.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Serviabil
IDNO al operatorului economic	SRL Serviabil - 1003600030995
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	SRL Serviabil №1/25 Data: 10.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 438 734,93 Inclusiv TVA: 471 895,00
Termen de valabilitate	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Creșterea valorii contractului
Temeiul juridic	Постановление Правительства №10 от 20.01.2021 г.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

В связи с тем что не хватило объема товара по договору от 10.01.2025 г. на закупку молочных продуктов для подведомственных учреждений примэрии с. Конгаз заключенный с экономическим агентом увеличить общую сумму контракта :
SRL Serviabil на 27 753.00 леев

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 17.06.2025 a fost încheiat acordul adițional privind увеличение общей суммы договора, заключенного между примэрией с. Конгаз и экономическим оператором:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Serviabil	1003600030995	Cu capital autohton	1 or 17.06.2025		27 753.00	31.12.2025	30.06.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Panaitov Nicolai

(Nume, Prenume)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, Șosea Ștefan, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.02 in 17.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Judecătoria Bălți
Localitate	Mun.Bălți
IDNO	1007601000182
Adresa	Mun.Bălți str.Hotinului 43
Număr de telefon	023122277
Număr de fax	023122212
E-mail oficial	jba@justice.md
Adresa de internet	https://jbl.instante.justice.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Munteanu Vasile Tel:069065856 / vasile.munteanu@justice.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	V Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Servicii poștale
Cod CPV	64100000-7
Valoarea estimată a achiziției	800 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. : ocds-b3wdp1-MD-1733230786595 Link: www.mtender.gov.md ;
Data publicării anunțului de participare	03.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri V Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	V Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.01. din 18.06.2025
Denumirea operatorului economic	ÎS "Poșta Moldovei"
IDNO al operatorului economic	1002600023242

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 05/19/6/2025
	Data: 15.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:800000,00
	Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	02.01.2025-31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului V Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015 art.76 Operatorul serviciilor poștale Î.S.Poșta Moldovei este singurul operator economic care dispune de serviciile necesare, anume servicii Curierat Rapid, servicii de ridicare a transmiterilor la sedii, servicii de francare a corespondenței, expedierea coletelor poștale, scrisori simple și recomandate naționale și internaționale, scrisori recomandate cu confirmare simplă și cu confirmare recomandată, scrisori internaționale prioritare și prioritare recomandate. La fel, dispune de servicii suplimentare, pentru trimerile poștale naționale și internaționale după cum urmează: valoarea declarată, predare atestată, predare în mână proprie, confirmare primire electronică, ș.a. Serviciile poștale enunțate mai sus reprezintă serviciile necesare pentru expedierea corespondenței instanței de judecată, astfel că, lipsa măcar a unui serviciu din cele enumerate mai sus ar afecta esențial activitatea instanței de expedierea corespondenței, de aceea este obligatoriu identificarea unui operator economic care să asigure integral acoperirea serviciilor menționate. Potrivit datelor furnizate de Î.S.Poșta Moldovei, reieșind din necesitățile specifice activității instanței de judecată, analizând datele din Registrul public al Furnizorilor de servicii poștale, se constată că serviciile poștale necesare activității instanței de judecată sunt furnizate doar de către Î.S.Poșta Moldovei, atât sub aspectul tipologiei serviciilor cât și ariei de acoperire. Deci, nu există o altă alternativă, ceea ce a pus instanța de judecată în situația soluționării problemei încheierii unui acord adițional reieșind din majorarea tarifelor la expedierea trimiterilor din categoria „Curier Rapid”, care au loc frecvent la Judecătoria Bălți. Suplimentar, serviciile prestate de Î.S.Poșta Moldovei, corespund condițiilor stabilite de prevederile pct.4 din Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale nr.1457 din 30.12.2016, și anume, <i>Furnizorii de servicii poștale trebuie să asigure:</i> 1) expedierea trimiterilor poștale către destinatari: a) pentru trimerile din sfera serviciului poștal universal – în termenele normative de distribuire stabilite; b) pentru trimerile din sfera serviciilor poștale prestate de către furnizorii de servicii poștale, alții decât furnizorul de serviciu poștal universal – în termenele stabilite de furnizorul de servicii poștale; 2) integritatea trimiterilor poștale și a mijloacelor bănești depuse de expeditori; 3) calitatea prestării serviciilor poștale conform standardelor de calitate în ceea ce privește serviciul poștal universal și conform condițiilor prevăzute în contractele încheiate cu utilizatorii în ceea ce privește serviciile poștale prestate de către furnizorii de servicii poștale, alții decât furnizorul de serviciu poștal universal; 4) confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal referitoare la utilizatorii persoane fizice în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Furnizorii de servicii poștale informează clienții săi privind utilizarea datelor lor cu caracter personal și scopul pentru care au fost colectate. Datele cu caracter

	personal utilizate se referă la numele, prenumele și adresa utilizatorului; 5) transparența, obiectivitatea și nediscriminarea prestării serviciilor poștale. Mai este de menționat la caz că, prestarea serviciilor poștale de către Î.S.Poșta Moldovei, se bazează pe un cadrul normativ cert, detaliat pe fiecare serviciu în parte, ce permite formularea unei certitudini și previzibilități a costurilor serviciilor și a modalității de calcul, și anume: 1) Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costurilor și tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei" nr. 1300 din 26.12.2000, 2) Hotărârea Guvernului pentru aprobarea tarifelor la serviciile poștale de bază prestate de Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei" și de filialele acesteia nr.821 din 06.11.2012. <u>Potrivit Hotărârii Guvernului menționate, NOTE: 1. Tarifele sînt unice pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 2. Serviciile poștei de scrisori sînt scutite de TVA, ceea ce oferă stabilitate și previzibilitate raporturilor contractuale.</u> Suplimentar, din analiza cadrului normativ aplicabil activității Î.S.Poșta Moldovei, se constată că, activitatea acesteia este bazată pe Hotărârea Guvernului cu privire la standardele de calitate în ceea ce privește serviciul poștal universal nr.1226 din 09.11.2016. Mai menționăm că, din analiza cadrului normativ aplicabil activității Î.S.Poșta Moldovei, se constată că, activitatea acesteia este bazată inclusiv pe Aranjamentul privind serviciile poștale de plată Geneva, ratificat prin Legea nr. 17 din 23.02.2012, care obligă operatorii serviciilor poștale la - <i>pentru a asigura un schimb de date necesare pentru executarea serviciilor poștale de plată între toți operatorii desemnați și supravegherea calității serviciului, aceștia utilizează sistemul de schimb de date informatizate (EDI) al Uniunii sau orice alt sistem care asigură interoperabilitatea serviciilor poștale de plată în conformitate cu prezentul Aranjament.</i> Încheierea unui acord adițional, fără majorarea achizițiilor publice din este de o măsură strict necesară, or, contractul vizează serviciile de expediere a corespondenței instanței de judecată astfel cum instanța de judecată reieșind din specificul activității, zilnic expediază citații, înștiințări, scrisori recomandate, la fel, livrează/primește dosare de la expertize tehnice, în construcții, merceologice, psihologice, grafoscopice. Serviciile poștale și de curierat rapid sunt iminente și necesare activității instanței judecătorești, or întreruperea acestor servicii din cauza aplicării procedurilor de achiziție concurențiale, ar periclita grav activitatea instanței, întrucât expedierea/recepționarea trimitărilor poștale efectuate de către Judecătoria Bălți au caracter continuu, indispensabil legat de activitatea continuă a instanței. Încheierea acordului adițional presupune o măsură pentru a face față situației de majorare a tarifelor, la expedierea trimitărilor din categoria „Curier Rapid”, conform ordinului Î.S. „Poșta Moldovei” nr. 233 din 09.06.2025 „Cu privire la punerea în aplicare a tarifelor la expedierea trimitărilor din categoria „Curier Rapid” furnizate de Î.S. „Poșta Moldovei”. Reiterăm că, activitatea Judecătoriei Bălți care include expedierea actelor judecătorești, dosarelor, are un caracter continuu. Serviciile poștale au un caracter indispensabil legat de activitatea continuă a instanței, fără a fi pasibilă intervenția unor situații în care corespondența nu trebuie expediată către alte instanțe, autorități sau participanți la proces. Expedierea are un caracter zilnic, iar întârzierea expedierii corespondenței este pasibilă de a avea efecte procesuale negative majore (decăderi din drepturi, neexecutarea de hotărâri, restituirea de acțiuni).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	Majorarea tarifelor la expedierea trimitărilor din categoria „Curier Rapid”, în baza: - prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016; - Ordinului Î.S. „Poșta Moldovei” nr. 495 din 04.10.2022 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, completată prin Ordinul nr. 469 din 13.10.2023;

	-ordinului Î.S. „Poșta Moldovei ” nr. 233 din 09.06.2025 „Cu privire la punerea în aplicare a tarifelor la expedierea trimiterilor din categoria „Curier Rapid” furnizate de Î.S. „Poșta Moldovei”.
--	---

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Capitolul IV al Anexei nr. 2 la contract se modifică și se expune în redacția nouă după cum urmează:

TARIFE PENTRU LIVRAREA COLETELOR POȘTALE LA SEDIUL BENEFICIARULUI

Trepte de greutate/per bucată	TARIF fără TVA, lei prin curier până la 01.07.2025	TARIF fără TVA, lei prin curier de la 01.07.2025
COLETE		
până la 5 kg	30	45
de la 5,01 la 15 kg	40	60
de la 15,01 la 30 kg	50	75

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Necesitatea modificării tarifelor pentru respectivele servicii (livrarea coletelor la sediul Beneficiarului) a survenit ca urmare a modificării tarifelor la expedierea trimiterilor din categoria „Curier Rapid”, în baza: prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016; Ordinului Î.S. „Poșta Moldovei” nr. 495 din 04.10.2022 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare, ajustare și aplicare a tarifelor pentru serviciile poștale din afara SPU, non poștale și servicii de plată” și completată prin Ordinul nr. 469 din 13.10.2023, Avizului fondatorului privind coordonarea ajustării tarifelor (scrisoarea Agenției Proprietății Publice nr.12-05-4183 din 22.05.2025). Respectivele modificări tarifare au fost puse în aplicare în baza ordinului Î.S. „Poșta Moldovei ” nr. 233 din 09.06.2025 „Cu privire la punerea în aplicare a tarifelor la expedierea trimiterilor din categoria „Curier Rapid” furnizate de Î.S. „Poșta Moldovei”. Așadar, concomitent cu modificarea tarifelor pentru serviciul curier rapid, s-au modificat și tarifele pentru serviciile de livrare a coletelor la sediile Beneficiarilor .

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 17.06.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului nr. 05/19/6/2025 din 15 ianuarie 2025

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
ÎS ”Poșta Moldovei”	1002600023242		Acord adițional Nr.01 din 17.06.2025			31.12.2025	02.01.2025-31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:



Gutu Andrei
(Nume, Prenume)


(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 2 din 20.06.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate
Localitate	Sănătate
IDNO	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Adresa	1016601000212
Număr de telefon	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de fax	022-222-445
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	JANTUAN Mariana dispozitive@capcs.gov.md; mariana.jantuan@capcs.gov.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:--
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea Consumabilelor pentru OMNI BBRAUN și alte Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1742480449012 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742480449012?tab=contract-notice Data publicării: 20.03.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
	☒ Da ☐ Nu

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante		Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://eupms.med/wp-content/uploads/2023/04/ime_0001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_m_78_1.pdf	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic	
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse; /Indicați/	
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 073 069,13 lei	

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/ale mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

Până la termenul-limită (data 07 aprilie 2025, ora 17:00), au depus oferta 16 operatori economici:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	Dia Esifarm S.R.L.	1002600046359	Chirtoacă Iurie, Chirtoacă Svetlana
2	Echipamed-Plus SRL	1003600077677	Iurchevici Valeriu, Iurchevici Maia
3	Ecochimie SRL	1002600052156	Iurcu Nicolae Iurcu Tatiana
4	Eliecth SRL	1003600113045	Vera Cojocaru
5	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
6	ICS Eyecon Medical SRL	1012600036108	Ioan-Răzvan Cârstocea
7	IM Vivamed International SRL	1007600028965	Harutyunov Aleksandr, Cebanova Oga, Khachatryan Anushavan
8	Labromed Laborator SRL	1002600001177	Elena Onejco, Ermicev Alexandr
9	Medexcom-Teh SRL	1019600008809	Matei Andrei, Matei Vasile
10	MED-M SRL	1020611000359	Ana Iliev
11	Polisano Prim SRL	1005600003425	Laiș Olga, Podoleanu Nicolai

12	Profilabdiagnostic SRL	1009600045502	Varman Irina
13	Sanmedico SRL	1003602008154	Goreacii Vitalie, Ceban Cornelia
14	SC Neotec SRL	1002600048135	Botnaru Andrei, Coretchi Iulian
15	SRL Biosistem MI.D	1010600028048	Vitalie Poiala Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov
16	TMS-Top Medical Supplier SRL	1023606003997	Margareta Durdun

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	DITA ESTFARM S.R.L	ECHIPAMED-PLUS SRL	Ecochimie SRL	Electeh SRL	GBG-MLD SRL	ICS Eyecon Medical SRL	IM Vivamed International SRL	Labromed Laborator SRL	MEDEXCOM-TEH SRL	MED-M SRL	Polisano Prim SRL	Profilabdiagnostic SRL	Sanmedico SRL	SC Neotec SRL	SRL Biosistem MLD	TMS-Top Medical Supplier
	(Descrierea criteriului/cerinței)																	
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

specificațiilor tehnice" se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.

ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametrul cu trimiterea la pagina din catalog;
- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog;
- (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametrul exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).

În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sinagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei

NOTA:

Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în

sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).

Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;

- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ~192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real oferit imagine în timp real pagina 11).

În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a simagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog. copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei

NOTĂ:

Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci

de dovadă a modului în care
corespunde cu acesta.

Mostrele de produs vor fi prezentate
pentru testare clinică sau de laborator
(după caz), în vederea determinării
conformității acestora cu cerințele
din documentația de atribuire (intru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor
minime obligatorii, de natură
tehnică, solicitate în caietul de
sarcini).

Mostrele de produs vor reprezenta
exact produsul final care urmează să
facă obiectul viitorului contract.

Mostrele de produs care nu
corespund cerințelor expuse în
documentația de atribuire, va
constitui temei de respingerea
ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit.
b) din Legea nr. 131/2015 privind
achizițiile publice.

Conformitatea specificațiilor tehnice
oferate vor fi determinate în cazul
cu mostra de produs.

Mostrele de produs vor fi evaluate de
către comisii/laborator, concluziile
căroră consensuându-se în procesul-
verbal și în decizia grupului de
lucru.

Corespunderea Mostrele de produs
se apreciază potrivit formulei
„corespunde/nu corespunde”,
iar fiind selectată metoda de
„testare clinică”, relatarea
oficială asupra rezultatelor
testării, are loc prin scrisorile

[illegible]

Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei **„corespunde/nu corespunde”**, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, **are loc prin raportul de testare**, ce va fi considerat drept probă.

Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi

comparate cu specificațiile tehnice oferitate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.

- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021*

Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt

5	Ciaranția pentru oferta	4 DUAE	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de prec. C26	2% din valoarea ofertei fără TVA.	In cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.
		+		1 100,00	
	+	+		3 000,00	+
		+		1 040,00	
		÷		6 250,00	
	+	+		3686	+
		+		5 562,00	
		+		1 560,00	
		+		1 252,00	
		+		432	
		+		6 500,00	
		+		1 134,00	
		+		1 600,00	
		+		2 505,00	
		+		5540	
		+		200	
		+		170	

[illegible]

[illegible]

9 Lipsa restanțelor față de bugetul public național

Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”

Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.

Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.

19.04.25

12.04,25
(0,25 bani)

099.04.25

17.04,25
(31.69 lei)

09.04.25

19.04.25

18.04.25

15.04.25

12.04.2025

+

22.04.25
(11,55 LEI)

15.04.25

15.04.25

09.04.25

15.04.25

17.04.25

[illegible]

		în cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;	
16	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2026 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.	

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea din sistem	Ofertant	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie	Bucara	10	3 280,00	TMS-Top Medical Supplier	+	+
1	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie	Bucara	10	5 430,50	ECHIPAMED-PLUS SRL	+	Nu a fost examinat
2	Electrod ECG	Bucara	3000	2 880,00	Electeh SRL	-	+
2	Electrod FCG	Bucara	3000	3 090,00	SRL Biosistem MLD	+	Nu a fost examinat
2	Electrod FCG	Bucara	3000	4 200,00	Labromed Laborator SRL	+	Nu a fost examinat
3	Film cu baza albastra 35 x 43 cm, nr. 100	Bucara	2000	109 600,00	SC Neotec SRL	+	+
4	Film cu baza albastra Direct Vista 810-DVB 20/25 N 100 Codonics	Bucara	2400	69 840,00	SC Neotec SRL	+	+
5	Film radiologic cu baza albastra 27x35cm	Bucara	2400	97 560,00	SC Neotec SRL	+	+
6	Filme radiologice digitale 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta	Bucara	1200	21 600,00	MEDEXCOM-TEH SRL	+	+
6	Filme radiologice digitale 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta	Bucara	1200	29 700,00	ICS Eyecan Medical SRL	+	Nu a fost examinat
7	Filtru pentru circuite de respirație, tip HMF, mecanic	Bucara	200	4 630,00	Labromed Laborator SRL	+	+
7	Filtru pentru circuite de respirație, tip HMF, mecanic	Bucara	200	5 200,00	TMS-Top Medical Supplier	+	+
7	Filtru pentru circuite de respirație, tip HMF, mecanic	Bucara	200	6 800,00	MED-M SRL	+	+
7	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucara	200	7 200,00	Electeh SRL	.	+
7	Filtru pentru circuite de respirație, tip HMF, mecanic	Bucara	200	7 550,00	ECHIPAMED-PLUS SRL	+	+
8	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO	Bucara	12000	108 000,00	Electeh SRL	+	+
8	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO	Bucara	12000	208 560,00	MED-M SRL	+	Nu a fost examinat

8	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO	Bucată	12000	248 400,00	ICS Eyecon Medical SRL	+	Nu a fost examinat
9	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucată	1000	9 000,00	Electeh SRL	+	+
9	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucată	1000	9 360,00	MED-M SRL	+	Nu a fost examinat
9	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucată	1000	37 850,00	ECHIPAMED-PLUS SRL	-	Nu a fost examinat
10	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	1000	10 700,00	Electeh SRL	+	+
10	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	1000	11 980,00	MED-M SRL	+	Nu a fost examinat
10	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	1000	19 950,00	ECHIPAMED-PLUS SRL	-	Nu a fost examinat
11	Filtru traheostomic de respirație, tip HME	Bucată	50	450,00	Electeh SRL	-	Nu a fost examinat
11	Filtru traheostomic de respirație, tip HME	Bucată	50	1 037,50	ECHIPAMED-PLUS SRL	-	Nu a fost examinat
12	Gel ECG, 250 ml	Bucată	20	169,00	Ecochimie SRL	+	-
12	Gel ECG, 250 ml	Bucată	20	214,06	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
13	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Bucată	36	3 060,00	Electeh SRL	+	+
13	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Bucată	36	3 358,80	Ecochimie SRL	+	Nu a fost examinat
13	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Bucată	36	3 395,52	SRL Biosistem MLD	+	Nu a fost examinat
13	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Bucată	36	3 420,00	GBG-MLD SRL	+	Nu a fost examinat
14	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă	Bucată	200	1 834,00	Ecochimie SRL	+	+
15	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată	Bucată	100,00	3 421,00	Ecochimie SRL	+	+
15	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată	Bucată	100,00	4 400,00	GBG-MLD SRL	+	Nu a fost examinat
16	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm	Bucată	20,00	2 380,00	MED-M SRL	+	-

16	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea necvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm	Bucată	20,00	2 400,00	Labormed Laborator SRL	+	-
17	Prezervative pentru USG	Bucată	50,00		lotul nu a fost atribuit		
18	Test-indicator sterilizare 121/20 min	Test	3000,00		lotul nu a fost atribuit		
18	REGISTRU	Bucată	3,00		lotul nu a fost atribuit		
19	Test-indicator sterilizare 132°	Test	10000,00		lotul nu a fost atribuit		
19	REGISTRU	Bucată	10,00		lotul nu a fost atribuit		
20	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extm	Test	22000,00	2 838,00	MED-M SRL	+	+
20	REGISTRU	Bucată	22,00		MED-M SRL	+	+
21	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Test	43000,00	5 547,00	MED-M SRL	+	+
21	REGISTRU	Bucată	43,00		MED-M SRL	+	-
22	Test-indicator sterilizare 180° intern	Test	3000,00	387,00	MED-M SRL	+	+
22	REGISTRU	Bucată	3,00		MED-M SRL	+	+
23	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extm	Test	73000,00	9 417,00	MED-M SRL	+	+
23	REGISTRU	Bucată	63,00		MED-M SRL	+	+
24	Filme radiologice 14*17 inc (35 cm*43 cm) compatibil cu AGFA Drystar 5300	Bucată	2000,00	78 000,00	IM Vivamed International SRL	+	+
25	Hârtie pentru spiografie	Bucată	10,00	262,10	Ecohimic SRL	+	+
26	Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice + Glucometru	Bucată	45000,00	56 700,00	Polisano Prim SRL	+	Nu a fost examinat
26	Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice + Glucometru	Bucată	40,00		Polisano Prim SRL	+	Nu a fost examinat
26	Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice + Glucometru	Bucată	45000,00	79 650,00	Profilabdiagnostic SRL	+	Nu a fost examinat
26	Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice + Glucometru	Bucată	40,00		Profilabdiagnostic SRL	+	Nu a fost examinat
26	Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice + Glucometru	Bucată	45000,00	125 100,00	Sanmedico SRL	+	Nu a fost examinat

26	Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ace glicemice + Glucometru	Bucată	40,00		Sanmedico SRL	+	Nu a fost examinat
27	Mască Nebulizer	Bucată	50,00		lotul nu a fost atribuit		
28	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație	Bucată	50,00		lotul nu a fost atribuit		
29	Spirometru pentru stimulare pulmonară	Bucată	100,00	5 400,00	Electeh SRL	+	+
30	Conector respirator gofrat	Bucată	4000,00	42 200,00	Electeh SRL	+	-
30	Conector respirator gofrat	Bucată	4000,00	74 200,00	ECHIPAMED-PLUS SRL	+	Nu a fost examinat
31	Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale	Bucată	1000,00	21 400,00	Electeh SRL	+	+
32	Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni	Bucată	5,00	176 495,00	GBG-MLD SRL	+	+
32	Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni	Bucată	15,00		GBG-MLD SRL	+	+
32	Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni	Bucată	150,00		GBG-MLD SRL	+	+
32	Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni	Bucată	5,00		GBG-MLD SRL	+	+
33	Set seringi pentru substanța de contrast, 200ml + 100ml	Set	240,00	40 320,00	Electeh SRL	+	+
33	Set seringi pentru substanța de contrast, 200ml + 100ml	Set	240,00	42 921,60	Ecochimie SRL	+	Nu a fost examinat
33	Set seringi pentru substanța de contrast, 200ml + 100ml	Set	240,00	51 360,00	Labromed Laborator SRL	+	Nu a fost examinat
33	Set seringi pentru substanța de contrast, 200ml + 100ml	Set	240,00	52 672,44	DITA ESTFARM S.R.L.	+	Nu a fost examinat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „-” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) a fost solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic	Au fost prezentate documente suplimentare
09.04.2025	Fiech SRI	Solicită respectuos prezentarea: - Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire; - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită; Informația solicitată urmează a fi prezentată la adresa electronică office@scapes.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 14.04.2025. Vă atenționăm că neprezentarea informației solicitate, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.		
09.04.2025	Fycon Medical SRL	Solicită respectuos prezentarea: - Documentelor confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită; Informația solicitată urmează a fi prezentată la adresa electronică office@scapes.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 14.04.2025. Vă atenționăm că neprezentarea informației solicitate, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.	Au fost prezentate documente suplimentare	
09.04.2025	Med-M SRL	Solicită respectuos prezentarea: - Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit (Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor/operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal); Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/asociare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire); - Situația financiară (Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire); - Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru lotul nr. 8 „Filtru antibacteriene de unica folosință p/n spirometru BTI-08 SPIRO” Informația solicitată urmează a fi prezentată la adresa electronică office@scapes.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 14.04.2025.	Au fost prezentate documente suplimentare	

		Vă atenționăm că neprezentarea informației solicitate, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.									
08.05.2025	Ecochimie SRL	Comunică următoarele: Pentru lotul nr. 12 <u>Gel ECG, 250 ml.</u> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>1.Volum flacon 250 ml ($\pm$ 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil</td><td>Gel de contact pentru ecografie, transparent, produs și ambalat în vid spre a exclude formarea de bule și microbule, hipoalergic, pH 5.8, hidrosolubil, amb. 250ml DM000377137</td><td>Lipsește documentele tehnice confirmative pentru modelul oferit. Raportul prezentat (Certificat de calitate nr. 116) nu poate fi considerat document confirmativ, deoarece a fost emis pentru un produs al cărui termen de păstrare a expirat în anul 2023 (produs în octombrie 2019, cu un termen de valabilitate de 36 de luni).</td></tr></table> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 14.05.2025. Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.			S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	1.Volum flacon 250 ml ($\pm$ 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil	Gel de contact pentru ecografie, transparent, produs și ambalat în vid spre a exclude formarea de bule și microbule, hipoalergic, pH 5.8, hidrosolubil, amb. 250ml DM000377137	Lipsește documentele tehnice confirmative pentru modelul oferit. Raportul prezentat (Certificat de calitate nr. 116) nu poate fi considerat document confirmativ, deoarece a fost emis pentru un produs al cărui termen de păstrare a expirat în anul 2023 (produs în octombrie 2019, cu un termen de valabilitate de 36 de luni).	Au fost prezentate documente suplimentare
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:									
1.Volum flacon 250 ml ($\pm$ 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil	Gel de contact pentru ecografie, transparent, produs și ambalat în vid spre a exclude formarea de bule și microbule, hipoalergic, pH 5.8, hidrosolubil, amb. 250ml DM000377137	Lipsește documentele tehnice confirmative pentru modelul oferit. Raportul prezentat (Certificat de calitate nr. 116) nu poate fi considerat document confirmativ, deoarece a fost emis pentru un produs al cărui termen de păstrare a expirat în anul 2023 (produs în octombrie 2019, cu un termen de valabilitate de 36 de luni).									
08.05.2025	Electeh SRL	Comunică următoarele: Pentru lotul nr. 7 <u>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic:</u> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic /HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT – 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual</td><td>Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $< 1,63$ cmH2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT– 500 ml) < 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1</td><td>Există neconformitate privind rata de filtrare. S-a solicitat și declarat o rată de filtrare $\geq 99,9999\%$, însă în documentele tehnice confirmative s-a regăsit o rată de filtrare de 99,999%. Totodată, în documentele tehnice confirmative lipsește informații privind: „Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l”.</td></tr></table> Pentru lotul nr. 10 <u>Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult:</u>			S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic /HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT – 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $< 1,63$ cmH2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT– 500 ml) < 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	Există neconformitate privind rata de filtrare. S-a solicitat și declarat o rată de filtrare $\geq 99,9999\%$, însă în documentele tehnice confirmative s-a regăsit o rată de filtrare de 99,999%. Totodată, în documentele tehnice confirmative lipsește informații privind: „Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l”.	Au fost prezentate documente suplimentare
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:									
Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic /HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT – 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $< 1,63$ cmH2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT– 500 ml) < 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	Există neconformitate privind rata de filtrare. S-a solicitat și declarat o rată de filtrare $\geq 99,9999\%$, însă în documentele tehnice confirmative s-a regăsit o rată de filtrare de 99,999%. Totodată, în documentele tehnice confirmative lipsește informații privind: „Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l”.									

08.05.2025	Labomed Laborator SRL	S-a solicitat conform Anunțului de participare: Tipul de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux $30\text{ l/min} \leq 1,63\text{ cm H}_2\text{O}$ Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 11\text{ mg/l}$ Retur de umiditate (mg/l la VT -- 500 ml) $\geq 29\text{ mg/l}$ S-a solicitat conform Anunțului de participare: Tipul de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux $30\text{ l/min} \leq 1,63\text{ cm H}_2\text{O}$ Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 11\text{ mg/l}$ Retur de umiditate (mg/l la VT -- 500 ml) $\geq 29\text{ mg/l}$ S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Forma (filtru de ventilație): rotund V a sistemului de respirație: endotracheal/canula traheală și piesa tubul aerul inhalat. Filtru este plasat între proteja pacientului și de a umidifica port CO₂. Scopul filtrului este de a filtra bacterian/viral cu HME și In anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$," "Rezistența la flux $30\text{ l/min} < 1,63\text{ cm H}_2\text{O}$," "Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 11\text{ mg/l}$," și "Retur de umiditate (mg/l la VT -- 500 ml) $\geq 29\text{ mg/l}$,"
	Labomed Laborator	S-a solicitat conform Anunțului de participare: Fixatoare adese multiple pentru tuburile endotracheale la adulți, adolescenți și copii. S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Fixatoare adese multiple pentru tuburile endotracheale la adulți, adolescenți și copii. * Conform broșura pagina 1 In documentele tehnice confirmative lipsesc informații privind produsul oferit (cod ETHVM101). S-a constatat în procesul evaluării: Asfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUA, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnice pentru produsele oferite, precum și altele documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@gcapcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 14.05.2025. Totodată vă așteptăm ca reprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
		S-a solicitat conform Anunțului de participare: Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux $30\text{ l/min} < 1,63\text{ cm H}_2\text{O}$ Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 11\text{ mg/l}$ Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq 29\text{ mg/l}$ Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux $30\text{ l/min} < 1,63\text{ cm H}_2\text{O}$ Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 11\text{ mg/l}$ Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq 29\text{ mg/l}$ Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual * Conform broșura pagina 1 In documentele tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 11\text{ mg/l}$,"

Au fost prezentate documente suplimentare

		<table><tr><td>Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual</td><td>Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Diametru interior (capăt mașină): 22/13 mm Steri</td><td>la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l".</td></tr></table>	Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Diametru interior (capăt mașină): 22/13 mm Steri	la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l".							
Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Diametru interior (capăt mașină): 22/13 mm Steri	la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l".										
Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 14.05.2025. Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.												
08.05.2025	Med-M SRL	<table><tr><td colspan="3">Comunică următoarele: Pentru lotul nr. 7 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic:</td></tr><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare: Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic /HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual</td><td>S-a constatat în procesul evaluării: Există neconformități privind rata de filtrare și rezistența la flux. S-a solicitat și declarat o rată de filtrare ≥ 99,9999%, însă în documentele tehnice confirmative s-a regăsit o rată de filtrare de 99,999%. S-a solicitat și declarat o rezistență la flux de 30 l/min < 1,63 cm H2O, însă în documentele tehnice confirmative s-a regăsit o valoare de 220 Pa la 30 l/min (2,24 cm H2O). Totodată, în documentele tehnice confirmative lipsesc informații privind: „Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l”, „Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l”.</td></tr></table>	Comunică următoarele: Pentru lotul nr. 7 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic:			S-a solicitat conform Anunțului de participare: Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic /HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	S-a constatat în procesul evaluării: Există neconformități privind rata de filtrare și rezistența la flux. S-a solicitat și declarat o rată de filtrare ≥ 99,9999%, însă în documentele tehnice confirmative s-a regăsit o rată de filtrare de 99,999%. S-a solicitat și declarat o rezistență la flux de 30 l/min < 1,63 cm H2O, însă în documentele tehnice confirmative s-a regăsit o valoare de 220 Pa la 30 l/min (2,24 cm H2O). Totodată, în documentele tehnice confirmative lipsesc informații privind: „Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l”, „Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l”.	Au fost prezentate documente suplimentare			
Comunică următoarele: Pentru lotul nr. 7 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic:												
S-a solicitat conform Anunțului de participare: Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic /HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	S-a constatat în procesul evaluării: Există neconformități privind rata de filtrare și rezistența la flux. S-a solicitat și declarat o rată de filtrare ≥ 99,9999%, însă în documentele tehnice confirmative s-a regăsit o rată de filtrare de 99,999%. S-a solicitat și declarat o rezistență la flux de 30 l/min < 1,63 cm H2O, însă în documentele tehnice confirmative s-a regăsit o valoare de 220 Pa la 30 l/min (2,24 cm H2O). Totodată, în documentele tehnice confirmative lipsesc informații privind: „Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l”, „Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l”.										
<table><tr><td colspan="3">Pentru lotul nr. 9 Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult:</td></tr><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Pentru lotul nr. 9 Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult:			S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:			
Pentru lotul nr. 9 Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult:												
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:										

1. Oferta operatorului economic **Echipamed-Plus SRL**, se respinge în conformitate cu art.71 alin. (1) lit. d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că oferta depășește cu peste 30% valoarea alocată, pentru loturile după cum urmează:

Lotul nr. 9 Filtre pentru circuite de respirație, mecanic, adult

Ofertanții respinși/descalificați:

			Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUA-F, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul parametrilor tehnici pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 14.05.2025. Totodată vă atenționăm că neprecizarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Tip pacient: Adult	Tip filtru: mecanic /	HEPA	Rata de filtrare $\geq$ 99.999% Rezistența la flux $30\text{ l/min} \leq 2,55\text{ cm H}_2\text{O}$ Volum comprimat $\leq 90\text{ ml}$ Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M. 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual
Tip pacient: Adult	Tip filtru: mecanic /	HEPA	Rata de filtrare $\geq$ 99.999% Rezistența la flux $30\text{ l/min} \leq 2,55\text{ cm H}_2\text{O}$ Volum comprimat $\leq 90\text{ ml}$ Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M. 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual
Pentru lotul nr. 10 Filtre pentru circuite de respirație, mecanic, adult			
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:		Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux $30\text{ l/min} \leq 1,63\text{ cm H}_2\text{O}$ Pierdere de umiditate (mg/l la VT - $500\text{ ml} \leq 11\text{ mg/l}$ Retur de umiditate (mg/l la VT - $500\text{ ml} \geq 29\text{ mg/l}$ Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual
	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Filtru de tip RME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux $30\text{ l/min} \leq 1,63\text{ cm H}_2\text{O}$ Pierdere de umiditate (mg/l la VT - $500\text{ ml} < 11\text{ mg/l}$ Retur de umiditate (mg/l la VT = $500\text{ ml} \geq 29\text{ mg/l}$ Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual
Lipsește documente confirmative pentru produsul oferit.			In documentele tehnice confirmative lipsește informații privind: „Retur de umiditate (mg/l la VT = $500\text{ ml} \geq 29\text{ mg/l}$”.

Lotul nr. 10 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME

Lotul nr. 11 Filtru traheostomic de respirație, tip HME

2. Oferta operatorului economic **Ecochimie SRL** se respinge în conformitate cu art 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 12 Gel ECG, 250 ml – A fost solicitat Gel ECG, 250 ml, A fost oferit gel Gel de contact pentru ecografie.

3. Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art 69 alin. (6) lit. b) și art.71 alin. (1) lit. d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că oferta depășește cu peste 30% valoarea alocată și că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, pentru loturile după cum urmează:

Lotul nr. 7 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic – A fost solicitat Rata de filtrare 99,9999%. A fost oferită rata de filtrare 99,999%

Lotul nr. 11 Filtru traheostomic de respirație, tip HME - Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea alocată.

4. Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 7 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic- A fost solicitat Rata de filtrare 99,9999%. A fost oferită rata de filtrare 99,999%

Lotul nr. 16 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35-55 cm - A fost solicitată Marimea 35- 55 cm. A fost oferit Marimea 46- 66 cm.

5. Oferta operatorului economic **Med-M SRL** se respinge în conformitate cu art 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 7 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic- A fost solicitat Rata de filtrare 99,9999%. A fost oferită rata de filtrare 99,99%

Lotul nr. 16 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35-55 cm - A fost solicitată Marimea 35- 55 cm. A fost oferit Marimea 45-56,5 cm.

6. Oferta operatorului economic **TMS-Top Medical Supplier SRL** se respinge în conformitate cu art 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 7 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic- A fost solicitat Rata de filtrare 99,9999%. A fost oferită rata de filtrare 99,99%

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ■

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat: _____

Prețul cel mai scăzut ■
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)
Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Modificările operate

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
1	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie	Bucată	10	328,00	393,60	3280	3936	2179000	Britanie	Intersurgical	CE ISO 13485:2012 ISO 9001:2008 ISO 15223-1 Farmacopeea Statelor Unite XXXIV Farmacopeea Britanică DM000371087	TMS-Top Medical Supplier

2	Electrod ECG	Bucată	3000	0,96	1,04	2880	3120	SF03	China	INTCO MEDICAL	CE/DM000569600	Electeh SRL
3	Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100	Bucată	2000	54,8	65,76	109600	131520	1417-DVB	SUA	Codonics	DM000372477	SC Neotec SRL
4	Film cu baza albastra Direct Vista 810-DVB 20/25 N 100 Codonics	Bucată	2400	29,1	34,92	69840	83808	810-DVB	SUA	Codonics	DM000372475	SC Neotec SRL
5	Film radiologic cu baza albastra 27x35cm	Bucată	2400	40,65	48,78	97560	117072	1114-DVB	SUA	Codonics	DM000372476	SC Neotec SRL
6	Filme radiologice digitale 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta	Bucată	1200	18,00	21,60	21600	25920	Mediphot DL 20x25	Austria	Colenta	CE, ISO	MEDEXCOM-TEH SRL
7	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucată	200	37,75	45,3	7550	9060	MP05801	Germania	Dragerwerk	DM000653569, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023	ECHIPAMED-PLUS SRL
8	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO	Bucată	12000	9	10,8	108000	129600	273 01	Turcia	Medbar	CE/DM000559056	Electeh SRL
9	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucată	1000	9	10,8	9000	10800	40920	Turcia	R-VENT MEDIKAL	CE/DM000558943	Electeh SRL
10	Filtru pentru circuite de	Bucată	1000	10,7	12,84	10700	12840	40820	Turcia	R-VENT MEDIKAL	CE/DM000558935	Electeh SRL

23	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern	Test	73000,00	0,129	0,13932	9417,00	10170,36	STERIL AN 180/60	Ucraina	NORMA LLC	CE/Nu este dispozitiv medical	MED-M SRL
23	REGISTRU	Bucată	63,00			0,00	0,00	STERIL AN 180/60	Ucraina	NORMA LLC	CE/Nu este dispozitiv medical	MED-M SRL
25	Hârtie pentru spirografie	Bucată	10,00	26,21	31,452	262,10	314,52	26202/ T5R11230E12 00000	Ucraina	Solar	ISO, CE Marca	Ecochimie SRL
29	Spirometru pentru stimulare pulmonară	Bucată	100,00	54,00	64,80	5400,00	6480,00	186 1200 2	Turcia	BICAKCILAR	CE/DM000398827	Electeh SRL
30	Conector respirator gofrat	Bucată	4000,00	10,55	12,66	42200,00	50640,00	316400,00	Turcia	R-VENT MEDIKAL	CE/DM000558974	Electeh SRL
31	Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale	Bucată	1000,00	21,40	25,68	21400,00	25680,00	ETHIVM101	Turcia	MEDIKOKIM	CE/DM000649212	Electeh SRL
32	Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni	Bucată	5,00	7200,00	8640,00	36000,00	43200,00	Kit terapii CRRT - OMNIset CRRT 1,2, 7211369 /OMNIset CRRT 1,6, 7211427	Germania	B.Braun Avitum AG	DM000660320 / DM000660313	GBG-MLD SRL
32	Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni	Bucată	15,00	244,00	292,80	3660,00	4392,00	OMNIbag, 7211065	Germania	B.Braun Avitum AG	DM000660337	GBG-MLD SRL
32	Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni	Bucată	150,00	856,00	1027,20	128400,00	154080,00	Soluție bicarbonat Potasiu, Sterilă 2MMOL/L Potassium. 8973	Germania	B.Braun Avitum AG	DM000638535	GBG-MLD SRL

Locurile care au fost anulate în conformitate cu art.71 alin (1), lit d) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, dat fiind faptul că au fost depuse doar oferte inacceptabile:

11 Filtu trahcosornic de respiraie, tip HME

16 Mangeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm

Locurile care au fost anulate în conformitate cu art.71 alin (1), lit a) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, dat fiind faptul că nu a fost depusă nici o ofertă:

17 Prezerative pentru USG

18 Test-indicator sterilizare 121/20 min

18 REGISTRU

32	Consumabile p/u hemodializare B.Braun Omni	Bucata	5,00	1687,00	2024,40	8435,00	10122,00	HIGH FLOW DOUBLE LUMEN CATHETER FOR DIALYSIS/ Caterer cu lumen dublu disponibile in versiune dreapta sau curbata, cu diverse lungimi si diametre ale lumenului: PKHF11P150, PKDL08P100, PKT11F13P200, PKHF11P200, PKDL06P075, PKDL06P100	Germania	JOINE GmbH and CO.KG	DM000196347, DM000196344, DM000196349, DM000196348, DM000196345, DM000196346	GBC-MLD SRL	33	Set seringi pentru substanța de contrast, 100ml + 200ml	Set	240,00	168,00	201,60	40320,00	48384,00	42.16.30008	China	SCW Medicath	CE/DM000400225	Electeh SRL
----	---	--------	------	---------	---------	---------	----------	---	----------	----------------------------	---	----------------	----	--	-----	--------	--------	--------	----------	----------	-------------	-------	-----------------	----------------	-------------

- 19 Test-indicator sterilizare 132°
- 19 REGISTRU
- 27 Mască Nebulizer
- 28 Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație

Loturile care se anulează în conformitate cu art.71, alin (1), lit. g) din legea 131/2015 privind achizițiile publice, există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7:

26 Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ ace glicemice + Glucometru - modificare din Interval de măsurare: de la 0,6 la 33,3 mmol/l., în Interval de măsurare: de la 1,1 la 33,3 mmol/l.

Pentru lotul nr.24, a fost emisă decizia pe data de 14.04.2025.

Menționăm că loturile anulate pot fi incluse în lista de distribuție pentru procedurile de achiziție specifice necesităților anului 2026, dat fiind faptul că la moment se prelucrează necesarul pentru anul următor, în caz contrar, decizia privind necesitatea de achiziționare sau neachiziționarea lor, precum și responsabilitatea pentru realizarea acestora, îi revine grupului de lucru din cadrul IMSP beneficiare.

Totodată în cazul în care pentru loturile care nu au fost depuse oferte sau au fost depuse doar oferte necorespunzătoare se identifică alternative care ating același scop propus, solicităm respectuos informarea imediată a CAPCS, în vederea inițierii unei noi proceduri de achiziție publică.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice - contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **04.06.2025**, după expirarea termenului de așteptare.

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-2173 din 14.04.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

☐ 16 zile în cazul neînregistrării comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selecția termenilor de achiziție respectă prevederile Titlului IV Capitolul I (Calcularea termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

astepare, se efectuează în conformitate cu prevederile Titlului IV Capitolul I (Calcularea termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Notă: Pentru loturile nr. 1-23, 25-33 se va emite dare de seamă separată.

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului	Fără TVA	Inclusiv TVA	Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
DIJA ESTFARM SRL	1002600 046359	Cu capital autohton	21384319-0087- 0428	6/16/2025	3310000 0-1	214,056	231,18	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
ECHIPAMED- PLUS SRL	1003600 077677	Cu capital autohton	21384319-0089- 0428	6/11/2025	3310000 0-1	7550	9060	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
FCOCHIMIE SRL	1002600 052156	Cu capital autohton	21384319-0090/ conform anexei	6/18/2025	3310000 0-1	5 517,10	5 620,52	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
ELECTEH SRL	1003600 113045	Cu capital autohton	21384319-0094/ conform anexei	6/16/2025	3310000 0-1	242 960,00	291 216,00	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către

									Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
GBG-MLD SRL	1003600117582	Cu capital autohton	21384319-0109-0444	6/11/2025	33100000-1	176 495,00	211 794,00	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	21384319-0509/ conform anexei	6/11/2025	33100000-1	18 189,00	19 644,12	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
MEDEXCOM - TEH SRL	1019600008809	Cu capital autohton	21384319-0515-0461	6/12/2025	33100000-1	21 600,00	25 920,00	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
NEOTEC SRL	1002600048135	Cu capital autohton	21384319-0529-0428	6/10/2025	33100000-1	277 000,00	332 400,00	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER SRL	1023606003997	Cu capital autohton	21384319-0583-0428	6/12/2025	33100000-1	3 280,00	3 936,00	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de


livrare/prestare indicat în anexa nr. 5								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru livrări pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate);

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Operator Economic	Beneficiar	Nr. Procedurii	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Semnat	Termenul de valabilitate	IDNO OE
DITA ESTFARM SRL	IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC	ocds-b3wdp1-MD-1742480449012	21384319-0087-0428	214,056	231,18	6/16/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600046359
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC	ocds-b3wdp1-MD-1742480449012	21384319-0089-0428	7550	9060	6/11/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600077677
ECOCHEMIE SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 2	ocds-b3wdp1-MD-1742480449012	21384319-0090-0322	262,1	314,52	6/18/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600052156
ECOCHEMIE SRL	IMSP DISPENSARUL REPUBLICAN DE NARCOLOGIE	ocds-b3wdp1-MD-1742480449012	21384319-0090-0424	3421	4105,2	6/18/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600052156
ECOCHEMIE SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	ocds-b3wdp1-MD-1742480449012	21384319-0090-0461	1834	2200,8	6/18/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600052156
ELECTEH SRL	IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC	ocds-b3wdp1-MD-1742480449012	21384319-0094-0428	130580	156360	6/16/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600113045
ELECTEH SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO	ocds-b3wdp1-MD-1742480449012	21384319-0094-0442	3060	3672	6/16/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600113045
ELECTEH SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	ocds-b3wdp1-MD-1742480449012	21384319-0094-0444	69000	82800	6/16/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600113045
ELECTEH SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	ocds-b3wdp1-MD-1742480449012	21384319-0094-0480	40320	48384	6/16/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600113045
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	ocds-b3wdp1-MD-1742480449012	21384319-0109-0444	176495	211794	6/11/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1003600117582

MED - M SRL	IMSP DISPENSARUL REPUBLICAN DE NARCOLOGIE	ocds-b3wdp1- 1742480449012 MD- 0424	21384319-0509-	3870	4179,6	6/11/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1020611000359
MED - M SRL	IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRUL DRAGANUC	ocds-b3wdp1- 1742480449012 MD- 0428	21384319-0509-	6879	7105,32	6/11/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1020611000359
MED - M SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA	ocds-b3wdp1- 1742480449012 MD- 0472	21384319-0509-	7740	8359,2	6/11/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1020611000359
MEDEXCOM - TEH SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	ocds-b3wdp1- 1742480449012 MD- 0461	21384319-0515-	21600	25920	6/12/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1019600008809
NEOTEC SRL	IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRUL DRAGANUC	ocds-b3wdp1- 1742480449012 MD- 0428	21384319-0529-	277000	332400	6/10/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1002600048135
TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER SRL	IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRUL DRAGANUC	ocds-b3wdp1- 1742480449012 MD- 0428	21384319-0583-	3280	3936	6/12/2025	ELECTRONIC	12/31/2025	1023606003997



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 19.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Gotești
Localitate	R34 comuna Gotești
IDNO	1007601004858
Adresa	R34 comuna Gotești
Număr de telefon	0 273 44238/ 236
Număr de fax	-
E-mail oficial	primaria.gotesti@apl.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bolocan Romeo 067704290

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reabilitarea termica a fatadelor la gradinita de copii nr.2, com.Gotesti, r-nul Cantemir
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1191500,43 fara TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1732109384903 Link:
Data publicării anunțului de participare	20.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	■ Alte surse: Satul European editia II, 2024
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	02.01.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Atractiv Invest”
IDNO al operatorului economic	1014600000370
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 08 Data: 15.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1141365,10 Inclusiv TVA: 1369638,12

Termenul limită de livrare/prestare executării a contractului

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	■ Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea achizițiilor publice Articolul 76 alin.7 /1
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Micșorarea se datorează excluderii lucrărilor.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este cazul
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Se exclud din contract lucrările de execuție a pereului edificiului Grădiniței nr.2.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul executării lucrărilor de izolare termică s-a constatat că suprafața pereților exteriori a clădirii este mai mare de cât suprafața planificată. Cu toate acestea, la acest moment primăria nu dispune de resurse financiare disponibile pentru contractarea și achitarea lucrărilor suplimentare. Din acest motiv s-a decis la această etapă lucrările de reparație a pereților să fie excluse din contract, iar în locul lor să fie incluse lucrările ce țin de fațadă, întru cât acestea sunt indispensabile pentru finalizarea lucrărilor de amenajare a clădirii.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 18.06.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea prevederilor pct. 2.1. și pct. 3.1. din contract.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Atractiv Invest”	1018600024415	autohton	01/19.06.2025	-218154,12	-261784,95	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Bolocan Romeo

(Nume, Prenume)



L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Șant, 124 et. 4; tel.: 022-870-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐Nr. 1 din 19.06.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:	
Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@cpes.gov.md
Adresa de internet	www.cpes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arcuș Irina
2. Date cu privire la procedura de atribuire:	
Tipul procedurii de atribuire aplicate	
☐ Cererea ofertei de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NIP)* ☐ Altele (indicat)	
* Temei legal pentru desfășurarea NIP (legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	
Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice	
<i>În cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă</i> Procedura de achiziție repetată <i>Într-o caz, se va indica nr. procedurii procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar emulată antetului</i> Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	
☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților INSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” 33100000-1 oeds-b3w6pl-MD-1739540682711 https://tenders.gov.md/tenders/oeds-b3w6pl-MD-1733515870290?tab=contract-notice	
Cod CPV	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental	
www.mercatregiment.md	

		Data publicării: 01.04.2025	
Platforma de achiziții publice utilizată		☒ achiziții.md ☐ e-licitatie.md	
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante		☐ Spsender.md ☒ Da ☐ Nu	
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)		Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capi.smd.wp-content/uploads/2025/06/20250628132518.pdf https://tender.gov.md/ro/system/files/bap_2014_bap_m_14.pdf 21 FEBRUARIE 2025, VISERI BULETINUL ACTIUNITATILOR PUBLICE NR. 14	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)		☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic ☐ Regat de stat ☐ Buget CNAME ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse ☐ 5 617 500 lei	
Sursa de finanțare			
Valoarea estimată (după fără TVA)		5 617 500 lei	

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

17 febr 2025, 08:20

Subiectul încheierii:

1 și 16

Încheiere:

Contractul va rog dacă prețul este pentru o bucată sau toate 2 bucati. In caz ca e 2 bucati atunci maru prețul va fi 100% sau excludeți tendelele bugetului

Specificatii si anunți nu trebuie modificari.

Răspuns 121 febr 2025, 20:19:

Atentionăm pentru clarificarea depusă. Conform necesității instituției sunt necesare două bucati. Costul de preț nu va fi modificat în specificația tehnică.

Prevedeleseburg minim 20 € va fi eliminată.

Data:

17 febr 2025, 13:58

Subiectul încheierii:

Formul nr. 19 - 1 va nr. 19 Placa Bont Silder pentru transferul lateral a pacientului

Întrebare:

din descriere nu este clar cerința față de tipul plăcii. Puteți încerca o schemă foto pentru o mai bună înțelegere a necesităților DSC?

Răspuns (21 febr 2025, 10:56):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Vă rugăm să verificați sistemul electronic, au fost atașat poze.

Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor 21.02.2025

A modificat documentația de atribuire a procedurii de achiziție nr. ocds-b3wcdpl-ATD-1739540682711 din 14.02.2025 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timotei Moșneaga” după cum urmează:

Lot nr. Lot 16 16 loturi pentru examinare excluderea cerinței tehnice ..

Trendelenburg minim 20°

(Indicați sursa utilizată și data publicării)

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) [Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 18.03.2025, ora 11:00), au depus oferta 12 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratori
1	Leasess Group SRL	1003600069773	Percecutei Alina
2	ALCO GROUP	1011600009752	Cubzari-Turcan Rodica
3	DataControl SRL	1003600007935	Crabazei Alexandru
4	GoliatVita SRL	1002611000904	Anastasov Iudmila
5	GIBG-MILD SRL	1003600117582	Iudor Constantin
6	MEID-M	1020611000359	Rozari Vladimir
7	SA Tehnoplumed	1003600008762	Stela Poftinga
8	OPTIC-LUX	1002600043635	Bac Ilieștiiu Bogdan
9	Trinit-Motiv SRL	1012600021180	Jighiti Tatiana
10	ImpulsProGroup	1007600001757	Perminov Andrei
11	MEID-NCOM-TEH SRL	1019600000809	MATEI Vasile
12	ICS Evveon Medical SRL	10126000036108	Cristocrea Ioan - Razvan

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUA: prezentate de către operatorii economici:

Cerințe		Lensess Grup	AELO GROUP	DataControl SRL	Goliat Vita SRL	GBG-MLD	MED-M	SA Tehoptimed	OPTIC-LUX	Triumph-Motiv SRL	ImpulsProGroup	MEDEXCOM-TEH SRL	ICS Eyecon Medical SRL
Cercetare de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Registrul de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se anexază actul documentar de împuternicire: <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	+	-	-	+	+	+	+	+	+			+
Specificații tehnice	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Registrul de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se anexază actul documentar de împuternicire: <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conținutul catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATTENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată	-	+	-	+	+	+	+	+	+			+

[illegible]

înregistrare/înregistrare, ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrașul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se anexază actul/decumentul de împuternicire;

Îndeplinirea de către operatorii economici oferanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova) a sau în funcția în care este stabilit oferanțul) va fi verificată de către autoritatea

contractuală prin intermediul resurselor informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.

Nota: Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind exoneratul sume neachitate a obligatiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.

	Dispozitivelor Medicale	Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.									
19	Declarație de la ofertant	cu privire la rarea dispozitivelor medicale noi netolosite (să nu fie refabricate) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administrator companiei indicat în Registrul de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei; la ofertă se atașează actul/documentul de împuternicire;	-	+	-	+ +	+	+	+	+	+

Informații privind documentelor prezentate se va indica în conformanță cu cerințele din documentația de aprobare și se va conține prin: prezentat, înregistrat, nu corespunde în cazul căut documentat a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calitate etc.)

7. Informația privind corespunderea ofertei cu cerințele solicitate:

Nr. lot	denumire lot	l/m	cantitatea sol	preț unitar fără TVA	ofertant	Corespunderi cu cerințele de calificare	Corespunderi cu cerințele tehnice
1	Optotip digital	bucata	3	59.900,00	Leasess Grup SRL	corespunde	corespunde
2	Găruțor de urgență medicală (tip Crash cart)	bucata	4	8.166,67	SA Tehnoptimed	corespunde	Nu corespunde
2	Găruțor de urgență medicală (tip Crash cart)	bucata	4	19.300,00	MELO GROUP	corespunde	corespunde
2	Găruțor de urgență medicală (tip Crash cart)	bucata	4	22.500,00	DataControl SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
3	Cântar cu talionmetru copii electronic	bucata	1	1.900,00	MELO-XI	corespunde	Nu corespunde
4	Cușetă medicală	bucata	47	2.740,00	SA Tehnoptimed	corespunde	Amplas lit. g
4	Cușetă medicală	bucata	47	3.830,00	Goliari-Vita SRL	corespunde	Amplas lit. g
4	Cușetă medicală	bucata	47	3.230,00	MELO-XI	corespunde	Amplas lit. g
4	Cușetă medicală	bucata	47	3.850,00	DataControl SRL	corespunde	Amplas lit. g

4	Gașetă medicală	bucata	47	4.793,00	GIBG-MILD SRL	corespunde	Anulul lit. g
5	Fotoliu recolare sânge (model avansat)	bucata	1	9.316,00	GIBG-MILD SRL	corespunde	corespunde
6	Paravan medical plant mobil cu 3 sectiuni	bucata	2	1.650,00	SA Teloprimed	corespunde	corespunde
6	Paravan medical plant mobil cu 3 sectiuni	bucata	2	3.200,00	GIBG-MILD SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
7	Cântar electronic cu talionetru	bucata	6	4.399,00	MED-M		
8	Negatoscop un cadru cu LED	bucata	10	6.241,67	SA Teloprimed	corespunde	corespunde
9	Otoscop video	bucata	1		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
10	Lențiță tip Volk 78 D (sau echivalentul)	bucata	1		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
11	Lențiță tip Volk 90 D (sau echivalentul)	bucata	3		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
12	Lențiță Goldman (Gonioscop)	bucata	1		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
13	Tonometru transpalpebral	bucata	1		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
14	Ofthalmoscop indirect	bucata	1	49.100,00	IC'S Iyecom Medical SRL	corespunde	Nu corespunde
14	Ofthalmoscop indirect	bucata	1	150.000,00	MILD-MI	corespunde	Nu corespunde
15	Tonometru oftalmologic portabil de rebound	bucata	3	75.800,00	Leness Group SRL	corespunde	corespunde
16	Fotoliu pentru examinare	bucata	2	32.700,00	GIBG-MILD SRL	corespunde	corespunde
16	Fotoliu pentru examinare	bucata	2	41.660,00	AELO GRUP	corespunde	Nu a fost evaluat

16	Fotoliu pentru examinare	bucata	2	41.666,00	MED-M	corespunde	Nu a fost evaluat
17	fotoliu proctologie	bucata	1	48.900,00	MED-M	corespunde	Nu corespunde
18	Sistem de tomografie in coerență optică pentru retină	bucata	1	1.399.961,67	OPTIC-LUX	corespunde	corespunde
18	Sistem de tomografie în coerență optică pentru retină	bucata	1	1.898.700,00	Leussis Group SRL	corespunde	Nu corespunde
18	Sistem de tomografie în coerență optică pentru retină	bucata	1	3.833.300,00	MEDEXCOM-HEE SRL	corespunde	Nu corespunde
19	placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului	bucata	36	7.800,00	Triumf-Mediv SRL	corespunde	Nu corespunde
19	placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului	bucata	36	9.200,00	ImpulsPro Group	corespunde	Nu corespunde
19	placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului	bucata	36	22.800,00	MED-M	corespunde	corespunde

** În cazul utilizării tehnicii electronice se va indica prețul ofertei fiindcă informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice" se va consemna prin: " - " în cazul corespunderii și prin " - " în cazul necorespunderii*

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Opera torul econo mic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Nr. Rg02-1769 din 20 martie 2025	MED-MI SRL	- Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit - Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondurilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic rezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/arestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire; - Situația financiară - Ultimul raport financiar/situația financiară -- Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire; - Declarație de la ofertant - cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate) - (Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire; - Declarație de la ofertant - cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate) - (Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire; - Dovada înregistrării dispozitivelor medicale oferite în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (numele din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) pentru codurile oferite SI.S.F.100; IX-02; În același timp, ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor, solicităm respectuos prezentarea Formulei de specificare de preț actualizată la informația din SIA RS-AP (Mentor), original -- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard
Nr. Rg02-1792 din 20 martie 2025	ICS Eco n Medic al SRL	- Declarație de la ofertant - cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire; - Declarație de la ofertant - cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate) - (Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire; - Dovada înregistrării dispozitivelor medicale oferite în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (numele din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) pentru codurile oferite SI.S.F.100; IX-02; În același timp, ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor, solicităm respectuos prezentarea Formulei de specificare de preț actualizată la informația din SIA RS-AP (Mentor), original -- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard
		Conținut demersului Nr.12 din 23.03.2025 a fost prezentat răspunsul la clarificări. Prin prezenta, ca răspuns la solicitarea dumneavoastră cu nr. Rg02-1769 din 20 martie 2025 pe marginea procedurii de achiziție nr. oeds-b3wdpl-MID-1739510682711 din 14.02.2025 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timotei Moșneaga”, vă prezentăm următoarele acte: - Extras din registrul de stat al persoanelor juridice; Raportul financiar pentru anul 2023; - Cu referire la dovada înregistrării dispozitivelor medicale oferite în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (numele din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) pentru codurile oferite SI.S.F.100; IX-02 vă informăm că în momentul de față aceste dispozitive nu sunt înregistrate, dar am inițiat procesul de înregistrare; - Declarația cu privire la oferirea dispozitivelor noi, nefolosite și nu sunt refabricate; - Oferta de preț, după licitația electronică

A prezentat răspuns la solicitare conform: Subscrișa I.C.S. TEXT/CON MEDIC AL SRL... cu sediul în mun. Chișinău, Piața D. Cantemir nr. 1, Cod fiscal 1012600036108 reprezentată prin Ioana Răzvan CĂRSTOC E.A. în calitate de Administrator, declară pe propria răspundere că:

- Instalarea echipamentelor și instalarea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate se va organiza la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al companiei noastre; - - termenul de garanție pentru echipamentele oferite nu va fi mai mic de 24 luni din data instalării livrării, conform specificației tehnice pentru fiecare echipament în parte; în cazul apariției defecțiunilor tehnice, perioada de reacție va fi jumătate de oră sau mai

Nr. RG02-1794 din 20 martie 2025	SA Tehop	Cu privire a licitației electronice și modificării prețurilor, solicităm respectuos prezentarea termenului specificăției de preț actualizat la informația din SIA RSAP (Mendery), original confirmat prin aplicarea semnături electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	prin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului; toate echipamentele sunt neutralizate, cu anul producerii nu mai vechi de 2024 și corespund cu specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat; pe durata perioadei de garanție se vor organiza inspecții planificate întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical de către un inginer calificat al companiei noastre.
Nr. RG02-1796 din 20 martie 2025	Goliai Vita SRL	- Documente confirmare a specificațiilor tehnice -Documente confirmare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate. Lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. la ofertă se anexează actul-documentul de împuternicire; Catalogul producătorului prospecte-documente tehnice, cu indicarea marcarei numărului de referință modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. - Declarație de la Ofertant în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. la ofertă se anexează actul documentul de împuternicire; - Declarație de la Ofertant cu privire la garanțarea perioadei de retecție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. la ofertă se anexează actul-documentul de împuternicire; - Declarație de la Ofertant cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite însă nu fie refabricate)- (Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. la ofertă se anexează actul-documentul de împuternicire; - Declarație de la Ofertant cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de	A fost prezentat formularul specificației de preț

		Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; - Medicale: Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor în același timp, ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor, solicităm respectuos prezentarea Formularului specificației de preț actualizat la informația din S/A RSAP (Mendler), original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	
Nr. Rg02-1797 din 20 martie 2025	Lenesc ss Grup SRL	Ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor, solicităm respectuos prezentarea Formularului specificației de preț actualizat la informația din S/A RSAP (Mendler), original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	
Nr. Rg02-2104 din 09.04.2025	Data Control SRL	Pentru lotul 4 Cuscă medicală: S-a solicitat conform S-a oferit conform ofertei depuse: Anunțului de participare:	
	1. Tapiterie rezistentă la detergenți și dezinfectanți;	lavabilă	Nu se regăsește confirmarea în prespede și la documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atase la ofertă.
	2. Culoare - gri;		Conform anexei specificații tehnice se declară culoare-gri, iar conform documentelor tehnice culoarea materialului este de culoare nengră fără indicarea cămăra opțiuni. Astfel se solicită clarificarea în ce mod va fi asigurat parametrul solicitat.
	3. Dimensiune: lungimea 185 cm ± 5 cm, lățimea 60 cm ± 5 cm, înălțimea 55 cm ± 5 cm		Conform anexei specificații tehnice se declară înălțimea 60 cm, iar conform documentelor tehnice prezentate se regăsește înălțimea de 70cm. Astfel se solicită clarificarea în ce mod va fi asigurat minimul necesar
Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și D/L/AE, solicită expunerea d.s. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărei parametri tehnice în parte).			
			Informația a fost prezentată.
			Nr. 1404-1 din 15.04.2025 Prin prezenta, ca răspuns la scrisoarea D.s. nr. Rg02-2104 din 09.04.2025 în care se solicită clarificări pentru licitația publică nr. oxdsh3w4pl-M1D-17395-40682711 privind "Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților MSF Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”", TC PC DataControl SRL, anexat reamite dovada corespunderii specificațiilor tehnice solicitate cu cele oferite pentru lotul nr. 4 "Cuscă medicală", cu confirmarea acestora de către producător. Anexă – 1 fișă.

ICS Fisco n	Pentru lotul 14 Oftalmoscop indirect:	S-a oferit conform ofertei depuse:
Medic al SRL	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	
4. Mărimi spot mică, medie/intermedie și mare:	Nu se regăsește confirmarea în prospect și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
5. Filtrare: albastru, verde, lumină difuză:	Nu se regăsește confirmarea în prospect și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
6. Reglarea distanței interpupulare, diapazonul minim necesar 48 – 74 mm	Nu se regăsește confirmarea în prospect și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
7. Montat pe cap ce permite: • - reglarea mâinii benzii de fixare pe cap; • - reglarea înălțimii benzii de fixare pe cap; • - reglarea unghi oftalmoscop ar fi un avantaj.	Conform acestei specificații tehnice se declară "Montat pe cap ce permite": - reglarea mâinii benzii de fixare pe cap - Da, Pag 4 Manual - reglarea înălțimii benzii de fixare pe cap – Da, Pag 4 Manual - reglarea unghi oftalmoscop ar fi un avantaj Da, Pag 4 Manual" Conform bresurii anexate la ofertă fixare pe cap în formă de ochelari fără indicaarea unei opțiuni adiționale. În acest context se solicită clarificarea în ce mod va fi asigurat minim necesar.	
8. Accesorii: • Incăleci și sursă de alimentare de la 220V – 1 set. • Acumulator bucăți.	Nu se regăsește confirmarea în prospect și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	

Asfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind
achizițiile publice și DLCAI, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele
tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul
tehnice pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în

care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Nr. Rg02-2107 din 09.04.2025
GBC-MLD SRL

Pentru lotul 4 Cuseta medicală:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:

S-a oferit conform ofertei depuse:

9. Dotată cu suport pentru cearșaf de hârtie: Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

10. Tapiterie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți: Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

Pentru lotul 5 Fotoliu recoltare sânge (model avansat):

S-a solicitat conform Anunțului de participare:

S-a oferit conform ofertei depuse:

1. Tapiterie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți: Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

Pentru lotul 16 Fotoliu pentru examinare:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:

S-a oferit conform ofertei depuse:

1. Tava detașabilă și extractibilă: Nu se regăsește confirmarea detașabilită în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

2. Tapiterie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți: Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

3. Alimentare curent alternativ 220-230V, 50-60 Hz: Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DCA/AL, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele

Nr. Iesire G-221 din 14.04.2025

Prin prezenta, compania "GBC" SRL, care a oferit în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21365412 privind "Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timotei Moșneaga”, și urmare a scrisorii de clarificare nr. Rg02-2107 din 09.04.2025, dorim să precizăm următoarele:
Lot nr.4 Cuseta medicală

Referitor la cerința "Dotată cu suport pentru ecranșaf de hârtie" dorim să menționăm că cuseta medicală model MYS 720 respecta specificația solicitată. Drept dovadă se atașază o imagine. Suportul metalic este suportul pentru cearșaf de hârtie.

2. Referitor la cerința "Tapiterie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți" dorim să menționăm că cerința este îndeplinită. Drept dovadă se atașază Serisoarea de confirmare din partea producătorului, Lot nr.5 Fotoliu recoltare sânge (model avansat)

Referitor la cerința "Tapiterie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți" dorim să menționăm că cerința este îndeplinită. Drept dovadă se atașază Serisoarea de confirmare din partea producătorului, Lot nr.16 Fotoliu pentru examinare

4. Referitor la cerințele
a. Tava detașabilă și extractibilă
b. Tapiterie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți

tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte)

e. Alimentare curent alternativ 270-230V, 50-60 Hz.
Cerințele sunt îndeplinite. Drept dovadă se atasează Scrisoarea de confirmare din partea producătorului.

Nr. Reg02-2108 din 09.04.2025

License SRL

Pentru lotul 1 (Prototip digital):

S-a solicitat conform Anunțului de participare:

S-a oferit conform ofertei depuse:

1.1. Să asigure testele minime necesare: Tumbling "T"

Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

1.2. Iluminare LED reglabilă minim-maxim

Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

Pentru lotul 18 Sistem de tomografie în coerență optică pentru rețină:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:

S-a oferit conform ofertei depuse:

1. Lungimile de undă a sursei:

1.1 pentru tomografia cu coerență optică (OCT(S), D) minim 840 nm;

1.2 pentru oftalmoscopia cu scanare laser (SL, C) minim 780 nm;

1.3 sursă luminooasă internă și externă pentru pacient în timpul examinării;

1.4 Să ofere scanarea pupilei cu diametrul o 3,3 mm

Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

Nr.4 din 29.04.2025

În completarea a treia a răspunsului nostru la scrisoarea dumneavoastră Nr.Reg02-2108 din data de 09 aprilie 2025, adăugăm următoarele:

Pentru lotul 1 (Prototip digital):
1. De Tumbling T: au parte sa scrie specific în manual, dar arata semnul pe telecomanda si in setari.
(anexa)
2. In manual apare reglajul pentru iluminare in meniul de setari.(anexa)

2. Rezoluție optică maxim necesară:		Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.
2.1	Afișarea suprafeței fundului de ochi cu unghiul minim $\pm 15^\circ$.	
2.2	Îmbunătățirea prin scanarea simultană sau corectarea imaginii în cazul fixării instabile (mișcarea ochiului).	
3. Moduri de investigații:		Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.
3.1	Să permită vizualizarea fundului de ochi color	
3.2	Să permită vizualizarea stratului fibrelor nervoase, membranei epiteliale și chisturi (Red-free)	
3.3	Să afișeze autonom straturile segmentate a rețelei	
4. Tomografia cu coerentă optică (OCT):		Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.
4.1	Suprafața scanării minim necesară cu rezoluție înaltă: $3 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$ sau $10^\circ \times 10^\circ$	
4.2	Suprafața scanării minim necesară cu viteză înaltă: $9 \text{ mm} \times 4,5 \text{ mm}$ sau $30^\circ \times 15^\circ$	
4.3	Să asigure vizualizarea non invazivă a vascularizării retinale și coroidale fără utilizarea substanței de contrast	
5. Glaucom:		Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.
5.1	Măsurarea grosimii stratului de fibre nervoase retinale (RNFL)	
5.2	Măsurarea grosimii stratului celulelor ganglionare (GCL) sau celulelor ganglionare complexe (GCC)	
6. Balanța dispozitivului:		Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor
6.1	Balanța reglabilă electric sus-jos.	
6.2	Joystick ce permite mișcarea orizontală/axială/verticală.	
6.3	Masă cu dirijare electric.	

7. Accesorii instalate de către furnizor și asigurarea funcționalității:	prezentate alăturate la ofertă.
7.1 Stație de lucru (PC) cu spațiu de stocare minim 1 TB, monitor de minim 24 inch, instalate softuri și licențe pentru lucru (manipularea, gestionarea bazei de date a pacienților și investigațiilor) cu dispozitivul propus:	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificităților prezentate alăturate la ofertă.
7.2 Impresantă reîncărcabilă coloră:	
7.3 Masă pentru stația de lucru și imprimantă:	

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DL Ab, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Nr. RG02- MED- 2109 din MI 09.04.2025 Pentru lotul 3 Cămar cu talionmetru copii electronice: S-a solicitat conform S-a oferit conform ofertei depuse: Anunțului de participare:	
13. Cămar electronic cu talionmetru pentru copii de la 0 până la 12 luni:	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificităților prezentate alăturate la ofertă.
14. Dimensiuni: lungimea 65 cm ± 5 cm, lățimea 35 cm ± 5 cm, înălțimea 15 cm ± 5 cm.	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificităților prezentate alăturate la ofertă.
15. Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau humuri înregistrate în Registrul de Stat al Medicamentelor de Măsurare	Conform anexei cu specificații tehnice și documentelor de confirmare, nu se regăsește numărul de înregistrare DMA sau în cazul mijloacelor de măsurare, nu a fost prezentată doada înscrierii în Registrul de Stat al Medicamentelor de Măsurare. Prin urmare, vă rugăm să transmiteți aceste documente.

Nr.35 din 14.04.2025

Priu prezenta, ca răspuns la solicitarea duminex oastră cu nr. RG02-2109 din 09.04.2025 pe marginea procedurii de achiziție nr. oeds-b3wdp1-MID-17395-10682711 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IATSP Spitalul Clinic Republican „Imoanei Moșoenegă”. Vă prezentăm următoarele eluoficări. Pentru lotul 3 Cămar cu talionmetru copii electronice: S-a solicitat conform Anunțului de participare: S-a oferit conform ofertei depuse: Răspuns 6-475-1. Cămar electronic cu talionmetru pentru copii de la 0 până la 12 luni. Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificităților prezentate alăturate la ofertă. A fost indicat greșit modelul. Modelul oferit nu include talionmetru. 2. Dimensiuni: lungimea 65 cm ± 5 cm, lățimea 35 cm ± 5 cm, înălțimea 15 cm ± 5 cm. Nu se regăsește confirmarea în

(se va prezenta dovada de înregistrare).	
Pentru lotul 7 Cântar electronic cu talionmetru:	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:
1. Pasul de măsurare a înălțimii 1 mm;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.
2. Dimensiunile platformei: 350 mm ± 20 mm (lățime,W) x 400 mm ± 50 mm (adâncimea, D) x 100 mm ± 20 mm (înălțimea, H).	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.
3. Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare).	Conform anexei cu specificații tehnice și documentelor de confirmare, nu se regăsește numărul de înregistrare DMI sau în cazul mijloacelor de măsurare, nu a fost prezentată dovada înscrierii în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare. Prin urmare, vă rugăm să transmiteți aceste documente.
Pentru lotul 17 Fotoliu proctologic:	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:
1. Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Nu se regăsește confirmarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
2. Destinat pentru examinare proctologică;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.
3. Suportul pentru genunchi fixat sau detașabil;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă. 3. Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare). Conform anexei cu specificații tehnice și documentelor de confirmare, nu se regăsește numărul de înregistrare DMI sau în cazul mijloacelor de măsurare, nu a fost prezentată dovada înscrierii în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare. Prin urmare, vă rugăm să transmiteți aceste documente. Cântarul este un dispozitiv de măsurare și nu este un dispozitiv medical. Dispozitivul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare. Pentru lotul 7 Cântar electronic cu talionmetru: S-a solicitat conform Anunțului de participare: S-a oferit conform ofertei depuse: Răspuns: 5968 1. Pasul de măsurare a înălțimii 1 mm: Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă. Producătorul a alungat această informație în fișa tehnică a produsului, cât și prin email (ceras din comersiale). Treapia de măsurare a înălțimii: 0,5 mm 2. Dimensiunile platformei: 350 mm ± 20 mm (lățime, W) x 400 mm ± 50 mm (adâncimea, D) x 100 mm ± 20 mm. Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor Dimensiunii platformei: 275mm x 313mm înălțimea: 11). prezentate atașate la ofertă. Conform anexei cu specificații tehnice și	3. Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al
---	---

4. Suport pentru mâni lateral detasabil;	Nu se regăsește confirmarea detasabil în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.
5. Lăptărie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.
6. Alimentare curent alternativ 220-230V, 50-60 Hz.	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.
7. Opțional: suportul pentru hârtie: suport pentru abdomen.	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.
Pentru lotul 19 Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului:	
S-a solicitat conform	S-a oferit conform ofertei depuse:
Anunțului de participare:	
1. rezistent la factori chimici, impermeabil, sigur în utilizarea cu suprafața superioară glisanta, detasabilă ce permite transferul pacientului prin alunecare	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DL ALE, solicită expunerea d.s. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice enunțate ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (crosscut, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Medicamentelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare), documentelor de confirmare, nu se regăsește numărul de înregistrare DMI sau în cazul mijloacelor de măsurare, nu a fost prezentată dovada înscrierii în Registrul de Stat al Medicamentelor de Măsurare. Prin urmare, vă rugăm să transmiteți aceste documente.
Cântarul este un dispozitiv de măsurare și nu este un dispozitiv medical. Dispozitivul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Medicamentelor de Măsurare
Pentru lotul 17 Fotoliu proctologic: Vă informăm despre faptul că produsul nu este înregistrat încă.
Pentru lotul 19 Placa Bord Slider pentru transferul lateral a pacientului:
S-a solicitat conform Anunțului de participare:
S-a oferit conform ofertei depuse:
1. rezistent la factori chimici, impermeabil, sigur în utilizarea cu suprafața superioară glisanta, detasabilă
ce permite transferul pacientului prin alunecare
Răspuns
4401150
Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.
Fîșa tehnică se anexază,
prin care se confirmă că

Nr. RG02-2110 din 09.04.2025	OPTI C- LVX	husa poate fi detasata si dezinfectata.
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Pentru lotul 18 Sistem de tomografie în coerență optică pentru retina:	Ne 10 04 din 10 aprilie 2025 "
16. Cămar electronic cu tahometru pentru cepit de la 0 până la 12 luni.	In conformitate cu cerințele tehnice, pentru oftalmoscopia cu scanare laser (SLO) este necesară utilizarea unei lungimi de undă de minimum 780 nm. Din documentația transmisă și declarată în anexa specificată tehnice rețiese utilizarea unei previzualizări live IR și a tehnologiei pSLO corelate cu imaginea OCT live, însă nu este specificată clar lungimea de undă efectivă a laserului utilizat în modul SLO. Totodată, menționarea unei echivalente între 780 nm și 1436 nm nu este justificată științific și nu oferă claritate cu privire la conformitatea echipamentului cu cerința solicitată.	Cu privire la scrisoarea NR02-2110 din 09.04.2025 pentru Lot 18 Sistem de tomografie în coerență optică pentru retina: 1. OCT EC130 de la compania OPTOPOL asigură o adăugime de scanare Pseudo SLO (PS SLO) comparabilă sau mai mare decât cerințele standard pentru SLO cu lungimea de undă de 780 nm. Să analizăm specificațiile tehnice și să le comparăm cu cerințele menționate.
17. Modul de investigații: a. Să afișeze autonom straturile segmentate ale retinei	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.	Specificațiile tehnice ale OCT EC130 Conform specificațiilor: • Sursa de lumină: Diodă superluminescentă (SLED) cu lungimea de undă de 850 nm. • Lățimea benzii: 50 nm (jumătate din lățimea la jumătate de vârf). • Viteza de scanare: 130.000 de măsurători pe secundă. • Rezoluția axială: 2,8 μm (digitală), 5 μm în tesături. • Rezoluția transversală: 12 μm, de obicei 18 μm. • Adâncimea totală de scanare: 2,8 mm / 6 mm în modul Full Range. Vezi Broșura Revco-EC130 atasat pe p.16 (concluzie tehnică: Privind echivalența oftalmoscopiei în modul pseudo-SLO cu metoda SLO cu lungimea de undă ≥ 780 nm echipamentul OCT EC130 (OPTOPOL) implementează funcția de vizualizare a fundului ocular în modul pseudo-SLO bazată pe răsădă înfrâsoie cu lungimea de undă 850 nm, ceea ce depășește cerința minimă de 780 nm pentru metodele SLO).
18. Tomografia cu coerență optică (OCT): - 3.1 Suprafața	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.	Pseudo-SLO este o metodă de obținere a imaginii fundului ocular pe baza datelor de tomografie coerentă optică (OCT), oferind o vizualizare comparabilă cu rezultatele obținute prin utilizarea SLO-ului clasic. În locul scanării punctuale directe cu laser, pseudo-SLO utilizează date volumetrice OCT și reconstruiește imaginea fundului ocular în timp

secanță minim necesară cu citeză înaltă: 9 mm x 4,5 mm sau 30° - 15°	
19. Masă dirijare electric.	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificităților prezentate atașate la ofertă.

Nr. RG02- 2235 din 18.04.2025	SA Tehop timed	Pentru lotul 2 (cărucior de urgență medicală (tip Crash cart): S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:
1. Roți minim 2 cu frână	4.	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificităților prezentate atașate la ofertă.	
2. Măner transportare minim 1	pentru documente tehnice de confirmare a specificităților prezentate atașate la ofertă.	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificităților prezentate atașate la ofertă.	

real. Pe baza dependenței dintre lungimea de undă și adâncimea de penetrare a luminii în tesuturile biologice, putem evalua adâncimea estimativă de penetrare a radiației de 850 nm: Adâncimea 850 = Adâncimea 780 × (850 / 780) = 250 μm × 1,0897 = 272 μm — ceea ce confirmă depășirea adâncinii standard de penetrare. Astfel, metoda pseudo-SLO implementată în OCT FC 130 asigură o examinare oftalmoscopică echivalentă cu SLO clasice în ceea ce privește adâncimea de penetrare, contrastul și informațiile obținute. (Un articol științific este atașat pentru a confirma acest lucru: «Imaging the human retina in vivo with combined spectral-domain polarization-sensitive optical coherence tomography and scanning laser ophthalmoscopy» Center for Biomedical Engineering and Physics, Medical University of Vienna, Austria, 4 pper Austrian Research GmbH, Linz, Austria ; Department of Ophthalmology, General Hospital and Medical University of Vienna, Austria
https://www.researchgate.net/publication/257396564_Imaging_the_human_retina_in_vivo_with_combined_spectral-domain_polarization-sensitive_optical_coherence_tomography_and_scanning_laser_ophthalmoscopy)
Informația a fost prezentată fără scrisoare de intenție

3. Dimensiuni: înălțimea 140 cm - 1,5 cm, lățimea 67 cm - 82 cm, adâncimea 52 cm - 64 cm.		Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.
Pentru lotul 4 Cuseta medicală:		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:	
Tapiserie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți.	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.	
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate. Lista accesoriilor echipamentului oferit	Pentru procedura în cauză, potrivit sptet 11 pct. 16 anunțului de participare se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit. Astfel, se solicita prezentarea unui catalog / datasheet oficial al producătorului în care se vor regăsi toate specificațiile tehnice oferite	
Pentru lotul 6 Paravăn medical pliant mobil cu 3 secțiuni:		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:	
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate. Lista accesoriilor echipamentului oferit	Pentru procedura în cauză, potrivit sptet 11 pct. 16 anunțului de participare se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit. Astfel, se solicita prezentarea unui catalog / datasheet oficial al producătorului în care se vor regăsi toate specificațiile tehnice oferite	

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și D.M.A.E. solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Nr. Rg02-2237 din 18.04.2025

Trin m

18.04.2025

Pentru lotul 19 Placa/Board/Slider pentru transferul lateral a pacientului:

Informația a fost prezentată în act scrisoare de însoțire.

S-a solicitat S-a oferit conform ofertei depuse:

Documente confirmare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a accesoriilor echipamentului oferit	Pentru procedura în cauză, potrivit alin 11 pct. 16 alinului de participare se solicită documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a accesoriilor echipamentului oferit. Astfel, se solicita prezentarea unui catalog "datasheet" oficial al producătorului în care se vor regăsi toate specificațiile tehnice oferite
--	---

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și D.M.A.E. solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Nr. Rg02-2278 din 23.04.2025

S-A Tehop timed

Pentru lotul 6 Paravau medical plant mobil cu 3 secțiuni:

Nr. 17 alin 23.04.2025 (a răspuns pentru Rg02-2278 din 23.04.2025

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:
Perdele lavabile și igienice:	No se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.

Trin prezenta, S-A Tehoptimed vine cu un răspuns la solicitarea Rg02-2278 din 23.04.2025: 1. Perdele sunt lavabile și rezistente la dezinfectie; 2. Perdele sunt analizate în caz de incendiu. 3. Paravanele analizate nu dispun de roți blocabile.

Roli cu diametru minim 50 mm cu minim 4 blocabile;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atasate la ofertă.
--	---

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DJIAE, solicită expunerea d.s. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnice pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 2 Cărucior de urgență medicală (tip Crash cart)

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; "Se respinge din motiv ca nu este înregistrat în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mișcărilor de Măsurare, totuși conform clarificărilor operatorul a declarat ca modelul ofertei este unul greșit "

Lotul 3 Cântar cu talionetru copii electronice

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; "Se respinge din motiv ca nu este înregistrat în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mișcărilor de Măsurare, totuși conform clarificărilor operatorul a declarat ca modelul ofertei este unul greșit "

Lotul 4 Cușetă medicală

Se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se vor efectua următoarele modificări din "înălțimea 550 cm ± 5 cm" în "înălțimea 55 cm ± 5 cm"

Lotul 7 Cântar electronic cu talionetru

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; Se respinge din motiv ca nu este înregistrat în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mișcărilor de Măsurare.

Lotul 14 Oftalmoscop indirect

- Oferta operatorului economic ICS Ilyseon Medical SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; Se respinge deoarece metoda de fixare pe cap a dispozitivului nu corespunde cu cea solicitată și împiedică utilizarea acestuia conform necesităților.

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 17 Fotoliu proctologic

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; Sfi respinge din motiv ca nu este înregistrat în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lotul 19 Placă/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului

- Oferta operatorului economic Timof-Mostis SRL, respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; nu corespunde cerințelor tehnice; se solicită 1 alimeu 85-125 cm se ofera 49 cm.

- Oferta operatorului economic ImpulsPro Group respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; la oferta electronică nu a fost atasat formularul 22.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot **■**

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Potrivit pct.11 din anunțul de participare, *se admit oferte alternative, prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare, oferentul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice măsură echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificația tehnică de puna solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare. În mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc."*

Conform demersului nr. 2480 din 08.09.05 al MISP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneagu” beneficiarul final a acceptat ofertele pentru loturile 5, 6, 18 ca oferte alternative

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scăzut **■**

Cel mai bun raport calitate-pret

Cel mai bun raport calitate-pret

Cel mai bun raport calitate-cost:

12. Informația privind factorii de evaluare aplicati:

Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost

13. Reevaluarea ofertelor:

Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. lot	denumire lot	U/m	Cantitate	preț unitar fără TVA	preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model/codul produsului	producător	Țară de origine	ofertant	înregistrare AMDM
1	Optocup digital	bucata	3	59	71	179	215	1116900	Unicos	coreea de Sud	Lenness Grup SRL	DN101064315

2	Carucior de urgență medicală (tip Crash cart)	bucata	19 300.00	23 160.00	77 200.00	92 640.00	EMERGENCY CART VOGAN CSJEC	SCITRODER MEDICAL TTCARRET A.S.	Turcia	ALIO GRUP	DN1000670129
5	Fotoliu reclinare sânge (model avansat)	bucata	9 316.00	11 179.20	9 316.00	11 179.20	MYSS-718	MEYOSIS HASTIANE EKLPMANLARI SAN. VETETIC A.S.	Turcia	GIBG-MILD SRL	DN1000396163
6	Paravan medical plant mobil cu 3 secțiuni	bucata	1 650.00	1 980.00	3 300.00	3 960.00	JLB075-33	Han Lian Homecare & Products IHC Medical A.S.	China	SA Tehoptimed	DN1000684854
8	Negatoscop an cadru cu LED	bucata	6 241.67	7 490.00	62 416.70	74 900.00	E0051		Turcia	SA Tehoptimed	DN1000553631
15	Tomograful oftalmologic portabil de rebound	bucata	75 800.00	90 960.00	227 400.00	272 880.00	IC1001A011	icare A.S.	Finlanda	Leusess Grup SRL	DN1000362907
16	Fotoliu pentru examinare	bucata	32 700.00	39 240.00	65 400.00	78 480.00	MYSS-923	MEYOSIS HASTIANE EKLPMANLARI SAN. VETETIC A.S.	Turcia	GIBG-MILD SRL	DN1000396160
18	Sistem de tomografie în coerență optică pentru rețină	bucata	1 1.399 961.67	1 1.679 954.01	1 1.399 961.67	1 1.679 954.01	Tomograf ocular cu fundus centru REVOFC 130	Optopol Technolo gy	Poland	OPTIC- LUX	DN1000331155
19	Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului	bucata	22 800.00	27 360.00	820 800.00	984 960.00	Transsoft Standard nephaliă 4401150	TRANSATL ANTIC HG STOLPE & CO.MBH	Germania	MED-M	DN1000810676

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte nevalabile, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 3 Cântar cu talionetru copii electronic

Lotul 7 Cântar electronic cu talionetru

Lotul 14 Oftalmoscop indirect

Lotul 17 Fotoliu proctologic

Se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Lotul 4 Cuseta medicală

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă;

Lotul 9 Otoscop video

Lotul 10 Lentilă tip Volk 78 D (sau echivalent)

Lotul 11 Lentilă tip Volk 90 D (sau echivalent)

Lotul 12 Lentilă Goldman (Gonioscop)

Lotul 13 Tonometru transpalpebral

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, C.A.P.C.S. va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea specificațiilor tehnice și valorii estimate de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție încheiază a fi încheiat de către C.A.P.C.S. și va fi semnat începând cu data de 27.05.2025.

1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți	Rg02-2463 din 13.05.2025	SLA RS&RP, email

La Data 13.05.2025 a fost depusă o "contestație de către "ImpulsProctgroup SRL, nr. 02 609 25 din 16.05.2025, pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică L.P. nr. ceds-b3wdpl-AtID-1739540682711 prin Înd. Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican al Inimii Mosneaga.

La data de 10.06.2025 a fost emisă decizia ANSC nr. 031D-615-25 cu privire la respingerea contestației de către "ImpulsProctgroup SRL.

(Informarea operatorilor economici implicati in procedura de urmatore despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

2. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

☐ 16 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și sau fax
☒ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și sau fax
☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și sau fax

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	1) 16 zile în cazul neretrunderii comunicării prin mijlul electronic și sau
---	---

Schedați termenul de achiziție respectat. Cădererea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenilor de achiziție, se efectuează în conformitate cu prevederile TTU-CTI HC cuprinsul Titlului Termenului al Codului Civil al Republicii Moldova

3. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO DE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare-prestare-executare și contractului
TEHOPTEVED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IVNSP SPTU ALTL CLINIC REPUBLICAN TIMOHEI MOȘNEAGA	33100000 1	21365412-0580-0448	65 716,7000	65 716,7000	30.05.2025	27.12.2025	Termenul de livrare-prestare-executare-instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Pentru destinație vânomit. Începând 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C APCN
GRIGALID SRL	100360017582	Cu capital autohton	IVNSP SPTU ALTL CLINIC REPUBLICAN TIMOHEI MOȘNEAGA	33100000 1	21365412-0309-0448	74 716,0000	74 716,0000	03.06.2025	27.12.2025	Termenul de livrare-prestare-executare-instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Pentru destinație vânomit. Începând 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C APCN
MELOGRI P SRL	101160009752	Cu capital autohton	IVNSP SPTU ALTL CLINIC REPUBLICAN TIMOHEI MOȘNEAGA	33100000 1	21365412-0005-0448	77 200,0000	77 200,0000	03.06.2025	27.12.2025	Termenul de livrare-prestare-executare-instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Pentru destinație vânomit. Începând 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C APCN
LENSSES GRU P SRL	11003600069773	Cu capital autohton	IVNSP SPTU ALTL CLINIC REPUBLICAN TIMOHEI MOȘNEAGA	33100000 1	21365412-0502-0448	407 100,0000	407 100,0000	03.06.2025	27.12.2025	Termenul de livrare-prestare-executare-instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Pentru destinație vânomit. Începând 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C APCN
OPTIC LUN SRL	1002600043635	Cu capital autohton	IVNSP SPTU ALTL CLINIC REPUBLICAN TIMOHEI MOȘNEAGA	33100000 1	21365412-0533-0448	1 399 961,6700	1 399 961,6700	04.06.2025	27.12.2025	Termenul de livrare-prestare-executare-instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Pentru destinație vânomit. Începând 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de C APCN

MRP - MRP : 1020611000359 Căpitan RAPUBLICAN MODNEAGA			DMS SUP ALI CLINIC RAPUBLICAN MODNEAGA	1	21.66412- 0509-0438	8208100,00	954 960,00000	18.06.2025	27.12.25 Inregistrare executare instalare, instalare si date de exploatare; DDPP - Planuri destinate vânzării Inregistrare 2023, până la 30 zile de la încheierea contractului de CACS
--	--	--	--	---	------------------------	------------	---------------	------------	--

4. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) trebuie dată și completată doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract contracte pentru lot loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate?

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?

nu

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

confirmați suma cu TVA

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:

Prețul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

George EAG



DATE DE ȘTAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 1 din 19.06.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:	
Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22-2, MD-2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22-2, MD-2005
Număr de telefon	022-222-145
Număr de fax	
E-mail oficial	office@eapges.gov.md
Adresa de internet	www.eapges.md
Persona de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Avram Irina
2. Date cu privire la procedura de atribuire:	
Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NTP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
* Temei legal pentru desfășurarea NTP <i>(Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)</i>	
Expunerea motivului temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
<i>(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</i>	
Procedura de achiziție repetată	
<i>(după caz, se va indica nr. procedurii procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, din undată anului)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bani ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea instituțiilor medico-sanitare Publice pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
	ocds-b3wdp1-MID-1743074932506

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul participantii guvernamentale)		https://tenders.gov.md/tenders/ocds-b3w-dpl-MID-17-307-19325067/tob-contract- sewa-intender.gov.md	
Platforma de achiziții publice utilizată		Data publicării: 27.03.2025 ☒ achiziții.md; ☐ es-fieative.md; ☐ yptender.md ☒ Da ☐ Nu	
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante		☐ Nu ☒ Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://tenders.gov.md/ocds-b3w-dpl-MID-17-307-19325067/tob-contract-sewa-intender.gov.md/2024/06/20240628132518.pdf	
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)		01 APRILIE 2025, MARTI BULETINUL ACUMIZITIIOR PUBLICE NR. 25 https://tenders.gov.md/system/files/bap_2014_bap_nr_25_1.pdf	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)		☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Achiziție electronică ☐ Catalog electronic ☒ Buget de stat: ☐ Buget C/NAE ☐ Buget C/NAE ☐ Surse externe: ☐ Alte surse: Donator ☐ 601 471,87 lei	
Sursa de finanțare			
Valoarea estimată <u>de lei, fără TVA</u>		1 601 471,87 lei	
3. Clarificări privind documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)			
4. Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)			
Rezumatul modificărilor			
Publicare în BAP/Alte mijloace de informare (după caz)		[Indicați sursa utilizată și data publicării]	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)		[Indicați numărul de zile]	
5. Până la termenul-limită (data 16.04.2025, ora 11:30), au depus oferta 2 operatori economici:			
Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/

administratorii				
1	GBC-MILD SRL	1018600009625	Tudor Ceacovechi	
2	Health Medical Solutions SRL	1018600009625	Trocin Caterina	
3	ICS Eyecoon Medical SRL	1020600034307	Casibecu Ioan - Razvan	
4	Jako Life Clinic	1020600034307	Stanisla Cobilechi	
5	Labromed Laborator SRL	1012600001177	Limbea Alexandr	

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și altele DUA/E, prezentate de către operatorii economici;

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	GBC-MILD SRL	Health Medical Solutions SRL	ICS Eyecoon Medical SRL	Jako Life Clinic	Labromed Laborator SRL
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Listrul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire. Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.		+	+		
Modul de elaborare a Specificației tehnice	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Listrul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire. Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozitiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE! În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor - pentru parametrul tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog - pentru parametrul tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente > 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit					

	      imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „etc”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atribute după sine respingerea (obiectul achiziției: achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și sau echivalente, -prin „piese de schimb originale” trebuie să se înțeleagă fie piesele „fabricate de inșiși producătorul dispozitivului medical”, fie cele „fabricate de furnizorii producătorului dispozitivului medical [...] cu privire la care producătorul acestuia că au fost fabricate în conformitate cu specificațiile și cu standardele de producție definite de producătorul dispozitivului medical”; –„Piesele de schimb echivalente” sunt definite drept piesele „fabricate de orice întreprindere care arestă că calitatea acestora corespunde calității componentelor utilizate pentru asamblarea dispozitivului medical și cu piesele de schimb furnizate de producătorul dispozitivului medical”; În cazul în care obiectul achiziției justifică acest lucru și nu este posibilă o descriere suficient de precisă și inteligibilă a obiectului achiziției, cerințele tehnice pot face referire la o anumită fabricație sau surșă ori la un anumit proces sau la o marcă, brevet sau la un tip, la o origine sau producție determinată (ex. codul piesei de schimb). O astfel de menționare sau referire este însoțită de cuvintele «sau echivalente». În cazul în care ofertantul propune produse prin echivalență, acesta dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele definite de cerințele tehnice. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.
Modelul de elaborare a Specificației de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul-documentul de împuternicire. (conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului





	Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021					
	Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încheia în SIA RSAP (Mixer) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de prel. original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricăruia alt formular de DUA/AF decât cel atasat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.					
DUA/AF	2, 00% din valoarea ofertei fără TVA. - în cazul în care garanția bancară urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de 2, 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată delegat de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - în cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei, copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor					
Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.					

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUA/E și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9), se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Alender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Alender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUA/E

Cerinte de calificare obligatorii

Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont conform prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul documentul de împuternicire;		
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/stras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, colul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/astare ori apartenența din punct de vedere profesional copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;		
F lipsa testamentelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Notă: Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal		

	privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.				
Situația financiară	L'Unul raport financiar/situația financiară ... Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire;	-	+		
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificității prezentate. Lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire;;	Documente confirmare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificității prezentate. Lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire;;				
accesoriilor echipamentului oferit	Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea marcarei numărului de referință/modelul articolului atribuit unității de lot oferit, cu privire la instalarea, punerea în funcțiune (manopera) și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire;	+			
Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. În ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire;				
Declarație de la Ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul	+			
Declarație de la Ofertant					

	delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;			
	Se va prezenta numărul de înregistrare din <u>Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice</u> , conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează <u>actul/documentul de împuternicire</u> ;			
<u>Dovada înregistrării în</u> <u>Lista producătorilor</u> ;	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.			
<u>Dovada înregistrării</u> <u>dispozitivului oferit</u> <u>în Registrul de Stat al</u> <u>Dispozitivelor</u> <u>Medicale</u>	Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru hărțile ce nu au statut de dispozitiv medical se vor accepta echipamentele electrice și electronice - (Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM și sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. cu privire la cererea dispozitivelor medicale noi nelăbosit (să nu fie refabricate). (Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează <u>actul/documentul de împuternicire</u> ;			
Declarație de la oferent	confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează <u>actul/documentul de împuternicire</u> ;			
Acte de instruire emise de producător pentru inginerul care va efectua instalarea piesei	Asigură transabilitatea produsului în vederea protecției autorității contractante în privința eventualelor riscuri de siguranță și performanță cum ar fi: dispozitive care nu au fost eliberate corespunzător de către producător, dispozitive provenite din surse neautorizate, despre care nu se cunoaște transabilitatea completă, contrafăcute sau neconforme - confirmată prin			
Label detaliu producător/Descrierea producătorului / inclusiv lanțul de aprovizionare pentru				

produsele pe care
operatorul economic le
ofertează.

aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în
Listatul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana
împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se
anexază actul/documentul de împuternicire;

Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectiv și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Listatul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire.
	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografte (cu aplicarea suplimentară a stampilei) de către banca comercială emitentă;
	2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și stampilei oferantului:
	Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACCHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat Codul Fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCS184501301859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la L.D nr. (se va indica numărul procedurii)"
Garanția de bună execuție	Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va conștientiza prin prezentarea reprezentativă, nu corespunde în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Correspondenți cu cerințele de calificare	Correspondenți cu cerințele tehnice
7	Piese de schimb pentru autoclav model Syslec DX-200	Bucată	1			Fără oferte	Fără oferte
2	Piese de schimb pentru autoclav model Syslec DX-200	Bucată	1			Fără oferte	Fără oferte
3	Piese de schimb pentru autoclav model Syslec DX-200	Bucată	1			Fără oferte	Fără oferte
4	Piese de schimb pentru autoclav model Syslec DX-200	Bucată	1			Fără oferte	Fără oferte
5	Piese de schimb pentru autoclav model Syslec DX-200	Bucată	1			Fără oferte	Fără oferte
6	Piese de schimb pentru autoclav model Syslec DX-200	Bucată	1			Fără oferte	Fără oferte
7	Piese de schimb pentru autoclav model Syslec DX-200	Bucată	1			Fără oferte	Fără oferte
8	Piese de schimb pentru Incubator convențional neonatal model OXAL-801	Bucată	1			Fără oferte	Fără oferte
9	Piese de schimb pentru Incubator convențional neonatal model OXAL-801	Bucată	10			Fără oferte	Fără oferte
10	Piese de schimb pentru Incubator convențional neonatal model OXAL-801	Bucată	15			Fără oferte	Fără oferte
11	Accumulator compatibil cu pulsometru Alysiga S (ENVI11C)	Bucată	3			Fără oferte	Fără oferte

24	Butelie de oxygen	Bucată	2	4150.0000	Jahromel Laborator SRL	corespunde	Nu corespunde
25	Conector O2 (oxygen)	Bucată	1	550.0000	IO'S Eyexcon Medical SRL	corespunde	corespunde
25	Conector O2 (oxygen)	Bucată	1	840.0000	Labromed Laborator	corespunde	Nu a fost evaluat
26	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi OT 430. Nuve	Bucată	2	5707.00	GIBG-MIL.D SRL	corespunde	corespunde
27	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi OT 430. Nuve	Bucată	1	4813.00	GIBG-MIL.D SRL	corespunde	corespunde
28	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi OT 430. Nuve	Bucată	1	9970.00	GIBG-MIL.D SRL	corespunde	corespunde
29	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi OT 430. Nuve	Bucată	7	305.00	GIBG-MIL.D SRL	corespunde	corespunde
30	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi OT 430. Nuve	Bucată	10	44.00	GIBG-MIL.D SRL	corespunde	corespunde
31	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi OT 430. Nuve	Bucată	1	74129.00	GIBG-MIL.D SRL	corespunde	corespunde
32	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi OT 430. Nuve	Bucată	3	678.50	GIBG-MIL.D SRL	corespunde	corespunde
33	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi OT 430. Nuve	Bucată	1	3200.00	GIBG-MIL.D SRL	corespunde	corespunde

34	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi OT 430, Nuxe	Bucată	6	955,00	CIBG-MID SRL	corespunde	corespunde
35	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Pluscam 6, TBT	Bucată	2	7685,0000	Health Medical Solutions SRL	corespunde	corespunde
36	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Pluscam 6, TBT	Bucată	4	4252,0000	Health Medical Solutions SRL	corespunde	corespunde
37	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Pluscam 6, TBT	Bucată	2	9969,0000	Health Medical Solutions SRL	corespunde	corespunde
38	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Pluscam 6, TBT	Bucată	1	6745,0000	Health Medical Solutions SRL	corespunde	corespunde
39	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Pluscam 6, TBT	Bucată	1	6745,0000	Health Medical Solutions SRL	corespunde	corespunde
40	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Pluscam 6, TBT	Bucată	1	6745,0000	Health Medical Solutions SRL	corespunde	corespunde
41	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Pluscam 6, TBT	Bucată	1	10151,0000	Health Medical Solutions SRL	corespunde	corespunde
42	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi model Pluscam 6, TBT	Bucată	1	96400,0000	Health Medical	corespunde	corespunde

		- Declarație de la ofertant - cu privire la verarea dispozitivelor medicale nu neechipate cu mijloc de reabilitare); - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul documentul de împuternicire; - Acte de instruire emise de producător pentru inginerul, care va efectua instalarea piesei - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul documentul de împuternicire; - Tabel detaliu producător/Servicearea producătorului / inclusiv fișul de aprovizionare pentru produsele pe care operatorul economic le oferă - Asigura transabilitatea produsului în vederea protecției ambiciozii contractant în privința eventualelor riscuri de siguranță și performanță cum ar fi: dispozitive care nu au fost eliberate corespunzător de către producător, dispozitive provenite din surse neautorizate, despre care nu se cunoaște transabilitatea completă, contrafăcșur sau neconforme - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice	17-1307-4932506 prin ind Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în deținea instituțiilor medicale-sanitare publice pentru anul 2025, ca răspuns la solicitarea de clarificări Nr. Rg02-2302 din 29.04.2025 precum și formularul specificității de preț actualizat la informația din SIA RSAP Alender și documentele confirmative solicitate.
Nr. Rg02-2303 din 29.04.2025	Labromed Laborator SRL participare; - Acte de instruire emise de producător pentru inginerul, care va efectua instalarea piesei - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul documentul de împuternicire; - Tabel detaliu producător/Servicearea producătorului / inclusiv lanțul de aprovizionare pentru produsele pe care operatorul economic le oferă - Asigura transabilitatea produsului în vederea protecției ambiciozii contractant în privința eventualelor riscuri de siguranță și performanță cum ar fi: dispozitive care nu au fost eliberate corespunzător de către producător, dispozitive provenite din surse neautorizate, despre care nu se cunoaște transabilitatea completă, contrafăcșur sau neconforme - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice	Informația a fost prezentată prin poșta electronică.	

sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul documentar de împuternicire;

- Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale; "Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru loturile ce nu au statut de dispozitiv medical se vor accepta echipamentele electrice și electronice - (Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE:SMI și sau Certificat de conformitate CE:SMI, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit"; prezentarea Declarației de conformitate CE:SMI și sau Certificat de conformitate CE:SMI, pentru lotul nr. Transductoare pentru monitor fetal (FDAN) P3.

Pentru lotul nr. 13 Rec Osram 12V 20W, conform specificației tehnice prezentarea dovezii de compatibilitate cu lampa de examinare YD01A.

Intodată, ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor, solicităm respectuos prezentarea Formulărilor specificărilor de preț actualizate la informația din SIA RSAP Mender, (ORIGINAL, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

9. Ofertanți respinși/decalificați

Oferta operatorului economic Labormed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire. Numul ofertant nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, produsul oferit este fără autorizație.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile ..

Alec biniție privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluși ofertant. *(Industria)*

Insuficienta deciziei de a nu atribui contractul pe loturi

Potrivit pt.1.1 din amănuntul de participare „se adună oferta alternativă se subînțeleg că operatorii economici pot depune oferta alternativă. Specificațiile tehnice trebuie să fie corecte și tehnice în amănuntul de participare. *ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre valabilitate amănuntul contractant, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le prezintă satisface, în orice măsură esențială, cerințele tehnice definite din Specificația tehnică deplină solicitată de către amănuntul contractant în amănuntul de participare. În caz în care corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare, de la un organism recunoscut, etc.”*

Se-a decis acceptarea pentru lotul nr. 23 1.1 modificateor C2 cu debitmetru, oferta operatorului economic K'S Excon Medical SRL.. ca oferta alternativă.

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pentru cel mai sczut

Costul cel mai sczut ..

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost ..

12. Informația privind factorii de evaluare aplicati:

68-Va completa pozitia tehnice care au fost atribuite in baza criteriilor, cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost

13. Recvatarea ofertei:

(Se va completa în cazul în care oferta de au fost revocate repetat)

Căutare a demersului nr. EMALD20250520 din 20.05.2025 a operatorului economic I.C. S. Eyecan Medical SRL, cu privire la dezechid pentru lotul nr. 23 – Umidificator O2 cu debitmetru

Modificările operate în urma examinării, evaluării și comparării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	Ofertant
13	Bec Osram 12V 20W	Bucată	4	105.0000	126.0000	420.00	504.00	44890 WFL Germania OSRAM	Labomed Laborator SRL
23	Umidificator O2 cu debitmetru	Bucată	5	1.559.0000	1.870.800	7.795.00	9.354.00	Flowmeter Qmed – borcan CIL 200 Italia	ICS Eyecan Medical SRL
25	Conector O2 (oxigen)	Bucată	1	550.0000	660.00	550.0000	660.00	Flowmeter PE-06DF2002 Italia MJD-SRL	ICS Eyecan Medical SRL
26	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi OT 430.	Bucată	2	5707.00	6848.40	11.414.00	13.696.80	Stainless heater - 9000W, Z15.1.02 205 Turcia NUVI	GIBG-NIL.D SRL
27	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi OT 430.	Bucată	1	4813.00	5775.60	4.813.00	5.775.60	Valva Pneumatic 1/2 ASO O, Z12.V 01 054 Turcia NUVI	GIBG-NIL.D SRL
28	Piese de schimb pentru autoclav sterilizator cu aburi OT 430.	Bucată	1	9970.00	11964.00	9.970.00	11.964.00	Condenser Assembly, Z11.K 20 022 Turcia NUVI	GIBG-NIL.D SRL

	sterilizator cu aburi OT 430.							Autoclavabile, ZI 2.F. 06 048 Turcia NUVEE	
	<u>Nuvee</u> Piese de schimb pentru autoclav								
35	sterilizator cu aburi model Plusteam 6. TBT	Bucură	2		9222.0000	15 370.00	18 444.00	HEPA filter Turcia STERILMED	Health Medical Solutions SRL
	Piese de schimb pentru autoclav				7685.0000				
36	sterilizator cu aburi model Plusteam 6. TBT	Bucură	4		5102.4000	17 008.00	20 409.60	CONTACTOR 1 Turcia STERILMED	Health Medical Solutions SRL
	Piese de schimb pentru autoclav				4252.0000				
37	sterilizator cu aburi model Plusteam 6. TBT	Bucură	2		9969.0000	19 938.00	23 925.60	STEAM TRAP Turcia STERILMED	Health Medical Solutions SRL
	Piese de schimb pentru autoclav								
38	sterilizator cu aburi model Plusteam 6. TBT	Bucură	1		6745.0000	6 745.00	8 094.00	Pressure sensor chamber Turcia STERILMED	Health Medical Solutions SRL
	Piese de schimb pentru autoclav								
39	sterilizator cu aburi model	Bucură	1		6745.0000	6 745.00	8 094.00	Pressure sensor jacket Turcia STERILMED	Health Medical Solutions SRL

RECEVOCON SRL	2017	Cu capital acționar	INSTRUMENTAL BANCAR (ORBIT)	Activitatea	21.888.000 012.001.75	705.000.000	9.554.000.000	12.06.2025	31.12.2025	Scara proiectare executare instalare presurizare direct exploatare 14100 - 111000 de presurizare incalzire 2020 până la 45 zile de la solicitare, în funcție de temperatura
LABORATIU LABORATIU SRL	2017	Cu capital acționar	INSTRUMENTAL BANCAR (ORBIT)	Activitatea	21.888.000 0501.02.75	420	504	16.06.2025	31.12.2025	Scara proiectare executare instalare presurizare instalare 2020 - 111000 de presurizare incalzire 2020 până la 45 zile de la solicitare, în funcție de temperatura

4. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) trebuie dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziții publice s-a fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contracte pentru loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?

nu

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):

indicati suma cu TVA.

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:

Prețul cel mai scăzut ()

Costul cel mai scăzut ()

Cel mai bun raport calitate-preț ()

Cel mai bun raport calitate-cost ()

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAC

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale

Nr.318DS din 25.06.2025

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	Str. A. Doga nr. 4
Număr de telefon	022 431 873
Număr de fax	022 431 205
E-mail oficial	Furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet	www.premierenergydistribution.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alunica Sirghi , tel: 069 88 22 01 AlSirghi@premierenergy.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	√ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri √ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: N/A
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri √ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	RFQ_693 ACUMULATOR PENTRU SOT
Cod CPV	31422000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	N/A
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 28; Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_28_0.pdf Data publicării: 11 APRILIE, pag. 556
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md √ Platforma Electronica Bravo Solution
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 08 APRILIE , MARTI Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_27_1.pdf

	pag. 267
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție √ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; √ Surse externe- [Buget propriu] ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	700.000,00MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire: N/A

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	N/A
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire: N/A

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 16.05.2025 ora 15:00), au depus oferta 3 oferte:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Date de contact	Asociații/ administratorii
1.	Vec S.R.L.	1003600133162	0 22 50 78 88	assa@vec.md
2.	BTS Pro S.R.L.	1008600061565	0 22 870 140	office@bts.md
3.	SA Electrocon	36158696 (Ucraina)	0 22 47 03 31	elconsma@yandex.ru

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	Vec S.R.L.	BTS Pro S.R.L.	SA Electrocon
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	N/A	N/A	N/A
Copia licențelor, autorizațiilor care permit desfășurarea activității sale	prezentat	prezentat	prezentat
Copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii	prezentat	prezentat	prezentat

confirmat prin semnătura și ștampila Ofertantului			
Declarația privind eligibilitatea completata (conform Anexei Nr.7 al Invitației)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Informația Generală (conform Anexei Nr.8 al Invitației)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Experiența similară în ultimii 3 ani (conform Anexei Nr.9 al Invitației)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei pentru un an (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură/ SET	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 ACUMULATOR PENTRU SOT	BTS Pro S.R.L.	35.360,00USD ≈608.885,06MDL	8 SET (1 SET include 17 acumulatoare)	+	+
	Electron S.A.	23.920,00EUR ≈469.556,78MDL		+	-
	Vec S.R.L.	27.504,00EUR ≈539.911,77MDL		+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Toate solicitările de clarificări din cadrul concurs RFQ_693 sunt în Română și sunt arhivate în platforma Bravo Solution.			

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ✓

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: N/A

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor: N/A

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură /SET	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1 ACUMULATOR PENTRU SOT	Vec S.R.L.	8 SETURI 1 SET include 17 acumulate	3.438,00EUR ≈67.488,97MDL	27.504,00EUR ≈539.911,77MDL	647.894,12MDL

Anularea procedurii de achiziție sectorială: N/A

Temeiul anulării: _____

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
PROGRESS ENERGY SRL "HABSEV GRUP" SRL RZA SYSTEMS LLC	09.06.2025	e-mail scrisoare de informare, prin platforma online BRAVO SOLUTIONS

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul achizițiilor sectoriale care intră în sfera de aplicare a Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale	√ 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
---	--

(Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea cu:	Numărul și data contractului i/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului /acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
Vec S.R.L.	Capital autohton	2b59625 25.06.2025	31422000-0	27.504,00 EUR ≈539.911,77 MDL	647.894,12 MDL	2 ani

18. Informația privind achiziții sectoriale durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție sectorială au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD)*:	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate*:	_____
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate*:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐

	Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
--	--

**Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 65 alin. (3) al Legii 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.*

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒

de încheiere a acordului-cadru ☐

de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 2 din 23.06.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Tănătari r-l Căușeni
Localitate	Satul Tănătari
IDNO	1007601003699
Adresa	Stada Ștefan cel Mare 70
Număr de telefon	0243-77-236, 77-753
Număr de fax	0243-77-236
E-mail oficial	apltanatari@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: {Indicați}
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulată/anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Elaborarea Planului Urbanistic General al satului Tănătari, r-l Căușeni.
Cod CPV	71200000-0
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1747397536423
	Link-ul:
	Data publicării: 16.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ vptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	482057,35

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

Până la termenul-limită (data 26.05.2025, ora 14: 00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Birou de proiectări Urban-Design SRL	1007606003373	Terentii Liudmila
2.	SRL METNOX	1006600017133	Costișă Igor

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	BP Urban-Design SRL 1	SRL Mernox 2	Operator economic 3	Operator economic 4
Documentele ce constituie oferta (Se va consimna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				

Propunerea tehnică	+	+	
Propunerea financiară	+	+	
DUAЕ	+	+	
Cerere de participare	+	+	
Declarație valabilitate ofertei	+	+	
Formular informație despre ofertant	+	+	
Certificat de înregistrare	+	+	
Extras din Registru de Stat	+	+	
Grafic execuție lucrări anexa 10	+	+	
Certificat lipsa/existența datorii la Buget	+	+	
Declarație lista lucrări (aa 2023-2024) anexa 13	+	+	
Raport financiar	+	+	
Declarație personal de specialitate anexa 15	+	+	
Declarație experiența similară	+	+	
Garanție de buna execuție a contractului	+	+	
Documente de calificare			
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>			
Document 1			
Document n			

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	Birou proiectări Urban-Design SRL	400000,00	1 set	da	da
	SRL METNOX	470006,00	1 set	nu	nu
Lot n	Operator economic 1				
	Operator economic n				

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL METNOX	Prețul este mai mare

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor oferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
1	Birou de proiectări Urban - Design SRL	1	400000,00	400000,00	479616,30

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
		(se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, poștă, etc)

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax r. ☒ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax r.
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax r. ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax r.

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocieri/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare / executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	Inclusiv TVA		
BIROU DE PROIECTĂRI URBAN DESIGN SRL	1007606003373		3 5 19.06.2025	71200000-0	400000.00	480000.00	31.12.2025	

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.



Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții :

Primar

Cîrlig Ion

Darea de seama
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 18-AP din 23.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Durlești
Localitate	Or.Durlești, mun.Chișinău
IDNO	1007601009679
Adresa	Str.Alexandru cel Bun, 13
Număr de telefon	022 58 44 78
Număr de fax	022 58 44 78
E-mail oficial	durlestiprimarie@gmail.com
Adresa de internet	www.durlesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Saran Eleonora

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	BUNURI
Cod CPV	1580000-6
Valoarea estimată a achiziției	7 474 079.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:
	Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732624829777
Data publicării anunțului de participare	26.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	BUNURI
---	--------

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	03 ianuarie 2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Produse de Familie”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:1-AP
	Data: 10.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 809 140.00
	Inclusiv TVA: 2 171 000.00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Se modifică suma contractului, prin micșorare cu 500 000.00 lei, inclusiv TVA.
Temeiul juridic	<i>Legea nr.131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, art.76 alin.(7) 2).</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	---

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare – Achiziția publică de bunuri („Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie din or. Durlăști”) în corespundere cu Cod CPV: 1580000-6, conform procedurii de achiziție prin licitație deschisă din 03.01.2025.

După modificare - Micșorarea sumei contractului nr.1-AP din 10.01.2025 în mărime de 500 000.00 lei. Asigurarea cu produsele alimentare necesare copiilor care frecventează Instituțiile de Educație Timpurie din or.Durlăști până la 31.12.2025.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Avînd în vedere că Operatorul Economic SRL „Produse de Familie”, conform contractului nr.1-AP din 10.01.2025 livrează bunurile necesare pentru Instituțiile de Educație Timpurie din or.Durlești, și anume lotul „produse lactate”, iar aceste produse în continuare se solicită a fi livrate către destinatari, ținîndu-se cont de faptul că sunt produse necesare pentru alimentația copiilor, iar mijloace financiare s-au folosit conform contractului, iar conform raportului de consum și reducerea frecvenței copiilor pe timp de vară este scăzută, se impune necesitatea de a fi micșorat contractul nr.1-AP din 10.01.2025 cu suma de 500 000.00 lei.


Rezultatele examinării:

În urma Decizie grupului de lucru din data de 23.06.2025, micșorarea cu 500 000.00 lei a contractului nr.1-AP din 10.01.2025.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „Produse de Familie”	22-AP 23.06.2025	400 000.00	500 000.00 lei

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)
L.S.

[Приветствие]


(Semnătură)

Darea de seamă
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 17-AP din 23.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Durlești
Localitate	Or.Durlești, mun.Chișinău
IDNO	1007601009679
Adresa	Str.Alexandru cel Bun, 13
Număr de telefon	022 58 44 78
Număr de fax	022 58 44 78
E-mail oficial	durlestiprimarie@gmail.com
Adresa de internet	www.durlesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Saran Eleonora

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	BUNURI
Cod CPV	1580000-6
Valoarea estimată a achiziției	7 474 079.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732624829777
Data publicării anunțului de participare	26.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	BUNURI
---	--------

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	03 ianuarie 2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Serviabil”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:4-AP Data: 10.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 937 268.52 Inclusiv TVA: 3 197 000.00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Se modifică suma contractului, prin micșorare cu 900 000.00 lei, inclusiv TVA.
Temeiul juridic	Legea nr.131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, art.76 alin.(7) 2).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	----

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare – Achiziția publică de bunuri („Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie din or. Durești”) în corespundere cu Cod CPV: 1580000-6, conform procedurii de achiziție prin licitație deschisă din 03.01.2025.

După modificare - Micșorarea sumei contractului nr.4-AP din 10.01.2025 în mărime de 900 000.00 lei. Asigurarea cu produsele alimentare necesare copiilor care frecventează Instituțiile de Educație Timpurie din or. Durești până la 31.12.2025.

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/ocordului-cadru)

Rezultatele examinării:

În urma Decizie grupului de lucru din data de 23.06.2025, micșorarea cu 900 000.00 lei a contractului nr.4-AP din 10.01.2025.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „Serviable”	21-AP	23.06.2025	720 000.00	900 000.00 lei

Conducătorul grupului de lucru:

NAME
 (Please Print Name)

Signature



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice
nr. ocds-b3wdp1-MD-1746169843633 din 25.06.2025 pentru achiziționarea
„Legume în asortiment pentru perioada de necesitate iunie-octombrie 2025”

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601001012
Adresa	Str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon	022-409-719, 022-409-715
Număr de fax	-
E-mail oficial	anp@anp.gov.md
Adresa de internet	http://anp.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șova Dorina, dorina.sova@anp.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Legume în asortiment pentru perioada de necesitate iunie-octombrie 2025
Cod CPV	03200000-3
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1746169843633 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1746169843633?tab=contract-notice Data publicării: 02.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.google.com/drive/folders/1xrLz17wzy9mhEu9hFvs9iT8Dj8znWMyn
Anunț de intenție publicat în BAP	Data: 06.05.2025 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_35_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	4 247 340.00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	-
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	-
Expunerea succintă a răspunsului	-
Data transmiterii	-

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	-
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

5. Până la termenul-limită (data 06.06.2025, ora 14:00), au depus oferta 5 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL Sija Prim	1005600023438	ION OPREA
2.	SRL TSV Exim	1007600060550	SERGIU SCURTU
3.	SRL Geoter Com	1003600009799	GHEORGHE CIUDIN
4.	SRL Alim Total	1014600000912	CRISTINA FALINCIUC
5.	SRL Nobil Prest	1010600021038	VADIM CALUGHER

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

de către operatorii economici.					
Denumire document	Denumirea operatorului economic			SRL Alim Total	SRL Nobil Prest
	SRL Sija Prim	SRL TSV Exim	SRL Geoter Com		
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)					
Cerere de participare (Anexa nr. 7)	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	neprezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei (Anexa nr. 8)	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	neprezentat
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	neprezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	neprezentat
DUAE	prezentat	neprezentat	prezentat	neprezentat	neprezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	neprezentat
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde					
Dovada înregistrării de stat	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat
Certificat de atribuire al contului bancar	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat
Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat
Autorizație sanitară veterinară de funcționare a transportului	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat

Certificat ce confirmă deținerea în stoc a minim 15 % din cantitatea totală	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi	prezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat	neprezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Cartofi	SRL Sija Prim	2 131 200,00	355 200,00 kg	+	+
	SRL TSV Exim	2 275 136,00			
	SRL Geoter Com	2 894 880,00			
Varză	SRL Sija Prim	724 104,00	135 600,00 kg	+	+
	SRL Geoter Com	724 443,00			
	SRL Alim Total	734 952,00			
	SRL Nobil Prest	1 029 555,56			
Ceapă	SRL Alim Total	233 759,00	48 700,00 kg	-	-
	SRL Sija Prim	233 760,00		+	+
	SRL Nobil Prest	328 724,99			
	SRL Geoter Com	328 725,00			
Morcov	SRL Sija Prim	314 400,00	52 400,00 kg	+	+
	SRL Alim Total	315 448,00			
	SRL Nobil Prest	402 431,00			
	SRL Geoter Com	402 432,00			
Sfeclă roșie	SRL Alim Total	149 900,00	39 450,00 kg	-	-
	SRL Sija Prim	149 910,00		+	+
	SRL Nobil Prest	197 250,00			
	SRL Geoter Com	264 315,00			

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice" , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
10.06.2025	SRL Sija Prim/SRL Geoter Com	1. Specificația de preț (Anexa nr. 23) actualizată conform prețului propus urmare a desfășurării licitației electronice; 2.Dovada înregistrării de stat:	1. Specificația de preț (Anexa nr. 23) actualizată conform prețului propus urmare a desfășurării licitației electronice; 2.Dovada înregistrării de stat:

		3.Certificat de atribuire al contului bancar; 4. Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor; 5. Autorizație sanitară veterinară de funcționare al transportului; 6. Certificat ce confirmă deținerea în stoc a minim 15 % din cantitatea totală; 7. Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi.	3.Certificat de atribuire al contului bancar; 4. Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor; 5. Autorizație sanitară veterinară de funcționare al transportului; 6. Certificat ce confirmă deținerea în stoc a minim 15 % din cantitatea totală; 7. Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi.
--	--	---	---

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL TSV Exim	Oferta a fost respinsă în temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 „autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție” și anume: - nu a prezentat DUAЕ – document obligatoriu solicitat în documentația de atribuire.
SRL Alim Total	Oferta a fost respinsă în temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 „autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție” și anume: - nu a prezentat cererea de participare (anexa nr.7), declarația privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8), propunerea tehnică, propunerea financiară, DUAЕ și garanția pentru ofertă – documente obligatorii solicitate în documentația de atribuire.
SRL Nobil Prest	Oferta a fost respinsă în temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 „autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție” și anume: - nu a prezentat cererea de participare (anexa nr.7), declarația privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8), propunerea tehnică, propunerea financiară, DUAЕ și garanția pentru ofertă – documente obligatorii solicitate în documentația de atribuire.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul unitar (cu TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Cartofi	SRL Sija Prim	355 200.00 kg	6,00	6,48	2 131 200,00	2 301 696,00
Varză	SRL Sija Prim	135 600.00 kg	5,34	5,77	724 104,00	782 412,00
Ceapă	SRL Sija Prim	48 700.00 kg	4,80	5,18	233 760,00	252 266,00
Morcov	SRL Sija Prim	52 400.00 kg	6,00	6,48	314 400,00	339 552,00
Sfeclă roșie	SRL Sija Prim	39 450.00 kg	3,80	4,10	149 910,00	161 745,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. ... lit.

Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL Sija Prim	13.06.2025	<i>e-mail</i>
SRL TSV Exim		
SRL Geoter Com		
SRL Alim Total		
SRL Nobil Prest		

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)***16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:**

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
---	---

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).***17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
SRL SIJA PRIM	1005600023438	Cu capital autohton	67 LD din 25.06.2025	03200000-3	3 553 374,00	3 837 671,00	31.12.2025	23.12.2025

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):


Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	_____
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Alexandru Adam
(Nume, Prenume)


(Semnătura)
L.S.

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V

Nr. 1 din 08.05.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capes.gov.md
Adresa de internet	www.capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina
Date cu privire la procedura de atribuire:	
Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertei de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulat/ anulate)	ocds-b3wdp1-MD-172666567412 ocds-b3wdp1-MD-1735824610162
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2025 (repetat 3)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1745500749443/21411955 https://intender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1745500749443?tab=contract-notice

	24.04.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yplender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capes.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_75_0.pdf 20 SEPTEMBRIE 2024, VINERI BULETINUL ACHIZITIILOR PUBLICE NR. 75
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	274 864,24

Clarificări:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

Până la termenul-limită (data 20.02.2025, ora 10:30), au depus oferta operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratori
1	Medist Grup SRL	1018600004516	Anghel Gabriela
2	DITA ESTFARM S.R.L.	1002600046359	Chirtoaca Iurii Andrei

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Medist Grup SRL	Medglobalfarm	DITA ESTFARM S.R.L
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferiți parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertații le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat

	Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cunul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparație cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.			
Modul de elaborare a Specificației de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	+	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
DU/AE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DU/AE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	+	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat

Garanția pentru ofertă	2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertei. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertei (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertei	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
Certificat de atribuire a contului bancar	Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificații de pret (anexa nr.23); DU/AE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. <u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DU/AE</u> <u>Cerinte de calificare obligatorii</u>	+	Nu a fost evaluat
Dovada înregistrării persoanei	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	Nu a fost evaluat
Dovada înregistrării persoanei	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor/operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de	+	Nu a fost evaluat

juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	înregistrare/alecare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;			
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
	în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+		
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	+	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
Declarație privind respectarea condițiilor de păstrare și transportare pentru reactivi	prin care ofertantul va garanta livrarea produselor la destinatar cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar, Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire	+	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat

Declarație de la ofertant Prezentarea eşantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată		Nu a fost evaluat Nu a fost evaluat
Declarație de la ofertant Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire	Nu a fost evaluat Nu a fost evaluat
Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei	+	Nu a fost evaluat Nu a fost evaluat

Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Se va da prioritate la dispozitive medicale. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitență. 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026		
Garanția de bună execuție			

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: *prezentat, neprezentat, nu corespunde* (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire	Denumirepoziție	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Correspondenți cu cerințele de calificare	Correspondenți cu cerințele tehnice
1	Mănuși	Mănuși	buc	275000	0,6833	Medglobalfarm	Oferta depășește 30 %	Nu a fost evaluată
1	Mănuși	Mănuși	buc	275000	0,7270	DITA ESTFARM S.R.L.	Oferta depășește 30 %	Nu a fost evaluată
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Fibrinogen C 2ml	fl	12	2962,7500	Medist Grup SRL	corespunde	corespunde
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasma de control normal 1ml	fl	12	1382,5000	Medist Grup SRL	corespunde	corespunde
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasma de control anormal scăzut 1ml	fl	12	1382,5000	Medist Grup SRL	corespunde	corespunde
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasma de control ridicat	fl	12	1382,5000	Medist Grup SRL	corespunde	corespunde
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Calcium Chloride (CaCl2) 0,025M lichid 8ml	fl	12	23,7500	Medist Grup SRL	corespunde	corespunde

	testelor de coagulare:								
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	APTT-SP (lichid) 9ml	n	12	444,5000	Medist Grup SRL	corespunde	corespunde	
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasmă cu deficit de Factor VIII 1ml	n	12	1436,0000	Medist Grup SRL	corespunde	corespunde	
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Special test control Level 2 1ml	set	12	1422,0000	Medist Grup SRL	corespunde	corespunde	
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasma de calibrare 1ml	n	12	1493,0000	Medist Grup SRL	corespunde	corespunde	
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Clining solution 500ml	n	1	473,9500	Medist Grup SRL			
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Factor diluent 100ml	n	1	98,7300	Medist Grup SRL	corespunde	corespunde	

2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Clining agent 80ml	fl	1	473,9500	Medist Grup SRL	corespunde	corespunde
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Cupe ACL 2ml	Bucată	250	8,2500	Medist Grup SRL	corespunde	corespunde
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Rotori ACL 20 poziti	Bucată	50	33,0000	Medist Grup SRL	corespunde	corespunde
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Wash-R emulsion	Bucată	1	700,0000	Medist Grup SRL	corespunde	corespunde
3	Rulouri cu bandă continuă autocolantă	Rulouri cu bandă continuă autocolantă	Rulouri	500			Fără oferte	Fără oferte

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificatiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)
Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Nr. demersului	Denumirea operatorului economic	Informația solicitată	Clarificările prezentate

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 1 Mănuși

- Oferta operatorului economic Medglobalfarm se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Oferta operatorului economic DITA ESTARM S.R.L. se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirepoziție	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	AMDM	Ofertant
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Fibrinogen C 2ml	fl	12	2962,7500	3199,7700	35 553,00	38 397,24	Fibrinogen C 2ml Fibrinogen C SLA Instrumentation Laboratory (Werfen)	DM000362534	Medist Grup SRL
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea	Plasma de control normal 1ml	fl	12	1382,5000	1493,1000	16 590,00	17 917,20	Plasma de control normal 1ml Plasma de control normal SLA Instrumentation	DM000362479	Medist Grup SRL

	testelor de coagulare:								Laboratory (Werfen)		
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasma de control anormal scăzut 1ml	n	12	1382,5000	1493,1000	16 590,00	17 917,20	Plasma de control anormal scăzut SUA Instrumentation Laboratory (Werfen)	DM0000362480	Medist Grup SRL
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasma de control ridicat	n	12	1382,5000	1493,1000	16 590,00	17 917,20	Plasma de control anormal ridicat SUA Instrumentation Laboratory (Werfen)	DM0000362481	Medist Grup SRL
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Calcium Chloride (CaCl2) 0,025M lichid 8ml	n	12	23,7500	25,6500	285,00	307,80	Calcium Chloride (CaCl2) 0,025M lichid SUA Instrumentation Laboratory (Werfen)	DM0000362491	Medist Grup SRL
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	APTT-SP (lichid) 9ml	n	12	444,5000	480,0600	5 334,00	5 760,72	APTT-SP (lichid) SUA Instrumentation Laboratory (Werfen)	DM0000362491	Medist Grup SRL
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasmă cu deficit de Factor VIII 1ml	n	12	1436,0000	1550,8800	17 232,00	18 610,56	Plasmă cu deficit de Factor VIII 1ml SUA Instrumentation Laboratory (Werfen)	DM0000362514	Medist Grup SRL
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Special test control Level 2. 1ml	set	12	1422,0000	1535,7600	17 064,00	18 429,12	Special test control Level 2 SUA Instrumentation	DM0000362516	Medist Grup SRL

	testelor de coagulare:								Laboratory (Werfen)		
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasma de calibrare 1ml	n	12	1493,0000	1612,4400	17 916,00	19 349,28	Plasma de calibrare SUA Instrumentation Laboratory (Werfen)	DM000362483	Medist Grup SRL
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Clining solution 500ml	n	1	473,9500	568,7400	473,95	568,74	Cleaning solution SUA Instrumentation Laboratory (Werfen)	DM000362469	Medist Grup SRL
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Factor diluent 100ml	n	1	98,7300	118,4800	98,73	118,48	Factor diluent SUA Instrumentation Laboratory (Werfen)	DM000362292	Medist Grup SRL
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Clining agent 80ml	n	1	473,9500	568,7400	473,95	568,74	Cleaning agent SUA Instrumentation Laboratory (Werfen)	DM000362302	Medist Grup SRL
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Cupe ACL 2ml	Bucată	250	8,2500	9,9000	2 062,50	2 475,00	Cupe ACL 2ml SUA Instrumentation Laboratory (Werfen)	DM000362309	Medist Grup SRL
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Rotori ACL 20 pozitivi	Bucată	50	33,0000	39,6000	1 650,00	1 980,00	Rotori ACL 20 pozitivi SUA Instrumentation Laboratory (Werfen)	DM000362310	Medist Grup SRL
2	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Wash-R emulsion	Bucată	1	700,0000	840,0000	700,00	840,00	Wash-R emulsion SUA Instrumentation Laboratory (Werfen)	DM000362473	Medist Grup SRL

testelor de
coagulare:

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă, după cum urmează:

Lotul 3 Rutouri cu bandă continuă autocolantă

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadevurate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul 1 Mănuși

Totodată, pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea specificațiilor tehnice, cantităților și valorii estimate.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractul de achiziție urmează a fi înlocuit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 08.05.2025.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-2391 din 07.05.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicati în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TTTLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/sociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului
					Fără TVA	inclusiv TVA		
MEDIST GRUP SRL	1018600004516	Cu capital străin	nr. 21411955-0520-0055	08.05.2025	33100000-1	148 613,1300	161 157,2800	31.12.2025
								Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în specificația tehnică și de preț

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(Indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	33100000-1
Criterii de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 22 din 26.06.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția de Poliție a mun. Chișinău
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000808
Adresa	str. Tighina 6
Număr de telefon	022-254-898
E-mail oficial	Dp_chisinau@igp.gov.md
Adresa de internet	www.politia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Vitalie Baciuc, vitalie.baciuc@igp.gov.md, 022-254-898

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu se aplică
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziții, dar anulate/anulate)	Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Obiectul achiziției	Servicii de traducere și interpretare
Cod CPV	79500000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1749495977045 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1744294476203?tab=contract-notice Data publicării: 09.06.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	www.achizitii.md ;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://politia.md/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:- Link-ul:-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	400 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt

5. Până la termenul-limită (data 23.06.2025, ora 09:00), au depus oferta 3 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	LORI'S AUTOPLUS S.R.L.	1013600030479	Olesea CHILARI
2.	Lingvistica S.R.L.	1007600060192	Stela Axentii
3.	Proirvas S.R.L.	1005600061368	Irina Mitru

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	LORI'S AUTOPLUS S.R.L.	Lingvistica S.R.L.	Proirvas S.R.L.
DUAE	prezentat	Oferta se află în așteptare	Oferta se află în așteptare
Garanția pentru ofertă 1%	prezentat		
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat		
Specificații tehnice	prezentat		
Specificații de preț	prezentat		
Diplome/autorizații ale traducătorilor/interpreților care urmează să presteze serviciile solicitate	prezentat		
Declarație privind lista principalelor livrări / prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	prezentat		
Experiența similară	prezentat		
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	prezentat		
CV-urile traducătorilor	prezentat		
Scrisori de recomandare de la instituții bugetare eliberate în anii 2021-2023	prezentat	Oferta se află în așteptare	Oferta se află în așteptare
Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea cerințelor din Anexa 1	prezentat		

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. lot	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)	Cantitate și unitate de măsură	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
1.	Servicii de traducere și interpretare	LORI'S AUTOPLUS S.R.L.	399,00	1 buc.	+	+
		Lingvistica S.R.L.	1 620,00		Oferta se află în așteptare	
		Proirvas S.R.L.	6 030,00			

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Correspondența cu cerințele de calificare" și "Correspondența cu specificațiile tehnice" se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: Nu sunt
9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru întregul lot
11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut
12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică
13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică
14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Anularea loturilor din cadrul procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) - „există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.”

Urmare a raportului Șefului SCAUP a DP mun. Chișinău, în caietul de sarcini urmează a fi incluse alte servicii de traducere, Limba lituaniană, maghiară și bulgară.,

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
LORI'S AUTOPLUS S.R.L., Lingvistica S.R.L., Proirvas S.R.L.	26.06.2025	SIA RSAP, e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		

DARE DE SEAMĂ

- ☐ de atribuire a contractului de achiziție sectorială
☐ de încheiere a acordului – cadru
☒ **de anulare a procedurii de atribuire**

Nr. 2 din 25.06.2025

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	• Î.S. „Poșta Moldovei”
Localitatea	• Mun. Chișinău
IDNO	• 1002600023242
Adresa	• Municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, RM
Număr de telefon	• +373 (22) 251-233
E-mail oficial	• cancelaria@posta.md
Adresa de internet	• www.posta.md
Persoana de contact, numărul de telefon și adresa de e-mail	• Nume și prenume: Carolina ZABOLOTNÎI • Nr. de telefon: +373 (67) 497-697 • Adresa de e-mail: grup.achizitii@posta.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate	• Întreprindere de stat la autogestiune, Servicii poștale și financiare • Activități sectoriale în domeniul serviciilor poștale

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire	☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare ☐ Altele: Procedura de reofertare
Procedura de achiziție repetată (după caz)	• Nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție sau a acordului – cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	• Piese și consumabile pentru mașinile de francat
Cod CPV	• 30100000-0 - Mașini, echipament și accesorii de birou, cu excepția computerelor, a imprimantelor și a mobilierului
Expunerea motivului sau temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (se va indica în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	• Nu este cazul

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală.

Procedura de atribuire <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	• Număr: Anunț de participare nr. 25 • Link – ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748328911976 • Data publicării: 27.05.2025 ora 09:57
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ www.achiziti.md ☐ www.e-licitatie.md ☐ www.yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP <i>(după caz)</i>	• Denumirea și data publicării: Buletinul Achizițiilor Publice nr. 92 din 19.11.2024 • Link – ul: www.tender.gov.md
Tehnici și instrumente specifice de atribuire <i>(după caz)</i>	☒ Licitația electronică ☐ Acord – cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat ☐ Surse externe ☒ Surse proprii ☐ Alte surse <i>(se va indica)</i>
Valoarea estimată (fără TVA), lei	• 985 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	<i>(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări cu privire la documentația de atribuire)</i>
Denumirea operatorului economic	<i>(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări cu privire la documentația de atribuire)</i>
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<i>(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări cu privire la documentația de atribuire)</i>
Expunerea succintă a răspunsului	<i>(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări cu privire la documentația de atribuire)</i>
Data transmiterii	<i>(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări cu privire la documentația de atribuire)</i>

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

Rezumatul modificărilor	<i>(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări în documentația de atribuire)</i>
Publicate în BAP sau alte mijloace de informare <i>(după caz)</i>	<i>(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări în documentația de atribuire)</i>
Termen limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit <i>(după caz)</i>	<i>(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări în documentația de atribuire)</i>

5. Până la termenul limită (data de 14.06.2025 ora 12:00), nu a fost depusă nicio ofertă:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociați și Administratori
Servicii de deservire tehnică periodică, reparații și piese de schimb auto (Florești)			
1.	<i>(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)</i>	<i>(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)</i>	<i>(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)</i>

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuție sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală.

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare prezentate de către operatorii economici:

Denumirea documentului	Denumirea operatorului economic
	<i>(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)</i>
<i>(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)</i>	<i>(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)</i>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația cu privire la corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate

Denumirea Lotului	Denumirea operatorului economic	Preț ofertă (fără TVA), lei	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
<i>(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)</i>	<i>(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)</i>	<i>(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)</i>	<i>(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)</i>	<i>(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)</i>

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
<i>(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)</i>	<i>(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)</i>	<i>(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)</i>	<i>(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)</i>

9. Ofertanți respinși sau descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii sau descalificării
<i>(Se va completa în cazul în care au fost ofertanți respinși sau descalificați)</i>	<i>(Se va completa în cazul în care au fost ofertanți respinși sau descalificați)</i>

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

☒ **Pentru fiecare lot**

☐ Pentru mai multe loturi cumulate

☐ Pentru toate loturile

☐ Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiși ofertant: *(se va indica)*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: *(se va indica)*

11. Criteriul de atribuire aplicat:

☒ **Cel mai mic preț**

☐ Cel mai mic cost

☐ Cel mai bun raport calitate – preț

☐ Cel mai bun raport calitate – cost

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală.

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumirea factorului 1	Ponderea %	(se va completa în cazul în care o să fie aplicați factori de evaluare)	(se va completa în cazul în care o să fie aplicați factori de evaluare)
Denumirea factorului n	Ponderea %	(se va completa în cazul în care o să fie aplicați factori de evaluare)	(se va completa în cazul în care o să fie aplicați factori de evaluare)
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumirea factorului 1	Ponderea %	(se va completa în cazul în care o să fie aplicați factori de evaluare)	(se va completa în cazul în care o să fie aplicați factori de evaluare)
Denumirea factorului n	Ponderea %	(se va completa în cazul în care o să fie aplicați factori de evaluare)	(se va completa în cazul în care o să fie aplicați factori de evaluare)

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor	(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate)
Modificările operate	(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate)

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

☐ Atribuirea Contractului de achiziție sectorială

☒ **Anularea procedurii de achiziție sectorială**

Denumirea lotului	Valoarea estimată fără TVA, lei	Motiv
Piese și consumabile pentru mașinile de francat	985 000,00	Nicio ofertă nu a fost depusă ca răspuns la anunțul de participare

15. Informarea operatorilor economici despre decizia grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)	(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)	(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În conformitate cu art. 65 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în	☐ 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
---	---

sectoarele energeticii, apele, transporturilor și serviciilor poștale contractele de achiziții sectoriale /acordurile-cadru se încheie numai după împlinirea termenului de așteptare	☐ 6 zile pentru contractele de achiziții sectoriale a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este mai mică decât următoarele praguri: a) pentru contractele de achiziții de bunuri și servicii, altele decât cele menționate la lit. c) - 2 300 000 de lei; b) pentru contractele de achiziții de lucrări - 90 000 000 de lei; c) pentru contractele de achiziții care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 (la legea nr. 74/2020) - 7 000 000 de lei.
	☐ Respectarea termenului prevăzut la alin. (1) este facultativă atunci când contractul de achiziții/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire și nu există alți operatori economici implicați în respectiva procedură de atribuire
	☐ Respectarea termenului prevăzut la alin. (1) este facultativă atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau un contract ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziții.

(Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apele, transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție sau acordul - cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului, lei		Termenul de valabilitate al contractului
			Fără TVA	Cu TVA	
(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)	(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)	(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)	(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)	(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)	(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte)

18. Informația privind achiziții sectoriale durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție sectorială au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):


Au fost aplicate criteriile pentru achiziții durabile (achiziții verzi) ?	☐ Da ☒ Nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD)*:	(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție sectorială au fost aplicate criteriile de durabilitate)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate*:	(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție sectorială au fost aplicate criteriile de durabilitate)
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate*:	☐ Cel mai mic preț ☐ Cel mai mic cost ☐ Cel mai bun raport calitate - preț ☐ Cel mai bun raport calitate - cost

(*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte)

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuție sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 65 alin. (3) al Legii 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Numele și prenumele membrilor grupului de lucru	Semnături
Ion GARȘTEA (membru și președinte)	
Aliona ȚURCAN (membră și vicepreședintă)	
Victor IVANOV (membru și secretar)	
Svetlana BRÎNCA (membră)	
Aurelia IONICHI (membră)	
Natalia BOROZAN (membră)	
Carolina ZABOLOTNÎI (membră)	
Ion ȚURCAN (membru)	
Victor TVERDOHLEB (membru și raportor)	
Igor IGNAT (membru cu drept de vot consultativ)	

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr 1 din 20.06.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chîșinău, or. Chîșinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chîșinău, or. Chîșinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Ghennadii Dato

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cerere a ofertelor de prețuri
*Temei legal pentru desfășurarea NFP	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de achiziție repetată	Nr: _____
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea preparatului Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini hydrochloridum/ Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas 20 mg+0.5 mg/g 12.5 g necesar instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.muncder.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1746629163750 Link-ul: https://capcs.md/wp-content/uploads/2025/02/4129_250225035319_001.pdf Data publicării: 07.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2025/02/4129_250225035319_001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: _____ Link-ul: _____
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget CNAM
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	162 295.10

Clarificări privind documentația de atribuire:

NU au fost solicitate clarificări

Modificări operate în documentația de atribuire:

NU au fost operate modificări

Până la termenul-limită (data 19.05.2025, ora 15:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/
-----	---------------------------------	------	------------

			administratorii
1	Dita EstFarm SRL	1002600046359	Moraru Grigore
2	Lismedfarm SRL	1003600113573	Chitic Ecaterina

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

1.	Documente OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, constituie temei de descalificare.		Operatorul economic	
			Dita EstFarm SRL	Lismedfarm SRL
1.	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat
3.	Garanția pentru ofertă	1. În cazul garanției pentru ofertă emisă de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau) în cazul aplicării semnăturii originale și stampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scartată, iar garanția pentru ofertă în original se va prezenta în original în decurs de 52 ore după termenul limită de depunere a ofertelor afișat în SIA "RSAP", la sediul CAPCS; 2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (CAPCS) – se va prezenta Ordin de plată – completat conform semnăturilor date bancare. <i>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</i> <i>Finanțarea bănească: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Contul fiscal: 1016401000212 IBAN: MD231RPPCC518430B21839AA ca nota: "Pentru garanția pentru ofertă la Cererea ofertelor de prețuri nr. 66 va indica numărul procedurii de achiziție publică"</i> , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat
4.	Propunerea tehnică	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	Prezentat
5.	Propunerea financiară	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat
6.	Document Unic de Achiziții European	Completat conform formulărilor standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	Prezentat
II	Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE			
7.	Excepție de nevalabilitate financiară	Valabilă la momentul deschiderii ofertelor - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat
8.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care oferta este emisă	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic rezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat
9.	Extracș din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul de înregistrare a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	Se va prezenta Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic rezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul de înregistrare a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului (operatorul economic rezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;	prezentat	prezentat
10.	Raportul financiar/Situația financiară	Ultimul raport financiar/situație financiară – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	Prezentat

Criteriul de atribuire aplicat:

Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

DCI	Dozare	Forma farmaceutică	Administrație	Cantitate	Unitate masura		Suma fără TVA	Suma cu TVA
Ofertant	Denumire Comercială	Producător	Țară	Pret fara TVA	TV A	Pret cu TVA		
Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini hydrochloridum / Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas	20 mg/0,5 mg/g 12,0-12,5 g sau 12,0-12,5 ml	Gel	extern	16156	Tub/Seringă preumplută			
Dita EstFarm SRL	Onigel Chlorhexidina și Lidocaina gel uretral tub 12,5g NE (Codul produsului: KAF G27-12)	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI	Turcia	9,6499	10,4219		155903,78	168376,22

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Dita EstFarm SRL; Lismedfarm SRL		e-mail

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

CONFORM ANEXEI

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
--	----

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Valeriu Uscarev
(Nume, Prenume)


(Semnătura)

L..Ș.

Exercice	Année	Prévisions	Données	Notes	Statut	Observations
Exercice 1	2014-2015	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
Exercice 2	2015-2016	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
Exercice 3	2016-2017	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
Exercice 4	2017-2018	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000
Exercice 5	2018-2019	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
Exercice 6	2019-2020	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000
Exercice 7	2020-2021	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
Exercice 8	2021-2022	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000
Exercice 9	2022-2023	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
Exercice 10	2023-2024	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000
Exercice 11	2024-2025	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000
Exercice 12	2025-2026	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000
Exercice 13	2026-2027	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
Exercice 14	2027-2028	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000
Exercice 15	2028-2029	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000
Exercice 16	2029-2030	4800000	4800000	4800000	4800000	4800000
Exercice 17	2030-2031	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
Exercice 18	2031-2032	5200000	5200000	5200000	5200000	5200000
Exercice 19	2032-2033	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000
Exercice 20	2033-2034	5800000	5800000	5800000	5800000	5800000
Exercice 21	2034-2035	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
Exercice 22	2035-2036	6200000	6200000	6200000	6200000	6200000
Exercice 23	2036-2037	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000
Exercice 24	2037-2038	6800000	6800000	6800000	6800000	6800000
Exercice 25	2038-2039	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000
Exercice 26	2039-2040	7200000	7200000	7200000	7200000	7200000
Exercice 27	2040-2041	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000
Exercice 28	2041-2042	7800000	7800000	7800000	7800000	7800000
Exercice 29	2042-2043	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
Exercice 30	2043-2044	8200000	8200000	8200000	8200000	8200000
Exercice 31	2044-2045	8500000	8500000	8500000	8500000	8500000
Exercice 32	2045-2046	8800000	8800000	8800000	8800000	8800000
Exercice 33	2046-2047	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000
Exercice 34	2047-2048	9200000	9200000	9200000	9200000	9200000
Exercice 35	2048-2049	9500000	9500000	9500000	9500000	9500000
Exercice 36	2049-2050	9800000	9800000	9800000	9800000	9800000
Exercice 37	2050-2051	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000

Year	Number of cases	Number of deaths
1990	10	0
1991	15	0
1992	20	0
1993	25	0
1994	30	0
1995	35	0
1996	40	0
1997	45	0
1998	50	0
1999	55	0
2000	60	0
2001	65	0
2002	70	0
2003	75	0
2004	80	0
2005	85	0
2006	90	0
2007	95	0
2008	100	0
2009	105	0
2010	110	0
2011	115	0
2012	120	0
2013	125	0
2014	130	0
2015	135	0
2016	140	0
2017	145	0
2018	150	0
2019	155	0
2020	160	0
2021	165	0
2022	170	0
2023	175	0
2024	180	0
2025	185	0
2026	190	0
2027	195	0
2028	200	0
2029	205	0
2030	210	0
2031	215	0
2032	220	0
2033	225	0
2034	230	0
2035	235	0
2036	240	0
2037	245	0
2038	250	0
2039	255	0
2040	260	0
2041	265	0
2042	270	0
2043	275	0
2044	280	0
2045	285	0
2046	290	0
2047	295	0
2048	300	0
2049	305	0
2050	310	0
2051	315	0
2052	320	0
2053	325	0
2054	330	0
2055	335	0
2056	340	0
2057	345	0
2058	350	0
2059	355	0
2060	360	0
2061	365	0
2062	370	0
2063	375	0
2064	380	0
2065	385	0
2066	390	0
2067	395	0
2068	400	0
2069	405	0
2070	410	0
2071	415	0
2072	420	0
2073	425	0
2074	430	0
2075	435	0
2076	440	0
2077	445	0
2078	450	0
2079	455	0
2080	460	0
2081	465	0
2082	470	0
2083	475	0
2084	480	0
2085	485	0
2086	490	0
2087	495	0
2088	500	0
2089	505	0
2090	510	0
2091	515	0
2092	520	0
2093	525	0
2094	530	0
2095	535	0
2096	540	0
2097	545	0
2098	550	0
2099	555	0
2100	560	0

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.33 din 25.06.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției al MAI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1013601000495
Adresa	str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon	022-868-262
E-mail oficial	igp@igp.gov.md;
Adresa de internet	www.politia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Moscalciuc Reghina, 022868262

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu se aplică
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: MD-1734093887313
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Echipament polițienesc pentru sezonul de primăvară-toamnă și vară și echipament de intervenție
Cod CPV	18400000-3
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MD-1742889359990 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742889359990?tab=contract-notice Data publicării: 25.03.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://politia.md/ro/advanced-page-type/liste-achizitii
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 22.11.2024 Link-ul: bap_nr_93.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 287308,65

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt.

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt.
5. Până la termenul-limită (data 10.04.2025, ora 11:30), au depus oferta 4 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SIMCOMTEX SRL	1003600040033	Murgoci Simion
2.	ÎS RUSSCA	1003605003817	Balan Sergiu
3.	ZILANT SRL	1003600031589	Andrei Cravcenco
4.	TABITA COM SRL	1004600053847	Turcan Ion

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SIMCOMTEX SRL	ÎS RUSSCA	ZILANT SRL	TABITA COM SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei pentru o durată de 90 de zile calendaristice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Oferta – specificații tehnice și de preț	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanție 12 luni	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de conformitate însoțit de raportul de încercări la țesătură eliberat de instituții autorizate	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat
Certificat igienic al materiei prime pentru lotul: 1, 7, 11	nu se aplică	nu se aplică	nu se aplică	nu se aplică
Raport de încercări la piele, talpă și metoda de fixare la încălțăminte de la un laborator acreditat pentru lotul: 5, 8, 9, 13, 22, 23	nu se aplică	nu se aplică	neprezentat	prezentat
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
Lot.1					
Chipiu (21 450,00)	Achiziția nu a avut loc				
Lot.2					
Costum din stofă (veston și pantaloni de ceremonie pentru bărbați)	SIMCOMTEX SRL	160 000,00	50 Set.	+	+
Costum din stofă (veston și fustă de ceremonie pentru femei) (224 000,00)		64 000,00	20 Set.	+	+
Lot.3					
Pelerină de ploaie	ÎS RUSSCA	658 950,00	2300	+	-

(660 100,00)			Buc.		
Lot.4					
Jachetă (520 002,60)	ZILANT SRL	520 000,00	390 Buc.	+	+
Lot.5					
Ghete tactice de primăvară/toamnă (429 000,00)	TABITA COM SRL	374 400,00	390 Per.	+	-
Lot.6					
Chipiu tactic (1650,00)	Achiziția nu a avut loc				
Lot.7					
Cagulă tactică (1500,00)	Achiziția nu a avut loc				
Lot.8					
Bocanci tactic de primăvară- toamnă (15 000,00)	ZILANT SRL	15 000,00	12 Per.	+	+
Lot.9					
Ghete de vară (12 000,00)	ZILANT SRL	12 000,00	12 Buc.	-	+
Lot.10					
Mănuși tactice de vară (4992,00)	Achiziția nu a avut loc				
Lot.11					
Chipiu (1375,00)	Achiziția nu a avut loc				
Lot.12					
Eșarfă multifuncțională (1250,00)	Achiziția nu a avut loc				
Lot.13					
Bocanci (primăvară-toamnă) (12 500,00)	ZILANT SRL	12 500,00	10 Buc.	-	+
Lot.14					
Mănuși fără degete (4 160,00)	Achiziția nu a avut loc				
Lot.15					
Cască pentru ciclism cu elemente reflectorizante (12 500,00)	Achiziția nu a avut loc				
Lot.16					
Costum de primăvară - toamnă pentru ciclism (scurtă și pantaloni) (81 250,00)	Achiziția nu a avut loc				
Lot.17					
Pantaloni de vară scurți pentru ciclism (16 750,00)	Achiziția nu a avut loc				
Lot.18					
Mănuși ciclism (7 500,00)	Achiziția nu a avut loc				
Lot.19					
Ochelari ciclism (10 479,00)	ZILANT SRL	8 333,33	25 Buc.	+	+
Lot.20					
Costum de primăvară-toamnă (scurtă și pantaloni) (86 199,90)	Achiziția nu a avut loc				
Lot.21					

Costum tactic de vară (scurtă și pantaloni) (70 000,05)	Achiziția nu a avut loc
Lot.22	
Încălțăminte specială pentru conducerea motocicletelor-vară (32 250,00)	Achiziția nu a avut loc
Lot.23	
Cizme pentru conducerea motocicletelor-primăvară-toamnă (35 199,90)	Achiziția nu a avut loc
Lot.24	
Mănuși moto vară (11 450,10)	Achiziția nu a avut loc
Lot.25	
Mănuși moto primăvară/toamnă (14 750,10)	Achiziția nu a avut loc

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	17.04.2025
Operatorul economic	Zilant SRL
Informația solicitată	În conformitate cu prevederile art.20 alin. (8) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, s-a solicitat prezentarea documentelor justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAЕ și anume: - certificat de conformitate însoțit de raportul de încercări la țesătură eliberat de instituții autorizate; - raport de încercări la piele, talpă și metoda de fixare la încălțăminte de la un laborator acreditat pentru lotul: 8, 9, 13; - declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.
Rezumatul răspunsului operatorului economic	Operatorul economic a expediat la adresa de email: achizitii@igp.gov.md mesajul prin care comunică că compania poate prezenta doar certificatul de conformitate și raportul de încercări numai pentru lotul 4 Jachetă (atașat a anexat pentru țesătură Softshe.l). Pentru celelalte loturi nu deține documente ce confirmă calitatea bunurilor propuse.

Data solicitării	17.04.2025
Operatorul economic	Simcomtex SRL
Informația solicitată	În urma evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de licitație deschisă privind achiziționarea Echipamentului polițienesc pentru sezonul de primăvară -toamnă și vară și echipament de intervenție a constatat că, raportul de încercări nr.80-25C din 25.03.2025 este eliberat pentru țesătură vopsită (culoarea albastru-închis) pentru costume din 45% lână, 55% PES cu densitatea superficială 288 g/m2, însă la rubrica "Rezultatele încercărilor mostrelor" din raportul de încercări este indicată densitatea superficială, g/m2, min cu valoarea indicilor de facto – 274,10. Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art.17 alin. (4) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, s-a solicitat să clarifice care este densitatea la materia primă ce va fi utilizată pentru confecționarea bunurilor.
Rezumatul răspunsului operatorului economic	La data 20.04.2025 operatorul economic Simcomtex SRL a expediat în adresa Grupului de lucru pentru achiziții demersul nr.6322 prin care informează că, raportul de încercări nr.80-25C din 25.03.2025 este eliberat pentru țesătură de culoare albastru-închis pentru costume din 45% lână și 55% PES și se permite 5% + și 5% - din 288g/m2 constituie 14.4 g/m2 și 288 g/m2 – 5% este egal cu 273,6 g/m2.

Data solicitării	23.05.2025
Operatorul economic	I.S. Russca

Informația solicitată	Grupul de lucru pentru achiziții al Inspectoratului General al Poliției, în urma evaluării mostrei pentru lotul "Pelerină de ploaie" a constatat că, pelicula termoaplicată pe verso nu este aplicată uniform și capsele aferent sistemului de închidere nu sunt fixate corespunzător. Astfel, în vederea asigurării produsului final în corespundere cu mostra aprobată, s-a solicitat posibilitatea remedierii neconformităților menționate.
Rezumatul răspunsului operatorului economic	Operatorul economic nu a răspuns la clarificarea solicitată.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
ÎS RUSSCA	În conformitate cu prevederile art. 69 alin (6) lit. b) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice și anume: Lot.3 Pelerină de ploaie – mostra prezentată nu corespunde cu cerințele solicitate în caietul de sarcini.
TABITA COM SRL	În conformitate cu prevederile art. 69 alin (6) lit. b) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice și anume: Lot.5 Ghetă tactică de primăvară/toamnă - mostra prezentată nu corespunde cu cerințele solicitate în caietul de sarcini.
ZILANT SRL	În conformitate cu prevederile art. 69 alin (6) lit. b) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice și anume: Lot.8 Bocanci tactică de primăvară-toamnă, lot.9 Ghetă de vară și lot.13 Bocanci (primăvară-toamnă) – nu a fost prezentat raportul de încercări la piele, talpă și metoda de fixare la încălțăminte de la un laborator acreditat.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru fiecare lot.

11. Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut.

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică.

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică.

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

a) Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total inclusiv TVA)
Lot.2					
Costum din stofă (veston și pantaloni de Ceremonie pentru bărbați)	SIMCOMTEX SRL	50 Set.	3200,00	160 000,00	192 000,00
Costum din stofă (veston și fustă de Ceremonie pentru femei)		20 Set.	3200,00	64 000,00	76 800,00
Lot.4					
Jachetă	ZILANT SRL	390 Buc.	1333,34	520 000,00	624 000,00
Lot.19					
Ochelari ciclism	ZILANT SRL	25 Buc.	333,33	8 333,33	10 000,00

b) Anularea loturilor din procedura de achiziție publică în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice și anume - nu a fost depusă nici o ofertă: lot nr.1 – Chipiu, lot nr.6 - Chipiu tactic, lot nr.7 - Cagulă tactică, lot nr.10 - Mănuși tactice de vară, lot nr.11 – Chipiu, lot nr.12 - Eșarfă multifuncțională, lot nr.14 - Mănuși fără degete, lot nr.15 - Cască pentru ciclism cu elemente reflectorizante, lot nr.16 - Costum de primăvară - toamnă pentru ciclism (scurtă și pantaloni), lot nr.17 - Pantaloni de vară scurți pentru ciclism, lot nr.18 - Mănuși ciclism, lot nr.20 Costum de primăvară-toamnă (scurtă și pantaloni), lot nr.21

- Costum tactic de vară (scurtă și pantaloni), lot nr.22 - Încălțăminte specială pentru conducerea motocicletelor-vara, lot nr.23 - Cizme pentru conducerea motocicletelor-primăvară-toamnă, lot nr.24 - Mănuși moto vară, lot nr.25 - Mănuși moto primăvară/ toamnă.

c) **Anularea loturilor din procedura de achiziție publică în temeiul art. 71 alin. (1) lit. f) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice și anume** - au fost depuse numai oferte care nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire: lot.3 Pelerină de ploaie, lot.5 Ghete tactice de primăvară/toamnă, lot.8 Bocanci tactic de primăvară-toamnă, lot.9 Ghete de vară, lot.13 Bocanci (primăvară-toamnă).

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SIMCOMTEX SRL	30.05.2025	SIA RSAP, e-mail: simcomtex@mail.ru
IS RUSSCA	30.05.2025	SIA RSAP, e-mail: russca07@mail.ru
ZILANT SRL	30.05.2025	SIA RSAP, e-mail: office.zilant@gmail.com
TABITA COM SRL	30.05.2025	SIA RSAP, e-mail: tabitashoes@gmail.com

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

La data 09 iunie 2025 în adresa Inspectoratului General al Poliției a parvenit demersul nr.8201 de la operatorul economic Zilant SRL prin care informează, că refuza sa semneze contractul din motiv că se afla în imposibilitatea livrării bunurilor conform termenelor stabiliți în caietul de sarcini.

Astfel, autoritatea contractantă va reține garanția pentru ofertă în cuantum de 1% ceea ce constituie 5 283,33 lei, în conformitate cu prevederile art.68 alin. (4) lit. b) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice și în temeiul pct.93 din Anexa nr.1 La Ord. MF nr. 115 din 15.09.2021, pentru loturile atribuite.

Totodată Grupul de lucru pentru achiziții a decis inițierea repetată pentru pozițiile: "Jachetă" și "Ochelari ciclism" cu raport de necesitate și caiet de sarcini.

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea:	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare
				fără TVA	inclusiv TVA		
Simcomtex SRL	Cu capital Social IDNO 10036000 40033	85-BN din 25.06.2025	18400000-3	224 000,00	268 800,00	31.12.2025	Cantitatea solicitată de IGP va fi livrată gradual în decurs de 30 zile. Termenul limită- 01 decembrie 2025

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Vicepreședintele grupului de lucru: Aliona ARMAȘ



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 2 din 27.06.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	JANTUAN Mariana dispozitive@capcs.gov.md; mariana.jantuan@capcs.gov.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertei de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025, ocds-b3wdp1-MD-1722602379495 / https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722602379495?tab=contract-notice

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/anulate)

Nr.---

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru

☒ Bunuri
☐ Servicii ☐ Lucrări

Obiectul achiziției
 Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025-REPETAT

Cod CPV

33100000-1

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1738590782391

Link-ul: <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1738590782391?tab=contract-notice>

Data publicării: 03.02.2025

Platforma de achiziții publice utilizată

☒ achizitii.md;
☐ e-licitatie.md;
☐ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capes.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_61.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	4 787 593.88 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Lot nr. 59 Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus

Data:

3 febr 2025, 16:34

Subiectul întrebării:

lista distribuite

întrebare:

conform I.D nr. ceds-b3wdp1-MD-1732602379495 acest lot a fost atribuit în aceasta cantitate (aceiasi beneficiar final) nu este o eroare ca se dubleaza cantitatea?

Răspuns (5 febr 2025, 10:08):

Bună ziua, într-adevăr a fost eronat inclus lotul dat în procedura repetată. Dar fiind faptul că, urmare a publicării procedurii de achiziție sistemul electronic nu permite autorității contractante să anuleze un lot fără a anula întreaga procedură, lotul dat va rămâne în cadrul de sarcini solicitat, fără obligativitatea de a depune ofertă sau a contracta. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 60 Film radiologic cu baza albastru 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPix

Data:

3 febr 2025, 16:37

Subiectul întrebării:

lista distribuite

întrebare:

conform I.D nr. ceds-b3wdp1-MD-1730302119678 acest lot urmeaza a fi atribuit în aceasta cantitate (aceiasi beneficiar final) nu este o eroare ca se dubleaza cantitatea?

Răspuns (5 febr 2025, 10:09):

Bună ziua, într-adevăr a fost eronat inclus lotul dat în procedura repetată. Dar fiind faptul că, urmare a publicării procedurii de achiziție sistemul electronic nu permite autorității contractante să anuleze un lot fără a anula întreaga procedură, lotul dat va rămâne în cadrul de sarcini solicitat, fără obligativitatea de a depune ofertă sau a contracta. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 61 Film radiologic cu baza albastru 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix

Data:

3 febr 2025, 16:39

Subiectul întrebării:

lista distribuită

Întrebare:

conform I.D nr. oeds-b3vdp1-MD-1730302119678 acest lot urmeaza a fi atribuit în aceasta cantitate (acelasi beneficiar final) nu este o eroare ca se dubleaza cantitatea?

Răspuns (5 febr 2025, 10:10):

Bună ziua, Într-adevăr a fost eronat inclus lotul dat în procedura repetată. Dat fiind faptul că, urmare a publicării procedurii de achiziție sistemul electronic nu permite autorității contractante să anuleze un lot fără a anula întreaga procedură, lotul dat va rămâne în caietul de sarcini solicitat, fără obligativitatea de a depune ofertă sau a contracta. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:

4 febr 2025, 18:50

Subiectul întrebării:

Cerința de calificare „Vor fi atribuite doar dispozitive înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale”
Întrebare:

Vă rugăm să specificați cum va fi efectuată evaluarea, în cazul în care produsul nu are statut de dispozitiv medical. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (5 febr 2025, 10:20):

Bună ziua, Cerința de calificare menționată este specifică doar produselor care au statut de dispozitive medicale. La fiecare lot se va da prioritate dispozitivelor medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, iar dacă la lot vor fi propuse toate ofertele cu alt statut, deja se va analiza tehnica și se vor solicita documente care vor confirma calitatea acestora. Vă mulțumim pentru clarificare.
Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări

Modificări operate în documentația de atribuire: **Nu au fost**
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

Până la termenul-limită (data 06 martie 2025, ora 16:00), au depus oferta 13 operatori economici:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	Dita Est Farm SRL	1002600046359	1. Chirtoacă Iurie 2. Chirtoacă Svetlana
2	Echipamed Plus SRL	1003600077677	Iurchevici Valeriu, Iurchevici Maia
3	Electeh SRL	1003600113045	Vera Cojocaru
4	GBG MLD SRL	1003600117582	Tudor Ccaicovschi
5	Labromed Laborator SRL	1002600001177	Elena Onejco
6	Life Med Grup SRL	1016600014720	Andrei Ionașcu
7	Medexcom Teh SRL	1019600008809	Vasile MATEI
8	Med M SRL	1020611000359	Ana Iliev
9	M-Interfarma SRL	1003600005263	Morozov Maria Vladimir
10	Biosistem mld SRL	1010600028048	Vitalie Potata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov
11	SRL Endo-Chirurgie	1009600033242	Gherag Victor

12	IMS - Top Medical Supplier	1023606003997	Margareta Durdun
13	IM Vivamed International SRL	1007600028965	Beregoi Valeriu

		juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021													
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	+	+	+	+	+	+	+	+	Gresala aritmetica	+	+	+	+

4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat necorespunzător constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	- 2% din valoarea ofertei fără TVA.	30 000,00	0	In cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă	5	Garanția pentru oferta
+			61	000,00				
+			40	000,00	00			
-			3	200,00	00			
:			3	115,00	0			
+			12	860,00	0			
+			2	550,00	00			
+			1	060,00				
+			33200					
+			10	600,00	00			
+			500,00		00			
+			6	380,00	00			
nu e	completat la ultima pagină denumirea autorității și nr. procedurii		2	201,00				

		160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.													
		În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va</i>	scrisoare	scrisoare semnatura umeda	Transfer	scrisoare	Transfer	scrisoare semnatura umeda	Transfer	Transfer	scrisoare +transfer	scrisoare	Transfer	Transfer	Transfer

[illegible]

		Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;													
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii	+	+	-	+	+	+	+	+		+	+	+	extras + lista certific atul nu este

		de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.													
1 0	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+
1 1	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.												+	+	+		
	Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.													+	+	+	
	Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.													+	+	+	
	Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.																
	Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.																

1 4	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1 6	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/c ontractelor de achiziții publice)	cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2026 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.												
1 5	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea										+		+

5	EEG bridge electrode	Set	15	68 250,00	F8974	Italia	FIAB SpA	DM000655293	Labromed Laborator SRL	depășește cu peste 30% valoarea alocată
6	Electrod de tăiere bipolar	Bucată	1						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
7	Electrod EEG	Set	9	17 784,00	F8911/LCS	Italia	FIAB SpA	DM000655298	Labromed Laborator SRL	Corespunde
8	Electrod EEG	Bucată	9						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
9	Electrod pentru electromiografie	Set	12	34 200,00	CDE0241026	Italia	Spes Medica s.r.l	DM000669916	Labromed Laborator SRL	depășește cu peste 30% valoarea alocată
10	Electrod pentru incizie Hook, monopolar	Bucată	1	2 000,00	8423,19	Germania	Richard Wolf	CE/ISO	SRL Endo-Chirurgie	Nu corespunde
11	Electrozi ECG copii	Bucată	8160	7 915,20	F9089P/100	Italia	FIAB SPA	DM000621323	MED-M	Corespunde drept ofertă alternativă.
11	Electrozi ECG copii	Bucată	8160	8 486,40	15004 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM - Ø30 FOR PEDIATRIC USE - TYPE NP 30 RFI	Italia	Ceracarta	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371901	SRL Biosistem mld	
11	Electrozi ECG copii	Bucată	8160	14 688,00	F9069NRM	Italia	FIAB SpA	DM000621321	Labromed Laborator SRL	
12	Electrozi EEG punte medie	Bucată	2	18 500,00	F8974P	Italia	FIAB SpA	DM000655296	Labromed Laborator SRL	depășește cu peste 30% valoarea alocată
13	Electrozi cu clame pentru copii	Set	8	3 968,00	U901-ICB - U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000676191 - DM000655242	Labromed Laborator SRL	Corespunde

13	Electrozi cu clame pentru copii	Set	8	4 320,00	10029 + 14622	Italia	Ceracarta SPA	DM000375180	GBC-MLD SRL	
13	Electrozi cu clame pentru copii	Set	8	4 464,00	F9023SSC F9008SSC	Italia	FIAB SPA	DM000621287	MED-M	
14	Electrozi cu clame pentru copii	Set	6	2 976,00	U901-1CB + U901-2CD	China	Shenzhen UpMed Equipment Co., Ltd	DM000676191 + DM000655242	Labormed SRL	Correspunde
14	Electrozi cu clame pentru copii	Set	6	3 240,00	10029 + 14622	Italia	Ceracarta SPA	DM000375180	GBC-MLD SRL	
14	Electrozi cu clame pentru copii	Set	6	3 348,00	F9023SSC F9008SSC	Italia	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000621287	MED-M	
15	Electrozi cu clame pentru manuti	Set	5	2 480,00	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpMed Equipment Co., Ltd	DM000676185 + DM000676193	Labormed SRL	Correspunde
15	Electrozi cu clame pentru manuti	Set	5	2 700,00	10017 + 10744	Italia	Ceracarta SPA	DM000375180	GBC-MLD SRL	
15	Electrozi cu clame pentru manuti	Set	5	2 735,00	F9016SSC F9024SSC	Italia	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000621300	MED-M	
16	Electrozi cu clame pentru manuti	Set	10	4 960,00	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpMed Equipment Co., Ltd	DM000676185 + DM000676193	Labormed SRL	Correspunde
16	Electrozi cu clame pentru manuti	Set	10	5 400,00	10017 + 10744	Italia	Ceracarta SPA	DM000375180	GBC-MLD SRL	
17	Electrozi din cauciac	perechi	2	440,00	PG970/4	Italia	FIAB SPA	DM000655260	Labormed SRL	depășește cu peste 30% valoarea alocată
18	Electrozi din cauciac	perechi	2	820,00	PG912/4	Italia	FIAB SPA	DM000655272	Labormed SRL	depășește cu peste 30% valoarea alocată

19	Electrozi din cauciuc	perechi	20	4 400,00	PG970/4	Italia	FIAB SpA	DM000655260	Labromed Laborator SRL	depășește cu peste 30% valoarea alocată.
20	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Bucată	800	840,00	F9089P/100	Italia	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000621323	MED-M	Corespunde drept ofertă alternativă.
21	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore	Bucată	80	116,00	SF12	China	Intco	CE/DM0005696 07	Electeh SRL	Corespunde drept ofertă alternativă.
22	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I.	Bucată	2						Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
23	Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125	Bucată	1000						Contractul/lot ul nu a fost atribuit	
24	Filtru pentru circuite de respirație	Bucată	11490	87 105,69	Filtru pentru circuite de respirație (Codul produsului: A L 08023.V001 (CLEANED))	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S	DM000378368	DITA ESTFARM S.R.L.	Corespunde
24	Filtru pentru circuite de respirație	Bucată	11490	103 410,00	40920S	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM0005589 45	Electeh SRL	
24	Filtru pentru circuite de respirație	Bucată	11490	119 496,00	GZ-GL-3	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000659291	MED-M	

24	Filtru pentru circuite de respirație	Bucara	11490	170 626,50	MP05755	Germania	Dräger-werk	DM000653563, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023	ECHIPAMED -PLUS	Labomed Laborator SRL	Nu corespunde tehnic.	Nu corespunde	
25	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucara	12798	250 840,80	43.009.05.70 8	Germania	Dahlhausen & Co. GmbH	DM0006535206 din 09.11.2023	Labomed SRL		Nu corespunde		
25	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucara	12798	299 697,17	GZ-GL-3(A)	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000653569, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023	ECHIPAMED -PLUS		Nu corespunde tehnic.		
25	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucara	12798	453 049,20	MP05801	Germania	Dräger-werk	DM000653569, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023			Corespunde tehnic.		
25	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucara	12798	486 324,00	41520	Turcia	Rvent Medical	CE/DM0005589 55	Fiecteh SRL				
26	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale	Bucara	8640						Contractul/lot ul nu a fost atribuit				
27	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Bucara	700	16 800,00	1691020	China	Intersurgical	DM000657888	TMS-Top Medical Supplier		Nu corespunde tehnic.		
27	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Bucara	700	19 600,00	GZ-GL-4	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000659292	MED-M		Nu a raspuns la clarificari.		
27	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Bucara	700	21 000,00	273 02	Turcia	Medbar	CE/DM0005590 57	Electeh SRL		Corespunde tehnic.		
28	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucara	31230	281 070,00	40920S	Turcia	Rvent Medical	CE/DM0005589 45	Electeh SRL		Nu corespunde		
28	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucara	31230	304 492,50	140 201 ELITE	Turcia	PLASTIMED Plastik Medical Türntler Sanayi	DM0003 71414	MED-M		Nu sa raspuns la clarificari.		

	respirație, mecanic, adult						Ticaret Limited Şirketi			
28	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucată	31230	1 071 189,00	MP05785	Germania	Drager-werk	DM000653565, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023	ECHIPAMED -PLUS	Depaseste 30%
29	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal	Bucată	2720	41 480,00	GZ-GI.-19	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000659297	MED-M	Nu corespunde tehnic
29	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal	Bucată	2720	57 120,00	40210	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM0005589 23	Electeh SRL	Nu corespunde tehnic
29	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal	Bucată	2720	74 664,00	MP05820	Germania	Drager-werk	DM000570311, nr. Rg04-000259 din 27.07.2023	ECHIPAMED -PLUS	Nu corespunde tehnic
30	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	8020	114 686,00	GZ-GI.-18	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000659298	MED-M	Nu a raspuns la clarificari.
30	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	8020	136 216,49	Filtru pentru circuit de respiratie pediatric (Codul produsului:G Z-GI. 2 HME filter paediatric)	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	DM000659287	DITA ESTFARM S.R.L	Corespunde
30	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	8020	150 375,00	MP05815	Germania	Drager-werk	DM000653572, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023	ECHIPAMED -PLUS	
30	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	8020	160 400,00	40410	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM0005589 27	Electeh SRL	
31	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T	Bucată	110	4 169,00	MP05785	Germania	Drager-werk	DM000653565, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023	ECHIPAMED -PLUS	Corespunde drept ofertă alternativă.

31	Filtru pentru circuit de respirație, echivalent BB50T	Bucara	110	6 820,00	1790000S	Lituania	Intersurgical	DM000651986	TMS-Top Medical Supplier	
31	Filtru pentru circuit de respirație, echivalent BB50T	Bucara	110	9 900,00	40320	Turcia	Rvent Medical	CE/DM0005589	Electeh SRL	
32	Filtru pentru circuit de respirație, tip HME	Bucara	31750	316 706,25	GZ-GL-5	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	DM000659291	MED-M	Nu a raspuns la clarificari.
32	Filtru pentru circuit de respirație, tip HME	Bucara	31750	325 354,95	Filtru circuit respiratie HME (Codul produsului: A L 08022.V001 (CLEANED))	Turcia	MEDITERA TIBBI MAI.ZEME SANAYI VE TICARET A.S.	DM000378369	DTA ESTFARM S.R.L	Corespunde tehnic.
32	Filtru pentru circuit de respirație, tip HME	Bucara	31750	336 550,00	40820S	Turcia	Rvent Medical	CE/DM0005589	Electeh SRL	
32	Filtru pentru circuit de respirație, tip HME	Bucara	31750	563 562,50	MP0580S	Germania	Dräger-work	DM000653570, nr. Rg04-000259	ECHIPAMED -PLUS	
33	Filtru traheostomic de respirație, tip HME	Bucara	15630	96 493,37	Filtru traheostomic HME (Codul produsului: A L-08025.V001)	Turcia	MEDITERA TIBBI MAI.ZEME SANAYI VE TICARET A.S.	DM000378370	DTA ESTFARM S.R.L	Nu corespunde
33	Filtru traheostomic de respirație, tip HME	Bucara	15630	168 022,50	BY-5	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	DM000659302	MED-M	Nu corespunde
33	Filtru traheostomic de respirație, tip HME	Bucara	15630	171 930,00	41100	Turcia	Rvent Medical	CE/DM0005589	Electeh SRL	Nu corespunde
33	Filtru traheostomic de respirație, tip HME	Bucara	15630	268 836,00	MP05750	Germania	Dräger-work	DM000653576, nr. Rg04-000259	ECHIPAMED -PLUS	Nu corespunde

34	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear	Bucată	1800	68 220,00	MP05785	Germania	Drager-werk	DM000653565, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023	ECHIPAMED-PLUS	Corespunde drept ofertă alternativă.
34	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear	Bucată	1800	86 400,00	1790000S	Lituania	Intersurgical	DM000651986	TMS-Top Medical Supplier	
34	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear	Bucată	1800	90 000,00	41520	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM0005589 55	Electeh SRL	
35	Fire ECG	Bucată	5	1 390,00	UI01-3A3CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM00065521	Labromed Laborator SRL	Nu corespunde
36	Hirtie termo pentru printer autoclav	Bucată	175						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
37	Hușă sterilă p/u microscop chirurgical	Bucată	10						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
38	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	Bucată	1433	103 176,00	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655251	Labromed Laborator SRL	Corespunde tehnic.
38	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a	Bucată	1433	131 836,00	V0014C Adult (27.5-36.5 CM)	China	Vistar Medical Supplies Co.,Ltd.	CE/ISO	MED-M	

	25-35 cm tensiunii arteriale)	Bucara	870	73 950,00	US00-1L(C)	China	Shenzhen UpMed Equipment Co., Ltd	DM000655249	Labomed Laborator SRL	Corspunde tehnice.	
39	Manşeta NIBP adulti (pentru masurarea tensiunii arteriale) 33-47 cm neinvaziva a masurarea tensiunii arteriale)	Bucara	870	81 780,00	V0015C Large Adult (35.5-46 CM)	China	Vistar Medical Supplies Co.,Ltd.	CE/ISO	MED-M		
40	Manşeta NIBP adulti (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm	Bucara	282	30 808,50	V0016C Tight (45- 56.5 CM)	China	Vistar Medical Supplies Co.,Ltd.	CE/ISO	MED-M	Nu corespunde tehnice.	
41	Muşuc de u/f/pu adulti Spirograf cu filtru bacterid	Bucara	10						Contractu/lot ul nu a fost atribuit	Corspunde tehnice.	
42	Muşuc pentru spirrometrie compatibil cu spirrometre MIR	Bucara	3000	6 562,50	TS3962 Musuc pentru spirrometrie compatibil cu MIR	Italia	Immed S.R.L	Numărul de înregistrare AADM DM000778740	LifeMed Group SRL	Corspunde tehnice.	
42	Muşuc pentru spirrometrie compatibil cu spirrometre MIR	Bucara	3000	8 850,00	Moethpieces- 11730	Italia	Cercarta SPA	DM000690638	GBG-MLD SRL		
43	Muşuc pentru spiograf Pony FX, copii	Bucara	500						Contractu/lot ul nu a fost atribuit		
44	Muşuc pentru spirrometrie compatibil cu Pony FX	Bucara	2400	5 250,00	TS5218 Musuc pentru spirrometrie compatibil cu	Italia	Immed S.R.L.	Numărul de înregistrare AADM DM000209734	LifeMed Group SRL	Corspunde tehnice.	

					spirometre Pony FX					
44	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	Bucată	2400	7 080,00	Mothpieces- 11732	Italia	Ceracarta SPA	DM000690638	GBG-MLD SRL	
45	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Bucată	43520	86 496,00	TS3962 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Italia	Lumed S.R.L.	Numărul de înregistrare AMDM DM000778740	LifeMed Group SRL	Corespunde tehnic.
45	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Bucată	43520	128 384,00	Mothpieces- 11733	Italia	Ceracarta SPA	DM000690638	GBG-MLD SRL	
46	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CMI- 21/01-"P-D"	Bucată	8400	28 728,00	TS9190 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CMI-21/01- "P D"	Italia	Lumed S.R.L.	Numărul de înregistrare AMDM DM000778740	LifeMed Group SRL	Corespunde tehnic.
47	Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m	Bucată	33	5 940,00	4AFR100200	Turcia	Dort-A-Tip	CE/DM0003924 97	Electeh SRL	Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea alocată
47	Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m	Bucată	33	9 900,00	KSR10100	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN. TIC.LTD.S	DM000362949	MED-M	Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea alocată
48	Roll de bandă indicator chimic	Bucată	5						Contractul/lot ul nu a fost atribuit	

55	REGISTRU	Bucată	17		Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	I.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"		M-INTER-FARMA	Corespunde tehnic.
56	Test-indicator sterilizare 132°	Test	269000						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
56	REGISTRU	Bucată	269						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
57	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern	Test	53000						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
57	REGISTRU	Bucată	53						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
58	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal	Test	69000	21 696,67	Indicator strip Steam 134C-20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.120.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	ISO 11140-1 2014	M-INTER-FARMA	Corespunde tehnic.
58	REGISTRU	Bucată	69		Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	I.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"		M-INTER-FARMA	Corespunde tehnic.
59	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus	Bucată	7200	156 000,00	KX410, 10x12 in, (25cmx30cm), 100 sh	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	DM000753119	M-INTER-FARMA	Nu corespunde
60	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPix	Bucată	2500	92 708,33	KX410, 14x17 in, (35cmx43cm), 100 sh	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	DM000753122	M-INTER-FARMA	Nu corespunde

71	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Check sau echivalent	Bucată	3250						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
72	Teste pentru măsurarea glicemiei, CleverCheck	Bucată	600						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
73	Consumabile pentru măsurarea concentrației heparinei în sange	Bucată	27	10 260,00	304-10POR HEPARIN ASSAY CARTRIDG ES	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000398385	SRL Biosistem mld	Corespunde drept ofertă alternativă.
74	Consumabile pentru măsurarea parametrilor saturației venoase temperaturii și hematocritei	Bucată	20						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
75	Consumabile pentru măsurarea permanentă presiunii de masină și cardioplegiei	Bucată	100						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
76	Oxygenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standard de tubulatură	Bucată	2	222 300,00	70106,9076	Germania	Getinge	CE/ISO DM000305513	SRL Endo-Chirurgie	Corespunde tehnic.
77	Senzor de nivel (Maquet)	Bucată	350	94 500,00	701022208,00	Germania	Getinge	CE/ISO DM000347293	SRL Endo-Chirurgie	Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea alocată
78	Consumabile pt măsurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii și adulți	Bucată	80						Contractul/lotul nu a fost atribuit	
79	Consumabile pt măsurarea parametrilor echilibrului acido-	Bucată	80						Contractul/lotul nu a fost atribuit	

	bazic on-line la copii si adulti								
80	litre milimetrică 150mm x 90mm x 150P tip: plată	Bucara	1000						
81	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12	Bucara	6	2 040,00	U401- A(05CL) sau U401- A(05DL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000507918 sau DM000507926	Labomed Laborator SRL De solicitat MOSTRE.

* In cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corresponderea cu cerințele de calificare" și "Corresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: " – " în cazul
corespunderii și prin " – " în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv
justificarea prețului anormal de scăzut) A fost solicitat:

Data solicitații	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic																
Rg02- 1347 din 14.03.2025	M-INTER- FARMA SA	Pentru loturile nr. 59 Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus și nr.60 Film radiologic cu baza albăstră 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPix : <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>In documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.</td></tr><tr><td>compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus</td><td>compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm</td><td>Doc. confirm. - anexate la lot</td></tr></table> Pentru lotul nr. 61 Film radiologic cu baza albăstră 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>In documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.</td></tr><tr><td>compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus</td><td>compatibil cu cu DryPix Smart, Fujifilm</td><td>Doc. confirm. - anexate la lot</td></tr></table> S-a solicitat conform Anunțului de participare: <table><tr><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>de participare:</td><td>compatibil cu DryPixPlus</td></tr></table> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DJUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	In documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.	compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus	compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm	Doc. confirm. - anexate la lot	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	In documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.	compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus	compatibil cu cu DryPix Smart, Fujifilm	Doc. confirm. - anexate la lot	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	de participare:	compatibil cu DryPixPlus	Nu a parvenit răspuns
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	In documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.																	
compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus	compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm	Doc. confirm. - anexate la lot																	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	In documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.																	
compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus	compatibil cu cu DryPix Smart, Fujifilm	Doc. confirm. - anexate la lot																	
S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																		
de participare:	compatibil cu DryPixPlus																		

		vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 19.03.2025			
Rg02-2126 din 10.04.2025	DITA ESTFARM SRL	Pentru lotul nr. 24 <u>Filtru pentru circuite de respirație:</u>			Răspuns în baza scrisorii nr. T-691 din 11.04.2025, rezumat: Pentru lotul nr. 24 – Filtru pentru circuite de respirație: Codul produsului:AL 08023.V001 Se prezintă Declarația producătorului cu informații privind conexiunile: 22F - 15M, 22M - 15F, ambalaj individual (Pag.1). În ceea ce privește condițiile de sterilizare, în TDS (Fișa Tehnică), la punctul 3 se menționează: „This product line is provided both as sterile”, ceea ce indică faptul că produsul poate fi fabricat atât în variantă sterilă (prin metoda de sterilizare cu oxid de etilenă – EtO), aspect confirmat prin această mențiune, cât și în condiții de cameră curată, în conformitate cu standardul EN 14644-1, conform Declarației producătorului. Produsul oferit pentru lotul 24 corespunde în totalitate descrierii din Specificația Tehnică deplină propusă de către ofertant. ✓ Pentru lotul nr. 30 Filtru pentru circuite de respirație, pediatric: Codul produsului:GZ GL-2 HME filter paediatric Se prezintă Declarația producătorului cu informații privind următorii parametri: Volum compresiabil 14 ml, Conexiuni 22F-15M, 22M-15F, Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1, Ambalaj individual. ✓ Pentru lotul nr. 32 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME: Codul produsului: AL- 08022.V001 Se prezintă Declarația producătorului cu informații privind ambalajului individual și privind parametri: Pierderea de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) 7,2 mg/l (Declarație pag.1). Pentru lotul nr. 33 Filtru traheostomic de respirație, tip HME: AL- 08025.V001 Pentru acest lot, la etapa de depunere a
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
		Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cmH2O Volum compresiabil < 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min 0,5 cm H2O Volum compresiabil 33 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual (TDS pag1-2, Declarație pag.1)	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Conexiuni 22F - 15M, 22M - 15F Ambalaj individual Există neconformități privind produsul oferit. S-a solicitat 'steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1', s-a oferit 'asamblat în condiții curate conform EN14644-1', însă, în documentele tehnice confirmative, mai exact în datasheet la punctul 9, standardul EN14644-1 nu este menționat, iar la punctul 3 se indică metoda de sterilizare cu oxid de etilenă (Ethylene oxide sterilization). Fapt ce contravine afirmațiilor din Anexa 22.	
		Pentru lotul nr. 30 <u>Filtru pentru circuite de respirație, pediatric:</u>			
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
		Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min 2,04 cm H2O Volum compresiabil 14 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F	Există neclarități privind produsul oferit. Solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:	

oferit, a fost prezentată fișa tehnică aferentă produsului cu codul AL-08025.V001. Va rugăm să consultați pagina 2 a documentului. Produsele cu codurile AL-08025 și AL-080259 au același parametru tehnic, diferența constă doar în condiția de sterilitate. ✓ Pentru lotul nr. 69 Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole: Broșura parametrilor tehnici solicitați.

Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-I Ambalaj individual		
(Declarație pag. 1) Steril conform EN14644-I (Declarație pag. 1) Ambalaj individual (Catalog pag. 2)	30 ml, Conexiuni 22F-15M, 22M-15F, Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-I, Ambalaj individual.	

Pentru lotul nr. 32 Filtru pentru circuite de respirație tip HME:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a constatat în procesul evaluării:
Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $< 1,63$ cm H₂O Pierdere de umiditate (mg/l la VT – 500 ml) < 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) > 29 mg/l Port Iuer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min 0,82 cm H₂O Pierdere de umiditate (mg/l la VT – 500 ml) 7,2 mg/l (Declarație pag.1) Retur de umiditate (mg/l la VT – 500 ml) 37 mg/l Port Iuer lock obligatoriu Ambalaj individual (TDS pag.1-2)	S-a constatat în procesul evaluării: Există neclarități privind produsul oferit. Solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l, Ambalaj individual

Pentru lotul nr. 33 Filtru traheostomic de respirație tip HME:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a constatat în procesul evaluării:
Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min $\leq 0,3$ cmH₂O Pierdere de umiditate (mg/l la VT – 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) > 26 mg/l Volum comprimabil ≤ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protecție (capac, valvă) pentru sanarea tubului traheostomic fără	Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min 0,63 cm H₂O Pierdere de umiditate (mg/l la VT – 500 ml) < 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) 27,5 mg/l Volum comprimabil 15 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protecție (capac, valvă) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea	S-a constatat în procesul evaluării: Există neclarități privind produsul oferit. Solicităm informații suplimentare, deoarece broșura oferită corespunde modelului AL-080259.V001, și nu modelului declarat AL08025.V001.

		<table><tr><td>scoaterea de la pacient Ambalaj individual</td><td>de la pacient Ambalaj individual (TDS pag1-3)</td><td></td></tr></table>	scoaterea de la pacient Ambalaj individual	de la pacient Ambalaj individual (TDS pag1-3)																	
scoaterea de la pacient Ambalaj individual	de la pacient Ambalaj individual (TDS pag1-3)																				
		Pentru lotul nr. 69 <u>Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole:</u> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata)</td><td>Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata) Facturare N24 fiole (N96 ml)</td><td>Lipsa surselor de informație, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata)	Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata) Facturare N24 fiole (N96 ml)	Lipsa surselor de informație, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.													
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																			
Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata)	Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata) Facturare N24 fiole (N96 ml)	Lipsa surselor de informație, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.																			
		Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 15.04.2025.																			
Rg02-2127 din 10.04.2025	ECHIPAMED-PLUS SRL	Pentru lotul nr. 31 <u>Filtru pentru circuite de respirație, echivalent BB50T:</u> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 60l/min ≤ 2,0 cm H2O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PAILL</td><td>Filtru mecanic SafeStar Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, p/u protecția echipamentelor de ventilație și anestezie, pacienților, personalului, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,9999%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 27,3g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la</td><td>Există o neconformitate privind produsul oferit. S-a cerut o rezistență la flux de 60 l/min ≤ 2,0 cm H2O și s-a declarat la 30 l/min ≤ 1,3 mbar, dar broșura ofertantului indică la "60 l/min ≤ 2,8 mbar" (≈ 2,855 cm H2O), depășind cerințele anunțului.</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 60l/min ≤ 2,0 cm H2O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PAILL	Filtru mecanic SafeStar Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, p/u protecția echipamentelor de ventilație și anestezie, pacienților, personalului, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,9999%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 27,3g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la	Există o neconformitate privind produsul oferit. S-a cerut o rezistență la flux de 60 l/min ≤ 2,0 cm H2O și s-a declarat la 30 l/min ≤ 1,3 mbar, dar broșura ofertantului indică la "60 l/min ≤ 2,8 mbar" (≈ 2,855 cm H2O), depășind cerințele anunțului.	Răspuns în baza scrisorii nr. 033/25 din 10.04.2025, rezumat: Într-adevăr, valorile parametrului "rezistența la flux" în cazul diferitor fluxuri de gaz respirator pentru filtrul MP05785 din Lotul 31 sunt reflectate în tabelul din broșura anexată, după cum urmează: <table><tr><td>Resistance 2.5 l/min</td><td>≤0.3 mbar,</td></tr><tr><td>Resistance 5.0 l/min</td><td>≤0.3 mbar,</td></tr><tr><td>Resistance 15 l/min</td><td>≤0.7 mbar</td></tr><tr><td>Resistance 30 l/min</td><td>≤1.3 mbar,</td></tr><tr><td>Resistance 60 l/min</td><td>≤2.8 mbar,</td></tr><tr><td>Resistance 90 l/min</td><td>≤4.6 mbar.</td></tr></table>	Resistance 2.5 l/min	≤0.3 mbar,	Resistance 5.0 l/min	≤0.3 mbar,	Resistance 15 l/min	≤0.7 mbar	Resistance 30 l/min	≤1.3 mbar,	Resistance 60 l/min	≤2.8 mbar,	Resistance 90 l/min	≤4.6 mbar.
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																			
Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 60l/min ≤ 2,0 cm H2O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PAILL	Filtru mecanic SafeStar Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, p/u protecția echipamentelor de ventilație și anestezie, pacienților, personalului, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,9999%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 27,3g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la	Există o neconformitate privind produsul oferit. S-a cerut o rezistență la flux de 60 l/min ≤ 2,0 cm H2O și s-a declarat la 30 l/min ≤ 1,3 mbar, dar broșura ofertantului indică la "60 l/min ≤ 2,8 mbar" (≈ 2,855 cm H2O), depășind cerințele anunțului.																			
Resistance 2.5 l/min	≤0.3 mbar,																				
Resistance 5.0 l/min	≤0.3 mbar,																				
Resistance 15 l/min	≤0.7 mbar																				
Resistance 30 l/min	≤1.3 mbar,																				
Resistance 60 l/min	≤2.8 mbar,																				
Resistance 90 l/min	≤4.6 mbar.																				

1. diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță inițială	1. diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță inițială *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.
---	---	---

Pentru lotul nr. 24 *Filtru pentru circuite de respirație:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Rata de filtrare Bacterială ≥ 99,99% Rata de filtrare Virală ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cmH ₂ O Volum compresibil < 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Rata de filtrare Bacterială ≥ 99,99% Rata de filtrare Virală ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H ₂ O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.

Pentru lotul nr. 27 *Filtru antibacteriene de unică folosință pe spirometru Spirolab Mir:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Filtru antibacteriene de unică folosință pe spirometru Spirolab Mir	Filtru antibacteriene de unică folosință pe spirometru Spirolab Mir *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.

Pentru lotul nr. 28 Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare > 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H ₂ O Volum compresibil < 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Tip pacient: Adult Tip filtru: electrostatic Rata de filtrare > 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H ₂ O Volum compresibil < 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.

Pentru lotul nr. 29 Filtru pentru circuite de respirație, neonatal

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare > 99,9% Volum compresibil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual	Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≥ 30 ml Rata de filtrare ≥ 99,9% Volum compresibil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M15F Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.

Pentru lotul nr. 30 Filtru pentru circuite de respirație, pediatric

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
---	---	--------------------------------------

		Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala > 99,99% Rata de filtrare Virala $\geq$ 99,9% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 2,04 cm H₂O Volum compresibil $\leq$ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala >99,99% Rata de filtrare Virala > 99,9% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 2,04 cm H₂O Volum compresibil $\leq$ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.	
Pentru lotul nr. 31 <i>Filtru pentru circuite de respirație, echivalent BB50T:</i>					
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
		Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq$ 99,999% Rezistența la flux 60l/min $\leq$ 2,0 cm H₂O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL	Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq$ 99,999% Rezistența la flux 60l/min $\leq$ 2,0 cm H₂O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL2 *Conform broșura pagina 1	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.	

Rg02-2129 din 10.04.2025	ENDO- CHIRURGIE SRL	Pentru lotul nr. 32 <i>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME:</i> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual</td></tr><tr><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $< 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) 11mg/l Retur de umiditate (mg/l laVT =500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1</td></tr><tr><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td><td>Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.</td></tr></table> Pentru lotul nr. 34 <i>Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult:</i> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratorilor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ conectuni 22F/15M -22M/15F, H2O, volum compresibil < 120ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical</td></tr><tr><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratorilor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ conectuni 22F/15M/15F, 22F/15M/22M/15F, rezistența la flux 30 l/min $\leq 1,2$ cm H2O, volum compresibil ≤ 120ml Ambalat individual Equivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical *Conform broșura pagina 1</td></tr><tr><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td><td>Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.</td></tr></table> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DLUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezintă satisfacție tehnică minimă ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnice produse oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referința (marcarea fișei parametrului tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 11.04.2025.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $< 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) 11mg/l Retur de umiditate (mg/l laVT =500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	S-a constatat în procesul evaluării:	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratorilor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ conectuni 22F/15M -22M/15F, H2O, volum compresibil < 120 ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratorilor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ conectuni 22F/15M/15F, 22F/15M/22M/15F, rezistența la flux 30 l/min $\leq 1,2$ cm H2O, volum compresibil ≤ 120 ml Ambalat individual Equivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical *Conform broșura pagina 1	S-a constatat în procesul evaluării:	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual													
S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $< 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) 11mg/l Retur de umiditate (mg/l laVT =500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1													
S-a constatat în procesul evaluării:	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.													
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratorilor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ conectuni 22F/15M -22M/15F, H2O, volum compresibil < 120 ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical													
S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratorilor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ conectuni 22F/15M/15F, 22F/15M/22M/15F, rezistența la flux 30 l/min $\leq 1,2$ cm H2O, volum compresibil ≤ 120 ml Ambalat individual Equivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical *Conform broșura pagina 1													
S-a constatat în procesul evaluării:	Lipsa surselor de informație, în special a broșurii menționate în Anexa 22, necesită clarificări suplimentare pentru a valida conformitatea specificațiilor.													
Rg02-2129 din 10.04.2025	ENDO- CHIRURGIE SRL	Pentru lotul nr. 10 <i>Electrod pentru incizie Hook, monopolar:</i> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td></tr><tr><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	S-a constatat în procesul evaluării:								
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):													
S-a constatat în procesul evaluării:	S-a constatat în procesul evaluării:													
Răspuns în baza scrisorii nr. 32/04 din 15.04.2025, rezumat: În conformitate cu prevederile legislației în vigoare,														

		<table><tr><td>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td><td>CE/ISO</td><td>Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.</td></tr><tr><td>Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent</td><td>Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, Pag. 3 din broșura</td><td>Există o neclaritate privind produsul oferit. S-a solicitat un electrod cu capătul de lucru sub forma de con, însă s-a prezentat modelul 8423.19, care are forma de cuțit (Knife electrode by Collins). Totodată, în imaginea documentelor tehnice confirmative se observă un electrod cu forma de cilindru. Este necesară clarificarea modelului oferit și a documentației tehnice pentru a confirma conformitatea cu cerințele.</td></tr></table>	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	CE/ISO	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.	Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent	Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, Pag. 3 din broșura	Există o neclaritate privind produsul oferit. S-a solicitat un electrod cu capătul de lucru sub forma de con, însă s-a prezentat modelul 8423.19, care are forma de cuțit (Knife electrode by Collins). Totodată, în imaginea documentelor tehnice confirmative se observă un electrod cu forma de cilindru. Este necesară clarificarea modelului oferit și a documentației tehnice pentru a confirma conformitatea cu cerințele.	notificarea dispozitivului medical în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de zile. La momentul dat, a expirat perioada de valabilitate a înregistrării. În prezent compania depune toate eforturile pentru înregistrarea/reînregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu noile proceduri.									
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	CE/ISO	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.																
Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent	Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, Pag. 3 din broșura	Există o neclaritate privind produsul oferit. S-a solicitat un electrod cu capătul de lucru sub forma de con, însă s-a prezentat modelul 8423.19, care are forma de cuțit (Knife electrode by Collins). Totodată, în imaginea documentelor tehnice confirmative se observă un electrod cu forma de cilindru. Este necesară clarificarea modelului oferit și a documentației tehnice pentru a confirma conformitatea cu cerințele.																
		Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 15.04.2025.																
Rg02-2130 din 10.04.2025	LABROMED LABORATOR SRL	<table><tr><td colspan="3">Pentru lotul nr. 7 <i>Electrod EEG:</i></td></tr><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil, Lungimea 150cm, diametrul 10mm, set 10 buc compatibile cu EEG -1200K</td><td>Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=10 mm, cupă termoetanșată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 10.</td><td>În documente tehnice atașate la ofertă nu s-au regăsit următorii parametri: menționarea concretă a numărului de bucăți din care este format setul și confirmarea compatibilității cu EEG-1200K</td></tr><tr><td colspan="3">Pentru lotul nr. 25 <i>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic:</i></td></tr><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr></table>	Pentru lotul nr. 7 <i>Electrod EEG:</i>			S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil, Lungimea 150cm, diametrul 10mm, set 10 buc compatibile cu EEG -1200K	Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=10 mm, cupă termoetanșată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 10.	În documente tehnice atașate la ofertă nu s-au regăsit următorii parametri: menționarea concretă a numărului de bucăți din care este format setul și confirmarea compatibilității cu EEG-1200K	Pentru lotul nr. 25 <i>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic:</i>			S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Răspuns în baza scrisorii nr. 15.4 din 15.04.2025, rezumat: Referitor la lotul nr. 7 Electrod EEG, în conformitate cu documentul prezentat de compania FIAB SpA la 14.04.2025, dispozitivele EEG/EMG CUP ELECTRODES, model F8911/LCS au un principiu de funcționare, care este valabil pentru orice tip de dispozitiv pentru detectarea și înregistrarea semnalului EEG/EMG (vezi anexa). Referitor la lotul nr. 25 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic, Vă comunicăm că, în corespundere cu scrisoarea primită prin e-mail de la compania P.J. Dahlhausen & Co. GmbH, Germania (vezi anexa), filtrele au următoarele caracteristici: - Tip filtru: mecanic / HEPA: fără HEPA,
Pentru lotul nr. 7 <i>Electrod EEG:</i>																		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																
Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil, Lungimea 150cm, diametrul 10mm, set 10 buc compatibile cu EEG -1200K	Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=10 mm, cupă termoetanșată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 10.	În documente tehnice atașate la ofertă nu s-au regăsit următorii parametri: menționarea concretă a numărului de bucăți din care este format setul și confirmarea compatibilității cu EEG-1200K																
Pentru lotul nr. 25 <i>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic:</i>																		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																

Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux $30\text{ l/min} \leq 1,63$ cm Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 11\text{ mg/l}$ Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq 29\text{ mg/l}$ Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Scopul filtrului este de a proteja pacientul și de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): $20/15\text{ mm}$ Diametru interior (capăt masă): $22/13\text{ mm}$ Steril: Nu	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): S-a constatat în procesul evaluării:	Set din 3 bucati, cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1,5m. Un set= 0 bucată	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): S-a constatat în procesul evaluării:	Pentru lotul nr. 38 <i>Manșeta NIBP adultă (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale)</i> 25-35 cm:	S-a solicitat conform Anunțului de participare: 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorile din cadrul instituției 2. Manșeta 25 - 35 cm 3. Reutilizabile
acesta este un filtru electrostatic; - Rezistența la curgere $30\text{ l/min} \leq 1,63\text{ cm}$ umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l; - Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq 29\text{ mg/l}$; și toate detaliile ambalajului: Papier/Vorbandfolie PE/PA (Häute/film compozit PE/PA) – vezi găsi aceste informații în Proinfo atașat. Referitor la lotul nr. 35 Five ECG, conform documentului prezentat de compania Lpn Med LTD, articolul U101-3A3CE:DIN 1,5 mm 3 fire conductoare, clip IEC cu lungimea de 0,9 m (vezi anexa). Referitor la lotul nr. 38 Manșeta NIBP adultă (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale), 25-35 cm și lotul nr. 39 Manșeta NIBP adultă (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale), 33-47 cm (vezi în anexa documentul) prezentat de compania Lpn Med LTD. Referitor la lotul nr. 81 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12, Va comunicăm că LABORATOR SRL este gata să prezinte o mostră de sensor pentru testare.	S-a solicitat informații de umiditate / HEPA, Tip filtru: mecanic / HEPA, Rezistența la flux $30\text{ l/min} \leq 1,63\text{ cm}$, Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 11\text{ mg/l}$, Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq 29\text{ mg/l}$, Ambalaj individual	S-a constatat în procesul evaluării:	Se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Scopul filtrului este de a proteja pacientul și de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): $20/15\text{ mm}$ Diametru interior (capăt masă): $22/13\text{ mm}$ Steril: Nu	Se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: conexiune de lungime de 1,5m	Pentru lotul nr. 38 <i>Manșeta NIBP adultă (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale)</i> 25-35 cm:	S-a solicitat conform Anunțului de participare: 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorile din cadrul instituției 2. Manșeta 25 - 35 cm 3. Reutilizabile

4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	Edan IM 60, Mindray IPM 15) Reutilizabile	compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15), 3. Reutilizabile
---	---	---

Pentru lotul nr. 39 *Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm.*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	Manșetă NIBP cu unică tub pentru adulți, TPC, 33-47cm cu conector la furtun NIBP Reutilizabile	Se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: compatibil cu monitoarele din cadrul instituției, 3. Reutilizabile

Pentru lotul nr. 81 *Senzor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Senzor SpO2 reutilizabil (adult) - cablu de interconectare, compatibil cu monitorul de pacient, model Cetus x 12, producător aXcent medical GmbH, Germania	(14 pini) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	Se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: cablu de interconectare, compatibil cu monitorul de pacient, model Cetus x 12, producător aXcent medical GmbH, Germania

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se

vor regăsi parametricile tehnice solicitate (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referința (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).
Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai rezonabil posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 15.04.2025.

Rg02-2131	10.04.2025	MED-M SRL	Pentru lotul nr. 11 <i>Electrozii ECG copii:</i> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>Electrozii ECG pentru copii, 25 - 30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Tesatură poroasă, adezivă, fără latex PVC</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td></tr><tr><td>Există neconformități privind produsul oferit.</td><td>S-a solicitat un diametru de 25 - 30 mm, s-a declarat tot un diametru de 25 - 30 mm, însă modelul propus cu codul F9089P/100 are dimensiunile de 32 x 36 mm, care nu respectă cerințele din anunț. S-a solicitat gel lichid, s-a declarat gel lichid, dar în broșură este menționat gel solid, neconform cerinței.</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Electrozii ECG pentru copii, 25 - 30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Tesatură poroasă, adezivă, fără latex PVC	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	Există neconformități privind produsul oferit.	S-a solicitat un diametru de 25 - 30 mm, s-a declarat tot un diametru de 25 - 30 mm, însă modelul propus cu codul F9089P/100 are dimensiunile de 32 x 36 mm, care nu respectă cerințele din anunț. S-a solicitat gel lichid, s-a declarat gel lichid, dar în broșură este menționat gel solid, neconform cerinței.	S-a constatat în procesul evaluării:
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Electrozii ECG pentru copii, 25 - 30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Tesatură poroasă, adezivă, fără latex PVC	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):							
Există neconformități privind produsul oferit.	S-a solicitat un diametru de 25 - 30 mm, s-a declarat tot un diametru de 25 - 30 mm, însă modelul propus cu codul F9089P/100 are dimensiunile de 32 x 36 mm, care nu respectă cerințele din anunț. S-a solicitat gel lichid, s-a declarat gel lichid, dar în broșură este menționat gel solid, neconform cerinței.	S-a constatat în procesul evaluării:							
			Pentru lotul nr. 20 <i>Electrozii ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore:</i> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>1. diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizator, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm, 10. impedanță 10 Hz după defibrilare ≥ 70% de la impedanță inițială</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td></tr><tr><td>Există o neconformitate privind produsul oferit. S-a solicitat un diametru de 38 - 47 mm, s-a declarat diametru de 38 - 47 mm, însă modelul propus cu codul F9089P/100 are dimensiunile de 32 x 36 mm, care nu respectă cerințele din anunț. Pentru clarificare, se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 2. electrod Ag/AgCl, 4. fără latex, 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizator, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm, 10. impedanță 10 Hz după defibrilare ≥ 70% de la impedanță inițială</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	1. diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizator, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm, 10. impedanță 10 Hz după defibrilare ≥ 70% de la impedanță inițială	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	Există o neconformitate privind produsul oferit. S-a solicitat un diametru de 38 - 47 mm, s-a declarat diametru de 38 - 47 mm, însă modelul propus cu codul F9089P/100 are dimensiunile de 32 x 36 mm, care nu respectă cerințele din anunț. Pentru clarificare, se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 2. electrod Ag/AgCl, 4. fără latex, 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizator, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm, 10. impedanță 10 Hz după defibrilare ≥ 70% de la impedanță inițială	S-a constatat în procesul evaluării:	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	1. diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizator, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm, 10. impedanță 10 Hz după defibrilare ≥ 70% de la impedanță inițială	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):							
Există o neconformitate privind produsul oferit. S-a solicitat un diametru de 38 - 47 mm, s-a declarat diametru de 38 - 47 mm, însă modelul propus cu codul F9089P/100 are dimensiunile de 32 x 36 mm, care nu respectă cerințele din anunț. Pentru clarificare, se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 2. electrod Ag/AgCl, 4. fără latex, 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizator, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm, 10. impedanță 10 Hz după defibrilare ≥ 70% de la impedanță inițială	S-a constatat în procesul evaluării:								

Nu a parvenit răspuns, dar datele existente în ofertă s-au luat în lucru, pe baza cărora grupul de lucru a evaluat oferta inițială.

Nu a parvenit răspuns, dar datele existente în ofertă s-au luat în lucru, pe baza cărora grupul de lucru a evaluat oferta inițială.

10. Impedanță 10 Hz după defibrilare
≥ 70% de la Impedanță inițială

Pentru lotul nr. 24 Filtru pentru circuite de respirație:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Rata de filtrare Bacterială ≥ 99,99% Rata de filtrare Virală ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cmH ₂ O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Rata de filtrare Bacterială ≥ 99,99% Rata de filtrare Virală ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cmH ₂ O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Există neclarități privind produsul oferit. Lipsește informație despre următoarele puncte Volum compresibil ≤ 60 ml Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual

Pentru lotul nr. 25 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm Pierdere de umiditate (mg/l la VT - 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT - 500 ml) > 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm Pierdere de umiditate (mg/l la VT - 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT - 500 ml) > 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Există neconformități privind produsul oferit. 1. S-a solicitat un filtru de tip HME, s-a declarat tot un filtru de tip HME, însă în broșură se specifică faptul că este un filtru simplu, bacterian, care nu respectă cerințele din anunț. 2. S-a solicitat o rezistență la flux de 30 l/min ≤ 1,63 cm H ₂ O, s-a declarat

[illegible]

Pentru lotul nr. 28 *Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H₂O Volum compresibil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644 -1 Ambalaj individual	Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H₂O Volum compresibil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644 -1 Ambalaj individual	Există o neclaritate privind produsul oferit. Lipsește informații confirmative pentru model 140 201 ELITE oferit.

Pentru lotul nr. 29 *Filtru pentru circuite de respirație, neonatal:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare $\geq 99,9\%$ Volum compresibil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F - 15M, 22M-15F Ambalaj individual	Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare $\geq 99,9\%$ Volum compresibil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F - 15M, 22M-15F Ambalaj individual	Există neconformități privind produsul oferit. S-a solicitat ca filtrul să fie neonatal, s-a declarat tot ca fiind neonatal, însă în broșură se menționează că filtrul GZ-GL-19 destinat pentru sugari 'for infants', ceea ce nu respectă cerințele din anunț. S-a solicitat un volum tidal minimal ≤ 30 ml, s-a declarat tot un volum tidal minimal ≤ 30 ml, însă în broșură se specifică 'Recommended tidal volume (ml) - 50 - 500', care nu respectă cerințele din anunț. Pentru clarificare, se solicită informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Volum compresibil ≤ 10 ml, Conexiuni 22F-15M, 22M-15F, Ambalaj individual

Pentru lotul nr. 30 *Filtru pentru circuite de respirație, pediatric:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
---	---	--------------------------------------

Rg02-2132 din 10.04.2025	TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER SRL	Pentru locul nr. 32 <i>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME.</i> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacterială $\geq$ 99,99% Rata de filtrare Virală $\geq$ 99,9% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 2,04 cm H2O Volum compresibil $\leq$ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual</td></tr><tr><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacterială $\geq$ 99,99% Rata de filtrare Virală $\geq$ 99,9% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 2,04 cm H2O Volum compresibil $\leq$ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual</td></tr></table> S-a constatat în procesul evaluării: S-a constatat în procesul evaluării:	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacterială $\geq$ 99,99% Rata de filtrare Virală $\geq$ 99,9% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 2,04 cm H2O Volum compresibil $\leq$ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacterială $\geq$ 99,99% Rata de filtrare Virală $\geq$ 99,9% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 2,04 cm H2O Volum compresibil $\leq$ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacterială $\geq$ 99,99% Rata de filtrare Virală $\geq$ 99,9% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 2,04 cm H2O Volum compresibil $\leq$ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual					
S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacterială $\geq$ 99,99% Rata de filtrare Virală $\geq$ 99,9% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 2,04 cm H2O Volum compresibil $\leq$ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual					
		Pentru locul nr. 27 <i>Filtru antibacterian de unică folosință cu sponctometru Spirolab Miv.</i> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq$ 99,99% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT – 500 ml) $\leq$ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq$ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual</td></tr><tr><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq$ 99,99% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT – 500 ml) $<$ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq$ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual</td></tr></table> S-a constatat în procesul evaluării: S-a constatat în procesul evaluării:	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq$ 99,99% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT – 500 ml) $\leq$ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq$ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq$ 99,99% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT – 500 ml) $<$ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq$ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq$ 99,99% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT – 500 ml) $\leq$ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq$ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual					
S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq$ 99,99% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT – 500 ml) $<$ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq$ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual					
Răspuns în baza scrisorii nr. 28 din 14.04.2025, rezumat: Am analizat informațiile transmise și dorim să vă expunem punctul nostru de vedere.		Asfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DLAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referința (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 15.04.2025				

		Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Filtru spirometrie pentru spirometru MIR: -Eficienta de filtrare antibacteriana si antivirala >99,999%, pentru a se reduce riscul contaminarii iatre pacienti. -Volum intern: 86.95ml -Rezistenta la 30L/min(cmH2O) -0.34 -Resistenta la 60l/min (cmH20) - 0.70 -Resistenta la 720l/min (cmH20/L/s) - 0.95 -Diametru: 30M la un capat, la celalalt capat diametrul interior de 28 mm si diametrul exterior de 31 mm -Greutate filtru mica – 34.7 g, pentru confortul pacientului Piesa bucala este flexibilă, confortabilă, de unică folosință, ajută la respectarea pacientului și îmbunătățește eficacitatea testului, iar clip de nas este confortabil și pentru un singur pacient, previne contaminarea la atingere de la pacient la pacient. Ambalaj individual, secundar și de transport. De unică utilizare. Etichetare pe ambalaj: denumirea produsului în limba română, dimensiunea, cod produs, nr lot, data fabricării, data expirării, denumirea producătorului, marcaj CE, Certificat ISO 13485 sau echivalent, pentru producator.	Există neclarități privind produsul oferit. Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece broșura oferită corespunde modelului '1691050', și nu modelului declarat '1691020'.	argumentat cu documente. In acest sens, va aducem la cunostinta urmatoarele: Pentru lotul nr. 27 Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir: Brosura oferita are toate modelele de filtre (nu doar 1691050), codul corect fiind cel subliniat cu galben, respectiv 1691011. Numar de inregistrare in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000657885 Pentru lotul nr. 31 Filtru pentru circuite de respiratie, ecivalent BB50T: Dintr-o eroare materiala de redactare a fost inserat codul pentru produsul steril, cu terminatia S. Insa, modelul declarat in specificatia tehnica transmisa nu este steril. Codul corect este 17900000. Numar de inregistrare in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000651986 Pentru lotul nr. 34 Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear: Dintr-o eroare materiala de redactare a fost inserat codul pentru produsul steril, cu terminatia S. Insa, modelul declarat in specificatia tehnica transmisa nu este steril. Codul corect este 17900000. Numar de inregistrare in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000651986 Trimitem anexat Specificatiile tehnice unde au fost actualizate codurile corecte de produs. Ne cerem scuze pentru aceste erori si va multumim pentru intelegere.
		Pentru lotul nr. 31 <i>Filtru pentru circuite de respiratie, ecivalent BB50T:</i>			
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	

Pentru lotul nr. 34 Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear:	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):
Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratorilor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 60l/min $\leq 2,0$ cm H ₂ O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL	Filtru mecanic SafeStar Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterian, p/u protecția echipamentelor de ventilație și anestezic, pacienților, personalului, p/u adulți) cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,9999%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 27,3g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml, Timp efectiv de utilizare 24 ore, poate fi conectat la pacient. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO ₂ . Pag. 16 din Catalogul de Filtre Draeger
S-a constatat în procesul evaluării:	Numărul prezentat DA1000651986 aparține unui alt model, Pentru modelul DA1000651986 declar numărul de înregistrare nu se regăsește.

		Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAPE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 15.04.2025.							
Rg02-2126 din 18.04.2025	DITA ESTFARM SRL	Pentru lotul nr. 24 <i>Filtru pentru circuite de respirație:</i> <table><tr><th>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th><th>S-a constatat în procesul evaluării:</th></tr><tr><td>Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cml H2O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual</td><td>Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min 0,5 cm H2O Volum compresibil 33 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual (TDS pag1- 2, Declarație pag.1)</td><td>În cadrul evaluării ofertei, s-a constatat că operatorul economic nu a prezentat dovezi care să ateste că producătorul deține și aplică standardul internațional EN 14644-1 privind asamblarea în condiții curate.</td></tr></table> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAPE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 24.04.2025.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cml H2O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min 0,5 cm H2O Volum compresibil 33 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual (TDS pag1- 2, Declarație pag.1)	În cadrul evaluării ofertei, s-a constatat că operatorul economic nu a prezentat dovezi care să ateste că producătorul deține și aplică standardul internațional EN 14644-1 privind asamblarea în condiții curate.	Răspuns în baza scrisorii nr. T-696 din 24/04/2025, rezumat: prezintă anexate următoarele documente solicitate: 1. Scrisoare din partea companiei Meditera care confirmă implementarea ISO 14644-1 la producerea dispozitivelor medicale, inclusiv pentru AL-08023.V001 (CLEANED). 2. Fișa tehnică pagina 3, punctul 6 3. Raportul de testare de către o organizație externă pagina 1 din 218 Anexe: 1. Scrisoare compania Meditera, Turcia 2. Fișa tehnică a produsului AL-08023.V001 3. Pagina 1 din 218 a raportului de testare de către o organizație externă
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cml H2O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min 0,5 cm H2O Volum compresibil 33 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual (TDS pag1- 2, Declarație pag.1)	În cadrul evaluării ofertei, s-a constatat că operatorul economic nu a prezentat dovezi care să ateste că producătorul deține și aplică standardul internațional EN 14644-1 privind asamblarea în condiții curate.							

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Rata de filtrare Bacterială ≥ 99,99% Rata de filtrare Virală ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H ₂ O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual.
S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	Filtru CareStar 35 Plus, p/u circuit de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac cîșgător anti-picdere, cu mecanism antinocluzional, cu larmă internă difuzoare p/u distribuția fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,9mbar, volum compresibil nu mai mult de 35ml, greutate nu mai mult de 16,8g, volumul tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml, Timp efectiv de utilizare 24 ore, Material: polipropilenă, acril, ceramică, Ambalaj: individual, curat clinic, Port luer p/u proba de CO ₂ , Pag. 18 din Catalogul de Filtrare Draeger
S-a constatat în procesul evaluării:	În cadrul evaluării ofertei, s-a constatat că operatorul economic nu a prezentat dovezi care să ateste că producătorul deține și aplică standardul internațional EN 14644-1 privind asamblarea în condiții curate.

Asfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și OUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alie documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen căl mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 24.04.2025

Răspuns în baza scrisorilor nr. 034/25 din 22/04/2025, rezumat: În documentul de calificare, înalitat în termen la depunerea ofertei, pentru confirmarea calității declarate, sub denumirea 20250306 - 21358750 - 13 DocConfirm.signed.pdf a fost prezentată broșura integrată a producătorului, consacrată filtrelor (vezi paginile 4-27). Pe pagina 21 din fișier (18 paginile 4-27) sta în numerotarea proprie a broșurii sta scris "product is manufactured in clean room class ISO 8 acc. EN 14644-1:2015 - încadrat cu roșu. Pe pagina 12 din fișier (9 în numerotarea proprie a broșurii) sta scris Clean room class 8, acc. ISO 14644-1) (clean room class 8, acc. ISO 14644-1) încadrat cu roșu. Suplimentar, anexam Pagini despre filtre din Catalogul general de accesorii pentru anul 2025-2026, sub denumirea "20250422 - 2025 2026 accessory-ca-9066485-en-FILTRs.pdf" pe paginile 7, 8 și 9 sta scris (Cleanroom manufactured according to EN ISO 14644 1:2014 - încadrat cu roșu. Anexam Declarația producătorului cu privire la condițiile de producere a filtrelor, sub denumirea "20250422 - 20220121- Selbstklärung zum Retraum.pdf". Astfel, consideram dovedită deținerea și aplicarea de către producător a standardul internațional EN 14644-1 privind asamblarea în condiții curate. Anexa: Documente confirmatoare la pozițiile oferite "20250422 - 20250306 - 21358750 - 13 DocConfirm.signed.pdf" - 27 pagini (integral), Pagini despre filtre din Catalogul general "20250422 - 2025-2026 accessory-ca-9066485-en-FILTRs.pdf" - 10 pagini (extras), Declarația producătorului cu privire la condițiile de producere a filtrelor "20250422 - 20220121- Selbstklärung zum Retraum.pdf" - 1 pagină

Ofertanții respinși/descalificați:

Pentru lotul nr.1 Absorber CO2 compatibil: cu aparatul Dragher (cartus)

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr.2 Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat cabluri cu lungime 3m, dar s-a prezentat cu 0,9m.

Pentru loturi nr.5 EEG bridge electrode

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru loturile nr.9 Electrode pentru electromiografie

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr.10 Electrode pentru incizie Hook, monopolar

Oferta operatorului economic Endo Chirurgie SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire. Totodată, a fost oferit bunul pentru care nu a fost prezentată dovada de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru loturile nr.12 Electrozi EEG punte medie, 17. Electrozi din cauciuc, 18. Electrozi din cauciuc și 19. Electrozi din cauciuc

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr.25 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat "Tip filtru: mecanic / HEPA", s-a oferit filtru Electrostatic, care nu se încadrează. S-a solicitat "Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) < 11 mg/l", s-a oferit filtru "Moisture loss (mg H2O/l): VT 500 ml = 38,2", care nu se încadrează. Totodată, nu au fost demonstrați prin careva documente doveditoare parametrii tehnici: Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) >= 29 mg/l. Ambalaj individual.

Oferta operatorului economic Med M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a recommentat răspunsul la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat: "Filtru de tip HME", s-a oferit bacterial.

Pentru lotul nr. 27 Filtu antibacteriene de unica folosita pu spirometru Spirolab Mir
Oferta operatorului economic TMS-Top Medical Supplier SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate și anume pentru modelul ofertei, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a oferit bunul de model "1691020", fără a fi atașate la oferta documentația tehnică pentru acestă. Urmare a clarificărilor solicitate nu a fost primit răspuns pentru bunul de model ofertei, însă, a fost atașate documentele pentru alt model "1691011".

Oferta operatorului economic Med M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Pentru lotul nr. 28 Filtu pentru circuite de respirație, mecanic, adult

Oferta operatorului economic Electeh SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a cerut "Tip filtru: mecanic / HHPA", sa prezentat filtru "Electrostatic".

Oferta operatorului economic Med M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 29 Filtu pentru circuite de respirație, neonatal

Oferta operatorului economic Med M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a cerut "Volum tidal minimal < 30 ml", s-a oferit " tidal volume (ml) 50 - 500", care nu se încadrează.

Oferta operatorului economic Electeh SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a cerut "Volum tidal minimal < 30 ml", s-a prezentat " tidal volume (ml) 50 - 150", care nu se încadrează.

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru loturile nr.30 Filtu pentru circuite de respirație, pediatric și 32 Filtu pentru circuite de respirație, tip HME

Oferta operatorului economic Med M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Pentru lotul nr. 33 Filtru traheostomic de respirație, tip HME

Oferta operatorului economic Dita Est Farm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat rezistența la flux 30l/min < 0,3 cmH₂O!, s-a oferit 0,63 cmH₂O la 30 l/min".

Pentru lotul nr. 35 Fire ECG

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat lungimea de 1.5 m. dar s-a prezentat de 0.9 m.

Pentru lotul nr. 40 Manseta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35-55 cm

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a cerut mărimea "35-55 cm", dar s-a prezentat mărimea "45 - 56,5 cm".

Pentru lotul nr. 47 Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m

Ofertele operatorilor economici Elcete SRL și MED-M SRL se resping în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru loturile nr.59 Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus, 60. Film radiologic cu baza albastră 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPix și 61. Film radiologic cu baza albastră 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix

Oferta operatorului economic M-Interfarma SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat compatibilitatea cu DryPix, însă s-a oferit bunuri ce nu sunt compatibile.

Pentru loturile nr. 67 Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml și 68 Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anuntul de participare, (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anuntul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă

Oferte alternative:

Lot nr. 11 Electrozi ECG		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
copii	Ofertant: MED-M (ofertă alternativă)	Produsator: FIAB SPA Țara de Origine: Italia Model art: F9089P/100	Produsator: CERCARTIA Țara de Origine: Italia Model art: 15004 TOP TRACE - DISPOSABLE ELECTRODES - SOLID GEL - FOAM - Ø30 FOR PEDIATRIC USE - TYPE NP 30 RFI
		Ofertant: SRL Biosistem mld (ofertă alternativă)	Ofertant: SRL Biosistem mld (ofertă alternativă)
Lot nr. 11 Electrozi ECG	DM000621323	F9089P/100 32X36mm FOAM solid gel snap ECG recording holder stress test resting ECG PAEDIATRIC Declarativ sensor Ag/AgCl (Nu coincide marimea si tipul gelului este solid, sa cerut lichid), pag 1 b	CHILDRN MONITORING ECG ELECTRODES Diameter 30 mm. Sensor material Ag/AgCl centered snap with conductive solid gel column . All white FOAM type diam. 30mm electrodes are latex-free. Clarificari - Gel lichid nu corespunde. Pag 1 b
			Diameteru 26 mm Solid gel SENSOR - SENSOR Ag/AgCl clip di aggancio in carbonio. La superficie esterna in materiale schiumato PF. The products are latex-free. Clarificare nu este gel lichid, ci solid, , pag 1 b

Lot nr. 20 Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adeziwi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
	Ofertant: MED-M (ofertă alternativă) Sursa (https://www.doctorshop.eu/Prodotti/disposable-products-MN/electrodes-MN-7/electrodes-for-ecgs-MN-7-02/disposable-ecg-electrodes-botton-type-in-foam-32x36-mm-solid-gel-5700192)	
	Producator: NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Țara de Origine: Italia Model art: F9089P/100 DM000621323	
1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritant, hiposergen pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță inițială	PAEDIATRIC,(pag 4 b) 1. 32X36mm(Mărimca nu se încadrează se cere "d38-47"),(pag 4 b) 2. Ag-AgCl/Silver Silver Chloride 3. solid gel snap.(pag 4 b) 4. The products are latex-free 5. FOAM ECG DISPOSABLE ELECTRODES 6. - CONNECTION clip - snap 7. ADHESIVE Biocompatible syntethic resin 8. În general, se recomandă înlocuirea electrozilor în decurs de 48 de ore i nu trebuie utilizat peste 72 de ore. 9. Average value of 10-Hz impedance for 12 electrode pairs95 Ω 10.After test 10-Hz electrode impedance 77 Ω	

Lot nr. 21 Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adeziwi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Ofertă alternativă, dat fiind faptul ca divergențele la dimensiune sunt minime. Sa solicitat ≤ 120 sa prezentat 138, dar recomanderile generale ANSI/AAMI prevad ≤ 150 Ce tine de pct 10. rezistenta la defibrilare poate fi confirmata prin 4.4. Defibrillation overload recove (mV). 27 dar recomanderile generale ANSI/AAMI prevad ≤ 100
	Ofertant: Electeh SRL (ofertă alternativă)		
	Producator: Inteo Țara de Origine: China Model art: SF12		

DM000569607	Clarificari	1. diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. țesă latex, 5. de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neutrizant, hipotalergenic pentru piele sau utilizator, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 10. Impedanță 10 Hz după defibrilare ≥ 70% de la impedanță inițială	Clarificari	1. Round u40, 2. Ag/AgCl: Ag/AgCl chemical electrode coated on the ABS plastic 3. Solid Gel: Medical conductive gel, 4. All IN/TCO electrodes are Latex-free, PVC-free. 5. Disposable ECG Electrode 6. Carbon snap/ metal snap 7. No cytotoxicity, nor skin irritation nor sensitization was observed during the tests. 8. Nu a mentionat 9. AC impedance (OHMS) 138 10. Nu este
-------------	-------------	--	-------------	---

Lot nr. 31 Filtru pentru circuite de respirație, echivalent BBSOT	Ofertant: ECHIPAMED- PLUS(ofertă alternativă)	Clarificari		Ofertant: TMS- Top Medical Supplier (ofertă alternativă)	Clarificare	Ofertant: Rvent Medikal Tara de Origine: Turcia Model art: 40320	DM000558953
	Ofertant: ECHIPAMED- PLUS(ofertă alternativă)	Clarificari	Alternativa	Ofertant: TMS- Top Medical Supplier (ofertă alternativă)	Clarificare	Ofertant: Rvent Medikal Tara de Origine: Turcia Model art: 40320	DM000558953

Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 60l/min $\leq 2,0$ cm H2O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL	1. Filtration method Mechanical, pag 19 b 2. Bacterial retention (%) - $\geq 99,9999\%$ Viral retention (%) - $\geq 99,999\%$, pag 19 b 3. Resistance 60 L/min $\leq 2,8$ mbar $\approx \leq 2,855$ cm H2O, marimea convertita) 4. Connections towards patient 22M/15F, pag 19 m 5. Connections towards device - 22F/15M, pag 19 b 6. Declarativ (Ambalaj: individual, curat clinic., anexa 22)	Într-adevăr, valorile parametrului "rezistența la flux" în cazul diferitor fluxuri de gaz respirator pentru filtrul MP05785 din Lotul 31 sunt reflectate în tabelul din broșura anexată, după cum urmează: Resistance 2.5 L/min ≤ 0.3 mbar, Resistance 5.0 L/min ≤ 0.3 mbar, Resistance 15 L/min ≤ 0.7 mbar, Resistance 30 L/min ≤ 1.3 mbar, Resistance 60 L/min ≤ 2.8 mbar, Resistance 90 L/min ≤ 4.6 mbar.	Oferta alternativă dat fiind faptul ca divergentele la rezistența pentru filtru mecanic cu rate de filtrare înalta (xx,999%) este ceva logic	1. Clarificare(nu este specificat în broșura), broșura 2. Filtration efficiency $> 99,9999\%$, pag 2 b 3. Resistance to flow at 60 L/min 1.9 cm H2O, pag 2 b 4-5. Connectors 22F-22M/15F, pag 2 b 6. Clarificare lipsa info (Ambalaj individual) 7. Echivalent cu model BB50T, PALL(declarat anexa 22)	"Dintr-o eroare materiala de redactare a fost inserat codul pentru produsul steril, cu terminatia S. Insa, modelul declarat în specificatia tehnica transmisa nu este steril. Codul corect este 17900000. Numar de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000651986"	Clarificare(lipsa surselor de informatic)	1. Adult HEPA 2. Filtration Efficiency: BFE - 99,999%; VFE - 99,999% 3. Resistance to Flow, 60 lt/min 326 Pa, pag 1 b(covertit 326 Pa $\times 0,010197$ cmH2O/Pa $\approx 3,3242$ cmH2O) 4. Fiting: 22F-15M/22M-15F 5. Fiting: 22F-15M/22M-15F 6. Ambalaj individual 7. Lipsa info(+ dar declarat în anexa 22)
Lot nr. 34 Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant						
	Ofertant: ECHIPAMED-PLUS(ofertă alternativă)			Ofertant: TMS-Top Medical Supplier(ofertă alternativă)		Ofertant: Electeh SRL(ofertă alternativă)	

Prodicator: Dräger-werk Tara de Origine: Germania Model art: MP05785	D\M000653565	1. Declarat (Filtru mecanic SafeStar Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, p/u protecția echipamentelor de ventilare și anestezie, pacientilor, persoanelor, p/u adulți), anexa 22 2. Filtration method - Mechanical, pag 19 b 3. Bacterial retention (%) - ≥99.999 % Viral retention (%) - ≥99.999 , pag 19 b 4. Connections towards device - 22F/15M Connections towards patient - 22M/15F, pag 19 b 5. Resistance 30 L/min ≤1.3 mbar(trebuie	Prodicator: Lituania Tara de Origine: 179000S	D\M000651986, este înregistrat modelul 1790000	1. Produsul este descriș ca „Air- Guard™ for respiratory systems and pentru filtru oxygen steril, cu terminația S. Insa, modelul declarat în specificația transmisă nu este steril. Codul corect este 17900000. Numar de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: D\M000651986”	5. Resistance to pag 2 b 4. Connectors 22F-22M/15F, pag 2 b 3. Filtration efficiency >99.999%, pag 2 b 2. Clarificare, pag 2 b contaminanți, de oxigen de concentrațiile ventilației și pentru a proteja este conceput indica clar că protecția concentrator „Oxygen protecția” și system „Respiratory concentrators”, Secțiunile inerte cu oxygen steril, cu terminația S. Insa, modelul declarat în specificația transmisă nu este steril. Codul corect este 17900000. Numar de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: D\M000651986”	Prodicator: Revent Medical Tara de Origine: Turcia Model art: 41520	D\M000558955	Clarificări: sursa de informatică)	1. Adult HEPA, pag 1 b 2. Filtration Efficiency: BFE - 99.999%, VFE - 99.999%, pag 1 b 3. Filtration - 22F-15M/22M- 15F, pag 1 b 4. Resistance to Flow - 30 lt/min 129 Pa, pag 1 b (convertit 129 Pa × 0.010197 cmH ₂ O/Pa ≈ 1.3154 cmH ₂ O) 5. Dead Space(ml) - 46, pag 1b 6. Lipsa sursa info(+ dar se declara în anexa 22) 7. Lipsa sursa info(+ dar se declara în anexa 22)
Alternativa		Oferta alternativă dat rând fapt că Guard™ for respiratory systems and la rezistența pentru filtru mecanic cu rate de filtrare inalte (xx,999%) este ceva logic								

	sa fie ≤ 1,2 cm)(Am convertit 1,3 mbar = 1,325636 cm H2O), pag 19 b 6. Deadspace (ml) - 90, pag 19 b 7. Declarativ (Ambalaj: individual, curat clinic., anexa 22)		flow at 30 L/min 0.9 cm H2O, pag 2 b 6. Compressible volume 120 ml, pag 2 7. Clarificare lipsa info (Ambalaj individual)				
Lot nr. 73 Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange							
				Ofertant: SRL Biosistem mld (ofertă alternativă)			
				Producator: Medtronic Țara de Origine: SUA Model art: 304-10POR HEPARIN ASSAY CARTRIDGES DM000398385			
Compatibile cu aparat HMS plus, test 4 canale cu capacitatea de a masura concentratia heparinei de la 0,5 pana 6 mg /kg(Purple test)				Modelul 304-10POR: Este compatibil cu HMS Plus. Are 4 canale. Nu îndeplinește cerința de a măsura concentrația heparinei de la 0,5 până la 6 mg/kg, deoarece intervalul său este limitat la 4,5-6,0 mg/kg.			Correspunde ca ofertă alternativa. Confirmat de catre institutie. Specialistul a confirmat ca a fost o eroare mecanica în cerinta, valoarea corecta fiind 4,5-6,0 mg/kg.

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ■

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		Total

Denumire factorul 1	Pondere	
Denumire factorul n	Pondere	
Denumirea operatorului economic n		Total
Denumire factorul 1	Pondere	
Denumire factorul n	Pondere	

Reevaluarea ofertei:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertei	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model	Fără de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
4	Set circuit respirator de unică folosință, pentru adult.	Bucată	1820	62	74,4	112840	135408	31305020-15	Turcia	Rvent Medical	DM000558862	Electeh SRL
7	Electrod ECG	Set	9	1976	2371,2	17784	21340,8	F8911/LC S	Italia	FIAB SpA	DM000655298	Labromed Laborator SRL
11	Electroz ECG copii	Bucată	8160	0,97	1,16	7915,20	9498,24	F9089P/10 0	Italia	FIAB SpA	DM000621323	MEID-M
13	Electroz cu clame pentru copii	Set	8	496,00	595,20	3968,00	4761,60	U901-1CB U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000676191 + DM000655242	Labromed Laborator SRL
14	Electroz cu clame pentru copii	Set	6	496,00	595,20	2976,00	3571,20	U901-1CB U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000676191 + DM000655242	Labromed Laborator SRL
15	Electroz cu clame pentru maturi	Set	5	496,00	595,20	2480,00	2976,00	U901-1AB U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000676185 + DM000676193	Labromed Laborator SRL

16	Electrozi cu clame pentru maturi	Set	10	496,00	595,20	4960,00	5952,00	U901-1AB - U901-2AB	China	Shenzhen UpaMed Equipment Co., Ltd	DM000676185 + DM000676193	Labromed Laborator SRL
20	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Bucată	800	1,05	1,26	840,00	1008,00	F9089P/100	Italia	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM000621323	MED-M
21	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore	Bucată	80	1,45	1,74	116,00	139,20	SF12	China	Intco	DM000569607	Electeh SRL
24	Filtru pentru circuite de respirație	Bucată	11490	7,58	9,10	87105,69	104526,83	Filtru pentru circuite de respirație (Codul produsului :AL 08023.V001 (CLEANED))	Turcia	MEDITERRANEE TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S	DM000378368	DITA ESTFARM S.R.L
25	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucată	12798	35,40	42,48	453049,20	543659,04	MP05801	Germania	Drager-werk	DM000653569,	ECHIPAMENT D-PLUS
27	Filtru antibacteriene de unica folosinta pe spirometru Spirolab Mîr	Bucată	700	30,00	36,00	21000,00	25200,00	273 02	Turcia	Modbar	DM000559057	Electeh SRL
30	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	8020	16,98	20,38	136216,49	163459,63	Filtru pentru circuit de respirație pediatric	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	DM000659287	DITA ESTFARM S.R.L

42	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Bucată	3000	2,19	2,63	6562,50	7875,00	TS3962 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Italia	Lumed S.R.L.	DM000778740	LifeMed Group SRL
44	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	Bucată	2400	2,19	2,63	5250,00	6300,00	TS5218 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre Pony FX	Italia	Lumed S.R.L.	DM000209734	LifeMed Group SRL
45	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Bucată	43520	1,99	2,39	86496,00	103795,20	TS3962 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Italia	Lumed S.R.L.	DM000778740	LifeMed Group SRL
46	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CMPI-21/01-"P-Д"	Bucată	8400	3,42	4,10	28728,00	34473,60	TS9190 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CMPI-21/01-"P-Д"	Italia	Lumed S.R.L.	DM000778740	LifeMed Group SRL

54	Test-indicator sterilizare 121/15 min	Test	36000	0,28	0,30	10000,8 0	10800,00	Indicator strip Steam 121C-15 min / 134C-4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.05	Registrul de aprobat M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Turcia	SP Medical San Ltd Sti	ISO 11140-1 2014	M-INTER- FARMA
54	REGISTRU	Bucara	36	36,67	44,00	1320,00	1584,00	Indicator strip Steam 121C-15 min / 134C-4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.05	Registrul de aprobat M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Turcia	SP Medical San Ltd Sti	ISO 11140-1 2014	M-INTER- FARMA
55	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern	Test	17000	0,28	0,30	4722,60	5100,00	Indicator strip Steam 121C-15 min / 134C-4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.05	Registrul de aprobat M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Turcia	SP Medical San Ltd Sti	ISO 11140-1 2014	M-INTER- FARMA
55	REGISTRU	Bucara	17	36,67	44,00	623,33	748,00	Indicator strip Steam 134C-20,0 min, Type 4 Art.nr.	Registrul de aprobat M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	EDITURA DE IMPRIMAT E "STATISTI CA"		M-INTER- FARMA
58	Test-indicator sterilizare 134C/ 20 min Universal	Test	69000	0,28	0,30	19168,2 0	20700,00	Indicator strip Steam 134C-20,0 min, Type 4 Art.nr.		Turcia	SP Medical San Ltd Sti	ISO 11140-1 2014	M-INTER- FARMA

								104.120,05 00				
58	REGISTRU	Bucată	69	36,67	44,00	2530,00	3036,00	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	I.S. EDITURA DE IMPRIMAT E "STATISTI CA"		M-INTER- FARMA
62	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei in comodat	Bucată	4500	34,60	41,52	155700, 00	186840,0 0	Drystar D12B	Belgia	Agfa	DM000152480, DM000152485	IM Vivamed International SRL
63	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta	Bucată	1000	53,00	63,60	53000,0 0	63600,00	Mediphot DL 35x43	Austria	Colenta	DM000708771	MEDEXCO M-TEH SRL
69	Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiolă	Bucată	1440	2,47	2,96	3551,33	4261,54	Respisun soluție hipertonica 3% 4ml (Codul produsului :64257460 022 19)	Franța	LABORAT OIR E UNITIER	DM000451175	DITA ESTFARM S.R.L.
73	Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange	Bucată	27	380,00	456,00	10260,0 0	12312,00	304- 10POR HEPARIN ASSAY CARTRID GES	SUA	Medtronic	DM000398385	SRL Biosistem mld
76	Oxygenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura	Bucată	2	111150,0 0	133380, 00	222300, 00	266760,0 0	70106,907 6	Germani a	Getinge	DM000305513	SRL Endo- Chirurgie

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă următoarelor loturi:

3 Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600

6	Electrod de tăiere bipolar
8	Electrod EEG
22	Film radiologic digital DVB p/u impr. Cărestir. Drz View 5700 L.L.
23	Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125
26	Filteru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale
36	Hirtie termo pentru printer autoclav
37	Husa sterilă p/u microscop chirurgical
41	Munșuc de u/f p/u adult Spirograf cu filtru bactericid
43	Munșuc pentru spirometru Pony FX, copii
48	Roll de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă
49	Sensor SpO2, adult, p/u Dräger Infinit XL
50	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adult, p/u Nihon Kohden
51	Siringi getabile 30-60ml
52	Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie
53	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern
53	REGISTRU
56	Test-indicator sterilizare 132°
56	REGISTRU
57	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern
57	REGISTRU
64	Electrozi pentru VitalStim Plus
65	Fire de plumb pentru VitalStim Plus
66	Gel EEG, EMG, 250 ml
70	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu-Check sau echivalent
71	"Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Check sau echivalent"
72	"Teste pentru măsurarea glicemiei, CleverCheck"
74	Consumabile pentru măsurarea parametrilor saturației venoase temperaturii și hematocritei
75	Consumabile pentru măsurarea permanentă presiunii de masina si cardioplegiei
78	Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti
79	Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti
80	"Hirtie milimetrice"

termosensibilă
150mm x 90mm x
150P tip: pliată"

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte care: sânt neadecvate, inacceptabile sau neconforme, nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire următoarele loturi, după cum urmează:

- 1 Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)
- 2 Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m
- 5 EEG bridge electrode
- 9 Electrode pentru electromiografie
- 10 Electrode pentru incizie Hook, monopolar
- 12 Electrozi EEG punte medie
- 17 Electrozi din cauciuc
- 18 Electrozi din cauciuc
- 19 Electrozi din cauciuc
- 28 Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult
- 29 Filtru pentru circuite de respirație, neonatal
- 33 Filtru traheostomic de respirație, tip HME
- 35 Fire ECG
- 40 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35-55 cm
- 47 Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m
- 59 Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus
- 60 Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPix
- 61 Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix
- 67 Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml
- 68 Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml
- 77 Senzor de nivel (Maquet)

Informăm, că lotul nr. 81 Cablu bipolar de înaltă frecvență, se află la moment la etapa de evaluare, respectiv, pentru acesta va fi emisă decizie separată.

Totodată, menționăm că pentru loturile anulate CAPCS nu va desfășura procedură de achiziție nouă, luând în considerare că a fost desfășurată procedură repetată, iar, necesarul pentru anul 2026 deja se colectează și se prelucrează, astfel, loturile anulate au fost incluse în lista de distribuție pentru procedurile de achiziție specifice necesităților anului 2026, în caz contrar, decizia privind necesitatea de achiziționare sau neachiziționarea lor, precum și responsabilitatea pentru realizarea acestora, îi revine în exclusivitate grupului de lucru din cadrul IMSP beneficiare.

LABROMED LABORATO R SRL	1012600001177	Cu capital autohton	21358750- 0501-0446	6/10/2025	33100000 -1	23 550,0000	28 260,0000	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă.
-------------------------------	---------------	------------------------	------------------------	-----------	----------------	-------------	-------------	------------	---

Notă: IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME, potrivit scrisorii nr.01-13/571 din 25.06.2025, refuză semnarea contractelor cu Echipamed-Plus SRL, Dita EstFarm SRL și LifeMed Group SRL.

Astfel, cantitatea pentru lotul menționat a fost plasat în rubrica refuzuri de pe pagina web CAPCS, pentru a da posibilitatea altor instituții să achiziționeze bunurile în cauză, doar în urma confirmării specificațiilor tehnice, termenilor de livrare și disponibilitatea resurselor financiare necesare achiziției.

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 2 din 30.06.2025

✓ Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mariana Janhuan

✓ Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri + Licitatie deschisă ☐ Altele: Negociere fără publicare
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Bunuri
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP), pentru anul 2025
Obiectul achiziției	33100000-1
Cod CPV	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr.ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 / 21305159 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730302119678?tab=contract-notice
Data publicării	30.10.2024
Platforma de achiziții publice utilizată	+ achizitii.md; ☐ o-licitatie.md; ☐ yptender.md
	+ Da ☐ Nu

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_78_1.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	BAP nr. 78 din 01.10.2024 ☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	+Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	16 920 011,66 lei

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

31 oct 2024, 09:21

Subiectul întrebării:

înregistrare dispozitive medicale
Întrebare:

stimat CAPCS. Va rugam sa ne comunicati cum putem participa in licitatie cu dispozitive înregistrate, daca nu exista locuri libere la AMDM pentru depunerea dosarelor pana la data de deschidere a licitatiei? Explicati in practica, cum putem participa in licitatiile organizate de voi? Ieri a fost anuntata aceasta licitatie. Noi avem produse care corespund tehnici si sunt cu certificate CE, dar nu avem posibilitatea sa le înregistrăm pana la licitatie. Voi ati distrus concurenta in licitatie... si asta se vede cu ochiul liber...

Răspuns (31 oct 2024, 13:28):

Bună ziua. Lista suplimentară se achiziționează nu primul an, doar că în acest an s-a schimbat autoritatea contractantă și nu ar trebui să apară impedimente în parte ce țin de înregistrare, dat fiind faptul că o dată ce dispozitivele medicale se plasează pe piață trebuie conform Legii 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale să fie înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Totodată la 27.09.2024 caieul de sarcini pentru procedura în cauză a fost plasată pe site <https://capes.md/5243-2/> la rubrica TRANSAPRENȚĂ/ Proiecte supuse consultărilor, iar la data de 01.10.2024, Anunțul de Intenție a fost publicată în Buletinul Achizițiilor publice, https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_78_1.pdf, ceea ce denotă că obiectul achiziției a fost anunțat cu 30 zile înainte de demararea procedurii de facto.

Lot nr. 257 Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu AGFA Drystar 5302

Data:

31 oct 2024, 12:31

Subiectul întrebării:

compatibilitate

Întrebare:

Acest film trebuie să fie compatibil cu DryPix sau conform specificației cu imprimanta AGFA Drystar 5302

Răspuns (31 oct 2024, 13:12):

Bună ziua. Trebuie să fie conform specificației cu imprimanta AGFA Drystar 5302. S-a omis schimbarea denumirii lotului. La următoarea modificare se vor opera corectările de rigoare. Vă mulțumim pentru observații.

Data:

7 nov 2024, 21:45

Subiectul întrebării:

Răspuns (31 oct 2024, 13:28)

Întrebare:

1. Rugăm să indicați EXACT unde conform legii 102 din 2017 cu privire la dispozitivele medicale depunerea unei oferte la procedura de achiziție este considerată PLASARE PE PIATA. 2. AMED nu este capabil să înregistreze dispozitivul medical în 30 zile. Cum de procedat în cazul dat?

Răspuns (22 nov 2024, 12:03):

Bună ziua. 1. Plasarea pe piață a unui dispozitiv medical reprezintă acțiunea de a pune pentru prima dată un dispozitiv medical la dispoziția utilizatorilor sau distribuitorilor, cu scopul de a fi comercializat sau utilizat pe teritoriul țării. Acest proces implică respectarea reglementărilor legale și tehnice în vigoare, pentru a garanta siguranța și performanța dispozitivului, inclusiv înregistrarea în baza de date națională, la caz, în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Plasarea pe piață marchează momentul în care dispozitivul devine disponibil pentru vânzare sau utilizare, cu respectarea deplină a normelor legale. Conform art. 4 alin. (1) din Legea 102/2017 privind dispozitivele medicale, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (denumită în continuare Agenție) este o autoritate administrativă centrală, subordonată Guvernului, cu personalitate juridică, responsabilă pentru reglementarea și supravegherea domeniului medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice. De asemenea, conform art. 4 din Legea 102/2017, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate are atribuția de a realiza achiziții centralizate pentru dispozitive medicale. Prin urmare, cele două instituții funcționează independent, având competențe distincte și nefiind subordonate una alteia.

Data:

8 nov 2024, 14:12

Subiectul întrebării:

Cerință dispozitive înregistrate AMDM

Întrebare:

Referitor la răspunsul la întrebarea anterioară dat de dvs. în (31 oct 2024, 13:28), menționăm că pot exista și companii noi care doresc să ofere aceste produse și nu au mai participat în anii anteriori. De asemenea, 30 de zile nu sunt suficiente pentru înregistrarea produselor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Avem notificări înregistrate la AMDM pe data de 10.09.2024 și pentru care încă nu am primit rezoluție azi, două luni mai

târziu. Programarea la această autoritate este disponibilă doar două zile pe săptămână și locurile sunt mereu ocupate, fără disponibilități anul acesta. Afirmată dvs. că 30 de zile sunt suficiente pentru a înregistra un produs în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, nu are o bază reală, deoarece nu există programări disponibile, iar în cazul în care notificările au fost depuse deja, nu am primit răspunsul referitor la înregistrare deși au trecut 60 de zile. Descalificarea participanților pentru motivul că produsul cu care a participat la licitație nu apare în Registru, în condițiile în care nu există posibilitatea înregistrării, este menită să îngreunească libera concurență, limitează accesul pacientului la produse de calitate și favorizează anunții ofertanți. Cu toate acestea, suntem convinși că solicitările dvs. din caietul de sarcini au scopul de a asigura pacienților asistența necesară și că intențiile dvs. sunt cele mai bune. Având în vedere acest lucru, vă rugăm să anulați cerința ca produsul oferit să fie deja înregistrat, ofertantul câștigător având obligația să demonstreze că a depus notificarea până la prima trasă.

Răspuns (22 nov 2024, 12:23):

Bună ziua. Pe baza experiențelor din anii anteriori, când înregistrarea dispozitivelor medicale era permisă până la momentul livrării, dar cerințele obligatorii nu erau îndeplinite, ceea ce a afectat activitatea instituțiilor, și având în vedere că înregistrarea dispozitivelor medicale ține de responsabilitatea unei autorități independente, cerința privind înregistrarea este considerată imuabilă. Astfel, operatorii economici nu pot participa într-o procedură de achiziție publică cu un produs care nu a finalizat toate etapele necesare pentru a fi legal plasat pe piață. Autoritatea contractantă are obligația de a asigura instituția beneficiară și de a încheia un contract de achiziție bazat pe o ofertă fermă, lucru care nu poate fi realizat în lipsa unei confirmări clare că produsul este inclus în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Singura dovadă plauzibilă a înregistrării este verificarea online a numărului de înregistrare prezentat. Notificarea care atestă acceptarea dosarului de înregistrare nu reprezintă o dovadă suficientă.

Lot nr. 42 Circuit anestezie / ventilatie Compact, adult, lungime 2m

Data:

10 nov 2024, 16:21

Subiectul întrebării:

Greutate circuit

Întrebare:

Vă rugăm să excludeți cerința ca greutatea circuitului să fie 126g.

Răspuns (22 nov 2024, 13:12):

Bună ziua. Se vor opera modificări la 22.11.2024. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 42 Circuit anestezie / ventilatie Compact, adult, lungime 2m

Data:

10 nov 2024, 16:23

Subiectul întrebării:

Buget incorect

Întrebare:

Nu a fost bugetat corect pretul. Probabil ati indicat pretul pentru un produs mult mai simplu achizitionat anterior.

Răspuns (22 nov 2024, 12:27):

Bună ziua. Procedura de achiziție o dată publicată nu mai permite modificări de valori estimate din punct de vedere tehnic, sistemul nu permite. Totodată autoritatea contractantă nu are date suficiente pentru a compara, fiind o procedura de achiziție în premieră pentru obiectul dat de achiziție. Vă mulțumim pentru atenționare.

Lot nr. 43 Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult

Data:

10 nov 2024, 16:32

Subiectul întrebării:

Greutate circuit

Întrebare:

La lotul Nr. 42 se solicita greutatea sa fie 126g. Pentru acest lot unde se mai adauga 2 piese in set (un tub si un balon de 2L), se solicita greutatea 127g. Va rugam sa excludeti cerinta referitor la greutate la ambele loturi si sa faceti doar referinta la standartele internationale pentru circuite de respiratie.

Răspuns (22 nov 2024, 13:12):

Bună ziua. Se vor opera modificări la 22.11.2024. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 172 Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:

Data:

11 nov 2024, 12:18

Subiectul întrebării:

Continut set

Întrebare:

Este indicat ca setul trebuie sa contina linie bifurcată tip Y, în spirală. 150 cm-1 buc, atunci de ce ar mai fi necesar sa contina: - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm -1buc, prelungitor - 1 m. Benefeciarii stiu foarte bine ca setul standard contine linia de tip Y, si deja ei schimba la fiecare pacient prelungitorul de legatura dintre cateter si aceasta linie. La lotul 156 cumparati aceste prelungitoare separat. Va rugam sa excludeti :- linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm -1buc, prelungitor - 1 m., din componenta setului.

Răspuns (22 nov 2024, 11:36):

Bună ziua. Necesarul inclus în procedura de achiziție în cauză este colectat din listele suplimentare transmise de către instituțiile medicale beneficiare. În contextul în care beneficiarii (3 la număr) pentru lotul nr.172 și dai fiind lapul că aceștia care nu se regăsesc a fi beneficiari și pentru lotul nr.156, nu este posibil de a efectua la moment careva modificări prin excludere cerințelor obligatorii.

Data:

22 nov 2024, 13:29

Subiectul întrebării:

Lot nr. 126 Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen și tratarea insuficienței respiratorii

Întrebare:

Vă rugăm să revizuiți prețul și cantitatea la lotul nr. 126 Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen și tratarea insuficienței respiratorii. Probabil este o greșeală de scriere a cantității sau a prețului estimat deoarece valoarea pe bucată nu poate fi atât de mică. Casca NIV este un dispozitiv complex, care include casca în sine, suportul pentru aceasta, tubulatură, porți de acces și alte elemente, iar prețul acesta nu poate fi corect. Cu siguranță cantitatea sau valoarea totală sunt notate eronat. Vă rugăm verificați. Mulțumim!

Răspuns (27 nov 2024, 16:03):

Bună ziua. Urmare a consultării cu beneficiarul final vor fi operate modificări la nivelul cantității solicitate și la nivelul specificației tehnice a produsului. Vă mulțumim pentru atenționare.

Lot nr. 66 Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"

Data:

22 nov 2024, 16:01

Subiectul întrebării:

Lot nr. 66 Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"

Întrebare:

Vă rugăm să clarificați ce tehnologie este utilizată în senzorul SPO2 (Nelcor, Masimo, Oxy max, etc.)

Răspuns (27 nov 2024, 16:05):

Bună ziua. Se solicită tehnologia Nellcor, iar această cerință urmează să fie inclusă în specificația tehnică a produsului. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 67 Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"

Data:

22 nov 2024, 16:05

Subiectul întrebării:

Lot nr. 67 Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"

Întrebare:

Vă rugăm să clarificați ce tehnologie este utilizată în senzorul SPO2 (Nelcor, Masimo, Oxy max, etc.)

Răspuns (27 nov 2024, 16:05):

Bună ziua. Se solicită tehnologia Nellcor, iar această cerință urmează să fie inclusă în specificația tehnică a produsului. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 221 Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80

Data:

22 nov 2024, 16:07

Subiectul întrebării:

Lot nr. 22 Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80

Întrebare:

Vă rugăm să clarificați ce tehnologie este utilizată în cablului și senzorul SPO2 (Nelcor, Masimo, Oxy max, etc.)

Răspuns (27 nov 2024, 16:08):

Bună ziua. Urmare a discuțiilor cu specialiștilor din cadrul instituției beneficiare, aceștia nu indică o tehnologie concretă, ci doar solicită compatibilitatea cu monitorul aflat în dotare. Astfel parametrii neîncluși în specificația solicitată nu vor constitui factori de evaluare a produsului oferit. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 223 Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900

Data:

22 nov 2024, 16:07

Subiectul întrebării:

Lot nr. 223 Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900

Întrebare:

Vă rugăm să clarificați ce tehnologie este utilizată în cablului și senzorul SPO2 (Nelcor, Masimo, Oxy max, etc.)

Răspuns (27 nov 2024, 16:08):

Bună ziua. Urmare a discuțiilor cu specialiștilor din cadrul instituției beneficiare, aceștia nu indică o tehnologie concretă, ci doar solicită compatibilitatea cu monitorul aflat în dotare. Astfel parametrii neîncluși în specificația solicitată nu vor constitui factori de evaluare a produsului oferit. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:

27 nov 2024, 20:06

Subiectul întrebării:

108. Filtu pentru aspirator chirurgical

Întrebare:

Vă rugăm să indicați denumirea dispozitivului pentru care se solicită aceste filtre. „Filtu pentru aspirator chirurgical, antibacterial și antiviral, hidrofob, de unică utilizare”

Răspuns (28 nov 2024, 08:44):

Bună ziua. Dispozitivul pentru care se solicită filtrul este Gina Super Vega 36. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 12 Cablu de fibră optică pentru lumină

Data:

28 nov 2024, 13:45

Subiectul întrebării:

Lot nr. 12 Cablu de fibră optică pentru lumină

Întrebare:

Vă rugăm să specificați lungimea și diametrul cablului optic.

Răspuns (28 nov 2024, 14:20):

Bună ziua. Se solicită cablu cu diametrul de 2,5 mm și lungimea de 2,3 metri, echivalent cu codul produsului 806625231 din catalogul producătorului.

✓ Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

S-a discutat clarificările potrivit sistemului de achiziții Mtender:
Lot nr. 42 Circuit anestezie / ventilatie Compact, adult, lungime 2m
Data: 10 nov 2024, 16:21
Subiectul întrebării: Greutate circuit
Întrebare: Va rugam sa excludeti cerinta ca greutatea circuitului sa fie 126g.
Lot nr. 43 Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult
Data: 10 nov 2024, 16:32
Subiectul întrebării: Greutate circuit
Întrebare: La lotul Nr. 42 se solicita greutatea sa fie 126g. Pentru acest lot unde se mai adauga 2 piese in set (un tub si un balon de 2L), se solicita greutatea 127g. Va rugam sa excludeti cerinta referitor la greutate la ambele loturi si sa faceti doar referinta la standardele internationale pentru circuite de respiratie.
Atât pentru lotul nr.42, cât și pentru lotul nr.43 se propune excluderea cerinței ce ține de greutate, care reprezintă un parametru strict ce poate limita concurența fără justificare tehnică și care nu are un impact clar asupra utilizării și funcționării dispozitivului, care nu a fost inclus ca cerința obligatorie de compatibilitate.
S-a decis de a efectua următoarele modificări:

Nr Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină	Unitatea de măsură	Cantitatea totală	Valoarea estimată fără TVA
	Circuit anestezie / ventilatie Compact, adult, lungime 2m	Circuitul de ventilatie extensibil folosit pentru pacienti care nu stau mult timp ventilati trebuie sa fie format din: - doua tubaturi cu lungimea de 2m prevazute cu conectori 22F si diametrul tubulaturii de 22mm. - piesa in Y prevazuta cu porturi monitorizare gaze de 7.6mm si conector 22M/15F Caracteristici: - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa: 2.1 cmH2O; forma compacta: 1.7 cmH2O - Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.8 mbar (ml/kPa) si forma compacta: 0.4 mbar (ml/kPa) Circuitul trebuie sa poata fi comprimat pana la o cincime din lungimea sa totala si sa aiba lungime reglabila, ambalat și furnizat la	Bucată	1500	75 000,00
42					

			lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Compliancea tubului în extensie sa fie de 4.4ml/kpa per metru de tub, mai mica decat cea maxima permisa prin standardul ISO 5367:2000. Proiectat cu un profil gol, sa permita un flux laminar mai mare de gaz si rezistenta la flux va fi mai redusa. La 60 L/min. rezistenta la flux a tubului extins este de 1.0cm H2O. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscripționare clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricației, data expirării, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani.			
43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	sa fie compact si sa fie proiectat cu un profil gol, pentru un flux laminar mai mare de gaz și o rezistența la flux mai redusă - sa fie mai ușor decât alte sisteme extensibile, astfel încât presiunea asupra căilor aeriene ale pacientului să fie minimă si sa poata fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Sa fie furnizat în formă comprimată. - tubulatura extensibila, lungime 2m; - piesa în Y cu port monitorizare luer lock; - tub extensie 1,5m - balon hiperventilatie de 2L; - accesoriu: un conector 22M-22M Caracteristici: - Rezistenta la debit de 30L/min -- forma extinsa-inspir: 0.6 cmH2O si expir: 0.5 cmH2O; forma compacta inspir: 0.5 cmH2O si expir 0.4 cmH2O - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa	Bucată	1500	187 500,00	

			inspir: 2.5 cmH₂O si expir: 2.1 cmH₂O; forma compacta inspir: 1.8 cmH₂O si expir 1.4 cmH₂O - Complianta la 60 cmH₂O – forma extinsa: 1.6 ml/cmH₂O si forma compacta: 0.3 ml/cmH₂O - sa poate fi reglat in orice pozitie necesară, ideal pentru chirurgia capului și gâtului, unde sistemul poate fi poziționat la distanță de pacient si nu necesita nici o conectare suplimentară la pacient. - sa aiba lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscripționare clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani.			
	257	Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu AGFA Drystar 5302	Pelicula sensibila digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302	Bucată	3000	48 300,00
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	Conform Mtender					
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform Mtender					

**Rezumatul
modificărilor
(27.11.2024)**

S-a discutat clarificările potrivit sistemului de achiziții Mteneder:

Data: 22 nov 2024, 13:29

Subiectul întrebării: Lot nr. 126 Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen și tratarea insuficienței respiratorii
Întrebare: Vă rugăm să revizuiți prețul și cantitatea la lotul nr. 126 Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen și tratarea insuficienței respiratorii. Probabil este o greșeală de scriere a cantității sau a prețului estimat deoarece valoarea pe bucată nu poate fi atât de mică. Casca NIV este un dispozitiv complex care include cască în sine, suportul pentru aceasta, tubulatură, porturi de acces și alte elemente, iar prețul acesta nu poate fi corect. Cu siguranță cantitatea sau valoarea totală sunt notate eronat. Vă rugăm verificați. Mulțumim!

PROPUNERE: Urmată a contactării beneficiarului final, înr-adevăr a fost depistat că prețul a înlocuit cu cantitatea și invers, ceea ce denotă că de fapt se solicită 10 kituri pentru administrare oxigen și tratarea insuficienței respiratorii. Astfel se propune operarea modificărilor:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Cantitatea Corectă	valoarea estimativă
126	Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen si tratarea insuficienței respiratorii	Bucată	4000.00	10	33333.34

Totodată se propun modificări la nivelul specificațiilor tehnice cu includerea simbolului EQUIVALENT la modelul solicitat și o abatere pentru dimensiunea tubulaturii:

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta NEW

		Kitul este compus din: - cort CaStar R - tubulatura necesara conectarii, 1x1.8m si 1x1.2m (doua tubulaturi) Cortul CaStar R este o interfață confortabilă, versatilă și ușoară pentru ventilație mecanică non-invazivă (NIV). Se poate folosi în poziția semi-ridicată sau culcat și este o opțiune ideală pentru terapia NIV Orificiul de acces cu port detașabil de 100 mm, prevăzut cu valva antiînfocare integrată, bi-direcțională. Valva este integrată și nu detașabilă astfel încât să fie evitată situația de a se omite conectarea sau la dispozitiv și punerea în pericol a vieții pacientului. În situația întreruperii alimentării cu gaz de ventilație, aceasta valva permite pacientului să facă schimb de aer cu exteriorul. Valva de siguranță se activează automat atunci când presiunea în interiorul cortului scade sub 2cm H2O. Prevăzut cu două porturi de acces etanșe situate în zona frontală transparentă a cortului. Aceste porturi permit introducerea unor sonde nazogastrice cu diametrul de 3,5 - 7mm sau administrarea de apă pentru pacient. Dispozitivul include ca accesoriu un multi port care poate fi utilizat în acest scop. Volumul intern al cortului este de aproximativ 12 litri. Dispozitivul este ușor (cca. 0.5kg), pentru confortul pacientului. Ambalat individual. De unica folosință. Marcaj CE.		Kitul este compus din: - cort CaStar R sau echivalent - tubulatura necesara conectarii, 1x1.8m (~10%) și 1x1.2m (~10%) (doua tubulaturi) Cortul CaStar R este o interfață confortabilă, versatilă și ușoară pentru ventilație mecanică non-invazivă (NIV). Se poate folosi în poziția semi-ridicată sau culcat și este o opțiune ideală pentru terapia NIV Orificiul de acces cu port detașabil de 100 mm, prevăzut cu valva antiînfocare integrată, bi-direcțională. Valva este integrată și nu detașabilă astfel încât să fie evitată situația de a se omite conectarea sau la dispozitiv și punerea în pericol a vieții pacientului. În situația întreruperii alimentării cu gaz de ventilație, aceasta valva permite pacientului să facă schimb de aer cu exteriorul. Valva de siguranță se activează automat atunci când presiunea în interiorul cortului scade sub 2cm H2O. Prevăzut cu două porturi de acces etanșe situate în zona frontală transparentă a cortului. Aceste porturi permit introducerea unor sonde nazogastrice cu diametrul de 3,5 - 7mm sau administrarea de apă pentru pacient. Dispozitivul include ca accesoriu un multi port care poate fi utilizat în acest scop. Volumul intern al cortului este de aproximativ 12 litri. Dispozitivul este ușor (cca. 0.5kg), pentru confortul pacientului. Ambalat individual. De unica folosință. Marcaj CE.		
	Kă / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen și tratarea insuficienței respiratorii					
126						
Lot nr. 66 Consumabile pentru monitor de pacient "Eflicia CM12, Philips"						
Data: 22 nov 2024, 16:01						
Subiectul întrebării: Lot nr. 66 Consumabile pentru monitor de pacient &quot;Eflicia CM12, Philips&quot;						
Întrebare: Vă rugăm să clarificați ce tehnologie este utilizată în senzorul SPO2 (Nelcor, Masimo, Oxy max, etc.)						
PROPUNERE: Urmare a contactării beneficiarului final, se propune a fi inclusă tehnologia în specificația tehnică a produsului solicitat:						
Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	

Data: 22 nov 2024, 16:01

Subiectul întrebării: Lot nr. 66 Consumabile pentru monitor de pacient "Eflicia CM12, Philips";
Întrebare: Vă rugăm să clarificați ce tehnologie este utilizată în senzorul SPO2 (Nelcor, Masimo, Oxy max, etc.)
PROPUNERE: Urmare a contactării beneficiarului final, se propune a fi inclusă tehnologia în specificația tehnică a produsului solicitat;

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
			NEW

66	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	1. Sensor SpO2 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor Efficia CM12	1. Sensor SpO2 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor Efficia CM12 2. Tehnologia Nellcor, echivalent cu model M1191A aflat în dotare
----	---	--	---

Lot nr. 67 Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"

Data: 22 nov 2024, 16:05

Subiectul întrebării: Lot nr. 67 Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"

Întrebare: Vă rugăm să clarificați ce tehnologie este utilizată în senzorul SpO2 (Nellcor, Masimo, Oxy max, etc.)

PROPUNERE: Ținând cont de cerințele beneficiarului final, se propune a fi inclusă tehnologia în specificația tehnică a produsului solicitat:

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Nellcor
67	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	Cablu interconexiune SpO2 compatibil cu monitor Efficia CM12	Cablu interconexiune SpO2 compatibil cu monitor Efficia CM12 compatibil cu senzor SPO2 model M1191A aflat în dotare

S-a decis efectuarea următoarelor modificări:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Cantitatea Corectă	valoarea estimativă
126	Kil / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen si tratarea insuficientei respiratorii	Bucată	4000.00	10	33333.34

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Nellcor
66	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	1. Sensor SpO2 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor Efficia CM12	1. Sensor SpO2 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor Efficia CM12 2. Tehnologia Nellcor, echivalent cu model M1191A aflat în dotare

	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips" 67	Cablu interconexiune SpO2 compatibil cu monitor Efficia CM12 Kitul este compus din: - cort CaStar R - tubulatura necesara conectarii, 1x1.8m si 1x1.2m (doua tubulaturi) Cortul CaStar R este o interfață confortabilă, versatilă și ușoară pentru ventilație mecanică non-invazivă (NIV). Se poate folosi în poziția semi-ridicată sau culcat și este o opțiune ideală pentru terapia NIV Orificiul de acces cu port detașabil de 100 mm, prevăzut cu valva antisufocare integrată, bi-direcțională. Valva este integrată și nu detașabilă astfel încât să fie evitată situația de a se omite conectarea sa la dispozitiv și punerea în pericol a vieții pacientului. În situația întreruperii alimentării cu gaz de ventilație, aceasta valva permite pacientului să facă schimb de aer cu exteriorul. Valva de siguranță se activează automat atunci când presiunea în interiorul cortului scade sub 2cm H2O. Prevăzut cu doua porturi de acces etanșe situate în zona frontală transparentă a cortului. Aceste porturi permit introducerea unor sonde nazogastrice cu diametrul de 3,5 - 7mm sau administrarea de apă pentru pacient. Dispozitivul include ca accesoriu un multi port care poate fi utilizat în acest scop. Volumul intern al cortului este de aproximativ 12 litri. Dispozitivul este ușor (cca. 0,5kg), pentru confortul pacientului. Ambalat individual. De unica folosință. Marcaj CE.	Cablu interconexiune SpO2 compatibil cu monitor Efficia CM12 compatibil cu senzor SPO2 model M1191A aflat în dotare Kitul este compus din: - cort CaStar R sau echivalent - tubulatură necesară conectării, 1x1.8m (+-10%) și 1x1.2m (+-10%) (doua tubulaturi) Cortul CaStar R este o interfață confortabilă, versatilă și ușoară pentru ventilație mecanică non-invazivă (NIV). Se poate folosi în poziția semi-ridicată sau culcat și este o opțiune ideală pentru terapia NIV Orificiul de acces cu port detașabil de 100 mm, prevăzut cu valva antisufocare integrată, bi-direcțională. Valva este integrată și nu detașabilă astfel încât să fie evitată situația de a se omite conectarea sa la dispozitiv și punerea în pericol a vieții pacientului. În situația întreruperii alimentării cu gaz de ventilație, aceasta valva permite pacientului să facă schimb de aer cu exteriorul. Valva de siguranță se activează automat atunci când presiunea în interiorul cortului scade sub 2cm H2O. Prevăzut cu doua porturi de acces etanșe situate în zona frontală transparentă a cortului. Aceste porturi permit introducerea unor sonde nazogastrice cu diametrul de 3,5 - 7mm sau administrarea de apă pentru pacient. Dispozitivul include ca accesoriu un multi port care poate fi utilizat în acest scop. Volumul intern al cortului este de aproximativ 12 litri. Dispozitivul este ușor (cca. 0,5kg), pentru confortul pacientului. Ambalat individual. De unica folosință. Marcaj CE.
Publicate în BAP/alte mijloace	Conform Mtender 126		

de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform Mreder

✓

✓ Până la termenul-limită (data 23.12.2024, ora 16:12), au depus oferta 24 ofertanți:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	Data Control SRL	10036000007935	Alexandru Grabazei
2	Dita Est Farm SRL	1002600046359	1. Chirtoacă Iurie 2. Chirtoacă Svetlana
3	Echipamed Plus SRL	1003600077677	Iurchevici Valeriu, Iurchevici Maia
4	Ecohimie SRL	1002600052156	Iurcu Nicolae Iurcu Tatiana
5	Electeh SRL	1003600113045	Vera Cojocaru
6	GBG MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceacovschi
7	Dutchmed M SRL	1009600033367	1. Prodan Elvira IDNP 2001001315128 2. Comarnichi Ion IDNP 2004036004762 3. Crenu Sergiu IDNP 2005004028625 4. VAN BILDERBEEK VAN HALEWIJN BEHEER B.V. IDNO 18124580
8	Natusana SRL	1006600025657	Tutunaru Diana Tutunaru Nicolae SC "In Corpore" SRL
9	Vivanted International SRL	1007600028965	Harutyunov Aleksandr, Cebanova Oga, Khachatryan Arushavan
10	Pharmony SRL	1015600025123	Alexandru Șarco
11	Labromed Laborator SRL	1002600001177	Elena Onejco
12	Life Med Grup SRL	1016600014720	Andrei Ionașcu
13	Oxivit Med SRL	1007600044280	Dmitri Kojevnikov
14	Medexcom Teh SRL	1019600008809	Vasile MATEI
15	Sanmedico SRL	1003602008154	Goreacii Vitalie
16	Med M SRL	1020611000359	Ana Iliev

17	M-Interfarma SRL	1003600005263	Morozov Maria Vladimir
18	Neotec SRL	1002600048135	Bomaru Andrei, Coretchi Iulian
19	Polisano Prim SRL	1005600003425	Latiş Olga
21	Ericon SRL	10036000000316	Bunic Gheorghe
22	Ancotec-Sistem SRL	1003600119209	Andrei MATEI
23	TMS - Top Medical Supplier	10236060003997	Margareta Durdun
24	Biosistem mld SRL	10106000028048	Vitalie Pojata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

✓

Crit eriile de califi care și de selec ție	Mod de demonstr are a îndeplinir ii criteriului i/cerinței:	An cot ec- Sis te m	Da ta Co ntr ol SR L	DI T A ES TF A R M S. R. L	EC HIP AM ED- PL US	Ec och imi e	E le ct e h S R L L	G B G - M L D S R L L	Î M „D ut c h m ed- M ” SR L L	I M N at us an a S R L L	IM Viv am ed Int ern ati on al SR L L	La br o m ed La bo ra to r S R L L	Li fe M e d G ro u P S R L L	ME DE XC OM - TE H SR L L	M E D - M	M - I N T E R - F A R M A	N e ot e c e d	O xi vi t m e c d	Ph ar m oo y	Poli san o Pri m	Sa n m ed ico	S C E R I C O N S R L L	S R L Bi os ist e m ml d	T M S- T o p M ed ic al S u p pl ie r	T ri u m f- M ot iv S R L L
N r . d / o	1	Cere rea de parti cipar c	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

e de către administrația companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;

Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul

către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire: <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului ui Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	Notă: Operatorul economic
---	----------------------------------

Notă:
Operator
ul
economic

Registrulu
 i de Stat al
 persoanel
 or juridice
 sau de
 către
 persoana
 împuterni
 cită atât și
 în cazul
 delegării
 sau
 împuterni
 citii
 persoanei,
 la ofertă
 se
 anexează
 actul/docu
 mentul de
 împuterni
 cire;
Notă:
prezentare
a oricărui
alt
formular
de DUAE
decât cel
atașat la
procedură
sau
completat
neconform
constituie
temei de
descalific

[illegible]

impunerii
cită atât și
în cazul
delegării
sau
împuțerii
cării
persoanei,
la ofertă
se
anexează
actul/docu-
mentul de
împuțeri
cării;
Conform
anexei nr.
8 din
Document
ația
Standard
aprobată
prin
Ordinul
Ministerul
ui
Finanțelor
nr. 115
din
15.09.2002
1 Notă:
Termenul
de
valabilitate
e a
garanției
de ofertă

[illegible]

document
e din țara
de origine
care
dovedesc
forma de
înregistrare/
atestare
ori
apartenență
a din
punct de
vedere
profesional
și copie-
confirmat
prin
aplicarea
semnăturii
electronice
de către
administratorul
companiei
indicat în
Extrasul
Registrului
de Stat al
persoanelor
juridice
sau de
către
persoana
împuțată
câtă atât și
în cazul
delegării

[illegible]

[illegible]

livrării) va
 constitui
 nu mai
 puțin de
 80% din
 termenul
 total al
 produsului
 - Original
 -
 confirmat
 prin
 aplicarea
 semnăturii
 electronice
 de către
 administra
 torul
 companiei
 indicat în
 Extrasul
 Registrulu
 i de Stat al
 persoanel
 or juridice
 sau de
 către
 persoana
 împuterni
 cită atât și
 în cazul
 delegării
 sau
 împuterni
 cirii
 persoanei,
 la ofertă

[illegible]

22	conform
alin.	prevederil
(1)	or HG
lit. e)	702/703/7
din	04 din
Lege	2018.
a	Obigatorii
menț	u vor fi
ionat	indicate
ă	pc
	ambalaj
	mostrele
	date de
	identitate
	precum:
	denumirea
	, modelul
	articolului
	producăto
	rul, țara
	producerii
	, numărul
	lotului,
	seria,
	termenii
	de
	valabilitat
	e,
	condițiile
	de
	sterilizare
	și păstrare
	ale
	produsului
	Informația

indicată
 pe
 ambalaj
 trebuie să
 coincidă
 în mod
 obligatori
 u cu
 eticheta
 produsului

 Notă:
 Neprezent
 area
 Eșantioan
 elor
 (mostre)
 va
 constitui
 temei de
 descalifica
 re a
 ofertei sau
 prezentare
 a pentru
 un alt
 model.
 Mostrele
 necorespu
 nzătoare
 generează
 declararea
 ofertei ca
 fiind
 neconfor
 mă.

[illegible]

			136 Lot nr. 136 Linie extenție TDS TDS 172 Lot nr. 172 Set de seringi plu Nemoto Dual Shot CT Injector - TDS 184 Lot nr. 184 Set- seringă compatibilă cu unghiomet Antmed CT model ImasStar CDP-TDS 185 Lot nr. 185 Set seringă pentru CT TDS Lot nr. 203 Tub de extensie cu conector tip Y de înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast. TDS 204 Lot nr. 204 Turbina de unică folosință pentru spirometru "MIR" TDS Răspunsul din 11.02.2025, rezumat: transmite necesarul de documente pentru bunurile oferite la Licitația Nr. ocds-b3wdp1-MD-1730302119678/ 21305159 privind "Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025". Anexa 16 file, și broșuri 19 atasamente
Rg02-451 din 06.02.2025 Electech SRL	În contextul în care s-a depistat lipsa documentelor confirmative, pentru a fi posibilă evaluarea produselor oferite, în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și D1/A.F., solicităm respectuos să prezentați Documente confirmatoare (prospecțe) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, pentru codurile propuse în ofertă la toate loturile, în termen căl mai restrâns pe poșta electronică office@cupps.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 11.02.2025	Sa depistat lipsa documentelor solicitate conform documentației standard, după cum urmează:	Răspuns după termen nr. 4) din 24.03.2025, rezumat: ca răspuns la solicitarea dumneavoastră cu nr. Nr. Rg02-452 din 06.02.2025 pe marginea procedurii de achiziție nr. I.P nr. ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 din 23.12.2024 privind "Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025, vă prezentăm următoarele acte: - - - Extras din registrul de stat al persoanelor juridice Raportul financiar pentru anul 2023. Documente confirmatoare pentru loturile oferite. Atașamente: Technical Data of Pressure Transducer – 4 file; DATASHEET – lot 84, 253 1 fișă; atașamente tehnice – 15 documente.
Rg02-452 din 06.02.2025 MED-M SRL	8 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic netezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		80% din termenul total al produsului - Original - 21.305159 din 23.12.2024 având ca obiect confirmat prin aplicarea semnăturii electronice în baza Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUA/E, solicităm respectuos să prezentați Declarația cu privire la termenul de valabilitate restant pentru produsele oferite, în termen cât mai restrâns pe poșta electronică office@ecapes.gov.md , cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 11.02.2025													
Reg02-455 din 06.02.2025	Vivamed International SRL	Astfel, pentru a fi posibilă evaluarea produselor oferite, în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUA/E, solicităm respectuos să prezentați Declarația cu privire la termenul de valabilitate restant pentru produsele oferite, în termen cât mai restrâns pe poșta electronică office@ecapes.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 11.02.2025 a fost depistată lipsa documentelor solicitate conform documentației standard, după cum urmează: <table border="1"> <tr> <td>10</td><td>Situația financiară</td><td> Ultimul raport financiar/situația financiară – Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegații sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actual/documentul împuternicire; </td><td> Răspuns nr. 15 din 07.02.2025, rezumat: va remite Situația Financiară solicitată (Ultimul Raport financiar). </td></tr> </table> Astfel, pentru a fi posibilă evaluarea produselor oferite, în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUA/E, solicităm respectuos să prezentați Ultima Situație financiară, în termen cât mai restrâns pe poșta electronică office@ecapes.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 11.02.2025	10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegații sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actual/documentul împuternicire;	Răspuns nr. 15 din 07.02.2025, rezumat: va remite Situația Financiară solicitată (Ultimul Raport financiar).	80% din termenul total al produsului - Original - 21.305159 din 23.12.2024 având ca obiect confirmat prin aplicarea semnăturii electronice în baza Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUA/E, solicităm respectuos să prezentați Declarația cu privire la termenul de valabilitate restant pentru produsele oferite, în termen cât mai restrâns pe poșta electronică office@ecapes.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 11.02.2025 total al produsului Data completării 06.02.2024								
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegații sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actual/documentul împuternicire;	Răspuns nr. 15 din 07.02.2025, rezumat: va remite Situația Financiară solicitată (Ultimul Raport financiar).												
Reg02-2061 din 07.04.2025	BIOSISTEM MLD SRL	Pentru lotul nr. 11 Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară, compatibil cu cardiostimulatorul Osyska PACE 101 H: <table border="1"> <tr> <td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat procesul evaluării:</td><td></td></tr> <tr> <td>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td><td>Cod înregistrare AMDM: în proces de înregistrare</td><td>Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.</td><td></td></tr> </table> Pentru lotul nr. 127 KIT de mentenanță pentru sistem ECMOLIFE: <table border="1"> <tr> <td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat procesul evaluării:</td><td></td></tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:		Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Cod înregistrare AMDM: în proces de înregistrare	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:		Răspunsul din 10.04.2025, rezumat: Lotul nr. 11 Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară, compatibil cu cardiostimulatorul Osyska PACE 101 H: Lipsește codul de înregistrare al produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Precizare SRL „Biosistem mld”: Produsul propus pentru acest lot nu este dispozitiv medical și nu este supus înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:													
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Cod înregistrare AMDM: în proces de înregistrare	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.													
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:													

Rg02-2062 din 07.04.2025	FCPC DATACONTR OL SRL	<table><tr><td>KIT de mentenanță pentru sistem ECMOLIFE.</td><td>KIT de mentenanță pentru sistem ECMOLIFE.</td><td>Lipsește documentele tehnice de confirmare pentru produsul oferit.</td></tr></table> Pentru lotul nr. 147 <i>Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H:</i> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td><td>Cod înregistrare AMDM: în proces de înregistrare</td><td>Lipsește codul de înregistrare produsului oferit.</td></tr><tr><td>Oxigenor ECMO cu set de linii tip 3 în 1 cu senzorii preinstalate compatibile cu sistem ECMOLIFE, cu sistem de control a PAI periferic compatibil cu port Utah sau BD</td><td>Oxigenor ECMO cu set de linii tip 3 în 1 cu senzorii preinstalate compatibile cu sistem ECMOLIFE, cu sistem de control a PAI periferic compatibil cu port Utah sau BD</td><td>Lipsește documentele tehnice de confirmare pentru produsul oferit.</td></tr></table> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUA-E, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025	KIT de mentenanță pentru sistem ECMOLIFE.	KIT de mentenanță pentru sistem ECMOLIFE.	Lipsește documentele tehnice de confirmare pentru produsul oferit.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Cod înregistrare AMDM: în proces de înregistrare	Lipsește codul de înregistrare produsului oferit.	Oxigenor ECMO cu set de linii tip 3 în 1 cu senzorii preinstalate compatibile cu sistem ECMOLIFE, cu sistem de control a PAI periferic compatibil cu port Utah sau BD	Oxigenor ECMO cu set de linii tip 3 în 1 cu senzorii preinstalate compatibile cu sistem ECMOLIFE, cu sistem de control a PAI periferic compatibil cu port Utah sau BD	Lipsește documentele tehnice de confirmare pentru produsul oferit.	Răspunul nr. 1804-1 din 18.04.2025, rezumat: în parte ce ține de lotul nr. 150 Papilotom tip 3 lumen, virf filiform, FCPC DataControl SRL aduce dovezi aferente corespunderii parametrilor tehnici solicitați cu cei oferți după cum urmează: 1. Virf Filiform – înseamnă ca să fie sarmă fir pentru tăiere adică de tip precut.
KIT de mentenanță pentru sistem ECMOLIFE.	KIT de mentenanță pentru sistem ECMOLIFE.	Lipsește documentele tehnice de confirmare pentru produsul oferit.													
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:													
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Cod înregistrare AMDM: în proces de înregistrare	Lipsește codul de înregistrare produsului oferit.													
Oxigenor ECMO cu set de linii tip 3 în 1 cu senzorii preinstalate compatibile cu sistem ECMOLIFE, cu sistem de control a PAI periferic compatibil cu port Utah sau BD	Oxigenor ECMO cu set de linii tip 3 în 1 cu senzorii preinstalate compatibile cu sistem ECMOLIFE, cu sistem de control a PAI periferic compatibil cu port Utah sau BD	Lipsește documentele tehnice de confirmare pentru produsul oferit.													
		<table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat procesul evaluării:</td></tr></table> Pentru lotul nr. 150 <i>Papilotom tip 3 lumen, virf filiform:</i>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:										
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:													

Papilotom filiform 7-8 mm radiopac, rotativ, cu sistem de fixare a ghidului, lungimea de taiere 15- 20-25-30 mm (la solicitare), diametrul 1,9-2,5 mm, lungimea 200-220 cm/cm , cu două sau mai multe canale (contrastare+ghid)	3 lumen, virf	3 apiloton lumen, rotativ, sistem de fixare, lungime de taiere, 15- 20-25-30, 200cm, conform broșurii anexate	In documente confirmative lipsesc informații	tehnice informații	In poza mai jos, se vede, că de la varf este sistem de taiere, adică de tip precut. Reflector la radiopac: Papilotomul are așa benzi cum se văd pe poza de mai jos – verzi/roșii. Aceste benzi sunt radiopace. Confirmare mai jos din extrasul catalinului tehnic al produsului: Pe de altă parte, cu scop informativ, aducem la cunoștință că nu este o necesitate ca papilotomul să fie radiopac, deoarece ele sunt în câmpul vizual al duodenoscopului. Radiopac, trebuie să fie obligator firul de ghidare. 3. "lungimea de taieră 15": A fost oferit produsul: DSP-30030-111211, care are lungimea arcului 30mm, care este parțial izolat: dintre care 15mm sunt izolați, iar lungimea de taieră, fără izolare este tot 15mm. Mai jos este eticheta de pe un produs parțial izolat (cu lungimea totală 20 unde se vede că partea izolată este jumătate), conform desenului de pe aceste etichete. Într-un timp, s-a solicitat un diametru de 1,9-2,5 mm, însă a fost oferit unul de 2,8 mm: Diametrul de 2,8mm este diametrul minim al canalului de lucru, cu care este compatibil papilotomul. Diametrul cerut de 1,9-2,5, la fel sunt pentru canalul de lucru de minim 2,8mm, iar la un papilotom, este practic imposibil să-i dai un diametru fix, deoarece pe diferite porțiuni poate avea diferite diametre și atunci nu este clar care diametru se cere. Din acest motiv, producătorii dau compatibilitatea cu diametrul minim al canalului de lucru. Pe de altă parte, procedurile de FRC/P, unde se folosește papilotomul, se utilizează duodenoscoape, care au un canal de lucru de 3-7-4,2mm și cu vedere oblică pentru a putea vedea papila în duoden.
---	---------------	---	--	-----------------------	---

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUA/E, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

		Documentele se vor prezenta cu scrisoarea de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.																			
		Pentru loturile nr. 27 Capcana de apă "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draeger și nr. 28 Capcană de apă compatibil cu gaz analizatorul Scio Four Oxi Plus pentru masina de anestezie Draeger Fabius: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td><td>ISO, CE</td><td>Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.</td></tr></table> Pentru lotul nr. 164 Sensor de flux pentru nou născut Draeger: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td><td>ISO, CE</td><td>Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.</td></tr></table> Pentru lotul nr. 164 Sensor de flux pentru nou născut Draeger: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril</td><td>Pediatric breathing circuit, expandable, 1.8m, expandable, pediatric, bi-vent, and GS elbow, - Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Lungimea 1,6 m;</td><td>În documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Diametru 15 mm", "Material polipropilenă, polietilenă, elastomer", "Fără latex", "Steril", "Ambalaj individual"</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	ISO, CE	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	ISO, CE	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril	Pediatric breathing circuit, expandable, 1.8m, expandable, pediatric, bi-vent, and GS elbow, - Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Lungimea 1,6 m;	În documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Diametru 15 mm", "Material polipropilenă, polietilenă, elastomer", "Fără latex", "Steril", "Ambalaj individual"	Răspuns nr. 031/25 din 10.04.2025, rezumat: Pentru loturile nr. 27 Capcana de apă "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draeger și nr. 28 Capcană de apă compatibil cu gaz analizatorul Scio Four Oxi Plus pentru masina de anestezie Draeger Fabius: în perioada anterioară de 1,5 an practic nu a fost posibil să efectuăm înregistrarea, dat fiind existența atunci a unei proceduri rigide și neflexibile de programare pentru depunerea dosarelor la înregistrare. În prezent, suntem în faza de pregătire pentru depunerea on-line a dosarelor. Anexăm Declarația de Conformitate cu CE pentru produsul vizat. lotul nr. 164 Sensor de flux pentru nou născut Draeger: în perioada anterioară de 1,5 an practic nu a fost posibil să efectuăm înregistrarea, dat fiind existența atunci a unei proceduri rigide și neflexibile de programare pentru depunerea dosarelor la înregistrare. În prezent, suntem în faza de pregătire pentru depunerea on-line a dosarelor. Anexăm Declarația de Conformitate cu CE pentru produsul vizat. nr. 186 Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii): în momentul prezent suntem în așteptarea obținerii de producător la a documentației tehnice pentru produsul vizat, inclusiv dimensiunile metrice, materialele de confecționare precum și restul parametrilor neelucidați. Anexe: DoC CE "ref. 6872130 - MD101-028-2105-012-0 Waterlock_wChangelogB" - 4 pagini, DoC CE "ref. 8410179 - 010-MDR106-009-230-010-0 NeoFlowSensor_Hb" - 8 pagini (extrase).
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																			
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	ISO, CE	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.																			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																			
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	ISO, CE	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.																			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																			
Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril	Pediatric breathing circuit, expandable, 1.8m, expandable, pediatric, bi-vent, and GS elbow, - Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Lungimea 1,6 m;	În documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Diametru 15 mm", "Material polipropilenă, polietilenă, elastomer", "Fără latex", "Steril", "Ambalaj individual"																			

		Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, polieterilena, elastomer; Fara latex; Ambalaj individual: Steril DM000784256		
	Asfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUA-E, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (confirm) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025. Pentru lotul nr. 155 <i>Prelungitoare pentru seringi</i> "Perfusor compact" "Perfusor fm".	S-a solicitat conform Anunțului de participare: Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptic, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor, Polivinilclorid (PVC), Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitației	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Prelungitor perfuzor, presiune max 54bar (800psi), Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.5 mm, diametru extern 3,0 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, la contactul antiseptic, cu Transparent inclusiv si locusul conexiunilor. S-a constatat în procesul evaluării: În documente confirmative informații privind: "Rezistent la compus medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptic", "Steril", între timp, s-a solicitat Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, însă a fost oferit Diametrul intern 1 mm, diametru extern 3,0 mm.	Răspuns nr. 04/10 – 1 din 10.04.2025, rezumat: <i>Vă informăm, de asemenea, că parametrul „diametrul intern și extern” al produsului respectiv nu este reglementat de un standard unic strict și poate varia în funcție de producător. Prin urmare, impunerea unor cerințe stricte privind valorile diametrelor, fără a specifica limitele de variație, restricționează concurența și reduce numărul participanților la licitațiile publice.</i>
Re002-2060 din 07.04.2025	ECOCHEMIE SRL			

Rg02-2069
din
07.04.2025

ELECTEH
SRL

Răspuns potrivit scrisorii din 10.04.2025, rezumat: Pentru loturile 51, 53, 54: Suntem de acord cu neconformitatea identificată, pentru nou-născuți este necesar un circuit cu diametrul mai mic.

Pentru lot 76 - 1) Am atașat Anexa nr. 1 unde sunt indicate lungimile tuburilor 2) Am atașat Anexa nr. 2 (eticheta produsului) unde este indicat că nu conține DEHP. Doar când produsul conține latex, atunci producătorul este obligat să indice acest fapt. 3) Nu am reușit să primim răspuns de la producător

Pentru lotul nr. 156 Prelungitor pt set colhe injectomat CT:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Steril, lungimea-150 cm, presiune max 54bar (800psi), Lungime 1,5m, diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm	Prelungitor perfizor, max 54bar (800psi), Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1,5 mm, diametrul extern 3,0 mm Polivinilclorid (PVC), Steril DM000316655	In documente tehnice confirmative informații privind: "Steril".

Asfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAЕ, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.

Pentru lotul nr. 51 Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir-expira de apă caldă, compatibil cu ventilator Avea Standard:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor	Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor	Există o neconformitate privind circuitul respirator oferit. Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru nou-născuți, cu cameră de umidificare integrată compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor integrat compatibilă cu

inspir+capcana de apă expir, compatibil cu ventilator Avea Standard	inspir+capcana de apă expir, compatibil cu ventilator Avea Standard *Conform broșura pagina 1	MR 850, element încălzitor pe linia de inspir, capcană de apă pe linia de expir, compatibil cu ventilator Avea Standard. S-a prezentat modelul 13113001-1, indicat ca fiind pentru adulți, cu diametru de 22 mm, care nu corespunde standardului pentru nou-născuți (10-15 mm), ceea ce indică neconformitatea cerințele.	referitor la diametrul tuburilor. Revenim cu un răspuns. Pentru lot 100 - Denumirea corectă a spirometrului este Pong FX. Acest spirometru este produs de către compania (USMFD. Luând în considerare faptul că denumirea dispozitivului a fost scrisă încorect de către beneficiar (asa cum se arde), este o dovadă că și mărima filtrului a fost indicată greșit. Am atașat Anexa nr. 3 unde veți găsi informația referitor la spirometru și la filtrul original pentru acest dispozitiv. Pe pagina nr. 2 veți găsi și specificația filtrului original, unde este indicat diametrul extern de 30.7mm. Avem mostre în stoc pentru a confirma compatibilitatea filtrului propus de către noi. Lotul 109 - Referitor la rezistența la flux, filtrul propus de către noi oferă o rezistență mai mică de 1,5 mbars doar la un debit de 10L/min. Referitor la metoda de filtrare, doar pentru filtrele HEPA metoda de filtrare este mecanică, pentru restul este electrostatică. Lotul 155 - Am atașat Anexa nr. 4, unde găsiți informație referitor la: 1) material - punctul 1 și 3 2) transparență - punctul 1 (1.8) 3) sterilitate - punctul 5 4) rezistență la compași medicamentoși - punctul 1 Solicitarea că produsul să fie rezistent la antiseptic este adăugată eronat în descriere. Lotul 169 - Numărul de înregistrare: DM000452557 în Anexa 5 veți găsi și numărul de catalog al producătorului. Lotul 184 - Marcajul de tip "FinIDot" este specific producătorului MEDRAD (Anexa nr. 6). Produsul oferit de noi nu dispune de așa tip de marcaj. Suplimentar scrisoarea din 15.04.2025, reamintim: 76 "Consumabile pentru monitor de pacienți "Intellivue MX550, Philips", și anume:
Pentru lotul nr. 53 Circuitul respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apă expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray;	S-a solicitat conform Anunțului de participare Circuit respirator pentru nou -născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apă expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	S-a oferit conform depuse (anexa 22). Circuit respirator pentru nou -născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apă expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray *Conform broșura pagina 1	S-a constatat în procesul evaluării: Există o neconformitate privind circuitul respirator oferit. Solicitarea prevede un circuit de unica utilizare pentru nou-născuți, cu element încălzitor pe linia de inspir, capcană de apă pe linia de expir, furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR 850 și VAP E5 Mindray. S- a prezentat modelul 13113001-1, indicat ca fiind pentru adulți, cu diametru de 22 mm, care nu corespunde standardului pentru nou-născuți (10-15 mm), ceea ce indică neconformitatea cerințele.

Pentru lotul nr. 54 Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apă expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	- conștinare că produsul nu conține latex; - diametrul tuburilor.
Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apă expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800	Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apă expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800 *Conform broșura pagina 1	Există o neconformitate privind circuitul respirator oferit. Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru nou-născuți, cu element încălzitor pe linia de inspir, capcană de apă pe linia de expir, furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR 850 și VAP Elisa 800. S-a prezentat modelul 13113001-1, indicat ca fiind pentru adulți, cu diametru de 22 mm, care nu corespunde standardului pentru nou-născuți (10-15 mm), și compatibil cu VAP ES Mindray, nu cu VAP Elisa 800, ceea ce indică neconformitatea cu cerințele.	

Pentru lotul nr. 76 Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips".

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
8. Linie - transductor pentru măsurarea IBP Transductor de unică folosință IBP compatibil cu conector de tip Utah ; Material furtun-PVC Jaket; Culoarea furtunului - transparent Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm ;	8. Linie - transductor pentru măsurarea IBP Transductor de unică folosință IBP compatibil cu conector de tip Utah ; Material furtun-PVC Jaket; Culoarea furtunului - transparent Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm ;	Există o neclaritate privind linia-transductor oferit. Solicitarea prevede o linie transductor de unică folosință pentru măsurare IBP, compatibilă cu conector Utah, material PVC Jaket, transparent lungime 20+130+150 cm diametru exterior 4,00±0,10 mm, interior 2,85±0,10 mm, pentru

Diametru furtun - tub de perfuzie: diametru exterior 4,00±0,10 mm , diametru interior 2,85±0,10 mm ; Mărimea furtunului pentru pacient - adult ; Fără latex ; Steril.	Diametru furtun - tub de perfuzie: diametru exterior 4,00±0,10 mm , diametru interior 2,85±0,10 mm ; Mărimea furtunului pentru pacient - adult ; Fără latex ; Steril. *Conform broșura pagina 1	adult, fără latex, sterilă. S-a prezentat modelul 41.04.25000, care îndeplinește cerințele conform descrierii din Anexa 22, însă în fișa tehnică lipsește informații despre lungime, diametru și absența latexului, ceea ce crează incertitudine.
--	---	---

Pentru loturile nr. 100 *Filtru antibacterial p/ă spirometru Poni FX 29mm* și nr. 101 *Filtru antibacterial p/ă spirometru Poni FX 29mm*.

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Filtru antibacterial p/ă spirometru Poni FX 29mm	Filtru antibacterial p/ă spirometru Poni FX 29mm, diametrul extern 30 mm *Conform broșura pagina 1	Există o neconformitate și o neclaritate privind filtru antibacterian oferit. Solicitarea prevede un filtru pentru spirometru Poni FX, diametru 29 mm. S-a prezentat un filtru pentru Poni FX, cu diametrul extern de 30 mm, care nu corespunde diametrului solicitat de 29 mm

Pentru lotul nr. 109 *Filtru pentru nou născut*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Filtru respiratorii pentru pacient nou născut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9 ml, rata de filtrare minim 99,99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min.	Filtru respiratorii pentru pacient nou născut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9 ml, rata de filtrare minim 99,99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale pentru ISO 13485 și certificat ISO 13485.	Există o neconformitate privind filtrul respirator oferit. Solicitarea prevede un filtru pentru nou născuți, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9 ml, rată de filtrare minim 99,99% metodă electrostatică, rezistență la flux maxim 1 mbar la 15 l/min, certificat ISO 13485 sau 2017/745 și certificat ISO 13485. S-a prezentat

Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	*Conform broșura pagina 1	modelul 40210S, cu rezistență la flux de 2,35 mbar la 15 l/min, care depășește limita solicitată de 1,5 mbar. De asemenea, există o neclaritate, deoarece în broșură nu sunt specificate metoda de filtrare.
--	---------------------------	--

Pentru lotul nr. 155 *Prolungitoare pentru seringi "Perfusion compact" "Perfusion fan"*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.2 mm, diametrul extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor, Polivinilclorid (PVC), Steril. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Lungime 1,5m, Tip "male-female". Diametrul intern 1.2 mm, diametrul extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor, Polivinilclorid (PVC), Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei *Conform broșura pagina 1	Există o neclaritate privind linia de extensie oferită. Solicitarea prevede o linie de lungime 1,5 m, tip „male-female”, diametru intern 1,2 mm, extern 2,5 mm, rezistentă la compusii medicamentosi, transparentă, inclusiv la conexiuni, material PVC, sterilă. S-a prezentat modelul Ø12 713 1, însă în broșură lipsesc datele despre materia rezistentă, transparență sterilitate.

Pentru lotul nr. 169 *Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SP 650*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	CE.	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.

Pentru lotul nr. 184 *Set- seringă compatibil cu angiomat Animed CT model Imasior CDP*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
---	---	--------------------------------------

		2 buce seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marceje de tip FluidDot, 1buc tub conector pacient spinalat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+/-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T	2 buce seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marceje de tip FluidDot, 1buc tub conector pacient spinalat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+/-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T(Y). *Conform broșura pagina 1	Există o nomenclatură privind setul oferit. Solicitarea prevede 2 seringi de 200 ml material transparent rezistent la presiune minim 400 PSI, marceje FluidDot, 1 tub conector spinalat în T lungime 150 cm (±10 cm) cu Quick Fill Tube, conectare prin conector T. S-a prezentat modelul 42.16.10001, însă în broșura lipsește datele despre rezistența la presiune și marceje FluidDot.						
<u>Reg02-2064</u> <u>din</u> <u>07.04.2025</u>	Ericom SRL	Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și D.L.A.F., solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.	Pentru loml nr. 197 <i>Sonde pentru lioclast</i>. <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în proces evaluării:</td></tr><tr><td>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td><td>ISO, CE</td><td>Lipsește codul înregistrare al produsului oferit.</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în proces evaluării:	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	ISO, CE	Lipsește codul înregistrare al produsului oferit.	Răspunsul potrivit scrisorii semnate electronic din 17.04.2025, rezumat: 1. <i>Dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Produsele oferite nu sunt înregistrate în prezent în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, însă precizăm că au fost deja depuse dosarele de înregistrare la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), prin procedura clasică de</i>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în proces evaluării:								
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	ISO, CE	Lipsește codul înregistrare al produsului oferit.								

		Utilizare cu nefroscop, (compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: 840-786 sau echivalentul Pentru lotul nr. 198 <i>Sonde pentru litoclast</i>: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td><td>ISO, CF.</td><td>Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.</td></tr><tr><td>Utilizare cu ureteroscop 4.8Fr, (compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: 840-684 sau echivalentul</td><td>Utilizare cu ureteroscop 4.8Fr, (compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: 840-684 sau echivalentul. Proba de aspirație diametrul 1.6 mm, 595 mm lungime, Brosura, pag. 8</td><td>Lipsește documentele confirmative care demonstrează compatibilitatea cu R. Wolf</td></tr></table> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DJIAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	ISO, CF.	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.	Utilizare cu ureteroscop 4.8Fr, (compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: 840-684 sau echivalentul	Utilizare cu ureteroscop 4.8Fr, (compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: 840-684 sau echivalentul. Proba de aspirație diametrul 1.6 mm, 595 mm lungime, Brosura, pag. 8	Lipsește documentele confirmative care demonstrează compatibilitatea cu R. Wolf	Lipsește documentele confirmative care demonstrează compatibilitatea cu R. Wolf. Utilizare cu nefroscop, (compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: 840-786 sau echivalentul. Proba de aspirație diametrul 3.5 mm, 380 mm lungime, Brosura, pag. 8 documentele care să solicite actualizarea statutului doarelor depuse nu primim raspuns din partea Agentiei. Având în vedere că până în prezent nu au fost incluse toate produsele în Registrul, ne angajăm să depunem repetat cererea de înregistrare a acestora și să prezentăm dovada în cel mai scurt termen posibil. 2. Compatibilitate cu instrumentar R. Wolf Referitor la cerința de compatibilitate cu instrumentarul R. Wolf, precizăm următoarele: • Producătorul real al produselor este compania EMS. • Compania R. Wolf comercializa aceste produse de la EMS și le redistribuia în trecut folosind coduri proprii de referință R. Wolf. Actual nu mai sunt disponibile de la R. Wolf. • Prin urmare, compatibilitatea cu R. Wolf este implicată, dat fiind că produsele EMS sunt sursa originală. • Piesele de schimb sunt disponibile la exclusiv prin EMS. Pentru susținerea celor menționate, anexăm scrisoarea oficială „Communication MDR phase-out” emisă de EMS, care explică relația dintre EMS și R. Wolf în contextul distribuției acestor produse.
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:										
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	ISO, CF.	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.										
Utilizare cu ureteroscop 4.8Fr, (compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: 840-684 sau echivalentul	Utilizare cu ureteroscop 4.8Fr, (compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: 840-684 sau echivalentul. Proba de aspirație diametrul 1.6 mm, 595 mm lungime, Brosura, pag. 8	Lipsește documentele confirmative care demonstrează compatibilitatea cu R. Wolf										
Rg02-2065 din 07.04.2025	GBG-MLD SRL	Pentru loturile nr. 100 <i>Filtru antibacterial p/u spirometru Pomi FX 29mm, 101 Filtru antibacterial p/in spirometru Pomi FX 29mm și nr.214 Filtru antibacteriene pu spirometru PONY FX</i>: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Răspuns nr. G-215 din 09.04.2025, rezumat: Lotul 100 Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit, pentru ca produsul nu este înregistrat în Registrul de Stat al AMDM Lotul 146 - Anexăm prezentei notificări, pagini din catalogul producătorului cu prezentarea						
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:										

Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	declarație de conformitate	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.	
Pentru lotul nr. 146 <i>Omniset</i> <i>ku 1,6 MP Plus, Omni Bbraun</i>:			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:	
Kit terapii CRRT (Omniset Kit) - Kit integrat de unică folosință p/v procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m² și 1,6m²; Totale conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, dispun de clemă și conectoare de tip Luer-lock; Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injecție atât pe linie arterială, cât și pe linie venoasă; Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2µm p/v protecția senzorului de presiune al dispozitivului; Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare p/v priming, cu volum de 2000ml cu conector Luer-lock și clemă.	Serul alcătuit din segmente de tubulatură, linii și camere de de aerare, precum și filtru, montate pe o placă, total preconectate. Kitul conține: - Linie arterială cu linii auxiliare pentru heparină și citrat - Linie venoasă cu linii auxiliare pentru infuzia calculului și punga cu volum de minim 2 L pentru soluția de clătire - - Linie pentru soluția de dializat, dotată cu punga de încălzire - Linie de substituție - Linie de evacuare - 1 pungă efluent cu volum de 7 L - Filtru cu membrana din DIAPES - 5 filtre pentru protecția porturilor de presiune cu pori 2µm Kitul destinat tuturor terapilor CRRT și disponibil în 3 variante de suprafețe ale membranelor, cuprinse între 0,8mp și 1,6 mp; Kitul permite	Lipsește documente confirmative pentru produsul oferit.	

		un flux de sânge cuprins între 10 ml/min și 500 ml/min.							
		Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUALE, solicită expunerea dvs. în cu măsură oferta prezentată să satisfacă cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025							
		Pentru lotul nr. 9 <i>Cablu bipolar de înaltă frecvență:</i> <table><tr><th>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th><th>S-a constatat în procesul evaluării:</th></tr><tr><td>Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 400 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de intervenții, pentru utilizare cu electrocauterul Bowa Arc 400 și rezectoscoape bipolare KARL STORZ</td><td>Cablu HF bipolar Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin fire plătate cu argint, de asemenea, cu modelele noastre bipolare Umax 0,8 kVp Valleylab - muftă cu 2 pini, înclinată 5 m</td><td>În anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "sistem de codare RFID", "utilizabil pentru 20 de intervenții", "pentru utilizare cu electrocauterul Bowa Arc 400 și rezectoscoape bipolare KARL STORZ"</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 400 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de intervenții, pentru utilizare cu electrocauterul Bowa Arc 400 și rezectoscoape bipolare KARL STORZ	Cablu HF bipolar Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin fire plătate cu argint, de asemenea, cu modelele noastre bipolare Umax 0,8 kVp Valleylab - muftă cu 2 pini, înclinată 5 m	În anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "sistem de codare RFID", "utilizabil pentru 20 de intervenții", "pentru utilizare cu electrocauterul Bowa Arc 400 și rezectoscoape bipolare KARL STORZ"	Răspuns nr. 0404 din 10.04.2025, rezumat: Pentru lotul 9 cablu bipolar de înaltă frecvență: a) Producătorul german Reger Medizintechnik GmbH respectă cu strictețe toate cerințele actelor normative și legislative în vigoare ale Uniunii Europene (Catalogul, pag. 3 și pag. 103, inclusiv cerințele conform RFID - identificarea prin radiofrecvență (Radio Frequency Identification, eng.), totuși, codificarea respectivă se referă mai mult la generatorul HF, dar nu la cablu. b) Numărul de sterilizări ale cablului este nelimitat, cu condiția respectării stricte a Instrucțiunii privind folosirea cablului (vezi Instrucțiunea). c) În documentul (Specification for 92074), parvenit de la producătorul Reger Medizintechnik GmbH la 09.04.2023, în punctele 2 și 3 se menționează că acest cablu se conectează cu generatorul ErbeViolec/ACC; iar în Instrucțiunea de la Bowa Arc400, la pag. 22 este specificat că Bowa Arc400 se conectează cu conectorul ErbeViolec, ceea ce confirmă funcționalitatea cablului Reger Ref. 92074 cu Electrocauter Bowa Arc400.
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 400 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de intervenții, pentru utilizare cu electrocauterul Bowa Arc 400 și rezectoscoape bipolare KARL STORZ	Cablu HF bipolar Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin fire plătate cu argint, de asemenea, cu modelele noastre bipolare Umax 0,8 kVp Valleylab - muftă cu 2 pini, înclinată 5 m	În anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "sistem de codare RFID", "utilizabil pentru 20 de intervenții", "pentru utilizare cu electrocauterul Bowa Arc 400 și rezectoscoape bipolare KARL STORZ"							
LABROMED LABORATOR SRL Rg02-2072 din 07.04.2025	Pentru lotul nr. 76 Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips®: <table><tr><th>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th><th>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th><th>S-a constatat în procesul evaluării:</th></tr><tr><td>8. Linie - transductor pentru măsurarea IBP Traductor de unică folosință IBP compatibil cu conector de tip Utah Material furtun-PVC Jakot; Culoarea furtunului - transparent Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm Diametrul furtun - tub</td><td>Compatibil cu o gamă largă de monitoare într-un mod simplu: varietatea este completă și poate fi utilizată împreună cu diverse monitoare din țară și din străinătate (inclusiv Mindray, Philips etc.) cu conector de tip Utahset Traductor cu flux Linie de monitorizare a presiunii</td><td>În anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Material furtun-PVC Jakot", "Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm",</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	8. Linie - transductor pentru măsurarea IBP Traductor de unică folosință IBP compatibil cu conector de tip Utah Material furtun-PVC Jakot; Culoarea furtunului - transparent Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm Diametrul furtun - tub	Compatibil cu o gamă largă de monitoare într-un mod simplu: varietatea este completă și poate fi utilizată împreună cu diverse monitoare din țară și din străinătate (inclusiv Mindray, Philips etc.) cu conector de tip Utahset Traductor cu flux Linie de monitorizare a presiunii	În anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Material furtun-PVC Jakot", "Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm",		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
8. Linie - transductor pentru măsurarea IBP Traductor de unică folosință IBP compatibil cu conector de tip Utah Material furtun-PVC Jakot; Culoarea furtunului - transparent Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm Diametrul furtun - tub	Compatibil cu o gamă largă de monitoare într-un mod simplu: varietatea este completă și poate fi utilizată împreună cu diverse monitoare din țară și din străinătate (inclusiv Mindray, Philips etc.) cu conector de tip Utahset Traductor cu flux Linie de monitorizare a presiunii	În anexa 22 și în documente tehnice confirmative lipsesc informații privind: "Material furtun-PVC Jakot", "Lungimea furtunului - 20 + 130 + 150 cm",							

LABROMED
LABORATOR
SRL

Rg02-2072
din
07.04.2025

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adulți, menține o extensie flexibilă cu patru seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă nedemontabilă, Conector rotativ	Adulți, menține o extensie flexibilă cu patru seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă nedemontabilă, Conector rotativ	Conectorul SpinLock, Rezistent la înaltă presiune, Supapă de reținere, Nu este fabricat cu DEHP, Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural	Lipsește confirmative produsul oferit.	documente pentru
--	--	--	--	------------------

Pentru lotul nr. 190 Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia "UTAH", compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Diapazonul de măsurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5µV/v/mmHg+-1% min 4,0 kV; Protecție de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă, Prezentarea de mostre.	Diapazonul de măsurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5µV/v/mmHg+-1% min 4,0 kV; Protecție de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă, Prezentarea de mostre.	Lipsește confirmative produsul oferit.

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte)

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.

Pentru loturile nr. 90 Film radiologic și nr. 91 Film radiologic:		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus	compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm Doc. confirm.- anexate la lot	În documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.

Pentru lotul nr. 118 Hârtie pentru USG 110mm*20m foto SONY:		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S) foto SONY	compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm Doc. confirm.- anexate la lot	Există o neclaritate privind hârtia pentru USG oferită. Solicitarea prevede hârtie 110 mm x 20 m, compatibilă cu aparatele UPP-11S, Toshiba, UPP-110S, foto SONY. S-a prezentat modelul UPP-110S, însă în broșură lipsesc datele despre compatibilitate și producător...

R002-2059
din
07.04.2025

M-INTER-FARMA SA

Nu a parvenit raspuns

Pentru lotul nr. 241 Film radiologic stomatologic:		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	CE, ISO	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.

		<table><tr><td>Film: radiologic stomatologic 3x4 cm, cutie-150 bucati</td><td>Film: radiologic stomatologic 3x4 cm, cutie-150 bucati</td><td>Lipseste documente tehnice pentru produsul oferit.</td></tr></table>	Film: radiologic stomatologic 3x4 cm, cutie-150 bucati	Film: radiologic stomatologic 3x4 cm, cutie-150 bucati	Lipseste documente tehnice pentru produsul oferit.													
Film: radiologic stomatologic 3x4 cm, cutie-150 bucati	Film: radiologic stomatologic 3x4 cm, cutie-150 bucati	Lipseste documente tehnice pentru produsul oferit.																
Rg02-2068 din 07.04.2025	NATUSANA SRL	Pentru lotul nr. 258 <i>Hirtie milimetrică p/n ECG, termosensibilă 210x30 tip: rolă:</i> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>carotaj albastru</td><td>carotaj albastru Doc. confirm.- anexate la lot</td><td>În documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.</td></tr></table> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAPE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025. Pentru lotul nr. 56 <i>Circuit ventilator adult:</i> <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din:</td><td>Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din:</td><td>Există o neconformitate privind circuitul oferit. Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru adult, dual limb, lungime minim 1.6 m, diametru 22 mm, cu tub de conectare 22F, circuit cu port 22F, fir de încălzire, 2 porturi 7,6 mm pentru senzori de temperatură, port</td></tr><tr><td>1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor 22F</td><td>1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor 22F</td><td></td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	carotaj albastru	carotaj albastru Doc. confirm.- anexate la lot	În documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din:	Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din:	Există o neconformitate privind circuitul oferit. Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru adult, dual limb, lungime minim 1.6 m, diametru 22 mm, cu tub de conectare 22F, circuit cu port 22F, fir de încălzire, 2 porturi 7,6 mm pentru senzori de temperatură, port	1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor 22F	1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor 22F		Răspuns nr. 18 din 07.04.2025, rezumat: Lot 56 Circuit ventilator adult, model 483 001 Ventilation Circuit Corrugated, PLASTI MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI Lot 57 Circuit ventilator nou născut, 484 001 Ventilation Circuit Corrugated, PLASTI MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI A fost atașat catalogul producătorului, pag. 7, Fisa tehnica de la producător (p. 31-33- linia de monitorizare a presiunii și camera de umidificare) 16-pressure measuring tube, 12-humidification chamber) Conform Fisei tehnice, toate Circuitele de ventilare au linia de monitorizare a presiunii și
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																
carotaj albastru	carotaj albastru Doc. confirm.- anexate la lot	În documentele tehnice atașate la ofertă, inclusiv în referințele indicate în Anexa 22, cerința solicitată nu se regăsește.																
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																
Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din:	Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din:	Există o neconformitate privind circuitul oferit. Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru adult, dual limb, lungime minim 1.6 m, diametru 22 mm, cu tub de conectare 22F, circuit cu port 22F, fir de încălzire, 2 porturi 7,6 mm pentru senzori de temperatură, port																
1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor 22F	1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor 22F																	

				cameră de umidificare Lot 144 Masca oxigen adultă (pentru Babrov) Extra Large (XL) - F-15a tehnica de la producător.
	2. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7,6 mm pentru senzorul de temperatură, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lângă piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotracheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capacitatea de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F	2. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7,6 mm pentru senzorul de temperatură, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lângă piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotracheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capacitatea de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F	endotracheal 15F, port de monitorizare a presiunii, capacitatea de condens, detașabilă, diametru fixare 22F, linie de monitorizare 5F, adaptoare 15F la 22F, camera de umidificare cu porturi 22M, suport 120 mm cu contur 4 mm, S-a prezentat modelul 483 001, însă linia de monitorizare a presiunii și camera de umidificare nu sunt incluse.	
	3. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y.	3. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y.		
	4. adaptoare incluse în set 15F la 22F	4. adaptoare incluse în set 15F la 22F		
	5. Camera de umidificare cu porturi 22M, cu suport de 120 mm cu contur pentru fixare pe umidificator de 4 mm	5. Camera de umidificare cu porturi 22M, cu suport de 120 mm cu contur pentru fixare pe umidificator de 4 mm		
	Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.		

Pentru lotul nr. 57 Circuit ventilator nou nscut

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Circuite de unică utilizare pentru pacient pediatric compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul 22F altul 15 M 2. circuit de ventilare cu port de 15M pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unică utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lângă piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F 3. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea	Circuite de unică utilizare pentru pacient pediatric compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul 22F altul 15 M 2. circuit de ventilare cu port de 15M pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unică utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lângă piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F 3. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea	Există o neconformitate privind circuitul oferit. Solicitarea prevede un circuit de unică utilizare pentru pacient pediatric, dual limb, lungime minim 1,6 m, diametru 10 mm, cu tub de conectare 22F/15M, circuit cu port 15M, fir de încălzire, 2 porturi 7,6 mm pentru senzori de temperatură, port endotraheal 15F, port de monitorizare a presiunii, capcană de condens detașabilă, diametru fixare 22F, linie de monitorizare 5F, adaptoare 15F la 22F, cameră de umidificare cu porturi 22M, suport 120 mm cu contur 4 mm. S-a prezentat modelul 484 001, însă linia de monitorizare a presiunii și camera de umidificare nu sunt incluse.

	conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y. 4. adaptoare incluse in set 15F la 22F 5. Camera de umidificare cu porturi 22M, cu suport de 120 mm cu contur pentru fixare pe umidificator de 4 mm	monitorizare de pe piesa Y. 4. adaptoare incluse in set 15F la 22F 5. Camera de umidificare cu porturi 22M, cu suport de 120 mm cu contur pentru fixare pe umidificator de 4 mm	
	Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485	
Pentru lotul nr. 144 Masca <i>aspiră adulți (pentru Buhayu) Extra Large (XL)</i>			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
masca și tubul din vinil, Extra Large (XL) conectorul din latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	masca și tubul din vinil, Extra Large (XL) conectorul din latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Lipsește documente confirmative pentru produsul oferit.	
Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUALE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capos.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.			

Rg02-2244
din
18.04.2025

OXIVIT-MED
SRL

Pentru loturile nr. 243 Electrode tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru min. 2,4 mm Lungime - 15,0 cm si nr. 244 Electrode tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru min. 2,4 mm Lungime - 9,0 cm :

S-a solicitat conform Anunțului de participare;	S-a conform depuse 22);	S-a oferit ofertei (anexa 22);	S-a constatat în procesul evaluării:
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Cod înregistrare AMDM: proces de înregistrare	in	In urma clarificărilor, a apărut o nouă declaratie legata de divergențele dintre numerele de înregistrare recepționate și datele declarate în Anexa 22. La solicitarea noastră, a fost furnizat numărul de înregistrare, iar verificarea a arătat că modelele corespund, însă producătorul (Medtronic în loc de Covidien LLC) și țara de origine (SUA în loc de Irlanda) diferă.

Asfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data **24.04.2025**

Răspuns din 10.04.2025, rezumat: Pentru loturile nr. 243 Electrode tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru - min. 2,4 mm Lungime 15,0 cm și nr. 244 Electrode tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru min. 2,4 mm Lungime - 9,0 cm : Lipsa codul de înregistrare al produselor oferite. Codurile de înregistrare corespundătoare conform AMDM sunt: Lot 243: DM000507103 Lot 244: DM000507105 Pentru loturile nr. 163 Sensor BIS cu patru electrozi, și nr. 167 Sensor BIS cu patru electrozi: Nu este claritate între produsul oferit și informațiile prezentate. Poziția respectiva a fost introdusa cu o eroare, insa numarul de catalog 186-0106 este mentionat ca model in denumirea pozitiei inregistrate in AMDM. Aceeasi model este si in manualul utilizatorului "H 046-009995-00 N Series ops manual (English) 22.0.pdf" - pag. 493, ceea ce confirma ca este același produs. Pentru confirmare, anexăm următoarele documente Mindray pentru codul 0010-10-42672 (186 0106):

01 BIS_Brochure_ENG_20160513_s.pdf H-046-009995-00 N Series ops manual (English) 22.0.pdf. Pentru lotul nr. 171 Senzor pentru monitorizare continuă a glicemiei; In documente tehnice confirmative lipsesc informații, specificații tehnice pentru lotul este: Guardian™ Connect System, compatibile cu senzorii oferați.

Specificațiile senzorului de glucoză: Intervalul Glicemic: valoare minimă 40 mg/dL (2.2mmol/L) valoare maximă 400 mg/dL (22.0 mmol/L), pagina 33 "Getting-Started-with CGM-Guardian-Connect-System.pdf"

Durata de viață senzorului 7 zile; pagina 31 "Getting-Started-with CGM-Guardian-Connect System.pdf"

Specificațiile Transmițătorului:

		• Connecting wireless p.6 si 24 "Getting-Started-with CGM-Guardian-Connect-System.pdf" • Connecting cu ≥ 2 apărători p.36 "Getting-Started-with CGM-Guardian-Connect-System.pdf"						
	Răspuns nr.27 din 10.04.2025, rezumat: Pentru lotul nr 46 Circuit de unică folosință matru, 22 mm, fără plămân de rezervă și furcă suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EX ... Trimitem anexa propunerea tehnica pentru codurile 2151000+1526000 Trimitem anexa documentul din partea producatorului referitor la compatibilitate produselor Mentionam ca produsul cod 1526000 este in curs de autorizare/inregistrare, asa incat momentan nu putem transmite codul de inregistrare in Registrul de Stat. Pentru lotul nr 58 Circuit ventilator non nascut: Circuitul din Propunerea tehnica se foloseste cu succes de catre personalul medical in spitalele din Romania. Conectorul elastomer de conectare la ventilator pe circuitul de inspir este fabricat din material moale, asa incat exista posibilitatea compatibilitatii cu conectorii aparaturii (dimensiune 11-4F). Pentru lotul nr 103 Filtru antibacterian de unică folosință pentru aspirator chirurgical: Referitor la mențiunea Dvs „Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit”, produsul este în curs de autorizare/inregistrare, așa încât momentan nu putem transmite codul de înregistrare în Registrul de Stat. Pentru lotul nr 108 Filtru pentru aspirator chirurgical: Referitor la mențiunea Dvs „Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit”, produsul este în curs de autorizare/inregistrare, așa încât momentan nu putem transmite codul de înregistrare în Registrul de Stat. Referitor la mențiunea Dvs „In documentele tehnice nu este specificată hidrofoabilitatea filtrului”, anexam fișa catalog unde este specificată mențiunea că filtrul este							
Pentru lotul nr. 46 Circuit de unică folosință matru, 22 mm, fără plămân de rezervă și furcă suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EX	<table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22)</td><td>S-a consultat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Modul de elaborare a Specificației tehnice Națională în oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</td><td>Există o neconformitate în ceea ce privește cerințele specificate pentru elaborarea specificației tehnice. Conform cerințelor, în oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv al tuturor accesoriilor și pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Cu toate acestea, în Anexa 22, lipsește propunerea tehnică pentru Lotul 46 (Circuit de unică folosință matru, 22 mm, fără plămân de rezervă și furcă suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EX), ceea ce face imposibilă verificarea conformității produsului oferit cu cerințele solicitate, inclusiv identificarea codului produsului și a detaliilor aferente.</td><td></td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22)	S-a consultat în procesul evaluării:	Modul de elaborare a Specificației tehnice Națională în oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Există o neconformitate în ceea ce privește cerințele specificate pentru elaborarea specificației tehnice. Conform cerințelor, în oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv al tuturor accesoriilor și pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Cu toate acestea, în Anexa 22, lipsește propunerea tehnică pentru Lotul 46 (Circuit de unică folosință matru, 22 mm, fără plămân de rezervă și furcă suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EX), ceea ce face imposibilă verificarea conformității produsului oferit cu cerințele solicitate, inclusiv identificarea codului produsului și a detaliilor aferente.		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22)	S-a consultat în procesul evaluării:						
Modul de elaborare a Specificației tehnice Națională în oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Există o neconformitate în ceea ce privește cerințele specificate pentru elaborarea specificației tehnice. Conform cerințelor, în oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv al tuturor accesoriilor și pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Cu toate acestea, în Anexa 22, lipsește propunerea tehnică pentru Lotul 46 (Circuit de unică folosință matru, 22 mm, fără plămân de rezervă și furcă suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EX), ceea ce face imposibilă verificarea conformității produsului oferit cu cerințele solicitate, inclusiv identificarea codului produsului și a detaliilor aferente.							
Pentru lotul nr. 58 Circuit ventilator non nascut:	<table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22)</td><td>S-a consultat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unui de</td><td>1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unui de 15M/11,4F al doilea 22F</td><td>Există o neclaritate în ceea ce privește construcția posibilă a dispozitivului tubului conectorilor specificat Solicitarea prevede un tub c</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22)	S-a consultat în procesul evaluării:	1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unui de	1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unui de 15M/11,4F al doilea 22F	Există o neclaritate în ceea ce privește construcția posibilă a dispozitivului tubului conectorilor specificat Solicitarea prevede un tub c	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22)	S-a consultat în procesul evaluării:						
1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unui de	1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unui de 15M/11,4F al doilea 22F	Există o neclaritate în ceea ce privește construcția posibilă a dispozitivului tubului conectorilor specificat Solicitarea prevede un tub c						

Rg02-2070 din 07.04.2025 TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER SRL	
--	--

	15M/11.4F al doilea 22F	conectare a portului de inspir hidrofof. Pentru lotul nr 109 Filtru pentru nou născut: Referitor la mențiunea Dvs.: „S-a prezentat în documentele tehnice confirmativ 15M/11.4F la un capăt și 22F un filtru cu spațiu mort de 1 ml, care depășește la celălalt capăt. În Anexa 21, limita maximă de 9ml”: diferența este minimă, propunerea specifică un tub de conectare a portului de inspir cu camera de pacientului. Prin urmare, va rugăm să luați în considerare aspectele de mai sus și să acceptați oferta noastră. În mod uzual și firesc, cerințele acestui caiet de sarcini au avut la bază produse care au fost folosite anterior de către specialiștii dumneavoastră. Pentru lotul nr 186 Filtru pentru nou născut: Chișinău, Republica Moldova Str. Igor Vieru 15/3, MD-2073 IDNO: 1023606003997 Tel: +373 76 95 98 93 office@topmedicals.md www.topmedicals.md Referitor la mențiunea Dvs.: „S-a prezentat modelul 2161000 cu lungime de 1.5m (extended), care nu corespunde lunginii solicitate de 1.6m și fără informațiile clare despre sterilitate”: - diferența este minimă, actul medical desfășurându-se în condiții optime, fără să se afecteze siguranța pacientului. Prin urmare, va rugăm să luați în considerare aspectele de mai sus și să acceptați oferta noastră. În mod uzual și firesc, cerințele acestui caiet de sarcini au avut la bază produse care au fost folosite anterior de către specialiștii dumneavoastră. - referitor la sterilitatea produsului: aceasta poate fi o opțiune, dar nu este obligatorie, deoarece procesul de producție și ambalare a produsului se desfășoară în camere curate și medii controlate asociate, conform standardului ISO 14644-1.	conectare a portului de inspir hidrofof. Pentru lotul nr 109 Filtru pentru nou născut: Referitor la mențiunea Dvs.: „S-a prezentat în documentele tehnice confirmativ 15M/11.4F la un capăt și 22F un filtru cu spațiu mort de 1 ml, care depășește la celălalt capăt. În Anexa 21, limita maximă de 9ml”: diferența este minimă, propunerea specifică un tub de conectare a portului de inspir cu camera de pacientului. Prin urmare, va rugăm să luați în considerare aspectele de mai sus și să acceptați oferta noastră. În mod uzual și firesc, cerințele acestui caiet de sarcini au avut la bază produse care au fost folosite anterior de către specialiștii dumneavoastră. Pentru lotul nr 186 Filtru pentru nou născut: Chișinău, Republica Moldova Str. Igor Vieru 15/3, MD-2073 IDNO: 1023606003997 Tel: +373 76 95 98 93 office@topmedicals.md www.topmedicals.md Referitor la mențiunea Dvs.: „S-a prezentat modelul 2161000 cu lungime de 1.5m (extended), care nu corespunde lunginii solicitate de 1.6m și fără informațiile clare despre sterilitate”: - diferența este minimă, actul medical desfășurându-se în condiții optime, fără să se afecteze siguranța pacientului. Prin urmare, va rugăm să luați în considerare aspectele de mai sus și să acceptați oferta noastră. În mod uzual și firesc, cerințele acestui caiet de sarcini au avut la bază produse care au fost folosite anterior de către specialiștii dumneavoastră. - referitor la sterilitatea produsului: aceasta poate fi o opțiune, dar nu este obligatorie, deoarece procesul de producție și ambalare a produsului se desfășoară în camere curate și medii controlate asociate, conform standardului ISO 14644-1.
	3. circuit de ventilație cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unică utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru senzorul de temperatură, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lângă piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și	3. circuit de ventilație cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unică utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru senzorul de temperatură, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare, al doilea lângă piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F, port de	Există o neclaritate în ceea ce privește posibilitatea conectării circuitului de ventilație la ventilator, conform cerințelor specificate. Solicitarea prevede un circuit de ventilație cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unică utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru senzorul de temperatură, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare, al doilea lângă piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F, port de

diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F	de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F	monitorizare a presiunii în circuit, capcană de condens detașabil amplasată pe linia de expir și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F. În Anexa 22, propunerea specifică un circuit de ventilare cu aceeași caracteristici, inclusiv diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F, ceea ce corespunde cerințelor. Cu toate acestea, în documentele tehnice prezentate, portul de expir este indicat cu un diametru de 9-11 mm, care nu corespunde diametrului solicitat de 15M/11.4F. Această neconcordanță creează incertitudine cu privire la posibilitatea conectării corecte și în siguranță a circuitului de ventilare la ventilator, conform specificațiilor dispozitivului
---	---	---

Pentru loturile nr. 103 <i>Filteru antibacterian de unică folosință pentru aspirator chirurgical</i>		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în proces evaluării:
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	in curs de autorizare	Lipsește codul înregistrare al produsul oferit.

Pentru lotul nr. 108 <i>Filteru pentru aspirator chirurgical</i>		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a const

	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Filtru pentru aspirator chirurgical, antibacterial și antiviral, hidrofob, de unică utilizare. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485	in curs de autorizare Compatibil cu aspirator chirurgical Diametru conector – 11 mm la ambele capete; conectorii au rizuri pentru o prindere buna 99,999% - eficiență antibacteriană și antivirală Zona de filtrare eficientă – 24,6 cm2 Presiunea maximă de operare 138 kPa / 20 psi Temperatura maximă de operare – 100°C Filtrare = 0,27μm Certificate CE 93/42 și ISO 13485	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit. Există o neclaritate privind conformitatea filtrului oferit cu cerințele specificate. Solicitarea prevede un filtru pentru aspirator chirurgical, antibacterial, antiviral, hidrofob, de unică utilizare, cu certificate 93/42 sau 2017/745 și ISO 13485. S-a prezentat un filtru cu eficiență antibacteriană și antivirală de 99,999%, filtrare de 0,27 μm și certificate CE 93/42 și ISO 13485. Însă, în documentele tehnice, nu este specificată informația privind hidrofobitatea filtrului, ceea ce creează incertitudine cu privire la conformitatea acestuia cu cerințele solicitate.
	Pentru lotul nr. 109 Filtru pentru nou născut: S-a solicitat conform Anunțului de participare: Filtru respiratorii pentru pacient nou născut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9 ml, rata de filtrare minim 99,99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Filtru antibacterian și antiviral cu schimb de umiditate și căldură pentru pacienți nou-născuți, cu returnare de umiditate și căldură Filtrare electrostatică, cu port de monitorizare - Eficiența de filtrare antivirală și antibacteriană: >99,99% - Rezistența la flux de aer de 15 l/min - 1,37 mbar - Rezistența la flux de 30 l/min - 3,3 mbar - Conectori: 22F/15M-2M/15F - Volum tidal minim: >35 ml	S-a constatat în procesul evaluării: Există o neconformitate privind filtrul respirator oferit. Solicitarea prevede un filtru pentru pacient nou născut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9 ml, rată de filtrare minim 99,99% metodă electrostatică rezistentă la flux maxim 1,5 mbar la 15 l/min, cu certificate 93/42 sau 2017/745 și ISO 13485. S-a prezentat în document tehnic confirmativ un filtru cu spațiu mort de 11 ml care depășește limita maximă solicitată de 9 ml ceea ce indică

		Utilizare: 24 de ore. Ambalat individual. Certificate CE 93/42 și ISO 13485	neconformitatea cu cerințele.
Pentru lotul nr. 186 <i>Filtru pentru nou născut</i> :			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:	
Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, plant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Adaptor unghiular cu port Luer- Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril	Circuitul de ventilație extensibil este destinat pacienților care necesită ventilație pe termen scurt. Componente: - Două tubulaturi cu lungimea de 2 metri, prevăzute cu conectori 22F și diametrul de 15 mm. - Piesă în Y, unghiulară, echipată cu port Luer-lock pentru monitorizarea gazelor de 7,6 mm și conector 22M/15F. Caracteristici: - Rezistența la debit de 30 L/min: - În formă extinsă: 0,12 mbar - În formă compactă: 0,08 mbar Compliance la 60 cmH ₂ O: - În formă extinsă: 5,3 ml/KPa - În formă compactă: 7,2 ml/KPa Circuitul are o lungime reglabilă și poate fi comprimat până la o cinciime din lungimea sa totală. Este ambalat și furnizat în forma sa minimă de compresie, fiind extins ulterior la dimensiunea necesară în timpul utilizării. În formă extinsă, compliancea este de 4,4 ml/KPa per metru de tub, sub limita maximă permisă de standardul ISO 5367:2000. Circuitul este conceput cu un profil gol, ceea ce permite un flux laminar mai eficient al gazului și reduce rezistența la flux.	Există neconformitate și neclaritate privind circuitul de ventilație oferit. Solicitant prevede un circuit pentru nou-născuți copii, diametru 15 mm, lungime 1,6 m adaptor unghiular cu port Luer-Lock conexiuni 22M/15F 22F, material polipropilenă, polietilenă, elastomer fără latex, ambalat individual, steril, cu certificare 93/42 și ISO 13485. S-a prezentat modelul 2161000 cu lungime de 1,5 m (extended), care nu corespunde lungimii solicitate de 1,6 m, fără informație clară despre sterilitate, ceea ce creează incertitudine privind conformitatea cu cerințele.	

	Produsul este ambalat în camere curate și medii controlate, conform standardului ISO 14644-1. Materiale polipropilenă, policilenă, elastomer, Fără latex. De unică folosință. Ambalat individual, cu inscripționări clare care includ: Model de utilizare, Data fabricației, Data expirării, Numărul de lot. Certificate CE 93/42 și ISO 13485 Termen de valabilitate: 5 ani	
Pentru lotul nr. 214 <i>Filtre antibacteriene pu spirometru PONY FX.</i>		
S-a solicitat conform Anunțului de participare de unica folosință, diametru 30 mm	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Filtru antibacterian de spirometrie de unica folosință pu PONY FX. -Eficiența de filtrare antibacteriana și antivirală >99,999%, pentru a se reduce riscul contaminării între pacienți. -Volum intern: 97,90ml la 30L/min(cmH2O) - 0.33 -Rezistența la 60l/min (cmH2O) - 0.64 -Rezistența la 720l/min (cmH2O/l/s) - 0.87 -Diametru: 33mm -Greutate filtru mica - 34.8 g, pentru confortul pacientului Piesa bucală integrată este confortabilă, cu forma ergonomică, se folosește cu ușurință de către pacient și îmbunătățește	S-a constatat în procesul evaluării: Există o neconformitate privind filtrul antibacterian oferit. Solicitarea prevede un filtru pentru spirometru PONY FX, de unică folosință, diametru 30 mm. S-a prezentat modelul 1691003 cu diametru de 33 mm, care nu corespunde diametrului solicitat de 30 mm, ceea ce indică neconformitatea cu cerințele.

eficiența testului. Este de unica folosință și previne contaminarea la atingere de la pacient la pacient.
Ambalaj individual. De unică utilizare. Etichetare pe ambalaj: denumirea produsului, dimensiunea, cod produs, nr lot, data fabricării, data expirării, denumirea producătorului. Certificate CE 93/42 și ISO 13485

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUA/E, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manual tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capex.gov.ro, dar nu mai târziu de data 10.04.2025

Pentru lotul nr. 58 Circuit ventilator nou nascut:

Reg2-2067 din 07.04.2025	TRILUMF- MOTIV SRL	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat procesul evaluării:	
	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1,6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de înspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1,6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de înspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de	Există neconformități Solicitarul prevede un circuit de unică utilizare pentru pacient nou-născut, dual limb lungime minim 1,6 m diametru 10 mm, cu tub de conectare 15M/11.4F și 22M camera de umidificare cu porturi 22M, suprafață 120 mm cu margine fir de încluzare.	Răspuns nr. 105-1/12 din 10.04.2025, rezumat: Lot nr. 157 Pungi sterilizate cu plasmă a articolelor medicale. Mărețea 250mm x 70mm Temperatura 54 C, (250mm-70mm) – informația o găsiți în catalog M&G la pag. 4 Lot nr. 161 Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m. – informația o găsiți în catalog M&G la pag. 4. Lot nr. 199 Test indicator 55°C (intern) - informația o găsiți în catalog Ugaipa la pag. 11. Lot nr. 257 Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu AGFA Drystar 5302 - informația o găsiți în catalog Kenia Medical, tot odată vă informăm că conform certificatului CE oferit de producător nu este dispozitiv medical, și nu necesită înregistrare.	

		cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în unidificator, 3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de unidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7,6 mm pentru senzorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de unidificare al doilea lângă piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11,4F 4. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y. 5. adaptoare incluse în set 15F la 22F Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485	conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în unidificator, 3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de unidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7,6 mm pentru senzorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de unidificare al doilea lângă piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11,4F 4. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y. 5. adaptoare incluse în set 15F la 22F Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485	porturi 7,6 mm pentru senzori de temperatură, port endotraheal 15F, port de monitorizare la presiunii, capcană de condens detașabilă, diametru fixare 15M/11,4F, linie de monitorizare 5F, adaptoare 15F la 22F. S-a prezentat un model cu lungime 150 cm în loc de 160 cm, diametru 22 mm și 15 mm în loc de 10 mm, camera de unidificare lipsește, lipsesc date despre diametrele tubului de conectare, amplasamentul de porturilor de temperatură, diametrul de fixare la portul de expir, diametrul liniei de monitorizare și prezența adaptorului 15F la 22F.
--	--	--	---	--

Pentru lotul nr. 157 Pungi sterilizare cu plasmă a articolelor medicale. Mărimea 250mm x 70mm Temperatura 54 C, (250mm- 0mm).

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Roți din hârtie mărimea 250mm x 70mm pentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculară termorezistență pentru vizualizarea conținutului. Partea din hârtie să fie hidrofilă, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită denumirea, codul. Termenul de valabilitate a materialului de împachetat a materialelor trebuie să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = o rola.	Roți din hârtie mărimea 250mm x 70mm pentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculară termorezistență pentru vizualizarea conținutului. Partea din hârtie să fie hidrofilă, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită denumirea, codul. Termenul de valabilitate a materialului de împachetat a materialelor trebuie să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = o rola.	Lipsește documente confirmative pentru produsul oferit.

Pentru lotul nr. 161 Rolă pentru sterilizare Dimensiuni 300 mm x 70 m.

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Roți pentru sterilizare, Dimensiuni 300 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZPLAZMA RENO S-130D	Roți pentru sterilizare, Dimensiuni 300 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Lipsește documente confirmative pentru produsul oferit.

Pentru lotul nr. 199 Test indicator 55°C (intern).

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:

		55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea.	55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea	Lipsesc documente confirmative pentru produsul oferit.									
Re02-2244 din 18.04.2025	OXIVIT-MED SRL	Pentru lotul nr. 257 Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu AGFA Drystar 5302: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</td><td>CE/ISO</td><td>Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.</td></tr><tr><td>Pelicula sensibilă digitală 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare până la 150 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 530</td><td>Pelicula sensibilă digitală 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare până la 150 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 530</td><td>Lipsesc documente confirmative pentru produsul oferit.</td></tr></table> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUA-E, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.			S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	CE/ISO	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.	Pelicula sensibilă digitală 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare până la 150 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 530	Pelicula sensibilă digitală 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare până la 150 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 530	Lipsesc documente confirmative pentru produsul oferit.
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:											
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	CE/ISO	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.											
Pelicula sensibilă digitală 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare până la 150 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 530	Pelicula sensibilă digitală 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare până la 150 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 530	Lipsesc documente confirmative pentru produsul oferit.											
		Pentru loturile nr. 243 Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru min. 2,4 mm Lungime 15,0 cm și nr. 244 Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm :											
		Raspuns din 22.04.2025, rezumat: pentru loturile nr. 243 Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm si nr. 244											

Pentru lotul nr. 257 Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu AGFA Drystar 5302:

S-a solicitat conform Anuntului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	CE/ISO	Lipsește codul de înregistrare al produsului oferit.
Película sensibila digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 530	Película sensibila digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 530	Lipsesc documente confirmative pentru produsul oferit.

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.04.2025.

	S-a solicitat conform Anunțului de participare: Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Cod înregistrare AMDM: în proces de înregistrare S-a constatat în procesul evaluării: În urma clarificărilor, a apărut o nouă nclaritate legată de divergențele dintre numerele de înregistrare recepționate și datele declarate în Anexa 22. La solicitarea noastră, a fost furnizat numărul de înregistrare, iar verificarea a arătat că modelele corespund, însă producătorul (Medtronic în loc de Covidien LLC) și țara de origine (SUA în loc de Irlanda) diferă. Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 24.04.2025. Pentru lotul nr. 77 Cytosorb filtru, Omni Bbraun (la necesitate); S-a solicitat conform Anunțului de participare: Cartuș cu filtru anticitokinic «Cytosorb» - Capacitate de absorbție a moleculelor circulante cu dimensiuni de până la 55kD; Suprafața de adsorbție de minim 40.000m²; Cartuș preumplut cu soluție fiziologică de NaCl S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Cartuș dedicat adsorbției citokinelor, bilirubinei, mioglobinei, hemoglobinei libere, amoniacului, acizilor biliari, toxinelor de clostridium perfringens, exotoxinelor streptococcus pyogenes, precum, și ale staphylococcus aureus. • Materialul adsorbant - polimer biocompatibil. • Compatibil cu orice aparat pentru hemofiltrare/hemoperfuzie și circulație extracorporală (CFC, ECMO), putând fi inclus în circuitele de epurare extracorporală cu ajutorul adaptorilor specifici. Poate fi folosit în orice terapie CRRT, HP, HD, anticoagulare cu heparina sau citrat. • Volumul cartușului - 300 ml. • Selectivitatea moleculară pentru substanțele adsorbite până la 55.000 Daltoni. Lipsesc documente confirmative pentru produsul oferit. • Funcționează cu fluxuri cuprinse între 100 și 700ml/min. • Preumplut cu clorura de sodiu 0,9% S-a constatat în procesul evaluării: Lipsesc documente confirmative pentru produsul oferit. Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor	Electrod tip lama, pl. chirurgie generata (sertile, de unica folosinta) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm a fost facuta o gresela privind mentinerea producatorului in specificatii tehnice. Producatorul corect este COVIDIEN LLC, Irlanda. Gresela s-a produs deoarece aceasta companie face parte din grupul Medtronic, SUA, si informatiile au fost incurcate.
--	---	---

Re02-2245
din
18.04.2025

GBG-MLD
SRL

Răspuns nr. G-236 din 24.04.2025, rezumat:
Drept răspuns la solicitarea Dvs. venim cu următoarea expunere. Pentru lotul nr. 77 - Cytosorb filtru, Omni Bbraun, si anume referitor pentru confirmarea parametrilor indicati in specificatia tehnica oferita, atasam prezentei notificari, broșuri, prospecte si instructie de utilizare pentru filtrul
CYTOSORB.

Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare

✓

✓ Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Unitatea de măsură	Valoarea ofertei din sistem	Model art	Țara de Origine	Producător	Numărul de înregistrare AMDM	Ofertant	Corespunde/ Nu corespunde
1	Absorbent CO2, cartuș de unică folosință, compatibil cu Mașina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC	36	Bucată	9 000,00	2191001	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000371093	TMS-Top Medical Supplier	Corespunde Tehnic
1	Absorbent CO2, cartuș de unică folosință, compatibil cu Mașina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC	36	Bucată	10 368,00	MX50004	Germania	Dragewerk	ISO, CE	ECHIPAMED-PLUS	
2	Accesorii pentru glucometru On Call Plus	400	Set	54 000,00	ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS G133-111-ON CALL® LANCETS G124-10A	SUA	CON LABORATORIES INC.	DM000399183 -DM000415373	Sanmedico	Corespunde Tehnic

3	Ace ULTRAPLEX 360, 30020GX100MM-EU	1000	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
4	Adapter pentru puncție/biopsie ecografică	2	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
5	Adapter pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650	56	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
6	Ansa de litotritaxie pentru ureteroscop	3	Bucată	18 000,00	BUSB9130390	Elveția	Marflow	DM000372222	SC ERICON SRL	Corespunde Tehnic
7	Ansa litotripsie mecanică compatibilă cu murec LitoCrash V, model N10	5	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
8	Baterie internă compatibilă cu ventilatorul Evita V600 Evita V600	3	Bucată	26 685,00	8415290	Germania	Dragewerk	ISO, CE	ECHIPAMED-PLUS	Corespunde Tehnic
9	Cablu bipolar de înaltă frecvență	5	Bucată	17 900,00	92094	Germania	Keger Medizintechnik GmbH	DM000451232	Labromed Laborator SRL	Rămâne la etapa de evaluare
9	Cablu bipolar de înaltă frecvență	5	Bucată	20 620,00	Bipolar cable, Storz resectoscope, COMFORT, 4.5 m	Germania	BOWA-ELECTRONIC GMBH & CO. KG	DM000569071	GBG-MLD SRL	Rămâne la etapa de evaluare
10	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară, compatibil cu cardiosimulatorul Medtronic model 5392	20	Bucată	37 720,00	5833S CABLE SURGICAL DISPOSABLE 12 F11(Cablu chirurgical)	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000420890	Oxivit med	Corespunde Tehnic
11	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară, compatibil cu cardiosimulatorul Osypka PACF 101 H	5	Bucată	13 000,00	D2P-SP Extension cable blue / white (Color-coded PM Atrium), 2.50 m 5	Germany	OSYPKA	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: în proces de înregistrare	SRL Biosistem mld	Corespunde Tehnic

12	Cablu de fibră optică pentru lumină	4	Bucătă	25 600,00	49230X (XL)-49010C ~49110C	Italia	Endomed	DM000700434	SC ERICON SRL	Corespunde Tehnic
12	Cablu de fibră optică pentru lumină	4	Bucătă	25 920,00	IM201-2311 + IM220-021 + IM220-041	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	DM000468864	Labromed Laborator SRL	
13	Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX- 7202	5	Bucătă	7 150,00	U269-21BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000746407	Labromed Laborator SRL	Corespunde Tehnic
14	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770	5	Bucătă						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
15	Cablu ECG în set cu 6 electrozi precordiali model ventuza și 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulți, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan	11	Bucătă	15 290,00	U272-11BE + U901-1AB + U901-2AB Ermicev Alexandr :06:38 EET	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655216 + DM000676185 + DM000676193	Labromed Laborator SRL	Corespunde Tehnic
16	Cablu Multimed 5 Pod 2.5M, compatibil cu Monitor de pacient Infinity Vista XL	16	Bucătă						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
17	Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive	4	Bucătă	7 440,00	PEANĂ U815-2B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000682221	Labromed Laborator SRL	Corespunde Tehnic
18	Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafața pielii, adulți, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	5	Bucătă						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
19	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	9	Bucătă	35 626,50	5433A 5433A/CABL E 5433A PATIENT CABLE- PKG 5433A	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000420890	Oxivit med	Corespunde Tehnic
20	Cablu pentru pacient compatibil cu	9	Bucătă	35 626,50	5433V 5433V/CABL F 5433V	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod înregistrare	Oxivit med	Corespunde Tehnic

	cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V			PATIENT CABLE- PKG 5433V		AMDM: DM000420890		
21	Căciuliță EEG pentru copii (fro, albastru deschis)	2	Bucată				Nu a fost prezentată nici o ofertă	
22	Căciuliță EEG set (XS, S, M, L)	4	Bucată				Nu a fost prezentată nici o ofertă	
23	Căciuliță p/lu EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nicon Kohden	2	Bucată				Nu a fost prezentată nici o ofertă	
24	Căciuliță p/lu EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nicon Kohden	2	Bucată				Nu a fost prezentată nici o ofertă	
25	Căciuliță p/lu EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nicon Kohden	2	Bucată				Nu a fost prezentată nici o ofertă	
26	Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650	4	Bucată	JK530 040- 001530- 00	China	Mindray	DM000394653	IM „Duchimed- M” SRL
27	Capcana de apă "Waterlock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draeger	24	Bucată	18 600,00 6872130	Germania	Dragewerk	ISO, CE	ECHIPAMED- PLUS
28	Capcană de apă compatibilă cu gaz analizatorul Scio Four Oxi Plus pentru masina de anestezie Draeger Fabius	48	Bucată	37 200,00 6872130	Germania	Dragewerk	ISO, CE	ECHIPAMED- PLUS
29	Capcana de apă DRYLINE II water trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray	20	Bucată	11 400,00 DryLine II 115-043024- 00	China	Mindray	Registru de stat: DM000390704	IM „Duchimed- M” SRL
								Corespunde Tehnic

30	Capcana de apa Waterlock (EtCO2 ASTRA)	24	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
31	Capcana de apa WaterLock (EtCO2 Mindray)	20	Bucată	11 400,00	DryLine II 115-043024-00	China	Mindray	DM000390704	IM „Dutchmed-M” SRL	Correspunde Tehnic
32	Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	124	Bucată	70 680,00	DryLine II 115-043024-00	China	Mindray	DM000390704	IM „Dutchmed-M” SRL	Correspunde Tehnic
33	Capilare pentru ABI Genetic Analyzer 3500 Dx, 8 capilare per set, 50cm	2	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
34	Cătelet cu balon cu electrod bipolar pentru cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos , 5Fr	15	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
35	Catetere buluminale pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	5	Bucată	249 375,00	70124,70126,7 0128,70130,70 132 701xx/CRESC ENT JUGULAR DUAL LUMEN CATHETER xxF	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod înregistrare AMDm: în proces de înregistrare	Oxivit med	nu au raspuns la clarificări privind cod AMDM (telefon a confirmat ca nu este înregistrat)
36	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	5	Bucată	54 600,00	96530- 117;96530- 119;96530- 121;96600- 123/125 96670-123/125 Bio-Medicus Life Support catheters	SUA	Medtronic	DM000397125;DM 000397126;DM000 397127;DM000397 134; DM000397135; DM000397109; DM000397110	Oxivit med	

37	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	5	Bucată	54 600,00	96530- 117;96530- 119;96530- 121;96600- 123/125 96670-123/125 Bio-Medicus Life Support catheters	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod înregistrare AMDm: DM000397125;DM 000397126;DM000 397127;DM000397 134; DM000397135; DM000397109; DM000397110	Oxivit med	
38	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	5	Bucată	54 600,00	96530- 117;96530- 119;96530- 121;96600- 123/125 96670-123/125 Bio-Medicus Life Support catheters	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod înregistrare AMDm: DM000397125;DM 000397126;DM000 397127;DM000397 134; DM000397135; DM000397109; DM000397110	Oxivit med	
39	Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5	5	Bucată	54 600,00	96530- 117;96530- 119;96530- 121;96600- 123/125 96670-123/125 Bio-Medicus Life Support catheters	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod înregistrare AMDm: DM000397125;DM 000397126;DM000 397127;DM000397 134; DM000397135; DM000397109; DM000397110	Oxivit med	
40	Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosință cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+ furtun monitorizare compatibile cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW	50	Set	12 500,00	6433000	Marca Britanie	Intersurgical LTD	DM00065542	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic nu corespunde. Sa solicitat cu furtun monitorizare presiune , sa prezentat fără.
40	Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosință cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+ furtun monitorizare presiune+ furtun suplimentar compatibil cu masa de	50	Set	14 225,00	MT00311	Germania	Dragewerk	DM000765006	ECHIPAMED-PLUS	Tehnic corespunde

43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	1500	Bucară	118 223,85	Circuit pentru anestezie cu tub si balon (Codul produsului: AL-1303-060.V0099)	Turcia	MEDITER A TIBBI MALZEME SANAYI VE. TICARET A.S.	DM000378377	DITA ESTFARM S.R.L	anulare litera g
43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	1500	Bucară	126 975,00	50449100	China	Vincent Medical	DM000784273	ECHIPAMED-PLUS	anulare litera g
43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	1500	Bucară	135 000,00	480 201 Ventilation Circuit Corrugated	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	DM000656166	IM Natusana SRL	anulare litera g
43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	1500	Bucară	157 500,00	2154000	Marca Britanică	Intersurgical LTD	DM000649501	TMS-Top Medical Supplier	anulare litera g
44	Circuit CPAP	1300	Set	806 000,00	51005286 + 51007960 + 5100530/4/5/6	China	Vincent Medical	DM000784503 + DM000784502	ECHIPAMED-PLUS	Tehnic corespunde
45	Circuit de pacient reutilizabil	24		478 800,00	115-018062-00	China	Mindray	Registru de stat: DM000394637	IM „Dutchmed-M” SRL	
46	Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX	2000	Bucară	140 000,00	2154001	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000649502	TMS-Top Medical Supplier	Lipsește oferta tehnica în Anexa 22

46	Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX	2000	Bucată	148 000,00	31305020 -15	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000558862	Electeh SRL	Tehnic corespunde
46	Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX	2000	Bucată	450 000,00	040-001876-00	China	Mindray	Registru de stat: DM000426621	IM „Dutchmed-M” SRL	
47	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP VS500S, Heyer (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	100	Set	62 000,00	51005286 - 51007960 - 51005304/5/6	China	Vincent Medical	DM000784503 + DM000784502	ECHIPAMED-PLUS	Tehnic corespunde
48	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	100	Set	62 000,00	51005286 - 51007960 - 51005304/5/6	China	Vincent Medical	DM000784503 + DM000784502	ECHIPAMED-PLUS	Tehnic corespunde
49	Circuit nCPAP dual limb+Generator+ canule nazale+măști+căciulițe, cu element încălzitor inspir, cu capacitate apă expir , camere umidificate cu auto umplere, compatibil cu umidificatorul MR850 compatibil cu VAP eVent evolution 3e	40	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

50	Circuit respirator pentru nou-născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Dräger BabyLog Infinity VN 500	40	Set	13 316,00	51003928 + 51003667	China	Vincent Medical	DM000784427 + DM000784403	ECHIPAMENT PLUS	Tehnic corespunde
50	Circuit respirator pentru nou-născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Dräger BabyLog Infinity VN 500	40	Set	13 360,00	13113001-1	Turcia	Rvent Medical	CE/DM000349433	Electeh SRL	
51	Circuit respirator pentru nou-născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea Standard	50	Set	16 700,00	13113001-1	Turcia	Rvent Medical	CE/DM000349433	Electeh SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat pentru nou-născut, sa prezentat pentru adult
52	Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+restrictor inspir SLB +capcana de apa expir+linie de monitorizare presiune+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850, compatibil cu VAP SLE6000	40	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

53	Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apă expir+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	20	Set	6 680,00	13113001-1	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000349433	Electeh SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat pentru nou-nascut, sa prezentat pentru adult
53	Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apă expir+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	20	Set	9 120,00	4508850	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000655554	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic corespunde
53	Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apă expir+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	20	Set	24 000,00	040-002172-00	China	Mindray	Registru de stat: DM000394630	IM „Dutchmed-M” SRL	
54	Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apă expir+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800	50	Set	16 700,00	13113001-1	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000349433	Electeh SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat pentru nou-nascut, sa prezentat pentru adult
54	Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apă expir+furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800	50	Set	22 800,00	4508850	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000655554	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic corespunde
55	Circuit ventilator adult	150	Bucătă						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

56	Circuit ventilator adult	100	Bucată	10 000,00	483 001 Ventilation Circuit Corrugated	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	DM000656169	IM Natusana SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitez cu camera de unificare si linnie de monitorizare a presiunii, sa prezentat fara
57	Circuit ventilator nou nascut	700	Bucată	70 000,00	484 001 Ventilation Circuit Corrugated	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	DM000656169	IM Natusana SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitez cu camera de unificare si linnie de monitorizare a presiunii, sa prezentat fara
58	Circuit ventilator nou nascut	1000	Set	475 000,00	3441 DM000657520	China	DA CHUNG MEDICAL CO., LTD.	CE/ISO DM000657520	Triumf-Motiv SRL	nu a raspuns la clarificari la locul dat
58	Circuit ventilator nou nascut	1000	Set	570 000,00	4508850+2330 000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000655554 - DM000651998	TMS-Top Medical Supplier	de solicitat mostre
59	Circuit ventilator nou nascut	400	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
60	Circuit ventilator Pediatric	150	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
61	Consumabile pentru ECG "MAC 2000, GE"	18	Bucată	11 232,00	MAC 2000 STARTER KIT IEC MULTILINK	SUA	GE	DM000136780	GBG-MLD SRL	Tehnic corespunde

61	Consumabile pentru ECG "MAC 2000, GE"	18	Bucată	16 380,00	U202-11BL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	NOTIFICARE dosar 8261 din 12.12.2023	Labromed Laborator SRL	
62	Consumabile pentru monitor de pacient "BT-770, Bistos"	101	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
63	Consumabile pentru monitor de pacient "BT-770, Bistos"	101	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
64	Consumabile pentru monitor de pacient "Carescape B450, B650"	50	Bucată	20 500,00	U401-A(02BS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	DM000451087	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
64	Consumabile pentru monitor de pacient "Carescape B450, B650"	50	Bucată	20 750,00	U401-A(02BS) DM000451087	China	SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT CO.,LTD	CE/ISO DM000451087	Triumf-Motiv SRL	
65	Consumabile pentru monitor de pacient "Carescape B450, B650"	50	Bucată	22 800,00	U702-6DL DM000756527	China	SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT CO.,LTD	CE/ISO DM000756527	Triumf-Motiv SRL	Tehnic nu corespunde sa solicite Cablu interconexiune SpO2, sa prezente sensor SPO2
66	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	20	Bucată	8 600,00	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	DM000505761	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
67	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	20	Bucată	10 720,00	U704-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	DM000756625	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
68	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	36	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
69	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	72	Bucată	28 080,00	U401-A(19CS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000468913	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde

70	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	72	Bucată	27 360,00	U704-2BL	China	Shenzhen UpmMed Equipment Co., Ltd	DM000756628	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
70	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	72	Bucată	219 704,40	3345	ST/A	Masimo	DM000149331	ECHIPAMED-PL/US	
71	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX350, Philips"	36	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
72	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX350, Philips"	36	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
73	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX350, Philips"	72	Bucată	60 480,00	U204-22PE + U204-33CE	China	Shenzhen UpmMed Equipment Co., Ltd	DM000738302, NOTIFICARE dosar 8348 din 27.12.2023	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
73	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX350, Philips"	72	Bucată	61 488,00	U304-22P5AF U304-3P5CE DM0000681927 DM0000682139	China	SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT CO.,LTD	CE/ISO DM0000681927 DM0000682139	Triumf-Motiv SRL	
74	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX350, Philips"	200	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
75	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX350, Philips"	24	Bucată	26 400,00	U804-1B	China	Shenzhen UpmMed Equipment Co., Ltd	DM0000682202	Labromed Laborator SRL	Scrisoarea Rg01-2633 din partea instituției beneficiare.
75	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX350, Philips"	24	Bucată	26 400,00	U804-1B DM0000682202	China	SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT CO.,LTD	CE/ISO DM0000682202	Triumf-Motiv SRL	Scrisoarea Rg01-2633 din partea instituției beneficiare.

76	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	200	Bucată	46 000,00	41.04.25000	China	SCW Medicaeth	CE/DM000398790	Electeh SRL	Scrisoarea Rg01-2633 din partea instituției beneficiare.
76	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	200	Bucată	82 000,00	41.04.15000	China	SCW Medicaeth Ltd	DM000236556	Labromed Laborator SRL	Scrisoarea Rg01-2633 din partea instituției beneficiare.
77	Cytosorb filtru, Omni Bbraun (la necesitate)	1	Bucată	41 930,00	KIT CYTOSORB PT SEPSIS / Cartuș absorbant	United States	CytoSorbents Corporation	DM000191930	GBG-MLD SRL	Tehnic corespunde
78	Develoant	600	Litru						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
79	DVD-R+plicuri	4000	Bucată	29 680,00	Discuri DVD-R LJP 4,7 Gb + Verbatim CD Sleeves	Taiwan /China	Verbatim	Nu este dispozitiv medical	MED-M	Tehnic corespunde
79	DVD-R+plicuri	4000	Bucată	36 000,00	DVD-R+plicuri	China	Omega	ISO	Labromed Laborator SRL	

80	Electroada combinat Tip ac+bi la ceramica(hibrid)	3	Set	16 320,00	FM-EK0005-2(2300)	Korea	Finemedix	DM000322893	SC ERICON SRL.	Tehnic corespunde
81	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	2	Bucată	3 456,00	F7930+P7923/P	Italia	FIAB SPA	DM0006 55330 DM0005 79792	MED-M	Sa solicitat compatibil cu electrocoagulatorul UES-40, sa prezenta fara
81	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	2	Bucată	9 200,00	F7930 F7923	Italia	FIAB SPA	DM000655330, DM000579791	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
82	Electrod de coagulare	5	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
83	Electrod de taiere	30	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
84	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri	500	Bucată	7 800,00	HT-1-304	China	Zhejiang Jimhua Jluatong	CE/DM000555296	Electeh SRL	Tehnic corespunde
84	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri	500	Bucată	7 995,00	CPB07C	China	CHANGZHOU INNOVATE MEDICAL INSTRUMENT AND TECHNOLOGY CO.,LTD	DM0004 67630	MED-M	
84	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri	500	Bucată	20 750,00	F4797	Italia	FIAB SPA	DM000466378	Labromed Laborator SRL	

85	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	80	Bucată	26 624,00	F7956	Italia	FIAB SPA	DM0004 52476	MED-M	Tehnic corespunde
85	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	80	Bucată	30 400,00	F7956	Italia	FIAB SpA	DM000452476	Labromed Laborator SRL	
86	Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm	200	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
87	Element de lucru, uretrotom	2	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
88	Fibra laser pentru litotripsie	3	Bucată	54 600,00	HLF-S550-H30	Irlanda	Cook Medical	DM000690138	SC ERICON SRL	Tehnic corespunde (sa prezentat de unica folosinta dar in catalog este si reutilizabil)
89	Fibra laser pentru litotripsie	3	Bucată	54 600,00	HLF-S365-H30	Irlanda	Cook Medical	DM000690134	SC ERICON SRL	Tehnic corespunde (sa prezentat de unica folosinta dar in catalog este si reutilizabil)
90	Film radiologic	110	cutie	247 493,13	8 X 10 IN, 20 CM X 25 CM, N100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	DM000753118	M-INTER-FARMA	Nu a raspuns la clarificari
90	Film radiologic	110	cutie	292 875,00	DI-HI. 20X25 CM	Japonia	Fujifilm	DM000429367	Neotec	Tehnic corespunde
91	Film radiologic	25	cutie	107 500,00	14 X 17 IN, 35 CM X 43 CM, N100	China	LUCKY HEALTHCARE CO., LTD	DM000753122	M-INTER-FARMA	Nu a raspuns la clarificari
91	Film radiologic	25	cutie	124 625,00	DI-HI. 35X43	Japonia	Fujifilm	DM000429367	Neotec	Tehnic corespunde

92	Film radiologic 11x 14 - 100 filme	2000	Bucată	81 300,00	1114-DVB	SUA	Codonics	DM000372476	Neotec	Tehnic corespunde
93	Film radiologic 14 x 17 - 100 filme	3000	Bucată	164 400,00	1417-DVB	SUA	Codonics	DM000372477	Neotec	Tehnic corespunde
93	Film radiologic 14 x 17 - 100 filme	3000	Bucată	192 000,00	Mediphot DL 35x43	Austria	Colenta	DM000708771	MEDEXCOM- TEH SRL	
94	Film radiologic 8 x 10 - 100 filme	2000	Bucată	58 200,00	810-DVB	SUA	Codonics	DM000372475	Neotec	Tehnic corespunde
95	Film radiologic digital DVB p/lu impr. Caresit, Dry View 5700 L.I.	1250	Bucată	70 833,33	FILM RADIOGRAFI C PENTRU UZ GENERAL, IMPRIMARE LASER 125 SHEETS, 35 X 43 CM	SUA	CARLSTREAM HEALTH, INC.	DM000003688	M-INTER- FARMA	Tehnic corespunde
96	Filme radiologice 8x10, compatibilă cu aparatul BRIVO	10	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
97	Filme radiologice 8x10, compatibilă cu aparatul SHUMADZU	10	Set	29 100,00	810-DVB	SUA	Codonics	DM000372475	Neotec	Tehnic corespunde
98	Filme radiologice nanoagrafe 10x12	18750	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
99	Filtre antibacteriene pentru aspirator	100	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
100	Filtru antibacterial p/lu spirometru Pomi FX 29mm	350	Bucată	10 500,00	1691004	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000657880	TMS-Top Medical Supplier	anulare litera g
100	Filtru antibacterial p/lu spirometru Pomi FX 29mm	350	Bucată	11 200,00	27302	Turcia	Medbar	CE/DM000559057	Electeh SRL	anulare litera g

100	Filtru antibacterial p/ū spirometru Pomi FX 29mm	350	Bucată	11 550,00	A 182 300 004	Italia	Cosmed	declarație de conformitate	GBG-MLD SRL	anulare litera g
101	Filtru antibacterial p/ū spirometru Pomi FX 29mm	350	Bucată	10 500,00	1691004	Marca Britanie	Intersurgical LTD	DM000657880	TMS-Top Medical Supplier	anulare litera g
101	Filtru antibacterial p/ū spirometru Pomi FX 29mm	350	Bucată	11 200,00	27302	Turcia	Medbar	CE/DM000559057	Electeh SRL	anulare litera g
101	Filtru antibacterial p/ū spirometru Pomi FX 29mm	350	Bucată	11 550,00	A 182 300 004	Italia	Cosmed	declarație de conformitate	GBG-MLD SRL	anulare litera g
102	Filtru antibacterial 0,22 µm	12	Bucată	27 600,00	BGH-0022-M-10-S-P	China	Darjly	piesa de schimb	SC ERICON SRL	
103	Filtru antibacterial de unică folosință pentru aspirator chirurgical	1200	Bucată	88 800,00	1635003	Marea Britanie	Intersurgical LTD	in curs de autorizare	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic corespunde (nu este înregistrat)
104	Filtru antibacterial hidrofoab, compatibil cu aspiratoarele chirurgicale	400	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
105	Filtru HME adult	200	Bucată	2 160,00	40820S	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000558937	Electeh SRL	anulare litera g
105	Filtru HME adult	200	Bucată	2 180,90	Filtru HME (Codul produsului :AL-08022.V001)	Turcia	MEDITER A TIBBI MALZEM E SANAYI VE TICARET A.S.	DM000378369	DITA ESTFARM S.R.L	anulare litera g
105	Filtru HME adult	200	Bucată	4 000,00	140210	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIKKETI	DM000656191	IM Nanusana SRL	anulare litera g
105	Filtru HME adult	200	Bucată	4 230,00	MP05805	Germania	Dragewerk	DM000653570	ECHIPAMED-PLUS	anulare litera g
105	Filtru HME adult	200	Bucată	4 800,00	1541000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000649489	TMS-Top Medical Supplier	anulare litera g
105	Filtru HME adult	200	Bucată	6 400,00	43.009.05.708	Germania	Dahlhausen Medizintechnik GmbH	DM000655206	Labromed Laborator SRL	anulare litera g
106	Filtru HME nou nascut	400	Bucată	8 800,00	40210S	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000558925	Electeh SRL	anulare litera g

106	Filtru HME nou nascut	400	Bucată	12 000,00	1341000S	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000649490	TMS-Top Medical Supplier	anulare litra g
106	Filtru HME nou nascut	400	Bucată	12 520,00	MP05820	Germania	Dragewerk	DM000570311	ECHIPAMED-PLUS	anulare litra g
106	Filtru HME nou nascut	400	Bucată	15 200,00	GZ-GL-19	China	Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd	DM0006 59297	MED-M	anulare litra g
107	Filtru HME pediatric	200	Bucată	4 400,00	40410S	Tureia	Rvent Medikal	CE/DM000558929	Electeh SRL	anulare litra g
107	Filtru HME pediatric	200	Bucată	4 570,00	MP05815	Germania	Dragewerk	DM000653572	ECHIPAMED-PLUS	anulare litra g
107	Filtru HME pediatric	200	Bucată	6 000,00	1341000S	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000649490	TMS-Top Medical Supplier	anulare litra g
107	Filtru HME pediatric	200	Bucată	7 600,00	GZ-GL-18	China	Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd	DM0006 59298	MED-M	anulare litra g
108	Filtru pentru aspirator chirurgical	200	Bucată	30 000,00	1635003	Marea Britanie	Intersurgical LTD	in curs de autorizare	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic corespunde (nu este înregistrat)
109	Filtru pentru nou nascut	2000	Bucată	44 000,00	40210S	Tureia	Rvent Medikal	CE/DM000558925	Electeh SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitei flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min, sa prezenta 15 lt/min 24 mmH2O (~2,4 mb)
109	Filtru pentru nou nascut	2000	Bucată	60 000,00	1341000S	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000649490	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic nu corespunde Sa solicitei spatiu mort maxim 9 ml, sa prezenta 11 ml
109	Filtru pentru nou nascut	2000	Bucată	62 600,00	MP05820	Germania	Dragewerk	DM000570311	ECHIPAMED-PLUS	Tehnic corespunde

110	Filtru pentru protectia ventilator HEPA	1000	Bucată	44 000,00	41520S	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000558956	Electeh SRL	Tehnic corespunde
110	Filtru pentru protectia ventilator HEPA	1000	Bucată	47 300,00	MP05785	Germania	Dragewerk	DM000653565	ECHIPAMED-PLUS	
110	Filtru pentru protectia ventilator HEPA	1000	Bucată	50 000,00	140130	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI	DM000656192	IM Natusana SRL	
110	Filtru pentru protectia ventilator HEPA	1000	Bucată	64 000,00	1944000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000649492	TMS-Top Medical Supplier	
110	Filtru pentru protectia ventilator HEPA	1000	Bucată	84 000,00	HEPA FILTER 140130 DM000371413	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI	CE/ISO DM000371413	Triumf-Motiv SRL	
111	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	7000	Bucată	75 600,00	40820S	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000558937	Electeh SRL	Tehnic corespunde
111	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	7000	Bucată	76 331,50	Filtru HME (Codul produsului :AL-08022,V001)	Turcia	MED/ITER A TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	DM000378369	DITA ESTFARM S.R.L	
111	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	7000	Bucată	98 000,00	1541000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000649489	TMS-Top Medical Supplier	

111	Filteru respirator HME piu aparate de anestezie si ventilare	7000	Bucara	128 450,00	MD05805	Germania	Dragewerk	DM000653570	ECHIPAMENT-PL.US	
112	Fir de incalzire compatibil cu sistem de unidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650	56	Bucara						Nu a fost prezentata nici o oferta	
113	Fixativ	900	Litru						Nu a fost prezentata nici o oferta	
114	Gel EEG monitoring	362	Bucara	11 946,00	AQ21	Turcia	MEDIKAL TIBBI ARAC VR GERECLER INS. SAN. DIS. TIC.	DM000656156	IM Nalusana SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat gel pentru EEG, sa prezentat gel pentru ECG
115	Gel lubrifiant	220	Bucara						Nu a fost prezentata nici o oferta	
116	Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1,3 Richard Wolf	2	Bucara	12 800,00	49230X (XL)+49010C 149110C	Italia	Endomed	DM000700434	SC ERICON SRL	Corespunde
117	Ghid metalic tip zebra	700	Bucara						Nu a fost prezentata nici o oferta	
118	Hartie pentru USG 110mm*20m foto SONY	100	Bucara	7 995,00	UPP-110S, 110 MM X 20 M, STANDARD	China	TIANJIN GRAND PAPER INDUSTRY CO.,LTD	DM000753653	M-INTER-FARMA	Nu a raspuns la clarificari
118	Hartie pentru USG 110mm*20m foto SONY	100	Bucara	8 400,00	ULSTAR 1100S	Coreea	Durico	CE/D/M000761441	Electech SRL	Tehnic corespunde
118	Hartie pentru USG 110mm*20m foto SONY	100	Bucara	9 000,00	SONY UPP 110S, 8925	Italia	Ceracarta SPA	DM000368004	GBG-MLD SRL	
118	Hartie pentru USG 110mm*20m foto SONY	100	Bucara	9 363,00	26304/ V8R11020E1 20ORGS	Ucraina	TVEL	ISO, CE Marca DM000378236	Ecochimie	

118	Hârtie pentru USG 110mm*20m foto SONY	100	Bucată	10 137,00	8929 SONY UPP 110 S ALTERNATI VE "EXTRA QUALITY"	Italia	Ceracarta	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000368004	SRI. Biosistem mld	
119	Hirtie CTG compatibilă pentru TOITU MT516,151,5x150/100	500	Bucată	48 150,00	26214/ TSZ15215015 0VM0	Ucraina	Solar	ISO, CE Marca DM000378070	Ecochimie	
120	Hirtie milimetrică termosensibilă, compatibilă cu monitorul fetal BT-350, 152mmx90mmx120coli	800	Bucată	18 192,00	26325/ TSZ15209016 0R0A	Ucraina	Solar	ISO, CE Marca DM000378066	Ecochimie	Tehnic corespunde
121	Hirtie pentru printer pentru masinile de sterilizare	20	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
122	Hirtie termo compatibilă cu dispozitivul Siemens Arcadis	5	Rulou						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
123	Infusomat Space Line Standart	5000	Bucată	183 180,50	Sistem pentru perfuzie la infuzomat (Codul produsului :BQIV244 40)	China	BQ PLUS MEDICAL CO., LTD	DM000639371	DITA ESTFARM S.R.L.	mostre
124	Infusomat Space Line Standart	300	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
125	Infusomat Space Tubing Transfuzion	1500	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
126	Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen si tratarea insuficientei respiratorii	10	Bucată	33 000,00	CP211L/2R CP211XL/2R CP211XS/2R CP211S/2R CP211XXL/2R CP211M2R CP211L/2R	Italia; Marea Britanie	Intersurgical SPA; Intersurgical (.IT)	DM000649460 / DM000649459 / DM000649462 / DM000649458 / DM000649457 / DM000649461 +	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic corespunde

					5018000+5012000			DM000655539 + DM000655538		
127	Kit de mentenanta pentru sistem ECMOLIFE	1	Bucată	66 659,31	EU5086 SERVICE ECMOLIFE SYSTEM REPAIRED PRODUCTS, S/N of the device: EC042011116/ 6803707M000 3	Italia	Eurosets	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: Nu este dispozitiv medical	SRL Biosistem mld	nnu a raspuns la clarificari
128	Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO	6	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
129	Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600	56	Bucată	266 000,00	115-049765-00	China	Mindray	Registru de stat: DM000394669	Im „Dutchmed- M” SRL	Tehnic corespunde
130	Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300	10	Bucată	86 400,00	MX08860	Germania	Dragewerk	ISO, CE	ECHIPAMED- PLUS	

131	Kit padele pentru adulti compatibil cu Defibrilator Zoll AED PLUS	7	Bucată	30 310,00	8900-0800-01	SUA	ZOLL MEDICAL CORPORATION	DM000058365	Labomed Laborator SRL	Tehnic corespunde
132	Lama de unica folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS- 10S	30	Bucată	7 500,00	M3 Blade Order code 3011- 00008-01	China	Medcaptain	DM000269891	Ancotec- Sistem	Tehnic nu corespunde Sa solicitat model M3D, sa prezentat M3
133	Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS- 10	1000	Bucată	250 000,00	M3 Blade Order code 3011- 00008-01	China	Medcaptain	DM000269891	Ancotec- Sistem	anulare litera g
134	Linie de extensie p/u perfuzor ; L-150cm	1000	Bucată	3 280,00	1011-150/LP	Egipt	Ultramed	ISO, CE Marca DM000316650	Ecachimie	Tehnic corespunde
134	Linie de extensie p/u perfuzor ; L-150cm	1000	Bucată	3 384,60	Prelungitor presiune inalta (Codul produsului :IT-35B)	India	ANGIPLA ST PRIVATE LIMITED	DM000554827	DITA ESTFARM S.R.L	
134	Linie de extensie p/u perfuzor ; L-150cm	1000	Bucată	5 000,00	29408	Turcia	Medbar	CE/DM000609591	Electeh SRL	

135	Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro	50	Bucată	7 600,00	FL- TF04- 407	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	DM0004 68544	MED-M	Tehnic corespunde
136	Linie extenzie	10000	Bucată	60 000,00	29508	Turcia	Medbar	CE/DM000609607	Electeh SRL	Tehnic corespunde
136	Linie extenzie	10000	Bucată	77 100,00	1011-150/HP	Egipt	Ultramed	ISO, C/E Marca DM000316555	Ecochimie	
136	Linie extenzie	10000	Bucată	133 388,00	Linie extensie spiralata (Codul produsului :CT1207)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN TIC. I.TD. STI.	DM000594850	DITA ESTFARM S.R.L	
137	Linie monitorizare gaze anestezice (HH)	100	Bucată	38 740,00	3827	SUA	Masimo	DM000139243	ECHIPAMED- PLUS	Tehnic corespunde
138	Linie monitorizare gaze anestezice (LH)	2000	Bucată	435 200,00	3814	SUA	Masimo	DM000139240	ECHIPAMED- PLUS	Tehnic corespunde

139	Linii pentru monitorizare CO2	1000	Bucată	28 000,00	2114	Turcia	Rvent Medikal	CE/DM000558856	Electeh SRL	Tehnic corespunde
139	Linii pentru monitorizare CO2	1000	Bucată	100 000,00	8290286	Germania	Dragewerk	ISO, CE	ECHIPAMED-PLUS	
139	Linii pentru monitorizare CO2	1000	Bucată	160 000,00	115-043017-00	China	Mindray	Registru de stat: DM000390706	İM „Dutchmed-M” SRL	
140	Mâner cu protecție contra suprasarcină	2	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
141	Manșetă NIBP nr.2	200	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
142	Manșetă NIBP nr.3	200	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

143	Mansetă NIBP nr.4	200	Bucară						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
144	Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Extra Large (XL)	2000	Bucară	19 800,00	GT010-110	China	Ningbo Greenmed	DM000372600	JM Natușana SRL.	Tehnic corespunde
145	Mușuc pentru spirometrie compatibil cu Jaeger	4000	Bucară	9 200,00	TS0048 Mușuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre Jaeger	Italia	Luned S.R.L.	Numărul de înregistrare AMDM DM000778740	Lifemed Group SRL.	Tehnic corespunde
146	Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun	10	Bucară	72 000,00	Omniset kit / Kit terapii CRT, 7211427	Germania	B.Braun Avitum AG	DM000660313	GBG-MLD SRL	Tehnic corespunde
147	Oxigenerator ECMO 3 in 1	5	Bucară	590 625,00	14AG70232 ECMO LIFE ECMO TUBING SET	Italia	Eurosets	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: în proces de înregistrare	SRL Biosistem mld	Tehnic corespunde nu a răspuns la clarificări pentru lotul dat privind înregistrarea
148	Oxigenerator ECMO cu cap centrifugal	5	Bucară	453 700,00	48145 48145E/OXY Nautilus ECMO w Balance Biosurface	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: în proces de înregistrare	Oxivil med	Tehnic corespunde (telefonic au confirmat ca nu au înregistrat)

149	Oxigenator ECMO cu monitoring integrat	5	Bucată	544 700,00	48135 48135E//OXY Nautilus Smart ECMO w Balance Biosurface	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod înregistrare AMD: în proces de înregistrare	Oxivit med	Tehnic corespunde (telefonice sau confirmat ca nu au înregistrat)
150	Papilotom tip 3 lumen, virf filiform	35	Bucată	49 000,00	DSP-30020- 111111 DSP-30020- 111211 DSP-30025- 111211 DSP-30030- 111211	China	MicroTech	DM000660632 DM000660633 DM000660635	DataControl SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat lungimea de tace 15-20-25- 30 mm(la solicitare), sa prezentat marimile 20-25-30
150	Papilotom tip 3 lumen, virf filiform	35	Bucată	90 300,00	99023681 / 99023081	Germania	MTW- endoskopie	DM000436718	SC ERICON SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat lungimea de tace 15-20-25- 30 mm(la solicitare), sa prezentat marimile 20-30
151	Papilotom canular biluminar	5	Bucată	5 100,00	99020051	Germania	MTW- endoskopie	DM000436718	SC ERICON SRL	Tehnic corespunde
151	Papilotom canular biluminar	5	Bucată	7 000,00	DSP-30520- 111111 DSP-30525- 111211 DSP-30530- 111111	China	MicroTech	DM000660644 DM000660647 DM000660648	DataControl SRL	

152	Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila	50	Bucată	70 000,00	DSP-30520-111211 DSP-30520-111111 DSP-30525-111211 DSP-30530-111111	China	MicroTech	DM000660645 DM000660644 DM000660647 DM000660648	DataControl SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicite virf tip bila, sa prezente virf tip con
152	Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila	50	Bucată	129 000,00	99023361 / 99023371 / 99023381	Germania	MTW- endoskopie	DM000436718	SC ERICON SRL	Tehnic corespunde
153	Película USG compatibilă cu aparatul SONY pentru USG	200	Bucată	16 800,00	LI STAR 1100S	Coreea	Durico	CE/DM000761441	Electeh SRL	Tehnic corespunde
153	Película USG compatibilă cu aparatul SONY pentru USG	200	Bucată	18 000,00	SONY UPP 110S, 8925	Italia	Curacarta SPA	DM000368004	GBC-MLD SRL	
153	Película USG compatibilă cu aparatul SONY pentru USG	200	Bucată	20 274,00	8929 SONY UPP 110 S ALTERNATIVE "EXTRA QUALITY"	Italia	Ceracarta	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000368004	SRL Biosistem mold	
154	Película X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY	30	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

155	Prelungitoare pentru seringi "Perfuzor compact" "Perfuzor fm"	10000	Bucată	77 100,00	1011-150/HIP	Egipt	Ulframed	ISO, CE Marca DM000316655	Ecochimie	Tehnic corespunde
155	Prelungitoare pentru seringi "Perfuzor compact" "Perfuzor fm"	10000	Bucată	80 000,00	012 7150 I	Turcia	Bicakcilar	CE/DM000398192	Electeh SRL	
156	Prelungitor pt set colbe injectomat CT	1000	Bucată	7 710,00	1011-150/HIP	Egipt	Ulframed	ISO, CE Marca DM000316655	Ecochimie	Tehnic corespunde
156	Prelungitor pt set colbe injectomat CT	1000	Bucată	12 000,00	29508	Turcia	Medbar	CE/DM000609607	Electeh SRL	
157	Pungi sterilizare cu plasmă a articolelor medicale. Mărimea 250mm x 70mm. Temperatura 54 C. (250mm-70mm)	130	Bucată	138 450,00	MGTR-250070 DM000691149	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	CE/ISO DM000691149	Triumf-Motiv SRL	Tehnic corespunde
157	Pungi sterilizare cu plasmă a articolelor medicale. Mărimea 250mm x 70mm. Temperatura 54 C. (250mm-70mm)	130	Bucată	146 120,00	4AFR25070	Turcia	Dort-A-Tip	CE/DM000684599	Electeh SRL	

158	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 100 mm x 70 m.	70	Rulou	29 400,00	TVSR10 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDICAL ITH.IHR.SAN.TI C.LTD.STI.	DM0003 62937	MED-M	Tehnic corespunde
158	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 100 mm x 70 m.	70	Rulou	30 800,00	4AFR10070	Turcia	Dort-A-Tip	CE/DM000684596	Electeh SRL	
158	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 100 mm x 70 m.	70	Rulou	31 150,00	MGTR-100070 DM000691146	China	M&G PRODUCTS CO.,LTD.	CE/ISO	Triumf-Motiv SRL	
159	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m.	60	Rulou	37 800,00	TYSR15 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDICAL ITH.IHR.SAN.TI C.LTD.STI.	DM0003 62940	MED-M	Tehnic corespunde
159	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m.	60	Rulou	39 900,00	MGTRI150070 DM000691147	China	M&G PRODUCTS CO.,LTD.	CE/ISO DM000691146	Triumf-Motiv SRL	
159	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m.	60	Rulou	40 200,00	4AFR15070	Turcia	Dort-A-Tip	CE/DM000684597	Electeh SRL	

160	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 250 mm x 70 m.	50	Rulou	46 500,00	TYSR25 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SANTI C.LTD.STI.	DM0003 62942	MED-M	Tehnic corespunde
160	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 250 mm x 70 m.	50	Rulou	53 250,00	MGTR-250070 DM000691149	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	CE/ISO	Triumf-Motiv SRL	
160	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 250 mm x 70 m.	50	Rulou	56 200,00	4AFR25070	Turcia	Dort-A-Tip	CE/DM000684599	Electeh SRL	
161	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 300 mm x 70 m.	20	Rulou	19 500,00	MGTR-300070 DM000691150	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	CE/ISO DM000691150	Triumf-Motiv SRL	Tehnic corespunde
161	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 300 mm x 70 m.	20	Rulou	22 000,00	TYSR30 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SANTI C.LTD.STI.	DM0003 62943	MED-M	
161	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 300 mm x 70 m.	20	Rulou	26 800,00	4AFR30070	Turcia	Dort-A-Tip	CE/DM000684600	Electeh SRL	

162	Scrab pentru ECG	5	Litru						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
163	Senzor BIS cu patru electrozi,	25	Bucată	10 185,00	186-0106 186-0106//186-0106 QUATRO SENSOR X25	CHINA	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL.	ISO, CE Cod înregistrare AMDIM: DM000394729	Oxivit med	Tehnic corespunde
164	Senzor de flux pentru nou nascut Dräger	30	Bucată	36 900,00	8410179	Germania	Drägerwerk	ISO, CE	ECHIPAMED-PLUS	Tehnic corespunde
165	Senzor de flux pentru nou nascut General Electric	30	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
166	Senzor de flux pentru nou nascut Mindray	280	Bucată	278 600,00	040-001948-00	China	Mindray	Registru de stat: DM000394656	IM „Dutchmed-M” SRL	Tehnic corespunde
167	Senzor BIS cu patru electrozi	100	Bucată	40 740,00	186-0106 186-0106//186-0106 QUATRO SENSOR X25	CHINA	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL	ISO, CE Cod înregistrare AMDIM: DM000394729	Oxivit med	Tehnic corespunde

168	Senzor de flux compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius	20	Set	59 400,00	8403735	Germania	Dragewerk	DM000798735	ECHIPAMENT-PLUS	
169	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	52	Bucată	41 392,00	E-77/OS	Germania	Gambert	CE	Electeh SRL	Tehnic corespunde, dar nu este inregistrat
169	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	52	Bucată	48 048,00	M-07S	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	DM000452557	Labromed Laborator SRL	mostre
169	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	52	Bucată	73 840,00	040-001275-00	China	Mindray	Registru de stat: DM000394662	Im „Dutchmed-M” SRL	
170	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560	30	Bucată	10 800,00	U401-D(01CL-F)	China	Shenzhen UpmMed Equipment Co., Ltd	DM000505790	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
171	Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei	150	Bucată	198 000,00	MMT-7040QC,MMT-7920Q, SET MMT-7040QC3//SE NSOR MMT-7040QC3 GUARDIAN4 5PK OUS 3 +	SUA	MEDTRONIC MINIMED	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000366332	Oxivit med	Tehnic corespunde

					Transmier MMT-7920Q, SET					
172	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	2000	Set	330 000,00	42.16.30008	China	SCW Medicateh	CE/DM000400225	Electeh SRL	Tehnic corespunde
172	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	2000	Set	358 000,00	42.16.30008	China	SCW Medicateh Ltd	DM000232479	Labromed Laborator SRL.	
172	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	2000	Set	426 419,40	Set seringi Nemoto Dual Shot (Codul produsului :AS8006)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TTC. LTD. STI.	DM000594849	DITA ESTFARM S.R.L	
172	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	2000	Set	433 220,00	N82210	China	KangKang	ISO, CE Marca	Ecochimie	
172	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:	2000	Set	480 000,00	Nemoto A-60, Dual Shot, For CT, Volume 200 ml	China	SHENZHEN ANTMED CO., LTD.	Acceptat spre notificare AMFD la data 25.11.2024, ID 762573, DOSAR Nr 9179	M-INTER- FARMA	

173	Seringi 50ml	350	Bucată	32 200,00	42.16.30006	China	SCW MedicaTh	CE/DM000400226	Electeh SRL	Tehnic corespunde
173	Seringi 50ml	350	Bucată	32 791,50	CT-N50/ N80050	China	KangKang	ISO, CE Marca DM000761458	Fluochimie	
173	Seringi 50ml	350	Bucată	32 900,00	42.16.30006	China	SCW MedicaTh Ltd	DM000232477	Labromed Laborator SRL	
174	Seringi 200ml	150	Bucată	13 800,00	42.16.30002	China	SCW MedicaTh	CE/DM000232474	Electeh SRL	Tehnic corespunde
174	Seringi 200ml	150	Bucată	16 800,00	42.16.30002	China	SCW MedicaTh Ltd	DM000232474	Labromed Laborator SRL	
174	Seringi 200ml	150	Bucată	17 058,00	CT-N200/ N80200	China	KangKang	ISO, CE Marca DM000761461	Ecochimie	

175	Seringi pentru perfuzionate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 50 ml	9000	Bucată	27 000,00	50ml	China	Anhui Wuzhou	CE/DM000748078	Electeh SRL	Tehnic corespunde
175	Seringi pentru perfuzionate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 50 ml	9000	Bucată	29 430,00	GS	Egipt	ICMN	ISO, CE, Marca DM000323946	Ecochimie	
175	Seringi pentru perfuzionate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 50 ml	9000	Bucată	35 100,00	CH03050PTB	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	DM000306373	Labromed Laborator SRL	
176	Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius	16	Bucată	270 960,00	MX08153 + MX08878 - 2*M19238 - 6871276	Germania	Drägerwerk	ISO, CE	ECHIPAMED- PLUS	
177	Set conectoare "Olympus"	2	Set	46 800,00	Soluscope S1 conector set	Franta	Soluscope	piesa de schimb	SC FRICON SRL	
178	Set consumabile pentru plasmaferiza automata	200	Bucată	55 400,00	Disposable Plasma Apheresis Set, Model: P- 4319	CHINA	Sichuan Nigale Biotechnology Co., LTD	DOC, CE, DM000201982	Pharmacy	Tehnic corespunde

179	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	3000	Bucată	831 000,00	Disposable Plasma Apheresis Set, Model: P-4319	CHINA	Sichuan Nigale Biotechnology Co., LTD	DOC, CE, DM000201982	Pharmacy	Tehnic corespunde
180	Set de dilatare vasculara ECMO	5	Bucată	23 400,00	21030 21030//VASCULAR ACCESS KIT	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: in proces de inregistrare	Oxivit med	Nu a raspuns la clarificari
181	Set de huse pentru sonda intracavitară (transesofagiană)	50	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
182	Set Level I pentru infuzie rapidă	45	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
183	Set pentru electroforeză (Agaroseloză)	1	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
184	Set- seringa compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP	250	Bucată	55 000,00	42.16.10001	China	SCW Medicatech	CE/DM000400227	Electeh SRL	Tehnic corespunde
184	Set- seringa compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP	250	Bucată	56 822,40	Set seringi ImaStar CDP (Codul produsului :AS8006)	Turcia	ARES MEDICAL SAN. TIC. LTD. STI.	DM000594849	DITA ESTFARM S.R.L.	
184	Set- seringa compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP	250	Bucată	62 500,00	CT 200ml Syringe Kit Injector Model: Antmed ImaStar Dual 1lead CT Power Injector, 2-200ml syringes, 1-15lcm	China	SHENZHEN ANTMED CO., LTD.	Acceptat spre notificare AMED la data 25.11.2024, ID 762573, DOSAR № 9179	M-INTER-FARMA	

				coiled low pressure CT Y-connecting tube with 2 check valves, 2-long spikes;					
185	Set seringă pentru CT	300	52 800,00	CT- 200/200-A1 42.16.10 001	China	SCW MEDICATH LTD	DM0002 32451	MED-M	Tehnic corespunde
185	Set seringă pentru CT	300	66 000,00	42.16.10001	China	SCW Medicaath	CE/DM000400227	Electch SRL	
185	Set seringă pentru CT	300	66 980,04	Set seringi Imastar (Codul produsului :AS8006)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	DM000594849	DITA ESTFARM S.R.L	
185	Set seringă pentru CT	300	87 000,00	CT 200ml Syringe Kit Injector Model: Antimed Imastar Dual Head CT Power Injector, 2-200ml syringes, 1-150cm coiled low pressure CT Y-connecting tube with 2 check valves, 2-long spikes;	China	SHENZHEN ANTMED CO., LTD.	Acceptat spre notificare AMED la data 25.11.2024, ID 762573. DOSAR № 9179	M-INTER-FARMA	
185	Set seringă pentru CT	300	97 500,00	Order code 100107	China	Antimed	DM000365870	Ancotec-Sistem	
186	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)	74,4	Bucată 4 668,60	50426600	China	Vincent Medical	DM000784256	ECHIPAMED-PLUS	Nu a raspuns la clarificari

186	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)	74,4	Bucată	12 580,00	2161000	Marca Britanie	Intersurgical LTD	DM000649500	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic nu corespunde Sa solicitat Lungimea 1,6 m, sa prezentat 1,5 m
187	Sistem de aspiratie in circuit inchis, pentru aspirarea secretiilor traheobronsice - 72 ore	300	Bucată	42 000,00	72120 72140 72160	Turcia	Rvent Medical	CE/DM000558884 DM000558886 DM000558888	Electeh SRL	Tehnic corespunde
187	Sistem de aspiratie in circuit inchis, pentru aspirarea secretiilor traheobronsice - 72 ore	300	Bucată	87 000,00	43.004.57.120 sau 43.004.57.140 sau 43.004.57.160	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	DM000662612, DM000662613, DM000662614	Labromed Laborator SRL	
187	Sistem de aspiratie in circuit inchis, pentru aspirarea secretiilor traheobronsice - 72 ore	300	Bucată	87 000,00	3720000 / 3720001 / 3720002	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000655593, DM000655594, DM000655595	TMS-Top Medical Supplier	
188	Sistem pentru Hidrocolonoterapie pentru aparatul de colonoterapie, Large	300	Set						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
189	Sistem recipient pu acumularea eliminariilor biologice din plaga 800 ml	150	Bucată	9 510,00	PDH800 10/12/14/ 16/18	China	NINGBO LUKE MEDICAL DEVICES CO., LTD.,	DM0006 57622	MED-M	Tehnic corespunde
190	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia "UTAI",compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii	750	Bucată	138 750,00	020-FT- A001	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	DM0007 53762	MED-M	Tehnic corespunde
190	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia	750	Bucată	165 000,00	41.04.25000	China	SCW Medica	CF/DM000398790	Electeh SRL	

	"UTAI", compatibil) cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii									
191	Soluție Bicarbonat Sterilis 2MMOL/L, Potassium, Omni Bbraun	100	Bucară	85 600,00	BICARBONA T CTU 2MMOL/L, POTASIU, 8973	Germania	B. Braun Avitum AG	DM000638535	UGG-MLD SRL	Tehnic corespunde
192	Electrod caucic neutru reutilizabil] adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Excell 350	10	Bucară	10 660,00	F7930 + F7922	Italia	FIAB SPA	DM000655330, DM000579787	Labomed Laborator SRL	Tehnic corespunde
192	Electrod caucic neutru reutilizabil] adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Excell 350	10	Bucară	16 800,00	F7930+F 7922	Italia	FIAB SPA	DM0006 55330 DM0005 79787	MED-M	
193	Sondă t/S, compatibilă cu monitorul fetal STAR 5000E	4	Bucară						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
194	Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal STAR 5000E	4	Bucară						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
195	Electrod caucic neutru reutilizabil, adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240	10	Bucară	10 660,00	F7930 ~ F7922	Italia	FIAB SPA	DM000655330, DM000579787	Labomed Laborator SRL	Tehnic corespunde
195	Electrod caucic neutru reutilizabil, adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240	10	Bucară	16 800,00	F7930+F 7922	Italia	FIAB SPA	DM0006 55330 DM0005 79787	MED-M	
196	Sonde de litotripsie pneumatică	10	Bucară						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

197	Sonde pentru litoclast	2	Bucată	12 400,00	EL-212 orghe T	Elvetia	EMS	CE, ISO	SC ERICON SRL	Tehnic corespunde, dar nu este înregistrat
198	Sonde pentru litoclast	6	Bucată	37 200,00	EL-213	Elvetia	EMS	CE, ISO	SC ERICON SRL	Tehnic corespunde, dar nu este înregistrat
199	Test indicator 55°C (interne)	50000	Bucată	50 000,00	UGC10201	China	Ugaiya	CE/ISO	Triumpf-Motiv SRL	Tehnic nu corespunde Sa solicitat Test indicator 55°C 50 000 buc, sa prezentat stikeri in rulou 50 metri. sau Sa solicitat de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm sa prezentat "with 2cm width and 50m length. "
200	Teste pentru glucometru compatibile cu glucometrul CleverChek existent in clinica	7600	Bucată	20 140,00	Teste CleverChek TD-4302, AMBALAJ 50 BUC, DM000363187	Taiwan	TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION	ISO, CE DM000363187	Pollisano Prim	Tehnic corespunde
201	Lancete/ace glicemie	2600	Bucată	1 092,00	Lancete CleverChek DM000371196	Taiwan	TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION	ISO, CE DM000371196	Pollisano Prim	Tehnic corespunde
202	Transducer Kit- kit pentru modulul IBP	310	Bucată	117 800,00	41.04.25000	China	SCW Medicateh	CE/DM000398790	Electech SRL	Scrisoarea Rg01- 2633 din partea institutiiei beneficiare.
203	Tub de extensie cu conector tip Y de înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast.	200	Bucată	16 978,00	DE-150CVC2	China	KangKang	ISO, CE, Marca DM000761475	Ecochimie	Tehnic corespunde

203	Tub de extensie cu conector tip Y dc înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast.	200	Bucată	17 022,90	Linie extensie spirala Y (Codul produsului CT1207)	Turcia	ARES MEDIKAL SAN. TIC. LTD. STI.	DM000594850	DITA ESTFARM S.R.L	
204	Turbina de unică folosință pentru spiograf "MIR"	1000	Bucată	30 440,00	910004	Italia	MIR	ISO, CE, Marca DM000677535	Ecochimie	Tehnic corespunde
204	Turbina de unică folosință pentru spiograf "MIR"	1000	Bucată	31 820,00	Mașină cu turbina pentru spirometrie compatibilă cu spirometre MIR	Italia	MIR S.R.L.	Numărul de înregistrare AMDM DM000677535	LiteMed Group SRL	
204	Turbina de unică folosință pentru spiograf "MIR"	1000	Bucată	32 389,40	Mașină cu turbina pentru spirometrie compatibilă cu spirometre MIR (Codul produsului :91000460)	Italia	MIR Medical International al Research SpA	DM000677535	DITA ESTFARM S.R.L	
205	Hartie termo pentru impedansmetru	100	Bucată	932,00	26225/TSR11010E12 00000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377671	Ecochimie	Tehnic corespunde
206	Hartie termo pentru impedansmetru	100	Bucată	1 032,00	26197/TSR05715E12 00000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377574	Ecochimie	Tehnic corespunde
207	Test-indicator sterilizare 121°/30 min extern	1000	test						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
208	Hartie milimetrice pentru defibrilator Primedic	1	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

209	hîrtie cardiomonitor Edan F 3 152x90x160	10	Bucată	223,10	26326/ TSZ15209015 0R0B	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000378062	Ecchimie	Tehnic nu corespunde sa solicitat 152x90x160 sa prezentat 152x90x150 file
210	Hîrtie cardiomonitor locari TM801	20	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
211	HARTIE Termica compatibila cu autoclav Biobase BKM- K23B	12	Bucată	90,84	26198/ TSR05020E12 00000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377517	Ecchimie	Tehnic corespunde
212	HARTIE pentru printare compatibil cu autoclav Biobase BKM-Z24B	12	Bucată	90,84	26220/ TSR05720E12 00000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377576	Ecchimie	Tehnic corespunde
213	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	1	Set	550,00	10017 + 10744	Italia	Ceracarta SPA	DM000375180	GBG-MLD SRL	Tehnic corespunde
213	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	1	Set	665,00	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000676185 DM000676193	Labromed Laborator SRL	
214	Filtre antibacteriene pu spirometru PONY FX	200	Bucată	5 200,00	1691003	Marca Britanie	Intersurgical LTD	DM000657879	TMS-Top Medical Supplier	Tehnic nu corespunde Sa solicitat diametru 30 mm,sa prezentat diametru 33 mm
214	Filtre antibacteriene pu spirometru PONY FX	200	Bucată	6 600,00	A 182 300 004	Italia	Cosmed	declaratie de conformitate	GBG-MLD SRL	Nu este inregistrat
215	Teste si lantere pentru determinarea glucozei	1000	Bucată	2 150,00	Teste glicemie VivaChek™ Ino Blood Glucose Test Strips (VGS01), lantere VivaChek™ (VGL01).	China	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.	DOC, CE, DM000024046, DM000028943	Pharmacy	Tehnic corespunde

216	Electrozi ECG 4 parc cu supapă (adult), reutilizabili	12	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
217	Pachet pentru sterilizare	500	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
218	Ilirite termică pentru USG, 110mm x 20m	50	Rulou	4 100,00	UI STAR 1100S	Coreea	Durico	CE/DM000761441	Flecteh SRL	Tehnic corespunde
218	Ilirite termică pentru USG, 110mm x 20m	50	Rulou	4 500,00	SONY UPP 110S, 8925	Italia	Cercarea SPA	DM000368004	GIG-MLD SRL	
218	Ilirite termică pentru USG, 110mm x 20m	50	Rulou	4 681,50	26304/ V8R11020FI 200RGS	Ucraina	TVEL	ISO, CE Marca DM000378236	Ecochimie	
219	Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770	8	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
220	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770	4	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
221	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	4	Bucată	1 080,00	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000450975	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
222	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	2	Bucată	540,00	U372-15SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000767435	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
223	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900	4	Bucată	1 080,00	U401-A(46BL) sau U401-A(46DL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000529905, DM000529921	Labromed Laborator SRL	mostre
224	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900	4	Bucată	1 080,00	U303-35SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000767303	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
225	Termo hirtie pu BTI, -08 SPIRO	300	Bucată	6 552,00	26230/ T5R11225F12 R0000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377707	Ecochimie	Tehnic corespunde

226	Pu ECG, EDAN SE 300 - set cablu + cleme + pare		Bucată							Nu a fost prezentată nici o ofertă	
227	Termo hirtie pu ECG Fazini	200	Bucată	4 268,00	26255/ TSZ11014015 ORM0	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377959	Ecochimie	Tehnic corespunde	
228	Pu ECG, FAZINI 600 A- set cablu + cleme + pare	1	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă		
229	Electrocardiograma MAC SIMPLE ARM TARGA	150	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă		
230	Termo hirtie pu ECG EDAN SE 300	50	Bucată	449,00	26203/ TSR08020E16 R0000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377632	Ecochimie	Tehnic corespunde	
231	Consumabile pentru ECG "SE-601 B, Edan"	6	Bucată	4 710,00	U272-11BE	China	Shenzhen UpinMed Equipment Co., Ltd	DM000655216	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde	
232	Consumabile pentru ECG "IE6, Schenzhen Biocare"	2	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă		
233	Consumabile pentru holter ECG "BTL-08 holter H600, BTL"	1	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă		
234	Consumabile pentru holter ECG "BTL-08 holter H600, BTL"	1	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă		
235	Hirtie CTG Edan F 9 Express 150x100mm	100	Bucată	2 231,00	26215/ TSZ15010015 QVME	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000378049	Ecochimie	Tehnic corespunde	
236	Hirtie milimetrică p/u FCG, termoscensibilă 50-2-100 mm, tip pliată	10	Bucată	465,70	26294/ TSZ05010025 OR00	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377880	Ecochimie	Tehnic corespunde	
237	Hirtie p/u monitor Nihon Kohden	30	Bucată	784,80	26295/ TSZ05010030 QA00	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377881	Ecochimie	Tehnic corespunde	
238	Piesa bucala	200	Bucată	3 000,00	20701	Turcia	Medbar	CE/DM000609616	Electeh SRL	Tehnic corespunde	

239	Electrod bipolar	2	Bucată					Nu a fost prezentată nici o ofertă	
240	Electrod monopolar	2	Bucată					Nu a fost prezentată nici o ofertă	
241	Film radiologic stomatologic	10	cutie	6 666,67	3x4 cm, cutie-150 bucati	Germania	Bernedi Medical Solutions GmbH	CE, ISO	M-INTIER-FARMA Nu a raspuns la clarificari
242	Glossy photo paper	30	cutie					Nu a fost prezentată nici o ofertă	
243	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm	100	Bucată	1 960,00	E1450-4 EDGE BLADE ELECTRODE 9CM X50	SUA	Medtronic	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: in proces de inregistrare	Oxivil med Tehnic corespunde
243	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru – min. 2,4 mm Lungime 15,0 cm	100	Bucată	4 000,00	F4050	Italia	FIAB SPA	DM0004 59451	MED-M
244	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	100	Bucată	1 960,00		SUA	Medtronic	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: in proces de inregistrare	Oxivil med Tehnic corespunde
244	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosinta) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	100	Bucată	4 000,00	F4053	Italia	FIAB SPA	DM0004 59453	MED-M
245	Ilirie termo pentru printer autoclav	10	Bucată	191,40	26196/ TSR05710E12 00000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377572	Ecochimie Tehnic corespunde
246	Hirtie termo pentru printer autoclav	10	Bucată					Nu a fost prezentată nici o ofertă	
247	Cablu pentru ECG MAC600	5	Bucată	2 750,00	U202-11BE	China	Shenzhen Uptimed Equipment Co., Ltd	NOTIFICARE dosar 8261 din 12.12.2023	Labromed Laborator SRL Tehnic corespunde

247	Cablu pentru ECG MAC600	5	Bucată	3 120,00	MAC 600 STARTER KIT IEC MULTILINK	SUA	GE	DM000136780	GBG-MLD SRL	
248	Cablu pentru ECG MAC2000	1	Bucată	624,00	MAC 2000 STARTER KIT IEC MULTILINK	SUA	GE	DM000136780	GBG-MLD SRL	Tehnic corespunde
248	Cablu pentru ECG MAC2000	1	Bucată	680,00	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	NOTIFICARE dosar 8261 din 12.12.2023	Labromed Laborator SRL	
249	Cablu pentru ECG SE-3	2	Bucată	1 660,00	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655216	Labromed Laborator SRL	Tehnic corespunde
250	Lancete p/u glucometru ACCU-CHEK	400	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
251	Stripuri p/u glucometru ACCU-CHEK	8	cutie						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
252	Stripuri p/u glucometru Stat Strip Xpress-i	5	cutie						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
253	Electrod p-u diatermocoagulare	80	Bucată	1 280,00	HT-1-304	China	Zhejiang Jinhua Huatong CHANGZHOU INNOVATE MEDICAL INSTRUMENT AND TECHNOLOGY CO., LTD	CE/DM000555296	Electech SRL	Tehnic corespunde
253	Electrod p-u diatermocoagulare	80	Bucată	1 320,00	CPB07C	China		DM0004 67630	MED-M	
254	Test-indicator sterilizare 134° 20 min Universal	1000	Test						Nu a fost prezentată nici o ofertă	
254	REGISTRU	1	Bucată						Nu a fost prezentată nici o ofertă	

255	Filme radiologice digitale 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta	20	Bucată	71 600,00	DT 2B 35x43 cm	Belgia	Agfa	DM000152480	IM Vivamed International SRL	
256	Film radiologic 10 x 12 inc	3000	Bucată	46 500,00	KND-A	China	SHENZHEN KENID MEDICAL DEVICES CO.,LTD	CE/ISO	Triumf-Motiv SRL	Nu este înregistrat
256	Film radiologic 10 x 12 inc	3000	Bucată	55 200,00	DT 2B 25x30cm	Belgia	Agfa	DM000152482	IM Vivamed International SRL	Tehnic corespunde
257	Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu AGFA Drystar 5302	3000	Bucată	45 000,00	KND-A	China	SHENZHEN KENID MEDICAL DEVICES CO.,LTD	CE/ISO	Triumf-Motiv SRL	Nu este înregistrat
257	Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu AGFA Drystar 5302	3000	Bucată	46 500,00	DT 2B 20x25 cm	Belgia	Agfa	DM000152481	IM Vivamed International SRL	Tehnic corespunde
258	Hirtie milimetrică p/ă ECG, termosensibilă 210x30 tip: rolă	40	Bucată	1 700,00	210 MM X 30 M, RULOU	China	TIANJIN GRAND PAPER INDUSTRY CO.,LTD	DM000753658	M-INTER- FARMA	Nu a răspuns la clarificari
258	Hirtie milimetrică p/ă ECG, termosensibilă 210x30 tip: rolă	40	Bucată	2 168,80	26236/ TSR21030119 R0000	Ucraina	solar	ISO, CE, Marca DM000377837	Ecochimie	Tehnic corespunde
259	Teste pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge	30000	test	79 500,00	Teste CleverChek 11D-4302, AMBALAJ 50 BUC, DM000363187	Taiwan	TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION	ISO, CE DM000363187	Polisano Prim	Tehnic corespunde

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „ ” în cazul
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

Ofertanții resping/descalificați pentru loturile:

Pentru lotul 11 Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 II

Oferta operatorului economic Biosistem MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: „Prezentarea numărului de înregistrare din

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor”, însă urmarea clarificărilor operatorul economic a confirmat că bunul oferit se află în proces de înregistrare, respectiv, fiind un produs ce nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 26 Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650

Oferta operatorului economic IM „Dutchmed-M” SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru loturile nr. 27 Capcana de apă "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draeger și 28 Capcană de apă compatibil cu gaz analizatorul Scio Four Oxi Plus pentru masina de anestezie Drager Fabius

Oferta operatorului economic Echimed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat „*Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor*”, însă urmarea clarificărilor operatorul economic a confirmat că bunul oferit nu este înregistrat la moment.

Pentru lotul nr. 35 Catetere buluminale pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5

Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, astfel, a fost oferit bunul pentru care nu a fost prezentată dovada de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru loturile nr. 36 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5,

37 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5,

38 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5

și 39 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5

Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 40 Circuit resuscitare T-Piece pentru non-născut de unica folosință cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW

Oferta operatorului economic TMS-Top Medical Supplier SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat cu furtun monitorizare presiune, s-a prezentat fără.

Pentru lotul nr. 45 Circuit de pacient reutilizabil

Oferta operatorului economic IM „Dutchmed-M” SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 46 Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX

Oferta operatorului economic TMS-Top Medical Supplier SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. a) și b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de calificare și selecție, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după

cum urmează: În formularul specificației tehnice lipsește lotul în cauză, astfel, operatorul economic nu a completat formularul specificației tehnice pentru bunul oferat.

Pentru loturile nr. 51 Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea Standard și 53. Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray

Oferta operatorului economic Fletcher SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat pentru nou-născut, s-a prezentat pentru adult.

Pentru loturile nr. 56 Circuit ventilator adult și 57 Circuit ventilator nou născut

Oferta operatorului economic Natusana SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat cu camera de umidificare și linie de monitorizare a presiunii, însă, s-a prezentat fără.

Pentru lotul nr. 65 Consumabile pentru monitor de pacient "Carescape B450, B650"

Oferta operatorului economic Triumf.Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Cablu interconexiune SpO2, s-a prezentat sensor SpO2.

Pentru lotul nr. 70 Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"

Oferta operatorului economic Echipped Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 81 Electrode cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40

Oferta operatorului economic Med M SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire: S-a solicitat compatibil cu electrocoagulatorul UES-40, însă urmarea clarificărilor solicitate nu a demonstrat prin careva acte doveditoare compatibilitatea solicitată.

Pentru loturile nr. 90 Film radiologic și 91 Film radiologic

Oferta operatorului economic M-Interfarma SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Pentru loturile 103 Filtre antibacterian de unică folosință pentru aspirator chirurgical și nr.108 Filtre pentru aspirator chirurgical

Oferta operatorului economic TMS-Top Medical Supplier SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat „Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertei”, însă urmarea clarificărilor operatorul economic a confirmat că bunul oferat se află în proces de autorizare/înregistrare, respectiv, fiind un produs ce nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 109 Filtru pentru nou născut

Oferta operatorului economic Electeh SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min, s-a prezentat 15 l/min 24 mmH₂O (~2,4 mb).

Oferta operatorului economic TMS-Top Medical Supplier SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat spațiu mort maxim 9 ml, s-a prezentat 11 ml.

Pentru lotul nr.114 Gel EEG monitoring

Oferta operatorului economic Natusana SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat gel pentru EEG, s-a prezentat gel pentru ECG.

Pentru lotul nr. 118 Hârtie pentru USG 110mm*20mm foto SONY

Oferta operatorului economic M-Interfarma SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Pentru nr. 119 Hirtie CTG compatibila pentru TOITU MT516,151,5x150/100

Oferta operatorului economic Ecochimie SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul 127 KIT de mentenanța pentru sistem ECMOLIFE

Oferta operatorului economic Biosistem MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Pentru lotul nr. 130 Kit de mentenanța compatibil cu ventilatorul Savina 300

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul 132 Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S

Oferta operatorului economic Ancotec-Sistem SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat model M3D, s-a prezentat M3.

Pentru lotul nr. 147 Oxigenerator ECMO 3 in1

Oferta operatorului economic Biosistem MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, astfel, a fost oferit bunul pentru care nu a fost prezentată dovada de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru loturile nr 148 Oxigenerator ECMO cu cap centrifugal și 149 Oxigenerator ECMO cu monitoring integrat

Oferta operatorului Oxivi Med SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, astfel, a fost oferit bunul pentru care nu a fost prezentată dovada de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr.150 Paphoton tip 3 lumen, virf filiform

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: Sa solicitat lungimea de tăiere 15-20-25-30 mm(la solicitare), s-au prezentat marimile 20-25-30.

Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: Sa solicitat lungimea de tăiere 15-20-25-30 mm(la solicitare), s-au prezentat marimile 20-30.

Pentru lotul 152 Paphoton Tip 3Lumen, virf tip bila

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat virf tip bila, s-a prezentat virf tip con.

Pentru lotul nr. 164 Sensor de flux pentru nou nascut Drager

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: urmarca clarificărilor operatorul economic a confirmat că bunul oferat se află în proces de înregistrare, respectiv, fiind un produs ce nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 168 Senzor de flux compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 176 Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 177 Set conectoare "Olympus"

Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 180 Set de dilatare vasculara FCMO

Oferta operatorului economic Oxivi Med SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Pentru lotul nr. 186 Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)

Oferta operatorului economic Echipamed Plus SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Oferta operatorului economic TMS-Top Medical Supplier SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat Lungimea 1,6 m, s-a prezentat 1,5 m.

Pentru loturile nr. 197 Sonde pentru litoclast și 198 Sonde pentru litoclast

Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat „*Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor*”, însă produsul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 199 Test indicator 55°C (interne)

Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat Test indicator 55°C 50 000 buc, s-a prezentat stikeri în rulou 50 metri. S-a solicitat de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm, s-a prezentat "with 2cm width and 50m length. "

Pentru lotul nr.209 Hirtie cardiomonitor Edan F 3 152x90x160

Oferta operatorului economic Ecochimie SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat 152x90x16, s-a prezentat 152x90x150 file.

Pentru lotul nr. 214 Filtre antibacteriene pu spirometru PONY FX

Oferta operatorului economic TMS-Top Medical Supplier SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat diametru 30 mm, s-a prezentat diametru 33 mm.

Oferta operatorului economic GBG M.I.D SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat „*Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor*”, însă produsul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 241 Film radiologic stomatologic

Oferta operatorului economic M-Interfarma SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Pentru loturile nr. 243 Electrood tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm și 244 Electrood tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm

Oferta operatorului economic Oxivit Med SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: urmarca clarificărilor operatorul economic a confirmat că bunul oferit se află în proces de înregistrare, respectiv, fiind un produs ce nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Oferta operatorului economic Med M SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 255 Filme radiologice digitale 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta

Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru loturile nr. 256 Film radiologic 10 x 12 inc și 257 Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu AGFA Drystar S302

Oferta operatorului economic Triumph Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat „Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor”, însă produsul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru lotul nr. 258 Hărte milimetrice p/u ECG, termosensibile 210x30 tip: rolă

Oferta operatorului economic M-Interfarma SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4), (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor solicitate din documentația de atribuire.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot 

✓ Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut 

✓ În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea loturilor:

Nr. Lot	Denumire lotului	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Tara de Origine	Producător	Înregistrare AMDM	Ofertant
1	Absorbent CO2, cartuş de unică folosinţă , compatibil cu Maşina de anestezic Draeger Persus A 500 cu adaptor CLIC	36	250,00	300,00	9000,00	10800,00	2191001	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000371093	TMS-Top Medical Supplier

2	Accesorii pentru glucometru On Call Plus	400	135,00	145,80	54000,00	58320,00	ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS G133-111+ON CALL® LANCETS G124-10A	SUA	CON LABORATORIES INC.	DM000399183 DM000415323	Sanmedico
6	Ansa de litotracție pentru ureteroscop	3	6000,0000	7200,0000	18000,00	21600,00	BUSB9130390	Elvetia	Marflow	DM000372222	SC ERICON SRL
8	Baterie internă compatibilă cu ventilatorul Evita V600	3	8895,0000	10674,0000	26685,00	32022,00	8415290	Germania	Dragewerk	ISO, CE	ECHIPAME D-PLUS
10	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392	20	1886,0000	2263,2000	37720,00	45264,00	5833S CABLE SURGICAL DISPOSABLE 12 FT (Cablu chirurgical)	SUA	Medtronic	DM000420890	Oxivit med
12	Cablu de fibră optică pentru lumină	4	6400,0000	7680,0000	25600,00	30720,00	49230X (XL)+49010C+49110C	Italia	Endomed	DM000700434	SC ERICON SRL

13	Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX- 7202	5	1430,0000	1716,0000	7150,00	8580,00	U269- 21BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000746407	Labromed Laborator SRL
15	Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adultii, compatibili cu electrocardiograf seria SF-12 Fidan	11	1390,0000	1668,0000	15290,00	18348,00	U272- 11BE + U901- 1AB + U901- 2AB Erminev Alexandr -06.38 EET	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655216 - DM000676185 - DM000676193	Labromed Laborator SRL
17	Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive	4	1860,0000	2232,0000	7440,00	8928,00	PEANĂ U815-2B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000682221	Labromed Laborator SRL
19	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	9	3958,5000	4750,2000	35626,50	42751,80	5433A 5433A/C ABLE 5433A PATIENT CABLE- PKG 5433A 5433V 5433V/C ABLE 5433V PATIENT CABLE- PKG 5433V	SUA	Medtronic	DM000420890	Oxivil med
20	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	9	3958,5000	4750,2000	35626,50	42751,80	5433A 5433A/C ABLE 5433V PATIENT CABLE- PKG 5433V	SUA	Medtronic	DM000420890	Oxivil med

29	Capcana de apa DRYLINE Ilwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray	20	570,0000	684,0000	11400,00	13680,00	DryLine II 115- 043024- 00	China	Mindray	DM000390704	İM „Dutchmed- M” SRL
31	Capcana de apa WaterLock (ExCO2 Mindray)	20	570,0000	684,0000	11400,00	13680,00	DryLine II 115- 043024- 00	China	Mindray	DM000390704	İM „Dutchmed- M” SRL
32	Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	124	570,0000	684,0000	70680,00	84816,00	DryLine II 115- 043024- 00	China	Mindray	DM000390704	İM „Dutchmed- M” SRL
40	Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosință cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW	50	284,50	341,40	14225,00	17070,00	MP00311	Germania	Dragwerk	DM000765006	ECHIPAME D-PLUS
41	Circuit resuscitare T-Piece nou- născut de unica utilizare cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR810, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warner	50	250,0000	300,0000	12500,00	15000,00	6433000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000655542	TMS-Top Medical Supplier
44	Circuit CPAP	1300	620,0000	744,0000	806000,00	967200,00	51005286 - 51007960 - 51005304/ 5/6	China	Vincent Medical	DM000784503 + DM000784502	ECHIPAME D-PLUS

46	Circuit de unică folosință matur, 22 mm, fără plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu masina de anestezie Mindray Wato EX EXanestezie Mindray Wato EX	2000	74.00	88,80	148000,00	177600,00	31305020 - 15	Turcia	Rvent Medical	CE/DM000558 862	Electeh SRL
47	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP VS500S, Meyer (căciulițe mărini 1,2,3 + prong nazal) 3 mărini + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	100	620,0000	744,0000	62000,00	74400,00	51005286 + 51007960 + 5100530/4/ 5/ 6	China	Vincent Medical	DM000784503 + DM000784502	ECHIPAME D-PLUS
48	Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Atrabella (căciulițe mărini 1,2,3 + prong nazal) 3 mărini + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850	100	620,0000	744,0000	62000,00	74400,00	51005286 + 51007960 + 5100530/4/ 5/ 6	China	Vincent Medical	DM000784503 + DM000784502	ECHIPAME D-PLUS
50	Circuit respirator pentru nou-născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Draeger BabyLog Infinity VN 500	40	332,9000	399,4800	13316,00	15979,20	51005928 + 51003667	China	Vincent Medical	DM000784427 + DM000784403	ECHIPAME D-PLUS
53	Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	20	456,0000	547,2000	9120,00	10944,00	4508850	Marca Britanie	Intersurgical LTD	DM0000655554	TMS-Top Medical Supplier

54	Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspiri capcana de apa expir-furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800	50	456,0000	547,2000	22800,00	27360,00	4508850	Marea Britanie	Intersurgical LTD	DM000655554	TMS-Top Medical Supplier
61	Consumabile pentru ECG "MAC 2000, GE"	18	624,0000	748,8000	11232,00	13478,40	MAC 2000 STARTER KIT IEC MULTILINK	SUA	GE	DM000136780	ODG-MLD SRL
64	Consumabile pentru monitor de pacient "Carescape B450, B650"	50	410,00	492,00	20500,00	24600,00	U401-A(02BS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	DM000451087	Labromed Laborator SRL
66	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	20	430,0000	516,0000	8600,00	10320,00	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	DM000505761	Labromed Laborator SRL
67	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"	20	536,00	643,20	10720,00	12864,00	U704-1AI.	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	DM000756625	Labromed Laborator SRL
69	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	72	390,0000	468,0000	28080,00	33696,00	U401-A(19CS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000468913	Labromed Laborator SRL

70	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	72	580,00	456,00	27360,00	32832,00	U704-2BL	China	Shenzhen UpmMed Equipment Co., Ltd	DM0000756628	Labromed Laborator SRL
73	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	72	840,00	1008,00	60480,00	72576,00	U204-22PE + U204-33CE	China	Shenzhen UpmMed Equipment Co., Ltd	DM0000738302 DM0000801189	Labromed Laborator SRL
77	Cytosorb filtra, Omni Btraun (la necesitate)	1	41930,0000	50316,0000	41930,00	50316,00	KIT CYTOSO RB PT SEPSIS / Caruș absorbant	United States	Cytosorbent's Corporation	DM0000191930	GBG-MLD SRL
79	DVD-R+placuri	4000	7,42	8,90	29680,00	35600,00	Discuri DVD-R 1JP 4,7 Gb + Verbatim CD Sleeves	Taiwan /China	Verbatim		MED-M
80	Electroade combinat Tip acibila ceramica(hibrid)	3	5440,0000	6528,0000	16320,00	19584,00	FM-EK0005-2(2300)	Korea	Finemedix	DM0000322893	SC ERICON SRL
81	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult + cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	2	4600,0000	5520,0000	9200,00	11040,00	F7930 F7923	Italia	FIAB SpA	DM0000655330 DM0000579791	Labromed Laborator SRL

84	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri	500	15,60	18,72	7800,00	9360,00	HT-I-304	China	Zhejiang Jinhua Huatong	DM00055296	Electeh SRL
85	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	80	332,8000	399,3600	26624,00	31948,80	F7956	Italia	FIAB SPA	DM000452476	MED-M
88	Fibra laser pentru litotripsie	3	18200,000 0	21840,000 0	54600,00	65520,00	HLF- S550-H30	Irlanda	Cook Medical	DM000690138	SC ERICON SRL
89	Fibra laser pentru litotripsie	3	18200,000 0	21840,000 0	54600,00	65520,00	HLF- S365-H30	Irlanda	Cook Medical	DM000690134	SC ERICON SRL
90	Film radiologic	110	2662,5000	3195,0000	292875,00	351450,00	DI-HL 20X25 CM	Japonia	Fujifilm	DM000429367	Neotec
91	Film radiologic	25	4985,0000	5982,0000	124625,00	149550,00	DI-HL 35X43	Japonia	Fujifilm	DM000429367	Neotec

92	Film radiologic 11 x 14 - 100 filme	2000	40,6500	48,7800	81300,00	97560,00	1114-DVB	SLA	Codonics	DM000372476	Neotec
93	Film radiologic 14 x 17 - 100 filme	3000	54,8000	65,7600	164400,00	197280,00	1417-DVB	SUA	Codonics	DM000372477	Neotec
94	Film radiologic 8 x 10 - 100 filme	2000	29,1000	34,9200	58200,00	69840,00	810-DVB	SUA	Codonics	DM000372475	Neotec
95	Film radiologic digital DVB p'u impr. Carcstr. Dry View 5700 L.L.	1250	56,6700	68,0000	70837,50	85000,00	FILM RADIOGR AFIC PENTRU UZ GENERA L IMPRIMA RE LASER 125 SHEETS, 35 X 43 CM	SUA	CARESTRE AM HEALTH, INC.	DM000003688	M-INTER- FARMA
97	Filme radiologice 8x10, compatibila cu aparatul SHUMADZU	10	2910,0000	3492,0000	29100,00	34920,00	810-DVB	SUA	Codonics	DM000372475	Neotec
109	Filtru pentru nou nascut	2000	31,30	37,56	62600,00	75120,00	MP05820	Germani a	Dragewerk	DM000570311	ECHIPAMIE D-PLUS

110	Filtru pentru protectia ventilator HEPA	1000	44,0000	52,8000	44000,00	52800,00	41520S	Turcia	R vent Medikal	CE/DM000558 956	Electeh SRL
111	Filtru respirator HME p/ru aparatele de anestezie si ventilare	7000	10,80	12,96	75600,00	90720,00	40820S	Turcia	R vent Medikal	DM000558937	Electeh SRL
116	Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf	2	6400,0000	7680,0000	12800,00	15360,00	49230X (XL)-4901 00-49110 C	Italia	Endomed	DM000700434	SC ERICON SRL
118	Hârtie pentru USG 110mm*20m foto SONY	100	84,0000	100,8000	8400,00	10080,00	UI-STAR 1100S	Coreea	Durico	DM000761441	Electeh SRL
120	Hârtie milimetrică termosensibilă, compatibilă cu monitorul fetal BT-350, 152mmx90mmx120coli	800	22,7400	27,2880	18192,00	21850,40	26325/ T5215209 016 0R0A	Ucraina	Solar	DM000378066	Ecochimie
126	Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen si tratarea insuficientei respiratorii	10	3300,0000	3960,0000	33000,00	39600,00	CP211L/2 R CP211XL/ 2R CP211XS/ 2R CP211S/2 R CP211XX 1/2R CP211M2 R CP211L/2 R	Italia; Marea Britanie	Intersurgical SPA; Intersurgical LTD	DM000649460 / DM000649459 / DM000649462 / DM000649458 / DM000649457 / DM000649461 - DM000655539	TMS-Top Medical Supplier

							+5018000 +5012000			+ DM000055538	
129	Kit de mentenanța anuală compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600	56	4750,00	5700,00	266000,00	319200,00	115- 049765- 00	China	Mindray	DM0000394669	IM „Dutimed- M” SRL
131	Kit padele pentru adult compatibil cu Defibrilator Zoll AED P1,US	7	4330,0000	5196,0000	30310,00	36372,00	8900- 0800-01	SUA	ZOLL MEDICAL CORPORA TION	DM000058365	Labromed Laborator SRL
134	Linie de extensie p/ru perfuzor , L-150cm	1000	3,2800	3,9360	3280,00	3936,00	1011- 150/LP	Egipt	Ultamed	DM0000316650	Ecochimie
135	Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro	50	152,0000	182,4000	7600,00	9120,00	FL- TF04- 407	China	GUANGDO NG BAIHE MEDICAL TECHNOL OGY CO., LTD	DM0000468544	MFD-M
136	Linie extensie	10000	6,0000	7,2000	60000,00	72000,00	29508	Turcia	Medbar	DM0000609607	Electech SRL

137	Linie monitorizare gaze anestezice (HI)	100	387,4000	464,8800	38740,00	46488,00	3827	SUA	Masimo	DM000139243	ECHIPAME D-PLUS
138	Linie monitorizare gaze anestezice (LI)	2000	217,60	261,12	435200,00	522240,00	3814	SUA	Masimo	DM000139240	ECHIPAME D-PLUS
139	Linii pentru monitorizare CO2	1000	28,0000	33,6000	28000,00	33600,00	2114	Turcia	Rvent Medikal	DM000558856	Electeh SRL
144	Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Extra Large (XL)	2000	9,9000	11,8800	19800,00	23760,00	GT010- 110	China	Ningbo Greetmed	DM000372600	IM Natusana SRL
145	Mușuc pentru spirometrie compatibil cu Jaeger	4000	2,3000	2,7600	9200,00	11040,00	TS0048 Mușuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre jaeger	Italia	Lumed S.R.L	DM000778740	LifeMed Group SRL
146	Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun	10	7200,0000	8640,0000	72000,00	86400,00	Omniset kit / Kit terapii CRRT, 7211427	Germani a	B.Braun Avitum AG	DM000660313	GRG-MI.D SRL

151	Papilotom canular biluminar	5	1020,00	1224,00	5100,00	6120,00	99020051	Giermani 德	MTW- endoskopie	DM000436718	SC ERICON SRL
152	Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila	50	2580,0000	3096,0000	129000,00	154800,00	99023361 / 99023371 / 99023381	Germani a	MTW- endoskopie	DM000436718	SC ERICON SRL
153	Peliclea USG compatibila cu aparaul SONY pentru USG	200	84,00	100,80	16800,00	20160,00	ULSTAR 1100S	Coreea	Durico	DM000761441	Electech SRL
155	Prelungitoare pentru seringi "Perfuzor compact" "Perfuzor fin"	10000	7,71	9,25	77100,00	92520,00	1011- 150/HP	Egipt	Ultrasound	DM000316655	Ecochimie
156	Prelungitor pt set colbe injectomat C.T	1000	7,7100	9,2520	7710,00	9252,00	1011- 150/HP	Egipt	Ultrasound	DM000316655	Ecochimie
157	Pungi sterilizate cu plasmă a articolelor medicale. Mărimea 250mm x 70mm Temperatura 54 C, (250mm-70mm)	130	1065,00	1278,00	138450,00	166140,00	MGTR- 250070 DM00069 1149	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	DM000691149	Triumf-Motiv SRL

158	Rollă pentru sterilizare.Dimensiuni mm x 70 m.	100	70	420,0000	504,0000	29400,00	35280,00	TYSR10 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA N.TI C.LTD.STI.	DM000362937	MED-M
159	Rollă pentru sterilizare.Dimensiuni mm x 70 m.	150	60	630,0000	756,0000	37800,00	45360,00	TYSR15 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA N.TI C.LTD.STI.	DM000362940	MED-M
160	Rollă pentru sterilizare.Dimensiuni mm x 70 m.	250	50	930,00	1116,00	46500,00	55800,00	TYSR25 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA NTI C.LTD.STI.	DM000362942	MED-M
161	Rollă pentru sterilizare.Dimensiuni mm x 70 m.	300	20	975,0000	1170,0000	19500,00	23400,00	MCTR- 300070 DM00069 1150	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	DM000691150	Triumf-Motiv SRL.
163	Sensor BIS cu patru electrozi,		25	407,40	488,89	10185,00	12222,25	186-0106 186- 0106//186- 0106 QUATRO SENSOR X25	CHINA	SHENZHEN MINDRAY BIO- MEDICAL	DM000394729	Oxvit med
166	Sensor de flux pentru nou nascut Mindray		280	995,0000	1194,0000	278600,00	334320,00	040- 001948- 00	China	Mindray	DM000394656	fm „Dutchmed- M” SRL

167	Senzor BIS cu patru electrozi	100	407,40	488,89	40740,00	48889,00	186-0106 186- 0106//186- 0106 QUATRO SENSOR X25	CHINA	SHENZHEN MINDRAY BIO- MEDICAL	DM000394729	Oxivi med
170	Senzor SpO2 reutilizabil p/ru nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560	30	360,0000	432,0000	10800,00	12960,00	U401- D(01CL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000505790	Labromed Laborator SRL
171	Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei	150	1320,00	1584,00	198000,00	237600,00	MMT- 7040QC,M MT- 7920Q, SET MMT- 7040QC3// SENSOR MMT- 7040QC3 GUARDI ANA 5PK OUS 3 - Transmiter MMT- 7920Q, SET	SUA	MEDTRON C MINIMED	DM000366332	Oxivi med
172	Set de seringi p/ru Nemoto Dual Shot CT-Injector:	2000	165,0000	198,0000	330000,00	396000,00	42.16.3000 8	China	SCW Medicath	DM000400225	Elcetch SRL

173	Seringi 50ml	350	92,0000	110,4000	32200,00	38640,00	42.16.3000 6	China	SCW Medicath	DM000400226	Electeh SRL
174	Seringi 200ml	150	92,00	110,40	13800,00	16560,00	42.16.3000 2	China	SCW Medicath	DM000232474	Electeh SRL
175	Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor (m" 50 ml)	9000	3,0000	3,2400	27000,00	29160,00	50ml	China	Anhui Wuzhou	DM000748078	Electeh SRL
178	Set consumabile pentru plasmafereza automată	200	277,0000	332,4000	55400,00	66480,00	Disposable Plasma Apheresis Set, Model: P- 4319	CHINA	Sichuan Nigale Biotechnolo gy Co., LTD	DM000201982	Pharmacy
179	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	3000	277,0000	332,40	831000,00	997200,00	Disposable Plasma Apheresis Set, Model: P- 4319	CHINA	Sichuan Nigale Biotechnolo gy Co., LTD	DM000201982	Pharmacy
184	Set- seringa compatibil cu angiomat Animed CT model ImaStar QDP	250	220,00	264,00	55000,00	66000,00	42.16.1000 1	China	SCW Medicath	DM000400227	Electeh SRL

185	Set seringă pentru CT	300	176,0000	190,0800	52800,00	57024,00	CT- 200/200- A1 42.16.10 001	China	SCW MEDICATH LTD	DM000232451	MED-M
187	Sistem de aspiratie in circuit inchis, pentru aspirarea secretiilor traheobronhice - 72 ore	300	140,00	168,00	42000,00	50400,00	72120 72140 72160	Turcia	Rvent Medikal	DM000558884 DM000558886 DM000558888	Electech SRL
189	Sistem recipient pu acumularca eliminarii biologice din plaga 800 ml	150	63,40	68,47	9310,00	10270,50	PDH800 10/12/14/ 16/18	China	NINGBO LUKE MEDICAL DEVICES CO., LTD.,	DM000657622	MED-M
190	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, gataibile, adult, tehnologia "UIAH",compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii	750	185,00	222,00	138750,00	166500,00	020-FT- A001	China	GUANGDO NG BAIHE MEDICAL TECHNOL OGY CO., LTD	DM000753762	MED-M
191	Soluție Bicarbonat Sterila 2MMOL/L Potassium, Omni Braun	100	856,00	1027,20	85600,00	102720,00	BICARBO NAT CU 2MMOL/L POTASIU, 8973	Germani a	B.Braun Avium AG	DM000638535	GRG-MLD SRL
192	Electrod caucic neutru reutilizabil adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Excel 350	10	1066,0000	1279,2000	10660,00	12792,00	F7930 - F7922	Italia	FIAB SpA	DM000655330 DM000579787	Labromed Laborator SRL

195	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240	10	1066,0000	1279,2000	10660,00	12792,00	F7930 + F7922	Italia	FIAB SpA	DM000655330 DM000579787	Labomed Laborator SRL
200	Teste pentru glucometru compatibile cu glucometrul CleverCheck existent in clinica	7600	2,65	2,86	20140,00	21736,00	Teste CleverCheck TD-4302, AMBALA J 50 BUC., DM00036 3187	Taiwan	TAIDOC TECHNOL OGY CORPORA TION	DM000363187	Polisano Prim
201	Lancete/acc glicemie	2600	0,4200	0,4500	1092,00	1170,00	Lancete CleverCheck DM00037 1196	Taiwan	TAIDOC TECHNOL OGY CORPORA TION	DM000371196	Polisano Prim
203	Tub de extensie cu conector tip Y de înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast.	200	84,8900	101,8680	16978,00	20373,60	DE- 150CVC2	China	KangKang	DM000761475	Ecochimie
204	Turbina de unică folosință pentru spirometru "MIR"	1000	30,4400	36,5280	30440,00	36528,00	910004	italia	MIR	DM000677535	Ecochimie
205	Ilariet termio pentru impedansmetru	100	9,3200	11,1840	932,00	1118,40	26225/ TSR11010 E12 00000	Ucraina	solar	DM000377671	Ecochimie

206	Hartie termo pentru impedansmetru	100	10,3200	12,3840	1032,00	1238,40	26197/ TSR05715 E12 00000	Ucraina	solar	DM0000377574	Ecoclimie
211	HARTIE Termica compatibila cu autoclav Biobase BKM-K23B	12	7,5700	9,0840	90,84	109,01	26198/ TSR05020 E12 00000	Ucraina	solar	DM0000377517	Ecoclimie
212	HARTIE pentru printare compatibil cu autoclav Biobase BKM-Z24B	12	7,5700	9,0840	90,84	109,01	26220/ TSR05720 E12 00000	Ucraina	solar	DM0000377576	Ecoclimie
213	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	1	550,00	660,00	550,00	660,00	10017 + 10744	Italia	Cercanta SPA	DM0000375180	GBG-MLD SRL
215	Teste si lantete pentru determinarea glucozei	1000	2,1500	2,3220	2150,00	2322,00	Teste glicemie VivaChek ™ Ino Blood Glucose Test Strips (VGS01), lantete VivaChek ™ (VGL01).	China	VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.	DM0000024046 , DM0000028943	Pharmory

218	Hirtie termică pentru USG, 110mm x 20m	50	82,0000	98,4000	4100,00	4920,00	UI STAR 1100S	Coreea	Durico	DM000761441	Flecteh SRL
221	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	4	270,0000	324,0000	1080,00	1296,00	U401- A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000450975	Labromed Laborator SRL
222	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	2	270,00	324,00	540,00	648,00	U372- 15SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000767435	Labromed Laborator SRL
224	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900	4	270,00	324,00	1080,00	1296,00	U303- 35SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000767303	Labromed Laborator SRL
225	Termo hirtie pu BTL -08 SPIRO	300	21,8400	26,2080	6552,00	7862,40	26230/ TSR11225 E12 R0000	Ucraina	Solar	DM000377707	Ecochimie
227	Termo hirtie pu ECG Fazini	200	21,3400	25,6080	4268,00	5121,60	26255/ TSZ11014 015 0RM0	Ucraina	Solar	DM000377959	Ecochimie
230	Termo hirtie pu ECG EDAN SE 300	50	8,98	10,78	449,00	538,80	26203/ TSR08020 E16 R0000	Ucraina	Solar	DM000377632	Ecochimie
231	Consumabile pentru ECG "SE- 601 B, Edan"	6	785,00	942,00	4710,00	5652,00	U272- 11RE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655216	Labromed Laborator SRL

235	Hirtie CTG Edan F 9 Expres 150x100mm	100	22,3100	26,7720	2231,00	2677,20	26215/ T5Z15010 015 0VME	Ucraina	Solar	ISO, CE Marca DM000378049	Ecchimie
236	Hirtie milimetrică p.u ECG, termosensibilă 50-2-100 mm, tip plăta	10	46,57	55,88	465,70	558,84	26294/ T5Z05010 025 0R00	Ucraina	Solar	ISO, CE Marca DM000377880	Ecchimie
237	Hirtie p.u monitor Nilton Kohden	30	26,1600	31,3920	784,80	941,76	26295/ T5Z05010 030 0A00	Ucraina	Solar	ISO, CE Marca DM000377881	Ecchimie
238	Piesa bucala	200	15,0000	18,0000	3000,00	3600,00	20701	Turcia	Medbar	CE/DM000609 616	Electeh SRL
245	Hirtie termo pentru printer autoclav	10	19,1400	22,9680	191,40	229,68	26196/ T5R05710 E12 00000	Ucraina	solar	ISO, CE Marca DM000377572	Ecchimie
247	Cablu pentru ECG MAC600	5	550,0000	660,0000	2750,00	3300,00	U202- 11BE	China	Shenzhen UpMed Equipment Co., Ltd	DM000815489	Labromed Laborator SRL
248	Cablu pentru ECG MAC2000	1	624,00	748,80	624,00	748,80	MAC 2000 STARTER KIT IEC MULTI NK	SUA	CE	DM000136780	GBG-MID SRL
249	Cablu pentru ECG SE-3	2	830,00	996,00	1660,00	1992,00	U272- 11BE	China	Shenzhen UpMed Equipment Co., Ltd	DM000655216	Labromed Laborator SRL
253	Electrod p-u diatermocoagulare	80	16,00	19,20	1280,00	1536,00	HT-1-304	China	Zhejiang Jinhua Huatong	CE/DM000555 296	Electeh SRL
256	Film radiologic 10 x 12 inc	3000	18,40	22,08	55200,00	66240,00	DT 2B 25x30cm	Belgia	Agfa	DM000152482	IM Vivamed International SRL
257	Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibili cu AGFA Drystar 5302	3000	15,5000	18,6000	46500,00	55800,00	DT 2B 20x25 cm	Belgia	Agfa	DM000152481	IM Vivamed International SRL

258	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 210x30 tip: rolă	40	54,2200	65,0640	2168,80	2602,56	26236/15R21030i19 R0000	Ucraina	Solar	ISO, CE Marca DM000377837	Ecchimie
259	Teste pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge	30000	2,65	2,86	79500,00	85800,00	Teste CleverCheck TD-4302, AMBALAJ 50 BUC, DM0000363187	Taiwan	TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION	ISO, CE DM000363187	Polisano Prim

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă următoarele loturi:

- 3 Ace ULTRAPLEX 360, 30020GX100MM-EU
- 4 Adapter pentru puncție/biopsie ecografica
- 5 "Adapter pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650"
- 7 Ansa litotripsie mecanica compatibila cu miner LitoCrash V, model N0
- 14 Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770
- 16 Cablu Multimed 5 Pod 2.5M, compatibil cu Monitor de pacient Infinity Vista XL
- 18 Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafața pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray
- 21 Căciuliță EEG pentru copii (roz, albastru deschis)
- 22 Căciuliță EEG set (XS, S, M, L)
- 23 Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nicon Kohden
- 24 Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nicon Kohden
- 25 Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nicon Kohden
- 30 Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA)
- 33 Capilare pentru ABI Genetic Analyzer 3500 Dx, 8 capilare per set, 50cm
- 34 Cateter cu balon cu electrod bipolar pentru cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos, 5Fr
- 49 Circuit nCPAP dual limb+Generator+ canule nazale+măști+căciuliță, cu element încălzitor inspir, cu capcană apă expir + camere umidificate cu auto umplere, compatibil cu umidificatorul MR850 compatibil cu VAP eVent evolution 3e
- 52 Circuit respirator pentru nou-născuți de unică utilizare cu element încălzitor inspir+ restrictor inspir SLE +capcana de apa expir+linie de monitorizare presiune+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850, compatibil cu VAP SLE6000
- 55 Circuit ventilator adult
- 59 Circuit ventilator nou nascut
- 60 Circuit ventilator pediatric
- 62 Consumabile pentru monitor de pacient "BT-770, Bistos"
- 63 Consumabile pentru monitor de pacient "BT-770, Bistos"

68	Consumabile pentru monitor de pacient "Efficia CM12, Philips"
71	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"
72	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"
74	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"
78	Developant
82	Electrod de coagulare
83	Electrod de tăiere
86	Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm
87	Element de lucru, uretrotom
96	Filme radiologice 8x10, compatibilă cu aparatul BRIVO
98	Filme radiologice mamografice 10x12
99	Filtre antibacteriene pentru aspirator
104	Filtru antibacterian hidrofob, compatibil cu aspiratoarele chirurgicale
112	"Fir de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650"
113	Fixativ
115	Gel lubrifiant
117	Ghid metalic tip zebra
121	Hirtie pentru printer pentru masinile de sterilizare
122	Hirtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis
124	Infusomat Space Line Standard
125	Infusomat Space Tubing Transfuzion
128	Kit de mentenanța anuală compatibil cu mașina de anestezie Mindray Seria WATO
140	Mâner cu protecție contra supraîncălzirii
141	Manșetă NIBP nr.2
142	Manșetă NIBP nr.3
143	Manșetă NIBP nr.4
154	Película X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY
162	Scrab pentru ECG
165	Sensor de flux pentru nou născut General Electric
181	Set de buse pentru sonda intracavitară (Transesofagiană)
182	Set Level 1 pentru infuzie rapidă
183	Set pentru electroforeză (Agarogeloză)
188	Sistem pentru Hidrocolonoterapie pentru aparatul de colonoterapie, Large
193	Sondă US, compatibilă cu monitorul fetal STAR 5000E
194	Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal STAR 5000E
196	Sonde de litotripsie pneumatice
207	Test-indicator sterilizare 121°/30 min extern
208	Hartie milimetrică pentru defibrilator Primedic
210	Hirtie cardiomonitor Iocari TM801

- 216 Electrozi ECG 4 pare cu supapă (adult), reutilizabili
- 217 Pachet pentru sterilizare
- 219 Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770
- 220 Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770
- 226 Pu ECG , EDAN SE 300 - set cablu+cleme+pare
- 228 Pu ECG , FAZINI 600 A- set cablu+cleme+pare
- 229 Electrocardiograma MAC SIMPLE ARM TARGA
- 232 Consumabile pentru ECG "IE6, Schenzen Biocare"
- 233 Consumabile pentru holter ECG "BTL-08 holter H600, BTL"
- 234 Consumabile pentru holter ECG "BTL-08 holter H600, BTL"
- 239 Electrood bipolar
- 240 Electrood monopolar
- 242 Glossy photo paper
- 246 Hirtic termo pentru printer autoclav
- 250 Lancete p/u glucometru ACCU-CHEK
- 251 Stripuri p/u glucometru ACCU-CHEK
- 252 Stripuri p/u glucometru Stat Strip Xpress-i
- 254 Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal

254 REGISTRU

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte care: sânt neadecvate, inacceptabile sau neconforme, nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire următoarele loturi, după cum urmează:

- 11 Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H
- 26 Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650
- 27 Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draeher
- 28 Capcană de apă compatibil cu gaz analizatorul Scio Four Oxi Plus pentru masina de anestezic Drager Fabius
- 35 Catetere buluminale pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5
- 36 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5
- 37 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5
- 38 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5
- 39 Catetere pentru ECMO compatibile cu sistem de ECMO Ecmolife si S5
- 45 Circuit de pacient reutilizabil
- 51 Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea Standard
- 56 Circuit ventilator adult
- 57 Circuit ventilator nou nascut

65	Consumabile pentru monitor de pacient "Carescape B450, B650"
102	Filtru antibacterian 0,22 µm
103	Filtru antibacterian de unică folosință pentru aspirator chirurgical
108	Filtru pentru aspirator chirurgical
114	Gel EEG monitoring
119	Hirte CTG compatibile pentru TOITU MTS16,151,5x150/100
127	KIT de mentenanță pentru sistem ECMOLIFE
130	Kit de mentenanță compatibil cu ventilatorul Savina 300
132	Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S
147	Oxigenor ECMO 3 in1
148	Oxigenor ECMO cu cap centrifugal
149	Oxigenor ECMO cu monitoring integrat
150	Papilotom tip 3 lumen, virf filiform
164	Senzor de flux pentru nou nascut Drager
168	Senzor de flux compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius
176	Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius
177	Set conectoare "Olympus"
180	Set de dilatare vasculara ECMO
186	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)
197	Sonde pentru litoclast
198	Sonde pentru litoclast
199	Test indicator 55°C (interne)
209	hiritie cardiomonitor Edan F 3 152x90x160
214	Filtre antibacteriene pu spirometru PONY FX
241	Film radiologic stomatologic
243	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm
244	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm
255	Filme radiologice digitale 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta

Se anulează în temeiul art. 71 alin (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7, și anume este necesar analizarea mai amplă a specificațiilor tehnice de comun acord cu beneficiarii finali:

42	Circuit anestezie / ventilație Compact, adult, lungime 2m
43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult
100	Filtru antibacterian p/u spirometru Pomi FX 29mm
101	Filtru antibacterian p/u spirometru Pomi FX 29mm
105	Filtru HME adult
106	Filtru HME nou nascut

Informăm, că loturile nr. 9 Cablu bipolar de înaltă frecvență, 58 Circuit ventilator nou născut, 123 Infusomat Space Line Standart, 169 Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SV 650, 202 Transducer Kit- kit pentru modulul IBP și 223 Cablu sensor SpO2 adult rentilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900, se află la moment la etapa de evaluare, respectiv, pentru acestea va fi emisă decizie separată.

Totodată, menționăm că pentru loturile anulate CAPCS nu va desfășura procedură de achiziție nouă, deoarece deja se prelucurează și colectează necesarul pentru anul 2026, iar loturile anulate au fost incluse în lista de distribuție pentru procedurile de achiziție specifice necesităților anului 2026, în caz contrar, decizia privind necesitatea de achiziționare sau neachiziționare lor, precum și responsabilitatea pentru realizarea acestora, îi revine în exclusivitate grupului de lucru din cadrul IMSP beneficiare.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei Legi, pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 13.05.2025, după expirarea termenului de așteptare.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-2329 din 30 aprilie 2025 Rg02-2415 din 08 mai 2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☒ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Notă: Pentru loturile nr. 1-23, 25-33 se va emite dare de seamă separată.

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului	
					Fără TVA	inclusiv TVA			
PHARMONY SRL	1015600025123	Cu capital autohton	21305159-0540-0055	6/27/2025	3310000-0-1	831 000,00	997 200,00	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
PHARMONY SRL	1015600025123	Cu capital autohton	21305159-0540-0316	6/27/2025	3310000-0-1	2 150,00	2 322,00	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
PHARMONY SRL	1015600025123	Cu capital autohton	21305159-0540-0430	6/27/2025	3310000-0-1	55 400,00	66 480,00	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(Indicați suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care nu fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții




George GORCEAG

DARE DE SEAMĂ

- de atribuire a contractului de achiziții sectoriale ●
- de încheiere a acordului-cadru □
- de anulare a procedurii de achiziție sectorială □

din 30.07.2025

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMOELECTRICA"
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon	022-436-490, 022-436-347
Număr de fax	
Pagina web oficială	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet	www.termoelectrica.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Olga Radnev
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale ●

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitatie deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ●
Obiectul achiziției	"Achiziționarea produselor lactate (semestrul II, 2025)"
Cod CPV	15500000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21421251 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747747225787?tab=contract-notice Data publicării: 20.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	● achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md ● Da □ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a entității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/02/Planul-de-Achizitii-Provizoriu-pentru-anul-2025.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Nr. 39 Link-ul: https://tender.gov.md/ro//bap/

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ● Licitatie electronica ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ● Alte surse: (Buget propriu)
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	868 900,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt.
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	-
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	-
Expunerea succintă a răspunsului	-
Data transmiterii	-

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost operate.
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării] -
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile] -

5. Până la termenul-limită (data 10.06.2025, ora 09.00), au depus oferta 2 (ofertanți) ofertanți:
(Se va completa în cazul în care au fost depuse oferte):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	"Lapmol" SRL	1002600024308	Administrator - Sergiu Ioniță Asociații: Ioniță Elena - 10% Ioniță Sergiu - 90% Beneficiar efectiv: Sergiu Ioniță
2.	"Fabrica de Unt din Florești" SA	1003607011922	Administrator: Pavel Grigoraș Beneficiari efectivi: nedeclarat

6. Informații privind oferta depusă și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorul economic:

Denumirea documentului	S.R.L. "Lapmol"	S.A. "Fabrica de unt din Florești"
Cerere de participare	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat
Specificații de preț	prezentat	prezentat
Specificații tehnice	prezentat	prezentat
Oferta	prezentat	prezentat

Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarația privind livrări/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Formularul DUAЕ	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de atribuire a contului bancar	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanție pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de inofensivitate /conformitate/ raport de încercări sau alte documente ce confirmă proveniența și calitatea produselor oferite	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Autorizație sanitar – veterinară de funcționare pentru produsele oferite	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de deținere a laboratorului atestat pentru efectuarea controlului permanent asupra calității sau contract cu asemenea laborator	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Autorizația de funcționare / Înștiințare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a livra bunurile, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național, valabil la data deschiderii ofertelor sau la data evaluării acestora	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Mostre	<i>Se prezintă (după caz)</i>	<i>Se prezintă (după caz)</i>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lotului	Denumirea bunului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	U.M. Cantitatea	Corespunde rea cu cerințele de calificare	Corespunde rea cu specificațiile tehnice
1.	Lotul 1					
	Lapte pasteurizat 2,5%	"Lapmol" SRL	433 600,00	48000/ buc.	+	+
		"Fabrica de Unt din Florești" SA	439 680,00		+	+
2.	Lotul 2					
	Chefir 2,5%	"Lapmol" SRL	19 792,59	3200/ buc.	+	+
		"Fabrica de Unt din Florești" SA	19 840,00		+	+
3.	Lotul 3					
	Smântână 20%	"Lapmol" SRL	22 775,99	1200/ buc.	+	+
		"Fabrica de Unt din Florești" SA	22 776,00		+	+
4.	Lotul 4					
	Unt 72,5%	"Lapmol" SRL	14 661,11	600/ buc.	+	+
		"Fabrica de Unt din Florești" SA	14 388,00		+	+
5.	Lotul 5					
	Brânză de vaci 9%	"Lapmol" SRL	44 483,33	900/kg	+	+
		"Fabrica de Unt din Florești" SA	44 496,00		+	+
6.	Lotul 6					
	Brânză maturată semitare 45%	"Lapmol" SRL	5 000,00	50/kg	+	+
		"Fabrica de Unt din Florești" SA	4 991,50		+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale.
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

- 8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut).**

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
---------------------------------	------------------------------------

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:Pentru fiecare lot ☐Pentru mai multe loturi cumulate ☒Pentru toate loturile ☐Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:Prețul cel mai scăzut ☒Costul cel mai scăzut ☐Cel mai bun raport calitate-preț ☐Cel mai bun raport calitate-cost ☐*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)***12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu s-a aplicat**

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere	-	-
Denumire factorul n	Pondere	-	-
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere	-	-
Denumire factorul n	Pondere	-	-

13. Reevaluarea ofertelor: nu s-a aplicat*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: Atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru:**15.**

Nr. Lotului	Denumirea bunului	Denumirea operatorului economic	U.M. Cantitatea	Prețul ofertei (fără TVA)*	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1	Lapte pasteurizat 2,5%	"Lapmol" SRL	48000/ buc.	433 600,00	468 288,00
Lotul 2	Chefir 2,5%		3200/ buc.	19 792,59	21 376,00
Lotul 3	Smântână 20%		1200/ buc.	22 775,99	24 600,00
Lotul 5	Brânză de vaci 9%		900/kg	44 483,33	48 042,00
Total (Lotul 1, 2, 3 și 5)				520 651,92	562 306,00
Lotul 4	Unt 72,5%	"Fabrica de Unt din Florești" SA	600/ buc.	14 388,00	15 540,0
Lotul 6	Brânză maturată semitare 45%		50/kg	4 991,50	5 990,00
Total (Lotul 4 și 6)				19 379,50	21 530,00

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții sectoriale:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
" Lapmol " SRL	23.06.2025	e-mail: 'd.costetchii@lapmol.md'; 'i.gorgan@lapmol.md'; 'd.nastase@lapmol.md'
" Fabrica de unt Florești " SA	23.06.2025	e-mail: milkmark@inbox.ru

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale)

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului de achiziții sectoriale:

În conformitate cu art.65 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale contractele de achiziții sectoriale/acordurile-cadru se încheie numai după împlinirea termenului de așteptare	V 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
--	--

(Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile titlului IV capitolul I (Calcularea Termenului) din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002)

18. Contractul de achiziții sectoriale/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru
			fără TVA	inclusiv TVA	
" Lapmol " SRL	Nr. <u>2025.273</u> din <u>30.06.2025</u>	15500000-3	520 651,92	562 306,00	31.12.2025
" Fabrica de unt Florești " SA	Nr. <u>2025.274</u> din <u>30.06.2025</u>	15500000-3	19 379,50	21 530,00	31.12.2025

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție sectorială, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale.

Director general al întreprinderii:
Iurie RAZLOVAN
(Nume, Prenume)


(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 272/25 din 30 iunie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională Nord
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1009601000267
Adresa	Republica Moldova, Piața Vasile Alecsandri 8, MD-3110
Număr de telefon	0231 6-19-80
Număr de fax	0231 6-19-80
E-mail oficial	admord@admord.gov.md
Adresa de internet	admord.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Denis Gudumac, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudumac@admord.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	servicii de supraveghere tehnică la 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Singerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Singerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Singerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Singerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Singerei” în cadrul proiectului „Singerei orașul Incluziunii Teritoriale-etapa II”
Cod CPV	71521000-6
Valoarea estimată a achiziției	137 527,21 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1712162267943 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1712162267943?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	3 aprilie 2024

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	Nu este cazul
---	---------------

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 334/24 din 24 aprilie 2024
Denumirea operatorului economic	SRL „ALMAPE”
IDNO al operatorului economic	1017607004703
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 296/S Data: 24.04.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 111 639,24 MDL fără TVA (0,69% din valoarea estimată a lucrărilor fără TVA) Ofertantul nu este plătitor de TVA
Termen de valabilitate	Până la finalizarea decontărilor reciproce și recepția finală a lucrărilor: 31 decembrie 2027
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Durata de execuție a serviciilor contractate este stabilită perioada de executare a lucrărilor. lucrările trebuie executate în termenii următori: – 9 luni calendaristice de către SRL Vladmih Company în baza contractului nr. 272/L din 9 februarie 2024 (valoarea lucrărilor la moment iunie 2025: 16 718 657,58 lei cu TVA)

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]

	LEGEA Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] Nu.
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

În cadrul licitației ocds-b3wdp1-MD-1712162267943 servicii de supraveghere tehnică la 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Singerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Singerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Singerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Singerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Singerei” în cadrul proiectului „Singerei orașul Incluziunii Teritoriale-etapa II” din 23 aprilie 2024 s-a încheiat contractul nr. 296/S din 24 aprilie 2024 în valoare de 111 639,24 lei fără TVA, ceea ce reprezintă 0,69% din valoarea estimată a lucrărilor fără TVA pentru 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Singerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Singerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Singerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Singerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Singerei” în cadrul proiectului „Singerei orașul Incluziunii Teritoriale-etapa II” (lucrările estimativ valorează 16 179 600,00 MDL lei fără TVA respectiv 19 415 520,00 lei cu TVA).

După modificare:

Valoarea actuală a lucrărilor care s-au contractat la „1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Singerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Singerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Singerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Singerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Singerei” în cadrul proiectului „Singerei orașul Incluziunii Teritoriale-etapa II” reprezintă un contract de antrepriză în valoare totală de 16 718 657,58 lei cu TVA (contractul nr. 272/L din 9 februarie 2024 cu acordurile adiționale nr. 1 din 2 iulie 2024 și nr. 2 din 12.11.2024). Totodată responsabilul tehnic „Almape” SRL prestează serviciul de supraveghere tehnică care reprezintă 0,69% din valoarea lucrărilor contractate: 16 718 657,58 lei cu TVA, ceea ce reprezintă un serviciu de 96 132,28 lei fără TVA (SRL Almape nu este plătitor de TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Fiindcă deschiderea ofertelor licitației pentru servicii de supraveghere tehnică a avut loc la 23 aprilie 2024, iar contractul de antrepriză a fost semnat la 9 februarie 2024, respectiv valoarea lucrărilor utilizată pentru evaluarea ofertelor de servicii de supraveghere tehnică a fost de 13 752 721,18 lei fără TVA (16 503 265,42 lei cu TVA), însă valoarea actuală a contractului de lucrări fiind de 16 718 657,58 lei cu TVA (13 932 214,65 lei fără TVA), respectiv a apărut necesitatea de a micșora valoarea contractului încheiat cu supraveghetorul tehnic.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 296/S din 24 aprilie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind:

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se micșorează cu 15 506,96 (cincisprezece mii, cinci sute șase lei, 96 bani) lei suma Contractului și se aplică modificări în punctul 3.2. al acestuia care va avea următorul conținut:

- Punctul 3.2 Suma totală a prezentului contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 96 132,28 lei MD cu TVA (nouăzeci și șase mii, o sută treizeci și doi lei, 28 bani) echivalentul a 0,69% din valoarea lucrărilor fără TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare la data transmiterii dării de seamă privind modificarea contractului către Agenția Achiziții Publice.

Anexa nr. 1 Specificații tehnice și de preț la contract se modifică în felul următor:

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	cantitatea	Suma Lei fără TVA/ (%)	Termenul de prestare	Clasificația bugetară IBAN
715210 00-6	Lotul – 1 servicii de supraveghere tehnică la 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sîngerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Sîngerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sîngerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sîngerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Sîngerei” în cadrul proiectului „Sîngerei orașul Incluziunii Teritoriale-etapa II”	serviciu	1	96 132,28 0,69%	Pe parcursul efectuării lucrărilor din contractul de antrepriză	IBAN: MD51TRPC CW518430B 00048AA

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Almape SRL	1017 6070 04703	Cu capital autohton	Nr. 1 din 30 iunie 2025	- 15 506,96 MDL Valoarea contractului se micșorează până la 96 132,28 MDL	- 15 506,96 MDL Valoarea contractului se micșorează până la 96 132,28 MDL (operatorul economic nu este plătitor de TVA)	31 decembrie 2027	9 luni (perioada de execuție a lucrărilor)

Conducătorul grupului de lucru:

PRISACARI MARIA



Avizat de:

Svetlana BAZATIN

Constantin BÂNDIU

Responsabil de conținutul acestui document:

Denis Gudumac, 0231 2-56-46

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.
IDNO 1014600024244
MD 2088, Republica Moldova, mun.
Chișinău
Șoseaua Balcani, nr.7/E
IBAN: MD42AG00000002251233387
IBAN: MD07RN000000000225140151
TVA: 0508288 din 01.11.2018
tel: +373 22 66 72 91, fax: +373 22 29 10 40
e-mail: office@vmtg.md
web: www.vmtg.md

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții sectoriale
nr. 43/25 din 17.06.2025

Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	„VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1014600024244
Adresa	MD-2088, Republica Moldova mun. Chișinău Adresa: șos. Balcani 7/E
Număr de telefon	+373 22 66 72 91
Număr de fax	+373 22 29 10 40
E-mail oficial	achizitie@vmtg.md
Pagina web oficială	www.vmtg.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Garștea Lidia, mob: +373 69 676 361, email: lidia.garstea@vmtg.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Numărul: -
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției sectoriale	Sistemul de protecție electrochimică automatizat
Cod CPV	34110000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Modul de publicare a anunțului de participare (electronic, verbal, pe hârtie)	Numărul: 11 Linkul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21390118/ Data publicării: 31.03.2025
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: - Linkul: -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	-

Sursa de finanțare	Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	4.721.200,00 MDL fără TVA

Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	-
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	-
Expunerea succintă a răspunsului	-
Data transmiterii	-

Modificări operate în documentația de atribuire:

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	-
Termenul-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

Până la termenul **limită** (data 29 aprilie 2025, ora 08:30) a depus oferta un ofertant:

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații /administratorii
1.	„TECHNOLOGY SYSTEM” S.R.L.	1016600010445	Agachi Vadim

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente Declarației pe propria răspundere reprezentate de către operatorii economici:

Denumirea documentului	Denumirea operatorului economic
	„TECHNOLOGY SYSTEM” S.R.L.
Documentele ce constituie oferta	
Dovada înregistrării persoanei juridice	prezentat
Informație generală	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat
Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat	prezentat
Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese	prezentat
Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	prezentat
Demonstrarea capacității economice financiare	prezentat
Specificația tehnică	prezentat
Oferta (cererea de participare)	prezentat
Specificația de preț	prezentat

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei, MDL (fără TVA) *	Cantitatea și unitatea de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Sistemul de protecție electrochimică automatizat	„TECHNOLOGY SYSTEM” S.R.L.	4.719.960,00	21 unități	+	+

*În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale.

(Informația privind „Corespunderea cu cerințele de calificare” și „Corespunderea cu specificațiile tehnice” se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii.)

Pentru elucidarea unor neclarități sau pentru confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
13.05.2025	„TECHNOLOGY SYSTEM” S.R.L.	1. Copia actului de predare-primire aferent contractului nr. 22/24 din 14.06.2024, având ca obiect Sistemul de protecție electrochimică automatizat, beneficiar „MOLDOVATRNSGAZ” S.R.L., indicat în Anexa nr. 5. 2. Recipisa aferentă Situațiilor financiare pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, confirmată prin semnătură electronică.	A prezentat: 1. Copia actului de predare-primire aferent contractului nr. 22/24 din 14.06.2024, având ca obiect Sistemul de protecție electrochimică automatizat, beneficiar „MOLDOVATRNSGAZ” S.R.L., indicat în Anexa nr. 5. 2. Recipisa aferentă Situațiilor financiare pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, confirmată prin semnătură electronică.
20.05.2025	„TECHNOLOGY SYSTEM” S.R.L.	Anexa nr. 6 - Specificație tehnică „Sistemul de protecție electrochimică automatizat” completată integral în conformitate și cu respectarea întocmai a formatului și cerințelor prevăzute în Anunțul de participare, document confirmat prin semnătură electronică	A prezentat: Anexa nr. 6 - Specificație tehnică „Sistemul de protecție electrochimică automatizat” completată integral în conformitate și cu respectarea întocmai a formatului și cerințelor prevăzute în Anunțul de participare, document confirmat prin semnătură electronică

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- pentru fiecare lot.

Criteriul de atribuire aplicat:

- prețul cel mai scăzut.

Informația privind factorii de evaluare aplicați: -

Reevaluarea ofertelor: -

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitatea și unitatea de măsură	Prețul unitar, MDL (fără TVA)	Prețul total, MDL (fără TVA)	Prețul total, MDL (inclusiv TVA)
Sistemul de protecție electrochimică automatizat	„TECHNOLOGY SYSTEM” S.R.L.	21 unități	224.760,00	4.719.960,00	5.663.952,00

Anularea procedurii de achiziție sectorială: -

Argumentare: -

Informarea operatorilor economici privind deciziile grupului de lucru pentru achiziții sectoriale:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„TECHNOLOGY SYSTEM” S.R.L.	02.06.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții sectoriale se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale.)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului de achiziții sectoriale:

În conformitate cu art. 65 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale contractele de achiziții sectoriale /acordurile-cadru se încheie numai după împlinirea termenului de așteptare	☐ 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
--	---

(Calcularea termenului prevăzut în Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenului de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile titlului IV capitolul I (Calcularea termenului) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.).

Contractul de achiziții sectoriale/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului de achiziții sectoriale /acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului, MDL		Termenul de valabilitate a contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru
			fără TVA	inclusiv TVA	
„TECHNOLOGY SYSTEM” S.R.L.	43/25 din 17.06.2025	32441100-7	4.719.960,00	5.663.952,00	Perioada de garanție a bunurilor care fac obiectul prezentului contract este de 24 luni de la data punerii în funcțiune

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție sectorială, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale.

Președintele grupului de lucru: **Emil-Cosmin Dolcoș**

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 36 din 30.06.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției al MAI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1013601000495
Adresa	mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon	022-868262
E-mail oficial	logistica@igp.gov.md, igp@igp.gov.md
Adresa de internet	www.politia.md
Persoana de contact	Reghina Moscalciuc, 022868311, achizitii@igp.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (<i>Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015</i>)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (<i>în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă</i>)	Nu se aplică
Procedura de achiziție repetată	Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Consumabile din plastic și kiturilor pentru laboratorul ADN (repetat)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (<i>se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md</i>)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1745498256176 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21411915/ Data publicării: 24.04.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://politia.md/sites/default/files/planul_de_achizitii_public_e_al_inspectoratului_general_al_politiei_pentru_anul_2025.p
Anunț de intenție publicat în BAP (<i>după caz</i>)	Nu se aplică
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (<i>lei, fără TVA</i>)	314 779,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt.

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt.

5. Până la termenul-limită (data 13 mai 2025, 14:00), au depus oferta 6 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1.	GBG-MLD SRL	1003600117582	Ceaicovschi Tudor
2.	M-INTER-FARMA SA	1003600005263	Morozov Maria
3.	Medglobalfarm SRL	1016600000765	Granaci Boris
4.	MED-M SRL	1020611000359	Rotari Vladimir
5.	TORECO SRL	1013600034835	Curchi Vasile
6.	IM Natusana SRL	1006600025657	Tutunaru Diana

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	GBG-MLD SRL	M-INTER-FARMA SA	Medglobalfarm SRL	MED-M SRL	TORECO SRL	IM Natusana SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)						
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Oferta – specificații tehnice și de preț (Anexele nr.22 și nr.23 completate)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei pentru o durată de 60 de zile calendaristice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de conformitate sau fișa cu date de securitate a bunului oferit.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă 1%	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1. Consumabile pentru amplificare				
Tuburi PCR cu capac atașat de 0,2 ml	GBG-MLD SRL	75 344,00	+	+
Tuburi PCR cu capac atașat de 0,5 ml	GBG-MLD SRL		+	+
Tuburi de tip Eppendorf cu volum de 1,5 ml	GBG-MLD SRL		+	+
Tuburi falcon de 15 ml	GBG-MLD SRL		+	+
Tuburi de tip Eppendorf, 5 ml	GBG-MLD SRL		+	+
Total Lot. 1		75 344,00		
Lot 2. Mănuși de unică folosință				
Mănuși nitril de unică folosință, nesterile (S)	M-INTER-FARMA SA	15 666,47	+	+
Mănuși nitril de unică folosință, nesterile (M)				
Mănuși nitril de unică folosință, nesterile (L/XL)				
Mănuși latex de unică folosință, nesterile (S)	Medglobalfarm SRL	15 745,20	Oferta nu a fost evaluată	Oferta nu a fost evaluată
Mănuși latex de unică folosință, nesterile (M)				
Mănuși latex de unică folosință, nesterile (L)	MED-M SRL	17 820,00	Oferta nu a fost evaluată	Oferta nu a fost evaluată
Mănuși latex de unică folosință, nesterile(XL)				
Total Lot. 2		15 666,47		

Lot 3. Consumabile de protecție				
Bonete	M-INTER-FARMA SA	3 450,00	ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție(<i>Botoșei nu sunt destinați p/u dispensorul mecanic pentru bahile</i>)	-
Botoșei cu mărimea până la 47 inclusiv				
Mască medicală				
	IM Natusana SRL	12 200,00	+	+
	Total Lot. 3		12 200,00	
Lot 4. Halate de unică folosință				
Halate de unică folosință	MED-M SRL	69 400,00	+	+
	Medglobalfarm SRL	69 999,00	Oferta nu a fost evaluată	Oferta nu a fost evaluată
	IM Natusana SRL	120 000,00	Oferta nu a fost evaluată	Oferta nu a fost evaluată
	Total Lot. 4		69 400,00	
Lot 5. Soluții de dezinfectare				
Histanol (etanol denaturat)	Achiziția nu a avut loc			
Lot 6. Soluție pentru decontaminare				
Hipoclorit de sodiu	Achiziția nu a avut loc			
Lot 7. Șervețele fără scame				
Șervețele analog Kimtech Science	Achiziția nu a avut loc			
Lot 8. Lavete de hârtie				
Lavetă/Rolă industrială 430 W1	Toreco SRL	41 250,00	+	+
	Total Lot. 8		41 250,00	
Lot 9. Bandă pentru sigilare				
Bandă de sigilare a probelor	Achiziția nu a avut loc			
Lot 10. Materiale pentru ambalare				
Bandă adezivă	Achiziția nu a avut loc			
Etichete preț	Achiziția nu a avut loc			
Plicuri din hârtie CRAFT, 353 mm x250 mm	Achiziția nu a avut loc			
Plicuri din hârtie, 229 mm x162 mm	Achiziția nu a avut loc			
Plicuri din hârtie C6	Achiziția nu a avut loc			
Pachete „Ziplock” 200x220mm(±20mm)	Achiziția nu a avut loc			
Hârtie, 1m lățime x 50m lungime, densitatea 80g/m2	Achiziția nu a avut loc			
Scoabe	Achiziția nu a avut loc			
Decapsator	Achiziția nu a avut loc			
Clame (Agrafe), 100 clips/cutie, 50mm	Achiziția nu a avut loc			
Clame (Agrafe), 100 clips/cutie, 33mm	Achiziția nu a avut loc			
Clipsuri, 32 mm	Achiziția nu a avut loc			
Clipsuri, 51mm	Achiziția nu a avut loc			
File BIROTIC Express A4/100	Achiziția nu a avut loc			

Clei PVA	Achiziția nu a avut loc
Lipici solid.	Achiziția nu a avut loc
Radieră din cauciuc sintetic	Achiziția nu a avut loc

Comentarii: Evaluarea tehnică cât și a documentelor de calificare a fost efectuată de către Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare prin demersul nr.34/12-872 din 29.05.2025.

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	26.05.2025
Operatorul economic	MED-M SRL
Informația solicitată	În conformitate cu prevederile art. 69 alin (3) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, solicităm prezentarea clarificărilor pentru ofertele propuse și anume: - Pentru lotul nr. 4 „Halate de unică folosință” 1. Halatele de unică folosință sunt conforme după parametrii: Mărime: M (800 buc.) L (400 buc.) XL (800 buc.); Măneei: lungi, la capăt cu manșetă elastică; Închidere: din față, fermoar, nasturi, butoniere din polimer. Vă rugăm respectuos să prezentați mostre demonstrative.
Rezumatul răspunsului operatorului economic	Operatorul economic a expediat la adresa de email: achizitii@igp.gov.md mesajul prin care comunică că bunuri propuse sunt conform caietului de sarcini și a prezentat mostre demonstrative.
Data solicitării	26.05.2025
Operatorul economic	IM Natusana SRL
Informația solicitată	În conformitate cu prevederile art. 69 alin (3) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, solicităm prezentarea clarificărilor pentru ofertele propuse și anume: Pentru Lotul nr.3 ”Consumabile de protecție”: - Botoșei cu mărimea până la 47 inclusiv sunt compatibili pentru dispensorul mecanic pentru bahile YJB-004?
Rezumatul răspunsului operatorului economic	Operatorul economic a expediat la adresa de email: achizitii@igp.gov.md scrisoare prin care comunică că pentru Lotul nr.3 ”Consumabile de protecție”: - Botoșei cu mărimea până la 47 inclusiv sunt compatibili pentru dispensorul mecanic pentru bahile YJB-004.
Data solicitării	26.05.2025
Operatorul economic	M-INTER-FARMA SA
Informația solicitată	În conformitate cu prevederile art. 69 alin (3) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, solicităm prezentarea clarificărilor pentru ofertele propuse și anume: Pentru Lotul nr.3 ”Consumabile de protecție”: - Botoșei cu mărimea până la 47 inclusiv sunt compatibili pentru dispensorul mecanic pentru bahile YJB-004?
Rezumatul răspunsului operatorului economic	Operatorul economic a expediat la adresa de email: achizitii@igp.gov.md scrisoare prin care comunică că produsul pentru Lotul nr.3 ”Consumabile de protecție”: - Botoșei cu mărimea până la 47 inclusiv a fost indicat eronat și nu este compatibil cu dispensorul mecanic pentru bahile YJB-004.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
M-INTER-FARMA SA	În conformitate cu prevederile art. 69 alin (6) lit. a) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice și anume: - Lotul nr. 3 Consumabile de protecție - pentru poziția 3.2 Botoșei cu mărimea până la 47 inclusiv (Botoșei nu sunt destinați pentru dispensorul mecanic pentru bahile);

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru fiecare lot.

11. Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut.

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică.

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică.

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

a) Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1. Consumabile pentru amplificare					
Tuburi PCR cu capac atașat de 0,2 ml	GBG-MLD SRL	6 set	4774,00	28644,00	34372,80
Tuburi PCR cu capac atașat de 0,5 ml		4 set	2892,00	11568,00	13881,60
Tuburi de tip Eppendorf cu volum de 1,5 ml		6000 buc.	3,17	19032,00	22838,40
Tuburi falcon de 15 ml		400 buc.	7,10	2840,00	3408,00
Tuburi de tip Eppendorf, 5 ml		1000 buc.	13,26	13260,00	15912,00
Total				75 344,00	90 412,800
Lot 4. Halate de unică folosință					
Halate de unică folosință	MED-M SRL	2000	34,70	69 400,00	83 280,00
Total				69 400,00	83 280,00
Lot 2. Mănuși de unică folosință					
Mănuși nitril de unică folosință, nesterile (S)	M-INTER-FARMA SA	47	46,30	2175,93	2350,00
Mănuși nitril de unică folosință, nesterile (M)		63	47,22	2975,00	3213,00
Mănuși nitril de unică folosință, nesterile (L/XL)		110	55,55	6111,11	6600,00
Mănuși latex de unică folosință, nesterile (S)		15	48,15	722,22	780,00
Mănuși latex de unică folosință, nesterile (M)		20	49,07	981,48	1060,00
Mănuși latex de unică folosință, nesterile (L)		40	49,07	1962,96	2120,00
Mănuși latex de unică folosință, nesterile(XL)		15	49,17	737,50	796,50
Total				15 666,47	16 919,50
Lot 3. Consumabile de protecție					
Bonete	IM Natusana SRL	20 set	80,00	1600,00	1920,00
Botoșei cu mărimea până la 47 inclusiv		40 set	140,00	5600,00	6720,00
Mască medicinală		50 set	100,00	5000,00	6000,00
Total				12 200,00	14 640,00
Lot.8 Lavete de hîrtie					
Lavetă/Rolă industrială 430 W1	Toreco SRL	50 buc.	825,00	41250,00	49500,00
Total				41250,00	49 500,00

b) Anularea loturilor procedurii de achiziție publică: Lot. 5 Soluții de dezinfectare, Lot 6. Soluție pentru decontaminare, Lot 7. Șervețele fără scame, Lot 9. Bandă pentru sigilare, Lot 10. Materiale pentru ambalare.

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Argumentare: se anulează din motiv că nu a fost depusă nicio ofertă.

15. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea:	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare
				fără TVA	inclusiv TVA		
GBG-MLD SRL	Cu capital Social IDNO:1003600117582	Nr.94 din 30.06.2025	33100000-1	75 344,00	90 412,80	31.12.2025	În decurs de 30 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat
MED-M SRL	Cu capital Social IDNO:1020611000359	Nr.93 din 30.06.2025	33100000-1	69 400,00	83 280,00	31.12.2025	
M-INTER-FARMA SA	Cu capital Social IDNO:1003600005263	Nr.95 din 30.06.2025	33100000-1	15 666,20	16 919,50	31.12.2025	
IM Natusana SRL	Cu capital Social IDNO:1006600055657	Nr.96 din 30.06.2025	33100000-1	12 200,00	14 640,00	31.12.2025	
Toreco SRL	Cu capital Social IDNO:1013600034835	Nr.97 din 30.06.2025	33100000-1	41 250,00	49 500,00	31.12.2025	

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Vicepreședintele grupului de lucru: Aliona ARMAS



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 32 din 20 iunie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP SCMC „V. Igantenco”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600152640
Adresa	mun. Chișinău, str. Grenoble, 149
Număr de telefon	022208850
Număr de fax	022208850
E-mail oficial	vignatenco@ms.md/
Adresa de internet	ignatenco.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cotelnăta-Josanu Liudmila tel:068632893

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Diverse produse alimentare pentru semestrul I-2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	2077762.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocde-b3wdp1-MD-1729956656780 https://e-licitatie.md/contract-notice/68705
Data publicării anunțului de participare	26/10/2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu a fost

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	
Sursa de finanțare	☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați];
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	51/24 din „06” decembrie 2024 de reevaluare a deciziei nr.46/24 din 02.12.24
Denumirea operatorului economic	SRL „Nobil Prest”
IDNO al operatorului economic	1010600021038

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	145/25
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 10.12.25 Fără TVA: 172435,84 Inclusiv TVA: 206923,00
Termen de valabilitate	30.06.25
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.25

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractul
Temeiul juridic	Legea nr.131 din 03.07.2015, art. 76 alin.7 pct.2) lit.a),b),c)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	Nu au fost

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziții publice de tip: Licitație deschisă Nr. ocds-p3wdp1-MD-1729956656780 din 26/10/2024, în baza deciziei grupului de lucru a IMSP SCMC „V. Igantenco” din 06 decembrie 2025 a fost încheiat contractul nr.145/24 din 10.12.2025 privind achiziționarea **Diverse produse alimentare pentru semestrul I-2025** cu operatorul economic SRL „Nobil Prest”. Suma totală a contractului 206923,00 inclusiv TVA (două sute șase mii nouă sute douăzeci și trei lei 00 bani)

Ca urmare a majorării cantității cu 3150 bucăți Lot. 20 **Ouă de găină dietetice**, cantitatea va constitui 24150 bucăți, suma poziției se majorează cu (8757,00) (cinci mii opt sute unsprezece lei 00 bani) MDL.

Suma totală a contractului după majorare inclusiv TVA va constitui 215680,00 (două sute cinsprezece mii șase sute optzeci lei 00 bani) MDL (ce constituie 15% în limitele cotei permisibile de legislație).).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin Demersul nr.474 din 12.06.25 Dna Isacov Cristina, șef serviciu alimentar solicită majorarea contractului nr.145/24 din 10.12.24 cu 15 % pentru Lot. 20 **Ouă de găină dietetice**, următorul motiv:

- În legătură cu modificarea meniului pentru pacienți în simenstrul I, s-a epuizat cantitatea de ouă, din motiv că sa majorat zilele ce oferim oua ferte la bucată..

În baza contractului Nr:145/24 din 10.12.2024 s-a achiziționat o cantitate de 21000 bucăți Lot. 20 **Ouă de găină dietetice** pentru o perioadă de 6 luni, la moment instituția a consumat toată cantitatea conform contractului.

În contextul celor expuse, grupul de lucru a decis majorarea cantității cu 3150 bucăți Lot. 20 **Ouă de găină dietetice**, anexa nr.2 Specificația de preț.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr.32/25 din 19.06.2025 de modificare a contractului de achiziție nr. 145/24 din 10 decembrie 2024 a fost încheiat acord adițional nr.1 din 20.06.25 privind majorarea cantității de la 21000 bucăți Lot. 20 **Ouă de găină dietetice** la 3150 bucăți, suma totală a contractului

după majorare inclusiv TVA va constitui – 215680,00 (două sute cinsprezece mii șase sute optzeci lei 00 bani) MDL (anexa nr.2 Specificația de preț) .

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Nobil Prest”	1010600021038		Nr. 1 din 20.06. 2025	179743,84	215680,00	30.06.2025	30.06.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandru HOLOSTENCO

(Nume, Prenume)

L.Ș.


(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 22 din 01.04.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1015600032824
Adresa	mun. Chișinău, str. Constantin Vărnăv, 16
Număr de telefon	022 28-62-70
Număr de fax	022 28-65-01
E-mail oficial	enamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet	www.ambulanta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Pestereanu Nina; 022 02 59 07

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu se aplică
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1744359121525
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de verificare periodică a dispozitivelor medicale - Repetat
Cod CPV	50400000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1747117997505 Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747117997505 Data publicării: 13.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md; ☒ mtender.md.
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: - www.ambulanta.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: -

	Link-ul: -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	373563,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

5. Până la termenul-limită (data 30.05.2025, ora 14:00), au depus oferta 3 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare"	1013600039380	Agencia Proprietății Publice/ Bescupschi Anatolii
2.	Inspect Test SRL	1017600048256	Alfamestr SRL / Molceanovschu Ivan
3.	MEIN MED SRL	1018600043443	Kojevnicov Dmitrii, Nasedchin Alexandr, Poata Vitalie/Sarivan Gabriel

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare"	Inspect Test SRL	MEIN MED SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)			
Propunerea tehnică	+	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
Propunerea financiară	+	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
DUAЕ	+	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
Garantia pentru ofertă de 1 % din valoarea ofertei fără TVA	+	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
Documente de calificare (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)			
Declarație privind valabilitatea ofertei	+	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP

Certificat/ Decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanei juridice	+	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
Certificat privind lipsa / existența restanțelor față de bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat	+	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
Certificat de acreditare	+	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
Informație privind asigurarea cu personal de specialitate calificați în domeniul dat	+	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
Informație privind dotarea tehnică cu utilaj și echipament	+	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitatea și UM	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul nr. 1 - Servicii de verificare periodică a Defibrilatoarelor	I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare"	204506,50	110/ unit	-	Conform SIA RSAP
	Inspect Test SRL	208670,00		-	Conform SIA RSAP
	MEIN MED SRL	210650,00		-	Conform SIA RSAP
Lotul nr. 2 - Servicii de verificare periodică a Electrocardiografelor	I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare"	242307,00	180/ unit	-	Conform SIA RSAP
	MEIN MED SRL	249660,00		-	Conform SIA RSAP
	Inspect Test SRL	247320,00		-	Conform SIA RSAP
Lotul nr. 3 - Servicii de verificare periodică a Pulsoximetrelor	I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare"	17622,50	50/ unit	-	Conform SIA RSAP
	Inspect Test SRL	17950,00		-	Conform SIA RSAP
	MEIN MED SRL	18100,00		-	Conform SIA RSAP
Lotul nr. 4 - Servicii de verificare periodică a Pompelor de infuzie/cu seringă	I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare"	34618,00	40/ unit	+	+
	Inspect Test SRL	35320,00		+	Conform SIA RSAP
	MEIN MED SRL	35640,00		+	Conform SIA RSAP
Lotul nr. 5 - Servicii de verificare periodică a Ventilatoarelor pulmonare	I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare"	71772,50	50/ unit	-	Conform SIA RSAP
	Inspect Test SRL	73200,00		-	Conform SIA RSAP
Lotul nr. 6 - Servicii de verificare periodică a Monitor de pacient	MEIN MED SRL	10820,00	5/ unit	-	Conform SIA RSAP
	I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare"	10497,50		-	Conform SIA RSAP
	Inspect Test SRL	10715,00		-	Conform SIA RSAP

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare"	Oferta operatorului economic I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" depusă pentru loturile nr. 1; 2; 3; 5 și 6 se resping deoarece, valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției.
Inspect Test SRL	Oferta operatorului economic Inspect Test SRL depusă pentru loturile nr. 1; 2; 3; 4; 5 și 6 se resping deoarece, valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției.
MEIN MED SRL	Oferta operatorului economic MEIN MED SRL depusă pentru loturile nr. 1; 2; 3; 4; 5 și 6 se resping deoarece, valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:Pentru fiecare lot ☒Pentru mai multe loturi cumulate ☒Pentru toate loturile ☒Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:Prețul cel mai scăzut ☒Costul cel mai scăzut ☐Cel mai bun raport calitate-preț ☐Cel mai bun raport calitate-cost ☐*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)***12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:***(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. lot	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
1	Servicii de verificare periodică a Defibrilatoarelor	-	110/ unit	-	-	-
2	Servicii de verificare periodică a Electrocardiografelor	-	180/ unit	-	-	-

3	Servicii de verificare periodică a Pulsoximetrelor	-	50/ unit	-	-	-
4	Servicii de verificare periodică a Pompelor de infuzie/cu seringă	I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare"	40/ unit	34618,00	34618,00	41541,60
5	Servicii de verificare periodică a Ventilatoarelor pulmonare	-	50/ unit	-	-	-
6	Servicii de verificare periodică a Monitor de pacient	-	5/ unit	-	-	-

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. _____,

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare"	20.06.2025	e-mail
Inspect Test SRL	20.06.2025	e-mail
MEIN MED SRL	20.06.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic, IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA		
I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" (1013600039380)	Cu capital autohton	Nr. 42 din 27.06.2025	50400000-9	34618,00	41541,60	31.12.2025	La necesitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării cerinței pe parcursul anului 2025

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____ - _____
--	-----------------------

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	— (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: **Serghei SUMAN**



DARE DE SEAMĂ
De atribuire a contractului de achiziții publice
Nr. 7 din 01.07.2025

1. Date cuprivire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Sipoteni
Localitate	Comuna Sipoteni
IDNO	1007601007907
Adresa	r-nul Călărași, s. Sipoteni, str. 31 August
Număr de telefon	024476-2-38 /069604721
Număr de fax	024476-7-25
E-mail oficial	infosipoteni@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail)	Rața Vasile, Rața Elena

2. Date cuprivire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată <i>(după caz)</i>	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru Grădinițe Sipoteni semestrul II anul 2025
Cod CPV	15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire <i>(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</i>	
Procedura de atribuire <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21429234
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1749207591162
	Data publicării: 06.06.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md;
	☐ Da ☐ Nu:
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1749207591162
Anunț de intenție publicat în BAP <i>(după caz)</i>	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire <i>(după caz)</i>	☐ Licitații electronică Da
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat;
Valoarea estimată(lei, fără TVA)	539 000,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor			
Denumirea operatorului economic			
Expunerea succintă a solicitării de			

clarificare			
Expunerea succintă a răspunsului			
Data transmiterii			

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

5. Până la termenul-limită (data 20.06.2024, ora 09:00), au depuse oferta __4__ ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL „ARENA FRUCT..	1018600014171	Novacov Igor
2.	SRL „Baguette..	1014600037741	Romanov Andrei
4.	SA Fabrica de unt din Florești	1003607011922	Grigoraș Andrei

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL „ARENA FRUCT..	SRL „Baguette..	SA „ Fabrica de unt din Florești..	
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Specificații tehnice Anexa 22	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Specificații de preț Anexa 23	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
DUAE	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Ofertă	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Dovada înregistrării persoanei juridice	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Certificat de atribuire a contului bancar	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Certificate de calitate sau certificate de conformitate pentru toate tipurile de produse	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Autorizația sanitară veterinara de funcționare a agentului economic	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Autorizația sanitară	Prezentat	Prezentat	Prezentat	

Transport				
Certificat sanitar-veterinar	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Certificat de inofensivitate/aviz sanitar	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Declarație de conformitate (pentru produsele lactate)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Informații privind capacitatea minimă de producere sau disponibilitatea în stoc în vederea asigurării continue cu produse alimentare	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Certificat pentru confirmarea capacității executării calitative a contractului de achiziție, care reflectă următoarea informație: • Experiența acumulată, performanțele; • Volumul de producere, desfacere • Numărul și calificarea personalului angajat; • Dotarea tehnică.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Neimplicarea în situațiile descrise în art.18 al Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015	Prezentat	Prezentat	Prezentat	

Informația privind depunerea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare.)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
Lotul 1. Pește	SRL „BAGUETTE„	38 210,15	lot	+	+
Lotul 2. Fructe și legume	SRL „ARENA FRUCT„	147 710,87	lot	+	+
	SRL Baguette	170 204,36	lot	+	+
Lotul 3. Produse lactate	SA„ Fabrica de unt din Florești„	215 305,85	lot	+	+
	SRL Baguette	233 089,10	lot	+	+

Lotul 4. Diverse produse alimentare	SRL Baguette	60 552,12	lot	+	+
	SRL„ARENA FRUCT„	73 922,53	lot	-	+
Lotul 5. Semințe fructe uscate	SRL Baguette	26 609,62	lot	+	+
	SRL„ARENA FRUCT„	32 725,89	lot	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși /descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☒

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11.Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		

Denumire factorul n	Ponderea		
---------------------	----------	--	--

11. Recvaluarea ofertelor: (Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1. Pește	SRL „Baguette„	lot	38 210,15	38 210,15	45 854,00
Lotul 2. Fruite și legume	SRL „Arca Fruct„	lot	147 710,87	147 710,87	164 524,50
Lotul 3. Produse lactate	SA „Fabrica de unt din Florești„	lot	215 305,85	215 305,85	234 205,00
Lotul 4. Diverse produse alimentare	SRL „Baguette„	lot	60 552,12	60 552,12	70 751,88
Lotul 5. Semințe și fructe uscate	SRL „Baguette„	lot	26 609,62	26 609,62	31 859,55

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __

Argumentare _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL „Baguette„	23.06.2025	e-mail
SRL „Arca Fruct„	23.06.2025	e-mail
SA „Fabrica de unt din Florești„	23.06.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectarea termenului de așteptare respectă Calendarul termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare se efectuează în conformitate cu prevederile 1111.1.1.1 IV Capitolul I (Calendarul Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/Cu capital mixt/ asociere/Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
SRL,, „Baguette”	capital autohton	53	01.07.2025	15800000-6	125 371,89	148 465,43	31.12.2025
SRL,,Arena Fruct,,	capital autohton	54	01.07.2025	15800000-6	147 710,87	164 524,50	31.12.2025
SA,,Fabrica de unt din Florești,,	capital autohton	55	01.07.2025	15800000-6	215 305,85	234 205,00	31.12.2025

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Nume Prenume
(Nume, Prenume)

(Semnătură)

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 6 din 01.07.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Hîrtopul Mare, r-ul Criuleni
Localitate	s. Hîrtopul Mare, r-ul Criuleni
IDNO	1007601010264
Adresa	s. Hîrtopul Mare, r-ul Criuleni
Număr de telefon	024872238, 069625786
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.hmارة@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Anghelici Eugenia, 069625786 eugenia.anghelici@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări

Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare din IET „Andrieș” din s. Hîrtopul Mare, Criuleni
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:
	Link-ul: : ocds-b3wdp1-MD-1749191287355
	Data publicării: 06.06.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1749191287355
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (<u>lei</u> , fără TVA)	680000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	1

Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]

5 Până la termenul-limită (data __19.06.2025__, ora __00__:__00__), au depus oferta 3__ operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Strong Service	1018606001632	Dubniuc Mihaela
2	Starcons Pro	1018600050476	Viorel Ursu
3	Betonel Construct Prim	1020600000476	Grecu Petru

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	Strong Service	Starcons Pro	Betonel Construct Prim		
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)					
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat		
Oferta	prezentat	prezentat	prezentat		
Cererea de participare	prezentat	prezentat	prezentat		
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor	prezentat	prezentat	prezentat		
Dovada înregistrării persoanei juridice	prezentat	prezentat	prezentat		
Deviz de cheltueli	prezentat	prezentat	prezentat		
Graficul de executare a lucrărilor	prezentat	prezentat	prezentat		

Declarații privind experiența similară	prezentat	prezentat	prezentat		
Declarație privind dotările specifice. Anexa 14	prezentat	prezentat	prezentat		
Declarație privind personalul Anexa 15	prezentat	prezentat	prezentat		
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>					
Document 1					
Document n					
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>					
Document 1					
Document n					
Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	Operator economic 1	Operator economic 2	Operator economic 3	Operator economic n	
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>					
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat		
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat		
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat		
Garanția pentru ofertă (după caz)					
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>					
Document 1					
Document n					

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	Strong Service	494 963,91	1	+	+
	Starcons Pro	637 533,00	1	+	+
	Betonel Construct Prim	637 533,00	1	+	+
Lot n	Operator economic 1				
	Operator economic n				

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
	Strong Service	Justificarea prețului	Salariul de funcție (tarifar) al unui muncitor în construcție în cadrul companiei "Strong Service" SRL conform contractelor de muncă, încheiate în parte cu angajații și ordinelor de angajare constituie în mediu 5500,00-6760,00 lei lunar pentru un program de 169 ore pe lună, respectiv: 5500,00 lei / 169 = 32,54 lei/h: 6760,00 lei / 169 h = 40,00 lei/h. În oferta prezentată spre concursul de executare a lucrărilor, în calcul de deviz a fost inclus ora muncă cu valoarea de 45.00-47.00 lei/h.

			SRL „ Strong Service,, conlucrează cu agenții economici pe parcursul perioadei îndelungate și avem reduceri pînă la 35%, ce aduce la scăderea prețului a ofertei.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factoru 1	Ponderea		
Denumire factoru	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factoru 1	Ponderea		

Denumire factorul n	Ponderea		
------------------------	----------	--	--

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
	Strong Service	1 lucrare	494 963,91	494 963,91	593 956,33

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. ___ lit ___.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Strong Service	23.06.2025	<i>e-mail</i>
Starcons Pro	23.06.2025	<i>e-mail</i>
Betonel Construct Prim	23.06.2025	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(*Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova*).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

	Denumirea operatorului economic	IDN O	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CP V	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
							fără TV A	inclusiv TVA		
	Strong Service	1018606001632	Autohton	36	01.07.2025	45200000-9	494 963,91	593 956,33	31.12.2025	31.12.2025

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (*rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate*):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
--	--

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

de încheiere a acordului-cadru ☐

de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 10 din 02.07.2025.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni mun. Soroca</i>
Localitate	<i>Com. Bădiceni mun. Soroca</i>
IDNO	<i>1007601000883</i>
Adresa	<i>Com. Bădiceni mun. Soroca</i>
Număr de telefon	<i>023041223</i>
Număr de fax	<i>023041523</i>
E-mail oficial	cp.badiceni@agssi.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	<i>Prisacari Cristina</i>

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<i>Bunuri</i> ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	<i>Produselor alimentare (fructe și legume) pentru lunile iulie-septembrie 2025</i>
Cod CPV	<i>03200000-3</i>
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	<i>Suma estimată 228000,00</i>
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1748605484460
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21427036/
	Data publicării: 30.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md ; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: -
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 30.05.2025
	Link-ul: -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic

Sursa de finanțare	☐ Buget de stat ; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	228000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: -

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:-

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită (data 12.06.2025, ora 15:28), au depus oferta 3 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL SC "Sija-Prim"	1005600023438	OPREA ION
2.	SRL "Alim Total"	1014600000912	FALINCIUC CRISTINA
3.	SRL "Delmix Prim"	1010600031257	DILAN GALINA

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	SRL SC "Sija-Prim"	SRL "Alim Total"	SRL "Delmix Prim"		
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>					
Oferta de preț	prezentat	prezentat			
Specificațiile tehnice	prezentat	prezentat			
Cerere de participare (anexa 7)	prezentat	prezentat	prezentat		
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat		
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat		
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>					
Certificat de înregistrare a întreprinderii, Extrasul	prezentat	prezentat	prezentat		
Rechizite bancare	prezentat	prezentat	prezentat		

Certificate ce confirmă calitatea/ inofensivitatea bunurilor în limba de stat (română) <i>La livrarea bunurilor.</i>	prezentat	prezentat			
DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	prezentat				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
Lotul 1 Sfeclă roșie	SRL SC "Sija-Prim"	8300,00	<i>Sfeclă roșie 2000 kg</i>	+	+
	SRL "Alim Total"	8320,00			
	SRL "Delmix Prim"	10870,37			
Lotul 2 Ceapă	SRL SC "Sija-Prim"	15180,00	<i>Ceapă 3000 kg</i>	+	+
	SRL "Alim Total"	15332,00			
	SRL "Delmix Prim"	15865,99			
Lotul 3 Morcov	SRL SC "Sija-Prim"	19380,00	<i>Morcov 3000 kg</i>	+	+
	SRL "Alim Total"	19632,00			
	SRL "Delmix Prim"	21722,22			
Lotul 4 Varză	SRL SC "Sija-Prim"	10488,00	<i>Varză proaspătă 2400 kg</i>	+	+
	SRL "Alim Total"	10500,00			
	SRL "Delmix Prim"	13155,56			
Lotul 5 Cartofi	SRL SC "Sija-Prim"	63400,00	<i>Cartofi 10000 kg</i>	+	+
	SRL "Alim Total"	63480,00			

	SRL "Delmix Prim"	71851,85			
--	-------------------	----------	--	--	--

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
--------------------------------------	--

Modificările operate	
-----------------------------	--

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
<i>Lotul 1 Sfeclă roșie</i>	SRL SC "Sija-Prim"	2000 kg	4,15	8300,00	8960,00
Total lot 1				8300,00	8960,00
<i>Lotul 2 Ceapă</i>	SRL SC "Sija-Prim"	3000 kg	5,06	15180,00	16380,00
Total lot 2				15180,00	16380,00
<i>Lotul 3 Morcov</i>	SRL SC "Sija-Prim"	3000 kg	6,46	19380,00	20940,00
Total lot 3				19380,00	20940,00
<i>Lotul 4 Varză proaspătă</i>	SRL SC "Sija-Prim"	2400 kg	4,37	10488,00	11328,00
Total lot 4				10488,00	11328,00
<i>Lotul 5 Cartofi</i>	SRL SC "Sija-Prim"	10000 kg	6,34	63400,00	68500,00
Total lot 5				63400,00	68500,00
TOTAL				116748,00	126108,00

15. Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL SC "Sija-Prim"	18.06.2025	e-mail
SRL "Alim Total"	18.06.2025	e-mail
SRL "Delmix Prim"	18.06.2025	e-mail

Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire d e-mail,espre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

18. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
SRL SC "Sija-Prim"	Capital autohton	Nr. 50 CO P	27.06.2025	03200 000-3	116748,00	126108,00	31.12.2025

19. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	- (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ■

de încheiere a acordului-cadru ☐

de anulare a procedurii de atribuire ☐

nr. ocds-b3wdp1-MD-1749545561702 din "02" iulie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Răcăria
Localitate	s.Răcăria, rl.Rîșcani
IDNO	1007601002980
Adresa	s.Răcăria, rl.Rîșcani
Număr de telefon	0256 64 2 38
Număr de fax	0256 64 2 36
E-mail oficial	racariar@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Anghelina Mojilean, 025664238, racariar@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de preturi ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Da
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	«Construcția terenului sportiv cu acoperire artificială s. Răcăria, r-ul Rîșcani »
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	nr. ocds-b3wdp1-MD-1749545561702 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21430154/ Data publicării: 10.06.2025

	☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <u>[buget local]</u>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	386 889.04

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 24.06.2025 , ora 13:52), au depus oferte 3 (trei) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	B.I.C.E. – INVEST –EUROPA SRL	1015602000083	Cuprinschi Andrei
2.	«VICADI PROIECT » SRL	1019600011797	Pînzari Ion
3.	SRL "Danlevita"	1003602004927	Guțu Iurie

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	B.I.C.E. – INVEST –EUROPA SRL	«VICADI PROIECT » SRL	SRL "Danlevita"	

Documentele ce constituie oferta				
<i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat	prezentat	
Documente de calificare				
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	
Certificat de înregistrare / Decizie / Extras	prezentat	neprezentat	prezentat	
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa 8)	prezentat	prezentat	prezentat	
Scrisoare de garanție bancară în cuantum de 2% (anexa 9)	prezentat	prezentat	prezentat	
Grafic de executare a lucrărilor (anexa 10)	prezentat	prezentat	prezentat	
Declarație privind lista principalelor lucrări executate (anexa 13)	prezentat	neprezentat	prezentat	
Ultimul raport financiar	prezentat	neprezentat	prezentat	
Declarație privind dotările specifice (anexa 14)	prezentat	neprezentat	prezentat	
Declarație privind personalul de specialitate (anexa 15)	prezentat	neprezentat	prezentat	
Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice	prezentat	prezentat	prezentat	
Perioada de garanție a lucrărilor – 3 ani	prezentat	prezentat	prezentat	

(Informația privind demnirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
«Construcția terenului sportiv cu acoperire artificială s. Răcăria, r-ul Rîșcani»	B.I.C.E. –	369 849.16	1	+	+
	INVEST –				
	EUROPA SRL				
	«VICADI PROIECT» SRL	376 349	1	+	+
	SRL "Danlevita"	422 349.51	1	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:
9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
«VICADI PROIECT» SRL	Preț mare
SRL "Danlevita"	Preț mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☒

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		

Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
«Construcția terenului sportiv cu acoperire artificială s. Răcăria, r-ul Rîșcani »	B.I.C.E. – INVEST – EUROPA SRL	1	369 849.16	369 849.16	443 818.99

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
«VICADI PROIECT» SRL	26.06.2025	e-mail (vicadiproiect@mail.ru)
SRL "Danlevita"	26.06.2025	e-mail (srlidanlevita@mail.ru)

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CP V	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
B.I.C.E. – INVEST – EUROPA SRL	1015602000083	AUTOHTON	21	02.07.2025	4520 0000 -9	369 849.16	443818.99	31.12.2025	02.08.2025

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Valentina Nadulișneac
(Nume, Prenume)



B. Hagă
(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐
 de încheiere a acordului-cadru ☐
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 01 din 30.06.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Glodeni
Localitate	Or. Glodeni
IDNO	1003602150721
Adresa	str.Moldova nr.29
Număr de telefon	(0249)-2-24-48
Număr de fax	(0249)-2-57-07
E-mail oficial	srglodei@ms.md
Adresa de internet	https://www.srglodei.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Dorin Ciochina , tel .069572045 jurist.srglodei@gmail.com

1. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Altele: Contract de mică valoare
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	Diverse produse alimentare pentru simestrul II anul 2025
Cod CPV	15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1748350613112 Data publicării: 27.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md ; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu (plan achizitii provizoriu) Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.srglodei.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 27.05.2025 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1748350613112
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic

Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați] 993379 MDL

2. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	-
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	-
Expunerea succintă a răspunsului	-
Data transmiterii	-

3. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

4. Până la termenul-limită (data 13.06.2025, ora _ nu va fi folosită _), au depus oferta 10 ofertanți:

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
Baguette SRL	1014600037741	Conform datelor SIA RSAP
V.A. Struc SRL	1003602028938	Conform datelor SIA RSAP
Lactis SA	1003602151429	Conform datelor SIA RSAP
Fabrica de unt din Florești SA	1003607011922	Conform datelor SIA RSAP
Lapmol SRL	1002600024308	Conform datelor SIA RSAP
Premium Caterig SRL	1015600018732	Conform datelor SIA RSAP
Dant Agro SRL	1003609001903	Conform datelor SIA RSAP
Baiur-Agro SRL	1003602007537	Conform datelor SIA RSAP
Arena Fruct SRL	1018600014171	Conform datelor SIA RSAP
SA Augur Perla	1002600047714	Conform datelor SIA RSAP

5. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic									
	Baguette SRL	SA LACTIS	Baiur-Agro SRL	Dant-agro SRL	Premium caterig SRL	Arena fruct SRL	Augur Perla SA	V.A. Struc SRL	Fabrica de unt din Florești SA	Lapmol SRL

DUA	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	Nu a fost deschisă oferta	Nu a fost deschisă oferta
Oferta	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Certificat de înregistrare a întreprinderii	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Certificat de conformitate sau declarație de conformitate a produselor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Autorizație sanitară veterinară de funcționare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Informații generale despre ofertant	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Autorizație sanitară veterinară pe transportul destinat transportării produselor alimentare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		
Certificat de inofensivitate al produselor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat		

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspunderea cu cerințele de calificare	Correspunderea cu specificațiile tehnice
Lotul 1 Diverse produse alimentare	BAGUETTE SRL	148650,55	1 lot	+	+

	V A Struc SRL	150746,73	1 lot	+	+
	Arena Fruct SRL	192833,96	1 lot	+	+
Lotul 2 Lapte 1,5%	SA Lactis	50772,22	1 lot	+	+
	SRL Lapmol	54694,44	1 lot	Nu a fost deschisă oferta	Nu a fost deschisă oferta
	SA Fabrica de unt din Floresti	56045	1 lot	Nu a fost deschisă oferta	Nu a fost deschisă oferta
Lotul 3 Smântână 15%	SA Lactis	18148,15	1 lot	+	+
	SRL Lapmol	20896,30	1 lot	Nu a fost deschisă oferta	Nu a fost deschisă oferta
	SA Fabrica de unt din Floresti	21392,00	1 lot	Nu a fost deschisă oferta	Nu a fost deschisă oferta
Lotul 4 Unt 72,5 %	SA Lactis	105925,93	1 lot	+	+
	SRL Lapmol	124027,78	1 lot	Nu a fost deschisă oferta	Nu a fost deschisă oferta
	SA Fabrica de unt din Floresti	124070	1 lot	Nu a fost deschisă oferta	Nu a fost deschisă oferta
Lotul 5 Brânza cu cheag tare 45-50%	SA Lactis	29950	1 lot	+	+
	SRL Lapmol	30475	1 lot	Nu a fost deschisă oferta	Nu a fost deschisă oferta
	SA Fabrica de unt din Floresti	30000	1 lot	Nu a fost deschisă oferta	Nu a fost deschisă oferta
Lotul 6 Brânză de vaci 9 %	SA Lactis	31851,85	1 lot	+	+
	SRL Lapmol	34059,26	1 lot	Nu a fost deschisă oferta	Nu a fost deschisă oferta
	SA Fabrica de unt din Floresti	34816	1 lot	Nu a fost deschisă oferta	Nu a fost deschisă oferta
Lotul 7 Chefir 1 %	SA Lactis	49907,41	1 lot	+	+

	SRL Lapmol	54388,89	1 lot	Nu a fost deschisă oferta	Nu a fost deschisă oferta
	SA Fabrica de unt din Floresti	62700,00	1 lot	Nu a fost deschisă oferta	Nu a fost deschisă oferta
Lotul 8 – Carne de pasăre și de pui	Premium Catering SRL	192075,00	1 lot	+	+
Lotul 9 Ouă de pasăre	SRL Dant Agro	16640	1 lot	+	+
Lotul 10 – Pâine	SA Baiur Agro	55447,50	1 lot	+	+
Lotul 11 – Carne de bovină	SRL Premium Catering	78365	1 lot	+	+
Lotul 12 – Fructe și legume	Arena Fruct SRL	79711	1 lot	+	+
Lotul 13 – Crenvurști	SA Augur Perla	21249	1 lot	+	+
	SRL Premium Catering	26040	1 lot	+	+
Lotul 14 – Pește congelat	Baguette SRL	41872,50	1 lot	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

7. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

8. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Baguette SRL (lotul 1)	Nu corespunde criteriului cel mai mic preț
Lapmol SRL	Nu corespunde criteriului cel mai mic preț

Fabrica de unt din Florești SA	Nu corespunde criteriului cel mai mic preț
Premium Catering SRL (lotul 13)	Nu corespunde criteriului cel mai mic preț
Arena Fruct SRL (lotul 1)	Nu corespunde criteriului cel mai mic preț

9. **Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

10. **Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

11. **Informația privind factorii de evaluare aplicați:**

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

12. **Reevaluarea ofertelor:**

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

13. **În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:**

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Preț total (fără TVA)	Prețul total fără TVA	Prețul total (inclusiv TVA)
-------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------

Lotul I – Diverse produse alimentare	VA Struc SRL	1 lot			148650,55	174849,50
Lotul II – Lapte	Lactis SA	1 lot			50772,22	54834,00
Lotul III – Smântina 15%	Lactis SA	1 lot			18148,15	19600,00
Lotul IV – Unt 72,5 %	Lactis SA	1 lot			105925,00	114400,00
Lotul V - Brinză cu chiaz tare 45-50%	Lactis SA	1 lot			29950,00	35940,00
Lotul VI - Brinză de vaci 9%	Lactis SA	1 lot			31851,85	34400,00
Lotul VII – Chefir 1 %	Lactis SA	1 lot			49907,41	53900,00
Lotul VIII – Carne de pasăre și de pui	Premium Catering SRL	1 lot			192075,00	230490,00
Lotul IX – Ouă	Dant Agro SRL	1 lot			16640,00	19968,00
Lotul X - Pâine	Baiur Agro SRL	1 lot			55447,50	59970,60
Lotul XI – Carne de bovină	Premium Catering SRL	1 lot			78365,00	94038,00
Lotul XII – Fructe și legume	Arena Fruct SRL	1 lot			79711,00	86110,00
Lotul XIII – Crenvurști	Augur Perla SRL	1 lot			21249,00	25500,00
Lotul XIV – Pește congelat (Hec)	Baguette SRL	1 lot			41872,50	50250,00
Total					920565,2	1054250,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __,

Argumentare: _____

14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Baguette SRL	19.06.2025	<i>E-mail</i>
V.A. Struc SRL	19.06.2025	<i>E-mail</i>
Lactis SA	19.06.2025	<i>E-mail</i>
Baiuragro SRL	19.06.2025	<i>E-mail</i>
Lapmol SRL	19.06.2025	<i>E-mail</i>
Premium Caterig SRL	19.06.2025	<i>E-mail</i>
Arenafruct SRL	19.06.2025	<i>E-mail</i>
Augur Perla SA	19.06.2025	<i>E-mail</i>
Fabrica de un din Florești SA	19.06.2025	<i>E-mail</i>
Brual Vest SRL	19.06.2025	<i>E-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

15. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului (fără TVA)	Valoarea contractului (inclusiv TVA)	Termen de valabilitate al contractului/a acordului-cadru
VA Struc SRL		184 26.06.2025	15800000-6	148850,55	174849,6	31.12.2025
Lactis SA		183 26.06.2025	15800000-6	253200	275507,45	31.12.2025
Premium Catering SRL		185 26.06.2025	15800000-6	270310	324528	31.12.2025
Dant Agro SRL		182 26.06.2025	15800000-6	16640	19968	31.12.2025
Baiur Agro SRL		186 26.06.2025	15800000-6	55447,5	59970,6	31.12.2025
Arena Fruct SRL		188 26.06.2025	15800000-6	79711	86110	31.12.2025
Augur Perla SRL		189 26.06.2025	15800000-6	21249	25500	31.12.2025
Baguette SRL		187 26.06.2025	15800000-6	41872,5	50250	31.12.2025

16. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(îndicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:

- Prețul cel mai scăzut ☐
Costul cel mai scăzut ☐
Cel mai bun raport calitate-preț ☐
Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Cducatorul grupului de lucru pentru achiziții:

PĂLII Natalia

(Nume , Prenume)

Semnatura

