

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 02.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate In Sanatate
Localitate	mun. Chișinău.
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, Chișinău str. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022 222 445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Balta Sergiu, tel. (022) 222-364, Email: dispozitive@capcs.md .

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicati]</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/remeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Conform alin. (1-2) art. 46 din Legea 131/03.07.2015 - (1) Contractul de achiziții publice poate fi atribuit prin următoarele proceduri: a) licitație deschisă; b) licitație restrânsă; c) dialog competitiv; d) proceduri negociate;

	<p>e) cerere a ofertelor de prețuri; f) concurs de soluții; g) achiziție în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice; h) parteneriat pentru inovare. (2) Procedurile de bază de atribuire a contractului de achiziții publice sînt licitația deschisă și licitația restrînsă. Alte proceduri de achiziție publică pot fi folosite numai în condițiile expres stabilite de prezenta lege.</p> <p>Nr: MTender ID ocds-b3wdp1-MID-1623402250808 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MID-1623402250808?tab=contract-notice</p>
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	<p>Data publicării: 11 iun 2021, 12:10</p>
Platforma de achiziții publice utilizată	<p>√ achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md</p>
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	<p>Data: 19 din 09.06.2021</p> <p>Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_46_1.pdf</p>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<p><input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic</p>
Sursa de finanțare	<p><input type="checkbox"/> Buget de stat; √ Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; √ Alte surse: <i>[Indicați]</i></p>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	<p>34 582 601,00 lei</p>

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	<p>13 iun 2021, 13:17</p>
Denumirea operatorului economic	<p>-</p>
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Subiectul întrebării: Videorecorder cu monitor Întrebare: Pentru ce secție/ departament? care e utilizarea?</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<p>Dispozitivul este destinat pentru secția Oftalmologie.</p>
Data transmiserii	<p>16 iun 2021, 09:11</p>
Data solicitării clarificărilor	<p>13 iun 2021, 19:18</p>

Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lampa germicida varianta mobila Întrebare: Buna ziua, concretizare fiecare instalate trebu sa fie dotata cu 3 tuburi UV + 3 tuburi UV de rezerva, mersi
Expunerea succintă a răspunsului	Da, conform cerințelor caietului de sarcina este solicitat ca fiecare instalate sa fie dotata cu 3 tuburi UV + 3 tuburi UV de rezerva.
Data transmiterii	16 iun 2021, 09:12
Data solicitării clarificărilor	13 iun 2021, 19:21
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lampa germicida varianta mobila Întrebare: Buna ziua, vor fi acceptata instalatiile dotate cu telecomanda si taimer, pentru protectia personalul ? In satele vecine aceste dotari sunt obligatorii.
Expunerea succintă a răspunsului	Orice produs care va corespunde cerințelor caietului de sarcină și va dispune de îmbunătățiri sau accesorii suplimentare incluse vor fi acceptate și bine venite.
Data transmiterii	16 iun 2021, 09:13
Data solicitării clarificărilor	14 iun 2021, 09:26
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lotul 19 Întrebare: "Livrata cu reagenți și consumabile pentru 1000 teste" Ce presupuneti sa primiti in acest set de reagenti si consumabile.
Expunerea succintă a răspunsului	Conform cerințelor caietului de sarcină se solicită „Livrata cu reagenți și consumabile pentru 1000 teste”. Deci, prin aceasta cerință se solicită toți reagenții și consumabilele necesare pentru a putea efectua 1000 de teste.
Data transmiterii	16 iun 2021, 09:13
Data solicitării clarificărilor	14 iun 2021, 10:42
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Laser chirurgical Întrebare: Specificati care vor fi domeniile de utilizare
Expunerea succintă a răspunsului	Acest dispozitiv este destinat pentru secția Chirurgia Toracică, pentru Bronhologie Intervenționala.
Data transmiterii	16 iun 2021, 09:14
Data solicitării clarificărilor	14 iun 2021, 13:12

Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: 63. Compresor de aer
Expunerea succintă a răspunsului	Întrebare: Aș dori să vă clarific dacă ați scris corect debitul de aer la ieșirea 200m ³ / h? Parametrul tehnic a fost corectat. Caietul de sarcini va fi modificat.
Data transmiterii	16 iun 2021, 09:15
Data solicitării clarificărilor	16 iun 2021, 11:55
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lotul 19 Întrebare: "Livrare cu reagenți și consumabile pentru 1000 teste" Va rog sa concretizati ce fel de reagenti si consumabile sunt necesari. Analizatorul dat care este descris are 5 parametri: PT- ? APTT-? Fbg-? TT-? DD-? Consumabile cuve-?
Expunerea succintă a răspunsului	Conform cerințelor caietului de sarcini se solicită „Livrare cu reagenți și consumabile pentru 1000 teste". Deci, prin această cerință se solicită toată cantitatea de consumabilele, controale și calibratori necesari pentru a putea efectua 1000 de teste. Reagenți pentru 300 teste PT, 200 teste APTT, 300 teste Fbg, 100 teste TT și 100 teste D-Dimer.
Data transmiterii	21 iun 2021, 09:08
Data solicitării clarificărilor	16 iun 2021, 18:35
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lotul 74 Întrebare: Deoarece autoclavul pentru deșeuri medicale nu este dispozitiv medical și nu necesită înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale la AMDM, vă rugăm, să aveți amabilitatea să acceptați ca în loc de ISO 13485 să prezentăm ISO 9001 de la producător, precum și declarația de conformitate pentru produs.
Expunerea succintă a răspunsului	Având în vedere că autoclavul pentru deșeuri medicale este utilizat în scopul medical, este catalogat drept dispozitiv medical și urmează a fi certificat conform legislației în vigoare. Dispozitiv medical – orice instrument, aparat, echipament, material sau alt articol, utilizat separat ori în combinație, inclusiv software-ul necesar funcționării corespunzătoare a acestuia, conceput de producător să fie utilizat pentru organismul uman în scopul: a) diagnosticării, prevenirii, monitorizării, tratamentului sau ameliorării unei afecțiuni; b) diagnosticării, prevenirii, supravegherii, tratamentului, ameliorării sau compensării unei leziuni sau a unei dizabilități; c) investigării, înlocuirii sau modificării anatomiei ori a unui proces fiziologic; d) controlului concepției, și care nu își îndeplinește acțiunea principală prevăzută în sau pe organismul uman prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, dar a cărui funcționare poate fi asistată prin astfel de mijloace;

Data transmiterii	21 iun 2021, 09:46
Data solicitării clarificărilor	17 iun 2021, 10:33
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lotul 63 (Compresor de aer) Întrebare: Deshidratant per compresor necesar?
Expunerea succintă a răspunsului	Conform cerințelor caietului de sarcini se solicită "separator de condensat"; care are aceeași funcție de dehidratare.
Data transmiterii	21 iun 2021, 09:09
Data solicitării clarificărilor	17 iun 2021, 17:12
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: m) Aspirare automată a draperiei pentru manipularea sterilă, fără obstrucții a microscopului și pentru o utilizare mai ușoară a huselor Da Întrebare: Specificatiile tehnice anuntate pentru acest LOT, si anume ''Aspirare automată a draperiei pentru manipularea sterilă, fără obstrucții a microscopului și pentru o utilizare mai ușoară a huselor Da''; favorizeaza vadit doar un singur producator si anume CARL ZEISS. Vedeti video din linkul: https://www.youtube.com/watch?v=7J4FgVdUP_U (incepind cu minutul 3:10). Pentru a asigura concurenta egala si pentru a nu limita intentionat participarea altor operatori economici, vă rugăm să excludeți complet această specificație, deoarece aceasta este unică și caracterizeaza microscopapele chirurgicale ale unui singur producator - CARL ZEISS.
Expunerea succintă a răspunsului	Această specificație este opțională, fiind preferată de specialiști făcând pregătirea operatorie mai economă în timp și mai eficientă, asigurând sterilitatea și fixarea cîmpului operator.
Data transmiterii	21 iun 2021, 09:13
Data solicitării clarificărilor	17 iun 2021, 17:59
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: e) Distanța de operare fără schimb de lentile, lin variabil (varioscop), în diapazonul de mm, nu mai puțin 200-500. Întrebare: Specificatiile tehnice anuntate pentru acest LOT, si anume "Distanța de operare fără schimb de lentile, lin variabil (varioscop), în diapazonul de mm, nu mai puțin 200-500"; favorizeaza vadit doar un singur producator si anume CARL ZEISS, Model: ZEISS OPMI VARIO 700. Vedeti linkul: https://applications.zeiss.com/C1257A290053AE30/0/4C1BCD5FA3A7BAFAC1257FE1004BDD661/

	\$FILE/OPMI_VARIO_700_EN_30_010_0329VII.pdf (Pagina 19). Pentru a asigura concurența egală și pentru a nu limita intenționat participarea altor operatori economici, vă rugăm să vă micșorați limita superioară a diapazonului de "distanța de operare fără schimb de lentile" exprimată în mm pînă la minimum 450 mm.
Expunerea succintă a răspunsului	Pentru categoria dată de microscopie chirurgicale și eficiența activității chirurgicale, fiind un microscop chirurgical de nivel premium, nu un microscop pentru examinare, ați producători oferă intervale de lucru ce se includ în intervalul cerut de 200-500 mm. De exemplu : Leica M530 oHX, Leica PROvido, HS 3 1000 c.
Data transmiterii	21 iun 2021, 09:15
Data solicitării clarificărilor	17 iun 2021, 18:20
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: q) Monitor 24 inch (touch-screen) integrat în dispozitiv Da Întrebare: Pentru a permite multor operatori economici să pregătească o ofertă pentru depunere, vă rugăm să exprimați această specificație printr-o diapazonă de 21.5 inch, sau mai mare, deoarece dimensiunea unui ecran tactil nu este cel mai important ingredient în calitatea imaginii. Doar pentru că un ecran are o rezoluție mai mare decât alta, nu înseamnă întotdeauna că arată mai bine. Un ecran cu o performanță mai bună a gamei dinamice ridicate (HDR), un raport de contrast total mai bun sau o culoare mai bună va arăta mai bine decât unul care are doar mai mulți pixeli.
Expunerea succintă a răspunsului	Monitorul cu diagonală de 24 inch sau mai mult reprezintă " un factor important în procesul de lucru, ce facilitează actul chirurgical și procesul educațional a domeniului chirurgie ORL prin faptul că la monitor în timpul lucrului se, afișează bara de meniu cu butoane touch-screen ce ocupă o suprafață a ecranului, iar restul e predestinată imaginii live și respectiv cu cit diagonală este mai mare, cu atât textul va mai citeț de la o distanță mai mare. Alți producători de microscopie chirurgicale oferă monitoare touch-screen cu diagonalele 24-27' De exemplu : Leica M530 OHX, Leica PROvido.
Data transmiterii	21 iun 2021, 09:23
Data solicitării clarificărilor	18 iun 2021, 10:36
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Microscop chirurgical ORL Întrebare: e) Distanța de operare fără schimb de lentile, lin variabil (varioscop), în diapazonul de mm, nu mai puțin 200-500. Solicitam sa reformulati: in diapazonul 200-500 mm, fapt ce ar oferi o concurența sanatoasa si transparenta
Expunerea succintă a răspunsului	Diapazonul dat de minim 200-500 mm este un diapazon optimal pentru mai mulți producători de genul dat de dispozitive pe piață.
Data transmiterii	21 iun 2021, 09:43
Data solicitării clarificărilor	18 iun 2021, 12:08

Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lot 74 Întrebare: Vă rugăm să aveți amabilitatea să ne comunicați când se poate vizita locația destinată instalării autoclavului, pentru a putea fi luate în calcul costurile necesare pregătirii ofertei, și cine este persoana de contact.
Expunerea succintă a răspunsului	Locația se poate vizita în zilele de Luni până Vineri, dar rugăm să se informeze serviciul Achiziții Publice SCR cu cel puțin 1 oră până la data sosirii.
Data transmiterii	21 iun 2021, 09:55
Data solicitării clarificărilor	18 iun 2021, 15:39
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lotul 74 Întrebare: Deoarece autoclavul pentru deșeuri medicale nu este dispozitiv medical și nu necesită înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale la AMDM, vă rugăm, să aveți amabilitatea să acceptați ca în loc de ISO 13485 să prezentăm ISO 9001 de la producător, precum și declarația de conformitate pentru produs.
Expunerea succintă a răspunsului	Având în vedere că autoclavul pentru deșeuri medicale este utilizat în scopul medical, este catalogat drept dispozitiv medical și urmează a fi certificat conform legislației în vigoare. Dispozitiv medical – orice instrument, aparat, echipament, material sau alt articol, utilizat separat ori în combinație, inclusiv software-ul necesar funcționării corepunzătoare a acestuia, conceput de producător să fie utilizat pentru organismul uman în scopul: a) diagnosticării, prevenirii, monitorizării, tratamentului sau ameliorării unei afecțiuni; b) diagnosticării, prevenirii, supravegherii, tratamentului, ameliorării sau compensării unei leziuni sau a unei dizabilități; c) investigării, înlocuirii sau modificării anatomiei ori a unui proces fiziologic; d) controlului concepției, și care nu își îndeplinește acțiunea principală prevăzută în sau pe organismul uman prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, dar a cărui funcționare poate fi asistată prin astfel de mijloace;
Data transmiterii	21 iun 2021, 09:48
Data solicitării clarificărilor	18 iun 2021, 16:06
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lot 51 Mese de operare Întrebare: Am pus mai multe tipuri de mese intrun lot, va rog mult sa dispersati pe mai multe loturi deoarece limitati concurenta pe piata si nu pot participa mai multi operatori economici SAU din contra favorizati doar un singur operator economic ceea ce contravine legii. Modificati va rog aceste poziii pentru fiecare LOT in parte.

Expunerea succintă a răspunsului	Recepționare meselor de la același producător ar permite obținerea unui preț mai mic de la ofertant, ar permite mentenanță ulterioară mai simplă cu piese și accesorii intercompatibile, ce permite utilizarea mai eficientă a lor pe parcurs. Mesele solicitate sunt în producere la toți producătorii specializați în acest domeniu.
Data transmiterii	21 iun 2021, 10:09
Data solicitării clarificărilor	18 iun 2021, 16:21
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Deconectare automata la nivel scăzut de apă, securitate la supraîncălzire, suprapresiune Întrebare: Va rugam a accepta si tehnologii de ultima generatie care asigura sterilizarea in mediu umed, cu abur dar fara a lucra sub presiune ci la presiune atmosferica
Expunerea succintă a răspunsului	Suntem instituție medicala publica care este obligata sa respecte regulamentul sanitar de gestionare a deșeurilor medicale.(HOTĂRÎRE Nr. HG696/2018 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală) Conform indicațiilor din regulamentul dat, se menționează în repetate rânduri, citam: "autoclavarea deșeurilor infecțioase/ăiетоare înșepătore se face în condiții umede (cu aburi fierbinți sub presiune) în instalații special destinate"
Data transmiterii	21 iun 2021, 10:38
Data solicitării clarificărilor	18 iun 2021, 16:23
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern Întrebare: Va rugam a accepta si tehnologii de ultima generatie care asigura sterilizarea in mediu umed, cu abur dar fara a avea nevoie de generator de abur atasat sau incorporat
Expunerea succintă a răspunsului	Suntem instituție medicala publica care este obligata sa respecte regulamentul sanitar de gestionare a deșeurilor medicale.(HOTĂRÎRE Nr. HG696/2018 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală) Conform indicațiilor din regulamentul dat, se menționează în repetate rânduri, citam: "autoclavarea deșeurilor infecțioase/ăiетоare înșepătore se face în condiții umede (cu aburi fierbinți sub presiune) în instalații special destinate"
Data transmiterii	21 iun 2021, 10:40
Data solicitării clarificărilor	18 iun 2021, 16:29
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Egalizarea presiunii in camera de sterilizare asigurata prin HEPA filtru

	Întrebare: Avand in vedere ca filtru HEPA asigura un proces de filtrare, va rugam a detalia procedeu solicitat de dumneavoastra prin care se poate asigura egalizarea presiunii in camera de sterilizare cu ajutorul unui filtru, știut fiind ca egalizarea unei presiuni se face prin supape, duze, etc...
Expunerea succintă a răspunsului	Necesitatea prezentei filtrelor hepa este argumentata prin nevoia de a asigura un regim optim de lucru pentru operatorii din camera de autoclavare, ca la sfârșitul procesului de lucru aburul generat sa fie filtrat si sa creeze un mediu optim de lucru.
Data transmiterii	21 iun 2021, 10:40
Data solicitării clarificărilor	18 iun 2021, 16:30
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: In set obligatoriu cosuri pentru incarcarea deseurilor autoclavate Întrebare: Va rugam a accepta si tehnologii de ultima generatie pentru tratarea deseurilor rezultate din activitatea medical care asigura sterilizarea in mediu umed, cu abur dar care la sfarsitul ciclului de tratare/sterilizare deseu eliminat sa poata fi compactat si asimilabil direct desului menjaer putand fi depozitat fara probleme la depozitul regional de Deseuri fiind in totalitate steril.
Expunerea succintă a răspunsului	Cerința încărcării în coșuri a fost stabilita pentru comoditatea personalului implicat in proces, dar daca ofertele propuse vor asigura deseuri compactate atunci ofertele vor fi acceptate spre examinare.
Data transmiterii	21 iun 2021, 10:42
Data solicitării clarificărilor	18 iun 2021, 16:31
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Gama de temperatură: 121 -134 grade C Întrebare: Va rugam a accepta si tehnologii de ultima generatie care asigura sterilizarea in mediu umed, cu abur dar dar care asigura o temperatura de tratare sigura de 150 – 155 grade C
Expunerea succintă a răspunsului	Se accepta clarificarea autoclavarea deseurilor – tehnologie de tratare termică la temperaturi scăzute până la 180°C, a deseurilor infectioase/iaietoare înțepătoare în condiții umede (cu aburi fierbinți sub presiune) în instalații special destinate;
Data transmiterii	21 iun 2021, 10:43
Data solicitării clarificărilor	18 iun 2021, 18:00
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Sistem de monitorizare a nivelului de apă în generator Întrebare: Va rugam a accepta si tehnologii de ultima generatie care asigura sterilizarea in mediu umed, cu abur dar fara a avea nevoie de generator de abur atasat sau incorporat

Expunerea succintă a răspunsului	Suntem instituție medicala publica care este obligata sa respecte regulamentul sanitar de gestionare a deșeurilor medicale.(HOTĂRÎRE Nr. HG696/2018 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală) Conform indicațiilor date în regulamentul dat, este menționat în repetate rânduri, citam: "autoclavarea deșeurilor infecțioase/tăietoare înțepătoare se face în condiții umede (cu aburi fierbinți sub presiune) în instalații special destinate"
Data transmiterii	21 iun 2021, 10:44
Data solicitării clarificărilor	18 iun 2021, 18:00
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Dotat cu pompă de apă de umplere a generatorului de aburi, integrat Întrebare: Va rugam a accepta si tehnologii de ultima generatie care asigura sterilizarea in mediu umed, cu abur dar fara a avea nevoie de generator de abur atasat sau incorporat
Expunerea succintă a răspunsului	Suntem instituție medicala publica care este obligata sa respecte regulamentul sanitar de gestionare a deșeurilor medicale.(HOTĂRÎRE Nr. HG696/2018 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală) Conform indicațiilor date în regulamentul dat, este menționat în repetate rânduri, citam: "autoclavarea deșeurilor infecțioase/tăietoare înțepătoare se face în condiții umede (cu aburi fierbinți sub presiune) în instalații special destinate"
Data transmiterii	21 iun 2021, 10:45
Data solicitării clarificărilor	18 iun 2021, 18:41
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: LOT 12 Întrebare: Solicitati congelator 200-300 litri sau 280-300 litri?
Expunerea succintă a răspunsului	Conform specificației solicitate este necesară capacitatea 280-300 litri.
Data transmiterii	21 iun 2021, 10:11
Data solicitării clarificărilor	18 iun 2021, 19:47
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lotul 62.Laser chirurgical Întrebare: Vă rugăm insistent să indicați concret domeniul de aplicare al dispozitivului dat.
Expunerea succintă a răspunsului	Pentru chirurgie toracică, cabinet bronhoscopie.
Data transmiterii	21 iun 2021, 10:12

Data solicitării clarificărilor	21 iun 2021, 10:09
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: 16.Microscop de laborator binocular cu 4 obiective Întrebare: Deoarece obiectivele solicitate Plan Acromate pentru microscop, nu necesita un camp mai mare de vizualizare in ocular de 20 mm, va rugam sa acceptati ca ocularele sa fie si de 10x/20 mm.
Expunerea succintă a răspunsului	Specificajia solicitata va permite upgrade-ul ulterior fără alte cheltuieli suplimentare.
Data transmiterii	30 iun 2021, 08:59
Data solicitării clarificărilor	21 iun 2021, 10:11
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lot 17 Întrebare: Deoarece microscopul care dorim sa il oferim este dotat cu sistem mecanic de auto-ajustare a focusului, va rugam sa acceptati ca reglajul fin al microvizei microscopului sa lucreze si in pasi $3\mu\text{m}$, deoarece diferenta de 1 micrometru este insesizabila, important fiind ca sistemul mecanic sa fie perfect echilibrat.
Expunerea succintă a răspunsului	Ofertele vor fi evaluate conform cerințelor și criteriilor expuse în documentația de atribuire.
Data transmiterii	30 iun 2021, 08:57
Data solicitării clarificărilor	21 iun 2021, 10:14
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lot 67 Întrebare: Deoarece pe plita rece se depoziteaza pentru o perioada foarte scurt de timp blocurile, doar citeva minute, va rugam sa acceptati un spatiu de depozitare de 65 de blocuri, in loc de 70 solicitate. Diferenta de 5 blocuri nu influenteaza cu nimic fluxul de lucru.
Expunerea succintă a răspunsului	Din cauza fluxului de lucru mare și timpului de răspuns limitat se solicită spațiul de depozitare pe zona rece de minim 70 de molduri.
Data transmiterii	30 iun 2021, 08:41
Data solicitării clarificărilor	21 iun 2021, 10:14
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lot 67

	Întrebare: Procedura de lucru cere ca vasul de parafina sa fie verificat de impuritati si completat permanent de utilizator cu parafina proaspata. Va rugam sa acceptati si un volum de 4 litri al vasului de parafina, comparativ cu 4,5 litri solicitati, astfel ca accesul la sitele de filtrare a parafinei sa fie mai rapid.
Expunerea succintă a răspunsului	Din cauza fluxului de lucru mare si timpul de răspuns limitat se solicită capacitatea vasului de minim 4.5 litri.
Data transmiterii	30 iun 2021, 08:36
Data solicitării clarificărilor	21 iun 2021, 10:14
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lot 67 Întrebare: In timpul lucrului nu se folosesc mai mult de 4-5 pensete incalzite si dorim sa va oferim un echipament superior, la care suportul penselor este detasabil si usor de curatat. Sistemul solicitat de 10 gauri pentru pensete nu se poate curata de impuritati si astfel va rugam sa acceptati si un echipament care este dotat cu un suport detasabil cu 6 gauri pentru pensete.
Expunerea succintă a răspunsului	Din cauza fluxului de lucru mare și timpul de răspuns limitat se solicită zonă detașabilă pentru minim 10 pensete.
Data transmiterii	30 iun 2021, 08:34
Data solicitării clarificărilor	21 iun 2021, 10:15
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Lot 67 Întrebare: Statia de includere in parafina este un echipament intermediar in fluxul de lucru si este clasificata conform MEDDEV 2.14/1 revision 2/2012 eliberat de Comisia Europeana de clasificare a dispozitivelor IVD, ca un echipament care nu are nevoie de Certificat IVD. Va rugam sa eliminati cerinta ca statia de includere sa fie cu IVD sau sa acceptati si fara certificare IVD. Ghidul de clasificare a dispozitivelor medicale cu sau fara IVD MEDDEV 2.14/1 revision 2/2012, se poate atasa la licitatie ca document confirmator.
Expunerea succintă a răspunsului	Se acceptă dispozitivele fără certificate IVD.
Data transmiterii	30 iun 2021, 08:33
Data solicitării clarificărilor	21 iun 2021, 10:49
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Standard de calitate

	<p>Întrebare: Vă rugăm să aveți amabilitatea să acceptați prezentarea ISO 9001 de la producător, standard de calitate pentru producerea bunurilor de uz general, deoarece: - un neutralizator (autoclav) de deșeuri poate fi folosit atât pentru sterilizarea deșeurilor medicale cât și a celor nemedicale, - din textul Legii 102/2017 privind dispozitivele medicale reiese cu claritate faptul că un neutralizator (autoclav) de deșeuri NU este folosit la: "..... a) diagnosticării, prevenirii, monitorizării, tratamentului sau ameliorării unei afecțiuni; b) diagnosticării, prevenirii, supravegherii, tratamentului, ameliorării sau compensării unei leziuni sau a unei dizabilități; c) investigării, înlocuirii sau modificării anatomiei ori a unui proces fiziologic; d) controlului concepției, și care nu își îndeplinește acțiunea principală prevăzută în sau pe organismul uman prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, dar a cărui funcționare poate fi asistată prin astfel de mijloace;..." ca atare NU are rol de dispozitiv medical - prin comparație, echipamentele folosite la bucătărie care au aceeași legătură cu pacientul ca și neutralizatorul de deșeuri, ar trebui și ele să fie certificate ISO 13485, deoarece sunt folosite în spital pentru prepararea hranei - organisme abilitate din alte țări europene (România) care respect aceleași legi în privința dispozitivelor medicale ca și Republica Moldova, NU consideră aceste neutralizatoare ca fiind dispozitive medicale. Asemenea document se află în posesia noastră și se poate pune la dispoziția autorității contractante.</p>
<p>Expunerea succintă a răsunsului</p>	<p>Având în vedere că autoclavul pentru deșeuri medicale este utilizat în scopul medical, este catalogat drept dispozitiv medical și urmează a fi certificat conform legislației în vigoare. În același timp, HG 1128/2016, prevede că Centrul, ca autoritate centrală pentru achiziții, desfășoară procedurile de achiziții publice produse de uz medical și dispozitive medicale.</p>
<p>Data transmiterii</p>	<p>30 iun 2021, 09:08</p>
<p>Data solicitării clarificărilor</p>	<p>30 iun 2021, 11:08</p>
<p>Denumirea operatorului economic</p>	<p>-</p>
<p>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</p>	<p>Subiectul întrebării: 74. Autoclav pentru deșeuri medicale cu marunitor incorporat</p> <p>Întrebare: In conformitate cu Legea 102 din 09 06 17, Articolul 2. Noțiuni principale: dispozitiv medical – orice instrument, aparat, echipament, material sau alt articol, utilizat separat ori în combinație, inclusiv software-ul necesar funcționării corespunzătoare a acestuia, conceput de producător să fie utilizat pentru organismul uman. Autoclavul pentru deșeuri medicale cu marunitor incorporat cat si rezultatul functionarii lui nu este utilizat pentru organismul uman, nu poate fi calificat drept dispozitiv medical. Aceste produse sunt notificate conform Directivei Europene 2014/68/EU si pot fi solicitate certificatele CE conform acestei directive. Solicitam excluderea solicitarii: * Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și șampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și șampilă Participantului.</p>

Expunerea succintă a răspunsului	Certificatul ISO 13485 va fi exclus, se acceptă ISO 9001
Data transmiterii	2 iul 2021, 09:07
Data solicitării clarificărilor	30 iun 2021, 11:31
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Laser chirurgical Întrebare: Ce tipuri de tratamente se planifica a fi facute cu laserul solicitat? Sunt necesare si piese de mana? (Handpieces)
Expunerea succintă a răspunsului	Ablația tumorilor laringotrabihobronșice, rezecția stricturilor stenozelor trahiale, laringiene și bronșice. Nu sunt necesare piese de mână.
Data transmiterii	1 iul 2021, 08:20
Data solicitării clarificărilor	30 iun 2021, 15:38
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Specificatii Tehnice Întrebare: Buna ziua, La capitolul particularitati este specificat ca sectiunea spatea sa fie detasabila. Se are in vedere saltaua sa fie detasabila sau sectiunea propriu zisa? In acelasi timp se solicita Sectiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila minim 150mm si Extensia spate ajustabila cu "kidney bridge", dar aceste caracteristici vin in contradicție din punct de vedere tehnic cu sectiunea spate detasabila.
Expunerea succintă a răspunsului	Parametrul "sectiunea spate detasabilă" se poate considera ca un parametru opțional.
Data transmiterii	1 iul 2021, 08:20
Data solicitării clarificărilor	30 iun 2021, 22:35
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: LOT 33 Dispozitiv pentru reprocesarea automată a sistemelor de endoscopie Întrebare: - De ce se omite, ca o ultima etapa, in ciclul de dezinfectie, suflarea sau cel mai bine uscarea canalelor endoscopului ? deoarece toata apa care ramane in endoscop poate duce la deteriorarea intregului sistem de endoscopie prin patrunderea apei din canalele endoscopului, iar pe de alta parte umiditatea este un mediu propice de dezvoltare a microorganismelor. - Se doreste doar dezinfectia sau si sterilizarea ? deoarece aceste 2 notuni sunt diferite si presupun lucruri diferite. - De ce s-a decis ca sa fie pe baza de glutaraldehida ? dupa ultimile studii de igiena s-a demonstrat ca glutaraldehida in HLD are foarte multe dezavantaje, care duc la riscul de infectare a pacientilor: este slab eficient impotriva HPV16 - ce provoaca cancer, are efect foarte limitat impotriva sporilor(timpul de contact 2-9

	ore), creaza rezistenta la anumite tipuri de microorganisme cum ar fi Pseudomona si Micobacteriile, face sa fixeze proteinele ceea ce duce la crearea biofilmului s.a. - De ce nu se cere ca dispozitivul sa aiba un regim de "autodezinfectie", care este o cerinta foarte importanta pentru asa tip de dispozitive? Aceasta poate fi termica sau chimica, dar distruge toate microorganismele potential ramase la inceputul zilei de lucru.
Expunerea succintă a răspunsului	Etapă de uscăre nu este obligatorie, dispozitivele fără această etapă sunt conforme ISO 15883, din acest motiv nu a fost inclus în specificațiile tehnice. Etapa de uscăre a endoscopelor este efectuată de operatorul dispozitivului
Data transmiterii	1 iul 2021, 18:20
Data solicitării clarificărilor	1 iul 2021, 09:06
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: De exemplu : Leica M530 oHX, Leica PProvido, HS 3 1000 c. Întrebare: Model Leica M530 oHX, Leica PProvido au distanța de operare fără schimb de lentile în diapazonul 225-600 mm. Model HS 3 1000 are distanța de operare fără schimb de lentile în diapazonul 224-510 mm. După cum puteți vedea, niciunul dintre aceste modele de microscop nu se potrivește cu specificațiile cerute (200-500 mm). Pentru a evita următoarele motive de contestație, vă rugăm să indicați separat limita inferioară pentru distanța de operare fără schimb de lentile (de exemplu 200 mm, +/- 25 mm) și limita superioară pentru distanța de operare fără schimb de lentile (de exemplu 500 mm, +/- 50 mm). Luând în considerare specificul operațiilor ORL, distanța de operare fără schimb de lentile de 225 - 400 mm este mai mult decât suficient pentru chirurgi.
Expunerea succintă a răspunsului	Distanța de operare solicitată corespunde clasei microscopelor solicitate de către medicii chirurgii operatori, diversitatea tehnologiilor utilizate în patologii ORL necesită spațiu suplimentar manipularilor cu asigurarea sterilității câmpului operator. Se accepta intervalul 200mm+-25mm pentru limita inferioară și 500mm+-50mm pentru limita superioară.
Data transmiterii	1 iul 2021, 18:21
Data solicitării clarificărilor	1 iul 2021, 09:14
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: q) Monitor 24 inch (touch-screen) integrat în dispozitiv Da Întrebare: Pentru satisfacerea acestei cerințe, va fi acceptat monitor additional celui de baza cu diagonala min 24 inch, ce va facilita actul chirurgical și procesul educațional?
Expunerea succintă a răspunsului	Dispozitivul dat va fi utilizat alternativ în 2-3 săli de operații conform solicitărilor și necesităților la moment, astfel încât un monitor va limita mobilitatea dispozitivului dat și utilizarea lui în spațiile restrânse.
Data transmiterii	1 iul 2021, 18:22
Data solicitării clarificărilor	1 iul 2021, 17:05

Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Divizare lot "51 .Masa chirurgicală pentru pacient" pe poziii Întrebare: Incalcati legea. Rugam insisat sa divizati acest lot pe pozitii. Ati pus 4 diferite tipuri de mese in singur lot si necorespundea a numai unui parametru, cheair si nesemnificativ poate duce la disclarificarea ofertei concurente. Susinem că caracteristicile tehnice specificate în caietul de sarcini limitează semnificativ posibilitățile agenților economici de a participa la licitație, are drept scop de a elimina alți agenți economici din procedura în cauză, avântăând participarea doar a unui singur producător, contrar prevederilor al.9) a art.37 al Legii 131 din 2015, precum și contrar pct. 21 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016, care prevede că grupul de lucru este obligat să asigure participarea pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziție, în scopul asigurării concurenței și combaterii concurenței neloiale în domeniul achizițiilor publice. Vă atragem atenția repetat, că documentația tehnică este elaborată în așa fel că alți producători din start sunt eliminați din procedura de achiziție în cauză.
Expunerea succintă a răspunsului	Recepționare meselor de la același producător ar permite obținerea unui preț mai mic de la ofertant, ar permite mentenanță ulterioară mai simplă cu piese și accesorii intercompatibile, ce permite utilizarea și reprofilarea rapidă după necesitate și utilizarea mai eficientă a lor pe parcurs. Mesele solicitate au specificații generice, întocmite conform necesităților reale ale instituției și sunt în producere la toți producătorii specializați în acest domeniu.
Data transmiterii	2 iul 2021, 09:04
Data solicitării clarificărilor	1 iul 2021, 22:02
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: LOT 33 Dispozitiv pentru reprocesarea automată a sistemelor de endoscopie Întrebare: Cititi va rog atenti toate punctele intrebate la intrebarea de mai sus. In afara de etapa de uscare, sunt si alte puncte care ar fi bine sa le analizati, inclusiv celea referitor la substanta de dezinfectie !
Expunerea succintă a răspunsului	Etapă de uscare nu este obligatorie, dispozitivele fără aceasta etapă sunt conforme ISO 15883, din acest motiv nu a fost inclus în specificațiile tehnice. Etapa de uscare a endoscoapelor este efectuată de operatorul dispozitivului. Conform caietului de sarcină, se solicita dezinfectarea instrumentelor. Glutaraldehida la regimul de dezinfectare de 50 grade este conforma nivelului de dezinfectare solicitat. Dezinfectarea dispozitivului este o etapă necesară în exploatarea utilajului și nu este obligatoriu să fie automată, poate fi printr-un program separat sau asistată de personal. Orice produs care va corespunde cerințelor caietului de sarcină și va dispune de îmbunătățiri vor fi acceptate și bine venite.
Data transmiterii	2 iul 2021, 09:04
Data solicitării clarificărilor	2 iul 2021, 07:15
Denumirea operatorului economic	-

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Microscop chirurgical ORL Întrebare: Solicitam insistent reformularea distanței de operare: în diapazonul 200 - 500. Astfel oferind posibilitate de participare a mai multor agenți economici. Foarte corect a fost menționat mai sus, pentru astfel de operații este mai mult decât suficient un diapazon de 200-400. Referitor la monitor, ar trebui tot de fixat un diapazon pentru a evita contestările. Monitorul de la 21 la 24 inch corespunde perfect cerințelor și comodității în cazul intervențiilor ORL
Expunerea succintă a răspunsului	Diapazonul expus în caietul de sarcini corespunde clasei premium al microscopelor chirurgicale utilizate în microchirurgia ORL, fapt confirmat prin mai multe modele expuse în răspunsurile anterioare și corespunde solicitărilor și complexității cazurilor tratate unui centru terțiar de chirurgie ORL.
Data transmiterii	2 iul 2021, 09:05
Data solicitării clarificărilor	2 iul 2021, 09:08
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Microscop ORL Întrebare: Corespunde doar unui singur model. Citiți argumentele și schimbați
Expunerea succintă a răspunsului	cerința este a beneficiarului final și nu poate fi schimbată
Data transmiterii	2 iul 2021, 09:09
Data solicitării clarificărilor	2 iul 2021, 09:08
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: lotul 1-12 Întrebare: peste tot anul de producere este 2021. CAPCS solicita nu mai vechi de 2020. Va rugăm să acceptați produse din 2020. Mulțumim anticipat
Expunerea succintă a răspunsului	cerința este a beneficiarului final și nu poate fi schimbată
Data transmiterii	2 iul 2021, 09:10
Data solicitării clarificărilor	2 iul 2021, 09:11
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Microscop ORL Întrebare: Vor fi contestatii
Expunerea succintă a răspunsului	cerința este a beneficiarului final și nu poate fi schimbată
Data transmiterii	2 iul 2021, 09:11

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	La lotul nr. 67 Stație completă pentru includere în parafina, s-a exclus cerința obligatorie Certificat IVD. La lotul Autoclav pentru deseuri medicale cu marunțitor încorporat s-a adăugat următoarea cerință obligatorie *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizate cu stampila unedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	SIA RSAP (Mender)
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform platformei
Rezumatul modificărilor	Modificarea specificației tehnice pentru lotul nr. 3 din Dimensiunea minim 220 cm x 82,5 cm în Dimensiunea minim 220 cm x 80 mm. Pentru lotul nr. 9 Spirograf (260500) s-a exclus cerințele: „Diapazonul de volum $\geq 0-5 \text{ l}^{\text{m}}$ și „Diapazonul de flux $\geq 0-10 \text{ l/s}^{\text{m}}$ ”
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	SIA RSAP Mender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Conform platformei

5. Până la termenul-limită (data 24 iulie 2021, 9:11), au depus ofertă 40 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ Administratorii
1.	AG Medical SRL	101360000188	RUSU CRISTINA ALEXANDRU
2.	Ancotec-Sistem SRL	1003600119209	MATEI ANDREI VASILE
3.	Becor SRL	1003600060828	BEZER IURIE ION
4.	Biosistem-MLD SRL	1010600028048	POIATA VITALE VASILE
5.	Caravan Express SRL	1020605000736	CHIPERI VALENTIN ELISEI

6.	Dac-Spectromed SRL	1002600042432	MORDVINOV GHENADIE VICTOR
7.	DataControl SRL	1003600007935	GRABAZEI ALEXANDRU ALEXEI
8.	Denolga Medical SRL	1005600059558	GHERMAN IRINA ION
9.	Dita EstFarm SRL	1002600046359	CHIRTOACA IURIE ANDREI
10.	Dutchmed-M SRL	1009600033367	PRODAN SVEATOSLAV HARALAMPIE
11.	EChipamed-Plus SRL	1003600077677	IURCHEVICI VALERIU MIHAIL
12.	Ecohimie SRL	1002600052156	IURCU NICOLAE GHEORGHE
13.	Edelmed SRL	1017600048164	LATISEV ANASTASIA ANATOLIE
14.	Endo-Chirurgie SRL	1009600033242	GHEREG VICTOR ANATOLIE
15.	Ericon SRL	1003600000316	BUNIC GHEORGHE GHEORGHE
16.	Eyecon Medical SRL	1012600036108	CARSTOCEA IOAN RAZVAN
17.	GBG-MLD SRL	1003600117582	CEAICOVSCHI TUDOR CONSTANTIN
18.	Imunotehnomed SRL	1002600012565	RATA SERGIU VALERIAN
19.	Inoxplus SRL	1011600039984	COVALENCO DUMITRU GRIGORE
20.	Intermed SRL	1002600034804	CHICU NATALIA VASILE
21.	Labromed Laborator SRL	1012600001177	ERMICEV ALEXANDR MOISEI
22.	LifeMed Group SRL	1016600014720	ILIEV ANA ION
23.	Medexcom-Teh SRL	1019600008809	MATEI VASILE ANDREI
24.	Medica Sens SRL	1018600025629	CIOBANU SERGIU VALERIU
25.	Medist Grup SRL	1018600004516	ANGHEL GABRIELA CRISTINA
26.	Meditech SRL	1011600008593	GROSU MARINA MIHAIL
27.	Medpunkt SRL	1011600044267	ANTONOVA ANNA MIHAIL
28.	Neotec SRL	1002600048135	BOTNARU ANDREI GHEORGHE
29.	Oxivit-Med SRL	1007600044280	KOJEVNIKOV DMITRII ANDREI
30.	Penta Trading SRL	1015600019555	
31.	Pharmony SRL	1015600025123	SARCO ALEXANDRU VLADIMIR
32.	Polisano Prim SRL	1005600003425	ANDRONIC IOLA VICTOR
33.	Proflabdiagnostie SRL	1009600045502	VARMAN IRINA SERGHEI
34.	Romedcom SRL	1004600066975	TURCANU STEFAN FEODOR
35.	Sanmedico SRL	1003602008154	GOREACII VITALIE ILIE

36.	Tetis International SRL	1003600043595	PERPELITA IGOR ANATOLI
37.	Triumf-Motiv SRL	1012600021180	JIGHILI TATIANA VLADIMIR
38.	UISPAC SRL	10026000006414	BUZHOR SERGEY SMIL
39.	Vipromed Service SRL	1013600002366	SAVCA OCTAVIAN VALERII
40.	Vivamed International SRL	1007600028965	BEREGOI VALERIU VASILE

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici: conform Anexei nr. 1.

7. Informația privind coreșpunderea ofertelor cu cerințele solicitate: conform Anexei nr. 2 și Anexei nr. 3.

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coreșpunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
24.08.2021	Beacor SRL	<p>Lot 72. „Ultrasonograf General performanță înaltă (EXPERT)”</p> <p>Nu sunt indicați traductorii cu care intră în set. Nu sunt specificat regimurile:</p> <p>Regim ce permite redarea imaginilor cu rezoluție înaltă atât în vasele cu flux mare cât și în acele cu flux mai mic; Regim CW doppler pentru sonda liniară propus, necesar pentru investigările vaselor cu un înalt grad de stenoză; Regim Shear Wave, ce permite aprecierea elasticității ficatului, prin măsurarea vitezei de propagare a undei în zona de interes; Regim ce permite vizualizarea simultană a spectrelor Doppler de pe doua sectoare diferite in timp real pentru masurari ce permit măsurările directe coeficientului E/e; Regim ce permite posibilitatea analizei complexe automată a contractarii globale și locale a miocardului cu ajutorul urmării automate după structura inimii; Regim ce permite măsurările automate a fătului; Regim ce permite examinarea imaginii cu soluție de contrast; Regim ce permite examinarea unei imagini panoramice; Regim ce ar permite măsurarea automată a translucenta nucala:</p> <p>Parametru dat nu se regasese in brosură atasată: Traductoarele acceptate de sistem: TEE; Nivelul de gri: ≥256; Gama dinamică: ≥270dB; Canale digitale preprocesare: ≥ 570 000; Adâncimea de scanare: ≥ 40 cm ; Diapazonul de Frecvență asigurat de dispozitiv: 1-18 Mhz (minim); DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TDI, HPRF;</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrișoare de însoțire.</p>	Nu a prezentat răspuns
24.08.2021	LifeMed Group SRL	<p>Lot 20 - Debitmetru tip Bobrov:</p> <p>În catalog nu este specificată distanța de la priza de O2 până la recipientul umidificator, astfel să confirme această distanță. După posibilitate, solicităm o mostră pentru verificarea posibilității conectării la consolele din dotarea spitalului sau indicarea distanței sus-menționate.</p>	Nu a prezentat răspuns

24.08.2021	Triumf-Motiv SRL	<p>Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.</p> <p>Lot 3 - Spectrofotometru pentru laborator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triumf-Motiv SRL: Să confirme includerea soft-ului PC în ofertă. Să se specifice memoria internă. Să se prezinte lista instituțiilor din RM în care s-a instalat produsul oferit. Să se prezinte declarația de conformitate/certificat de conformitate pentru produsul oferit. Lot 9 - Frigidier pentru reactivi 1000-1400l: - Triumf-Motiv SRL: De confirmat posibilitatea configurației cu sertare sau polițe retractabile. Lot 12 - Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L: - Triumf-Motiv SRL: Să se confirme prezența roților în configurația oferită. Să se confirme includerea în ofertă a opțiunii USB data logging și temperature recorder. Să se confirme prezența sertarelor în configurația oferită. Să se prezinte certificatul CE sau declarația de conformitate pentru produsul oferit. <p>Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.</p>	A prezentat clarificări
24.08.2021	Dita EstFarm SRL	<p>Lot 45. „Sistem optic pentru vizualizarea fundului de ochi în operații de vitrectomie compatibile cu microscopul OPML Lumera i și filtru laser.”</p> <p>Dita EstFarm SRL: Sa se specifice în broșură siguranța de autoînchidere la contact cu ochiul pacientului și lentilele.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.</p>	A prezentat clarificări
24.08.2021	Vivamed International SRL	<p>Lot 70. „Brancarda sanitara (caracteristici de baza)”</p> <p>Sa se prezinte brosură.</p> <p>Lot 71. „Brancarda sanitara (caracteristici avansate)”</p> <p>Sa se prezinte brosură.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.</p>	A prezentat clarificări
24.08.2021	Medexcom-Teh SRL	<p>Lot 72. „Ultrasonograf General performanță înaltă (EXPERT)”</p> <p>Nu sunt specificat regimurile: Regim ce permite redarea imaginilor cu rezoluție înaltă atât în vasele cu flux mare cât și în acele cu flux mai mic; Regim CW doppler pentru sonda liniară propus, necesar pentru investigările vaselor cu un înalt grad de stenoză; Regim Shear Wave, ce permite aprecierea elasticității ficatului, prin măsurarea vitezei de propagare a unde în zona de interes; Regim ce permite vizualizarea simultană a spectrelor Doppler de pe doua sectoare diferite in timp real pentru masurarile ne-ar permite masurarile directe a coeficientului E/e; Regim ce permite posibilitatea analizei complexe automată a contractarii globale și locale a miocardului cu ajutorul urmării automate după structura inimii; Regim ce permite masurarile automate a fatului; Regim ce permite examinarea imaginii cu soluție de contrast; Regim ce permite examinarea unei imagini panoramice; Regim ce ar permite masurarea automată a transluența nucala;</p> <p>Parametru dat nu se regasese în broșura atasată: Traductorarele acceptate de sistem: intra-operative; Aplicațiile clinice: General, Vascular, Musculo-scheletal, organe mici; Numărul de porturi e pentru traductoare active: ≥4; Numărul de porturi</p>	A prezentat clarificări

		<p>solicitate CW: ≥ 1; Nivelul de gri: ≥ 256; Gamma dinamică: $\geq 270\text{dB}$; Canale digitale preprocesare: $\geq 570\ 000$ solicitat, 1 500 000 oferit; Adâncimea de scanare: ≥ 40 cm solicitat, 50 cm oferit; Diapazonul de frecvență asigurat de dispozitiv: 1-18 Mhz (minim); DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TDI, HPRF; Solicitat traductor convex cu frecvențe de lucru 1-5 Mhz - 1 unitate, număr de elemente ≥ 160, unghiul câmpului vizual minim 70 grade; oferit PVT-375BT, frecvențe de lucru 1-6 Mhz, câmpului vizual 70 grade; Solicitat traductor liniar cu frecvențe de lucru 5-13 MHz - 1unitate, număr de elemente ≥ 190, oferit PLT-1005BT, frecvențe de lucru 4,2 - 14MHz</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.</p>	
24.08.2021	UISPAC SRL	<p>Lot 74. „Autoclav pentru deseuri medicale cu maruntitor incorporat”</p> <p>Să se prezinte certificatele CE sau declarația de conformitate CE, să confirme garanția deplină (24 luni).</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.</p> <p>Lot 31: „Ultrasonograf Cardiovascular (EXPERT), portabil, cu troliu;”</p> <p>Prezentarea mostrei video. A informa daca este în Republica Moldova instalat un dispozitiv identic cu aplicatiile si sondele din caietul de sarcini al prezentei proceduri.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.</p> <p>Lot 35: „Autorefractokeratometru”</p> <p>În broșură nu se regăsește: keratometrie (diapazoanele minime): putere de refractie, astigmatism, axa cu pasu ; reglarea înaltimei barbiei motorizată; suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile, a se prezenta informația deplina.</p> <p>Lot 36: „Perimetru computerizat”</p> <p>AG Medical SRL: Sa se specifice Metode: standard W/W, Alabastru/ Rosu pe Alb, prezenta calculatorului cu aplicatie de monitorizare a pacientilor.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.</p>	A prezentat clarificări
24.08.2021	Pharmony SRL	<p>Lot 8 - Frigider pentru reactivi 500-700l:</p> <p>De confirmat posibilitatea configurației cu sertare sau polițe retractabile.</p> <p>Lot 13 - Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L(Ultra Freezer):</p> <p>- Pharmony SRL: Sa se confirme numărul de polițe oferite. Să se specifice nivelul de zgomot. Să se confirme opțiunea SUS304(construcție interioară din oțel inoxidabil).</p> <p>Lot 31 - Ultrasonograf Cardiovascular (EXPERT), portabil, cu troliu:</p> <p>- Pharmony SRL: Prezentarea mostrei video. A informa dacă este în Republica Moldova instalat un dispozitiv identic cu aplicațiile și sondele din caietul de sarcini al prezentei proceduri. Prezentare specificației tehnice depline.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.</p>	A prezentat clarificări

24.08.2021	Medpunkt SRL	Lot 35: „Autorefractokeratometru” în broșură nu se regăsește: Masurarea distanței interpupilară: automat; manual (20-80mm, pasu 1mm). Reglarea înălțimei barbiei motorizată: ≥50mm, a se prezenta informația deplina. Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea frecării parametrului, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.	A prezentat clarificări
24.08.2021	Meditech SRL	Lot 46, „Criocoagulator cu accesorii” Sa se ofere specificația deplina despre tipul buteliei. Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea frecării parametrului, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.	A prezentat clarificări
24.08.2021	Ancotec-System SRL	Lot 51. „Masa chirurgicală pentru pacient” Lipsa broșura pentru modelul indicat, cerem broșura cu specificațiile tehnice detaliate+ accesorii. Lot 57. „Sistem de iluminare scialitic mobil” Sa se specifice/prezinte parametrul tehnici si fizici. Lot 74. „Autoclav pentru deseuri medicale cu maruntitor incorporat” Să se prezinte puterea de consum a dispozitivului, în KW/oră. Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea frecării parametrului, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.	A prezentat clarificări
24.08.2021	Labromed Laborator SRL	Lot 22. „Butelie oxigen 2 litri” Solicităm broșură cu specificația tehnică pentru reductor. Lot 24. „Butelie de oxigen 5 litri” Solicităm broșură cu specificația tehnică pentru reductor. Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea frecării parametrului, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.	A prezentat clarificări
24.08.2021	DataControl SRL	Lot 21 - Sistem de vacuum: Lipsește specificația tehnică deplină. Solicităm: indicarea Distanței dintre manometru de control și priza de vacuum, Fluxului de aspirație și confirmarea livrării furtunelor de silicon pentru conexiunea între Filtru antibactericid - Vas colector 1 litru. Lot 32 - Troliu ecoendoscopic cu colonoscop 2 buc și duadenoscop 1 buc: Prezentarea broșurei pentru videoprocesor. Monitor: Nu se specifică în broșură intrarea și ieșirea semnal Y/C, Composit, a prezenta informația deplină. Lot 33 - Dispozitiv pentru reprocesarea automată a sistemelor de endoscopie: Prezentarea în broșură a tipul agentului de curățare și consumul, consumul detergentului neutru, consumul total de apă, volumul chiuvetei de procesare, variația temperaturii, încălzirea detergentului și alarmele, sistema de prefiltrare a apei. Lot 35 – Autorefractokeratometru: În broșură nu se regăsește: pasul de incrementarea axei; reglarea înălțimei barbiei motorizată; suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile, a se prezenta informația deplină. Lot 37 - Set lentile pentru corecție aeriană optică cu Montură: Să se specifice tipul materialului din care este fabricată montura. Lot 46 - Criocoagulator cu accesorii:	A prezentat clarificări

		<p>Să se specifice în broșura Sondele, Butelia si Stativ propuse.</p> <p>Lot 57 - Sistem de iluminare scialitic mobil: Sa se specifice/prezinte parametrul fizici.</p> <p>Lot 71 - Brancarda sanitara (caracteristici avansate)</p> <p>Să se confirme prezența opțiunilor: Antitredelemburg, Nisele pentru casete X-ray si suportul pentru butelia de Oxigen.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.</p>	
24.08.2021	Tetis International SRL	<p>Lot 48. „Sistem compact, automat, computerizat, pentru chirurgia vitreo-retiniana și a polului anterior ocular” Lipsește specificația tehnica. De prezentat specificația tehnica deplina.</p> <p>Lot 75. „Laser fotocoagulator oftalmologic 532nm portabil cu lampă cu fantă și oftalmoscop indirect (LIO) pentru polul posterior (LOT)” Sa se prezinte specificația tehnica, inclusiv confirmata prin broșura.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.</p>	A prezentat clarificări
24.08.2021	Denolga Medical SRL	<p>Lot 34: „Lampă cu fantă, ocular 10x” Sa se specifice în broșură suportul cu specificația tehnica.</p> <p>Lot 35: „Autorefractokeratometrul” În broșură nu se regăsește: pasul de incrementarea axei; reglarea înălțimei barbiei motorizată; suport cu înălțimea reglabila electric și 4 roți blocabile, a se prezenta informația deplina.</p> <p>Lot 36: „Perimetru computerizat” În broșură nu se regăsește: Strategia: TOP, Dinamică, Normală. Programe: General/Glaucom 30°, General/Glaucom periferic, Screening, Rețea EMR. Suport cu înălțimea reglabila electric și 4 roți blocabile.</p> <p>Lot 45. „Sistem optic pentru vizualizarea fundului de ochi în operații de vitrectomie compatibile cu microscopul OPMI Lumera i și filtru laser.” Sa se specifice în broșură siguranța de autoînchidere la contact cu ochiul pacientului și lentilele, container și filtrul laser.</p> <p>Lot 49. „Rectoscop pentru examinare cu instrumentariu” Sa se specifice mai detaliat parametrul cablului optic-luminiscent si a sursei de lumina. Garantarea de intercompatibilitate a tuturor pieselor descrise, pentru functionarea completa a dispozitivului.</p> <p>Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.</p>	A prezentat clarificări
24.08.2021	GBG-MLD SRL	<p>Lot 13 - Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L(Ultra Freezer): Se solicita prezentarea certificatului CE sau declarația de conformitate CE. Să se confirme prezența roților în configurația propusă(nu este specificat în broșură).</p> <p>Lot 35 – Autorefractokeratometrul: În broșură nu se regăsește: deplasarea bazei manevrat de joystick; reglarea înălțimeii barbiei motorizată: ≥50mm; suport cu înălțimea reglabila electric și 4 roți blocabili, a se prezenta informația deplina.</p>	A prezentat clarificări

24.08.2021	EdeImed SRL	Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea frecării parametrului, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire. Lot 20 - Debitmetru tip Bobrov: În catalog nu este specificată distanța de la priză de O2 până la recipientul umidificator, astfel să confirme această distanță. După posibilitate, solicităm o mostră pentru verificarea posibilității conectării la consolele din dotarea spitalului sau indicarea distanței sus-menționate. Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea frecării parametrului, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.	A prezentat clarificări
24.08.2021	Dutchmed-M SRL	Lot 31: „Ultrasonograf Cardiovascular (EXPERT), portabil, cu trolieju;” Prezentarea mostrei video. A informa dacă este în Republica Moldova instalat un dispozitiv identic cu aplicațiile și sondele cerute. Indicarea în broșura tehnică a traductoarelor ACCEPTATE DE SISTEM: intra-operative, volumetrică 4D. Sa se specifice domeniile de utilizare „Cardiologic” și „Vascular”, Masurarile si calculele necesare indicate sunt regasite in documentatia tehnica doar pentru domeniul „Obstetrică”, domeniul care nu a fost cerut in specificatia tehnica : AoDiam, LA Diam, LVIDd, LVIDs, LVPWd, IVSd. Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea frecării parametrului, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.	A prezentat clarificări
24.08.2021	DAC-Spectromed SRL	Lot 3 - Spectrofotometru pentru laborator: Să se confirme includerea soft-ului PC în ofertă. Să se specifice memoria internă. Să se prezinte lista instituțiilor din RM în care s-a instalat produsul oferit. Lot 4 - Centrifugă de laborator (12 tuburi): Să se indice modelul rotorului oferit. Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea frecării parametrului, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.	A prezentat clarificări
24.08.2021	ImunotehnicMed SRL	Lot 35: „Autorefractokeratometru” In broșură nu se regăsește: reglarea înaltimei barietei motorizată: ≥50mm; suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabil, a se prezenta informația deplina. Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea frecării parametrului, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.	A prezentat clarificări
24.08.2021	Caravan Express SRL	Lot 25: „Lampă germicidă (varianta mobilă)” Trebuie de verificat dacă au garanție pe cont, intrucit nu este anexat la oferta. Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea frecării parametrului, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 02.09.2021 ora 10:00, cu scrisoare de însoțire.	A prezentat clarificări
20.10.2021	Pharmony SRL	Pentru <i>lotul nr. 64 Dispozitiv de spălare și decontaminare</i> nu au fost identificați următorii parametri tehnici: Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului // Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14 // Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C // Imprimantă termică, integrată	A prezentat clarificări

		Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru sus menționat (datasheet), în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 26.10.2021, cu scrisoare de însoțire.	
20.10.2021	Eyconmedical SRL	Pentru <i>lotul nr. 64 Dispozitiv de spălare și decontaminare</i> - în broșura atașată nu au fost identificați următorii parametri tehnici: Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților // Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent // Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^{\circ}\text{C}$ // Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului // Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului // Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități // "Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canisirelor" // Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru sus menționat (datasheet), în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 26.10.2021, cu scrisoare de însoțire.	A prezentat clarificări
20.10.2021	GBG-MLD SRL	Pentru <i>lotul nr. 14 „ Dulap de nscarare ”</i> prezentarea timpului încălzire pînă la temperatura setată și circulara forțată a aerului. Pentru <i>lotul nr. 23 „ Laringoscop adult cu fibra optica, LED ”</i> prezentarea autonomiei acumulatorului. Pentru <i>lotul nr. 28 „ Laringoscop neonatal cu fibra optica, LED ”</i> prezentarea autonomiei acumulatorului. Pentru <i>lotul nr. 29 Laringoscop adult pentru inubații dificile ”</i> prezentarea autonomiei acumulatorului. Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru sus menționat (datasheet), în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 26.10.2021, cu scrisoare de însoțire.	A prezentat clarificări
20.10.2021	Triumf-Motiv SRL	Pentru <i>lotul nr. 64 Dispozitiv de spălare și decontaminare</i> nu au fost identificați următorii parametri tehnici Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^{\circ}\text{C}$ // Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului. Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea fiecărui parametru sus menționat (datasheet), în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 26.10.2021, cu scrisoare de însoțire.	A prezentat clarificări
03.11.2021	Pharmony SRL	În temeiul art. 17 alin. (4) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, Anunțului de participare și DUAE, solicităm următoarele clarificări pentru lotul nr. 64 - Dispozitiv de spălare și decontaminare, după cum urmează: - confirmarea includerii atât în oferta de preț cât și cea tehnică a următorilor parametri tehnici declarați de către producător în broșură ca opțional: Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului // Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14 // Imprimantă termică, integrată și solicităm. - Prezentarea documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, etc.), cu indicarea și marcarea în datasheet a parametrului: Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^{\circ}\text{C}$ (Drain water heat printer). În clarificarea nr. 98/PH-CAPCS din 22.10.2021 acest parametru tehnic nu a fost identificat. - Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. Urmare a celor indicate mai sus, CAPCS solicită în termen cât mai restrâns posibil, prezentarea cu scrisoare de însoțire a documentelor confirmative (broșuri, pașaport tehnic, catalog, manual, CE etc.) și indicarea/marcarea cerințelor corespunzătoare, dar nu mai târziu de data 08.11.2021.	A prezentat clarificări

9. Oferanții respinși/descalificați:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrărilor solicitate	Unit. de măsur.	Cant.	Valoarea estimată care trebuie inclusă	Suma din Sistem	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model /Țara de origine/ Producător	Ofertant	Ofertanții respinși/descalificați
3	Spectrofotometru pentru laborator	bu	4	200000	120000,00	30000,00	36000,00	120000	144000	BK-UV1000/ China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	Nu s-au prezentat clarificările solicitate. Este inclus în lista de interdicție.
3	Spectrofotometru pentru laborator	bu	4	136000,00	136000,00	34000,00	40800,00	136000	163200	SP880/ Taiwan/ Metertech	DAC-Spectromed SRL	Corespunde tehnic
4	Centrifugă de laborator (12 tuburi)	bu	2	80000	42240	21120,00	25344,00	42240	50688	EBA 200/ Hertich/ Germania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde. Rotor solicitat: basculant pentru 12 eprubete, oferiți fix pentru 8 eprubete
4	Centrifugă de laborator (12 tuburi)	bu	2	43620	52344	21810,00	26172,00	43620	52344	BKC-TL6 with angle rotor 12*10ml / China/ Biobase	DataContro 1 SRL	Nu corespunde. Rotor solicitat: basculant, oferiți fix. Capac fără cale de acces pentru verificări periodice
4	Centrifugă de laborator (12 tuburi)	bu	2	74000	88800	37000,00	44400,00	74000	88800	DM0636/ China/ Dlab	DAC-Spectromed SRL	Corespunde tehnic
5	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	bu	2	150000	54000	27000,00	32400,00	54000	64800	BKC-TL5VII + 24 x 10ml Angle Rotor / China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	Anulare lot Nu corespunde. Viteză solicitată 1000-6000, oferit max 5000. Capac fără cale de acces

																			pentru verificări periodice. Rotor solicitat basculant, oferit fix.
5	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	bu c	2		94 000,00	47 000,00	56 400,00	94000	11280	0	DM0636/ China/ DLAB	Profilabdia gnostic SRL	Nu corespunde. Rotor solicitat: basculant pentru 48 eprubete, oferit fix pentru 30 eprubete.						
5	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	bu c	2		98 160,00	49 080,00	58 896,00	98160	11779	2	BKC-TL5LII with swing rotor 4*750ml and adapter 4*12*10ml / China/ Biobase	DataContro 1 SRL	Nu corespunde. Viteză solicitată 1000-6000, oferit max 5500. Capac fără cale de acces pentru verificări periodice.						
5	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	bu c	2		231 870,00	115 935,00	139 122,00	23187	27824	4	Rotina 380/ Heitich/ Germania	GBG-MLD SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata						
6	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	bu c	1		9 335,00	9335	11202	9335	11202		MSC-6000/ Biosan/ Lituania	GBG-MLD SRL	Anulare lot: Divergențe: Timer solicitat 10s-60min, oferit 1s-30min.						
6	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	bu c	1		12 810,00	12810	15372	12810	15372		D2012 Plus/ China/ Biobase	DataContro 1 SRL	Nu corespunde. Timer solicitat 10s-60min, oferit 30s-99min						
6	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	bu c	1		14 000,00	14000	16800	14000	16800		D2012 Plus/ China/ Diab	DAC-Spectromed SRL	Nu corespunde. Timer solicitat 10s-60min, oferit 30s-99min						
7	Amplificator PCR	bu c	1		25000	177 255,00	17725	21270	17725	5	VeritiPro/ - / Singapore	GBG-MLD SRL	Anulare lot: Nu corespunde. Temperatura						

																					capacului: solicitat 37-110C, oferit 105 C Omogenitate temperatura: solicitat ±0.2C, oferit ±0.25C
7	Amplificator PCR	bu c	1	391 800, 00	39180 0	47016 0	39180 0	47016 0	FQD-96C / China/ Biobase	DataContro 1 SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata										
7	Amplificator PCR	bu c	1	543 950, 00	543 950,00	652 740,00	54395 0	65274 0	LC96/ Elveția/ Roche Diagnostic s	BECOR SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata										
8	Frigider pentru reactivi 500-7001	bu c	3	15000 32 063, 49	10687, 83	12825, 4	32063, 49	38476, 2	IIXΦ-0,5 / Rusia/ Polair	InoxPlus SRL	Nu corespunde. Solicitat: mobil, oferit staționar, solicitat cu sertare, oferit cu polițe										
8	Frigider pentru reactivi 500-7001	bu c	3	113 340, 00	37780	45336	11334 0	13600 8	BPR-5V650 / China/ Biobase	DataContro 1 SRL	Nu corespunde. Solicitat: lățime <80 cm, oferit 120 cm, solicitat cu sertare, oferit cu polițe										
8	Frigider pentru reactivi 500-7001	bu c	3	140 610, 00	46870	56244	14061 0	16873 2	BPR-5V588 (220V, 50/60HZ) / China/ Biobase	Triumf- Motiv SRL	Este în lista de interdicție. Nu corespunde. Solicitat: lățime <80 cm, oferit 120 cm, solicitat cu sertare, oferit cu polițe										
8	Frigider pentru reactivi 500-7001	bu c	3	143 400, 00	47800	57360	14340 0	17208 0	YC-525L/ China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Pharmony SRL	Corespunde tehnic										

9	Frigider pentru reactivi 1000-14001	bu c	2	200000	29 925,92	14962,96	17955,55	29925,92	35911,1	LIXΦ-1,0 / Rusia/ Polair	InoxPlus SRL	Anulare lot: Nu corespunde. Solicitat: mobil, oferit staționar, solicitat cu sertare, oferit cu polițe
9	Frigider pentru reactivi 1000-14001	bu c	2		134 140,00	67070	80484	134140	160968	BPR-5V1500 / China/ Biobase	DataContro 1 SRL	Nu corespunde. Solicitat: lațime <160 cm, oferit 180 cm, solicitat cu sertare, oferit cu polițe
9	Frigider pentru reactivi 1000-14001	bu c	2		142 800,00	71400	85680	142800	171360	BPR-5V1000 (220V, 50/60HZ) / China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	Este în lista de interdicție. Nu corespunde. Solicitat: adâncime <80 cm, oferit 86 cm, solicitat cu sertare, oferit cu polițe
9	Frigider pentru reactivi 1000-14001	bu c	2		179 800,00	89900	107880	179800	215760	YC-1015L/ China/ Zhongke Melting Cryogenics Company Ltd.	Pharmony SRL	Nu corespunde. Solicitat: adâncime <80 cm, oferit 90 cm, solicitat cu sertare, oferit cu polițe
9	Frigider pentru reactivi 1000-14001	bu c	2		278 000,00	139000	166800	278000	333600	YC-1015L/ China/ Zhongke Melting Cryogenics Company Ltd.	Polisano Prim SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
10	Cântar de laborator	bu c	2	300000	17 800,00	8900	10680	17800	21360	ATA520/ Polonia/ Axis	Ecochimie SRL	Anulare lot: Divergențe: Cerut dometiu de masura 0-600g, oferit maxim 520g. Cerut

12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	bu	1	80000	21 435, 00	21435	25722	21435	25722	VT 306/VESTFROST SOLUTIONS/ Danemarca	GBG-MLD SRL	dimensiuni platan: 130 - 150mm, oferit 115mm.
												Anulare lot: Nu corespunde. Cerut configurație vertical, cu încărcare orizontală, oferit orizontal, cu încărcare verticală. Cerut număr de sertare : ≥ 6 buc, oferit 1. Nu are conexiune USB. Cerut alarme pentru ușa deschisă, lipsa curentului electric, Lipsesc. Cerut baterie internă pentru min. 48 ore, Lipsește. Cerut domeniul de temperatură -20 .. - 30°C, oferit -25 .. - 45°C. Lipsește certificat CE sau declarația de conformitate.

12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	bu	1		33 670, 00	33670	40404	33670	40404	BDF-40V328 / China/ Biobase	DataControl SRL	Nu corespunde. Cerut număr setare: ≥ 6 buc, oferit 6 polițe. Cerut domeniu de temperatură -20 ... - 30°C, oferit -30 ... - 40°C. Oferta companiei FCPC "DataControl" SRL nu poate fi acceptată, deoarece reagenții care urmează a fi păstrați în congelator au temperatura de păstrare până la - 30°C. Deasemenea, lipsa setarelor crește timpul de extragere a reagenților din congelator, fapt ce duce la instabilitatea temperaturii în interiorul camerei.
12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	bu	1		57 240, 00	57240	68688	57240	68688	DW-40L278 / China/ Haier Medical and Laboratory Products	Triumf- Motiv SRL	Este în lista de interdicție. Nu s-au prezentat clarificările solicitate
12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	bu	1		65 000, 00	65000	78000	65000	78000	DW-FL270 / China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Pharmony SRL	Nu corespunde cerintelor 1. S-a solicitat Capacitatea internă a camerei: 280-300 litri s-a oferit 270 litri

										2. S-a solicitat Construcție interioară: oțel inoxidabil s-a oferit placă de aluminiu cu pulverizare		
12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200- 300 L	bu c	I		76 400, 00	76400	91680	76400	91680	LTFE 290 (DAI 1605)/ Danemarca/ Arcitko A/S	Labromed Laborator SRL	Nu corespunde. Cerut configurație vertical, cu încărcare orizontală, oferit orizantal, cu încărcare verticală. Nu are conexiune USB. Nu are alarme pentru ușa deschisă și lipsa curentului electric. Cerut baterie internă pentru min. 48 ore, Lipsește. Nu este specificat în broșură nivelul de zgomot.
12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200- 300 L	bu c	I		103 000, 00	10300 0	12360 0	10300 0	12360 0	DW-FW270 / China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Polisano Prim SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
13	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50- 80 L(Ultra Freezer)	bu c	I	10000 0	82 010, 00	82010	98412	82010	98412	VT 098/ VESTFROST SOLUTIONS/ Danemarca	GBG-MLD SRL	Anulare lot: Divergențe: Cerut volumul camerei 50-80 l, oferit 92 l. Cerut număr porțite fixe ≥ 3 buc. oferit 2. Cerut domeniu de temperatură -50 ... -

														86°C, oferit -60 .. -86°C. Temperatura de păstrare a reagenților necesară este de -85°C.
13	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L(Ultra Freezer)	bu	1	90000	85000,00	85000	102000	85000	102000	DW-HL50 / China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Pharmony SRL	Nu corespunde. Cerut număr polițe fixe \geq 3 buc, oferit 1.		
13	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L(Ultra Freezer)	bu	1	97650	97650,00	97650	117180	97650	117180	ULTF 80 (DAI 0200) / Danemarca/ Arctiko A/S	Labromed Laborator SRL	Nu corespunde. Cerut configurație verticală. cu încărcare orizontală, oferit vertical cu încărcare verticală. Nu este specificat în broșură numărul de polițe.		
13	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L(Ultra Freezer)	bu	1	129000,00	129000	129000	154800	129000	154800	DW-HL50 / China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Polisano Prim SRL	Nu corespunde. Cerut număr polițe fixe \geq 3 buc, oferit 1. Nu este specificat nivelul de zgomot.		
14	Dulap de uscare	bu	3	90000	39600,00	13200	15840	39600	47520	BOV-VI25F / China/ Biobase	DataContro 1SRL	Anulare lot: Divergențe: Solicitate: capacitate 80-100L, oferit 125L.		
14	Dulap de uscare	bu	3	57810,00	19270	19270	23124	57810	69372	FN 500P/ Nuve/ Turcia	GBG-MLD SRL	Divergențe: Solicitate: capacitate 80-100L, oferit 110L.; Nu este specificat timpul încălzire până la temperatura setată și circulara forțată a aerului.		

15	Agitator roller	bu c	2	12000	8 580, 00	4290	5148	8580	10296	MX-T6-S/ China/ Biosbase	GBG-MLD SRL	Nu corespunde. Anul producerii cerut 2021, oferit 2018. Cerut mișcare basculantă și rotativă. Oferit rotativă. Cerut viteză rotativă. Cerut viteză 10-80 rpm. oferit 0- 70 rpm. Cerut mod de operare cronometric și continuu, oferit continuu.
15	Agitator roller	bu c	2		15 400, 00	7700	9240	15400	18480	MX-T6-Pro/ China/ Dlab	DAC- Spectromed SRL	Correspunde tehnic
16	Microscop de laborator binocular cu 4 obiective	bu c	2	16000 0	39 500, 00	19750	23700	39500	47400	Nu-i indicat în F 4.1, este catalog anexat	Echipamed- Plus SRL	2 produse în catalog. Nu este indicat modelul oferit. Oculare solicitate 10x/22, oferit 10x/18, distanța interpupilară solicitată 52-75mm, oferit 53-75mm
16	Microscop de laborator binocular cu 4 obiective	bu c	2		51 540, 00	25770	30924	51540	61848	iScope IS.1152-Pli/ Olanda/ Euromex	DataContro 1 SRL	Correspunde tehnic
17	Microscop de laborator binocular cu 3 obiective	bu c	2	12000 0	26 860, 00	13 430,00	16 116,00	26860	32232	B-292 / Italia/ Optika	BECOR SRL	Nu corespunde. Unitate de alimentare: solicitat încorporată, oferit externă. Condensor: Solicitat prefocusat

																				și precentrat, oferit focusabil și centrabil.
17	Microscop de laborator binocular cu 3 obiective	bu c	2			39 500, 00	19750	23700	39500	47400	Nu-i indicat în F.4.1. este catalog anexat	Echipamed-Plus SRL	Nu este indicat modelul oferit. Oculare solicitate 10x/20, oferit 10x/18, distanța interpupilară solicitată 52-75mm, oferit 53-75mm							
17	Microscop de laborator binocular cu 3 obiective	bu c	2			51 540, 00	25770	30924	51540	61848	iScope IS.1152-P/li/Olanda/Euromex	DataContro I SRL	Corespunde tehnic							
18	Sistem agitare plachete (incubator + agitator)	bu c	1		20000	65 000, 00	65 000,00	78 000,00	65000	78000	BjPX-P20-II / China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	Este în lista de interdicție. Nu corespunde. Solicitat: capacitate min 16 containere doze afereza, oferit 14, cu ecran și diagramă circulară, oferit doar LCD, 1 poliță fixă și minim 7 sertare, oferit total 7 sertare.							
18	Sistem agitare plachete (incubator + agitator)	bu c	1			93 852, 50	93852, 5	11262 3	93852, 5	11262 3	PN150 cu PS 54/ Nuve/ Turcia	GBG-MLD SRL	Corespunde tehnic							
20	Debimetrul tip Bobrov	bu c	50		500000	34 750, 00	695,00 00	834,00 00	34750	41700	YX-AC-10-1 Debimetrul de oxigen cu umidificator (tip Bobrov)/ NYXEIF/ China	LifeMed Group SRL	Nu a răspuns urmare a clarificării la aspectul „distanța							

																			de la priza de O2 până la recipientul umidificator”.
20	Debimetric tip Bobrov	bu c	50		95 000, 00	1 900,00 00	2 280,00 00	95000	11400 0	FM20.31/Turcia/ Inspital	Edelmed SRL	Corespunde tehnic							
22	Burelie oxigen 2 litri	bu c	2	20000	7 400, 00	3700	4440	7400	8880	BO.100.15012 + CO.100.18040/ Italia/ SAN- O-SUB Italia SRL	Labromed Laborator SRL	Nu corespunde. Lipsește conexiunea DIN.							
22	Burelie oxigen 2 litri	bu c	2		21 920, 00	10960	13152	21920	26304	0808907+021700/ Grecia/ Mobiak	DataContro I SRL	Corespunde tehnic							
23	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	bu c	17	30600 0	88 910, 00	5230	6276	88910	10669 2	34481+34471+34472+34473 +34474+34450/ Italia/ Gima	DataContro I SRL	Nu corespunde. Cerut mîner cu LED, oferit mîner cu Halogen/Xenon. Cerut trusă pentru transportare, păstrare/depozitarea și păstrarea dispozitivului și a lamelilor, oferit trusă fără burete. Nu se ofera bec de rezervă solicitat. Nu este indicat încărcătorul în specificație. Nu este specificat autonomia acumulatorului. Ofert a companiei FCPC ”DataControl” SRL nu corespunde specificației tehnice,							

23	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	bu c	17	202 980, 00	11940	14328	20298 0	24357 6	03,41140,521+03,42013,621 + 03,42013,651/ KAWE/ Germania	GBC-MLD SRL	deoarece modelul mânerului propus în formularul F4.1 cu codul de referință 34481, conform broșurii, este mâner cu bec Xenon. Indicarea garanției becului LED nu este dovada prezenței acestuia în mânerul oferit, trebuia să indice codul de referință corespunzător. Bec de rezervă este necesar din cauza că acesta poate fi deteriorat în urma anunțor manipulații. La fel în formularul F4.1, în rubrica “modelul articolului”, nu este indicat codul de referință al acumulatorului de rezervă și al stației de încărcare.
											Corespunde

24	Butelie de oxigen 5 litri	bu c	5	60000	24 950, 00	4990	5988	24950	29940	BO.100.15015 + CO.100.18041/ Italia/ SAN- O-SUB Italia SRL	Labromed Laborator SRL	Nu corespunde. Lipsește conexiunea DIN.
24	Butelie de oxigen 5 litri	bu c	5		51 600, 00	10320	12384	51600	61920	0808909/ Grecia/ Mabiak	DataContro I SRL	Corespunde tehnic
25	Lampă germicidă (varianta mobilă)	bu c	4	24000	12 600, 00	3150	3780	12600	15120	Corp de iluminat pe suport inox 3x30/ RMI Moldova/ Caravan Express SRL	Caravan Express SRL	Anulare lot: CE nu are
25	Lampă germicidă (varianta mobilă)	bu c	4		20 880, 00	5220	6264	20880	25056	OBPe-225m/ Zavel/ Ucraina	GBG-MLD SRL	CE nu are
25	Lampă germicidă (varianta mobilă)	bu c	4		26 400, 00	6600	7920	26400	31680	GL 255SM/ România/ Premium Chem Expert	Polisano Prim SRL	CE nu are; Nu corespunde: Cerrit număr de tuburi 3 de 30W, oferit 2 de 55W. Lipsește broșură.
26	Ultrasonograf General portabil, performanta inalta (EXPERT)	bu c	1	40000	405 350, 00	40535	48642	40535	48642	DC-60 EXP X-Insight / China/ Mindray	Durchmed- M SRL	Anulare lot: Nu corespunde. Solicitat numarul de canale digitale \geq 2mil, oferit 131072; solicitat diapazon ferventa 1-18MHz, oferit 1-16MHz; lipseste placheta de analiza musculoschietal; sistemul nu accepta traductori intra- operationale si sectoriale matriciale.

26	Ultrasonograf General portabil, performanta inalta (EXPERT)	bu	1		755 130, 00	75513 0	90615 6	75513 0	90615 6	Logiq P9/ SUA/ Korea și Franta/ GE Healthcare in conlucrare cu GE Ultrasound Korea, GE MEDICAL SYSTEM SCS	Interned SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
27	Ventilator pulmonar neonatal, pediatric ajustat pentru cardiochirurgia neonatala.	bu	1		590 285, 00	59028 5	70834 2	59028 5	70834 2	Hamilton C3/ Hamilton Medical Ag/ Elveția	GBG-MLD SRL	Anulare lot: Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
27	Ventilator pulmonar neonatal, pediatric ajustat pentru cardiochirurgia neonatala.	bu	1		864 625, 00	86462 5	10375 50	86462 5	10375 50	Babylog VN600/ Germania/ Dragerwerk AG & Co. KGaA	Echipamed-Plus SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
31	Ultrasonograf Cardiovascular (EXPERT), portabil, cu troliu;	bu	2		24000 00	78100 0	93720 0	15620 00	18744 00	M9/ China/ Mindray	Dutchmed-M SRL	Anulare lot: S-a solicitat mostră video de la un ultrasonograf cu configurație identică celui oferit, s-a prezentat spot video comercial. S-a cerut diapazonul minim necesar al traductorului sectorial 1.5~6MHz, s-a oferit 1.0~5.0MHz; S-a cerut diapazonul minim necesar al traductorului convex 2~6 MHz, s-a oferit 1.3~5.7MHz;

31	Ultrasonograf Cardiovascular (EXPERT), portabil, cu troliu;	bu c	2	1 799 988, 00	89999 9	10799 88	17999 98	21599 76	HM70/ Korea de sud/ Samsung Medison	Pharmony SRL	Divergențe: S-a cerut adâncimea de scanare ≥ 40 cm, s-a oferit 38 cm; S-a cerut diapazonul de frecvență 1-22Mhz (minim), s-a oferit 1 - 18MHz; S-a cerut poziții de focalizare ≥ 15 puncte, oferit 8; S-a cerut diapazonul minim necesar al traductorului sectorial 1.5~6MHz, s-a oferit 2~4MHz; S-a cerut monitor full HD $\geq 15.6''$, s-a oferit 15''; S-a cerut rezolutive $\geq 1920 \times 1080$, s-a oferit 15''; S-a cerut baterie incorporată, cu durată de lucru \geq 1.5h, s-a oferit aproximativ 75 min (1 - 1.5h).
----	--	---------	---	------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	--	-----------------	---

31	Ultrasonograf Cardiovascular (EXPERT), portabil, cu trolu;	bu c	2	2 442 650, 00	12213 25	14655 90	24426 50	29311 80	VIVID IQ Premium/SUA, China, Franta/ GE Healthcare in conlucrare cu GE Medical Systems (China) GE Medical Systems SCS, GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics	Intermed SRL	NU AU PREZENTANT MOSTRE VIDEO Nu corespunde: S-a cerut adâncimea de scanare \geq 40 cm, s-a oferit 33 cm; S-a cerut diapazonul de frecvență 1 - 22Mhz (minim), s-a oferit 1 - 18MHz; S-a cerut diapazonul minim necesar al traductorului sectorial 1.5~6MHz, s-a oferit 1.5~4.6MHz; S-a cerut diapazonul minim necesar al traductorului convex 2~6MHz, s-a oferit 1,5~5MHz; S-a solicitat baterie incorporata, cu durata de lucru \geq 1.5h, s-a oferit 1h.
----	---	---------	---	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	-----------------	--

32	Troliu ecoendoscopic cu colonoscop 2 buc și duadenoscop 1 buc	bu c	1	22000 00	2 400 510, 00	24005 10	28806 12	24005 10	28806 12	EPK-i7010 + EC- 3890L/ZI + EC34-i10M + ED34-i10T2/ Pentax Medical/ Japonia	GBG-MLD SRL	Nu corespunde. Cerut procesor imagine cu functie de 4K upscaling, oferit Full HD 1080i. Ceruti configurare în limba Română, oferit limba Rusă. Nu se poate determina tehnologia autofluorescenta. Nu se poate determina în broșură reglarea Iris. Cerut ieșire semnal analogic: cel puțin VBS composite, Y/C, oferit RGB, Y/C, Video OUT, VGA. Cerut ieșire semnal digital: cel puțin 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI, oferit HD-SDI. Nu se poate determina posibilitatea de întărire a conturilor. Videoprocesorul nu este compatibil cu videogastroscopalele din instituție. Lipsește broșura videoprocesorului. Videocolonoscop
----	---	---------	---	-------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	----------------	--

									<p>HDTV cu posibilitate de focalizare continuă: Nu se poate determina calitatea imaginii, compatibilitatea cu tehnologiile. Cerut câmp de vedere minim 170 în regim normal și 160 în regim apropiat, oferit 140 în regim normal și apropiat nu este în broșură. Cerut focalizare 3 - 100mm în regim normal și 1.5 - 5.5mm în apropiat, oferit 4 - 100mm normal și apropiat nu este specificat. Nu se poate determina adâncimea câmpului vizual, mărirea în modul de vedere apropiată. Cerut minim 5 butoane pe mânerul de comandă cu funcții variabile setabile, oferit 3. Cerut diametru exterior maxim maxim 12.8mm.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

32	Troliu ecoendoscopic cu colonoscop 2 buc și duadenoscop 1 buc	bu c	1	2 461 750, 00	24617 50	29541 00	24617 50	29541 00	Evis X1CV-1500 (EVIS-XI) + CF - EZ1500DL + CF- H1851 + X24-E + TC-C4 + Endostratus Irigation + Endostratus CO2 + TJF- Q190V / Japonia/ Olympus	DataContro 1 SRL	oferit 13.2mm. Monitor: Nu se specifică în specificație modelul monitorului, respectiv nu se poate regăsi în broșură parametrii. Troliu: Nu se specifică în broșură suportul pentru tastatură. suportul pentru 2 endoscoape. Insuflator: Nu este specificat în broșură fluxul minim de CO2, presiunea de ieșire și valva de protecție. Videoendoscop: Cerut direcția de vedere laterală retro 15 grade, oferit 10. Cerut capacitate de flexiune dreapta- stînga 110 - 90, oferit 105 - 90. Cerut diametru exterior 13.5mm, oferit 13.6mm. Corespunde tehnic
----	---	---------	---	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	---------------------	---

34	Lampă cu fantă, ocular 10x	bu c	2	78000 0	149 100, 00	74550	89460 0	14910 0	17892 0	BL-66A/ RedsunnOptical/ China	GBG-MLD SRL	Nu corespunde. Cerut ajustare dioptrică de la -7D până la +7D, oferit $\pm 5D$. Cerut mărire în minim 5 trepte, oferit în 2. Cerut distanța de lucru $\geq 60\text{mm}$, oferit 50 .. 82 mm. Cerut ajustare fantei pe orizontal 0 - 14mm, oferit 0 - 9mm. Cerut ajustare fantei pe vertical 1 - 14mm, oferit 1 - 8mm. Cerut Unghiul de rotire dreapta/stanga a prisme cu fanta (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea initiala 0°, oferit 0- 180. Cerut Unghiul de rotire dreapta/stanga a binocularilor (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea initiala 0°, oferit 0- 180. Nu este specificat în broșură reglarea fluxului de lumină și suportul + roți.
----	-------------------------------	---------	---	------------	-------------------	-------	------------	------------	------------	----------------------------------	----------------	---

34	Lampă cu fantă, ocular 10x	bu c	2	156 000, 00	78000	93600	15600 0	18720 0	S360 + AT-20 electric table/ China/ MediWorks	Medpunkt SRL	Nu corespunde. Cerut oculare 10x, oferit 12.5x. Cerut mărire în 5 trepte: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x, oferit mărire în 5 trepte: 6.3x, 10x, 16x, 25x, 40x. Nu este specificat în broșură distanța de lucru ≥ 60 mm. Cerut ajustare unghiul de înclinare 0 - 20°, oferit 4 pași, 5°, 10°, 15°, 20°. Cerut Unghiuli de rotire dreapta/stanga a primei cu fantă (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea initiala 0°, oferit 0- 180. Cerut Unghiuli de rotire dreapta/stanga a binocularilor (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea initiala 0°, oferit 0- 90 (Nu este specificat în broșură). Nu este specificat în broșură reglarea fluxului de lumină.
----	-------------------------------	---------	---	-------------------	-------	-------	------------	------------	--	-----------------	---

34	Lampă cu fantă, ocular 10x	bu c	2	250 000, 00	12500 0	15000 0	25000 0	30000 0	Z-Series, ref: 3020-P-2051/ Marea/ Britanie/ Keeler	DataContro ISRL	Nu corespunde. Cerut oculare 10x, oferit 12.5x. Cerut mărire în 5 trepte: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x, oferit mărire în 5 trepte: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x. Nu este specificat în broșură ajustarea unghiului de înclinare, reglarea înălțimii bărbiei, reglarea fluxului de lumină, suportul.
34	Lampă cu fantă, ocular 10x	bu c	2	600 000, 00	30000 0	36000 0	60000 0	72000 0	Slit Lamp SL-1C4D/ Germania/ OCULUS Optikgerate GmbH	AG Medical SRL	Nu corespunde. Cerut oculare 10x, oferit 12.5x. Cerut mărire în 5 trepte: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x, oferit mărire în 5 trepte: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x. Cerut Unghiuli de rotire dreapta/stanga a prismeii cu fanta (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea initiala 0°, oferit 360° continuu. Cerut Unghiuli de rotire dreapta/stanga a binocularilor (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea

34	Lampă cu fantă, ocular 10x	bu c	2		733 444, 80	36672 2,4	44006 6,88	73344 4,8	88013 3,76	ZEISS Silit Lamp SL 120/ Carl Zeiss/ Germania	Denolga Medical SRL	Corespunde tehnic	initiala 0°, nu e specificat în broșură. Nu este specificat în broșură ajustarea unghiului de înclinare, reglarea înălțimii bărbiei, reglarea fluxului de lumină.
35	Autorefractokeratom etru	bu c	1	60000 0	84 000, 00	84000	10080 0	84000	10080 0	SINGLE LTL with thermal printer/ Korea de Sud G2 Optic	Medpunkt SRL	Nu corespunde: S-a solicitat măsurările keratometrie (diapazoanele minime): putere de refracție 33.00 ~ 67.00 D, cu pasu 0.12D și 0.25D, oferă 67.50 ~ 33.75D; S-a solicitat interfețe pentru import/export date: USB, LAN, oferă RS-232C (RX/TX), D-sub (Video out); S-a solicitat măsurarea distanței interpupilară: manual (20-80mm,	

										KR-8900 / RedsunOptical/ China	GBG-MLD SRL	pasu 1mm), oferă MANUAL MEASUREMENT, pag.51 (pag.56 din PDF) din "User Manual Single LTL", nu este indicat limitele de măsurări.
35	Autorefractokeratom etru	bu c	1		98 330, 00	98330	6	11799	98330	11799	Imunotehno med SRL	Nu corespunde: S-a solicitat măsurarea distanței interpupilară: manual (20-80mm, pasu 1mm), oferă 45-85mm, pasu 0.5mm; S-a solicitat interfețe pentru import/export date: USB, LAN, oferă RS-232C
35	Autorefractokeratom etru	bu c	1		224 260, 00	22426 0	2	26911	22426 0	26911 2	KR-800/ TOPCON/ Japonia	Nu corespunde: Solicitam: putere de refractie 33.00 ~ 67.00 D; - Oferă: 67.50 ~ 33.75D; În ofertă nu se includ opțiunile solicitate: reglarea înaltimei barbiei motorizată: ≥50mm;

																				suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile
35	Autorefractokeratom etru	bu c	1		242 000, 00	24200 0	29040 0	24200 0	29040 0	ARKM-200/ Japonia/ Takagi	DataContro 1 SRL	Nu corespunde: Solicităm: diametrul minim al pupilei 2 mm; pasul 0.12D și 0.25D; măsurarea distanței interpupilară 20- 80mm; interfețe pentru import/export date: USB, LAN. - Ofertă: diametrul minim al pupilei 3 / 6 mm; pasul 0.12D; măsurarea distanței interpupilară 50- 86mm; interfață RS- 232C.								
35	Autorefractokeratom etru	bu c	1		362 455, 50	36245 5,5	43494 6,6	36245 5,5	43494 6,6	VISUREF 150 / Carl Zeiss/ Germania	Denolga Medical SRL	Corespunde								
36	Perimetru computerizat	bu c	1	90000 0	250 000, 00	25000 0	30000 0	25000 0	30000 0	AP-300 Automated Perimeter/ Polonia/ FREY	Medpunkt SRL	Nu CORESPUNDE: DIAPAZONUL PE UN OCHI CERUT ESTE 0-90, OFERIT 0-80 În broșura prezentată								

																			nu se regăsesc: Strategii: TOP, SITA, Dinamică, Normală; Programele: Screening, Disability; Specificația pentru suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile (AT- 20);
36	Perimetru computerizat	bu c	1	7500	672 500, 00	67250 0	80700 0	67250 0	80700 0	Twinfield 2 / Germania/ OCULUS Optikgerate GmbH	AG Medical SRL	Corespunde tehnic							
39	Lentila Volk 20D	bu c	1	7500	4 400, 00	4400	5280	4400	5280	Retina lens 20D/ China/ MediWorks	Medpunkt SRL	Nu corespunde. Cerut cîmp de vedere 46-60, oferit 46. Nu este specificat in broșură spotul laser.							
39	Lentila Volk 20D	bu c	1		5 800, 00	5800	6960	5800	6960	+	DataContro I SRL	Corespunde tehnic							
40	Lentila Volk 78D	bu c	3	24000	11 400, 00	3800	4560	11400	13680	Retina lens 78D/ China/ MediWorks	Medpunkt SRL	Nu corespunde. Cerut cîmp de vedere 81-97, oferit 81.4-97. Nu este specificat in broșură spotul laser.							
40	Lentila Volk 78D	bu c	3		16 800, 00	5600	6720	16800	20160	V78C/ SUA/ Volk Optical Inc.	DataContro I SRL	Corespunde tehnic							

41	Lentila Volk 90D	bu c	1	8000	4 000, 00	4000	4800	4000	4800	Retina lens 90D/ China/ MediWorks	Medpunkt SRL	Nu corespunde. Cerut cîmp de vedere 74-89, oferit 74.2-89. Nu este specificat în broșură spotul laser.
41	Lentila Volk 90D	bu c	1		5 800, 00	5800	6960	5800	6960	V90C/ SUA/ Volk Optical Inc.	DataContro I SRL	Correspunde tehnic
42	Lentila Abraham	bu c	1	20000	9 500, 00	9500	11400	9500	11400	VCAPS/ SUA/ Volk Optical Inc.	DataContro I SRL	Anulare lot: Nu corespunde: Cerut planconvex cu marire 1.8x pe centru, oferit 1.57x. Cerut spot laser 0.56x, oferit 0.63x.
43	Optotipe la distanță 3 m	bu c	3	12000	25 875, 00	8625	10350	25875	31050	44712/ Ginnal/ Italia	GBG-MLD SRL	Anulare lot: Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
44	Optotipe pentru apropiere	bu c	3	4500				0	0			Anulare lot: fără oferte
47	Videorecorder cu monitor	bu c	1	50000				0	0			Anulare lot: fără oferte

51	Masa chirurgicală pentru pacient	bu c	3	50000 00	2 470 000, 00	19000 0	22800 0	57000 0	68400 0	Comfort 300 519D/ China/ VG Medical Technology	Ancotec- Sistem SRL	Anulare lot: Nu corespunde. 1. CERUT: Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. OFERIT: electrohidraulic.
												2. Interval altitudine: Nu corespunde Solicitat: Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, superior minim 110 ± 10cm, OFERIT: limita inferioară 550 + - 50 minim. superioară nu este indicată nici în clarificări.
												3. Secțiunea spate: Nu corespunde CERUT Jos: minim -40°, OFERIT jos 35+-2.
												4. Flex / Reflex: nu corespunde solicitat minim 40/90, oferit nu este indicat intervalul.
												5. Nu este specificata capacitatea minima

51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombara	bu	2		19000 0	22800 0	38000 0	45600 0	Comfort 300 519/ China/ VG Medical Technology	Ancotec- Sistem SRL	<p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1. CERUT: Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. OFERIT: electrohidraulic.</p> <p>2. Interval altitudine: Nu corespunde Solicitat: Interval de altitudine: minim 65 ± 10cm, superior minim 110 ± 10cm, OFERIT: limita inferioară 700 + - 50 minim, limita de sus nu este indicată.</p> <p>3. Nu corespunde Kydney Bridge oferit mecanic, oferit altitudinea 120+- 5 mm. solicitat mecanism electro-mecanic al mesei, solicitat altitudinea la 150 mm,</p> <p>4. Secțiunea spate: CERUT Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 °, OFERIT jos 35+- 2.</p>
----	--	----	---	--	------------	------------	------------	------------	---	------------------------	--

51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	bu c	2	19000 0	22800 0	38000 0	45600 0	Comfort 300 519/ China/ VG Medical Technology	Ancotec- Sistem SRL	<p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1. CERUT: Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. OFERIT: electrohidraulic.</p> <p>2. Interval altitudine: cerut : Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, minim 110 ±10, OFERIT: doar limita de jos 700 +-50 minim, limita de sus nu este indicată.</p> <p>3. Kydney Bridge mecanic, cerut la 150 mm, oferit 120+- 5 mm.</p> <p>4. Secțiunea spatelui: CERUT Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 °, OFERIT jos 35+-2.</p> <p>5. Flex / Reflex: minim 210 ° / 120 ° nu este specificată.</p> <p>6. Nu este specificată capacitatea minimă articulare.</p> <p>7. Tunel pentru casetele X-ray- pe toată lungimea mesei</p>
----	---	---------	---	------------	------------	------------	------------	--	------------------------	---

																				<p>nu este indicat 8. In brosură cu accesorii nu sunt specificate după codul de referință.</p>
51	Masă chirurgicală standard cu 5 segmente	bu c	6			19000 0	22800 0	11400 00	13680 00	Comfort 300 519/ China/ VG Medical Technology	Ancotec- Sistem SRL							<p>1. CERUT: Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. OFERT: electrohidraulic. 2. Interval altitudine: cerut : Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, minim 110 ± 10, OFERT: doar limita de jos 700 +- 50 minim, limita de sus nu este indicată. 3. Secțiunea spate: CERUT Sus: minim 70°, Jos: minim -40 °, OFERT jos 35+- 2.</p>		

51	Masa chirurgicală pentru pacient	bu	3	3 070 620, 00	23128 0	27753 6	69384 0	83260 8	OT80.25 cu accesorii / Germania/ Turcia/ Inspital	Tetis Internationa LSRL	<p>4. Flex / Reflex: minim 210 ° / 120 ° nu este specificata.</p> <p>5. Nu este specificata capacitatea minima articulatie.</p> <p>6. In ofertă nu sunt specificate accesoriile și codurile de referință.</p> <p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1.Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic+hidraulic, CERUT doar electromecanic.</p> <p>2.Solicitam Secțiunea spate: Sus: minim +90°, ofera Sus: +80°.</p> <p>3. Secțiunea picioarelor: CERUT: Jos: minim -90°, OFERIT -80.</p> <p>4.Secțiunea cap CERUT: minim +35° sus, OFERIT +30.</p>
----	----------------------------------	----	---	------------------------	------------	------------	------------	------------	---	-------------------------------	--

51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	bu	2		23128	27753	46256	55507	OT80.25 cu accesorii / Germania/ Turcia/ Inospital	Tetis Internationa 1 SRL	<p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1. Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic+hidraulic, CERUT doar electromecanic.</p> <p>2. Flex zona toracica: -45 ° +25 °, nu este indicat.</p> <p>3. Flex / Reflex: CERUT reflex minim 120 °, OFERIT reflex-100.</p> <p>4. Secțiunea picioarelor CERUT: Sus: minim +70 °, OFERIT Secțiunea picioarelor: Sus: minim +30 °,</p> <p>4. Secțiunea cap CERUT : minim +35 °, OFERIT +30.</p> <p>5. Secțiune pentru rinichi cu înaltime ajustabila minim CERUT 150mm, OFERIT 150°, CONTROL MANUAL.</p> <p>6. Tunel pentru casețele X-ray- pe toata lungimea mesei, OFERIT</p>
----	---	----	---	--	-------	-------	-------	-------	--	-----------------------------	--

										mecanism de suport al casei cu tava.
51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombară	bu	2	263270	315924	526540	631848	OT80.25K cu accesorii / Germania/ Turcia/ Inspital	Teis International SRL	<p>NU</p> <p>CORESPUNDE.</p> <p>1. Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic+hidraulic, CERUT doar electromecanic.</p> <p>2. Flex / Reflex: CERUT reflex minim 120°, OFERIT reflex minim 100.</p> <p>3. Secțiunea picioarelor CERUT: Sus: minim +70°, OFERIT Secțiunea picioarelor: Sus: minim +30°</p> <p>4. Secțiunea cap CERUT : minim +35°, OFERIT +30.</p>

51	Masă chirurgicală standard cu 5 segmente	bu	6			231280	277536	1387680	1665216	OT80.25 cu accesorii / Germania/ Turcia/ Inspital	Tetis International SRL	<p>6. Sectiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila minima CERUT 150mm, OFERIT 150°, CONTROL mecanic</p> <p>7. Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei, OFERIT mecanism de suport al casetei cu lava.</p> <p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1. Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic+hidraulic, CERUT doar electromecanic.</p> <p>2. Flex / Reflex: CERUT reflex minim 120°, OFERIT reflex-100.</p> <p>3. Secțiunea picioarelor CERUT: Sus: minim +70°, OFERIT Secțiunea picioarelor: Sus: minim +30°</p> <p>4. Secțiunea cap CERUT : minim +35°, OFERIT +30.</p>
----	--	----	---	--	--	--------	--------	---------	---------	---	-------------------------	---

51	Masa chirurgicală pentru pacient	bu	3	4 190 000, 00	41900 00	50280 00	ETIUDA/ Alvo/ Polonia	Penta Trading SRL	<p>5. Sectiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila minim CERUT 150mm, OFERIT 150°, CONTROL MANUAL.</p> <p>6. Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei. OFERIT mecanism de suport al casetei cu tava.</p> <p>Divergente: Mecanismul de functionare: cerut de tip electromecanic, oferit de tip electrohidraulic; Secțiunea spate: cerut: Sus: minim +90 °, Jos: minim -40 °, oferit +85, -45; Secțiunea cap: CERUT minim +35 ° sus, jos minim -80 °. OFERIT ± 45; Partea superioară a mesei: CERUT :glisarea spre cap: minim 200 mm / până la picioare: minim 330 mm. OFERIT 300mm.</p>
----	----------------------------------	----	---	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------------	--

51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombară	bu c	2			0	0	SERENADA/ Alvo/ Polonia	Penta Trading SRL	Divergente: Mecanismul de funcționare: cerut de tip electromecanic, oferit de tip electrohidraulic; Secțiunea spate: CERUT Sus: minim 70°, Jos: minim -40°, OFERT: +75, -35; Secțiunea picioarelor: CERUT: Sus: minim +70°, Jos: minim -90°, OFERT: +20, -90; Secțiunea cap: CERUT minim +35° sus, jos minim -80°. OFERT: ± 45; Glisare până la picioare: CERUT minim 330 mm, OFERT 300mm; Secțiune pentru rinichi cu înălțime ajustabilă CERUT minim 150mm, OFERT 120mm.
----	--	---------	---	--	--	---	---	-------------------------	-------------------	--

51	Masă chirurgicală standart cu 5 segmente	bu c	6			0	0	ETIUDA/ Alvo/ Polonia	Penta Trading SRL	Divergente: Mecanismul de funcționare: cerut de tip electromecanic, oferit de tip electrohidraulic; Secțiunea picioarelor: CERUT: Sus: minim +70 °, Jos: minim -90°, OFFERIT: +20, -90; Secțiunea cap: CERUT minim +35 ° sus, jos minim -80 °. OFFERIT: ± 45; Partea superioară a mesei: CERUT :glisarea spre cap: minim 200 mm / până la picioare: minim 330 mm. OFFERIT 300mm; Secțiune pentru rinichi cu înălțime ajustabilă CERUT minim 150mm, OFFERIT 120mm.
----	--	---------	---	--	--	---	---	-----------------------	-------------------------	---

51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	bu c	2				0	0	ETIUDA/ Alvo/ Polonia	Penta Trading SRL	<p>Divergente: Mecanismul de funcționare: cerut de tip electromecanic, oferit de tip electrohidraulic; Secțiunea picioarelor: CERUT: Sus: minim +70°, Jos: minim -90°, OFFERT: +20, -90; Secțiunea cap: CERUT minim +35° sus, jos minim -80°. OFFERT: ± 45; Partea superioară a mesei: CERUT :glsarea spre cap: minim 200 mm / până la picioare: minim 330 mm. OFFERT 300mm; Secțiune pentru rinichi cu înaltime ajustabila CERUT minim 150mm, OFFERT 120mm.</p>
----	---	---------	---	--	--	--	---	---	-----------------------	-------------------	--

51	Masa chirurgicală pentru pacient	bu c	3	4 309 857, 00	31197 3	37436 7,6	93591 9	11231 02,8	SUA-03 (cu 5 segmente) + Accesorii/ Optiuni conform caietului de sarcini/ Polonia/ FAMED ZYWIEC SP.Z.O.O.	Imunotehno med SRL	NU CORESPUNDE. 1. Solicitam Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic ofera electro-hidraulic. 2. Solicitam Secțiunea spate: Sus: minim +90 °, Jos: minim -40° ofera Conform brosurii Secțiunea spate: Sus: minim +85° , Jos: minim -40 °. 3. Solicitam Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° ofera Secțiunea cap: minim +55 ° sus, jos minim -50 ° .
51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	bu c	2		33385 0	40062 0	66770 0	80124 0	SUA-03 (cu 5 segmente) + Accesorii/ Optiuni conform caietului de sarcini/ Polonia/ FAMED ZYWIEC SP.Z.O.O.	Imunotehno med SRL	NU CORESPUNDE. 1. Solicitam Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic ofera electro-hidraulic. 2. Solicitam Secțiunea spate: Sus: minim +90 °, Jos: minim -40° ofera Conform brosurii

51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombară	bu	2				35156 9	42188 2,8	70313 8	84376 5,6	SUA-03 (cu 6 segmente) + Accesorii/ Optiuni conform catalogului de sarcini/ Polonia/ FAMED ZYWIEC SP.Z.O.O.	Imunotehno med SRL	Secțiunea spate: Sus: minim +85°, Jos: minim -40° 3. Solicitam Secțiunea cap: minim +35° sus, jos minim -80° ofera Secțiunea cap: minim +55° sus, jos minim -50°.
													NU CORESPUNDE. 1. Solicitam Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic ofera electro-hidraulic. 2. Solicitam Secțiunea picioarelor: Sus: minim +70° , Jos: minim -90° ofera Secțiunea picioarelor: Sus: minim +40° , Jos: 90°. 3. Solicitam Secțiunea cap: minim +35° sus, jos minim -80° (manual) ofera Secțiunea cap: minim +55° sus, jos

										Imunotehno med SRL	<p>minim -50 ° (manual).</p> <p>NU CORESPUNDE. 1.Solicitam Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic ofera electro-hidraulic. 2. Solicitam Secțiunea spate: Sus: minim +90 °, Jos: minim -40° ofera Conform brosurii Secțiunea spate: Sus: minim +85°, Jos: minim -40 °. 3.Solicitam Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° ofera Secțiunea cap: minim +55 ° sus, jos minim -50 °.</p>
51	Masă chirurgicală standart cu 5 segmente	bu c	6		33385 0	40062 0	20031 00	24037 20	SU/A-03 (cu 5 segmente) + Accesorii/ Opțiuni conform caietului de sarcini/ Polonia/ FAMED ZYWIEC SP.Z.O.O.	Imunotehno med SRL	

51	Masă chirurgicală pentru pacient	bu c	3	4 330 759, 00	29803 3	35763 9,6	89409 9	10729 18,8	Vivax OT-02 (4 segmente)/ Polonia/ Infimed	DataContro I SRL	NU CORESPUNDE. 1.Solicitam Grosime saltea minim 65 mm ofera 50 cm. 2.Solicitam Secțiunea spate: Sus: minim +90 °, Jos: minim -40 ° ofera +85...-45grade. Flex / Reflex: minim 40 ° / 90 ° ofera +25...- 90grade. 3.Solicitam Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° ofera +45...-45 grade.
51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	bu c	2		33961 5	40753 8	67923 0	81507 6	Vivax OT-02 (5 segmente)/ Polonia/ Infimed	DataContro I SRL	NU CORESPUNDE. 1. Solicitam Grosime saltea minim 65 mm ofera 50 cm. 2. Solicitam Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) ofera +45...-45 grade.
51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombara	bu c	2		35987 0	43184 4	71974 0	86368 8	Vivax OT-02 (6 segmente)/ Polonia/ Infimed	DataContro I SRL	NU CORESPUNDE. 1. Solicitam Grosime saltea minim 65 mm ofera

																			50 cm. 2. Solicitam Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) ofera +45...-45 grade.
51	Masă chirurgicala standart cu 5 segemente	bu c	6		33961 5	40753 8	20376 90	24452 28	Vivax OT-02 (5 segmente)/ Polonia/ Infimed	DataContro I SRL	NU CORESPUNDE. 1.Solicitam Grosime saltea minim 65 mm ofera 50 cm. 2. Solicitam Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) ofera +45...-45 grade.								
51	Masa chirurgicală pentru pacient	bu c	3		11 964 800, 00		0	0		Endo- Chirurgie SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata								
51	Masă chirurgicala universală cu elevator pentru zona lombara	bu c	2				0	0			Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata								
51	Masă chirurgicala standart cu 5 segemente	bu c	6				0	0			Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata								
51	Masă chirurgicala pentru interventii toracice	bu c	2				0	0			Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata								
51	Masa chirurgicală pentru pacient	bu c	3		12 889 300, 00	46560 0	55872 0	13968 00	Smart Practico/ Merivaara/ Finlanda	GBG-MLD SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata								

51	Masă chirurgicala universală cu elevator pentru zona lombara	bu c	2			1149250	1379100	2298500	2758200	Grand Promerix / Merivaara/ Finlanda	GBG-MLD SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
51	Masă chirurgicala pentru interventii toracice	bu c	2			1149250	1379100	2298500	2758200	Grand Promerix / Merivaara/ Finlanda	GBG-MLD SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
51	Masă chirurgicala standart cu 5 segemente	bu c	6			1149250	1379100	6895500	8274600	Grand Promerix / Merivaara/ Finlanda	GBG-MLD SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
52	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate	bu c	5	1332000	413350,00	826700	992040	4133500	496020	Excell 350 MCDSe/ Italia/ Alsa	DataContro I SRL	Nu corespunde. Canale bipolare independente: solicitat 2, oferit 1
52	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate	bu c	5		499500,00	999000	119880	4995000	599400	NS04.00+ troliu AB00.30 / Germania/ Turcia/ Inspital	Tetis Internationa I SRL	Nu corespunde. Canale bipolare independente: solicitat 2, oferit 1 Putere tăiere bipolară: solicitat 10-150W, oferit 10-120W
52	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate	bu c	5		1060450,00	212090	254508	1060450	1272540	ARC-350/ BOWA Medical/ Germania	GBG-MLD SRL	Corespunde tehnic
53	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat urologic)	bu c	1	222000	82670,00	826700	992040	826700	992040	Excell 350 MCDSe/ Italia/ Alsa	DataContro I SRL	Nu corespunde. Canale bipolare independente: solicitat 2, oferit 1
53	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat urologic)	bu c	1		99900,00	999000	119880	9990000	119880	NS04.00+ troliu AB00.30 / Germania/ Turcia/ Inspital	Tetis Internationa I SRL	Nu corespunde. Canale bipolare independente: solicitat 2, oferit 1 Putere tăiere

																				bipolară: solicitat 10-150W, oferit 10-120W
53	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat urologic)	bu c	1		212 090,00	212090	254508	212090	254508	ARC-350/ BOWA Medical/ Germania	GBG-MLD SRL	Corespunde tehnic								
54	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat cardiologic)	bu c	1	222000	83 670,00	836704	100404	836704	100404	Excell 350 MCDSe/ Italia/ Alsa	DataContro I SRL	Nu corespunde. Canale bipolare independente: solicitat 2, oferit 1								
54	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat cardiologic)	bu c	2		199 800,00	999000	119880	199800	239760	NS04.00+ troliu AB00.30 / Germania/ Turcia/ Inspital	Teris Internationa I SRL	Nu corespunde. Canale bipolare independente: solicitat 2, oferit 1 Putere tăiere bipolară: solicitat 10-150W, oferit 10-120W								
54	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat cardiologic)	bu c	1		214 484,00	214484	257380,8	214484	257380,8	ARC-350/ BOWA Medical/ Germania	GBG-MLD SRL	Corespunde tehnic								
55	Coagulator multifunctional pentru sudarea tesuturilor (cu argon)	bu c	1	750000	663 088,14	663088,14	795705,77	663088,14	795705,77	Optima Argon modul V11A100 (lista accesoriilor anexata) / I	Ericon SRL	"Nu corespunde. S-a solicitat: instrument combinat pentru intervenții chirurgicale de tip deschis pentru sigilarea/ligarea vaselor sangvine, lungimea 180±20 mm lungimea vârfului contactor 17±2mm cu								

55	Coagulator multifunctional pentru sudarea tesuturilor (cu argon)	bu c	1		715 950, 00	71595 0	85914 0	71595 0	85914 0	ARC-400+ ARC-Plus / BOWA Medical/ Germania	GBG-MILD SRL	Comutator de mîna multi use cu diametrul sochului 2,4-3mm - 5 bucati, 4-5mm -5 bucati. + cu cabluri de interconectare lungimea minim 3 metri. S-a oferit:Instrument făr� comutatoare (in catalog se indic� ,reusable pencil without control button nor cable". " Nu corespunde. Solicitat posibilitatea conect�rii 4 instrumente bipolare, oferit 3
55	Coagulator multifunctional pentru sudarea tesuturilor (cu argon)	bu c	1		800 000, 00	80000 0	96000 0	80000 0	96000 0	HelixAR/ SUA/ Con Med Corporation	Pharmony SRL	Nu corespunde. Solicitat 4 canale independente, oferit 3. Solicitat, posibilitatea conect�rii 4 instrumente bipolare, oferit 1 canal bipolar.
55	Coagulator multifunctional pentru sudarea tesuturilor (cu argon)	bu c	1		846 240, 00	84624 0	10154 88	84624 0	10154 88	MAXIUM/ Germania/ KLS Martin	DataContro I SRL	Nu corespunde tehnic. S-a solicitat:instrument combinat pentru interven�ii

																						chirurgicale de tip deschis pentru sigilarea/ligarea vaselor sangvine, lungimea 180±20 mm lungimea vârfului contactor 17±2mm cu întrerupător de activare incorporat, tipul de conectare tip "IQ" sau analog, lungimea cablului interconector minim 3 metri -2 seturi. S-a oferit: Oferta tehnică (specificății tehnice) nu sunt completate corespunzător, codul de referință indicat în ofertă se referă la alt instrument.
56	Ochelari cardiochirurgicali cu lupe prismatice de marire 3,5 (cardio)	bu c	4	28000 0	172 000, 00	43000	51600	17200 0	20640 0	2113-P-2005/ Marea Britanie/ Keeler	DataContro ISRL	Nu corespunde.1.Solicitat • Lupele sunt personalizate pentru fiecare utilizator., Oferit Lupe ajustabile. Solicitat: 2. Solicitat distanta de lucru personalizata, oferit fixa 42 cm.										

56	Ochelari cardiocirurgicali cu lupe prismatice de marire 3,5 (cardio)	bu c	4		306 663, 64	76665, 91	91999, 09	30666 3,64	36799 6,36	HDL 3.5 Prism/ SUA/ Orascopic	Biosistem-MLD SRL	Corespunde tehnic
58	Ochelari chirurgicale cu lupe de marire 2,5 (vasculari)	bu c	2	60000	70 000, 00	35000	42000	70000	84000	2112-P-1011/ Marca Britanie/ Keeler	DataContro I SRL	Anulare procedură: Nu corepsunde: 1. Solicitat • Lupele sunt personalizate pentru fiecare utilizator., Ofert Lupe ajustabile. Solicitat: 2. Solicitat distanta de lucru personalizata, oferit fixa 42 cm.
59	Analizor de coagulare automata	bu c	1	30000 0	287 675, 00	28767 5	34521 0	28767 5	34521 0	HMS Plus/ SUA/ Medtronic	Oxivit-Med SRL	Anulare lot: Nu corespunde. Nu se specifică în broșură detectarea optico-mecanică a fibrinei, utilizarea sîngelui integral și cantitatea de sînge utilizată pentru test. Nu se specifică testele efectuate pe sistem, testarea cu două godeuri și timpul de efectuare a testului. Cerut capacitate de stocare date pînă la 500 pacienți, oferit pînă la 200 pacienți.

61	Microscop chirurgical ORL	bu c	1	22000 00	1 406 156, 00	1 406 156,00	1 687 387,20	14061 56	16873 87,2	HS Hi R 700 + accesorii și optiuni suplimentare/ necesare conform cerințelor/ Germania/ HAAG STREIT SURGICAL GmbH & Co. KG,	Imunotehno med SRL	Nu corespunde. Nu se specifică în broșură magnifierea ocularelor. Cerut diapazon 1.4x - 16.2x, oferit 1.4x - 14.3x. Nu se specifică în broșură schimbarea măririi electromotorii line cu reglare de la mânerul microscopului, focusarea electromotoare prin varioscopul încorporat. Cerut distanța de operare nu mai puțin 200- 500, oferit 200-450. Cerut sursă de lumina LED, oferit Xenon. Cerut blocaj centralizat la stativ, oferit separat. Nu este specificat în broșură balanța ghidată pentru echilibrarea sistemului. Cerut camera video 1080p, oferit HD. Cerut monitor 24 inch, oferit 21.5 inch. Nu se specifică în
----	------------------------------	---------	---	-------------	------------------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------	--	-----------------------	--

											broșură pachetul de rețea wireless WLAN și WiFi, posibilitatea de deservire de la distanță.	
61	Microscop chirurgical ORL	bu c	1		2 428 767, 00	2 428 767,00	2 914 520,40 00	24287 67	29145 20,4	TIVATO 700/ Carl Zeiss/ Germania	Denolga Medical SRL	Corespunde tehnic
64	Dispozitiv de spălare și decontaminare	bu c	2	90000 0	637 000, 00	318 500,00 00	382 200,00 00	63700 0	76440 0	BK-LW220D/ China/ Biobase	Triumf- Motiv SRL	Este în lista de interdicție. Nu corespunde, lipsesc opțiunile solicitate: Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C // Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului //

64	Dispozitiv de spălare și decontaminare	bu c	2	655 200, 00	327 600,00 00	393 120,00 00	65520 0	78624 0	buc 2	Ericon SRL	Nu este indicat modelul oferit în f4.1 și f4.2. Conform broșurii anexate a fost identificat modelul Automatic washer-disinfector Rapid-M-320. CU TITLU INFORMATIV comunicăm că: În broșură nu se regăsește: Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^{\circ} \text{C}$ // Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului //
64	Dispozitiv de spălare și decontaminare	bu c	2	663 334, 00	331 667,00 00	398 000,40 00	66333 4	79600 0,8	GY 290 / Turcia/ Eryiit Endustriyel	Romedcom SRL	Divergențe: 1. Se cere "Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L", dar în broșură se regăsește Oțel Inoxidabil AISI 316. 2. Tensiunea de

64	Dispozitiv de spălare și decontaminare	bu	2	754 000, 00	377 000,00	452 400,00	75400 0	90480 0	Adela-2-200L/ SUMER/ Turcia	Eyecon Medical SRL	<p>alimentare a dispozitivului se cere 380V, dar se oferă - conform f.4.1. și broșurii anexate - 400V +-10V.</p> <p>Divergențele date nu influențează procesul de utilizare.</p> <p>În broșură nu se regăsește: Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților // Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent // Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^{\circ} C$ // Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului // Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului // Brațe rotative pentru</p>
----	--	----	---	-------------------	---------------	---------------	------------	------------	--------------------------------	--------------------------	---

			<p>jetul de apă ≥ 2 unități // "Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor" //s-a prezentat răspuns la clarificari pentru un alt model decit cel din ofertă.</p>										
64	Dispozitiv de spălare și decontaminare	bu c	2			900 000, 00	450 000,00 00	540 000,00 00	90000 0	10800 00	DS610/ISL/ Italia/ Steelco	Pharmony SRL	Corespunde tehnic
67	Stație completă pentru includere în parafina	bu c	1			30000 0	165 600, 00	19872 0	16560 0	19872 0	EC 350/ MYR/ Spania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde: S-a cerut 10 orificii, s-a oferit 6. Cerut Zona rece cel puțin 70 molduri, oferit 60. Nu se poate determina deplasarea clapetei. Nu se poate determina prezența trimer-ului. Cerut ecran tactil, oferit LCD. Nu se regăsește în broșură temperatura spot rece 5°C. Solicitat temperatură plită rece -12°C – -5 °C, oferit -12°C - 0 °C. Solicitat: Adîncime x Înălțime

67	Stație completă pentru includere în parafina	bu	1	230000,00	230000	276000	230000	276000	Tissue Tek TEC 6 / Japonia/ SAKURA	Pharmony SRL	<p>x Lățime 60cm x 40cm x 65cm – modul include (dimensiuni +/-5%)</p> <p>-Adîncime x Înălțime x Lățime 60cm x 40cm x 45cm – modul pila rece (dimensiuni +/-5%)</p> <p>-Greutate pila rece: maxim 20kg</p> <p>-Greutate modul: maxim 25kg; Oferit: Adîncime x Înălțime x Lățime 650x430x595 mm – modul include</p> <p>-Adîncime x Înălțime x Lățime 620x405x 340</p> <p>– modul pila rece</p> <p>-Greutate pila rece: 24.4 kg</p> <p>-Greutate modul: maxim 27.8kg</p> <p>Nu corespund următorii parametri solicitati:</p> <p>1. capacitatea zonei reci este mai mica decît cea solicitată, solicitat pentru 70 molduri - propus</p>
----	--	----	---	-----------	--------	--------	--------	--------	------------------------------------	--------------	---

67	Stație completă pentru includere în parafina	bu c	1		274 981, 11	27498 1,11	32997 7,33	27498 1,11	32997 7,33	Arcadia / China/ Leica	Medist Grup SRL	2. capacitatea zonei calde este mai mica decât cea solicitată, solicitat pentru 300 casete - propus pentru 150 casete. Corespunde tehnic
68	Histoprocesor automat vertical	bu c	1	63510 1	318 095, 00	31809 5	38171 4	31809 5	38171 4	STM 120-3/ MYR/ Spania	GBC-MLD SRL	Nu corespunde. Nu este histoprocesor vertical. Nu se poate determina schimbarea limbii. Nu este touch-screen. Nu are sistem de management al reagentilor. Nu se poate determina sistemele de protecție. Nu se poate determina 3 programe prestabilite. S-a cerut 35-60 grade C, s-a oferit 45-70 grade C. Divergente de pași de lucru. Nu are conexiune USB. Capacitate bai parafina s-a cerut minim 3.5 l, s-a oferit 1.8l. S-a cerut

68	Histoprocesor automat vertical	bu c	1	578 350, 00	57835 0	69402 0	57835 0	69402 0	Histocore Pearl / China/ Leica	Medist Grup SRL	minim 14 recipiente, s-a oferit 9. Capacitate recipiente s-a cerut minim 3.5l, s-a oferit 1.8l. Nu are tavi de scurgere sub recipiente. Nu se poate determina senzorii de detectie subumplere sau supraumplere. Nu are temperatura de minim 60 grade la reactivi. Nu are posibilitate conectare la internet. Correspunde tehnic
70	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	bu c	2	18 320, 00	9160	10992	18320	21984	90107102.S.T11.W8/ Turcia/ Doisan	Vivamed Internationa l SRL	Anulare lot: Nu corespunde. Oferă inaltime fixa 91cm, solicitat reghlabila 60-90cm.
70	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	bu c	2	36 300, 00	18150	21780	36300	43560	MYS-950/ Meyosis/ Turcia	GBG-MLD SRL	Divergențe: Cerut reglarea înălțimii – 60-90 cm, ofera 48- 75 cm. Solicitam Dimensiuni – 200±5 cm, 60 ± 5 cm, ofera – 215 cm. 75 cm, dimensiuni care sunt net superioare celor solicitate ce asigură

											confortul spirit al pacientului.	
70	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	bu c	2		40 700, 00	20350	24420	40700	48840	HL-A411A/ China/ HL-Life Technology	Triumf-Motiv SRL	Este în lista de interdicție. Suma ofertei depășește peste 30% suma alocată.
70	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	bu c	2		43 000, 00	21500	25800	43000	51600	Movee 1.0/ Turcia Meisa	DataContro 1 SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocată.
71	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	bu c	4		64 600, 00	16150	19380	64600	77520	90107208.S.T19.W8/ Turcia/ Dolsan	Vivamed Internationa 1 SRL	Anulare lot: Nu corespunde. Modelul oferit nu s-a regasit în broșură în urma clarificărilor.
71	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	bu c	4		113 460, 00	28365	34038	11346 0	13615 2	Movee 2.0/ Turcia /Meisa	DataContro 1 SRL	Nu corespunde. Solicităm Tredelenburg/antitre ndelenburg reglabil \geq 20 grade, ofertă 14 grade. Solicităm sarcina maximă \geq 250 kg, oferta 230 kg.
71	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	bu c	4		117 200, 00	29300	35160	11720 0	14064 0	MYS-650/ Meyosis/ Turcia	GBG-MLD SRL	Divergențe: Solicităm reglarea înălțimii – 60-90 cm- ofertă 57.5-88.5 cm. Solicităm Dimensiuni – 200 \pm 5 cm, 60 \pm 5 cm ofertă Dimensiuni – 211.5 cm, 80 cm.

71	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	bu c	4	156 800, 00	39200	47040	15680 0	18816 0	HL-A411B/ China/ HI-Life Technology	Triumf- Moirv SRL	Este în lista de interdicție: Nu corespunde. Solicitam Tredelinburg reglabil > 20 grade- ofera 15 grade. Solicitam Dimensiuni – 200x65 cm ofera L2130mm*W830m m. Solicitam Reglarea înălțimii – 60-90 cm ofera 630mm -950mm.
----	--	---------	---	-------------------	-------	-------	------------	------------	--	----------------------	--

72	Ultrasonograf General performanță înaltă (EXPERT),	bu c	1	12000 00	325 000, 00	32500 0	39000 0	32500 0	39000 0	E-Cube 8 Diamond/ Korea/ Alpinoin Medical Systems	Neotec SRL	Nu corespunde: S-a cerut gama dinamică: $\geq 270\text{dB}$, s-a oferit 250dB ; S-a cerut Memorie CINE $\geq 800\text{sec}$, s-a oferit 300sec ; S-a cerut garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni, s-a oferit 24 luni conform declarației ; Nu sunt indicați traducătorii cu care intră în set. Nu sunt specificat regimurile: Regim ce permite redarea imaginilor cu rezoluție înaltă atât în vasele cu flux mare cât și în acele cu flux mai mic; Regim CW doppler pentru sonda liniară propus, necesar pentru investigarile vaselor cu un înalt grad de stenoză; Regim Shear Wave, ce permite aprecierea elasticității ficatului,
----	--	---------	---	-------------	-------------------	------------	------------	------------	------------	--	---------------	---

									<p>prin măsurarea vitezei de propagare a undei în zona de interes;</p> <p>Regim ce permite vizualizarea simultană a spectrelor Doppler de pe doua sectoare diferite în timp real pentru măsurarice ne-ar permite măsurarile directe a coeficientului E/e;</p> <p>Regim ce permite posibilitatea analizei complexe automată a contractarii globale și locale a miocardului cu ajutorul urmării automate după structura inimii;</p> <p>Regim ce permite măsurarile automate a fatului;</p> <p>Regim ce permite examinarea imaginii cu soluție de contrast;</p> <p>Regim ce permite examinarea unei imagini panoramice;</p> <p>Regim ce ar permite măsurarea automata</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

72	Ultrasonograf General performanță înaltă (EXPERT),	bu c	1		707 000, 00	70700 0	84840 0	70700 0	84840 0	DC-80 / China/ Mindray	Dutchmed- M SRL	Nu corespunde: S-a cerut gama dinamică: >270dB, s-a oferit 260dB ; S-a cerut Memorie CINE ≥ 800sec, s-a oferit 480sec ; S-a cerut traductor convex cu frecvențe de lucru 1-5 Mhz, unghiul câmpului vizual minim 70 grade, s-a oferit 60 grade.
72	Ultrasonograf General performanță înaltă (EXPERT),	bu c	1		1 160 000, 00	11600 00	13920 00	11600 00	13920 00	APLIO A/ Japonia/ CANON MEDICAL SYSTEMS	Medexcom- Teh SRL	Nu corespunde: S-a cerut traductor convex cu frecvențe de lucru 1-5 Mhz, unghiul câmpului vizual minim 70 grade, s-a oferit 1.5~6.1 Mhz unghiul câmpului vizual nu este indicat.
72	Ultrasonograf General performanță înaltă (EXPERT),	bu c	1		1 180 000, 00	11800 00	14160 00	11800 00	14160 00	Arietta 65 / Japonia/ Fujifilm (Hitachi)	DataContro I SRL	Corespunde tehnic
73	Optotipe la distanță 5 m	bu c	1		3000 8 625, 00	8625	10350	8625	10350	44710/ Gimal/ Italia	GBG-MLD SRL	Anulare lot: Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata

74	Autoclav pentru deseuri medicale cu mărunitor incorporat	bu	c	1	20000 00	1 398 500, 00	13985 00	16782 00	13985 00	16782 00	ISS AC-575/ Celitron/ Ungaria	Edelmed SRL	"Lot anulat conform demersului IMSP SCR nr. 06/2955 din 23.12.2021: Cu referire la lotul nr. 74 „Autoclav pentru deseuri medicale cu mărunitor incorporat” comunicăm următoarele. Urmare a dezbaterilor și discuțiilor din cadrul sesiunii desfășurată de ANSC cu referire la contestația depusă de „UISPAC” SRL, unde a fost analizat detaliat conceptul și funcționalitatea autoclavului cu mărunitor, grupul de lucru a considerat oportun reexaminarea principului de lucru și capacității autoclavului de tip Steriflash ST200 (oferat de către operatorului economic „Ancotec Sistem” SRL). Informăm că zilnic în urma activității spitalului se acumulează cca 400-500 kg de deseuri medicale procesate. Astfel, s-a comis eroarea în caietul de sarcini unde s-a utilizat unitatea de măsură „litri” (caracteristic pentru autoclavele anterioare fără mărunitor și utilizată în specificația generică a CAPCS)
----	--	----	---	---	-------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------------	----------------	--

										<p>echivalență pentru 90-120kg/per ciclu material procesat (60-80min). Deci, în decursul zilei de lucru în cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga” se procesează minim 4-5 cicluri, echivalent 400-500kg/8ore material procesat.</p> <p>Înșă, autoclavul de tip Steriflash ST200 (conform catalogului dispozitivului) la volumul de 200 litri are greutatea maximă a materialului procesat per ciclu de 20-30 kg în termen de 90/112 minute. Astfel, capacitatea maximă pentru 8 ore ar constitui 5 cicluri și respectiv doar 160 kg material procesat.</p> <p>În acest context, capacitatea de procesare a dispozitivului Steriflash ST200 nu satisface necesarul instituției (necesare 400-500kg/8 ore, dispozitivul asigură doar mărunțirea la 160kg/8 ore).</p> <p>Totodată, a fost organizată o sedință de lucru cu deplasarea la fața locului de instalare a autoclavului cu mărunțitor a specialiștilor din cadrul</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																				<p>Agenciei Naționale de Sănătate Publică, la care s-a comunicat mai multe aspecte tehnice prevăzute de legislația de domeniu omise în caietul de sarcini.</p> <p>Așadar, ne propunem să înaintăm un caiet de sarcini nou, la întocmirea căruia să fie cooperați și specialiști ai ANSP, cu recomandări conforme legislației în vigoare în domeniul procesării deșeurilor medicale.</p> <p>Urmare a celor expuse, informăm despre imposibilitatea contractării lotului nr. 74 „Autoclav pentru deșuri medicale cu mărunțitor incorporat” cu operatorul economic „Ancotec Sistem” SRL pentru dispozitivul de tip Steriflash ST200.</p>
74	Autoclav pentru deșuri medicale cu mărunțitor incorporat	bu c	1	1 400 000,00	1 680 000,00	14000 00	16800 00	ISS AC-575/ Celitron	Becor SRL											
74	Autoclav pentru deșuri medicale cu mărunțitor incorporat	bu c	1	1 580 000,00	18960 00	15800 00	18960 00	Termoshred 420/ Republica Moldova/ SRL UISPAC	UISPAC SRL											

74	Autoclav pentru deșuri medicale cu marunțitor incorporat	bu c	1	1 665 820, 00	16658 20	19989 84	16658 20	19989 84	Newsteer NW15 / Italia/ Newster System	Medist Grup SRL
74	Autoclav pentru deșuri medicale cu marunțitor incorporat	bu c	1	1 730 000, 00	17300 00	20760 00	17300 00	20760 00	DATASHEET ECODAS T100/ Franta/ ECODAS	Romedcom SRL
74	Autoclav pentru deșuri medicale cu marunțitor incorporat	bu c	1	1 830 000, 00	18300 00	21960 00	18300 00	21960 00	Steriflash ST200/ Spania/ Equipos e Reciclado Biologico (Comtem)	Ancotec- Sistem SRL
75 Laser fotocoag ulator oftalmolog ic 532nm portabil cu lampă cu fanță și	Laser	bu c	1	10500 00	90396 0	10847 52	90396 0	10847 52	Classic (diode laser) + PCL5 Slit lamp +SL11040 Single table + ME06895 Hygiene Protection + FOX (diode laser) Ophtha + LJO - Keeler for A.R.C. art. ZU11049 with A.R.C. connector FOX 300 µm, incl.transportation case + 3 pcs ASO1003 safety goggles + BG06076 ESF ZEISS type + 2 boxes (5 pcs each box) LL13006s Endo Probe 23G straight sterile (or at choise 23G curved or 25G straight or curved)/ Germania/ A.R.C. Laser GmbH	Medpunkt SRL
75 Laser fotocoag ulator oftalmolog ic 532nm portabil cu lampă cu fanță și	Lampă cu fanță compatibilă cu filtru laser pentru siguranța chirurgului și laserul fotocoagulator	bu c	1	903 960, 00	90396 0	10847 52	90396 0	10847 52		Medpunkt SRL

75 Laser fotoocoagulator ofthalmologic 532nm portabil cu lampă cu fantă și	Oftalmoscop indirect cu filtru laser pentru siguranța chirurgului și compatibil cu laserul	bu	1	903960,00	1084752	903960	1084752			Medpunkt SRL	corespunde tehnic
75 Laser fotoocoagulator ofthalmologic 532nm portabil cu lampă cu fantă și	Laser	bu	1	10499049995,00	1259994	10499049995	1259994	PUREPOINT LASER SYSTEM + SL1000 slit lamp + Slit lamp Advanced Adaptation + PUREPOINT LIO + accesorii/ SUA/ Alcon	Tetis International SRL	Corespunde tehnic	

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică.

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumire factorul 1	Denumirea operatorului economic 1		Total
	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
	Denumirea operatorului economic n		Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică.

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor Modificările operate

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Notă:

-A fost depusă contestație de către operatorul economic Uispac SRL pe marginea **lotului nr. 74 autoclav pentru deșuri medicale**, înregistrată la ANSC cu numărul nr.02/973/21 din 18.11.2021. Totodată, ANSC a emis decizia nr. 03D-848-21 din 14.12.2021 prin care se respinge contestația ca fiind neîntemeiată, iar lotul se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice în baza deciziei de reevaluare/anulare a CAPCS din 27.12.2021.

-Operatorul economic Ericon SRL a depus contestație pentru **lotul nr. 33 dispozitiv pentru procesarea automata a sistemelor de endoscopie și lotul nr. 55 coagulator multifuncțional pentru sudarea țesuturilor** înregistrată la ANSC cu nr. 02/993/21 din 24.11.2021. Respectiv, prin decizia emisă de către ANSC nr. 03D-861-21 din 17.12.2021 a fost admisă parțial contestația pentru **lotul nr.55** cu anularea deciziei CAPCS din 12.11.2021. Respectiv, în urma reevaluării în decizia de reevaluare a CAPCS din 27.12.2021 **lotul nr. 55** a fost anulat, iar **lotul nr. 33** a fost anulat în baza deciziei de reevaluare/anulare a CAPCS din 25.01.2022.

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma din Sistem	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model / Țara de origine/ Producător	Ofertant
1	Termostat de laborator 200-300	buc	1	19 700,00	19 700,00	23 640,00	19 700,00	23 640,00	BJPM-H270/ China/ Biobase	DataControl SRL
2	Termostat de laborator 80 – 100 l	buc	2	23 420,00	11 710,00	14 052,00	23 420,00	28 104,00	BJPM-H80/ China/ Biobase	DataControl SRL
3	Spectrofotometru pentru laborator	buc	4	136 000,00	34 000,00	40 800,00	136 000,00	163 200,00	SP880/ Taiwan/ Metertech	DAC-Spectromed SRL
4	Centrifugă de laborator (12 tuburi)	buc	2	74 000,00	37 000,00	44 400,00	74 000,00	88 800,00	DM0636/ China/ Diab	DAC-Spectromed SRL
8	Frigider pentru reactivi 500-700l	buc	3	143 400,00	47 800,00	57 360,00	143 400,00	172 080,00	YC-525L/ China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Pharmony SRL
11	Cântar de laborator, analitic	buc	1	15 450,00	15 450,00	18 540,00	15 450,00	18 540,00	ALN 220/0.0001g/ Polonia/ Axis	Ecochimie SRL
15	Agitator roller	buc	2	15 400,00	7 700,00	9 240,00	15 400,00	18 480,00	MX-T6-Pro/ China/ Diab	DAC-Spectromed SRL

16	Microscop de laborator binocular cu 4 obiective	buc	2	51 540,00	25 770,00	30 924,00	51 540,00	61 848,00	iScope IS.1152-Pii/ Olanda/ Euromex	DataControl SRL
17	Microscop de laborator binocular cu 3 obiective	buc	2	51 540,00	25 770,00	30 924,00	51 540,00	61 848,00	iScope IS.1152-Pii/ Olanda/ Euromex	DataControl SRL
18	Sistem agitare plachete (incubator + agitator)	buc	1	93 852,50	93 852,50	112 623,00	93 852,50	112 623,00	PN150 cu PS 54/ Nuve/ Turcia	GBG-MLD SRL
19	Coagulometru semi-automat	buc	2	12 960,00	6 480,00	7 776,00	12 960,00	15 552,00	Coatron X Top (81 101 40) + PT- 300teste (A0230- 100) + APTT - 20 teste (A0300-050) + Fbg - 300 teste (A0511-050 + A0590-125) + TT 100 teste (A0401- 020 + D-dimer 100 teste (D2020-005) + controale si calibratori (P6001- 010 + P6101 - 010 + P8001-010)/ Germania/ TECO Medical Instruments Production and Trading GmbH	Sanmedico SRL
20	Debimetru tip Bobrov	buc	50	95 000,00	1 900,00	2 280,00	95 000,00	114 000,00	FM20.31/ Turcia/ Inspital	Edelmed SRL

21	Sistem de vacuum	buc	17	212 500,00	12 500,00	15 000,00	212 500,00	255 000,00	Aspirator secretii organice VAC/VAC Tip RV/TM3, conex DIN Ref.19026- 1 buc Filtru antibactericid Ref.11813 - 2 buc Vas collector secretii organice 1 litru Tip BO1, Ref.15021 - 2 buc Adaptor bara accesorii Tip TM, Ref. 11949 - 2 buc Vacuum stop (robinet) Ref.16612 - 2 buc Furtun silicon d=7x13mm L=1,5 m, Ref.16916 - 2 buc/ Franta/ Technologie Medicale	DataControl SRL
22	Butelie oxigen 2 litri	buc	2	21 920,00	10 960,00	13 152,00	21 920,00	26 304,00	0808907+021700/ Grecia/ Mobiak	DataControl SRL
23	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	buc	17	202 980,00	11 940,00	14 328,00	202 980,00	243 576,00	03,41140,521+03,42 013,621 + 03,42013,651/ KAWE/ Germania	GBG-MLD SRL
24	Butelie de oxigen 5 litri	buc	5	51 600,00	10 320,00	12 384,00	51 600,00	61 920,00	0808909/ Grecia/ Mobiak	DataControl SRL

28	Laringoscop neonatal cu fibra optica, LED	buc	2	20 840,00	10 420,00	12 504,00	20 840,00	25 008,00	0,41140,521+03,490 23,591- 03,49023,611/ KAWE/ Germania	GBG-MLD SRL
29	Laringoscop adult pentru intubatii dificile	buc	1	19 595,00	19 595,00	23 514,00	19 595,00	23 514,00	0,41140,521+03,490 23,591- 03,49023,611/ KAWE/ Germania	GBG-MLD SRL
30	UPS 2 K W tip tower	buc	3	43 500,00	14 500,00	17 400,00	43 500,00	52 200,00	MAC 2000/ Taiwan/ Powercom	Edelmed SRL
32	Troliu ecoendoscopic cu colonoscop 2 buc și duadenoscop 1 buc	buc	1	2 461 750,00	2 461 750,00	2 954 100,00	2 461 750,00	2 954 100,00	Evis X1CV-1500 (EVIS-XI) + CF - EZ1500DL + CF- H1851 + X24-E + TC-C4 + Endostratus Irigation + Endostratus CO2 + TJF-Q190V/ Japonia/ Olympus	DataControl SRL
34	Lampă cu fantă, ocular 10x	buc	2	733 444,80	366 722,40	440 066,88	733 444,80	880 133,76	ZEISS Slit Lamp SL 120/ Carl Zeiss/ Germania	Denolga Medical SRL
35	Autorefractokerat ometru	buc	1	362 455,50	362 455,50	434 946,60	362 455,50	434 946,60	VISUREF 150 / Carl Zeiss/ Germania	Denolga Medical SRL
36	Perimetru computerizat	buc	1	672 500,00	672 500,00	807 000,00	672 500,00	807 000,00	Twinfield 2 / Germania/ OCULUS Optikgerate GmbH	AG Medical SRL
37	Set lentile pentru corecție aeriană optică cu Montură	buc	3	48 000,00	16 000,00	19 200,00	48 000,00	57 600,00	BR-260- lentile TF- 4- montura/ Polonia/ MDT	DataControl SRL

38	Lentila Goldman	buc	3	24 471,00	8 157,00	9 788,40	24 471,00	29 365,20	VG3/SUA/ Volk Optical Inc.	DataControl SRL
39	Lentila Volk 20D	buc	1	5 800,00	5 800,00	6 960,00	5 800,00	6 960,00	V20LC/ SUA/ Volk Optical Inc.	DataControl SRL
40	Lentila Volk 78D	buc	3	16 800,00	5 600,00	6 720,00	16 800,00	20 160,00	V78C/ SUA/ Volk Optical Inc.	DataControl SRL
41	Lentila Volk 90D	buc	1	5 800,00	5 800,00	6 960,00	5 800,00	6 960,00	V90C/ SUA/ Volk Optical Inc.	DataControl SRL
45	Sistem optic pentru vizualizarea fundului de ochi în operații de vitrectomie compatibil cu microscopul OPMI Lumera i și filtru laser.	buc	1	542 021,40	542 021,40	650 425,68	542 021,40	650 425,68	BIOM (focalizare motorizata) 54320+55403+5417 6+55420+55180+54 580+5363+54889+5 4885+54881+54898 +54905+BG06064/ OCULUS Optikgerate GmbH	Dia EstFarm SRL
46	Criocoagulator cu accesorii	buc	1	348 000,00	348 000,00	417 600,00	348 000,00	417 600,00	Cryomatic MK II, ref: 2509-P-1010/ Marea Britanie/ keeler	DataControl SRL
48	Sistem compact, automat, computerizat, pentru chirurgia vitreo-retiniană și a polului anterior ocular	buc	1	2 097 998,00	2 097 998,00	2 517 597,60	2 097 998,00	2 517 597,60	Sistem compact automat computerizat Constellation LXT CR5/ SUA/ Alcon	Tetis International SRL

49	Rectoscop pentru examinare cu instrumentariu	buc	1	269 500,00	269 500,00	323 400,00	269 500,00	323 400,00	24916k (1buc)/ 24910K (2buc)/ 24911K (1buc)/ 24912K (1 buc)/ 24956K (1buc)/ 24954KK (1buc)/ 24931NK (1buc)/ 24920K (1buc)/ 25215 (2buc)/ 40924 (1buc)/ 40924B (1buc)/ 031123-10 (1 set)/ 30804 (1buc)/ 24514 (1buc)/ 25227 (1buc)/ 25214 (1buc)/ 37470DB (1buc)/ 26005M (1buc)/ 34351B (1buc)/ 20161201 (1buc)/ 495NA (1buc)/ 24960 (3buc)/ UG910 (1buc)/ UG821 (1buc)/ UG820 (1buc)/ Karl Storz/ Germania	Denolga Medical SRL
50	Aspirator chirurgical mobil de putere înaltă	buc	5	68 000,00	13 600,00	16 320,00	68 000,00	81 600,00	SA01HT/ Turcia/ EImaslar	Dutchmed-M SRL
52	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulat or) cu accesorii specializate	buc	5	1 060 450,00	212 090,00	254 508,00	1 060 450,00	1 272 540,00	ARC-350/BOWA Medical/ Germania	GBG-MLD SRL

53	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocogulat or specializat urologic)	buc	1	212 090,00	212 090,00	254 508,00	212 090,00	254 508,00	ARC-350/ BOWA Medical/ Germania	GBG-MLD SRL
54	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocogulat or specializat cardiologic)	buc	1	214 484,00	214 484,00	257 380,80	214 484,00	257 380,80	ARC-350/ BOWA Medical/ Germania	GBG-MLD SRL
56	Ochelari cardiochirurgicali cu lupe prismatice de marie 3,5 (cardio)	buc	4	306 663,64	76 665,91	91 999,09	306 663,64	367 996,36	HDL 3.5 Prism/ SUA/ Orasoptic	Biosistem-MLD SRL
57	Sistem de iluminare scialitic mobil	buc	4	292 000,00	73 000,00	87 600,00	292 000,00	350 400,00	Luckystar LE528 / China/ VG Medical Technology	Ancotec-Sistem SRL
60	Defibrilator cu monitorizare ECG	buc	1	80 593,00	80 593,00	96 711,60	80 593,00	96 711,60	BeneHeart D3/ China/ Mindray	Dutchmed-M SRL
61	Microscop chirurgical ORL	buc	1	2 428 767,00	2 428 767,00	2 914 520,40	2 428 767,00	2 914 520,40	TIVATO 700/ Carl Zeiss/ Germania	Denolga Medical SRL

62	Laser chirurgical	buc	1	630 000,00	630 000,00	756 000,00	630 000,00	756 000,00	Leonardo Dual 45 + FUMOVAV 700 + Fiber cooling devide Pump DP30 + 503200250 GLC 0180 gas cooled / air cooled fibers for endoscopic procedures: 3x3 hours usage times + 503201921 Bare Fiber 600 micron; Reusable, Flat tip; 10x1 hour usage times + 400100115& 400100130 Stripper and Ceramic cleaver to prepare fiber tip of reusable Bare Fibers : tool set/ Germania (fabrica in Letonia)/ Biolitec (Ceram Optec)	Medpunkt SRL
63	Compresor de aer	buc	1	21 500,00	21 500,00	25 800,00	21 500,00	25 800,00	LMO 50-270/ Polonia/ Airpress	DataControl SRL
64	Dispozitiv de spălare și decontaminare	buc	2	900 000,00	450 000,00	540 000,00	900 000,00	1 080 000,00	DSS610/1SL/ Italia/ Steelco	Pharmony SRL
65	Microscop	buc	5	463 085,15	92 617,03	111 140,44	463 085,15	555 702,20	DM 1000 LED / China/ Leica	Medist Grup SRL

66	Microscop automat	buc	1	393 149,00	393 149,00	471 778,80	393 149,00	471 778,80	DM 3000 / China/ Leica	Medist Grup SRL
67	Stație completă pentru includere în parafina	buc	1	274 981,11	274 981,11	329 977,33	274 981,11	329 977,33	Arcadia / China/ Leica	Medist Grup SRL
68	Histoprocesor automat vertical	buc	1	578 350,00	578 350,00	694 020,00	578 350,00	694 020,00	Histocore Pearl / China/ Leica	Medist Grup SRL
69	Dispozitiv de încălzire a pacientului	buc	2	54 340,00	27 170,00	32 604,00	54 340,00	65 208,00	Warm Touch 5016000/ SUA/ Medtronic	Oxivit-Med SRL
72	Ultrasonograf General performanță înaltă (EXPERT),	buc	1	1 180 000,00	1 180 000,00	1 416 000,00	1 180 000,00	1 416 000,00	Arietta 65 / Japonia/ Fujifilm (Hitachi)	DataControl SRL
	Laser	buc	1	1 049 995,00	1 049 995,00	1 259 994,00	1 049 995,00	1 259 994,00	PUREPOINT LASER SYSTEM + SL1000 slit lamp + Slit lamp Advanced Adaptation + PUREPOINT LIO + accesorii/ SUA/ Alcon	Tetis International SRL
75	Lampă cu fantă compatibilă cu filtru laser pentru siguranța chirurgului și laserul fotocoagulator propus	buc	1	1 049 995,00			0,00	0,00		Tetis International SRL

75	Oftalmoscop indirect cu filtru laser pentru siguranța chirurgului și compatibil cu laserul	buc	1	1 049 995,00				0,00	0,00		Teis International SRL
----	--	-----	---	--------------	--	--	--	------	------	--	------------------------

Anularea procedurii de achiziție publică:

Se anulează următoarele loturi:

- Nr. 5 Centrifugă de laborator (48 tuburi), nr. 7 Amplificator PCR, nr. 9 Frigider pentru reactivi 1000-1400l, nr. 12 Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L, nr. 26 Ultrasonograf General portabil, performanta inalta (EXPERT), nr. 27 Ventilator pulmonar neonatal, pediatric ajustat pentru cardiocirurgia neonatala, nr. 43 Optoipe la distanță 3 m, nr. 51 Masă chirurgicala standart cu 5 segmente, nr. 70 Brancarda sanitara (caracteristici de baza), nr. 71 Brancarda sanitara (caracteristici avansate), în conformitate cu art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care:**
- sînt neadevate, inacceptabile sau neconforme;
 - nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;
 - depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi;

Nr. 6 Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml, nr. 10 Cântar de laborator, nr. 13 Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L (Ultra Freezer), nr. 14 Dulap de uscare, nr. 25 Lampă germicidă (varianta mobilă), nr. 31 Ultrasonograf Cardiovascular (EXPERT), portabil, cu trolu, nr. 42 Lentila Abraham, nr. 55 Coagulator multifuncțional pentru sudarea țesuturilor (cu argon), nr. 58 Ochelari chirurgicale cu lupe de marire 2,5 (vasculari), nr. 59 Analizor de coagulare automata, nr. 73 Optoipe la distanță 5 m în conformitate cu art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care:

- sînt neadevate, inacceptabile sau neconforme;
- nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;

Lotul nr. 44 Optoipe pentru apropiere și nr. 47 Videorecorder cu monitor în conformitate art. 71 alin. 1 lit. a) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

Lotul nr. 33 Dispozitiv pentru reprocesarea automată a sistemelor de endoscopie se anulează la solicitarea beneficiarului IMSP SCR „Timofei Moșneaga” prin scrisoarea nr. 06/2737 din 30.11.2021 (se anexează), după cum urmează: având în vedere că oferta operatorului economic SRL DataControl a fost determinată ca neconformă. Analizând oferta operatorului economic SRL Ericon, s-a stabilit că operatorul economic SRL Ericon a oferit același utilaj care la moment se află în cadrul instituției (4 bucăți) care încă nu pot fi utilizate în motivul unor deficiențe de asigurare corespunzătoare cu apă caldă pentru a oferi fluxul constant de 9l/min și presiunea de 4bari strict necesar. Astfel, în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015, lotul 33 se anulează din cauza omisiunilor admise la întocmirea caietului de sarcini inițial.

Loturile nr. 74 „Autoclav pentru deșuri medicale cu mărunțitor incorporat” anulat conform demersului IMSP SCR nr. 06/2955 din 23.12.2021 următoarele. Urmare a dezbaterilor și discuțiilor din cadrul ședinței desfășurată de ANSC cu referire la contestația depusă de „UISPAC” SRL, unde a fost analizat detaliat conceptul și funcționalitatea autoclavului cu mărunțitor, grupul de lucru a considerat oportun reexaminarea principului de lucru și capacității autoclavului de tip Steriflash ST200 (oferat de către operatorul economic „Ancotec Sistem” SRL). Informăm că zilnic în urma activității spitalului se acumulează cca 400-500 kg de deșuri medicale procesate. Astfel, s-a comis eroarea în caietul de sarcini unde s-a utilizat unitatea de măsură, „litri” (caracteristic pentru autoclavele anterioare fără mărunțitor și utilizată în specificația generică a CAPCS) echivalentă pentru 90-120kg/per ciclu material procesat (60-80min). Deci, în decursul zilei de lucru în cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga” se procesează minim 4-5 cicluri, echivalent 400-500kg/8ore material procesat.

Însă, autoclavul de tip Steriflash ST200 (conform catalogului dispozitivului) la volumul de 200 litri are greutatea maximă a materialului procesat per ciclu de 20-30 kg în termen de 90/112 minute. Astfel, capacitatea maximă pentru 8 ore ar constitui 5 cicluri și respectiv doar 160 kg material procesat. În acest context, capacitatea de procesare a dispozitivului Steriflash ST200 nu satisface necesarul instituției (necesare 400-500kg/8 ore, dispozitivul asigură doar mărunțirea la 160kg/8 ore). Totodată, a fost organizată o ședință de lucru cu deplasarea la fața locului de instalare a autoclavului cu mărunțitor a specialiștilor din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică, la care s-a comunicat mai multe aspecte tehnice prevăzute de legislația de domeniu omise în caietul de sarcini. Așadar, ne propunem să înaintăm un caiet de sarcini nou, la întocmirea cărui să fie cooperați și specialiștii ai ANSP, cu recomandări conforme legislației în vigoare în domeniul procesării deșurilor medicale. Urmare a celor expuse, informăm despre imposibilitatea contractării lotului nr. 74 „Autoclav pentru deșuri medicale cu mărunțitor incorporat” cu operatorul economic „Ancotec Sistem” SRL pentru dispozitivul de tip Steriflash ST200.”

15 Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatorii economici participanți	Rg02-4003 din 12.11.2021 Rg02-4493 din 28.12.2021 Rg02-584 din 01.02.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16 Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și contractului înregistrat la CAPCS	data	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
Data Control SRL	Cu capital autohton	21040705/01	28.01.2022	33100000-1	4 544 341,00	5 453 209,20	31.12.2022
Pharmacy SRL	Cu capital autohton	21040705/02	28.01.2022	33100000-1	1 043 400,00	1 252 080,00	31.12.2022
Ecochimie SRL	Cu capital autohton	21040705/03	28.01.2022	33100000-1	15 450,00	18 540,00	31.12.2022
Dac-Spectromed SRL	Cu capital autohton	21040705/04	28.01.2022	33100000-1	225 400,00	270 480,00	31.12.2022
GBG MID SRL	Cu capital autohton	21040705/05	28.01.2022	33100000-1	1 824 291,50	2 189 149,80	31.12.2022
Sannedico SRL	Cu capital autohton	21040705/06	28.01.2022	33100000-1	12 960,00	15 552,00	31.12.2022
Edelmed SRL	Cu capital autohton	21040705/07	28.01.2022	33100000-1	138 500,00	166 200,00	31.12.2022
Denolga Medical SRL	Cu capital autohton	21040705/08	28.01.2022	33100000-1	3 794 167,30	4 553 000,00	31.12.2022
AG Medical SRL	Cu capital autohton	21040705/09	02.02.2022	33100000-1	672 500,00	807 000,00	31.12.2022
Tetis International SRL	Cu capital autohton	21040705/10	28.01.2022	33100000-1	3 147 993,00	3 777 591,60	31.12.2022
Duchmed-M SRL	Cu capital autohton	21040705/11	28.01.2022	33100000-1	148 593,00	178 311,60	31.12.2022
Biosistem-mld SRL	Cu capital autohton	21040705/12	28.01.2022	33100000-1	306 663,64	367 996,36	31.12.2022

Ancotec – Sistem SRL	Cu capital autohton	21040705/013	28.01.2022	33100000-1	292 000,00	350 400,00	31.12.2022
Medpunkt SRL	Cu capital autohton	21040705/014	28.01.2022	33100000-1	630 000,00	756 000,00	31.12.2022
Medist Grup SRL	Cu capital autohton	21040705/015	28.01.2022	33100000-1	1 709 565,26	2 051 478,33	31.12.2022
Dita Est Farm SRL	Cu capital autohton	21040705/016	02.02.2022	33100000-1	542 021,40	650 425,68	31.12.2022
Oxivit Med SRL	Cu capital autohton	21040705/017	28.01.2022	33100000-1	54 340,00	65 208,00	31.12.2022

18 Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare,

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legilor în vigoare.

Președintele grupului de lucru

Gorceag George



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr.02 din 15.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Telenești
Localitate	Or. Telenești
IDNO	1003606150040
Adresa	Or. Telenesti, str. C. Porumbescu 8
Număr de telefon	079113054
Număr de fax	025822448
E-mail oficial	srtelenesti@ms.md
Adresa de internet	srtelenesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Vleju Elena, 079113054, achizitii.telenesti@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și consumabile medicale pentru anul 2022
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Autoritatea contractantă prin cererea ofertelor de prețuri poate atribui contracte de achiziții publice de bunuri, cu condiția ca valoarea estimativă a achiziției să nu depășească 800 000,00 de lei.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21050451 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1642946991673 Data publicării: 23.01.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: srtelenesti.md/planul-de-achizitii/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 21.01.2021 Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	108 456,00 lei fara TVA

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită (data 06.022022, ora 09:36), au depus oferta 13 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SOGNO	1004600013854	Petru Iarovoi
2.	IM Natusana SRL	1006600025657	Diana Tutunaru
3.	SA Tehoptimed	1003600087162	Lucia Burduja
4.	Ecochimie	1002600052156	Nicolae Iurcu
5.	Medglobalfarm	1016600000765	GRANACI BORIS
6.	Labromed Laborator SRL	1012600001177	Ermicev Alexandr
7.	ÎM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Prodan Sveatoslav
8.	M-INTER-FARMA	1003600005263	Nina Palii
9.	BELNIS SRL	1002600002265	Natalia Leahu
10.	Pharmony	1015600025123	Alexandru Șarco
11.	Polisano Prim	1005600003425	Ruxanda Moldoveanu
12.	DITA ESTFARM S.R.L	1002600046359	Tudosan Reghina
13.	Sanmedico	1003602008154	Vitalie Goreacii

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic												
	SOG NO	IM Natusana SRL	SA Tehoptimed	Ec och imie	Medglo balfarm	Labro med Labor ator SRL	ÎM „D utc hmed-M” SR L	M- IN TE R- FA R M A	B E L N IS R L	Ph ar mo ny	Pol isa no Prim	DIT A EST FAR M S.R. L	Sa nm edi co
Documentele ce constituie] oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat,</i>													

<i>neprezentat, nu corespunde)</i>													
Propunerea tehnică	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez		Prez				Prez	Prez
Propunerea financiară	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez		Prez				Prez	Prez
DUAЕ	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez		Prez				Prez	Prez
Garanția pentru ofertă (după caz)	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez		Prez				Prez	Prez
Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>													
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez		Prez				Prez	Prez
Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	Prez	Prez	Nep	Nep	Prez	Prez		Prez				Prez	Prez
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez		Prez				Prez	Prez
Declarație privind valabilitatea ofertei	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez		Prez				Prez	Prez

Certificat privind deținerea unui cont bancar	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez		Prez				Prez	Prez
Cerere de participare	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez	Prez		Prez				Prez	Prez

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul nr.1 Ac pentru punctie lombara22G	SOGNO	3 000,00		+	+
	IM Natusana SRL	4500,00			
Lotul nr.2 Ace p/u seringi,sterile(de unica folosinta)	IM Natusana SRL	500,00		+	+
Lotul nr.3 Ace chirurgicale	SA Tehoptimed	3 277,78		+	+
Lotul nr.4Catetere de aspiratie Redon B	SOGNO	3510,00		+	+
Lotul nr.5 Set aspiratie Yankauer	Ecochimie	1 543,00		+	+
	IM Natusana SRL	2400,00			
Lotul nr.6 Set polimed pentru drenarea abdomenuluicu punga 2000mlsi cateter20Fg	SOGNO	1000,00		+	+
Lotul nr.7 Set polimed pentru drenarea abdomenuluicu punga 2000mlsi cateter24Fg	SOGNO	1000,00		+	+
Lotul nr.8 Scutece	IM Natusana SRL	4 799,99		+	+
	Medglobalfarm	4800,00			
Lotul nr.9Articole pentru concentratoare de oxigen	Ecochimie	1 700,00		+	+
	IM Natusana SRL	1 745,00			
	Labromed Laborator SRL	3 927,00			
	IM Natusana SRL	4 999,00		+	+

Lotul nr.10 Set de tuburi gofrate circuitit p/u ventilare adulti	ÎM „Dutchmed-M” SRL	5000,00			
Lotul 11.Sonda Blak-More	Labromed Laborator SRL	1 900 ,00		+	+
	IM Natusana SRL	2 470,00			
	SOGNO	2 500,00			
Lotul 12. Termofor combinat	Ecochimie	508,32		+	+
	M-INTER-FARMA	508,33			
	Labromed Laborator SRL	1 300,00			
Lotul 13. Test pentru sterilizare 180/60	M-INTER-FARMA	1 472,22		+	+
	Sanmedico	2400,00			
Lotul nr.14Tub endotraheal	Ecochimie	1 217,20		+	+
	IM Natusana SRL	1 360,00			
	SA Tehoptimed	1 792,08			
Lotul.15Cutii de incinerare a deseurilor	M-INTER-FARMA	14 500,00		+	+
	Ecochimie	17 999,00			
	Medglobalfarm	18 000,00			
	BELNIS SRL	23 730,00			
	IM Natusana SRL	24 000,00			
Lotul.16 Set pentru cateterizare a vaselor centrale	SOGNO	9 900,00		+	+
	Labromed Laborator SRL	12 540,00			
Lotul 17.Cateter ombilical N6	IM Natusana SRL	46,20		+	+
Lotul 18.Teste pentru masurarea nivelului de glicemie in singe compatibile cu glucometru model Viva Cec	Sanmedico	2 200,00		+	+
	Pharmony	2 300,00			
	Polisano Prim	4 700,00			
Lotul.19 Tifon medical	M-INTER-FARMA	3000,00		+	+
	IM Natusana SRL	4000,00			
Lotul.20 Bandaj	Medglobalfarm	6 166,67		+	+

(Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2					
	IM Natusana SRL	11 400,00			
	M-INTER-FARMA	11 481,48			
Lotul.21 Lame chirurgicale	IM Natusana SRL	1 500,00		+	+
	SA Tehoptimed	1 875,00			
	M-INTER-FARMA	2 083,33			
Lotul.22 Seringi	DITA ESTFARM S.R.L	11 123,70		+	+
	Medglobalfarm	11 166,67			
	Ecochimie	11 920,00			
	M-INTER-FARMA	18 916,67			
	IM Natusana SRL	19351,40			
Lotul 23. Musama medicala	Ecochimie	2 590,00		+	+
	M-INTER-FARMA	2 593,33			
	SA Tehoptimed	3 666,67			
Lotul 24.Plosca	Ecochimie	1 468,80		+	+
	SA Tehoptimed	2 050,00			
	IM Natusana SRL	2 400,00			
	M-INTER-FARMA	2 525,00			

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
08.02.2022	Natusana SRL	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	
08.02.2022	Ecochimie	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	

--	--	--	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul nr.1 Ac	SOGNO			3000,00	3240,00

pentru punctie lombara22G					
Lotul nr.2 Ace p/u seringi,sterile(de unica folosinta)	IM Natusana SRL			500,00	540,00
Lotul nr.3 Ace chirurgicale	SA Tehoptimed			3277,78	3540,00
Lotul nr.4Catetere de aspiratie Redon Balton	SOGNO			3510,00	3790,80
Lotul nr.5 Set aspiratie Yankauer	Ecochimie			1543,00	1851,60
Lotul nr.6 Set polimed pentru drenarea abdomenuluicu punga 2000mlsi cateter20Fg	SOGNO			1000,00	1080,00
Lotul nr.7 Set polimed pentru drenarea abdomenuluicu punga 2000mlsi cateter24Fg	SOGNO			1000,00	1080,00
Lotul nr.8 Scutece	IM Natusana SRL			4799,99	5759,98
Lotul nr.9Articole pentru concentratoare de oxigen	Ecochimie			1700,00	2040,00
Lotul nr.10 Set de tuburi gofrate circuitit p/u ventilare adulti	IM Natusana SRL			4999,00	5998,8
Lotul 11.Sonda Blak-More	Labromed Laborator SRL			1900,00	2280,00
Lotul 12. Termofor combinat	Ecochimie			508,32	609,98
Lotul 13. Test pentru sterilizare 180/60	M-INTER-FARMA			1472,22	1590,00
Lotul nr.14Tub endotraheal	Ecochimie			1217,20	1314,58
Lotul.15Cutii de incinerare a deseurilor	M-INTER-FARMA			14500,00	17400,00
Lotul.16 Set pentru cateterizare a	SOGNO			9900,00	10692,00

vaselor centrale					
Lotul 17.Cateter ombilical N6	IM Natusana SRL			46,20	49,89
Lotul 18.Teste pentru masurarea nivelului de glicemie in singe compatibile cu glucometru model Viva Cec	Sanmedico			2200,00	2376,00
Lotul.19 Tifon medical	M-INTER-FARMA			3000,00	3600,00
Lotul.20 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2	Medglobalfarm			6166,67	7400,00
Lotul.21 Lame chirurgicale	IM Natusana SRL			2500,00	3000,00
Lotul.22 Seringi	DITA ESTFARM S.R.L			11123,70	12013,40
Lotul 23. Musama medicala	Ecochimie			2590,00	3108,00
Lotul 24.Plosca	Ecochimie			1468,80	1762,56

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SOGNO	08.02.2022	<i>e-mail</i>
IM Natusana SRL	08.02.2022	<i>e-mail</i>
SA Tehoptimed	08.02.2022	<i>e-mail</i>
Ecochimie	08.02.2022	<i>e-mail</i>
Medglobalfarm	08.02.2022	<i>e-mail</i>
Labromed Laborator SRL	08.02.2022	<i>e-mail</i>
ÎM „Dutchmed-M” SRL	08.02.2022	<i>e-mail</i>
M-INTER-FARMA	08.02.2022	<i>e-mail</i>
BELNIS SRL	08.02.2022	<i>e-mail</i>
Pharmony	08.02.2022	<i>e-mail</i>
Polisano Prim	08.02.2022	<i>e-mail</i>
DITA ESTFARM S.R.L	08.02.2022	<i>e-mail</i>
Sanmedico	08.02.2022	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
Natusana SRL	Cu capital autohton	47	15.02.2022	33100000-1	12845,19	15348,64	31.12.22
SA Tehoptimed	Cu capital autohton	52	15.02.2022	33100000-1	3277,78	3540,00	31.12.22
Medglobalfarm SRL	Cu capital autohton	50	15.02.2022	33100000-1	6 166,67	7 400,00	31.12.22
Ecochimie SRL	Cu capital autohton	44	15.02.2022	33100000-1	9 027.32	10 686.72	31.12.22
Sanmedico SRL	Cu capital autohton	51	15.02.2022	33100000-1	2200,00	2376,00	31.12.22
FPC Sogno SRL	Cu capital autohton	46	15.02.2022	33100000-1	18 410,00	19 882,80	31.12.22
M-Inter-Farma SA	Cu capital autohton	45	15.02.2022	33100000-1	18972,22	22590,00	31.12.22
Dita EstFarm SRL	Cu capital autohton	48	15.02.2022	33100000-1	11 123,70	12 013,40	31.12.22
Labromed Laborator SRL	Cu capital autohton	49	15.02.2022	33100000-1	1900,00	2280,00	31.12.22

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU 84923,88
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	96 117,56
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	<p>Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/></p> <p>Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/></p>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice *
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 2 din 15.02.2022**1. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600150602
Adresa	Korolenko 2
Număr de telefon	022 82 90 16
Număr de fax	022 82 90 16
E-mail oficial	imspinn@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Traian Harbuz

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri * Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri * Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Consumabile medicale 2022
Cod CPV	33600000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636981829656 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21046807/ Data publicării: 15.11.2021
Platforma de achiziții publice utilizată	* achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	* Da Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Urmează să fie aprobat și publicat pe pagina oficială a instituției.
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul: https://
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; * Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	4 827 816

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 21.12.21, ora 8:00), au depus oferta 19 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	SRL „Endo - Chirurgie”	1009600033242	Victor Ghereg
2	SRL „M-Inter-Farma”	100360005263	Maria Morozov
3	SRL „Tetis International”	1003600043595	Serghei Fazli
4	SRL „Sogno”	10046000113854	Petru Iarvoi
5	SRL „Medglobalfarm”	1016600000765	Boris Granaci
6	SRL „DataControl „	100360007935	Alexandru Grabazei
7	SRL „Tehoptimed „	1003600087162	Stela Potinga
8	SRL „Lifemedgroup,,	1016600014720	Ana Iliev
9	SRL „Lismedfarm”	1003600113573	Chitic Vlad
10	SRL „Electeh”	1003600113045	Vera Cojocar
11	SRL Oxivit	1007600044280	Dmitrii Kojevnikov
12	SRL Ecochimie	1002600052156	Nicolae Iurcu
13	SRL Med-M	1020611000359	Vladimir Rotari
14	SRL Pharmony	1015600025123	Alexandru Sarco
15	SRL Labromed Laborator	1012600001177	Alexandr Ermicev
16	SRL Neotec	1002000048135	Andrei Botnaru
17	SRL Eladum Pharma	1016600024547	Natalia Dumbrava
18	SRL Natusana	1006600025657	Nicolae Tutunaru
19	SRL Romedcom	1004600066975	Stefan Turcaniu

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL „Endo - Chirurgie”	SRL „M-Inter-Farma”	SRL „Tetis International”	SRL „Sogno”
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
DUAЕ	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Certificate de conformitate	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Dovada de experiență similară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL „Medglobalfarm”	SRL „DataControl”	SRL „Tehoptimed”	SRL „Lifemedgroup”
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
DUAЕ	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Certificate de conformitate	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Dovada de experiență similară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL „Lismedfarm”	SRL „Electeh”	SRL Oxivit	SRL Ecochimie
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
DUAЕ	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Certificate de conformitate	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Dovada de experiență similară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Denumirea operatorului economic				

	SRL Med-M	SRL Pharmony	SRL Labromed Laborator	SRL Neotec
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
DUAE	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Certificate de conformitate	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Dovada de experiență similară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL Eladum Pharma	SRL Natusana	SRL Romedcom	
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
DUAE	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Certificate de conformitate	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Dovada de experiență similară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Consumabile medicale	SRL „Endo - Chirurgie”	700224	19000 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL „M-Inter-Farma”	488 150	45370 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL „Tetis International”	663110.95	23000 buc	+	+

Consumabile medicale	SRL „Sogno”	545765	3080 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL „Medglobalfarm”	159645.83	33500 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL „DataControl”	4210.4	7520 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL „Tehoptimed”	74881,93	10070 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL „Lifemedgroup”	266325	347000 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL „Lismedfarm”	10823.2	11040 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL „Electeh”	44790	1948 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL Oxivit	2164.5	45 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL Ecochimie	90088.21	1820 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL Med-M	722	19 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL Pharmony	34720	4000 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL Labromed Laborator	50640	8300 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL Neotec	363770,83	360 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL Eladum Pharma	11992	570 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL Natusana	6979705	34500 buc	+	+
Consumabile medicale	SRL Romedcom	90900	580 buc	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot *

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut *

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Consumabile medicale	SRL „Endo - Chirurgie”	19000 buc		700224	
Consumabile medicale	SRL „M-Inter-Farma”	45370 buc		488 150	584 490
Consumabile medicale	SRL „Tetis International”	23000 buc		663110.95	783680.12
Consumabile medicale	SRL „Sogno”	3080 buc		545765	592005

Consumabile medicale	SRL „Medglobalfarm”	33500 buc		159645.83	191575
Consumabile medicale	SRL „DataControl „	7520 buc		4210.4	5263.2
Consumabile medicale	SRL „Tehoptimed „	10070 buc		74881,93	89136.2
Consumabile medicale	SRL „Lifemedgroup,,	347000 buc		266325	28930.5
Consumabile medicale	SRL „Lismedfarm”	11040 buc		10823.2	13529.28
Consumabile medicale	SRL „Electeh”	1948 buc		44790	53748
Consumabile medicale	SRL Oxivit	45 buc		2164.5	2597
Consumabile medicale	SRL Ecochimie	1820 buc		90088.21	101881.77
Consumabile medicale	SRL Med-M	19 buc		722	866.4
Consumabile medicale	SRL Pharmony	4000 buc		34720	41664
Consumabile medicale	SRL Labromed Laborator	8300 buc		50640	63300
Consumabile medicale	SRL Neotec	360 buc		363770,83	436525
Consumabile medicale	SRL Eladum Pharma	570 buc		11992	14990
Consumabile medicale	SRL Natusana	34500 buc		6979705	87246.32
Consumabile medicale	SRL Romedcom	580 buc		90900	109080

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
---------------------------------	-------------------	----------------------------

SRL „Endo - Chirurgie” SRL „M-Inter-Farma” SRL „Tetis International” SRL „Sogno” SRL „Medglobalfarm” SRL „DataControl” SRL „Tehoptimed” SRL „Lifemedgroup” SRL „Lismedfarm” SRL „Electeh” SRL Oxivit SRL Ecochimie SRL Med-M SRL Pharmony SRL Labromed Laborator SRL Neotec SRL Eladum Pharma SRL Natusana SRL Romedcom	24.01.2022	Poșta electronică
---	------------	-------------------

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	* 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
SRL „Endo - Chirurgie”	Capital autohton	85	11.02.2022	<u>3360000</u> <u>0-6</u>	700224	875280	31.12.2022
SRL „M-Inter-Farma”	Capital autohton	98	11.02.2022	<u>3360000</u> <u>0-6</u>	488 150	584 490	31.12.2022
SRL „Tetis International”	Capital autohton	78	11.02.2022	<u>3360000</u> <u>0-6</u>	663110.95	783680.12	31.12.2022
SRL „Sogno”	Capital autohton	93	11.02.2022	<u>3360000</u> <u>0-6</u>	545765	592005	31.12.2022
SRL „Medglobalfarm”	Capital autohton	86	11.02.2022	<u>3360000</u> <u>0-6</u>	159645.83	191575	31.12.2022
SRL „DataControl”	Capital autohton	89	11.02.2022	<u>3360000</u> <u>0-6</u>	4210.4	5263.2	31.12.2022
SRL „Tehoptimed”	Capital autohton	95	11.02.2022	<u>3360000</u> <u>0-6</u>	74881,93	89136.2	31.12.2022
SRL „Lifemedgroup”	Capital autohton		11.02.2022	<u>3360000</u> <u>0-6</u>	266325	28930.5	31.12.2022
SRL „Lismedfarm”	Capital autohton	83	11.02.2022	<u>3360000</u> <u>0-6</u>	10823.2	13529.28	31.12.2022
SRL „Electeh”	Capital autohton	79	11.02.2022	<u>3360000</u> <u>0-6</u>	44790	53748	31.12.2022
SRL Oxivit	Capital autohton	97	11.02.2022	<u>3360000</u> <u>0-6</u>	2164.5	2597	31.12.2022
SRL Ecochimie	Capital autohton	77	11.02.2022	<u>3360000</u> <u>0-6</u>	90088.21	101881.77	31.12.2022
SRL Med-M	Capital autohton	84	11.02.2022	<u>3360000</u> <u>0-6</u>	722	866.4	31.12.2022
SRL Pharmony	Capital autohton	87	11.02.2022	<u>3360000</u> <u>0-6</u>	34720	41664	31.12.2022
SRL Labromed Laborator	Capital autohton	80	11.02.2022	<u>3360000</u> <u>0-6</u>	50640	63300	31.12.2022

SRL Neotec	Capital autohton	96	11.02.2022	<u>3360000</u> 0-6	363770,83	436525	31.12.2022
SRL Eladum Pharma	Capital autohton	90	11.02.2022	<u>3360000</u> 0-6	11992	14990	31.12.2022
SRL Natusana	Capital autohton	91	11.02.2022	<u>3360000</u> 0-6	6979705	87246.32	31.12.2022
SRL Romedcom	Capital autohton	94	11.02.2022	<u>3360000</u> 0-6	90900	109080	31.12.2022

18.

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	19.
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	<p>20. Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>21. Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>22. Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/></p> <p>23. Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/></p>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Grigore ZAPUHLÎH
(Nume, Prenume)



APROB:

Directoare IP CREPOR

Veronica LEBEDINDCHI



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1/21049453 _din_ 08.02.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Centrul Republican Experimental Protezare , Ortopedie și Reabilitare
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600032782
Adresa	Str. Romană 1
Număr de telefon	022/263001
Număr de fax	022/229927
E-mail oficial	anticamera@crepor.org
Adresa de internet	www.crepor.org
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Secția Achiziții, marketing și logistică 022/263130

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637071691976
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	PRODUSE ALIMENTARE , CONFORM NECESARULUI IP CREPOR, PENTRU ANUL 2022
Cod CPV	15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21049453 Link-ul: MTender Public Portal (gov.md) Data publicării: 30.12.2021
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> Da
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: plan-achizitii-2022-provizoriu.pdf (crepor.org) p.1.7.
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 09.11.2021 Link-ul: conform datelor www.bap.tender.gov.md

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Licitație electronică
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	883150,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 19.01.2022, ora 09:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Produse de familie SRL	1010600010111	Finciuc Miroslav
2.	SC Ideea Prim SRL	1004600059850	Gore Anatolie

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

	Produse de familie SRL	Ideea Prim SRL	
Documente de ofertă:			
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	
DUAE	prezentat	prezentat	
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat	
Documente de calificare			
Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate Anexa nr. 12, conform DS aprobat prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021	prezentat	prezentat	
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Anexa nr. 13, conform DS aprobat prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021	prezentat	prezentat	

<i>Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, Anexa nr. 14, conform DS aprobat prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021</i>	prezentat	<i>prezentat</i>	
<i>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit</i>	prezentat	<i>prezentat</i>	
<i>Certificat de atribuire a contului bancar</i>	prezentat	<i>prezentat</i>	
<i>Certificat privind lipsa sau existența datoriilor față de bugetul public național</i>	prezentat	<i>prezentat</i>	
<i>Ultimul raport financiar 2020</i>	prezentat	<i>prezentat</i>	
<i>Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015</i>	prezentat	<i>prezentat</i>	
<i>Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor (eliberat de ANSA)</i>	prezentat	<i>prezentat</i>	
<i>Autorizație sanitar-veterinar pentru unitățile de transport/transport cu regim termic special</i>	prezentat	<i>prezentat</i>	
<i>Autorizație sanitar-veterinar pentru depozit</i>	prezentat	<i>prezentat</i>	
<i>Prezentarea dovezilor privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante; Certificat sanitar-veterinar pentru produsele de origine animală - *Certificat de calitate/ conformitate - *Certificat de inofensivitate (legume, fructe, cofetărie, băcănie)- * Raport de încercări pentru făină,</i>	Certificat sanitar-veterinar-prezentat; Certificat de confirmate-prezentat;	<i>prezentat</i>	
<i>Sistemul de Management al Siguranței Alimentelor ISO 22000 HACCP (pentru produsele de origine animală, pîine, pește)</i>	prezentat	<i>prezentat</i>	
<i>Autorizație de funcționare a abatorului sau contract de prestare servicii de abatorizare (pentru ofertele la lotul de carne vita si carne pui)</i>	prezentat	<i>prezentat</i>	

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat**, **neprezentat**, **nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Carne de pui	Produse de familie SRL	279 605.00	1 lot	corespunde	corespunde
Mezeluri	Produse de familie SRL	128 614.35	1 lot	corespunde	corespunde
Covrigei și biscuiți	SC Ideea Prim SRL	36900,00	1 lot	corespunde	corespunde
	Operator economic n				

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Carne de pui	Produse de familie S.R.L.	1 lot	279605,00	279605,00	335500,00
Mezeluri	Produse de familie S.R.L.	1 lot	128614,35	128614,35	154335,00
Covrigei, biscuiți	Sc Ideea Prim SRL	1 lot	36900,00	36900,00	42012,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. _1_ lit _a_. Pentru loturile:

1. Crupe și băcănie
2. Ouă dietice
3. Făină de grâu
4. Zahăr
5. Conserve de legume și fructe
6. Ulei floarea soarelui
7. Condimente

Argumentare: Nu a fost depusă nici o ofertă

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Produse de familie S.R.L.	27.01.2022	viorel.iacovet@filletti.md
SC Ideea Prim SRL	27.01.2022	enache@ideea-prim.md

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA	
Produse de familie S.R.L.	Cu capital autohton/	25	07.02.2022	15800000-6	408219,35	489835,00	31.12.2022
SC Ideea Prim SRL	Cu capital autohton/	26	07.02.2022	15800000-6	36900,00	42012,00	31.12.2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

Nicolai ISCHIMJI



DAREA DE SEAMĂ

de atribuire a procedurii de achiziții publice

Nr. 1 /22 Din 14 02 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Fiscal de Stat
Localitate	Republica Moldova, mun. Chișinău,
IDNO	1006601001182
Adresa	MD-2005, str. Constantin Tănase nr.9
Număr de telefon	022 82-32-92, 82-32-63
Număr de fax	----
E-mail	mail@sfs.md
Adresa de internet	inna.sargu@sfs.md , irina.ivanov@sfs.md
Persoana de contact	Inna ȘARGU-RUSU, Irina IVANOV

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Negociere fără publicare
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Servicii de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat
Cod CPV	72000000-5
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Articolul 56. Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, lit. c) din motive tehnice, de creație sau referitoare la protecția drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările și serviciile necesare și nu există o altă alternativă și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 344 din 30 aprilie 2009, „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele Hotărâri ale Guvernului”, Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018 „Cu privire la Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”
Procedura de atribuire (www.mtender.gov.md)	Nr:- Link-ul: - Data publicării: -
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 19.01.2022 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_5_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	-
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	40 269 083,34 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt.

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

5. Până la termenul-limită (data 02.02.2022, ora 13:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Administratorii
1.	I.P. „Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe”	1005600036924	Elena SAHARNEAN

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorul economic:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	I.P. „CTIF”
Documentele ce constituie oferta	
Formular (DUAЕ)-Document unic de achiziții european	prezentat
Specificații tehnice	prezentat
Specificații de preț	prezentat
Scrisoare de garanție bancară	prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Servicii de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat	I.P. „Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe”	40 053 980,71	Servicii conform specificației tehnice	+	+

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: Nu sunt

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu este cazul

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

15. Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA) MDL	Prețul total (inclusiv TVA) MDL
Servicii de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat	I.P. „Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe”	Conform specificației tehnice	Conform specificației de preț	40 053 980,71	48 064 776,85

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”	Nr: 26-16/1-04-9259 14.02.2022	electronic

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: Nu este cazul

18. Contractul de achiziție:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA	
I.P. „Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe”	Cu capital autohton	95/22	14 02 .2022	72000000-5	40 053 980,71	48 064 776,85	31.12.2022

19. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate): Nu este cazul

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Gheorghe RADU

Gheorghe Radu



Grigore V.