

MINISTERUL FINANTELOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ЗАКУПОК

MD-2028, mun.Chișinău, șos, Hîncești 53 tel: 23-42-80, fax: 73-33-00 e-mail: BAP@tender.gov.md

## DECIZIE

*Cu privire la examinarea contestației S.R.L. „Sirexton” depusă pe marginea procedurii de achiziție nr. nr. 16/00336 din 17.02.2016 inițiată de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale*

Agenția Achiziții Publice a examinat contestația S.R.L. „Sirexton” depusă pe marginea procedurii de achiziție nr. 16/00336 din 17.02.2016 privind achiziționarea aparatelor auditive, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican pentru copii „Em. Coțașă” întru realizarea Programului Special pentru anul 2016, inițiată de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și a constatat următoarele.

Operatorul economic S.R.L. „Sirexton” și-a exprimat dezacordul asupra hotărîrii grupului de lucru de a respinge oferta companiei menționate la poziția „Aparate auditive gr. ușor-moderat copii în cantitate de 20 bucăți”. În acest sens, contestatarul a comunicat că la poziția respectivă, compania S.R.L. „Sirexton” a propus cel mai mic preț și a prezentat oferta în conformitate cu cerințele specificate de autoritatea contractantă.

Ca răspuns la pretențiile înaintate, autoritatea contractantă, prin demersul nr. A07.Ps.01.Rg.02-3244 din 08.04.2016, a comunicat că în urma evaluării ofertelor depuse de către participanții la licitație, grupul de lucru în baza notei informative prezentate de către specialiștii cooptați din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican pentru Copii, a constatat că la poziția contestată, compania S.R.L. „Sirexton” a propus modelul „Aries Pro”, iar analiza parametrilor electroacustici relevă că la modelul dat „Aries Pro” nu are „conexiunea la sistemul FM”, cerință obligatorie și importantă pentru activitățile individuale și frontale în procesul de reabilitare a copiilor. Mai mult decît aît, s-a specificat că cerința obligatorie și anume: „conexiunea la sistemul FM” nu a fost stipulată în certificatul caracteristicilor electroacustice prezentate la licitație și nu a fost găsită nici în sursele din internet.

Suplimentar, în scopul examinării contestației depuse de S.R.L. „Sirexton”, Agenția Achiziții Publice a desfășurat o ședință deschisă la data de 12.04.2016, în cadrul căreia s-au prezentat reprezentanții autorității contractante cît și a operatorului economic contestatar. Astfel, în cadrul ședinței, s-a stabilit că toate aparatele auditive au posibilitatea de conectare la sistemul dat. Mai mult decît aît,

contestatarul a confirmat faptul că produsul oferit (modelul „Aries Pro”), întrunește cerința solicitată și anume „posibilitatea de conectare la sistemul FM”, iar pentru a atesta cele invocate a expediat documente suplimentare ce ar confirma că produsul oferit întrunește cerința solicitată. În acest sens, reieșind din cele expuse, Agenția Achiziții Publice a solicitat grupului de lucru al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale „prezentarea informației și expunerea asupra argumentelor invocate suplimentar de contestatar ca dovadă a întrunirii cerinței date.

Astfel, ca răspund la solicitarea Agenției Achiziții Publice, autoritatea contractantă a menționat prin scrisoarea nr. A07.Ps.01.Rg.02-3741 din 27.04.2016, că aparatul auditiv propus de S.R.L. „Sirexton” poate fi conectat la „sistemul FM”, însă pentru aceasta este nevoie de un dispozitiv medical adițional (o buclă de inducție), care urmează a fi achiziționată suplimentar.

Examinând pretențiile înaintate și documentele aferente procedurii, Agenția Achiziții Publice a luat în considerație prevederile p. 7 lit. e) al Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1380 din 10.12.2007 care stabilesc că autoritatea contractantă este responsabilă de elaborarea documentelor de atribuire, inclusiv lista bunurilor care urmează a fi contractate, specificația tehnică a acestora conform necesităților instituției, precum și alte cerințe obligatorii care rezultă din obiectul achiziției.

Articolul 27 al Legii privind achizițiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 prevede că caracteristicile bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. Caracteristicile obiectului achiziției trebuie să corespundă cerințelor autorității contractante privind calitatea, eficiența, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele și metodele de producere, precum și procedeele de determinare a conformității lui cu cerințele documentelor de licitație.

Astfel, reieșind din informația prezentată în cadrul ședinței cu privire la examinarea contestației și argumentele expuse de autoritatea contractantă în acest sens, s-a stabilit că aparatul „Aries Pro”, propus de contestatar întrunește cerința obligatorie și anume „posibilitatea de conexiune la sistemul FM”, fapt confirmat însăși de autoritatea contractantă în scrisoarea nr. A07.Ps.01.Rg.02-3741 din 27.04.2016. Totodată, cu privire la argumentele invocate de grupul de lucru al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale precum că pentru conexiunea la sistemul dat este nevoie de un dispozitiv medical adițional (o buclă de inducție), care urmează a fi achiziționată suplimentar, Agenția Achiziții Publice a luat în considerare prevederile art. 44 alin. 4 Legii privind achizițiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007, care stabilește că la determinarea ofertei câștigătoare, autoritatea contractantă evaluează și compară ofertele primite folosind modul și criteriile expuse în documentele de licitație. Nu se va folosi nici un criteriu neexpus în documentele de licitație. Aliniatul 3 al aceluiași articol, prevede că autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor indicate în documentele de licitație. Astfel, reieșind din cerințele solicitate de

autoritatea contractantă în documentele de licitație, grupul de lucru al AMDM a solicitat ca produsul achiziționat pentru poziția „Aparate auditive gr. ușor-moderat copii în cantitate de 20 bucăți” să întrunească „posibilitatea de conectare la sistemul FM”, fără a fi însă specificate alte cerințe cu privire la modalitatea de conexiune la sistemul dat. În acest sens, luând în considerare faptul că atât contestatarul cât și autoritatea contractantă a confirmat faptul că aparatul „Aries Pro” propus de S.R.L. „Sirexton” întrunește cerința dată, nu este întemeiată decizia autărității contractante de respingere a ofertei menționate.

Totodată, este de atenționat că autoritatea contractantă în documentele de licitație urma să detalieze mai amănunțit cerințele solicitate, cu indicarea nu doar a cerinței de conexiune la sistemul FM, dar și inclusiv modalitatea de conexiune, pentru a nu crea interpretări și a evalua corect ofertele depuse.

Potrivit art. 8 și 9 al Legii privind achizițiile publice, Agenția Achiziții Publice, este o autoritate administrativă de specialitate în subordinea Ministerului Finanțelor, constituită în scopul reglementării de stat, efectuării supravegherii, controlului și coordonării interramurale în domeniul achizițiilor publice. În acest sens Agenția evaluează și controlează modul în care autoritățile contractante respectă procedurile de achiziții publice și de atribuire a contractelor de achiziții publice și poate dispune reevaluarea ofertelor sau anulează rezultatele procedurii. În temeiul prevederilor enunțate, luând în considerație constatările menționate mai sus, s-a constatat întrunirea condițiilor de anulare a poziției „Aparate auditive gr. ușor-moderat copii în cantitate de 20 bucăți”.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 9, 59, 72, 73 al Legii privind achizițiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007, Agenția Achiziții Publice

### **D e c i d e :**

1. Se admite partial contestația S.R.L. „Sirexton” depusă pe marginea procedurii de achiziție nr. 16/00336 din 17.02.2016 privind achiziționarea aparatelor auditive, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican pentru copii „Em. Coțaga” întru realizarea Programului Special pentru anul 2016, inițiată de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;
2. Se anulează parțial rezultatele procedurii nr. 16/00336 din 17.02.2016 (poziția „Aparate auditive gr. ușor-moderat copii în cantitate de 20 bucăți”);
3. Autoritatea contractantă, va înștiința în cel mult 2 zile toți participanții la procedura de achiziție despre anularea parțială a procedurii.

**Director adjunct**

**Valeriu SECAȘ**

Nr. 181/16  
Data 29.04.2016